Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ANALIZADOR DE PROTEINA C Y CARDIOCOMPRESOR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (SUPERSIMPLIFICADO) Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS (PASS 3/2024)

LOTE	GC	NOMBRE	DESTINO	DISTRIBUCIÓN	UNIDADES	TOTAL UNIDADES
1	G08625	ANALIZADOR DE PROTEINA C	AGSS	H. Valme	3	3
2	A84914	CARDIOCOMPRESOR	DS	H. Valme	1	1

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

AMBOS LOTES

De forma previa a la ubicación del equipo, se deberá comprobar que el espacio designado es acorde a las dimensiones del equipo, así como la presencia de las instalaciones eléctricas necesarias para la alimentación del equipo.

El equipo se colocará en la localización y posición definida por el centro destinatario. La colocación del equipo se realizará con los procedimientos de transporte y limpieza adecuados. Se comprobará la estabilidad, así como del resto de funcionalidades.

El equipo será conectado a la red eléctrica y se comprobará que el funcionamiento se corresponde con el indicado por el fabricante durante el periodo de puesta en marcha.

REQUISITOS MINIMOS:

LOTE 1 ANALIZADOR DE PROTEINA C

- Concentración de proteína C reactiva en sangre entera.

LOTE 2 CARDIOCOMPRESOR

- Fácil manejo, que permita su transporte y uso en el ámbito extrahospitalario.
- El peso del equipo con batería, tabla, bases y correas será como máximo de 10 Kg
- Tiempo de carga total de la batería como máximo de 135 minutos de 0% a 100%.
- Autonomía, mínima, de 45 minutos desde el inicio de la maniobra de reanimación sin conexión a red.
- Realizará compresiones torácicas eficaces, de acuerdo a las recomendaciones para Soporte vital básico y avanzado acorde a las recomendaciones ERC-2021 y que puedan ser reprogramables respecto a las compresiones torácicas ante posibles cambios en las futuras guías.
- Deberá funcionar ininterrumpidamente en movilidad, tanto en el desplazamiento de pacientes en camilla como en un vehículo en movimiento para aumentar la seguridad del paciente y del usuario.
- Permitirá la desfibrilación durante la compresión torácica continua para reducir al máximo las interrupciones e interferencias en el proceso de reanimación.

- Será resistente al agua (grado 4), a la corrosión (pintado al horno) y a altas temperaturas (50 ºC), tanto en su uso normal como en almacenamiento.
- Conectividad Bluetooth para transmisión de información.
- Con acceso al tórax para monitorización, técnicas diagnósticas, terapias, no sólo eléctricas (acceso a vías centrales, drenaje de neumotórax, sellado de neumotórax abierto, control de hemorragias, etc.
- Ajuste seguro (tras una maniobra de anclaje no puede existir desenclavamiento fortuito) y rápido (la maniobra deberá poderse hacer en menos de 10 s).
- Adaptable a las tablas de reanimación para traslado del paciente en camilla de cuchara o colchón de vacío.

ACCESORIOS INCLUIDOS

LOTE 1 ANALIZADOR DE PROTEINA C

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 2 CARDIOCOMPRESOR

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
- Anclajes necesarios para que no se mueva.