

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE OTOSCOPIO DE PARED, POLIGRAFÍA RESPIRATORIA DOMICILIARIA Y SILLA DE EVACUACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (SUPERSIMPLIFICADO) Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS (PASS 7/2024)

LOTE	GC	NOMBRE	DESTINO	DISTRIBUCION	UNIDADES	TOTAL UNIDADES
1	E99064	Otoscopio de pared	AGS Sur Sevilla	H. Valme	25	25
2	A84812	Poligrafía respiratoria domiciliaria	AGS Sur Sevilla	H. Valme	3	3
3	F23766	Silla de evacuación	D. Sevilla	D. Sevilla	3	18
			AGS Sur Sevilla	H. Valme	15	

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

LOTE 1 OTOSCOPIO DE PARED

De forma previa a la ubicación del equipo, se deberá comprobar que el espacio designado es acorde a las dimensiones del equipo, así como la presencia de las instalaciones eléctricas necesarias para la alimentación del equipo.

El equipo se colocará en la localización y posición definida por el centro destinatario. La colocación del equipo se realizará con los procedimientos de transporte y limpieza adecuados. Se comprobará la estabilidad, así como del resto de funcionalidades.

El equipo será conectado a la red eléctrica y se comprobará que el funcionamiento se corresponde con el indicado por el fabricante durante el periodo de puesta en marcha.

LOTE 2 POLIGRAFÍA RESPIRATORIA DOMICILIARIA

El equipo será conectado a la red eléctrica y se comprobará que el funcionamiento se corresponde con el indicado por el fabricante durante el periodo de puesta en marcha.

LOTE 3 SILLA DE EVACUACIÓN

El equipo será conectado a la red eléctrica y se comprobará que el funcionamiento se corresponde con el indicado por el fabricante durante el periodo de puesta en marcha.

REQUISITOS MINIMOS:

LOTE 1 OTOSCOPIO DE PARED

- Lámpara luz de led de 3,5v

- Cable espiral extensible hasta 3 m.

LOTE 2 POLIGRAFÍA RESPIRATORIA DOMICILIARIA

- Sencillo de colocar, únicamente con las partes indispensables: medidor de flujo nasal, pulsioxímetro y la cinta torácica que lleva el dispositivo.
- Software para descarga de resultados en un solo click o paso, con guía para interpretar los valores, con la información básica para realizar despistaje de AOS (IAH y CT90%) que permita descartar o confirmar AOS para valorar derivación a Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño.

LOTE 3 SILLA DE EVACUACIÓN

- Silla de evacuación.
 - Silla de evacuación tipo “oruga”
 - Capacidad de carga mínima de 180 Kg
 - Color amarillo y azul
 - Doble agarre antideslizante
 - Peso inferior a 10kg
 - Preparada para poder utilizarse por una única persona
 - Base antideslizante
 - Ruedas de, al menos, 100 mm
- Medidas aproximadas plegada:
 - Alto: 110 cm
 - Ancho: 50 cm
 - Profundo: 20 cm
- Medidas aproximadas desplegada:
 - Alto: 135 cm
 - Ancho: 50 cm
 - Profundo: 80 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

LOTE 1 OTOSCOPIO DE PARED

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
- Espéculos auriculares desechables de 2,5mm a 4mm (2 tamaños: 1 para adultos y 1 para pediatría).
- Dispensador de espéculos.

LOTE 2 POLIGRAFÍA RESPIRATORIA DOMICILIARIA

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 3 SILLA DE EVACUACIÓN

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.