Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE AUTOCLAVE TIPO B, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (SUPERSIMPLIFICADO) Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS (PASS 12/2024)

LOTE	GC	NOMBRE	DISTRIBUCIÓN	DESTINO	UNIDADES	TOTAL UNIDADES
1	A84924	AUTOCLAVE TIPO B	Distrito Sevilla	La Plata	1	10
				Mallen	1	
				Polígono Sur	1	
				Puerta Este	1	
				Ronda Histórica	1	
				San Jerónimo	1	
				D. Sevilla	4	

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

De forma previa a la ubicación del equipo, se deberá comprobar que el espacio designado es acorde a las dimensiones del equipo, así como la presencia de las instalaciones eléctricas necesarias para la alimentación del equipo.

El equipo se colocará en la localización y posición definida por el centro destinatario. La colocación del equipo se realizará con los procedimientos de transporte y limpieza adecuados. Se comprobarán todas las funcionalidades.

El equipo será conectado a la red eléctrica y se comprobará que el funcionamiento se corresponde con el indicado por el fabricante durante el periodo de puesta en marcha.

REQUISITOS MINIMOS:

- Clase B
- Completamente automático con ciclos de esterilización Preprogramad
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido
- Pantalla LCD
- Tanque de agua tipo abierto. sin reutilización del agua del depósito residual.
- Programas de esterilización de material embolsado y ciclo de priones.
- Mínimo 23 litros

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.