Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LECTOR DE PLACAS RX, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (SUPERSIMPLIFICADO) Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS (PASS 11/2024)

LOTE	GC	NOMBRE	DESTINO	DISTRIBUCIÓN	UNIDADES	TOTAL UDS
1	C24089	LECTOR DE PLACAS RX	A.G.S.Osuna	Écija	1	3
				Osuna	1	
				El Saucejo	1	
			D. Aljarafe Sevilla Norte	Camas	1	7
				Castilleja de la Cuesta	1	
				Sanlúcar la Mayor	1	
				Brenes	1	
				Cazalla	1	
				Guillena	1	
				El Viso	1	

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

- En particular, los equipos de este lote deberán cumplir las normas:
- UNE-EN 60601-2-54 - Equipos electromédicos. Parte 2-54: Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial de los equipos de rayos X para radiografía y radioscopia
- Real decreto 1976/1999, del 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico.

REQUISITOS MINIMOS:

- Generador de alta frecuencia controlado por microprocesador
- Tensión igual o superior a 60 kV
- Mancha focal del tubo menor o igual a 0,7 mm
- Sistema de colimación
- El dispositivo disparador deberá contar con dos modos de accionamiento: manual y temporizada, y tendrá la posibilidad de accionar el sistema de forma remota. En el disparador deben figurar de forma numérica los parámetros de la exposición.
- El cabezal de Rx estará montado en un brazo de doble articulación.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Se suministrará un mandil protector de plomo para el cuello del paciente.
- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.