AGRUPACIÓN	LOTE	GENERICO DE CENTRO	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	CIP OFERTADO, en su caso	GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO EN EL CASO DE MULTICIP	PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA
--	1	F33137	SU.PC.SANI.01.03.10.500006	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 2 LUCES ALTO FLUJO-LONGITUD DEL CATÉTER:[20-20];DIÁMETRO EXTERIOR:[4-4];PERIODO DE PERMANENCIA:1 mes;	Unidad (Pieza)	1.500	89,540000 €						
								BECTON DICKINSON, SA	P6254118	100124002853	F33137	30	Excelente: La oferta cumple las características técnicas solicitadas, y además presenta ventajas muy destacables en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. Destaca sobre el resto de las ofertas. 30 puntos. Proporciona facilidad de uso presentando una buena identificación del tipo de catéter, calibre del mismo y flujo. Se incorpora en un kit integrado que disminuye las posibilidades de contaminación del campo. Efectividad durante la técnica. Garantiza mayor seguridad ya que diferencia por colores ambas luces e identifica la luz que es apta para la administración de contrastes de la que no. Buena calidad de los materiales. Posibilita la realización del recambio para permitir la recanalización, al poder introducir la guía dentro de una de las luces. Conificación inversa, que se ensancha en el tramo final y permite que haya mayor hemostasia. Incorporación de otra aguja. Muy positivo el sistema de fijación, ya que incorpora unas aletas que facilita su acomodación y aseguran una disminución de retiradas accidentales.
								IZASA HOSPITAL SL	201.67.42.24	100155886307	F33137	10	Aceptable: La oferta cumple los requisitos mínimos exigidos y mejora levemente algún aspecto en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 10 puntos. Buena calidad de los materiales. El kit no está integrado, aumentando las posibilidades de contaminación de campo y no aportando facilidad de uso en la técnica. No hace diferenciación significativa y de clara visualización entre ambas luces. No posibilita la recanalización del catéter al no poder volverse a introducir la guía. Guía muy lábil. El sistema de fijación es preformado por lo que no se acomoda con facilidad y no asegura la extracción accidental del mismo.
--	2	F33138	SU.PC.SANI.01.03.10.500006	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 2 LUCES ALTO FLUJO-LONGITUD DEL CATÉTER:[20-20];DIÁMETRO EXTERIOR:[5-5];PERIODO DE PERMANENCIA:1 mes;	Unidad (Pieza)	450	82,885000 €						
								BECTON DICKINSON, SA	P6255118	100124003065	F33138	30	Excelente: La oferta cumple las características técnicas solicitadas, y además presenta ventajas muy destacables en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. Destaca sobre el resto de las ofertas. 30 puntos. Se incorpora en un kit integrado que disminuye las posibilidades de contaminación del campo. Efectividad durante la técnica. Proporciona facilidad de uso presentando una buena identificación del tipo de catéter, calibre del mismo y flujo. Garantiza mayor seguridad ya que diferencia por colores ambas luces e identifica la luz que es apta para la administración de contrastes de la que no. Buena calidad de los materiales. Posibilita la realización del recambio para permitir la recanalización, al poder introducir la guía dentro de una de las luces. Conificación inversa, que se ensancha en el tramo final y permite que haya mayor hemostasia. Incorporación de otra aguja. Muy positivo el sistema de fijación, ya que incorpora unas aletas que facilita su acomodación y aseguran una disminución de retiradas accidentales.
								IZASA HOSPITAL SL	201.67.42.25	100155886408	F33138	10	Aceptable: La oferta cumple los requisitos mínimos exigidos y mejora levemente algún aspecto en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 10 puntos. Buena calidad de los materiales. El kit no está integrado, aumentando las posibilidades de contaminación de campo y no aportando facilidad de uso en la técnica. No hace diferenciación significativa y de clara visualización entre ambas luces. No posibilita la recanalización del catéter al no poder volverse a introducir la guía. Guía muy lábil. El sistema de fijación es preformado por lo que no se acomoda con facilidad y no asegura la extracción accidental del mismo.
								TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-32052	100153865797	F33138	20	Muy bueno: La oferta cumple las características técnicas solicitadas y aporta mejoras sustanciales en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 20 puntos. Dispone de guillotina para el corte perfecto del catéter facilitando el uso en la técnica. Se valora la calidad del catéter. Se incorpora en un kit integrado que disminuye las posibilidades de contaminación del campo. Dispone de compresor estéril. Por contra, no dispone de conificación. No cuenta con un buen sistema de seguridad en la aguja, por lo que aporta en el kit como alternativa un clava-aguja no garantizando la seguridad más adecuada.
--	3	F23746	SU.PC.SANI.01.03.10.500003	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1 LUZ-LONGITUD DEL CATÉTER:[20-20];DIÁMETRO EXTERIOR:[4-4];PERIODO DE PERMANENCIA:1 mes;	Unidad (Pieza)	4.200	81,070000 €						
								IZASA HOSPITAL SL	201.67.42.14	100155886105	F23746	0	Base: Cumple únicamente con los requisitos mínimos exigidos en el PPT y no presentan ninguna mejora. 0 puntos.
								TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-02041-ML	100101581575	F23746	20	Muy bueno: La oferta cumple las características técnicas solicitadas y aporta mejoras sustanciales en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 20 puntos. Dispone de guillotina para el corte perfecto del catéter facilitando el uso en la técnica. Se valora la calidad del catéter. Se incorpora en un kit integrado que disminuye las posibilidades de contaminación del campo. Dispone de compresor estéril. Por contra, no dispone de conificación. No cuenta con un buen sistema de seguridad en la aguja, por lo que aporta en el kit como alternativa un clava-aguja no garantizando la seguridad más adecuada.
								VYGON S.A.U.	12814202	100137554437	F23746		Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. No aporta dispositivo de fijación ni bisturí de seguridad, descrito como elemento de carácter obligatorio.
--	4	F33136	SU.PC.SANI.01.03.10.500007	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1 LUZ ALTO FLUJO-LONGITUD DEL CATÉTER:[20-20];DIÁMETRO EXTERIOR:[4-4];PERIODO DE PERMANENCIA:1 mes;	Unidad (Pieza)	900	89,540000 €						
								BECTON DICKINSON, SA	P6154118	100124003964	F33136	25	Diferenciado: La oferta cumple las características técnicas solicitadas y destaca por aportar alguna mejora muy significativas en aspectos relevantes en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 25 puntos. Dispone de un sistema integrado. Se valora como positivo la calidad del cateter. Mejor fijación. Dispone de una aguja extra. Conificación inversa, que se ensancha en el tramo final y permite que haya mayor hemostasia.
								TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-32041	100153846705	F33136	25	Diferenciado: La oferta cumple las características técnicas solicitadas y destaca por aportar alguna mejora muy significativas en aspectos relevantes en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 25 puntos. Dispone de un sistema integrado. Incorpora en el kit una guillotina que facilita el corte perfecto del cateter. Igualmente incorpora un bioconector, que hace más fácil la ejecución de la técnica.
								VYGON S.A.U.	V02771834	100163837825	F33136		Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. No aporta dispositivo de fijación ni bisturí de seguridad, descrito como elemento de carácter obligatorio.

AGRUPACIÓN	LOTE	GENERICO DE CENTRO	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	CIP OFERTADO, en su caso	GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO EN EL CASO DE MULTICIP	PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA
Agrupación I- Cateter IV Periférico con sistema de seguridad													
1	5	B50494	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[16-16];	Unidad (Pieza)	60.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47166430HU	100165806915	B50494		
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251709-01	100102945855	B50494		
								IBERIAN CARE 2016,SL	47166430HU	100160192000	B50494		
								KRAPE,S.A.	180077	100165873386	B50494		
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8016 1V/32	100165996722	B50494		
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3768522	100166001481	B52831		
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS1645SD	100165825109	B52831		
1	6	B38363	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	Unidad (Pieza)	290.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47188130MY	100154296741	B38363		
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251687-01	100013683516	B38363		
								IBERIAN CARE 2016,SL	47188130HU	100159246741	B38363		
								KRAPE,S.A.	180072	100165873386	B38363		
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8018 1V/32	100165996924	B38363		
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3788522	100165981377	B38363		
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS1832SD	100165837221	B38363		
1	7	B39199	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];	Unidad (Pieza)	1.020.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47207430MY	100154325946	B39199		
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251644-01	100013683314	B39199		
								IBERIAN CARE 2016,SL	47207430HU	100159257651	B39199		
								KRAPE,S.A.	180073	100165873689	B39199		
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8020 1V/32	100165997136	B39199		
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3738522	100165981175	B39199		
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS2032SD	100165837524	B39199		
1	8	B39200	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];	Unidad (Pieza)	470.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47225330MY	100154326057	B39200		
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251628-01	100013683213	B39200		
								IBERIAN CARE 2016,SL	47225330HU	100159247054	B39200		
								KRAPE,S.A.	180074	100165873881	No identificado		
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8022 1V/25	100165997338	B39200		
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3728522	100165981276	B39200		
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS2225SD	100165837625	B39200		
1	9	B39196	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Unidad (Pieza)	280.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47245430MY	100154326158	B39196		
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251601-01	100013683112	B39196		
								IBERIAN CARE 2016,SL	47245430HU	100159257853	B39196		
								KRAPE,S.A.	180075	100165874093	No identificado		
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8024 1V/19	100165997439	B39196		
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3718523	100165981478	B39196		
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS2419SD	100165837423	B39196		

AGRUPACIÓN	LOTE	GENERICO DE CENTRO	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	CIP OFERTADO, en su caso	GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO EN EL CASO DE MULTICIP	PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA
1	10	B38829	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[40-60];Diámetro :[14-14];	Unidad (Pieza)	85.000	0,617100 €						
								AMEVISA, S.A.	47146530HU	100165806713	B38829	0	Base: Cumple únicamente con los requisitos mínimos exigidos en el PPT y no presentan ninguna mejora. 0 puntos. Se desprenden con facilidad diferentes elementos que integra el catéter. Deficiente deslizamiento de la aguja sobre el catéter dificultando la técnica. Garantiza flujos menores con respecto a otros de igual calibre. Fácil acodamiento.
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251717-01	100013683718	B38829	30	Excelente: La oferta cumple las características técnicas solicitadas, y además presenta ventajas muy destacables en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. Destaca sobre el resto de las ofertas. 30 puntos. Se ha valorado muy positivamente, que presenta un diámetro mayor en su interior aportando mayores flujos. Buen sistema de cámara de visualización de sangre con tapón y filtro hidrófugo aportando facilidad en la técnica, con un deslizamiento suave dentro del cateter. Tamaño adecuado, con buena ergonomía y facilitando su agarre. Buen sistema Luer-Lock garantizando mayor seguridad ante desconexiones accidentales.
								IBERIAN CARE 2016,SL	47146530HU	100160298676	B38829	0	Base: Cumple únicamente con los requisitos mínimos exigidos en el PPT y no presentan ninguna mejora. 0 puntos.Se desprenden con facilidad diferentes elementos que integra el catéter. Deficiente deslizamiento de la aguja sobre el catéter dificultando la técnica. Garantiza flujos menores con respecto a otros de igual calibre. Fácil acodamiento.
								KRAPE,S.A.	180070	100165873689	No identificado	0	Base: Cumple únicamente con los requisitos mínimos exigidos en el PPT y no presentan ninguna mejora. 0 puntos.
								NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DDCA8014 1V/45	100165997732	B38829	5	Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y mejora levemente algún aspecto sin relevancia en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. 5 puntos. Buen deslizamiento de la aguja sobre el catéter. Ergonomía que dificulta la técnica. Calidad deficiente del sistema de seguridad.
								NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3778524	100164155737	B38829		Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Las longitudes no cumplen los requisitos mínimos exigidos.
								TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	SR+DS1445SD	100165837322	B38829		Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Las longitudes no cumplen los requisitos mínimos exigidos.
Agrupación II- Cateter IV Periférico antireflujo con sistema de seguridad													
2	11	E92581	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[16-16];	Unidad (Pieza)	2.000	0,931700 €						
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251136-01	100106603401	E92581		
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.	VW164511	100126123776	E92581		
								KRAPE,S.A.	180061	100165876518	No identificado		
2	12	E71235	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	Unidad (Pieza)	37.000	0,931700 €						
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251131-01	100102947572	E71235		
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.	VW183211	100126123978	E71235		
								KRAPE,S.A.	180062	100165874093	No identificado		
2	13	E71236	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];	Unidad (Pieza)	290.000	0,931700 €						
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251130-01	100102939096	E71236		
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.	VW203211	100126132969	E71236		
								KRAPE,S.A.	180063	100165874194	No identificado		
2	14	E85114	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];	Unidad (Pieza)	120.000	0,931700 €						
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251128-01	100102947279	E85114		
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.	VW222511	100126124180	E85114		
								KRAPE,S.A.	180064	100165876518	No identificado		

AGRUPACIÓN	LOTE	GENERICO DE CENTRO	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	CIP OFERTADO, en su caso	GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO EN EL CASO DE MULTICIP	PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA
2	15	E85115	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Unidad (Pieza)	8.000	0,931700 €						
								B. BRAUN MEDICAL, SA	4251127-01	100102947178	E85115		
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A	NW241901	100126115593	E85115		
								KRAPE,S.A.	180.065	100165876518	No identificado		
				2				B. BRAUN MEDICAL, SA				30	Excelente: La oferta cumple las características técnicas solicitadas, y además presenta ventajas muy destacables en cuanto a los criterios especificados por cada lote y agrupación de lotes, que se justificarán en el informe técnico. Destaca sobre el resto de las ofertas. 30 puntos. Se ha valorado muy positivamente, que presenta un diámetro mayor en su interior aportando mayores flujos. Buen sistema de cámara de visualización de sangre con tapón y filtro hidrófugo aportando facilidad en la técnica, con un deslizamiento suave dentro del cateter. Tamaño adecuado, con buena ergonomía y facilitando su agarre. Buen sistema Luer-Lock garantizando mayor seguridad ante desconexiones accidentales.
								GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A					Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. No dispone de una valvula antirreflujo que garantice una buena efectividad de la salida de sangre hacia el exterior.
								KRAPE,S.A.					Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. El sistema de seguridad que presenta es activo y no pasivo como se indica en el PPT. No dispone de una valvula antirreflujo que garantice una buena efectividad de la salida de sangre hacia el exterior.