

ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO SU.PC.SANI.04.06 DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, POR PRECIOS UNITARIOS AL AMPARO DE DEL ART. 16.3.a) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - DISTRIBUCIÓN DE AGRUPACION/LOTES _ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| AGRUP | LOTE | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | NOMBRE | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES |
|--|------|----------------------------|---|------------------------|--|
| AGRUPACIÓN 1 - PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA | | | | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.04.06.10.100017 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP | Unidad | Posición:derecho |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.04.06.10.100004 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP | Unidad | Posición:izquierdo; |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.04.06.14.600000 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO | Unidad | Posición:Derecha; |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.04.06.14.600000 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO | Unidad | Posición:Izquierda; |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:no; |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:si; |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.04.06.13.100001 | COMPONENTE ROTULIANO | Unidad | Composicion:polietileno;Cementada:si; |
| AGRUPACIÓN 2 - PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE | | | | | |
| 2 | 8 | SU.PC.SANI.04.06.10.300003 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co | Unidad | Posición:Derecha; |
| 2 | 9 | SU.PC.SANI.04.06.10.300003 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co | Unidad | Posición:Izquierda; |
| 2 | 10 | SU.PC.SANI.04.06.12.000002 | INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Morfología del polietileno:Bicruzado estabilizado;Posición del polietileno:Derecho; |
| 2 | 11 | SU.PC.SANI.04.06.12.000002 | INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Morfología del polietileno:Bicruzado estabilizado;Posición del polietileno:Izquierdo; |
| 2 | 12 | SU.PC.SANI.04.06.14.600000 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO | Unidad | Posición:Derecha; |
| 2 | 13 | SU.PC.SANI.04.06.14.600000 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO | Unidad | Posición:Izquierda; |
| 2 | 14 | SU.PC.SANI.04.06.13.100001 | COMPONENTE ROTULIANO | Unidad | Composicion:polietileno;Cementada:si; |
| AGRUPACIÓN 3 - PRÓTESIS DE RODILLA NO CEMENTADA | | | | | |
| 3 | 15 | SU.PC.SANI.04.06.10.200000 | COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | |
| 3 | 16 | SU.PC.SANI.04.06.10.400000 | COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | |
| 3 | 17 | SU.PC.SANI.04.06.14.100003 | COMPONENTE TIBIAL NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | Inserto móvil |
| 3 | 18 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Vástago central:no;Tibia:móvil;Posterior estabilizada:no; |
| 3 | 19 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Vástago central:si;Tibia:móvil;Posterior estabilizada:si; |
| AGRUPACIÓN 4 - PRÓTESIS BIARTICULAR CEMENTADA ACERO | | | | | |
| 4 | 20 | SU.PC.SANI.04.06.05.000002 | VASTAGO CEMENTADO/ ACERO | Unidad | Posicion:ambidiestro; Apoyo en calcar:no; |
| 4 | 21 | SU.PC.SANI.04.06.03.000002 | CABEZA ACERO INOXIDABLE | Unidad | Composición:acero; |
| 4 | 22 | SU.PC.SANI.04.06.01.000003 | CUPULA BIPOLAR | Unidad | Composición:acero; |
| 4 | 23 | SU.PC.SANI.04.06.01.100005 | COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO | Unidad | |
| AGRUPACIÓN 5 - PRÓTESIS CADERA TOTAL DOBLE MOVILIDAD | | | | | |
| 5 | 24 | SU.PC.SANI.04.06.01.100006 | COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | Modo de fijación: tornillos; Composición: Titanio + Aluminio + Vanadio; Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no; |
| 5 | 25 | SU.PC.SANI.04.06.01.100006 | COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | Composición: Acero; Modo de fijación: otros; Ceja antiluxante: si; Polietileno adosado: no; |
| 5 | 26 | SU.PC.SANI.04.06.02.200005 | INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: Presión a través de la cabeza; Pendiente del inserto: [0-0]; |
| 5 | 27 | SU.PC.SANI.04.06.02.200005 | INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Ceja antiluxante: si; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0]; |
| 5 | 28 | SU.PC.SANI.04.06.03.100001 | CABEZA ALEACION METALICA | Unidad | Composición: Cr-Co-Mo; |
| 5 | 29 | SU.PC.SANI.04.06.03.200002 | CABEZA CERAMICA | Unidad | Composición: ceramica + alumina; |
| 5 | 30 | SU.PC.SANI.04.06.05.100003 | VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO | Unidad | Posicion: ambidiestro; Composición: Titanio + hidroxiapatita; Curvatura: estandar; Apoyo en calcar: no; |
| 5 | 31 | SU.PC.SANI.04.06.05.100003 | VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO | Unidad | Posicion: ambidiestro; Composición: Titanio + hidroxiapatita; Curvatura: recta; Apoyo en calcar: no; |
| 5 | 32 | SU.PC.SANI.04.06.01.100009 | COTILO CEMENTADO METÁLICO | Unidad | Ceja antiluxante: si; |
| 5 | 33 | SU.PC.SANI.04.06.01.800001 | TORNILLO COTILOIDEO | Unidad | |

| AGRUP | LOTE | CLASIFICACIÓNUNIVERSAL | NOMBRE | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES |
|---|------|----------------------------|--|------------------------|---|
| AGRUPACIÓN 6 - PRÓTESIS CADERA TOTAL NO CEMENTADA | | | | | |
| 6 | 34 | SU.PC.SANI.04.06.03.100001 | CABEZA ALEACION METALICA | Unidad | Composición:cromo cobalto; |
| 6 | 35 | SU.PC.SANI.04.06.03.200002 | CABEZA CERAMICA | Unidad | Composición:cerámica; |
| 6 | 36 | SU.PC.SANI.04.06.01.100006 | COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO | Unidad | Composición:Titanio; Modo de fijación:otros; Ceja antiluxante:no; Polietileno adosado:no; |
| 6 | 37 | SU.PC.SANI.04.06.05.100002 | VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO | Unidad | Composición:Titanio; Apoyo en calcar:no; |
| 6 | 38 | SU.PC.SANI.04.06.05.100003 | VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO | Unidad | Composición:Titanio; Apoyo en calcar:no; |
| 6 | 39 | SU.PC.SANI.04.06.02.200002 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Ceja antiluxante:no; Pendiente del inserto:[0-0]; |
| 6 | 40 | SU.PC.SANI.04.06.02.200002 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Ceja antiluxante:si; |
| 6 | 41 | SU.PC.SANI.04.06.02.200003 | INSERTO DE CERAMICA | Unidad | Ceja antiluxante:no;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; |
| AGRUPACIÓN 7 - RODILLA ROTACIONAL | | | | | |
| 7 | 42 | SU.PC.SANI.04.06.08.000003 | PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / INSERTO | Unidad | Posición:ambidiestro; Sistema de fijación:quilla. |
| 7 | 43 | SU.PC.SANI.04.06.08.100000 | PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA | Unidad | Posición:derecho;Composición:cr-co-mo y pe;Recubrimiento:sin recubrimiento. |
| 7 | 44 | SU.PC.SANI.04.06.08.100000 | PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA | Unidad | Posición:izquierdo;Composición:cr-co-mo y pe;Recubrimiento:sin recubrimiento. |
| 7 | 45 | SU.PC.SANI.04.06.13.100001 | COMPONENTE ROTULIANO | Unidad | Composición:polietileno; Cementada:ambos. |
| 7 | 46 | SU.PC.SANI.04.06.15.500000 | EXTENSIONES | Unidad | Composición:aleación metálica;Región anatómica:femoro-tibial. |
| 7 | 47 | SU.PC.SANI.04.06.15.900001 | BLOQUE FEMORAL / metálico | Unidad | Posición distal;Composición: titanio. |
| 7 | 48 | SU.PC.SANI.04.06.15.900002 | BLOQUE TIBIAL / metálico | Unidad | Composición:titanio; Morfología: hemicuña angulada. |
| AGRUPACIÓN 8 - PRÓTESIS DE HOMBRO ANATOMICO E INVERTIDO | | | | | |
| 8 | 49 | SU.PC.SANI.04.06.31.100006 | CABEZA HUMERAL / ALEACION METAL | Unidad | |
| 8 | 50 | SU.PC.SANI.04.06.31.400002 | VASTAGO CEMENTADO | Unidad | Aleta antirrotatoria:no; |
| 8 | 51 | SU.PC.SANI.04.06.31.400006 | COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS | Unidad | Composición:Titanio + hidroxiapatita;Recubrimiento:metálico; |
| 8 | 52 | SU.PC.SANI.04.06.31.500002 | ADAPTADOR PARA CABEZA | Unidad | |
| 8 | 53 | SU.PC.SANI.04.06.34.000000 | ESFERA GLENOIDEA | Unidad | |
| 8 | 54 | SU.PC.SANI.04.06.34.100000 | BASE GLENOIDEA | Unidad | Fijación:tornillos; |
| 8 | 55 | SU.PC.SANI.04.06.34.200002 | VASTAGO NO CEMENTADO C/ RECUBRIMIENTO CERAMICO | Unidad | |
| 8 | 56 | SU.PC.SANI.04.06.34.200004 | COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS | Unidad | |
| 8 | 57 | SU.PC.SANI.04.06.34.300000 | POLIETILENO HUMERAL | Unidad | Cementado:no; |
| 8 | 58 | SU.PC.SANI.04.06.34.500000 | TORNILLOS | Unidad | |
| AGRUPACIÓN 9 - PRÓTESIS DE MANO | | | | | |
| 9 | 59 | SU.PC.SANI.04.06.41.300008 | PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: CUPULA TRAPEZOIDAL | Unidad | |
| 9 | 60 | SU.PC.SANI.04.06.41.300011 | PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: CABEZA/CUELLO | Unidad | |
| 9 | 61 | SU.PC.SANI.04.06.41.300015 | PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: COMPONENTE METACARPIANO METALICO NO CEMENTADO | Unidad | |
| AGRUPACIÓN 10 - PRÓTESIS HIPOALERGENICA | | | | | |
| 10 | 62 | SU.PC.SANI.04.06.10.100000 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACION LCP | Unidad | Derecho |
| 10 | 63 | SU.PC.SANI.04.06.10.100000 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACION LCP | Unidad | Izquierdo |
| 10 | 64 | SU.PC.SANI.04.06.10.100020 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL C/ CONSERVACION LCP | Unidad | Derecho |
| 10 | 65 | SU.PC.SANI.04.06.10.100020 | COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL C/ CONSERVACION LCP | Unidad | Izquierdo |
| 10 | 66 | SU.PC.SANI.04.06.14.000001 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO S/NIQUEL | Unidad | Posición:izquierdo;Inserto:fijo;Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente:Bandeja Tibial; |
| 10 | 67 | SU.PC.SANI.04.06.14.000001 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO S/NIQUEL | Unidad | Posición:derecho;Inserto:fijo;Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente:Bandeja Tibial; |
| 10 | 68 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Posición:ambidiestro;Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:no; |
| 10 | 69 | SU.PC.SANI.04.06.12.000000 | INSERTO DE POLIETILENO | Unidad | Posición:ambidiestro;Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:si; |
| 10 | 70 | SU.PC.SANI.04.06.12.000002 | INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Morfología del polietileno:Bicruzado estabilizado;Posición del polietileno:Derecho; |
| 10 | 71 | SU.PC.SANI.04.06.12.000002 | INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO | Unidad | Morfología del polietileno:Bicruzado estabilizado;Posición del polietileno:Izquierdo; |
| 10 | 72 | SU.PC.SANI.04.06.13.100001 | COMPONENTE ROTULIANO | Unidad | Composicion:polietileno;Cementada:si; |

| AGRUP | LOTE | CLASIFICACIÓNUNIVERSAL | NOMBRE | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES |
|---|------|----------------------------|---|------------------------|--|
| AGRUPACIÓN 11 - CADERA DE VÁSTAGO CORTO | | | | | |
| 11 | 73 | SU.PC.SANI.04.06.01.800001 | TORNILLO COTILOIDEO | Unidad | Sin recubrimiento; Composición:Titanio. |
| 11 | 74 | SU.PC.SANI.04.06.01.100007 | COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO CERAMICO | Unidad | Composición:Titanio; Modo de fijación:tornillos; Ceja antiluxante:no; Polietileno adosado:no. |
| 11 | 75 | SU.PC.SANI.04.06.02.200003 | INSERTO DE CERAMICA | Unidad | Ceja antiluxante:no; SISTEMA DE FIJACION: presion; Pendiente del inserto:[0-0]. |
| 11 | 76 | SU.PC.SANI.04.06.05.100003 | VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO | Unidad | Posicion:ambidiestro; Composición:Titanio + hidroxiapatita; Apoyo en calcar:no; Tipo Minivástago. Offset |
| 11 | 77 | SU.PC.SANI.04.06.03.200002 | CABEZA CERAMICA | Unidad | Composición:cerámica. |

| <div> Especificaciones Técnicas Adicionales _ AGRUPACIÓN 11 </div> |
|--|
| <div> <p>Vástago conservador de longitud menor o igual a 11 cm en todas sus tallas.</p> <p>Cónico en la transición meta-diafisaria para estabilidad axial.</p> <p>Porción distal cilíndrica.</p> <p>Seis o más tamaños disponibles.</p> <p>Todos los tamaños en version offset Standard y offset Extendido.</p> </div> |
| <div> Especificaciones Técnicas Adicionales _ AGRUPACIÓN 4 </div> |
| <div> <p>El inserto de polietileno debe de estar incluido en la Cupula bipolar</p> </div> |