

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PARCIAL DE LA AGRUPACIÓN 3 (LOTES 5 AL 9) DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN NÚM. 0000248/2023, Núm.CCA: +6.6W2QTJK - Núm. Expte. Giro: CONTR 2023 357883, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS, VÍTRECTOMIA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI.04.18 (LENTE INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS, PROMOVIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En Cádiz, a la fecha de su firma, se ha visto por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario “PUERTA DEL MAR” de Cádiz, el expediente referenciado, resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 21 de Marzo de 2023 se acuerda el inicio del expediente referenciado, promovido por la Central Provincial de Compras de Cádiz mediante procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de 6.806.282,60 € , incluido IVA y un importe total del valor máximo estimado de 16.935.520,74, IVA excluido e incluidas las eventuales prórrogas y/o modificaciones, para un periodo de ejecución de 24 meses, estando previsto un plazo máximo de prórroga de 36 meses, siendo informado favorablemente por la Asesoría Jurídica Provincial con fecha 11 de Abril de 2023.

2. Seguida la tramitación del procedimiento, dictada la correspondiente Resolución de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, se emite Resolución de fecha 12 de Mayo de 2023, de esta Dirección Gerencia, aprobando el expediente de contratación y se dispone a la apertura del procedimiento de adjudicación.

El día 30 de Mayo de 2023 se publica anuncio de licitación en el DOUE con referencia 2023/S 102-322188 y en el Perfil del Contratante con referencia 2023-0001248415 .

El plazo de presentación de ofertas finalizó el 07 de julio de 2023 a las 14:00 horas.

3. Previa la tramitación procedente, en fecha 22 de julio de 2024 se emite Resolución de Adjudicación del expediente de contratación administrativa referenciado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ

26/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9

PÁG. 1/7



4. En fecha 13 de agosto de 2024, se recibe requerimiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (RCT-307/2023), en relación al Recurso Especial en materia de contratación interpuesto por la empresa ALCON HEALTHCARE, S.A contra la Resolución de Adjudicación señalada en el hecho tercero, agrupación 3 (Lotes del 5 al 9) .

Seguida la tramitación oportuna, de conformidad con los artículos 44 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en fecha 17 de enero de 2023, se recibe Resolución 25/2023 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, por la que se resuelve el Recurso Especial en materia de contratación, interpuesto por la empresa citada en el que se dispone:

PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad ALCON HEALTHCARE, S.A contra el acuerdo de adjudicación del contrato denominado “SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS, VÍTRECTOMIA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI.04.18 (LENTES INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” , (Expte. 248/2023) con relación a la agrupación 3 (Lotes 5 a 9) promovido por el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, adscrito al Servicio Andaluz de Salud, con los efectos establecidos en el fundamento de derecho séptimo.

5. Con fecha 22 de octubre de 2024 se emite por parte de la Dirección Económica Administrativa de la Central Provincial de Compras de Cádiz, Diligencia en la que se hace constar, de conformidad con el contenido de la Resolución del TARCJA, el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento de adjudicación respecto de la agrupación 3 (Lotes 5 a 9).

6. El día 8 de noviembre de 2024 (acta nº 10) la Mesa de Contratación del Hospital Universitario "Puerta del Mar" de Cádiz y de la Central Provincial de Compras de Cádiz formula propuesta de adjudicación relativa al expediente señalado, de la agrupación 3 (Lotes 5 a 9), acordando su remisión a este órgano de contratación junto con el expediente del que dimana. Las actuaciones realizadas por el órgano asesor han sido:

a) El día 8 de octubre de 2024 (Acta n.º 9), tras el recurso interpuesto por la mercantil Alcon Healthcare S.A. contra la adjudicación de la agrupación 3 (lotes 5 a 9) a la entidad Dorc España

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	26/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9	PÁG. 2/7	

S.L. y la estimación parcial del mismo por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía a través de la Resolución 351/2024, de fecha 11 de septiembre de 2024, a través de la cual se acordó la anulación de la adjudicación de la mencionada agrupación, en la que, de manera literal el **Fundamento de derecho séptimo de la mencionada Resolución**, determinó *“la retroacción de las actuaciones al momento del análisis y valoración de las ofertas técnicas con el fin de que se excuya a la adjudicataria de la agrupación n.º 3 por no adecuarse su oferta a los requerimientos mínimos establecidos en el PPT, en los términos analizados en la presente Resolución, y continuar el procedimiento hasta su finalización”*, y siendo la recurrente la siguiente y única mercantil a la que se puede adjudicar la agrupación en cuestión, se procede a incluir la puntuación obtenida por la misma en la agrupación n.º 3:

Empresa Licitadora	Agrup.	Lote	Puntuación Criterios no Automáticos	Puntuación Criterios Automáticos	Puntuación Criterios Técnicos Automáticos	Puntuación Total.	Puntuación total agrupación	Puntuación media agrupación.
Alcon Healthcare S.A	3	5	29	50	7	86	410	82
		6	36	50	7	93		
		7	20	50	7	77		
		8	20	50	7	77		
		9	20	50	7	77		

Seguidamente, en consecuencia de la valoración anterior, la Mesa de Contratación determina que la oferta de la mercantil Alcon Healthcare S.A. resulta ser la técnico – económica más ventajosa, y acuerda requerir, como documentación previa a la adjudicación, únicamente la que se menciona a continuación (el resto de documentación no resulta necesaria por ya constar en este expediente de contratación al resultar la mercantil propuesta adjudicataria de otros lotes):

1º.- Documento de la Caja Central o alguna de las Cajas Provinciales de Depósito de la Consejería de Economía y Hacienda acreditativo de la constitución, a disposición del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz SS1118 CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (C.I.F. Q9150013B), de la Garantía definitiva y que asciende a la cantidad de cuarenta y nueve mil quinientos dos euros con cuarenta y nueve céntimos //49.502,49 €/

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	26/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9	PÁG. 3/7	

Agrup.	Lote	Garantía
3	5	3.114,05 €
	6	2.739,67 €
	7	24.731,41 €
	8	6.272,73 €
	9	12.644,63 €
TOTAL		49.502,49 €

2º.- Respecto de los Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social que se indica con el apartado 4) del Anexo adjunto, deberán aportar:

- Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda, justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Certificación positiva expedida por el órgano competente de la A.E.A.T., justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- Certificación positiva de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social acreditando que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, según el modelo específico de la LCSP.
- Anexo XII Contratista, debidamente cumplimentado, y firmado.

b) El día 8 de noviembre de 2024, se procede a comprobar que la mercantil requerida ha presentado a través del Portal de Licitación Electrónica - SiREC la documentación previa a la adjudicación, por lo que, se acuerda por unanimidad de los miembros de la Mesa de Contratación propuesta de adjudicación del contrato referente a la agrupación n.º 3 (lotes 5, 6, 7, 8 y 9) a favor de la siguiente licitadora:

Agrup.	Lote	Empresa Licitadora	Importe de la adjudicación (IVA excluido)	Importe total de la adjudicación (IVA excluido)	Garantía Definitiva
3	5	Alcon Healthcare S.A.	62.280,99 €	990.049,59 €	49.502,49 €
	6		54.793,39 €		

Agrup.	Lote	Empresa Licitadora	Importe de la adjudicación (IVA excluido)	Importe total de la adjudicación (IVA excluido)	Garantía Definitiva
	7		494.628,10 €		
	8		125.454,55 €		
	9		252.892,56 €		

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente el Director Gerente del Hospital Universitario “Puerta del Mar” de Cádiz, en cuando Órgano de Contratación, en virtud de las facultades delegadas que le confiere la Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos (BOJA n.º 22, de 2 de febrero de 2022)

Vistos los antecedentes expuestos y los preceptos legales y reglamentarios de general aplicación, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE

1.- Adjudicar la Agrupación 3 (Lotes 5 a 9) del expediente administrativo de contratación 0000248/2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS, VÍTRECTOMIA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI.04.18 (LENTES INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PROMOVIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, según se detalla por un periodo de 24 meses, estando previsto un plazo máximo de prórroga de 36 meses.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	26/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9	PÁG. 5/7	

ADJUDICACIÓN POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE LOTES

A	L	Empresa	Catálogo SAS	GC	Ref.	Oferta licitador, IVA excluido	% IVA	Oferta licitador, IVA incluido	Importe Adjudicació n, IVA excluido	Importe Adjudicació n, IVA incluido.
					CIP Oferta					
3	5	Alcon Healthcare S.A.	SU.PC.SANI.0 1.16.05.50000 1	F26498	8065751113	113,32 €	21 %	137,12 €	62.280,99 €	75.360,00 €
	6		SU.PC.SANI.0 1.16.05.50000 3	E52871	8065752554	140,75 €	21 %	170,31 €	54.793,39 €	66.300,00 €
	7		SU.PC.SANI.0 1.01.50.50000 1	D2998 6	CPKESCV463 532	308,67 €	21 %	373,49 €	494.628,10 €	598.500,00 €
	8		SU.PC.SANI.0 1.01.50.50000 1	D2997 6	CPKESCV786 611	309,13 €	21 %	374,05 €	125.454,55 €	151.800,01 €
	9		SU.PC.SANI.0 1.01.50.50000 1	E88282	CPKESCV453 686	342,18 €	21 %	414,04 €	252.892,56 €	306.000,00 €

ADJUDICACIÓN POR EMPRESA

Empresa Licitadora	Agrup	Lote	Impt. Adj (IVA excluido)	Importe Prórroga	Importe IVA Prórroga	Importe de la modificación prevista	VME (IVA excl.)
Alcon Healthcare S.A.	3	5	62.280,99 €	93.421,49 €	19.618,51 €	31.140,50 €	186.842,98 €
		6	54.793,39 €	82.190,09 €	17.259,92 €	27.396,69 €	164.380,17 €
		7	494.628,10 €	741.942,15 €	155.807,85 €	247.314,05 €	1.483.884,30 €
		8	125.454,55 €	188.181,83 €	39.518,18 €	62.727,27 €	376.363,65 €
		9	252.892,56 €	379.338,84 €	79.661,16 €	126.446,28 €	758.677,68 €
TOTAL ADJUDICACIÓN ALCON HEALTHCARE S.A.			990.049,59 €	1.485.074,40 €	311.865,62 €	495.024,79 €	2.970.148,78 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	26/11/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9	PÁG. 6/7



2.- Notificar la adjudicación a la empresa licitadora y publicar la misma en el perfil del contratante, indicándose que el plazo en que debe precederse a la formalización del preceptivo contrato por quien haya resultado adjudicatario, será de conformidad con el artículo 153.3 de la LCSP.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 y siguientes, de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público el cual tiene carácter potestativo, y se presentará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se haya realizado la notificación de esta resolución de adjudicación o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa Administrativa.

En caso de interposición de recurso especial en materia de contratación, el escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del Órgano de Contratación (Registro General del Hospital Universitario “Puerta del Mar” de Cádiz) o en el del órgano competente para la resolución del recurso, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla o Registro Auxiliar en la C/Inca Garcilaso nº 3, Edificio Expo. Isla de la Cartuja, Sevilla), dentro del plazo referenciado en el párrafo anterior.

En Cádiz, a fecha de su firma.

EL DIRECTOR GERENTE DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “PUERTA DEL MAR” DE CÁDIZ

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ

26/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmCAMC24AP3SUMPQ34L4GDJHQD9

PÁG. 7/7



INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA CIRUGÍA DE CATARATAS Y DE VITRECTOMÍA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI. 04.18 (LENTE INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

Índice	Página
❖ 1. ANTECEDENTES	1
❖ 2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	4
❖ 3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	4
❖ 4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS	7
❖ 5. RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN AGRUPACIÓN Y LOTES	48

1.- ANTECEDENTES. -

Procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA CIRUGÍA DE CATARATAS Y DE VITRECTOMÍA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI. 04.18 (LENTE INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 0000248/2023

Presupuesto de licitación: 5.645.173,59 € (IVA excluido) Total: 6.806.282,60 € (IVA incluido)
Plazo de ejecución: 24 meses.

Al objeto de valorar los criterios no automáticos, la Mesa de Contratación nombra a los siguientes integrantes:

Orden	Categoría
1	Javier Benítez del Castillo Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital de Jerez
2	Francisco Javier Lavid de los Mozos Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Punta Europa de Algeciras
3	Carlos J. Cornejo Castillo Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Puerta del Mar y Hospital San Carlos
4	Mª Jesús Huertos Carrillo F.E.A Oftalmología del Hospital de Puerto Real
5	Mª Angeles Hernández Ortega Jefa de Sección de Oftalmología del Hospital de La Línea

Al mismo tiempo, por unanimidad de los miembros de la Comisión se acuerda delegar en D. Carlos J. Cornejo Castillo, a los efectos de que pueda realizar las aclaraciones o subsanaciones solicitadas al presente informe por la Mesa de Contratación.

Requerida la Comisión Técnica para la valoración de los criterios no automáticos (Sobre 2) de las ofertas presentadas para el contrato referenciado, de acuerdo con los aspectos técnicos detallados en las mismas, se procede a la emisión del presente **INFORME**, en función del análisis inicial de la documentación presentada por las empresas licitadoras en función de los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo A al Cuadro Resumen 1, con el siguiente tenor literal:

AGRUPACIÓN 1 (LOTES 1 Y 2) AGRUPACIÓN 2 (LOTES 3 Y 4) AGRUPACIÓN 4 (LOTES 10 Y 11) AGRUPACIÓN 5 (LOTES 12 Y 13) AGRUPACIÓN 6 (LOTES 14 Y 15) AGRUPACIÓN 7 (LOTES 16, 17 y 18) LOTES 21 A 33, AMBOS INCLUSIVE

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN TÉCNICOS NO AUTOMÁTICOS. PONDERACIÓN 40 PUNTOS.

En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT:

Calidad del material: Las características de los materiales y la composición de los productos ofertados **20 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 10 a 20
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 10
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Facilidad de utilización: Condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Seguridad: La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales) **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

UMBRAL MÍNIMO: 20 PUNTOS. Si la puntuación obtenida por una oferta en los criterios de adjudicación no automáticos es inferior al umbral mínimo, dicha oferta no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

AGRUPACIÓN 3 (LOTES 5 A 9 AMBOS INCLUSIVE)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN TÉCNICOS NO AUTOMÁTICOS. PONDERACIÓN 40 PUNTOS.

En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT:

Calidad del material: Las características de los materiales y la composición de los productos ofertados **20 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 10 a 20
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 10
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Facilidad de utilización: Condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Seguridad: La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales) **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

UMBRAL MÍNIMO: 20 PUNTOS. Si la puntuación obtenida por una oferta en los criterios de adjudicación no automáticos es inferior al umbral mínimo, dicha oferta no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

LOTES 19 Y 20

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN TÉCNICOS NO AUTOMÁTICOS. PONDERACIÓN 50 PUNTOS.

1.1.- En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT:

Calidad del material: Las características de los materiales y la composición de los productos ofertados **20 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 10 a 20
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 10
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Facilidad de utilización: Condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

Seguridad: La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales) **10 puntos**

Para la valoración de cada oferta presentada se utilizará la siguiente escala:



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

		PUNTOS
Muy Adecuado	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.	De 5 a 10
ADECUADO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración	De 1 a menor de 5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración	0

1.2. Características adicionales de los equipos FACOEMULSIFICADOR cedidos por las empresas licitadoras (10 puntos)

Se valorarán mejoras adicionales de los FACOEMULSIFICADORES a las recogidas en el apartado 2.1.2. del PPT, entre las que cabe destacar:

- Disponer de una bomba dual, peristáltica y Venturi, en el mismo casete
- Tener la posibilidad de realizar vitrectomía anterior de 23, 25 y 27 G a 15.000 cpm con vitreotomo de doble corte
- Sistema de infusión dinámica con control PIO
- Control de ultrasonidos lineal y elíptico ajustable
- Control de ultrasonidos lineal y torsional ajustable

UMBRAL MÍNIMO: 25 PUNTOS. Si la puntuación obtenida por una oferta en los criterios de adjudicación no automáticos es inferior al umbral mínimo, dicha oferta no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, quedarán excluida de la licitación.

Oferta económica.

Si alguna de las ofertas presentadas superase el precio unitario de licitación, todas las ofertas que se encuentren en la misma agrupación que aquella, resultarán excluidas, por ser indivisible la adjudicación de la agrupación.

2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS.

Orden	Empresas Licitadoras
1	ABBVIE SPAIN, S.L.U.
2	AJL OPHTHALMIC, S.A.
3	ALCON HEALTHCARE, S.A.
4	AMEVISA, S.A.
5	BAUSCH & LOMB, S.A.
6	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.
7	DORC España S.L.
8	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
9	EXPLOLASER, SL
10	GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL
11	Iberian Car 2016 S.L.
12	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.
13	LABORATORIO FARMACEUTICO LCA S.L.
14	LJO OPHTEC ESPAÑA SLU
15	Medical Mix, S.L.U.
16	MEDICONTUR AVI, SL.
17	Meiji Pharma Spain, S.A.
18	OFTALMICA INSTRUMENTS, S.L.
19	OPTIMUM VISION CARE, S.A.
20	PRIM, S.A.
21	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)
22	VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL
23	W. M. BLOSS, S.A.

3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

En el PPT se establece que las características técnicas de los bienes objeto de licitación aparecen detalladas en el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Adicionalmente a las características técnicas establecidas en el catálogo de bienes y Servicios del SAS para cada artículo objeto de licitación, será necesario que los productos ofertados reúnan las prescripciones técnicas adicionales que se especifican en el Anexo II de este Pliego. No se considerarán las ofertas de productos con CIP emitido con arreglo a especificaciones técnicas, atributos y/o medidas correspondientes a otros GC del Banco de Bienes y Servicios.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las disposiciones vigentes exigen al diseño, fabricación, acondicionamiento, etiquetado y comercialización del mismo. Se requerirá al adjudicatario o adjudicatarios el cumplimiento de estos requisitos durante la vigencia del contrato.

En el momento de la valoración de las ofertas se han tenido en cuenta las rectificaciones que ha sufrido el PPT por medio de Resoluciones de corrección de errores materiales de fechas 08/06/2023 y 20/06/2023, así como la Nota informativa relativa a las preguntas formuladas por las empresas durante el periodo de licitación del expediente.

3.1.- Análisis de fichas técnicas ofertadas en relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT.

Tal y como se ha comentado anteriormente, en el PPT se establece que los productos ofertados deberán encontrarse inscritos y asociados en el Catálogo del Servicio Andaluz de Salud, y se identificarán mediante la presentación del Certificado Código de Identificación del Producto, de conformidad con lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

Se ha constatado para algunas de las ofertas analizadas que su oferta y/o CIP no cumplen los requisitos técnicos exigidos, por lo que se deja constancia expresa NO CUMPLE (se describen en las motivaciones los parámetros en los que no se cumplen los requisitos técnicos mínimos fijados). Las valoraciones y anotaciones en relación al cumplimiento de los atributos exigidos, en función de la exposición realizada en los párrafos anteriores, son las siguientes:

Licitador	Referencia presentada	Lote afectado	Puntuación	Motivación
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	S5.7560	3	NO CUMPLE	La oferta que presenta no es jeringa precargada.
BAUSCH & LOMB, S.A.	VRL500	4	NO CUMPLE	La oferta que presenta no es vial
Medical Mix, S.L.U.	AL-RSO 003-00	4	NO CUMPLE	La oferta que presenta no es vial
BAUSCH & LOMB, S.A.	787527/V23	7	NO CUMPLE	Se solicita jeringa de 1 ml de 3 piezas y se oferta de 2 piezas
BAUSCH & LOMB, S.A.	787527/V25	8	NO CUMPLE	Se solicita jeringa de 1 ml de 3 piezas y se oferta de 2 piezas
BAUSCH & LOMB, S.A.	787527/C23	9	NO CUMPLE	Se solicita jeringa de 1 ml de 3 piezas y se oferta de 2 piezas
MEDICONTUR AVI, S.L.	VS0713.25 VS0713.27 VS0743.25-35	13	NO CUMPLE	Estas referencias presentadas no se corresponden al GC B90190 MICROPINZA DESECHABLE- Diámetro:23G;Dientes:no;Tipo de Micropinza:Recta; objeto de licitación, ya que su diámetro es de 25G o 27G
BAUSCH & LOMB, S.A.	787527/F04	19	NO CUMPLE	Las jeringas se solicitan de 3 piezas y se ofertan de dos piezas, tanto en la documentación como en la muestra presentada.
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	Q4017258/2	19	NO CUMPLE	Se solicitan: jeringas de tres piezas y se ofertan de 2 piezas.
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	Q4017260/2	20	NO CUMPLE	Se solicitan: jeringas de tres piezas y se ofertan de 2 piezas.
AJL OPHTHALMIC,S.A	Q4017339/1/1	21	NO CUMPLE	Se pide Funda mesa 60x60, y presenta una de 70x90 Se pide Paño oftálmico apertura oval 6x4 con adhesivo 40x40, y presenta una de 53 x 53 Se pide Blefarostato solido de pala y no se indica que sea de pala



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

Licitador	Referencia presentada	Lote afectado	Puntuación	Motivación
BAUSCH & LOMB, S.A.	787527/IV01	21	NO CUMPLE	Se pide Funda mesa 60x60, y presenta una de 75x90 Se pide Paño oftálmico apertura oval 6x4 con adhesivo 40x40, y presenta una de 53 x 53 Se pide Blefarostato solido de pala y no se indica el tamaño
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	Q4017306/1/1	21	NO CUMPLE	Se pide Funda mesa 60x60, y presenta una de 75x90 Se pide Paño oftálmico apertura oval 6x4 con adhesivo 40x40, y presenta una de 90 x 90 Se pide Blefarostato solido de pala y no se indica ni tamaño ni que sea tiene pala
GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	91373131	21	NO CUMPLE	La ficha técnica no se ha formulado en lengua castellana, contraviniendo lo dispuesto en el apartado 6.1 del PCAP Requerida la empresa para que presente una traducción no se ha atendido al requerimiento
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	Q4017262/1	21	NO CUMPLE	Se pide Funda mesa 60x60, y presenta una de 75x90 Se pide Paño oftálmico apertura oval 6x4 con adhesivo 40x40, y presenta una de 53 x 53 Se pide Blefarostato solido de pala y no se indica el tamaño
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	PR.395-2023	21	NO CUMPLE	No vienen explicitadas las características técnicas de los elementos que componen el pack
W. M. BLOSS, S.A	MPESWMBI21-03	21	NO CUMPLE	Se pide Funda mesa 60x60, y presenta una de 55x70 Se pide Paño oftálmico apertura oval 6x4 con adhesivo 40x40, y no se indica tamaño Se pide Blefarostato solido de pala y no se indica tamaño
MEDICONTUR AVI, SL.	ESMECI01-03	21	NO CUMPLE	La apertura del paño oftálmico ofertado es superior a la solicitada
Medical Mix, S.L.U.	AL-RSB 002-00	23	NO CUMPLE	Se solicita solución al 0.06% y la oferta es al 0.055%
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	MONOBLUE SAFR	23	NO CUMPLE	Se solicita solución al 0.06% y la oferta es al 0.055%
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-88000	25	NO CUMPLE	La ficha técnica no se ha formulado en lengua castellana, contraviniendo lo dispuesto en el apartado 6.1 del PCAP Requerida la empresa para que presente una traducción no se ha atendido al requerimiento
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-10003	29	NO CUMPLE	La ficha técnica no se ha formulado en lengua castellana, contraviniendo lo dispuesto en el apartado 6.1 del PCAP Requerida la empresa para que presente una traducción no se ha atendido al requerimiento
LABORATORIO FARMACEUTICO LCA S.L.	214-0000	30	NO CUMPLE	La oferta presentad es de Hidroxipropilmetilcelulosa al 2% y el lote es para viscoelástico dispersivo
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-10000	30	NO CUMPLE	La oferta presentada es de viscoelástico cohesivo y el lote es para viscoelástico dispersivo
Meiji Pharma Spain, S.A.	Biolon(499293)	30	NO CUMPLE	La oferta presentada es de viscoelástico cohesivo y el lote es para viscoelástico dispersivo
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-10007	31	NO CUMPLE	Presenta una oferta de un viscoelástico dispersivo en el lote del cohesivo
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-10006	32	NO CUMPLE	Presenta una oferta de un viscoelástico dispersivo y no viscoadaptativo



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

Licitador	Referencia presentada	Lote afectado	Puntuación	Motivación
MEDICONTUR AVI, SL.	Biovis 1.8	32	NO CUMPLE	Presenta una oferta de un viscoelástico dispersivo y no viscoadaptativo

4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

AGRUPACIÓN DE LOTES 1 (LOTES 1 Y 2)

LOTE 1

Lote 1.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas Adicionales
1	SU.PC.SANI.01.16.04.100001	B43421	EQ. INTUBACIÓN VIA NASOCLACRIMAL MONOCANALICULAR-Diámetro Sonda: [0.8-0.8];	- Hilo sintético irreabsorbible introducido en un tubo flexible con botón de silicona - Guía metálica rígida o flexible

Ofertas recibidas:

- Ninguna

LOTE 2

Lote 2.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas Adicionales
2	SU.PC.SANI.01.16.04.100003	B42032	EQ. INTUBACION VIA NASOLACRIMAL BICANALICULAR RITLENG-Diámetro Sonda:[0.64-0.64];	- Tubo de silicona conectado en cada uno de sus extremos a un hilo de polipropileno, PVP, etc tintados de color para facilitar su visualización en la nariz. - Es necesario la utilización de una sonda metálica que vendrá incluida o no para su inserción en los conductos lacrimales.

Ofertas recibidas:

- Ninguna

AGRUPACIÓN DE LOTES 2 (LOTES 3 Y 4)

Lote 3.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
3	SU.PC.SANI.01.16.05.400003	B48165	ACEITE SILICONA-Densidad:[5700-5700];Formato de presentación:jeringa precargada;

Ofertas recibidas:

- BAUSCH & LOMB, S.A.
- Medical Mix, S.L.U.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
BAUSCH & LOMB, S.A	VRL600	Calidad del material:	20	La calidad del material ofertado es muy adecuado
		Facilidad de utilización	10	La facilidad de utilización del material ofertado es muy adecuado
		Seguridad en los resultados	10	La seguridad en resultados del material ofertado es muy adecuado
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	AL-RSO 011-00	Calidad del material:	20	La calidad del material ofertado es muy adecuado
		Facilidad de utilización	10	La facilidad de utilización del material ofertado es muy adecuado
		Seguridad en los resultados	10	La seguridad en resultados del material ofertado es muy adecuado
		TOTAL	40	

Lote 4.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
4	SU.PC.SANI.01.16.05.400003	B69465	ACEITE SILICONA-Densidad:[0.96-0.97];Formato de presentación:vial;

Ofertas recibidas:

- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	S5.7100	Calidad del material:	20	La calidad del material ofertado es muy adecuado
		Facilidad de utilización	10	La facilidad de utilización del material ofertado es muy adecuado
		Seguridad en los resultados	10	La seguridad en resultados del material ofertado es muy adecuado
		TOTAL	40	

No existe una oferta de un solo proveedor para esta agrupación de lotes, y por ser indivisible la adjudicación de la agrupación, no es posible adjudicarla.

AGRUPACIÓN DE LOTES 3 (LOTES 5 A 9 AMBOS INCLUSIVE)

Lote 5.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
5	SU.PC.SANI.01.16.05.500001	F26498	SONDA ENDOLASER TERMINAL DIRIGIBLE-Tipo de Sonda:angulada;Diámetro de la Sonda:[23-23];

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	8065751113	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado Sonda de acero inoxidable, con fibra óptica de Nitinol, recubierta de PVC
		Facilidad de utilización	4	Fibra de 10 micrones con diseño de punta flexible dirigible, con rigidez optimizada por el grosor de la pared de la cánula de 0,01 mm. La angulación es de 40°, siendo preferible la de 90°. No es retractil, siendo preferible la retractil. No se especifica el peso
		Seguridad en los resultados	5	Producto estéril no reutilizable, con Conexión EnGauge® RFID (reconocimiento automático del accesorio conectado). No se especifica los años de vida útil, ni la ausencia de látex
		TOTAL	29	
BAUSCH & LOMB, S.A.	55.26.23E	Calidad del material:	0	En la documentación presentada como "Descripción técnica productos licitación" no se especifica el tipo de material con el que están fabricada la sonda
		Facilidad de utilización	4	Fibra fija, eje móvil, angulada y dirigible. No se especifica el grado de angulación, ni que sea retractil. Tampoco aporta información sobre el peso
		Seguridad en los resultados	5	La fibra se aleja del botón de activación. No se indica si es o no reutilizable. No se especifica los años de vida útil, ni la ausencia de látex
		TOTAL	9	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	7223.DORC	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado Aguja de acero inoxidable; punta de nítido; fibra óptica de vidrio-sílice, HCS, ETFE; pegamento araldite 2014
		Facilidad de utilización	10	Se aporta información sobre el grado de angulación (90°), así como que indica que es Fibra retráctil con dirección del inyector intuitiva, y un peso de 240 g
		Seguridad en los resultados	8	No se especifica si posee reconocimiento automático del accesorio conectado. Se indica que es ausente de látex y una vida útil de 5 años. Producto estéril no reutilizable.
		TOTAL	38	

Lote 6.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
6	SU.PC.SANI.01.16.05.500003	E52871	SONDA ENDOLASER C/ ILUMINACION-Tipo de Sonda:curva;Diámetro de la Sonda: [23-23];

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	8065752554	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado. Sonda de acero inoxidable con dos fibras: • Fibra de luz fija en la punta • Fibra láser con dispositivo en el mango que la convierte en recta o curva. Sonda láser recta con memoria que se puede articular dentro del ojo en cirugías. Articulación ajustable de manera continua, para un mayor acceso que los láseres convencionales. Sencillez de manejo: software autoguiado en castellano y pedal multifunción para mayor control
		Facilidad de utilización	8	Se indica la longitud del cable, grado de angulación.
		Seguridad en los resultados	8	No se especifica la ausencia de látex, cumpliendo el resto de garantías en cuanto a la seguridad. Punta no retráctil, presentando siempre la misma longitud independientemente del ángulo
		TOTAL	36	
BAUSCH & LOMB, S.A.	BL5293LC	Calidad del material:	0	En la documentación presentada como "Descripción técnica productos licitación" no se especifica el tipo de material con el que están fabricada la sonda
		Facilidad de utilización	0	No se especifica longitud del cable, peso, ni grado de angulación
		Seguridad en los resultados	0	No se indica ninguna información al respecto
		TOTAL	0	
DORC España S.L	7510.DORC	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado. Método de Esterilización: Óxido de Etileno (EtO). Material en contacto con el paciente: Acero inoxidable (aguja), Vidrio-sílice, HCS, ETFE, (fibra óptica), Loctite 4011 (pegamento), PMMA (fibra ligera).
		Facilidad de utilización	4	No se indica la longitud del cable, ni el grado de angulación pero sí el peso. Se presenta en embalaje de 6 unidades. El código de color verde lo hace fácilmente identificable en el momento de la intervención.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	10	Indica que es ausente de látex, con una vida útil de 4 años y desechable.
		TOTAL	34	

Lote 7.

Lote	Catálogo SAS		Descripción
7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	D29986	OFT: CIRUGÍA MAYOR-Equipo para cirugía de vítreo 23G

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	CPKESCV463532	Calidad del material:	0	La documentación presentada como "Ficha técnica Lote 7" no se especifica el tipo de material con el que están fabricados los distintos elementos constitutivos del pack.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Paquete estéril con todo el material necesario para la realización de una cirugía. Facilita el control, la previsión de stocks y los gastos por intervención quirúrgica, simplificando los procesos administrativos. En el quirófano, permite una mayor dedicación al paciente al simplificar el aprendizaje y minimizar los posibles errores
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Se manipulan menos productos en quirófano. No faltan productos durante la intervención. Se generan menos partículas. Todos los componentes son de un solo uso. Garantía de esterilidad.
		TOTAL	20	
DORC España S.L	9310.23G01-CDZ	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack de forma detallada, separando dos anexos. El primero indica Componentes Pack 23G EVA NEXUS™ : Conector macho/macho Conector hembra/hembra Tapón de cierre de la línea de irrigación (verde) Sistema de cánulas valvuladas desechable de un solo paso 23G EVA AVETA™ con línea de infusión Sonda TotalView biselada, que incluye depresor escleral iluminado.(23G / 0,6 mm) Tubo EVA dual fluido/aire desechable Paños desechables para mesa de mayo, pantalla y control remoto Cartucho EVA NEXUS™ con bolsa de residuos de 0,5 L EVA NEXUS™ Tubo de aspiración EVA NEXUS™ Set de infusión Víctrectomo 23G desechable de alta velocidad 10.000 CPM. El segundo anexo indica todos y cada uno del resto de componentes del custom pack cardivals, aportando ficha técnica de cada uno, material, medidas, etc.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, así como la facilidad en la apertura del custom pack, y el uso de cada uno de los componentes
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, garantizando la seguridad en los resultados tanto para el profesional como en la salud para el paciente. Ausencia de látex
		TOTAL	40	

Lote 8.

Lote	Catálogo SAS		Descripción
8	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	D29976	OFT: CIRUGIA MAYOR-Eq. para cirugía de vítreo 25G

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- DORC España S.L.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	CPKESCV786611	Calidad del material:	0	La documentación presentada como "Ficha técnica Lote 8" no se especifica el tipo de material con el que están fabricados los distintos elementos constitutivos del pack
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Paquete estéril con todo el material necesario para la realización de una cirugía. Facilita el control, la previsión de stocks y los gastos por intervención quirúrgica, simplificando los procesos administrativos. En el quirófano, permite una mayor dedicación al paciente al simplificar el aprendizaje y minimizar los posibles errores
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Se manipulan menos productos en quirófano. No faltan productos durante la intervención. Se generan menos partículas. Todos los componentes son de un solo uso. Garantía de esterilidad.
		TOTAL	20	
DORC España S.L.	9310.25G01-CDZ	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack de forma detallada, separando dos anexos. El primero indica Componentes Pack 25G EVA NEXUS™ : Conector macho/macho Conector hembra/hembra Tapón de cierre de la línea de irrigación (verde) Sistema de cánulas valvuladas desechable de un solo paso 25G EVA AVETA™ con línea de infusión Sonda TotalView biselada, que incluye depresor escleral iluminado. (25G / 0,5 mm) Tubo EVA dual fluido/aire desechable Paños desechables para mesa de mayo, pantalla y control remoto Cartucho EVA NEXUS™ con bolsa de residuos de 0,5 L EVA NEXUS™ Tubo de aspiración EVA NEXUS™ Set de infusión Vitróctomo 25G desechable de alta velocidad 10.000 CPM. El segundo anexo indica todos y cada uno del resto de componentes del custom pack cardinals, aportando ficha técnica de cada uno, material, medidas, etc.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, así como la facilidad en la apertura del custom pack, y el uso de cada uno de los componentes

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, garantizando la seguridad en los resultados tanto para el profesional como en la salud para el paciente. Ausencia de látex
		TOTAL	40	

Lote 9.

Lote	Catálogo SAS		Descripción
9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	E88282	OFT: CIRUGIA MAYOR-Equipo para cirugía de vitreo combinada 23 G

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	CPKESCV453686	Calidad del material:	0	La documentación presentada como "Ficha técnica Lote 9" no se especifica el tipo de material con el que están fabricados los distintos elementos constitutivos del pack
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Paquete estéril con todo el material necesario para la realización de una cirugía. Facilita el control, la previsión de stocks y los gastos por intervención quirúrgica, simplificando los procesos administrativos. En el quirófano, permite una mayor dedicación al paciente al simplificar el aprendizaje y minimizar los posibles errores
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Se manipulan menos productos en quirófano. No faltan productos durante la intervención. Se generan menos partículas. Todos los componentes son de un solo uso. Garantía de esterilidad.
		TOTAL	20	
DORC España S.L	9310.23G02-CDZ	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack de forma detallada, separando dos anexos. El primero indica Componentes Pack 23G - Combinada EVA NEXUS™ : Conector macho/macho Conector hembra/hembra Sistema de cánulas valvuladas desechable de un solo paso 23G EVA AVETA™ con línea de infusión Sonda TotalView biselada, que incluye depresor escleral iluminado.(23G / 0,6 mm) Tubo EVA dual fluido/aire desechable Paños desechables para mesa de mayo, pantalla y control remoto Cartucho EVA NEXUS™ con bolsa de residuos de 0,5 L EVA NEXUS™ Tubo de aspiración EVA NEXUS™ Set de infusión EVA NEXUS™ Tubo de irrigación Vitróctomo 23G desechable de alta velocidad 10.000 CPM. El segundo anexo indica todos y cada uno del resto de componentes del custom pack cardivals, aportando ficha técnica de cada uno, material, medidas, etc.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, así como la facilidad en la apertura del custom pack, y el uso de cada uno de los componentes
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica, garantizando la seguridad en los resultados tanto para el profesional como en la salud para el paciente. Ausencia de látex
		TOTAL	40	

AGRUPACIÓN DE LOTES 4 (LOTES 10 Y 11)

Lote 10.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
10	SU.PC.SANI.01.16.05.800000	B42451	GAS EXPANDIBLE PARA RETINA-GAS :Hexafluoruro de azufre (SF6);

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	GAS-SF6-S	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en jeringa de solo 15 ml., siendo muy dificultoso su manejo clínico
		Seguridad en los resultados	0	La seguridad es mejorable ya que se dificulta la disolución cuando sea necesaria
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	AL-GOT 007-00	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla. Bombona de aluminio con bolsa
		Facilidad de utilización	10	La oferta presentada es en bombona de 75 ml. El gas no es estéril, usándose para ello el filtro incluido en el momento de generar la mezcla no expansiva. • Juego de inyección, que contiene: o 1 Jeringa de polipropileno pre-ensamblada a un filtro esterilizador de 0,2 µm. o 1 Aguja de 30G o 1 Conector • Pulsera para el paciente con advertencias. • 12 pegatinas para la trazabilidad del producto.
		Seguridad en los resultados	0	La presentación es en multidosis siendo preferible monodosis
		TOTAL	30	
MEDICONTUR AVI, SL.	500512	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en jeringa, siendo muy dificultoso su manejo clínico
		Seguridad en los resultados	0	La seguridad es mejorable ya que se dificulta la disolución cuando sea necesaria
		TOTAL	20	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	G-80950	Calidad del material:	0	La concentración es del 20% y no es modificable
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada hace que su uso sea en posición vertical exclusivamente, lo que es más dificultoso

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	SF6	Seguridad en los resultados	10	La presentación es en monodosis. Se utiliza como medio de taponamiento de larga duración. El gas se puede expandir de manera insignificante en las primeras 48 horas. No se retira, sino que se eliminan con la respiración en un plazo de 1 a 8 semanas y se sustituyen por líquidos corporales.
		TOTAL	10	
		Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	10	La oferta presentada es en bombona. Se reduce el tiempo de la cirugía ya que no se necesitan terceras personas cualificadas para la preparación. Set de etiquetado por paciente para su correcta trazabilidad incluyendo un brazalete identificativos para cada paciente con información y riesgos que requiere el gas intraocular
		Seguridad en los resultados	10	La presentación es en monodosis. No se necesitan instalar dispositivos de seguridad para evitar sobrepresiones, calentamiento. Se eliminan los riesgos de endoftalmitis por manipulación. Válvula específica para ajuste a largo plazo del recipiente con espacio muerto muy reducido para evitar falsas mezclas. La bombona consta de dos cámaras de gas a baja presión alrededor y en el interior de la bolsa para evitar permeabilización del aire. Una bolsa interior (el gas nunca está en contacto con la bombona) para proteger el gas del barniz de interacciones e impurezas
		TOTAL	40	

Lote 11.

Lote	Catálogo SAS		Descripción
11	SU.PC.SANI.01.16.05.800000	E20271	GAS EXPANDIBLE PARA RETINA-GAS :Perfluoropropano (C3F8);

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	GAS-C3F8-S	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en jeringa de solo 9 ml., siendo muy dificultoso su manejo clínico
		Seguridad en los resultados	0	La seguridad es mejorable ya que se dificulta la disolución cuando sea necesaria
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	AL-GOT 009-00	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	10	La oferta presentada es en bombona de 75 ml. El gas no es estéril, usándose para ello el filtro incluido en el momento de generar la mezcla no expansiva. • Juego de inyección, que contiene: o 1 Jeringa de polipropileno pre-ensamblada a un filtro esterilizador de 0,2 µm. o 1 Aguja de 30G o 1 Conector • Pulsera para el paciente con advertencias. • 12 pegatinas para la trazabilidad del producto.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	0	La presentación es en multidosis siendo preferible monodosis
		TOTAL	30	
MEDICONTUR AVI, SL.	500514	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en jeringa, siendo muy dificultoso su manejo clínico
		Seguridad en los resultados	0	La seguridad es mejorable ya que se dificulta la disolución cuando sea necesaria
		TOTAL	20	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	G-80970	Calidad del material:	0	La concentración es del 12% y no es modificable
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada hace que su uso sea en posición vertical exclusivamente, lo que es más dificultoso
		Seguridad en los resultados	10	La presentación es en monodosis. Se utiliza como medio de taponamiento de larga duración. El gas se puede expandir de manera insignificante en las primeras 48 horas. No se retira, sino que se eliminan con la respiración en un plazo de 1 a 8 semanas y se sustituyen por líquidos corporales.
		TOTAL	10	
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	C3F8	Calidad del material:	20	La concentración es del 100% y es posible modificarla
		Facilidad de utilización	10	La oferta presentada es en bombonaSe reduce el tiempo de la cirugía ya que no se necesitan terceras personas cualificadas para la preparaciónSet de etiquetado por paciente para su correcta trazabilidad incluyendo un brazalete identificativos para cada paciente con información y riesgos que requiere el gas intraocular
		Seguridad en los resultados	10	La presentación es en monodosis. No se necesitan instalar dispositivos de seguridad para evitar sobrepresiones, calentamiento,Se eliminan los riesgos de endoftalmis por manipulaciónVálvula específica para ajuste a largo plazo del recipiente con espacio muerto muy reducido para evitar falsas mezclasLa bombona consta de dos cámaras de gas a baja presión alrededor y en el interior de la bolsa para evitar permeabilización del aire. Una bolsa interior (el gas nunca está en contacto con la bombona) para proteger el gas del barniz de interacciones e impurezas
		TOTAL	40	

AGRUPACIÓN DE LOTES 5 (LOTES 12 Y 13)

Lote 12.

Lote	Catálogo SAS		Descripción
12	SU.PC.SANI.01.16.07.200005	B70680	MICROPINZA DESECHABLE-Diámetro:23G;Dientes:si;Tipo de Micropinza:Recta;

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A
- DORC España S.L
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	706.47	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	10	La longitud total, longitud de la punta, de la anchura de la plataforma y fuerza de sujeción, muy adecuada para la práctica clínica
		Seguridad en los resultados	10	El diseño se ajusta muy adecuadamente a las exigencias sobre seguridad, ya que elimina el riesgo de contaminación cruzada. El instrumental desechable DSP elimina los costes ocultos de la limpieza, procesado y esterilización. Vástago más rígido. Instrumental desechable completo con mango Revolution, activable y con rotación de 360°.
		TOTAL	40	
BAUSCH & LOMB, S.A	SUI11-12	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	
DORC España S.L	1286.CD06	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A	S9.6011.23	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	BVI-FC23.D03	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	3	La longitud total, longitud de la punta, de la anchura de la plataforma y fuerza de sujeción, siendo adecuada para la práctica clínica
		Seguridad en los resultados	3	El diseño se ajusta de forma adecuada a las exigencias sobre seguridad por la anchura de la plataforma y la fuerza de sujeción.
		TOTAL	26	
MEDICONTUR AVI, SL.	VS0740.23 VS0744.23	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	

Lote 13.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
13	SU.PC.SANI.01.16.07.200005	B90190	MICROPINZA DESECHABLE-Diámetro:23G;Dientes:no;Tipo de Micropinza:Recta;

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A
- DORC España S.L
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	706.44	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	10	El material ofertado es Pinza desechable Grieshaber DSP, con mango de activación manual Revolution® de 360° y se ajusta de forma muy adecuada a la práctica clínica
		Seguridad en los resultados	10	El diseño se ajusta muy adecuadamente a las exigencias sobre seguridad ya que tiene un diseño recto y plataforma de sujeción en su extremo. Proporciona una excelente sujeción
		TOTAL	40	
BAUSCH & LOMB, S.A	SUI07-12	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	
DORC España S.L	1286.WD06	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A	S9.6012.23	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
Medical Mix, S.L.U.	BVI-FC23.D05	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	3	El eje es rígido siendo adecuado para la práctica clínica
		Seguridad en los resultados	3	El diseño se ajusta de forma adecuada a las exigencias sobre seguridad Proporciona una correcta sujeción
		TOTAL	26	
MEDICONTUR AVI, SL.	VS0713.23 VS0743.23-35	Calidad del material:	20	La documentación presentada aporta suficiente información sobre el material considerándose la calidad de la oferta muy adecuado, dado que se trata de material de acero inoxidable
		Facilidad de utilización	0	No se aporta información adicional sobre algunos aspectos como la longitud total, de la punta, de la plataforma,
		Seguridad en los resultados	0	Al desconocer la información descrita sobre la facilidad de utilización, no se puede saber la seguridad
		TOTAL	20	

AGRUPACIÓN DE LOTES 6 (LOTES 14 Y 15)

Lote 14

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
14	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	F66618	SOLUCION COLORANTE AZUL TRIPANO-Concentración:0.15;

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L.	ILMB.05.S	Calidad del material:	0	No presenta ventajas destacables respecto a la calidad del material
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la facilidad de utilización. Está envasado en una jeringa estéril de 2,25 ml a la que hay que colocar una cánula fina y roma.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Se logra una tinción suficiente después de tan solo unos segundos de aplicación bajo BSS.
		TOTAL	20	

Lote 15

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
15	SU.PC.SANI.01.16.99.100005	E36863	SOLUCION COLORANTE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA-Contiene Solución Azul Trípano:Si;Concentración:0.025;

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	MBD.05.S	Calidad del material:	0	No presenta ventajas destacables respecto a la calidad del material
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la facilidad de utilización. Está envasado en una jeringa estéril de 2,25 ml a la que hay que colocar una cánula fina y roma.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Se logra una tinción suficiente después de tan solo unos segundos de aplicación bajo BSS.
		TOTAL	20	

AGRUPACIÓN DE LOTES 7 (LOTES 16 A 18 AMBOS INCLUSIVE)

Lote 16,

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
16	SU.PC.SANI.01.16.05.210000	D42742	PERFLUOROCARBONO LIQUIDO-Cantidad:[7-10];

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	EFT.OCT7-S	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, presenta certificado de pureza CoA
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada de 7ml. Filtración estéril; superficie externa: esterilización por vapor
		Seguridad en los resultados	0	No aporta información sobre seguridad
		TOTAL	30	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A	S5.8270	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, presenta certificado de pureza del IOBA
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en vial siendo preferible en jeringa precargada
		Seguridad en los resultados	0	Al ser la oferta en vial es necesaria la manipulación y disminuye el grado de seguridad en su uso
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	AL-HPF 020-00	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material. Química y fisiológicamente inerte, no tóxico, incoloro y estable al tratamiento con láser. El índice de refracción permite una visualización más sencilla de la interfase perfluorocarbono- acuoso. Baja viscosidad para facilitar la aplicación y la eliminación al final de la cirugía. Tensión de vapor mayor para una rápida vaporización de los residuos. La pureza ha sido comprobada por análisis cromatográfico de gases. Jeringa manejable, de vidrio, lista para su uso. Deslizamiento óptimo del émbolo para un control total sobre la inyección de producto.
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada de 7 ml. Estéril, desechable y de un solo uso; sin precisar el uso de filtro, lo que reduce el riesgo de contaminación
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Para garantizar la seguridad del producto, en todos los lotes se realizan pruebas químicas de resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopia IR de transformada de Fourier (FT-IR) y cromatografía de gases (GC). El Hvalue es siempre inferior a 10 ppm y tiene ausencia de ácido perfluorooctanoico (PFOA).
		TOTAL	40	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
MEDICONTUR AVI, SL.	500507	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material. El producto ha sido purificado aplicando la tecnología de purificación de aceite de silicona de Pharmapur. Durante la ultrapurificación, se eliminan todas las posibles impurezas hasta un nivel no superior a 10 ppm, lo que representa el límite de cuantificación
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada. Los PFCL, debido a su alta densidad, se hunden hasta el fondo del ojo.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. El uso de jeringas HPPS evita el contacto entre el líquido de perfluorocarbono y la lubricación estándar utilizada en las jeringas de vidrio. Esta medida aumenta la seguridad y reduce la probabilidad de efectos pegajosos o de emulsificación
		TOTAL	40	

Lote 17.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
17	SU.PC.SANI.01.16.05.210000	B38228	PERFLUOROCARBONO LIQUIDO-Cantidad:[5-7];

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	EFT.OCT5-S	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, presenta certificado de pureza CoA
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada de 5ml. Filtración estéril; superficie externa: esterilización por vapor
		Seguridad en los resultados	0	NO aporta información sobre seguridad
		TOTAL	30	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A	S5.8250	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, presenta certificado de pureza del IOBAI
		Facilidad de utilización	0	La oferta presentada es en vial siendo preferible en jeringa precargada
		Seguridad en los resultados	0	Al ser la oferta en vial es necesaria la manipulación y disminuye el grado de seguridad en su uso
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	AL-HPF 019-00	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material. Química y fisiológicamente inerte, no tóxico, incoloro y estable al tratamiento con láser. El índice de refracción permite una visualización más sencilla de la interfase perfluorocarbono- acuoso. Baja viscosidad para facilitar la aplicación y la eliminación al final de la cirugía. Tensión de vapor mayor para una rápida vaporización de los residuos. La pureza ha sido comprobada por análisis cromatográfico de gases. Jeringa manejable, de vidrio, lista para su uso. Deslizamiento óptimo del émbolo para un control total sobre la inyección de producto



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada de 5 ml. Estéril, desechable y de un solo uso; sin precisar el uso de filtro, lo que reduce el riesgo de contaminación
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Para garantizar la seguridad del producto, en todos los lotes se realizan pruebas químicas de resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopia IR de transformada de Fourier (FT-IR) y cromatografía de gases (GC). El Hvalue es siempre inferior a 10 ppm y tiene ausencia de ácido perfluorooctanoico (PFOA).
		TOTAL	40	
MEDICONTUR AVI, SL.	500506	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material. El producto ha sido purificado aplicando la tecnología de purificación de aceite de silicona de Pharmpur.. Durante la ultrapurificación, se eliminan todas las posibles impurezas hasta un nivel no superior a 10 ppm, lo que representa el límite de cuantificación
		Facilidad de utilización	10	La oferta que se presenta es en jeringa precargada. Los PFCL, debido a su alta densidad, se hunden hasta el fondo del ojo.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. El uso de jeringas HPPS evita el contacto entre el líquido de perfluorocarbono y la lubricación estándar utilizada en las jeringas de vidrio. Esta medida aumenta la seguridad y reduce la probabilidad de efectos pegajosos o de emulsificación
		TOTAL	40	

Lote 18.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
18	SU.PC.SANI.01.16.01.500001	D31676	CÁNULA COAXIAL P/ INYECCIÓN DE PERFLUOROCARBONO- Diámetro:[23-23];

Ofertas recibidas:

- DORC España S.L
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
DORC España S.L	EFD.06	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A	S9.4113.23	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	MO-3423	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
MEDICONTUR AVI, SL.	M4499	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	

LOTES INDIVIDUALES

Lote 19.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
19	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	F89954	OFT: CIRUGIA MAYOR-Equipo de facoemulsificación c/ cuchillito 2,2 mm

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	CPKESSB386718	Calidad del material:	5	Aunque en la documentación presentada como "Ficha técnica Lote 19" no se especifica el tipo de material con el que están fabricados todos los distintos elementos constitutivos del pack, sí presenta de algunos siendo adecuados
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. Se manipulan menos productos en quirófano. No faltan productos durante la intervención. Se generan menos partículas. Todos los componentes son de un solo uso. Garantía de esterilidad. Menor tiempo de preparación entre cirugías. Facilita el montaje de la mesa de quirófano



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	5	Aunque no se aporta documentación explicativa de la misma, como podrían ser: instrucciones de uso, contraindicaciones y eliminación de productos; se valora como adecuado, ya que se generan menos partículas
		Características adicionales de los equipos FACOEMULSIFICADOR	8	No presenta bomba dual y aunque no tiene control elíptico de ultrasonidos, sí lo tiene torsional. Diatermia (Coagulación) Bipolar administrada de forma fija o lineal. 10 W máximo. Pedal : -Inalámbrico y recargable por inducción. -Programable para 4 funciones, además de poder controlar las funciones y parámetros habituales de la facoemulsificación, dispone de 4 botones delanteros Control remoto: -Inalámbrico, con 4 canales seleccionables para evitar interferencias. -Retroluminado. -Control de todas las funciones y parámetros necesarios durante la cirugía.
		TOTAL	28	
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	Optikit 2023-099-00	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack. Material completamente estéril y de un solo uso, no reutilizable Todos los tejidos del custom pack ofertado cumplen las siguientes características: - Cumplen con la calidad de alto rendimiento acc. EN13795. - Tejido sin costuras de Polipropileno y con capa de Polietileno impermeable que distribuye y retiene el fluido pudiendo trabajar con total seguridad. Mantiene una tensión mecánica que evita la rotura de los tejidos.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores que nos hacen más sencilla su utilización y la rapidez para el montaje. La etiqueta con la descripción de todos los componentes del Custom Pack se puede visualizar externamente antes de abrirlo para confirmar que todos los componentes son los correctos, aportando rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El Custom Pack estéril viene contenido en una bolsa de plástico NO estéril de fácil apertura con solapa adhesiva que nos evita la rotura del envoltorio. Todos y cada uno de los fungibles necesarios para la puesta en marcha del equipo de facoemulsificación vienen incluidos de forma estéril en el interior del Custom Pack, facilitando la rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El cassette del Quatera 700 contenido en el interior de Custom Pack presenta un código de colores sencillo e intuitivo para diferenciar las vías de aspiración e irrigación.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlos y usarlos con facilidad. Todas las agujas y cánulas presentan un protector de plástico para evitar que usuarios y profesionales puedan sufrir lesiones asociadas a pinchazos. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores para poder identificar con seguridad cada producto que se va a inyectar dentro del ojo. Jeringas de 3 piezas con conexión Luer-Lock para evitar la expulsión accidental de cánulas y agujas. Cuchilletos empaquetados de manera individual para evitar cortes durante su apertura. En el etiquetado exterior viene información como lote y fecha de caducidad, lo cual asegura no usar un equipo en mal estado.
		Características adicionales de los equipos FACOEMULSIFICA DOR	8	No presenta control de ultrasonidos elíptico, ni torsional. El generador se detiene cuando no se requiere potencia HF. Modo fijo o "lineal" pulsando el pedal. Tipo de pantalla Táctil, Con recubrimiento estéril. Exposición imagen del microscopio. Señal de video del microscopio y visualización de la imagen en la misma pantalla del equipo. Posibilidad de trabajar con pedal inalámbrico, mando a distancia, conectividad con sistema de guiado de imagen Callisto de ZEISS, sistema EQ Worlplace de FORUM ZEISS Permite grabar parámetros de varios cirujanos, cada uno de ellos personalizados con el nombre o apellido del mismo. Todos los cassettes están etiquetados con el símbolo del 2 tachado o Single Use que identifica que el producto es de un solo uso. El equipo dispone también de mando a distancia
		TOTAL	48	

Lote 20

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
20	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	F89958	OFT: CIRUGIA MAYOR-Equipo de facoemulsificación c/ cuchillote 2,4 mm

Ofertas recibidas:

- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ALCON HEALTHCARE, S.A.	CPKESSB218991	Calidad del material:	5	Aunque en la documentación presentada como "Ficha técnica Lote 20" no se especifica el tipo de material con el que están fabricados todos los distintos elementos constitutivos del pack, sí presenta de algunos siendo adecuados
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. Se manipulan menos productos en quirófano. No faltan productos durante la intervención. Se generan menos partículas.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				Todos los componentes son de un solo uso. Garantía de esterilidad. Menor tiempo de preparación entre cirujías. Facilita el montaje de la mesa de quirófano
		Seguridad en los resultados	5	Aunque no se aporta documentación explicativa de la misma, como podrían ser: instrucciones de uso, contraindicaciones y eliminación de productos; se valora como adecuado, ya que se generan menos partículas
		Características adicionales de los equipos FACOEMULSIFICADOR	8	No presenta bomba dual y aunque no tiene control elíptico de ultrasonidos, sí lo tiene torsional. Diatermia (Coagulación) Bipolar administrada de forma fija o lineal. 10 W máximo. Pedal : -Inalámbrico y recargable por inducción. -Programable para 4 funciones, además de poder controlar las funciones y parámetros habituales de la facoemulsificación, dispone de 4 botones delanteros Control remoto: -Inalámbrico, con 4 canales seleccionables para evitar interferencias. -Retroluminado. -Control de todas las funciones y parámetros necesarios durante la cirugía.
		TOTAL	28	
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	Optikit 2023-098-00	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack. Material completamente estéril y de un solo uso, no reutilizable Todos los tejidos del custom pack ofertado cumplen las siguientes características: - Cumplen con la calidad de alto rendimiento acc. EN13795. - Tejido sin costuras de Polipropileno y con capa de Polietileno impermeable que distribuye y retiene el fluido pudiendo trabajar con total seguridad. Mantiene una tensión mecánica que evita la rotura de los tejidos.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores que nos hacen más sencilla su utilización y la rapidez para el montaje. La etiqueta con la descripción de todos los componentes del Custom Pack se puede visualizar externamente antes de abrirlo para confirmar que todos los componentes son los correctos, aportando rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El Custom Pack estéril viene contenido en una bolsa de plástico NO estéril de fácil apertura con solapa adhesiva que nos evita la rotura del envoltorio. Todos y cada uno de los fungibles necesarios para la puesta en marcha del equipo de facoemulsificación vienen incluidos de forma estéril en el interior del Custom Pack, facilitando la rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El cassette del Quatera 700 contenido en el interior de Custom Pack presenta un código de colores sencillo e intuitivo para diferenciar las vías de aspiración e irrigación.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las agujas y cánulas presentan un protector de plástico para evitar que usuarios y profesionales puedan sufrir lesiones asociadas a pinchazos. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores para poder identificar con seguridad cada producto que se va a inyectar dentro del ojo. Jeringas de 3 piezas con conexión Luer-Lock para evitar la expulsión accidental de cánulas y agujas. Cuchilletos empaquetados de manera individual para evitar cortes durante su apertura. En el etiquetado exterior viene información como lote y fecha de caducidad, lo cual asegura no usar un equipo en mal estado.
		Características adicionales de los equipos FACOEMULSIFICADOR	8	No presenta control de ultrasonidos elíptico, ni torsional. El generador se detiene cuando no se requiere potencia HF. Modo fijo o "lineal" pulsando el pedal. Tipo de pantalla Táctil, Con recubrimiento estéril. Exposición imagen del microscopio. Señal de video del microscopio y visualización de la imagen en la misma pantalla del equipo. Posibilidad de trabajar con pedal inalámbrico, mando a distancia, conectividad con sistema de guiado de imagen Callisto de ZEISS, sistema EQ Workplace de FORUM ZEISS Permite grabar parámetros de varios cirujanos, cada uno de ellos personalizados con el nombre o apellido del mismo. Todos los cassettes están etiquetados con el símbolo del 2 tachado o Single Use que identifica que el producto es de un solo uso. El equipo dispone también de mando a distancia
		TOTAL	48	

Lote 21

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
21	SU.PC.SANI.01.01.50.500003	D53575	OFT: CIRUGIA MENOR-GC

Ofertas recibidas:

- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.
- Medical Mix, S.L.U.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
-----------	-------------	--------------	------------	------------



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	003500-0034-998	Calidad del material:	20	La documentación aportada describe el material y características de cada elemento que compone el pack. Material completamente estéril y de un solo uso, no reutilizable Todos los tejidos del custom pack ofertado cumplen las siguientes características: - Cumplen con la calidad de alto rendimiento acc. EN13795. - Tejido sin costuras de Polipropileno y con capa de Polietileno impermeable que distribuye y retiene el fluido pudiendo trabajar con total seguridad. Mantiene una tensión mecánica que evita la rotura de los tejidos.
		Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores que nos hacen más sencilla su utilización y la rapidez para el montaje. La etiqueta con la descripción de todos los componentes del Custom Pack se puede visualizar externamente antes de abrirlo para confirmar que todos los componentes son los correctos, aportando rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El Custom Pack estéril viene contenido en una bolsa de plástico NO estéril de fácil apertura con solapa adhesiva que nos evita la rotura del envoltorio. Todos y cada uno de los fungibles necesarios para la puesta en marcha del equipo de facoemulsificación vienen incluidos de forma estéril en el interior del Custom Pack, facilitando la rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El cassette del Quatera 700 contenido en el interior de Custom Pack presenta un código de colores sencillo e intuitivo para diferenciar las vías de aspiración e irrigación.
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las agujas y cánulas presentan un protector de plástico para evitar que usuarios y profesionales puedan sufrir lesiones asociadas a pinchazos. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores para poder identificar con seguridad cada producto que se va a inyectar dentro del ojo. Jeringas de 3 piezas con conexión Luer-Lock para evitar la expulsión accidental de cánulas y agujas. Cuchilletos empaquetados de manera individual para evitar cortes durante su apertura. En el etiquetado exterior viene información como lote y fecha de caducidad, lo cual asegura no usar un equipo en mal estado.
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	Q110087-3	Calidad del material:	9	El paño oftálmico que se presenta es de plástico, por lo que aun cumpliendo las características técnicas es de

				un material solamente adecuado, siendo el resto de los componentes adecuados para la práctica clínica
		Facilidad de utilización	0	Siendo el paño de plástico es menos rígido y requiere cortar la apertura ocular
		Seguridad en los resultados	0	Al requerir el corte del paño oftálmico las condiciones de seguridad se reducen al requerir material instrumental estéril y manipulación adicional
		TOTAL	9	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	249090123052	Calidad del material:	9	Aunque en la documentación presentada no se especifica el tipo de material con el que están fabricados todos los distintos elementos constitutivos del pack, sí presenta de algunos siendo adecuados
		Facilidad de utilización	4	El marcador al ser plano es más incómodo para su uso
		Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los elementos del pack están individualizados y esterilizados, lo que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación.
		TOTAL	23	

Lote 22

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
22	SU.PC.SANI.01.16.00.300000	B38621	LENTE TERAPEÚTICA - GC

Ofertas recibidas:

- BAUSCH & LOMB, S.A.
- OFTÁLMICA INSTRUMENTS, S.L.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
BAUSCH & LOMB, S.A.	PUR2-00008606	Calidad del material:	10	Contenido en agua del 36%
		Facilidad de utilización	5	No se indican parámetros como radio, diámetros y espesor
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Pueden cambiarse tras cada uso o bien pueden usarse durante un periodo continuado de uno a treinta días
		TOTAL	25	
OFTÁLMICA INSTRUMENTS, S.L.	WL55	Calidad del material:	20	Contenido de agua del 55%
		Facilidad de utilización	10	Se aporta información sobre radio, diámetros y espesor
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. Lente con muy buena estabilidad
		TOTAL	40	

Lote 23

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
23	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	E25345	SOLUCION COLORANTE AZUL TRIPANO-Concentración:0.06;

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- DORC España S.L.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- W. M. BLOSS, S.A.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AJL OPHTHALMIC,S.A	AJL-BLUE	Calidad del material:	10	Desconocemos qué excipientes componen la solución de azul tripan. Permite: Capsulorrexis.; Facoemulsificación; Capsulotomía anterior/posterior.; Descamación de la membrana.
		Facilidad de utilización	8	Se indica el volumen de la jeringa (1 ml), sin especificar si se corresponde con el volumen de la solución de azul tripan. Calibre de la cánula (27 G) adecuado
		Seguridad en los resultados	4	Desconocemos entre otras cosas la forma de conservación y las posibles contraindicaciones y efectos adversos
		TOTAL	22	
BAUSCH & LOMB, S.A.	BCC075X10	Calidad del material:	20	La oferta presentada cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, con información sobre los excipientes que componen la solución
		Facilidad de utilización	4	Se indica el volumen de la jeringa, sin especificar si se corresponde con el volumen de la solución de azul tripan. Además, desconocemos el calibre de la cánula que lleva asociada.
		Seguridad en los resultados	5	Se indica la forma de conservación, pero desconocemos entre otras cosas la caducidad y las posibles contraindicaciones y efectos adversos
		TOTAL	29	
DORC España S.L	VBL.10.S	Calidad del material:	20	La oferta presentada cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, con información sobre los excipientes que componen la solución. Permite Capsulorrexis.; Facoemulsificación; Capsulotomía anterior/posterior.;
		Facilidad de utilización	10	Se indica el volumen de la jeringa (2.25 ml) y se especifica el volumen de la solución de azul tripan (0.5 ml). Además, el calibre de la cánula que lleva asociada es muy adecuada.
		Seguridad en los resultados	10	Se indica entre otras cosas el método de conservación, la caducidad y las posibles contraindicaciones y efectos adversos
		TOTAL	40	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	G-81002	Calidad del material:	20	La oferta presentada cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, con información sobre los excipientes que componen la solución. Permite simplificar la capsulorrexis
		Facilidad de utilización	4	Se indica el volumen de la jeringa, sin especificar si se corresponde con el volumen de la solución de azul tripan. El calibre de la cánula (23G) que lleva asociada es más grueso que el deseado. Su diseño minimiza el riesgo de desgarro.
		Seguridad en los resultados	5	Se indica la forma de conservación. Conexión de la jeringa: Luer lock Se trata de una solución estéril y libre de agentes pirógenos de azul de tripano. Se desconoce la caducidad y las posibles contraindicaciones y efectos adversos.
		TOTAL	29	
W. M. BLOSS, S.A.	SITRYPANJ	Calidad del material:	20	La oferta presentada cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, con información sobre los excipientes que componen la solución. Permite simplificar la capsulorrexis



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Facilidad de utilización	4	Se indica el volumen de la jeringa, sin especificar si se corresponde con el volumen de la solución de azul tripán. El calibre de la cánula (23G) que lleva asociada es más grueso que el deseado. Su diseño minimiza el riesgo de desgarro.
		Seguridad en los resultados	5	Se indica la forma de conservación. Conexión de la jeringa: Luer lock Se trata de una solución estéril. Se desconoce la caducidad y las posibles contraindicaciones y efectos adversos.
		TOTAL	29	

Lote 24

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
24	SU.PC.SANI.01.16.99.300001	A45811	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE PRECARGADO-GC

Ofertas recibidas:

- Medical Mix, S.L.U.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
Medical Mix, S.L.U.	BVI-587000			El material del anillo es copolímero de poliuretano. El aplicador está hecho en la parte superior e inferior del mango de ABS. El botón del aplicador es de polioximetileno.
		Calidad del material:	20	
		Facilidad de utilización	5	La inserción, colocación y retirada se pueden hacer con una única mano. Se precisa de una curva de aprendizaje, más o menos larga,
		Seguridad en los resultados	2	El canal que se crea por encima y debajo del iris se mantiene a una altura fija durante la colocación, uso y retirada del anillo. De esa manera, se evita tanto la compresión del iris como la posibilidad de pellizcarlo. En algunos casos puede presentarse una desinserción raíz del iris
		TOTAL	27	
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	XPAND 346722	Calidad del material:	0	El material del anillo es de aleación de titanio de grado médico, no siendo adecuado
		Facilidad de utilización	0	La forma de despliegue en el ojo su colocación en el interior del ojo y su retirada tras su uso no lo hace de fácil utilización
		Seguridad en los resultados	0	Por las mismas razones expuestas respecto a la facilidad de utilización, no garantiza seguridad en los resultados
		TOTAL	0	

Lote 25

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
25	SU.PC.SANI.01.16.99.301000	B38718	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE - GC

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC, S.A.
- DORC España S.L.
- Iberian Car 2016 S.L.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- W. M. BLOSS, S.A.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
A.JL OPHTHALMIC,S.A	MH- I.RETRACTOR	Calidad del material:	0	Desconocemos calibre, longitud y peso
		Facilidad de utilización	0	La presentación es suelta en una cazoleta
		Seguridad en los resultados	0	No se especifica la ausencia de látex
		TOTAL	0	
DORC España S.L	4020	Calidad del material:	20	Se indica el calibre y el peso
		Facilidad de utilización	10	Presentación en cazoleta individual facilitando su uso. Acceso sencillo y controlado a cada retractor por separado
		Seguridad en los resultados	10	Ausencia de Látex. Método de esterilización con óxido de etileno
		TOTAL	40	
Iberian Car 2016 S.L.	88000	Calidad del material:	0	Desconocemos calibre, longitud y peso
		Facilidad de utilización	0	La presentación es suelta en una cazoleta. El tapón de silicona adjunto permite un mejor agarre y un fácil ajuste del tamaño de la pupila. Retractor de iris flexible hecho de polipropileno
		Seguridad en los resultados	10	Ausencia de Látex, Esterilizado por óxido de etileno
		TOTAL	10	
Medical Mix, S.L.U.	AK-0492	Calidad del material:	20	Se indica el calibre y el peso
		Facilidad de utilización	0	La presentación es suelta en un dispositivo sin cierre
		Seguridad en los resultados	0	No se especifica la ausencia de látex
		TOTAL	20	
MEDICONTUR AVI, SL.	MV RI22	Calidad del material:	5	Desconocemos calibre, longitud y peso. El dispositivo está compuesto por un gancho de hilo sintético rígido y una almohadilla móvil.
		Facilidad de utilización	10	La presentación es individualizada con posibilidad de cierre.
		Seguridad en los resultados	0	No se especifica la ausencia de látex
		TOTAL	15	
W. M. BLOSS, S.A.	SI88000	Calidad del material:	20	Se indica el calibre y el peso
		Facilidad de utilización	0	La presentación es suelta en una cazoleta
		Seguridad en los resultados	0	No se especifica la ausencia de látex
		TOTAL	20	

Lote 26

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
26	SU.PC.SANI.01.16.02.501000	B38362	HEMOSTETA OFTALMOLOGICA EN FLECHA - GC

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC,S.A.
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- LIO OPHTEC ESPAÑA SLU
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- PRIM, S.A
- W. M. BLOSS, S.A.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
A.JL OPHTHALMIC,S.A	MH-MIPL/B1/5	Calidad del material:	10	La composición del mango en celulosa, se desconoce el tamaño
		Facilidad de utilización	0	El número de unidades es de 5 por paquete en una bolsa estéril, pero se desconoce el tamaño total
		Seguridad en los resultados	5	Ausencia de látex, pero no indica ausencia de otros componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	15	

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	40-415	Calidad del material:	20	Composición de celulosa y composición del mango de polipropileno
		Facilidad de utilización	10	10 unidades por paquete y tamaño de 7 cm
		Seguridad en los resultados	5	Ausencia de látex, pero no indica ausencia de otros componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	35	
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	s-70001	Calidad del material:	0	Desconocemos el tamaño y la composición del mango es de acetato polivinilo
		Facilidad de utilización	0	Solo 5 unidades por paquete y desconocemos tamaño total
		Seguridad en los resultados	5	Ausencia de látex, pero no indica ausencia de otros componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	5	
Medical Mix, S.L.U.	X-00-08685	Calidad del material:	20	Composición de celulosa, y composición del mango de polipropileno
		Facilidad de utilización	10	10 unidades por paquete y tamaño: 15 mm. Son indeformables.
		Seguridad en los resultados	10	Sin látex, PVC, ftalatos ni componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	40	
MEDICONTUR AVI, SL.	QPV019N	Calidad del material:	0	Desconocemos: composición, tamaño,
		Facilidad de utilización	0	Solo 5 unidades por paquete y desconocemos tamaño total
		Seguridad en los resultados	0	No se especifica la ausencia de látex ni la ausencia de otros componentes de origen animal, no se indica que sea de un solo uso
		TOTAL	0	
PRIM, S.A	40-415	Calidad del material:	20	composición del mango polipropileno, tamaño muy adecuado
		Facilidad de utilización	10	10 unidades por paquete y tamaño: Punta de lanceta: Hidratada : 16.5mm (largo) x 7,8mm (ancho) x 7,8mm (fondo) de 7 cm. Mango: 53.5mm largo x 3.85mm diámetro
		Seguridad en los resultados	5	Ausencia de látex, pero no indica ausencia de otros componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	35	
W. M. BLOSS, S.A	HM9001-100	Calidad del material:	20	composición del mango polipropileno, tamaño muy adecuado
		Facilidad de utilización	5	Solo 5 unidades por paquete. Tamaño: 18x9x2mm Punta triangular hidratada: 20x9x5mm Mango: 53,5x3,85mm Longitud punta: 1,7cm Longitud total 7cm
		Seguridad en los resultados	5	No se especifica la ausencia de látex ni la ausencia de otros componentes de origen animal. Esteril de un solo uso
		TOTAL	30	

Lote 27

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
27	SU.PC.SANI.01.16.01.020000	B42686	AGUJA RETROBULBAR-Longitud:[25-50];Diámetro :[25-25];Tipo de Cánula:recta;



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- LIO OPHTEC ESPAÑA SLU
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AJL OPHTHALMIC, S.A.	111637	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
BAUSCH & LOMB, S.A.	ED7133	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	S-77027	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	BVI-581275	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
MEDICONTUR AVI, SL.	M0637	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	

Lote 28

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
28	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	E92380	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA-Lumen Interno:[45-45];

Ofertas recibidas:

- ABBVIE SPAIN, S.L.U.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
ABBVIE SPAIN, S.L.U.	5507-001	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados
		TOTAL	40	

LOTE 29

Lote 29

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
29	SU.PC.SANI.01.16.20.100005		VISCOELASTICO HPMC

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC,S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)
- VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL
- W. M. BLOSS, S.A

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AJL OPHTHALMIC,S.A	AJL-CELL2%.	Calidad del material:	14	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D Presenta 92.000 6 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s. Presenta 2000-4000 0 puntos
		Facilidad de utilización	0	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 27 G 0 puntos
		Seguridad en los resultados	4	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				puntos Conexión Luer lock SI Si Presenta 4 puntos Ausencia de latex SI No se indica 0 puntos
		TOTAL	18	
BAUSCH & LOMB, S.A.	EYEFILL HD	Calidad del material:	8	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s. Presenta 3,200 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2,5 2 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	0	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Conexión Luer lock SI No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI No se indica 0 puntos
		TOTAL	18	
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	Z-CELCOAT	Calidad del material:	20	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D Presenta 86,000 6 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s. Presenta 4.900 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2,1 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Si presenta 2 puntos Conexión Luer lock SI Si presenta 4 puntos Ausencia de latex SI Si presenta 4 puntos
		TOTAL	38	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	S5.9100	Calidad del material:	14	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s. Presenta 4.000-5.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	8	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. NO se indica 0 puntos Conexión Luer lock SI Si presenta 4 puntos Ausencia de latex SI Si presenta 4 puntos
		TOTAL	30	
GLOBAL	Viscosert M	Calidad del material:	8	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
SURGICAL SERVICE, SL				puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s, No se indica 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	4	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Conexión Luer lock SI No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	20	
Medical Mix, S.L.U.	BVI-585306	Calidad del material:	20	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D Presenta 86.000 6 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s, Presenta 3.000-4.500 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	6	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta sintético 2 puntos Conexión Luer lock SI No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	34	
MEDICONTUR AVI, SL.	VISCO-MC	Calidad del material:	20	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D Presenta 86.000 6 puntos Viscosidad a corte cero ≥ 4500 mPa.s, Presenta 5.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2,5 2 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	4	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Conexión Luer lock SI No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	34	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	CURAGEL 2,0	Calidad del material:	8	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				puntos Viscosidad a corte cero $\geq 4500\text{mPa.s.}$ No se indica 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	8	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Conexión Luer lock SI Sí presenta 4 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	24	
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EYEVISC	Calidad del material:	14	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero $\geq 4500\text{mPa.s.}$ Presenta 4.500-9.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	6	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta pulpa madera 2 puntos Conexión Luer look SI Sí presenta 4 puntos Ausencia de latex SI No se indica 0 puntos
		TOTAL	28	
VSY OPHTHALMOLOG Y SPAIN SL	MV005G	Calidad del material:	14	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero $\geq 4500\text{mPa.s.}$ Presenta 2.600-7.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	6	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta sintético 2 puntos Conexión Luer look SI No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	28	
W. M. BLOSS, S.A	ABPEHAVISCO20	Calidad del material:	8	Concentración 2% HPMC 2 Presenta 2% 8 puntos Peso molecular ≥ 86000 D No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero $\geq 4500\text{mPa.s.}$ No se

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				indica 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq 2,5$ ml Presenta 2 0 puntos Calibre cánula 23-25 G Presenta 23 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta sintético 2 puntos Conexión Luer lock SI Sí presenta 4 puntos Ausencia de latex SI Sí presenta 4 puntos
		TOTAL	26	

Lote 30

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
30	SU,PC,SANI.01.16.20 (*)		VISCOELASTICO / DISPERSIVO

Ofertas recibidas:

- AMEVisa, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.
- Medical Mix, S.L.U.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AMEVISA, S.A.	9G-VISC3,0			Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos
				Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 1.100.000-1.800.000 0 puntos
		Calidad del material:	8	Viscosidad a corte cero "40.000-60.000mPa.s. presenta 120.000-300.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	2	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 1 ml 2 puntos Calibre cánula " ≥ 25 G presenta 23 G 0 puntos
		Seguridad en los resultados	6	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si No se indica 0 puntos Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos
		TOTAL	16	
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	003500-0055-152	Calidad del material:	8	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 1.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 67.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 0,85 ml. 2 puntos Calibre cánula " ≥ 25 G presenta 25 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si presenta si 4 puntos Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		TOTAL	28	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ALSAVISC30	Calidad material: del	8	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 700.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 30.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 1,1 ml. 2 puntos Calibre cánula ≥ 25 G presenta 25 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si presenta si 4 puntos Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos
		TOTAL	28	
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	VT585	Calidad material: del	20	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 800.000 4 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 49.000-56.000 8 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 0,85 ml. 2 puntos Calibre cánula ≥ 25 G presenta 25 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si presenta si 4 puntos Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	PE- HALURONF3.0	Calidad material: del	8	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 1.000.000-1.800.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 300.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	2	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 1 ml-2 puntos Calibre cánula ≥ 25 G No se indica 0 puntos
		Seguridad en los resultados	6	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si presenta si 4 puntos Ausencia de latex SI No se indica 0 puntos
		TOTAL	16	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	OPHLINE2.0%	Calidad material: del	8	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 2% 0 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 1.900.000-2.200.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 40.000-60.000 8 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 1,2 ml. 2 puntos Calibre cánula ≥ 25 G presenta 27 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer look si presenta si 4 puntos



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos
		TOTAL	28	
VSY OPHTHALMOLOG Y SPAIN SL	MV004G	Calidad del material:	8	Concentración " $\geq$ al 3% de NaHA y presenta de 3% 8 puntos Peso molecular $\geq 800.000 \leq 900.000$ D presenta 750.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "40.000- 60.000mPa.s. presenta 30.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa " $\geq 0,85$ ml presenta 1,1 ml. 2 puntos Calibre cánula ≥ 25 G presenta 25 G 8 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. presenta si 2 puntos Conexión Luer lock si presenta si 4 puntos Ausencia de latex SI presenta si 4 puntos
		TOTAL	28	

LOTE 31

Lote 31

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
31	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO

Ofertas recibidas:

- AJL OPHTHALMIC,S.A.
- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- AMEVISA, S.A.
- BAUSCH & LOMB, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.
- EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.
- EXPLOLASER, SL
- GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL
- JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.
- LABORATORIO FARMACEUTICO LCA S.L.
- Medical Mix, S.L.U.
- MEDICONTUR AVI, SL.
- Meiji Pharma Spain, S.A.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)
- VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AJL OPHTHALMIC,S.A	AJL-VISC1.4%.			Concentración " $\geq$ al 1% de NaHA y presenta de 1,4 % 0 puntos
			6	Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 2,400,000 6 puntos
		Calidad del material:		Viscosidad a corte cero " ≥ 50.000 mPa.s.presenta 15.000-20.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	0	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Conexión Luer lock si No se indica 0 puntos



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		TOTAL	16	
ALCON HEALTHCARE, S.A.	0005690004	Calidad del material:	14	Concentración " = al 1% de NaHA y presenta de 1 % 8 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 2.500.000 6 puntos Viscosidad a corte cero " = 50.000mPa.s. presenta 30.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	2	Volumen jeringa 1 ml presenta 0,85 ml 0 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta Sí 5 puntos Ausencia de latex si Presenta Sí 5 puntos
		TOTAL	26	
AMEVISA, S.A.	9G-VISC1,0	Calidad del material:	8	Concentración " = al 1% de NaHA y presenta de 1 % 8 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 1.000.000-1.500.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " = 50.000mPa.s. presenta 30.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta Sí 5 puntos Ausencia de latex si Presenta Sí 5 puntos
		TOTAL	28	
AMEVISA, S.A.	9G-VISC1,4	Calidad del material:	6	Concentración " = al 1% de NaHA y presenta de 1,4 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 1.100.000-2.00.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " = 50.000mPa.s. presenta 20.000-60.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta Sí 5 puntos Ausencia de latex si Presenta Sí 5 puntos
		TOTAL	26	
AMEVISA, S.A.	9G-VISC1,6	Calidad del material:	6	Concentración " = al 1% de NaHA y presenta de 1,6 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 1.200.000-2.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " = 50.000mPa.s. presenta 20.000-80.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta Sí 5 puntos Ausencia de latex si Presenta Sí 5 puntos
		TOTAL	26	

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AMEVISA, S.A.	9G-VISC1,8	Calidad del material:	6	Concentración " $\neq$ al 1% de NaHA y presenta de 1,6 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 presenta 1.200.000-2.00.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " $\neq$ 50.000mPa.s. presenta 50.000-130.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta Sí 5 puntos Ausencia de latex si Presenta Sí 5 puntos
		TOTAL	26	
BAUSCH & LOMB, S.A.	EYEFILL C	Calidad del material:	0	Concentración " $\neq$ al 1% de NaHA y No se indica 0 puntos Peso molecular 2.200.000 a 2.600.000 No se indica 0 puntos Viscosidad a corte cero " $\neq$ 50.000mPa.s. presenta 120.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 25 G 0 puntos
		Seguridad en los resultados	0	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos
		TOTAL	8	
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	003500-0055-886	Calidad del material:	20	Concentración " $\neq$ al 1% de NaHA y Presenta 1% 8 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 2.500.000 6 puntos Viscosidad a corte cero " $\neq$ 50.000mPa.s. presenta 50.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	40	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ALSAVISC14	Calidad del material:	0	Concentración " $\neq$ al 1% de NaHA y Presenta 1,4 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " $\neq$ 50.000mPa.s. presenta 200.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1,1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	20	
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ALSAVISC16	Calidad del material:	0	Concentración " $\neq$ al 1% de NaHA y Presenta 1,6 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " $\neq$ 50.000mPa.s. presenta



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				200.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	20	
EXPLOLASER, SL	SYNK116	Calidad del material:	6	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,55 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 2.200.000 6 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. presenta70.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	5	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos
		TOTAL	21	
GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	Viscosert F	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,6 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 1.200.000-2.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. presenta 80.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	20	
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	10310012	Calidad del material:	14	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1 % 8 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.200.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. presenta 50.000 6 puntos
		Facilidad de utilización	0	Volumen jeringa 1 ml presenta 0,85 ml. 0 puntos Calibre cánula 27 G No se indica 0 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	24	
LABORATORIO FARMACEUTICO LCA S.L.	210-0200	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,5 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 2.800.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. No se indica 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G No se indica 0 puntos
		Seguridad en los resultados	0	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		TOTAL	8	
Medical Mix, S.L.U.	BVI-37758	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,6 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 1.500.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. presenta 220.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G presenta 25 0 puntos
		Seguridad en los resultados	5	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos
		TOTAL	13	
MEDICONTUR AVI, SL.	3614100	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,4 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.000.000-4.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. Presenta 323,000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G Presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	5	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos
		TOTAL	15	
Meiji Pharma Spain, S.A.	Biolon Prime(499295)	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,2 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. Presenta 250,000 0 puntos
		Facilidad de utilización	2	Volumen jeringa 1 ml presenta 0,8 ml. 0 puntos Calibre cánula 27 G Presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	5	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos
		TOTAL	7	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	OPHLINE1.4%	Calidad del material:	0	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1,4 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 1.900.000-2.200.000 0 puntos Viscosidad a corte cero "= 50.000mPa.s. Presenta 15.000-20.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1,2 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G Presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	20	
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BIOHYALUR	Calidad del material:	8	Concentración "= al 1% de NaHA y Presenta 1 % 8 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				Presenta 2.800.000-3.200.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " η " = 50.000mPa.s. Presenta 300.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G Presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	28	
VSY OPHTHALMOLOG Y SPAIN SL	MV001G	Calidad del material:	0	Concentración " η " al 1% de NaHA y Presenta 1,4 % 0 puntos Peso molecular 2.200.000 - 2.600.000 Da. Presenta 3.000.000 0 puntos Viscosidad a corte cero " η " = 50.000mPa.s. Presenta 200.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa 1 ml presenta 1,1 ml. 8 puntos Calibre cánula 27 G Presenta 27 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	20	

LOTE 32

Lote 32

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
32	SU.PC.SANI.01.16.20.100011		VISCOLASTICO VISCOADAPTATIVO

- AJL OPTHALMIC, S.A.
- ALCON HEALTHCARE, S.A.
- JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.
- OPTIMUM VISION CARE, S.A.

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
AJL OPHTHALMIC, S.A	AJL-VISC2%.			Composición NaHA Presenta NaHA 1 punto Concentración NaHA " η " al 2,3% de NaHA y Presenta 2 % 0 puntos Peso molecular " η " $\geq$ 3.200.000. Presenta 2.400.000 0 puntos
		Calidad del material:	1	Viscosidad a corte cero " η " $\geq$ 1.200.000 mPa.s. Presenta 40.000-60.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq$ 0,60 ml. Presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 25 G Presenta 27 G 0 puntos
		Seguridad en los resultados	0	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. No se indica 0 puntos Ausencia de latex si No se indica 0 puntos



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		TOTAL	9	
ALCON HEALTHCARE, S.A.	0005450008	Calidad del material:	0	Composición NaHA Presenta NaHA+condroitin 0 punto Concentración NaHA " $\geq$ al 2,3% de NaHA y Presenta 1,65% 0 puntos Peso molecular " $\geq$ 3.200.000. Presenta 1,700.000 0 puntos Viscosidad a corte cero" $\geq$ 1.200.000 mPa.s. Presenta 40.000-110,000 0 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq$ 0,60 ml. Presenta 1 ml. 8 puntos Calibre cánula 25 G Presenta 27 G 0 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	18	
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	10310015	Calidad del material:	20	Composición NaHA Presenta NaHA 1 punto Concentración NaHA " $\geq$ al 2,3% de NaHA y Presenta 2,3 % 7 puntos Peso molecular " $\geq$ 3.200.000. Presenta 3,200.000 6 puntos Viscosidad a corte cero" $\geq$ 1.200.000 mPa.s. Presenta 1,200,000 6 puntos
		Facilidad de utilización	8	Volumen jeringa $\geq$ 0,60 ml. Presenta 0,60 ml. 8 puntos Calibre cánula 25 G No se indica 0 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	38	
OPTIMUM VISION CARE, S.A.	OPHLINE3.0%	Calidad del material:	1	Composición NaHA Presenta NaHA 1 punto Concentración NaHA " $\geq$ al 2,3% de NaHA y Presenta 3% 0 puntos Peso molecular " $\geq$ 3.200.000. Presenta 1.900.000-2.200.000 0 puntos Viscosidad a corte cero" $\geq$ 1.200.000 mPa.s. Presenta 40.000-110,000180.000-220.000 0 puntos
		Facilidad de utilización	10	Volumen jeringa $\geq$ 0,60 ml. Presenta 1,2 8 puntos Calibre cánula 25 G Presenta 25 G 2 puntos
		Seguridad en los resultados	10	Origen Fermentación bacteriana sin ningún derivado de origen animal. Presenta si 5 puntos Ausencia de latex si Presenta si 5 puntos
		TOTAL	21	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 0000248/2023

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción
33	SU.PC.SANI.01.16.99.700000	E89353	SOLUCION IRRIGACION SALINA 500 cc.-Capacidad:[500-1000];Tipo de envase:Vidrio;

Ofertas recibidas:

- BAUSCH & LOMB, S.A.
- Iberian Car 2016 S.L.
- JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.
- Medical Mix, S.L.U.
- PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
BAUSCH & LOMB, S.A.	AQ500G	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
Iberian Car 2016 S.L.	BSS OCROSOL 500CC	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	15020	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
Medical Mix, S.L.U.	BVI-581732	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	
PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	SWB-BSS	Calidad del material:	20	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre la calidad del material, no se aprecian diferencias sustanciales con el

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
				resto de ofertas.
		Facilidad de utilización	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre facilidad de utilización. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		Seguridad en los resultados	10	Cumple de forma muy adecuada las exigencias sobre seguridad de resultados. No se aprecian diferencias sustanciales con el resto de ofertas.
		TOTAL	40	

5.- RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN AGRUPACIÓN Y LOTES.-

AGRUP.	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	LICITADORES	PUNTUACIÓN
1	1	SU.PC.SANI.01.16.04.100001	Sin oferta	Sin oferta
1	2	SU.PC.SANI.01.16.04.100003	Sin oferta	Sin oferta
2	3	SU.PC.SANI.01.16.05.400003	BAUSCH & LOMB, S.A.	40
			Medical Mix, S.L.U.	40
2	4	SU.PC.SANI.01.16.05.400003	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	40
3	5	SU.PC.SANI.01.16.05.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	29
			BAUSCH & LOMB, S.A.	9
			DORC España S.L	38
3	6	SU.PC.SANI.01.16.05.500003	ALCON HEALTHCARE, S.A.	36
			BAUSCH & LOMB, S.A.	0
			DORC España S.L	34
3	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	20
			DORC España S.L	40
3	8	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	20
			DORC España S.L	40
3	9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	20
			DORC España S.L	40
4	10	SU.PC.SANI.01.16.05.800000	DORC España S.L	20
			Medical Mix, S.L.U.	30
			MEDICONTUR AVI, SL.	20
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	10
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	40
4	11	SU.PC.SANI.01.16.05.800000	DORC España S.L	20
			Medical Mix, S.L.U.	30
			MEDICONTUR AVI, SL.	20
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	10
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	40
5	12	SU.PC.SANI.01.16.07.200005	ALCON HEALTHCARE, S.A.	40
			BAUSCH & LOMB, S.A.	20
			DORC España S.L	20
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	20



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

AGRUP.	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	LICITADORES	PUNTUACIÓN
			Medical Mix, S.L.U.	26
			MEDICONTUR AVI, SL.	20
5	13	SU.PC.SANI.01.16.07.200005	ALCON HEALTHCARE, S.A.	40
			BAUSCH & LOMB, S.A.	20
			DORC España S.L	20
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	20
			Medical Mix, S.L.U.	26
			MEDICONTUR AVI, SL.	20
6	14	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	DORC España S.L	20
6	15	SU.PC.SANI.01.16.99.100005	DORC España S.L	20
7	16	SU.PC.SANI.01.16.05.210000	DORC España S.L	30
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	20
			Medical Mix, S.L.U.	40
			MEDICONTUR AVI, SL.	40
7	17	SU.PC.SANI.01.16.05.210000	DORC España S.L	30
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	20
			Medical Mix, S.L.U.	40
			MEDICONTUR AVI, SL.	40
7	18	SU.PC.SANI.01.16.01.500001	DORC España S.L	40
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	40
			Medical Mix, S.L.U.	40
			MEDICONTUR AVI, SL.	40
	19	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	28
			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	48
	20	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	ALCON HEALTHCARE, S.A.	28
			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	48
	21	SU.PC.SANI.01.01.50.500003	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	40
			Medical Mix, S.L.U.	9
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	23
	22	SU.PC.SANI.01.16.00.300000	BAUSCH & LOMB, S.A.	25
			OFTALMICA INSTRUMENTS, S.L.	40
	23	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	AJL OPHTHALMIC, S.A.	22
			BAUSCH & LOMB, S.A.	29
			DORC España S.L	40
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	29
			W. M. BLOSS, S.A.	29
	24	SU.PC.SANI.01.16.99.300001	Medical Mix, S.L.U.	27
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	0
	25	SU.PC.SANI.01.16.99.301000	AJL OPHTHALMIC, S.A.	0
			DORC España S.L	40



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

AGRUP.	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	LICITADORES	PUNTUACIÓN
			Iberian Car 2016 S.L.	10
			Medical Mix, S.L.U.	20
			MEDICONTUR AVI, SL.	15
			W. M. BLOSS, S.A.	20
	26	SU.PC.SANI.01.16.02.501000	AJL OPHTHALMIC,S.A.	15
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	35
			LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	5
			Medical Mix, S.L.U.	40
			MEDICONTUR AVI, SL.	0
			PRIM, S.A	35
			W. M. BLOSS, S.A.	30
	27	SU.PC.SANI.01.16.01.020000	AJL OPHTHALMIC,S.A.	40
			BAUSCH & LOMB, S.A.	40
			LIO OPHTEC ESPAÑA SLU	40
			Medical Mix, S.L.U.	40
			MEDICONTUR AVI, SL.	40
	28	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	ABBVIE SPAIN, S.L.U.	40
	29	SU.PC.SANI.01.16.20.100005	AJL OPHTHALMIC,S.A.	18
			BAUSCH & LOMB, S.A.	18
			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	38
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	30
			GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	20
			Medical Mix, S.L.U.	34
			MEDICONTUR AVI, SL.	34
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	24
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	28
			VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL	28
			W. M. BLOSS, S.A.	26
	30	SU.PC.SANI.01.16.20.100002	AMEVISA, S.A.	16
			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	28
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	28
			JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	40
			Medical Mix, S.L.U.	16
			OPTIMUM VISION CARE, S.A	28
			VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL	28
	31	SU.PC.SANI.01.16.20.100000	AJL OPHTHALMIC,S.A.	16
			ALCON HEALTHCARE, S.A.	26
			AMEVISA, S.A. 9G-VISC1,0	28
			AMEVISA, S.A. 9G-VISC1,4	26
			AMEVISA, S.A. 9G-VISC1,6	26



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 0000248/2023

AGRUP.	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	LICITADORES	PUNTUACIÓN
			AMEVISA, S.A. 9G-VISC1,8	26
			BAUSCH & LOMB, S.A.	8
			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	40
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A. ALSAVISC14	20
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A. ALSAVISC16	20
			EXPLOLASER, SL	21
			GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	20
			JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	24
			LABORATORIO FARMACEUTICO LCA S.L.	8
			Medical Mix, S.L.U.	13
			MEDICONTUR AVI, SL.	15
			Meiji Pharma Spain, S.A.	7
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	20
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	28
			VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN SL	20
	32	SU.PC.SANI.01.16.20.100011	AJL OPHTHALMIC,S.A.	9
			ALCON HEALTHCARE, S.A.	18
			JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	38
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	21
	33	SU.PC.SANI.01.16.99.700000	BAUSCH & LOMB, S.A.	40
			Iberian Car 2016 S.L.	40
			JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	40
			Medical Mix, S.L.U.	40
			PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	40

Y no habiendo más documentación a valorar ni asuntos que informar, se extiende el presente Informe que firman los componentes de la Comisión Técnica.

En Cádiz, a

Firmado por CORNEJO CASTILLO
CARLOS JOSE - ***3773** el día
17/01/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BENITEZ DEL CASTILLO
SANCHEZ FRANCISCO JAVIER - ***4600** el
día 17/01/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

LAVID DE LOS
MOZOS
FRANCISCO
JAVIER -
13754109V

Firmado digitalmente por LAVID DE
LOS MOZOS FRANCISCO JAVIER -
13754109V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-13754109V,
givenName=FRANCISCO JAVIER,
sn=LAVID DE LOS MOZOS, cn=LAVID
DE LOS MOZOS FRANCISCO JAVIER -
13754109V
Fecha: 2024.01.17 13:52:25 +01'00'

HUERTOS
CARRILLO
MARIA JESUS -
31245931V

Firmado digitalmente
por HUERTOS
CARRILLO MARIA
JESUS - 31245931V
Fecha: 2024.01.17
15:22:27 +01'00'

Firmado por HERNANDEZ ORTEGA MARIA
ANGELES - 28809288V el día
17/01/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

DILIGENCIA

OBJETO DE LA DILIGENCIA: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA CIRUGÍA DE CATARATAS Y DE VITRECTOMÍA Y SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS SU.PC.SANI. 04.18 (LENTE INTRAOCULARES) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. EXPTE. 248/2023. CCA: +6.6W2QTJK

Para hacer constar que en el Informe Técnico de Valoración de Criterios de Adjudicación no automáticos, publicado en el perfil del contratante en fecha 19 de enero de 2024, relativo al expediente administrativo de contratación de referencia, se ha detectado el error material que se describe a continuación:

En la página 27 del informe en la valoración del lote 21 de los parámetros “facilidad de utilización” y “seguridad en los resultados”, se ha motivado la valoración de la oferta presentada por la empresa CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A., con el siguiente texto:

Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores que nos hacen más sencilla su utilización y la rapidez para el montaje. La etiqueta con la descripción de todos los componentes del Custom Pack se puede visualizar externamente antes de abrirlo para confirmar que todos los componentes son los correctos, aportando rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El Custom Pack estéril viene contenido en una bolsa de plástico NO estéril de fácil apertura con solapa adhesiva que nos evita la rotura del envoltorio. Todos y cada uno de los fungibles necesarios para la puesta en marcha del equipo de facoemulsificación vienen incluidos de forma estéril en el interior del Custom Pack, facilitando la rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El cassette del Quatera 700 contenido en el interior de Custom Pack presenta un código de colores sencillo e intuitivo para diferenciar las vías de aspiración e irrigación.
Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las agujas y cánulas presentan un protector de



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

		plástico para evitar que usuarios y profesionales puedan sufrir lesiones asociadas a pinchazos. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores para poder identificar con seguridad cada producto que se va a inyectar dentro del ojo. Jeringas de 3 piezas con conexión Luer-Lock para evitar la expulsión accidental de cánulas y agujas. Cuchilletos empaquetados de manera individual para evitar cortes durante su apertura. En el etiquetado exterior viene información como lote y fecha de caducidad, lo cual asegura no usar un equipo en mal estado.
--	--	---

De la valoración del parámetro “facilidad de utilización” se deben eliminar las siguientes frases:

“Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores que nos hacen más sencilla su utilización y la rapidez para el montaje.”;

"Todos y cada uno de los fungibles necesarios para la puesta en marcha del equipo de facoemulsificación vienen incluidos de forma estéril en el interior del Custom Pack, facilitando la rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El cassette del Quatera 700 contenido en el interior de Custom Pack presenta un código de colores sencillo e intuitivo para diferenciar las vías de aspiración e irrigación."

De la valoración del parámetro “seguridad en los resultados” se deben eliminar las siguientes frases:

"Los componentes individuales de pequeño tamaño (cánulas, agujas, jeringas, ...) se presentan dentro de una bolsa de papel para poder extraerlas y usarlas con facilidad. Todas las agujas y cánulas presentan un protector de plástico para evitar que usuarios y profesionales puedan sufrir lesiones asociadas a pinchazos” .

“Todas las cánulas y agujas vienen identificadas mediante códigos de colores para poder identificar con seguridad cada producto que se va a inyectar dentro del ojo. Jeringas de 3 piezas con conexión Luer-Lock para evitar la expulsión accidental de cánulas y agujas. Cuchilletos empaquetados de manera individual para evitar cortes durante su apertura."

En consecuencia el texto correcto es el siguiente:



Facilidad de utilización	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que el manejo de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. La etiqueta con la descripción de todos los componentes del Custom Pack se puede visualizar externamente antes de abrirlo para confirmar que todos los componentes son los correctos, aportando rapidez en la programación quirúrgica del paciente. El Custom Pack estéril viene contenido en una bolsa de plástico NO estéril de fácil apertura con solapa adhesiva que nos evita la rotura del envoltorio.
Seguridad en los resultados	10	Analizada la muestra presentada, se comprueba que la seguridad de los elementos que componen el pack se corresponde con la práctica clínica. Todos los componentes vienen envueltos por el paño de mesa que nos permite una apertura sencilla, evitando riesgos de contaminación. En el etiquetado exterior viene información como lote y fecha de caducidad, lo cual asegura no usar un equipo en mal estado.

Se comprueba que se ha tratado de un error material al copiar la misma motivación entre los lotes 20 y 21 de CARLS ZEISS, y que no afecta a la puntuación otorgada a la oferta.

Es todo cuanto se ha de Diligenciar, salvo mejor criterio en derecho.

En Cádiz, a fecha de la firma,

Orden	Categoría
1	Javier Benítez del Castillo Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital de Jerez
2	Francisco Javier Lavid de los Mozos Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Punta Europa de Algeciras
3	Carlos J. Cornejo Castillo Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Puerta del Mar y Hospital San Carlos
4	M ^a Jesús Huertos Carrillo F.E.A Oftalmología del Hospital de Puerto Real
5	M ^a Angeles Hernández Ortega Jefa de Sección de Oftalmología del Hospital de La Línea



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

Firmado por CORNEJO CASTILLO
CARLOS JOSE - ***3773** el día
31/01/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

LAVID DE LOS
MOZOS FRANCISCO
JAVIER - 13754109V

Firmado digitalmente por LAVID DE LOS
MOZOS FRANCISCO JAVIER - 13754109V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-13754109V,
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=LAVID
DE LOS MOZOS, cn=LAVID DE LOS MOZOS
FRANCISCO JAVIER - 13754109V
Fecha: 2024.01.31 20:11:27 +01'00'

Firmado por BENITEZ DEL CASTILLO
SANCHEZ FRANCISCO JAVIER -
***4600** el día 31/01/2024 con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

HUERTOS
CARRILLO
MARIA JESUS -
31245931V

Firmado digitalmente
por HUERTOS CARRILLO
MARIA JESUS -
31245931V
Fecha: 2024.01.31
20:46:22 +01'00'

Firmado por HERNANDEZ ORTEGA MARIA ANGELES -
28809288V el día 03/02/2024 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios