

INFORME RELATIVO AL INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES DEL LOTE 20 DE LA MERCANTIL BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. CON ROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PARA EL EXPEDIENTE DE **SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL LOTE 9, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.**

PRIMERO:

La mercantil BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. presenta su oferta al lote 20 con referencia M00561101

SEGUNDO:

Las características técnicas adicionales para el citado lote son las siguientes:

- "• Libre de Látex.
- Apto para un canal de trabajo de 2,8.
- Diámetro del asa:[10-10].
- Longitud del catéter:[150-300].
- Forma del asa:oval.
- Válido sólo únicamente para corte en frío."

TERCERO:

Aunque inicialmente fue valorado por la comisión, obteniéndose una puntuación de 28 puntos, se ha podido constatar, que esta referencia no cumple con las características adicionales por presentar una forma del asa redonda, en lugar de oval.

Por tanto, se pone esta circunstancia en conocimiento de la Mesa de Contratación para que realice las actuaciones que estime oportunas.

Francisco Javier de la Morena.

Coordinador de RRMM de la CPC Málaga y secretario de la comisión de expertos para la evaluación de este expediente.

DE LA MORENA
DOMINGUEZ
FRANCISCO JAVIER
- 74830858J

Firmado digitalmente por
DE LA MORENA
DOMINGUEZ FRANCISCO
JAVIER - 74830858J
Fecha: 2025.01.16
12:07:10 +01'00'