


INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE 0000866/2023 de SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA INSTILACIÓN CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

De conformidad con la Resolución del Tribunal nº 587/2024, el expediente de contratación Nº 0000866/2023, para el **SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA INSTILACIÓN CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, se retrotrae al momento de la valoración de los criterios no automáticos del Lote 1 para la oferta presentada por la empresa recurrente LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA, S.L.U.

Objeto del presente Informe es la valoración de los criterios no automáticos del Lote 1 para la oferta presentada por la empresa recurrente LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA, S.L.U.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica Específica designada para la elaboración del presente informe, la documentación técnica y muestras aportadas para el Lote 1 por el licitador al expediente.


Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica que asisten son:

NOMBRE	CENTRO	PUESTO	FIRMA
Javier de la Morena Domínguez	HRUM	Coordinador RRMM CPC Málaga	
Juan Miguel Gómez Palomo	HUVV	FEA COT	
Francisco Aguiar García	HRUM	Jefe Sección Facultativo COT	
Jose Luis Ruiz Arranz	AGSS	Jefe Servicio COT	
Alberto López García	AGSN	FEA COT	
José Antonio Ortega García	AGSE	Jefe Servicio COT	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

Adela Gómez González	HUVV	Servicio Medicina Física y Rehabilitación	
-------------------------	------	--	---

En **Anexo I** del presente Informe se ha incluido la oferta presentada por la empresa recurrente LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA, S.L.U. y se describe de forma detallada la valoración de la oferta presentada.

Conforme a lo establecido en el Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realiza como se detalla a continuación:

- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Asimismo, la oferta debe alcanzar en la valoración una **puntuación mínima de 17 puntos para el lote 1** que tendrán carácter de umbral funcional mínimo.
- Se hace expresamente constar que el lote objeto de valoración de esta comisión, corresponde a la especialidad de Traumatología.

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS** del expediente **000866/2023** de **SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA INSTILACIÓN CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, en la fecha de la firma:

Málaga, a 14 de enero de 2025

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS												
Eficacia: De 0 a 20 puntos Eficacia de uso, en función de la biodisponibilidad, de la absorción, eliminación y volumen. Estudios científicos independientes que avalen su eficacia.												
Seguridad: De 0 a 5 puntos La ausencia de riesgo en todas sus dimensiones tanto para los profesionales como para los pacientes o usuarios, así como la eficacia de los sistemas de seguridad, elementos cuya presencia o ausencia puedan generar un riesgo. Facilidad para preservar la esterilidad hasta el momento de uso. Estudios científicos independientes que avalen su seguridad.												
Duración: De 0 a 10 puntos Duración del efecto, demostrado a través de estudios científicos independientes.												
LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	SU.PC.SANI.01:11.10.500000	E72261	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO LARGA DURACION-VOLUMEN:[0-25];Concentración de ac.:{0-50};	Larga duración. Miligramos por unidad de administración: mínimo 40mg . Origen biotecnológico. Jeringa precargada con aguja. Estéril. Entrega urgente en 24 horas. Conservación a temperatura ambiente.	LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SLU	HYALONE ÁCIDO HIALURÓNICO 1 JERINGA INTERARTICULAR 60MG	157592.0	100099255872	NO			No cumple PPT. Se solicita jeringa precargada con aguja y la muestra ofertada no presenta aguja.
												Consejería



Consejería
de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario
Regional de Málaga
Dirección Central Provincial
de Compras de Málaga

2