

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE 0001187/2024 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE INCONTINENCIA URINARIA, ABSORBENTES TIPO BRAGA, CON DESTINO A LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON CONCIERTOS CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Objeto del presente Informe es la valoración de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del Expediente **0001187/2024 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE INCONTINENCIA URINARIA, ABSORBENTES TIPO BRAGA, CON DESTINO A LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON CONCIERTOS CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, el cual se tramita mediante el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco con una única empresa, por lotes por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo, mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica designada para la elaboración del presente informe, la documentación técnica y muestras aportadas por los licitadores al expediente, tras la apertura en Mesa de Contratación:

Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica que asisten son:

NOMBRE	CENTRO	PUESTO	FIRMA
Javier de la Morena Domínguez	CPC de Málaga	Coordinador Recursos Materiales	
Rocío Moreno García	HRUM	Enfermero Recursos materiales	
Maria Teresa Ruiz Castillo	DSMG	Enfermera	
María José García Vivas	HUVV	Jefa Bloque Críticos	
Juan Antonio Rodríguez Silva	HCS	Enfermero Recursos Materiales	
Ana María Bocanegra Pérez	CES 061	Coordinador Recursos Materiales	

Las empresas admitidas a la Licitación son las que se relacionan a continuación:

ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
ESSITY SPAIN, SLU

IBERIAN CARE 2016 S.L.
LABORATORIOS HARTMANN S.A.
LABORATORIOS INDAS, S.A.U

En **Anexo I** del presente Informe se han incluido todas las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación y se describen de forma detallada la valoración individualizada a cada uno de las ofertas presentadas.

Conforme a lo establecido en el Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realiza como se detalla a continuación:

- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Asimismo, las ofertas deben alcanzar en la valoración una **puntuación mínima de 15 puntos** que tendrán carácter de umbral funcional mínimo.

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS** del expediente **0001187/2024 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE INCONTINENCIA URINARIA, ABSORBENTES TIPO BRAGA, CON DESTINO A LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON CONCIERTOS CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, en la fecha de la firma:

Málaga, a 14 de febrero de 2025

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 30 PUNTOS	UMBRAL MÍNIMO 15 PUNTOS
-------------------------------------	-------------------------

Calidad: De 0 a 7 puntos
 Calidad de los materiales con los que está fabricado, así como su flexibilidad, rigidez o dureza, textura, acabado, resistencia a la rotura, transpirabilidad, capacidad de reposicionamiento del adhesivo, cierre del pañal, elasticidad de la cintura. Facilidad de identificación e interpretación de testigo de cambio.

Seguridad: De 0 a 5 puntos
 La ausencia de riesgo en todos los aspectos, tanto para los profesionales como para los pacientes o usuarios, elementos cuya presencia o ausencia puedan generar un riesgo.

Ergonomía: De 0 a 7 puntos
 Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la anatomía del paciente. Aspectos tales como, forma, u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de colocación.

Envasado y del etiquetado: De 0 a 4 puntos
 Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla.

Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos
 Se valorará la propuesta de servicio presentada por cada empresa con objeto de garantizar la gestión y correcto uso de los productos objeto del contrato a lo largo de la vida de este a través de la formación y asesoramiento permanente en su uso, según las necesidades individuales de cada residente o paciente, con atención y seguimiento individualizado de la utilización y efectos de estos materiales, contribuyendo a su bienestar mediante un uso óptimo del producto suministrado.

Plan Logístico: De 0 a 4 puntos
 Se valorará la propuesta de servicio de suministro de los productos, el cual deberá incluir:


- Flujograma de funcionamiento.
- Programa de actuación logística.
- Indicación de medios humanos y materiales para organizar y realizar el suministro con destino a las residencias de mayores contempladas en el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Herramienta de gestión de albaranes.

AG	LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Descripción: • Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras antifugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. • Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos. Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. • Presenta neutralizantes del olor. • Que garantice dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia - PH 5,5). • Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex. • Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU	AMD PANT DÍA Talla Grande	12032000	100136915987	SI	18	SI	De las muestras y documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 7 puntos. Buen tacto, cintura ajustable suave al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Barrera antifuga. Neutralizador de olor, que ayuda a mantener su autoestíma. Desprende partículas de superabsorbente y la celulosa no mantiene su integridad con el movimiento. 2 puntos Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalergénico, con emulsión de aloe vera para la dermatoprotección, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. Pañal transpirable en todo el producto, aporta estudios independientes de transpirabilidad. Desprende partículas de superabsorbente en seco, pero al mojarse libera muchísimas partículas que quedan en contacto con la piel y puede ser fuente de infección y lesiones de la piel. 1 punto Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla y la posición en la que va colocada para evitar errores de colocación (BACK en la zona posterior), indicador de cambio en forma de texto en la zona central del absorbente que va desapareciendo con la humedad, hasta desaparecer del todo, momento en que es necesario el cambio. Este método puede llevar a error, en caso de personal de nueva incorporación, ya que habitualmente, el indicador aparece cuando es necesario el cambio. 4 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, especificando la que corresponde de forma sombreada e identifica el contorno de cintura lo que ayuda a identificar muy fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente. 4 puntos Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Especifica un plan formativo a los profesionales detallando objetivos y contenidos de forma general, material de apoyo, guías de buen uso, material informativo y recordatorio sobre la colocación de los absorbentes. Aporta material didáctico de apoyo y es apropiado. Soporte a los cuidadores y a los usuarios. Formaciones presenciales con posibilidad online. Videotutoriales. Informes periódicos de seguimiento. 3 puntos Plan Logístico: De 0 a 4 puntos Presenta un plan logístico, con un adecuado flujograma, especificando una previsión de la demanda, gestión de inventario, una gestión del aprovisionamiento y un plan de suministro alternativo y garantías de aprovisionamiento, lo que en estos momentos con un mercado tensionado es algo importante. • Detalla los medios de los que disponen en cuanto a almacenes, recursos humanos y materiales para su distribución. • Herramienta de gestión de albaranes que permite visualización tiempo real del estado del pedido. Permite descargar el archivo "PDF" con el albarán firmado o sellado. Este albarán incluirá la firma de conformidad en número, tipo, talla y estado de conservación de cada Residencia. 4 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 18 puntos .
	2	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Normativa a cumplir: • Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 • Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. • Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. • Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel.		AMD PANT DÍA Talla Mediana	12022000	100136901946				




AG	LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales		BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	ABS PANTS DIA GRANDE 80 UI	476283	100137194592	SI	17	SI	<p>De las muestras y documentación aportada se observa que:</p> <p>Calidad: De 0 a 7 puntos Buen tacto, cintura ajustable suave al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Barrera antifuga. Neutralizador de olor, que ayuda a mantener su autoestima. Se forman acumulaciones de celulosa y superabsorbente cuando está mojado que pueden resultar incómodas y dejar zonas con menos absorción. 4 puntos</p> <p>Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalérgico, con dermatoprotección, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. 4 puntos</p> <p>Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla pero no indica la posición en la que va colocada aunque presenta una costura y un color diferente en la cintura en uno de los dos lados que los diferencia. Indicador de cambio en toda la zona de absorbente, con las letras que identifican la talla y el modelo, que cambia de color, bien visible y fácil de interpretar. 5 puntos</p> <p>Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, pero no resalta la talla correspondiente dentro de la gama, identifica el contorno de cintura lo que ayuda a identificar muy fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente. 3 puntos</p> <p>Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Se compromete a una formación inicial durante el periodo inicial y final del proceso, pero no especifica ni contenido, ni duración, ni medios, ni recursos destinados para tal efecto. No aporta material de soporte, 1 punto</p> <p>Plan Logístico: De 0 a 4 puntos No detalla el plan logístico, tan solo indica como actuar en caso de devolución de la mercancía. No herramienta de gestión de albaranes. 0 puntos</p> <p>Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 17 puntos</p>
	2	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales			ABS PANTS DIA MEDIANO 80 UI	478487	100137194794				
1	1	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras antifugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalérgica, de transferencia de líquidos. Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantice dermatoprotección del paciente a través de loción demoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia - PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex. <p>Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso de éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 	ESSITY SPAIN, SLU	ORLYS Pants Dia G, 8x10p, ES BRAGA GRANDE DIA	791670	100137146113	SI	17	SI	<p>De las muestras y documentación aportada se observa que:</p> <p>Calidad: De 0 a 7 puntos Buen tacto, cintura ajustable suave al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Barrera antifuga. Neutralizador de olor, que ayuda a mantener su autoestima. Se forman acumulaciones de celulosa y superabsorbente cuando está mojado que pueden resultar incómodas y dejar zonas con menos absorción. 4 puntos</p> <p>Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalérgico, con dermatoprotección, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. 4 puntos</p> <p>Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla y pero no indica la posición en la que va colocada aunque presenta una costura y un color diferente en la cintura en uno de los dos lados que los diferencia. Indicador de cambio en toda la zona de absorbente, con las letras que identifican la talla y el modelo, que cambia de color, bien visible y fácil de interpretar. 5 puntos</p> <p>Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, especificando la que corresponde de forma sombreada, lo que ayuda a identificar fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente, aunque no indica el contorno de cintura. 3 puntos</p> <p>Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Se compromete a una formación inicial y asesoramiento personalizado, describe el contenido e identifica los recursos de personal, pero no aporta material de soporte. 1 punto</p> <p>Plan Logístico: De 0 a 4 puntos No especifica los medios de los que disponen en cuanto almacenes, ni describe el proceso logístico. Indica que cuenta con un plan de suministro alternativo pero no lo describe. No aporta herramienta de gestión de albaranes. 0 puntos</p> <p>Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 17 puntos.</p>
	2	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales			ORLYS ProSkin Pants Dia Mediano 10x8	791571	100166918048				

AG	LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras antifugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos. Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantice dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia ~ PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex <p>Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 	IBERIAN CARE 2016, S.L.	ABENA PANTS LIGHT, PREMIUM	1000021332	100166858830	SI	28	SI	<p>De las muestras y documentación aportada se observa que:</p> <p>Calidad: De 0 a 7 puntos Buen tacto, cintura ajustable, suave y agradable al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Doble barrera lateral antifugas, lo que evita fugas de orina. Neutralizador de olor, que ayuda al paciente a mantener su autoestima. 7 puntos</p> <p>Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalergénico, con dermatoprotección, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. Pañal transpirable en todo el producto. 5 puntos</p> <p>Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla y la posición en la que va colocada para evitar errores de colocación (BACK en la zona posterior). Indicador de cambio en toda la zona de absorbente, con dos bandas amarillas que cambian de color, bien visible y muy fácil de interpretar. 7 puntos</p> <p>Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, especificando la que corresponde de forma sombreada e identifica el contorno de cintura lo que ayuda a identificar muy fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente. 4 puntos</p> <p>Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Se compromete a una formación inicial y asesoramiento personalizado, seguimiento individualizado, adaptación a las necesidades individuales, asesoramiento permanente, informe de seguimiento y evaluación, garantías del plan de asesoramiento y seguimiento, pero no especifica ni contenido, ni duración, ni medios, ni recursos destinados para tal efecto. No aporta material de soporte. 1 punto</p> <p>Plan Logístico: De 0 a 4 puntos Presenta un plan logístico con un adecuado flujograma, especificando una previsión de la demanda, gestión de inventario, una gestión del aprovisionamiento y un plan de suministro alternativo y garantías de aprovisionamiento, lo que en estos momentos con un mercado tensionado es algo importante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detalla los medios de los que disponen en cuanto a almacenes, recursos humanos y materiales para su distribución. Herramienta de gestión de albaranes que permita visualización tiempo real del estado del pedido. Permite descargar el archivo "PDF" con el albarán firmado o sellado. Este albarán incluirá la firma de conformidad en número, tipo, talla y estado de conservación de cada Residencia. <p>4 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 28 puntos.</p>
	2	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras antifugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos. Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantice dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia ~ PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex <p>Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 		ABENA PANTS LIGHT, PREMIUM	1000021331					



Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
 Hospital Universitario Regional de Málaga
 Dirección Central Provincial de Compras de Málaga

AG	LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMERAL	VALORACIÓN LOTES
1		SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras anti-fugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalérgica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantiza dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia - PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex. Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 	LABORATORIOS HARTMANN SA	Lindor Fit Pants Dia L Grande	166192	100165906420	SI	27	SI	<p>De las muestras y documentación aportada se observa que:</p> <p>Calidad: De 0 a 7 puntos Buen tacto, cintura ajustable, suave y agradable al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Doble barrera lateral anti-fugas, lo que evita fugas de orina. Neutralizador de olor, que ayuda al paciente a mantener su autoestima. 7 puntos</p> <p>Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalérgico, con dermatoprotección, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. 4 puntos</p> <p>Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla y la posición en la que va colocada para evitar errores de colocación (BACK en la zona posterior). Indicador de cambio en toda la zona de absorbente, con una banda ancha, que cambia de azul a amarillo, bien visible y muy fácil de interpretar. 7 puntos</p> <p>Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, especificando la que corresponde de forma sombreada, lo que ayuda a identificar fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente, aunque no indica el contorno de cintura. 3 puntos</p> <p>Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Especifica un plan formativo en dos fases, con cronograma de cumplimiento, detallando objetivos y contenido, con material de apoyo: -Videos de formación sobre la incontinencia: sistema urinario, patología y tipos. - Videos de formación sobre la piel: funcionamiento, patologías e identificación DAI, UPH y UPP. - Videos con los protocolos de higiene y cuidado de la piel. - Carteles. Materiales de comunicación adaptados: de buenas prácticas, de identificación de talla/absorción de los productos adjudicados e instrucciones de colocación (ver ejemplo en Anexo I). Plan de seguimiento y gestión de la dermatitis. 3 puntos</p> <p>Plan Logístico: De 0 a 4 puntos Presenta un plan logístico basado en la expertis del funcionamiento previo, con un adecuado flujograma, especificando una previsión de la demanda, gestión de inventario, una gestión del aprovisionamiento y un plan de suministro alternativo y garantías de aprovisionamiento, lo que en estos momentos con un mercado tensionado es algo importante. -Detalla los medios de los que disponen en cuanto a almacenes, recursos humanos y materiales para su distribución. -Herramienta de gestión de albaranes que permite visualización tiempo real del estado del pedido. No especifica en cuanto tiempo se puede tener acceso a los albaranes de entrega una vez recepcionado el pedido. 3 puntos</p> <p>Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 27 puntos.</p>
		SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras anti-fugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalérgica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantiza dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia - PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex. Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 		Lindor Fit Pants Dia M Mediano	166191	100165906622				



AG	LTs	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMbral	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absorbente tipo braga de configuración anatómica con barreras antifugas. Indicador de cambio o humedad visible externamente, elásticos inguinales y cintura elástica. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalérgica, de transferencia de líquidos. Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable recubierta de material tejido no tejido transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Que garantice dermatoprotección del paciente a través de loción dermatoprotectora o mantenimiento del PH del manto ácido de la piel del paciente (referencia ~ PH 5,5). Material: Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Poliétileno...) y material elástico. Libre de látex. Envasado: Envase con varias unidades con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> Denominación comercial. Referencia del fabricante. Número de lote. 	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	Incopack Pant Talla Grande Día	1820207	100137334112	SI	29	SI	<p>De la documentación y muestras aportadas se observa que:</p> <p>Calidad: De 0 a 7 puntos. Buen tacto, cintura ajustable suave al contacto con la piel, cintura elástica que permite buena sujeción y fijación, cintura alta. Cómodo para poner y retirar para pacientes moderadamente autónomos. Doble barrera lateral antifugas, lo que evita fugas de orina. Neutralizador de olor, que ayuda a mantener su autoestima. No desprende partículas, el núcleo absorbente mantiene su integridad con el movimiento y el uso. 7 puntos</p> <p>Seguridad: De 0 a 5 puntos Compuesto de material hipoalérgico, bandas con emulsión dermatoprotectora, manteniendo un PH adecuado de la piel, dermatológicamente testado. Pañal transpirable en todo el producto, aporta estudios independientes de transpirabilidad. 5 puntos</p> <p>Ergonomía: De 0 a 7 puntos Cintura muy elástica, fácil de colocar de forma sencilla por el propio paciente, rasgable para retirar de forma rápida. Identifica en el propio absorbente la talla y la posición en la que va colocada para evitar errores de colocación (cambio de color en la cintura por la parte de atrás). Indicador de cambio en toda la zona de absorbente, con una banda ancha, que cambia de azul a azul oscuro visible y fácil de interpretar. 7 puntos</p> <p>Envasado y etiquetado: De 0 a 4 puntos Facilidad apertura. Facilidad de lectura e identificación de la talla. Troquelado que permite una fácil apertura y dispensación. Muestra toda la gama de tallas y absorción, especificando la que corresponde de forma sombreada e identifica el contorno de cintura lo que ayuda a identificar muy fácilmente el absorbente y ayuda a orientar en caso de que el absorbente elegido no se adapte perfectamente. 4 puntos</p> <p>Plan de asesoramiento y seguimiento de la utilización y resultados del producto objeto del contrato: De 0 a 3 puntos Especifica un plan formativo a los profesionales detallando objetivos y contenidos de forma general, material de apoyo, guías de buen uso, póster recordatorio sobre la colocación de los absorbentes, cintas métricas para determinar la talla más adecuada en función de las necesidades de los pacientes, entre otros. Aporta material didáctico de apoyo y es apropiado. 2 puntos</p> <p>Plan Logístico: De 0 a 4 puntos Presenta un plan logístico basado en la expertise del funcionamiento previo, con un adecuado flujograma, especificando una previsión de la demanda, gestión de inventario, una gestión del aprovisionamiento y un plan de suministro alternativo y garantías de aprovisionamiento, lo que en estos momentos con un mercado tensionado es algo importante. •Detalla los medios de los que disponen en cuanto a almacenes, recursos humanos y materiales para su distribución. •Herramienta de gestión de albaranes que permite visualización tiempo real del estado del pedido. Permite descargar el archivo "PDF" con el albarán firmado o sellado. Este albarán incluirá la firma de conformidad en número, tipo, talla y estado de conservación de cada Residencia. 4 puntos</p> <p>Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, la puntuación de 29 puntos.</p>
	2	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	<p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración de conformidad acorde Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 Producto sanitario tenga asignado un UDI-DI Básico en su Declaración de conformidad. Etiquetado en castellano, que contenga el símbolo MD acorde ISO EN 15223-1. Estudio de dermatoprotección del producto en caso que éste se materialice a través mantenimiento PH manto ácido de la piel. 		Incopack Pant Talla Media Día	1820204	100137187622				

