

| ASIGNACIÓN   | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe Licitación (IVA Incluido) | Importe Licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE        | REFERENCIA OFERTADA                                  | CIP OFERTADO, en su caso                                     | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA  | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|--|--------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|------------------|---|--|---|--|
| <b>Agrupación I Equipo anestesia 2 aguja punta bisel romo conexión NRFit</b>             |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
| 1  | F69936 | SU.PC.SANI.01.19.05.000009 |                         | EQ. ANESTESIA EPIDURAL I AG. PUNTA BISEL ROMO CONEXIÓN NRFit-Diámetro catéter:[1.5-1.5];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtros:si; | Unidad (Pieza)   | 9.000    | 14,500000 €                    | 17,545000 €                                  | 157.905,00 €                      | 130.500,00 €                      | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 45140171N-01   | 100149087826   | 100149087826     | F69936  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 24-1303-22   | 100148316141   | 100148316141     | No identificado Ref/CIP en F69936                     |  |   |  |
| 2  | F69897 | SU.PC.SANI.01.19.05.000009 |                         | EQ. ANESTESIA EPIDURAL I AG. PUNTA BISEL ROMO CONEXIÓN NRFit-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtros:si;     | Unidad (Pieza)   | 24.000   | 11,700000 €                    | 14,157000 €                                  | 339.768,00 €                      | 280.800,00 €                      | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4514017N-01  | 100143956009   | 100143956009     | F69897  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 24-1301-22   | 100148316040   | 100148316040     | F69897  |  |   |  |
| <b>Resumen agrupación</b>  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.    |  |  |                  |   | 20 puntos  | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Catéter con adecuada resistencia y la flexibilidad necesaria para garantizar una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados. Punta del catéter traumática con menor calibre en su extremo distal favoreciendo la seguridad del paciente y su uso. Catéter premontado. Buena ergonomía del filtro. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. | Supera                                 |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL |  |  |                  |   |  | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Referencia/CIP ofertado no asociado al artículo y características del Genérico de Centro licitado.   |  |
| <b>Agrupación II Aguja portal venoso acodada C/ Sist. seguridad y línea /alto flujo.</b> |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
| 3  | E33445 | SU.PC.SANI.01.19.01.000006 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];                | Unidad (Pieza)   | 15.000   | 5,340000 €                     | 6,461400 €                                   | 96.921,00 €                       | 80.100,00 €                       | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447001  | 100031271573   | 100031271573     | No identificado Ref/CIP en E33445                     |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 131975   | 100140075402   | 100140075402     | E33445  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | SHU-1919CH   | 100165611542   | 100165611542     | No identificado Ref/CIP en E33445                     |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 21-3468-24<br>21-3368-24                             | 100015496428<br>100015497135                                 | 100015496428     | E33445  |  |   |  |
| 4  | D92707 | SU.PC.SANI.01.19.01.000006 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];                | Unidad (Pieza)   | 11.000   | 2,980000 €                     | 3,605800 €                                   | 39.663,80 €                       | 32.780,00 €                       | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447006  | 100031283897   | 100031283897     | No identificado Ref/CIP en D92707                     |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 0132075  | 100140075907   | 100140075907     | D92707  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | SHU-2019CH   | 100165611845   | 100165611845     | No identificado Ref/CIP en D92707                     |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 21-3464-24<br>21-3465-24<br>21-3367-24<br>21-3369-24 | 100015496721<br>100015496822<br>100015497539<br>100015497438 | 100015496822     | D92707  |  |   |  |
| 5  | D92779 | SU.PC.SANI.01.19.01.000006 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];               | Unidad (Pieza)   | 7.000    | 5,340000 €                     | 6,461400 €                                   | 45.229,80 €                       | 37.380,00 €                       | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447007  | 100031285110   | 100031285110     | D92779  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 132010   | 100140076018   | 100140076018     | D92779  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | SHU-2025CH   | 100165612158   | 100165612158     | D92779  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 21-3466-24<br>21-3362-24                             | 100015496923<br>100015497630                                 | 100015496923     | D92779  |  |   |  |
| 6  | D92785 | SU.PC.SANI.01.19.01.000006 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];               | Unidad (Pieza)   | 6.500    | 4,580000 €                     | 5,541800 €                                   | 36.021,70 €                       | 29.770,00 €                       | 21          |                          |  |  |                  |   |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447002  | 100031283695   | 100031283695     | D92785  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 131910   | 100140075503   | 100140075503     | D92785  |  |   |  |
|  |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | SHU-1925CH   | 100165611744   | 100165611744     | D92785  |  |   |  |



INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO ATUMÁTICOS

| AGRUPACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE                  | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA   | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|---|--|--|
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.              | 4514017             | 100004337118             | 100004337118     | B47386  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Catéter con adecuada resistencia y flexibilidad. Buena ergonomía del filtro. Buena visualización del marcado centimétrico. Jeringa sensible y con buen deslizamiento. Catéter premontado.              | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L              | TSEPIS18803         | 100160138660             | 100160138660     | B47386  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL           | 100/391/118CZ       | 100095187689             | 100095187689     | B47386  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. Catéter excesivamente rígido que lo hace menos seguro y con fijación dura, si bien trae apósito para fijación del catéter.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVON SAU                           | 51913871            | 100084079485             | 100084079485     | B47386  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.   | No supera umbral                       |
| 14         | F43734 | SU.PC.SANI.01.19.05.000008 |                         | EQ. ANESTESIA EPIDURAL I AG. PUNTA BISEL ROMO C/JERINGA LUER-LOCK.  | Unidad (Pieza)   | 350      | 21,100000 €                    | 25,531000 €                                  | 8.935,85 €                        | 7.385,00 €                        | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.              | 4514211             | 100004319934             | 100004319934     | F43734  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Catéter con adecuada resistencia y flexibilidad. Buena ergonomía del filtro. Buena visualización del marcado centimétrico. Jeringa sensible y con buen deslizamiento. Catéter premontado.              | Supera                                 |
| 15         | C25015 | SU.PC.SANI.01.19.05.000006 |                         | EQ. ANESTESIA EPIDURAL I AG. PUNTA BISEL ROMO / pediátrico-Diámetro catéter:[2-2];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[20-20];Filtros;  | Unidad (Pieza)   | 150      | 36,801700 €                    | 44,530057 €                                  | 6.679,51 €                        | 5.520,26 €                        | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.              | 4512014C            | 100015008500             | 100015008500     | C25015  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Catéter con adecuada resistencia y flexibilidad. Buena ergonomía del filtro. Buena visualización del marcado centimétrico. Jeringa sensible y con buen deslizamiento. Catéter premontado.              | Supera                                 |
| 16         | F78047 | SU.PC.SANI.01.19.05.000011 |                         | EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO CON CONEXIÓN NRFit-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtros;  | Unidad (Pieza)   | 800      | 41,800000 €                    | 50,578000 €                                  | 40.462,40 €                       | 33.440,00 €                       | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.              | 4556763N-01         | 100151084606             | 100151084606     | F78047  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Catéter con adecuada resistencia y flexibilidad. Buena ergonomía del filtro. Buena visualización del marcado centimétrico. Jeringa sensible y con buen deslizamiento. Catéter premontado.              | Supera                                 |
| 17         | F74577 | SU.PC.SANI.01.19.05.100012 |                         | TAPON OBTURACIÓN CON CONEXIÓN NRFit-Tipo de terminales:NRFit macho;   | Unidad (Pieza)   | 12.000   | 0,670000 €                     | 0,810700 €                                   | 9.728,40 €                        | 8.040,00 €                        | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | AMEBIL, S.L                        | 15111001            | 100165992782             | 100165992782     | F74577  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Diseño y ergonomía que facilita el enroscado y desenroscado. Buena conexión NRFit que garantiza la seguridad de un ajuste hermético correcto.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.              | 4517502N            | 100151916518             | 100151916518     | F74577  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Diseño y ergonomía que facilita el enroscado y desenroscado. Buena conexión NRFit que garantiza la seguridad de un ajuste hermético correcto.  | Supera                                 |
| 18         | B38006 | SU.PC.SANI.01.19.02.000009 |                         | EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3,9-3,9];     | Unidad (Pieza)   | 700      | 242,000000 €                   | 266,200000 €                                 | 186.340,00 €                      | 169.400,00 €                      | 10          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA                | 8716001             | 100031286524             | 100031286524     | B38006  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilitan la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados, garantizando una buena seguridad en su uso. La referencia garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | CARDIVA 2 SL                       | CT60LTBDRVI         | 100159717001             | 100159717001     | B38006  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HOSPIDIS SL                        | 201.24.13.20        | 100165989751             | 100165989751     | No identificado Ref/CIP en B38006                     |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Referencia/CIP ofertado no asociado al artículo y características del Genérico de Centro licitado.  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IZASA HOSPITAL SL                  | 201.26.12.20        | 100156217553             | 100156217553     | B38006  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados, aporta un diámetro del septo mayor asegurando una mejor identificación del mismo. Además presenta una forma circular que favorece la introducción y estabilidad en la práctica quirúrgica. | Supera                                 |
| 19         | D61691 | SU.PC.SANI.01.19.02.200004 |                         | EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ALTO PERFIL VALVULADO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[8-8];Diámetro int. cateter:[4,5-4,5]; | Unidad (Pieza)   | 300      | 294,000000 €                   | 323,400000 €                                 | 97.020,00 €                       | 88.200,00 €                       | 10          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA                | 7707540CE           | 100009302968             | 100009302968     | D61691  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilitan la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados, garantizando una buena seguridad en su uso. La referencia garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados.   | Supera                                 |
| 20         | E47710 | SU.PC.SANI.01.19.02.000010 |                         | EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ALTO PERFIL/ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3,9-3,9];      | Unidad (Pieza)   | 400      | 203,000000 €                   | 223,300000 €                                 | 89.320,00 €                       | 81.200,00 €                       | 10          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | CARDIVA 2 SL                       | CT60STBDFRVI        | 100153036825             | 100153036825     | E47710  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. La referencia ofertada garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HOSPIDIS SL                        | 201.23.12.20T       | 100165991075             | 100165991075     | No identificado Ref/CIP en E47710                     |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Referencia/CIP ofertado no asociado al artículo y características del Genérico de Centro licitado.  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IZASA HOSPITAL SL                  | 201.23.12.20        | 100132196517             | 100132196517     | E47710  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. La referencia ofertada garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados.   | Supera                                 |
| 21         | E34020 | SU.PC.SANI.01.19.05.600001 |                         | CANULA ANESTESIA REGIONAL-Longitud:[0-200];Diámetro:[27-27];  | Unidad (Pieza)   | 1.500    | 28,338800 €                    | 34,289948 €                                  | 51.434,92 €                       | 42.508,20 €                       | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SIN OFERTAS a valorar en este Lote |                     |                          |                  |   |   |  |  |
| 22         | F18055 | SU.PC.SANI.01.19.05.700000 |                         | PRODUCTOS PARA CRIoANESTESIA LOCAL-GC   | Unidad (Pieza)   | 9.000    | 3,752100 €                     | 4,540041 €                                   | 40.860,37 €                       | 33.768,90 €                       | 21          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SIN OFERTAS a valorar en este Lote |                     |                          |                  |   |   |  |  |
| 23         | F23758 | SU.PC.SANI.01.19.02.000008 |                         | EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/BAJO PERFIL VALVULADO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[8-8];Diámetro int. cateter:[4,5-4,5];        | Unidad (Pieza)   | 100      | 400,000000 €                   | 440,000000 €                                 | 44.000,00 €                       | 40.000,00 €                       | 10          |                                    |                     |                          |                  |   |   |  |  |

INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

| AGRUPACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe licitación (IVA incluido) | Importe licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE        | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA   | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|---|--|--|
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 0606150CE           | 100004363777             | 100004363777     | F23758  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilitan la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados, garantizando una buena seguridad en su uso. La referencia garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados.   | Supera                                 |
| 24         | D85326 | SU.PC.SANI.01.19.01.000004 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];   | Unidad (Pieza)   | 8.000    | 2,272700 €                     | 2,749967 €                                   | 21.999,74 €                       | 18.181,60 €                       | 21          | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447050             | 100115882721             | 100115882721     | D85326  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. En cuanto a facilidad de utilización, es poco ergonómica, si bien la aguja penetra de forma suave y firme en el reservorio lo que mejora la precisión a la hora de inserción de la aguja en el mismo. En el resto de ítems a valorar no presenta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | LH-0031YN           | 100070159681             | 100070159681     | D85326  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Aguja siliconada. Base de la aguja que permite ver el punto de inserción con buena superficie y tamaño adecuado, proporcionando una mayor seguridad para el paciente. Buen sistema de seguridad. Proporciona una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados. | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 21-2965-24          | 100028977893             | 100028977893     | D85326  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. En cuanto a facilidad de utilización, es poco ergonómica, si bien la aguja penetra de forma suave y firme en el reservorio lo que mejora la precisión a la hora de inserción de la aguja en el mismo. En el resto de ítems a valorar no presenta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
| 25         | B87563 | SU.PC.SANI.01.19.01.000004 |                         | AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];   | Unidad (Pieza)   | 2.200    | 4,752100 €                     | 5,750041 €                                   | 12.650,09 €                       | 10.454,62 €                       | 21          | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4447046             | 100115892429             | 100115892429     | No Identificado Ref/CIP en B87563                     |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Referencia/CIP ofertado no asociado al artículo y características del Genérico de Centro licitado.  |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | LH-0033YN           | 100070149387             | 100070149387     | B87563  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Aguja siliconada. Base de la aguja que permite ver el punto de inserción con buena superficie y tamaño adecuado, proporcionando una mayor seguridad para el paciente. Buen sistema de seguridad. Proporciona una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados. | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | SHU-1919CHY         | 100165611542             | 100165611542     | B87563  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. En cuanto a facilidad de utilización, es poco ergonómica, si bien la aguja penetra de forma suave y firme en el reservorio lo que mejora la precisión a la hora de inserción de la aguja en el mismo. En el resto de ítems a valorar no presenta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 21-2968-24          | 100028994562             | 100028994562     | B87563  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. En cuanto a facilidad de utilización, es poco ergonómica, si bien la aguja penetra de forma suave y firme en el reservorio lo que mejora la precisión a la hora de inserción de la aguja en el mismo. En el resto de ítems a valorar no presenta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
| 26         | B43706 | SU.PC.SANI.01.19.05.400000 |                         | SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC  | Unidad (Pieza)   | 15.000   | 2,181800 €                     | 2,639978 €                                   | 39.599,67 €                       | 32.727,00 €                       | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4511200             | 100071073119             | 100071073119     | B43706  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. Permite alcanzar los efectos terapéuticos sin aportar mejoras relevantes, si bien proporciona facilidad en su uso.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | EPKTT5              | 100165950061             | 100165950061     | B43706  | 10 puntos   | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. La referencia garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados, siendo cómodo y fácil de manipular.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | INTERSURGICAL ESPAÑA SL  | ME8170              | 100024372283             | 100024372283     | B43706  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras. Además, pierde adherencia al reubicarse.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 100/399/218         | 100011965562             | 100011965562     | B43706  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. La referencia ofertada garantiza una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos deseados proporcionando una buena fijación y adhesión a la piel. Ventana de visualización adecuada. Es cómodo y fácil de usar.  | Supera                                 |
| 27         | B50957 | SU.PC.SANI.01.19.02.300006 |                         | EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/BAJO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[7-7];Diámetro int. cateter:[6.5-6.5]; | Unidad (Pieza)   | 60       | 160,000000 €                   | 176,000000 €                                 | 10.560,00 €                       | 9.600,00 €                        | 10          | B. BRAUN SURGICAL, S.A.  | 4436946             | 100004814136             | 100004814136     | B50957  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La referencia ofertada no aporta mejoras. Cateter demasiado rígido.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HOSPIDIS SL              | 201.22.12.33T       | 100165990368             | 100165990368     | No Identificado Ref/CIP en B50957                     |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. Referencia/CIP ofertado no asociado al artículo y características del Genérico de Centro licitado.  |  |
| 28         | B40680 | SU.PC.SANI.01.19.05.210000 |                         | JERINGA PARA DETECCION ESPACIO EPIDURAL   | Unidad (Pieza)   | 3.200    | 3,600000 €                     | 4,356000 €                                   | 13.939,20 €                       | 11.520,00 €                       | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4637100             | 100004361252             | 100004361252     | B40680  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilitan la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buena sensibilidad y gran deslizamiento de la jeringa. Bien diferenciada con correcto marcado de graduación.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | EPILOR              | 100165950162             | 100165950162     | B40680  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 100/398/000CZ       | 100164816612             | 100164816612     | B40680  |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnica. No presenta muestras, exigido con carácter obligatorio. La empresa indica en el albarán que tiene rotura de stock.  |  |
| 29         | B46897 | SU.PC.SANI.01.19.05.090000 |                         | EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[20-20];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtrosi;  | Unidad (Pieza)   | 300      | 20,205900 €                    | 24,449139 €                                  | 7.334,74 €                        | 6.061,77 €                        | 21          | GRIFOLS NOVACO, S.A.     | 254652              | 100004810499             | 100004810499     | B46897  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su ergonomía y diseño facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Proporciona una adecuada eficiencia permitiendo alcanzar los efectos terapéuticos  | Supera                                 |
| 30         | C24987 | SU.PC.SANI.01.19.05.090000 |                         | EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtrosi;  | Unidad (Pieza)   | 40       | 30,000000 €                    | 36,300000 €                                  | 1.452,00 €                        | 1.200,00 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4556763             | 100004360242             | 100004360242     | C24987  | 20 puntos   | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Incluye soporte para el filtro, catéter montado, buena señalización, aguja epidural montada, jeringa sensible y muy buen desplazamiento.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | TSWSS183            | 100165950263             | 100165950263     | C24987  | 5 puntos  | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. Buena facilidad en su uso, aunque la aguja es excesivamente rígida, lo que la hace menos segura.  | No supera umbral                       |

INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO ATUMÁTICOS

| ASIGNACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Frecio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe licitación (IVA incluido) | Importe licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE     | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCT (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA   | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|--|--|--|
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | CSE1827BL           | 100165923593             | 100165923593     | C24987  | 5 puntos   | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. Buena facilidad en su uso, aunque la aguja es excesivamente rígida, lo que la hace menos segura.  | No supera umbral                       |
| 31         | E72042 | SU.PC.SANI.01.03.05.000001 |                         | AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[22-22]Long. de la aguja:[50-80];  | Unidad (Pieza)   | 9.500    | 9,000000 €                     | 10,890000 €                                  | 103.455,00 €                      | 85.500,00 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892508-01          | 100100583291             | 100100583291     | E72042  | 10 puntos  | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buena visualización ecogénica.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 287668              | 100158695876             | 100158695876     | E72042  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado de graduación que proporciona buena visibilidad. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. Buena angulación del bisel.                | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | BN22070             | 100113614823             | 100113614823     | E72042  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Viene desmontado, por lo que para su uso se necesita una mayor manipulación lo que no es adecuado para la seguridad.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVYGON SAU            | AEQMV22080          | 100157066226             | 100157066226     | E72042  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumpliendo característica, no se ve la ecogenidad.  | No supera umbral                       |
| 32         | E72041 | SU.PC.SANI.01.03.05.000001 |                         | AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[22-22]Long. de la aguja:[35-50];  | Unidad (Pieza)   | 6.000    | 11,500000 €                    | 13,915000 €                                  | 83.490,00 €                       | 69.000,00 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892505-01          | 100100572583             | 100100572583     | E72041  | 10 puntos  | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buena visualización ecogénica.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 287667              | 100158706291             | 100158706291     | E72041  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado de graduación que proporciona buena visibilidad. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. Buena angulación del bisel.                | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | BN22050             | 100113614722             | 100113614722     | E72041  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumple, pero viene desmontado, por lo que para su uso se necesita una mayor manipulación lo que no es adecuado para la seguridad.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVYGON SAU            | 6194503             | 100100710486             | 100100710486     | E72041  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumpliendo característica, no se ve la ecogenidad.  | No supera umbral                       |
| 33         | E83500 | SU.PC.SANI.01.03.05.000001 |                         | AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[20-20]Long. de la aguja:[80-130]; | Unidad (Pieza)   | 1.200    | 8,442100 €                     | 10,214941 €                                  | 12.257,93 €                       | 10.130,52 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892510-01          | 100100572785             | 100100572785     | E83500  | 10 puntos  | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buena visualización.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 287671              | 100158696280             | 100158696280     | E83500  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado de graduación que proporciona buena visibilidad. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. Buena angulación del bisel.                | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVYGON SAU            | AEYMV20120          | 100163425763             | 100163425763     | E83500  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumpliendo característica, no se ve la ecogenidad.  | No supera umbral                       |
| 34         | E83504 | SU.PC.SANI.01.03.05.000001 |                         | AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[21-21]Long. de la aguja:[80-130]; | Unidad (Pieza)   | 300      | 8,560000 €                     | 10,357600 €                                  | 3.107,28 €                        | 2.568,00 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 287669              | 100158706392             | 100158706392     | E83504  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado de graduación que proporciona buena visibilidad. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. Buena angulación del bisel.                | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | BN21090             | 100113614520             | 100113614520     | E83504  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVYGON SAU            | 6194123             | 100090110718             | 100090110718     | E83504  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumpliendo característica, no se ve la ecogenidad.  | No supera umbral                       |
| 35         | D48742 | SU.PC.SANI.01.03.01.100007 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100]Diámetro:[25-25];                         | Unidad (Pieza)   | 25.500   | 4,200000 €                     | 5,082000 €                                   | 129.591,00 €                      | 107.100,00 €                      | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405076              | 100000087280             | 100000087280     | D48742  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Cumple, pero su ergonomía es defectuosa, no tiene codificación, su orificio de salida el reducido y hay dificultad para la visión del líquido.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4502043-13          | 100000120224             | 100000120224     | D48742  | 5 puntos   | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254645              | 100000157590             | 100000157590     | D48742  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado de graduación que proporciona buena visibilidad. Buena sensibilidad y deslizamiento de la jeringa. Buena angulación del bisel.                | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L | TSPPK2590           | 100154727108             | 100154727108     | D48742  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad y la aguja no está numerada.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | SW25092-21          | 100113612904             | 100113612904     | D48742  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. El orificio es reducido y la lupa no facilita la visión.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVYGON SAU            | 181052              | 100028724242             | 100028724242     | D48742  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad.  | No supera umbral                       |
| 36         | D87623 | SU.PC.SANI.01.03.01.100007 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100]Diámetro:[27-27];                         | Unidad (Pieza)   | 250      | 4,500000 €                     | 5,445000 €                                   | 1.361,25 €                        | 1.125,00 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4502051-13          | 100000120022             | 100000120022     | D87623  | 5 puntos   | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405075              | 100000086876             | 100000086876     | D87623  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Ergonomía menos valorada, no tiene codificación, su orificio de salida es reducido y hay dificultad para la visión del líquido.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254608              | 100000157994             | 100000157994     | D87623  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica. Buena resistencia de la aguja ante la presión. Buena lupa que proporcionado buena visibilidad. | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L | TSPPK2790           | 100154727300             | 100154727300     | D87623  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad y la aguja no está numerada.  | No supera umbral                       |

INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO ATUMÁTICOS

| ASRIPACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe licitación (IVA Incluido) | Importe licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE     | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCT (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA  | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|--|---|--|
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HBA INCORPORADO SL    | SW27092-21          | 100113613116             | 100113613116     | D87623  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. El orificio es reducido y la lupa no facilita la visión.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVGON SAU             | 181042              | 100028724141             | 100028724141     | D87623  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad.   | No supera umbral                       |
| 37         | E03238 | SU.PC.SANI.01.03.01.100007 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[26-26];     | Unidad (Pieza)   | 120      | 3,347100 €                     | 4,049991 €                                   | 485,00 €                          | 401,65 €                          | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L | TSPPK2690           | 100165946222             | 100165946222     | E03238  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad y la aguja no está numerada.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HBA INCORPORADO SL    | SW26092-21          | 100113613015             | 100113613015     | E03238  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. El orificio es reducido y la lupa no facilita la visión.   | No supera umbral                       |
| 38         | B40032 | SU.PC.SANI.01.03.01.100009 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:[100-130];Diámetro :[24-24];    | Unidad (Pieza)   | 16.000   | 5,671000 €                     | 6,861910 €                                   | 109.790,56 €                      | 90.736,00 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 255006              | 100000157095             | 100000157095     | B40032  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica. Buena resistencia de la aguja ante la presión. Buena lupa que proporcionado buena visibilidad.  | Supera                                 |
| 39         | B39170 | SU.PC.SANI.01.03.01.100009 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:[100-130];Diámetro :[27-27];    | Unidad (Pieza)   | 500      | 4,697300 €                     | 5,643733 €                                   | 2.841,87 €                        | 2.348,65 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4502124-13          | 100000144862             | 100000144862     | B39170  | 5 puntos   | Baja: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras no relevantes. 5 puntos. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405113              | 100000086775             | 100000086775     | B39170  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Ergonomía menos valorada, no tiene codificación, su orificio de salida es reducido y hay dificultad para la visión del líquido.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254642              | 100000157691             | 100000157691     | B39170  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica. Buena resistencia de la aguja ante la presión. Buena lupa que proporcionado buena visibilidad.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L | TSPPK27120          | 100161048450             | 100161048450     | B39170  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad y la aguja no está numerada.   | No supera umbral                       |
| 40         | B78154 | SU.PC.SANI.01.03.01.100009 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:[100-130];Diámetro :[22-22];    | Unidad (Pieza)   | 300      | 5,671000 €                     | 6,861910 €                                   | 2.058,57 €                        | 1.701,30 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254575              | 100000156782             | 100000156782     | B78154  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. La ventana del bisel permite la optimización de la técnica. Buena resistencia de la aguja ante la presión.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | HBA INCORPORADO SL    | SW22110-19          | 100113614025             | 100113614025     | B78154  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. Orificio reducido y la lupa no facilita la visión.   | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVGON SAU             | 518127              | 100006961113             | 100006961113     | B78154  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. La aguja se deforma con facilidad.   | No supera umbral                       |
| 41         | D46535 | SU.PC.SANI.01.03.01.000010 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[22-22];     | Unidad (Pieza)   | 25.000   | 0,713700 €                     | 0,863577 €                                   | 21.589,43 €                       | 17.842,50 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4507908-01          | 100000121830             | 100000121830     | D46535  |  | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. La longitud no se adapta a lo solicitado.  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405256              | 100001613406             | 100001613406     | D46535  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L | TSPPK2290           | 100154736593             | 100154736593     | D46535  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
| 42         | B43752 | SU.PC.SANI.01.03.01.000010 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud:[25-50];Diámetro :[25-25];      | Unidad (Pieza)   | 1.400    | 5,164300 €                     | 6,248803 €                                   | 8.748,32 €                        | 7.230,02 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405243              | 100000081220             | 100000081220     | B43752  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVGON SAU             | 518035              | 100006547535             | 100006547535     | B43752  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
| 43         | D61929 | SU.PC.SANI.01.03.01.000010 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[20-20];     | Unidad (Pieza)   | 5.500    | 0,980000 €                     | 1,185800 €                                   | 6.521,90 €                        | 5.390,00 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4509900-01          | 100000122042             | 100000122042     | D61929  |  | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. La longitud no se adapta a lo solicitado.  |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 405253              | 100001613507             | 100001613507     | D61929  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
| 44         | B55402 | SU.PC.SANI.01.03.01.300011 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO / corta-Longitud:[50-70];Diámetro :[22-22]; | Unidad (Pieza)   | 1.000    | 10,499800 €                    | 12,704758 €                                  | 12.704,76 €                       | 10.499,80 €                       | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4502078             | 100004907973             | 100004907973     | B55402  | 20 puntos  | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buena empuñadura con aletas que proporcionan estabilidad y seguridad en   | Supera                                 |
| 45         | D54032 | SU.PC.SANI.01.03.01.300011 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO / corta-Longitud:[70-90];Diámetro :[18-18]; | Unidad (Pieza)   | 2.200    | 4,000000 €                     | 4,840000 €                                   | 10.648,00 €                       | 8.800,00 €                        | 21          |                       |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4512383             | 100000150924             | 100000150924     | D54032  | 20 puntos  | Muy Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. 20 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Excelente empuñadura con aletas que proporcionan estabilidad y seguridad en la técnica. Buen marcado centrimétrico. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |  |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | YVGON SAU             | 184.88              | 100000054651             | 100000054651     | D54032  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |

INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO ATUMÁTICOS

| AGRUPACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe Licitación (IVA Incluido) | Importe Licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE     | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA  | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|---|---|--|
| 46         | D96195 | SU.PC.SANI.01.03.01.300011 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO / corta-Longitud:[90-100];Diámetro:[19-19];  | Unidad (Pieza)   | 550      | 7,800000 €                     | 9,438000 €                                   | 5.190,90 €                        | 4.290,00 €                        | 21          | VGON SAU              | 18419               | 10000054550              | 10000054550      | D96195  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Correcto soporte de sujeción de la aguja. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
| 47         | E72162 | SU.PC.SANI.01.03.05.100018 |                         | AGUJA CON VIA NEUROESTIMULACION Y LINEA-Diámetro:[22-22];Longitud de la aguja:[100-120];                            | Unidad (Pieza)   | 900      | 10,500000 €                    | 12,705000 €                                  | 11.434,50 €                       | 9.450,00 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892112             | 100121763735             | 100121763735     | E72162  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado centrimétrico.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 255145              | 100014187204             | 100014187204     | E72162  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado centrimétrico.   | Supera                                 |
| 48         | E72771 | SU.PC.SANI.01.03.05.100018 |                         | AGUJA CON VIA NEUROESTIMULACION Y LINEA-Diámetro:[23-23];Longitud de la aguja:[30-35];                              | Unidad (Pieza)   | 550      | 8,670000 €                     | 10,490700 €                                  | 5.769,89 €                        | 4.768,50 €                        | 21          | VGON SAU              | 5194353             | 10000055762              | 10000055762      | E72771  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado centrimétrico.   | Supera                                 |
| 49         | E72156 | SU.PC.SANI.01.03.05.100018 |                         | AGUJA CON VIA NEUROESTIMULACION Y LINEA-Diámetro:[21-21];Longitud de la aguja:[35-50];                              | Unidad (Pieza)   | 400      | 8,670000 €                     | 10,490700 €                                  | 4.196,28 €                        | 3.468,00 €                        | 21          | MBA INCORPORADO SL    | BN21050             | 100113614328             | 100113614328     | E72156  |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. No presenta muestras, exigido con carácter obligatorio. La empresa indica en el albarán que tiene rotura de stock.   |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | VGON SAU              | 5194.503            | 10000056378              | 10000056378      | E72156  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado centrimétrico.   | Supera                                 |
| 50         | E72160 | SU.PC.SANI.01.03.05.100018 |                         | AGUJA CON VIA NEUROESTIMULACION Y LINEA-Diámetro:[22-22];Longitud de la aguja:[60-85];                              | Unidad (Pieza)   | 300      | 8,250000 €                     | 9,982500 €                                   | 2.994,75 €                        | 2.475,00 €                        | 21          | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254722              | 100006967072             | 100006967072     | E72160  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado, con buena visualización.  | Supera                                 |
| 51         | E72157 | SU.PC.SANI.01.03.05.100018 |                         | AGUJA CON VIA NEUROESTIMULACION Y LINEA-Diámetro:[22-22];Longitud de la aguja:[35-50];                              | Unidad (Pieza)   | 300      | 8,250000 €                     | 9,982500 €                                   | 2.994,75 €                        | 2.475,00 €                        | 21          | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 254721              | 100006574902             | 100006574902     | E72157  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado, con buena visualización.  | Supera                                 |
| 52         | F39061 | SU.PC.SANI.01.03.05.000002 |                         | AGUJA ECOGENICA P/BLOQUEO ANESTÉSICO SIN NEUROESTIMULACION / con línea-Diámetro:[21-21];Long. de la aguja:[80-130]; | Unidad (Pieza)   | 1.200    | 7,139700 €                     | 8,639037 €                                   | 10.366,84 €                       | 8.567,64 €                        | 21          | MBA INCORPORADO SL    | BN21090TWO          | 100154915703             | 100154915703     | F39061  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No se ven dos centímetros de la aguja, lo que perjudica la realización de la técnica.  | No supera umbral                       |
| 53         | F19177 | SU.PC.SANI.01.03.05.000002 |                         | AGUJA ECOGENICA P/BLOQUEO ANESTÉSICO SIN NEUROESTIMULACION / con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:[35-50];  | Unidad (Pieza)   | 800      | 7,139700 €                     | 8,639037 €                                   | 6.911,23 €                        | 5.711,76 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892605-01          | 100106222554             | 100106222554     | F19177  | 10 puntos   | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Menor visualización.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 256222              | 100147195815             | 100147195815     | F19177  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado, con buena visualización.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | BN22050TWO          | 100154915905             | 100154915905     | F19177  |   | Incumplimiento de las características técnicas de obligado cumplimiento exigidas en el Pliego de Prescripciones técnico. No presenta muestras, exigido con carácter obligatorio. La empresa indica en el albarán que tiene rotura de stock.   |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | VGON SAU              | 6094.5034           | 100132582910             | 100132582910     | F19177  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras.   | No supera umbral                       |
| 54         | F38599 | SU.PC.SANI.01.03.05.000002 |                         | AGUJA ECOGENICA P/BLOQUEO ANESTÉSICO SIN NEUROESTIMULACION / con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:[50-80];  | Unidad (Pieza)   | 300      | 7,139700 €                     | 8,639037 €                                   | 2.591,71 €                        | 2.141,91 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4892608-01          | 100106212553             | 100106212553     | F38599  | 10 puntos   | Aceptable: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras levemente relevantes. 10 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Menor visualización.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | GRIFOLS MOVACO, S.A.  | 256208              | 100147186026             | 100147186026     | F38599  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen marcado, con buena visualización.  | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | MBA INCORPORADO SL    | BN22070TWO          | 100154916016             | 100154916016     | F38599  | 0 puntos  | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No se ven dos centímetros de la aguja, lo que perjudica la realización de la técnica y su longitud es menor.   | No supera umbral                       |
| 55         | E53654 | SU.PC.SANI.01.03.01.300014 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO / larga-Longitud:[150-200];Diámetro:[18-18];   | Unidad (Pieza)   | 700      | 7,499800 €                     | 9,074758 €                                   | 6.352,33 €                        | 5.249,86 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4512200             | 100000150823             | 100000150823     | E53654  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
| 56         | B42335 | SU.PC.SANI.01.03.01.300014 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO / larga-Longitud:[100-130];Diámetro:[18-18];   | Unidad (Pieza)   | 400      | 6,595000 €                     | 7,979950 €                                   | 3.191,98 €                        | 2.638,00 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4512453             | 100014186890             | 100014186890     | B42335  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | VGON SAU              | 184.28              | 100006650172             | 100006650172     | B42335  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
| 57         | B46423 | SU.PC.SANI.01.03.01.000011 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / larga-Longitud:[100-130];Diámetro:[22-22];  | Unidad (Pieza)   | 800      | 4,310000 €                     | 5,215100 €                                   | 4.172,08 €                        | 3.448,00 €                        | 21          | B BRAUN MEDICAL, S.A. | 4506090-13          | 100000121234             | 100000121234     | B46423  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA   | 400366              | 100165932483             | 100165932483     | B46423  | 15 puntos   | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso.   | Supera                                 |

| AGRUPACIÓN | LOTE   | GENÉRICO DE CENTRO         | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA excluido) | PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) | Importe licitación (IVA incluido) | Importe licitación (IVA excluido) | Tipo de IVA | EMPRESA OFERTANTE        | REFERENCIA OFERTADA | CIP OFERTADO, en su caso | CIP SELECCIONADO | GENÉRICO DE CENTRO SELECCIONADO (en su caso MULTICIP) | PUNTAJACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCT (30 PUNTOS) | JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA  | UMBRAL >= 50% art. 146.3 (>=15 puntos) |
|------------|--------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---|--|---|--|
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | IBERIAN CARE 2016 S.L    | TSPPK22120          | 100165945313             | 100165945313     | B46423  | 0 puntos   | Base: Solo cumple los requisitos mínimos exigidos. 0 puntos. No aporta mejoras relevantes.  | No supera umbral                       |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | VYGDON SAU               | 5180.27             | 100006585913             | 100006585913     | B46423  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
| 58         | D34518 | SU.PC.SANI.01.03.01.000011 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / larga-Longitud{150-200};Diámetro {18-18};                   | Unidad (Pieza)   | 250      | 6,371200 €                     | 7,709152 €                                   | 1.927,29 €                        | 1.592,80 €                        | 21          |                          |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | BECTON DICKINSON SA      | 400370              | 100157635970             | 100157635970     | D34518  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
| 59         | F71105 | SU.PC.SANI.01.03.01.300016 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO CONEXIÓN NRFIR/Larga-Longitud{100-130};Diámetro {18-18}; | Unidad (Pieza)   | 250      | 8,000000 €                     | 9,680000 €                                   | 2.420,00 €                        | 2.000,00 €                        | 21          |                          |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4512453N-01         | 100147376742             | 100147376742     | F71105  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL | 24-1013-64          | 100165937332             | 100165937332     | F71105  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |
| 60         | F71106 | SU.PC.SANI.01.03.01.300016 |                         | AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL ROMO CONEXIÓN NRFIR/Larga-Longitud{150-200};Diámetro {18-18}; | Unidad (Pieza)   | 200      | 10,000000 €                    | 12,100000 €                                  | 2.420,00 €                        | 2.000,00 €                        | 21          |                          |                     |                          |                  |   |  |   |  |
|            |        |                            |                         |   |                  |          |                                |  |                                   |                                   |             | B BRAUN MEDICAL, S.A.    | 4512200N-01         | 100151095718             | 100151095718     | F71106  | 15 puntos  | Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. 15 puntos. Su diseño y ergonomía facilita la practica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados. Buen empaquetado preservando la esterilidad hasta el momento de su uso. | Supera                                 |

Sevilla a la fecha de la firma

MIEMBROS COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN:

- D. José Manuel Fernández Medina- Jefe Bloque de Enfermería de Cuidados y RR.MM.-AGSO
- Dña. Mercedes Echevarría Moreno- Directora UGC Anestesiología y Reanimación-AGSSS
- D. José Manuel López Millán- FEA Anestesiólogo- HUVM
- D. Carlos Domínguez Morales- Recursos Materiales- HUVM
- Dña. María Celia Constenla Cortés- Supervisora de Rehabilitación- HUVM
- Dña. Cecilia María García Moreno- Recursos Materiales- HUVR
- Dña. María Pilar Mirón Cordero- Enfermera- HUVR
- Dña. Yolanda Camacho Montesinos- Coordinadora de Enfermería- HUVR
- Dña. Carmen María Alcudia Corredor- Enfermera- HUVR
- D. Isaac Peña Vergara- Coordinador Unidad del Dolor- HUVR (HG y HDI)
- D. Rafael Rubio Romero- FEA Anestesiología- HUVR (HMI y HRT)
- D. Antonio Ernesto Ortiz Seidel- AGSO
- Dña. María Del Pino Heredia Pérez- Clínica Dolor - En representación de Antonio Ontanilla- HUVM
- D. Juan Luis López Romero- Director UGC de Anestesiología y Reanimación- HUVR (HG y HDI)

Representados, según consta en los documentos de delegación de firma:



Dña. Cecilia María García Moreno  
RRMM, HUV Rocio.

*Sevilla, 25 de febrero del 2025.*

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la LCSP, declaran expresamente la ausencia de conflicto de intereses a la vista de las empresas que han concurrido a la presente licitación, firmando la correspondiente declaración (DACI).