

NOTA INFORMATIVA SOBRE ERRATA EN EL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTR 2025 54722 : “SUMINISTRO DE BOTELLAS DE GASES, DOS DE MULTICOMPONENTE DE COV´S Y UNA DE MERCAPTANOS PARA EL LABORATORIO ANDALUZ DE REFERENCIA DE CALIDAD DEL AIRE.”

Se ha detectado una errata en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Donde indica:

Componente	Concetración	Unidades	Incertidumbre	Tolerancia
1,2,3-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	50 %
1,2,4-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	50 %
1,3,5-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	50 %

Debe indicar:

Componente	Concetración	Unidades	Incertidumbre	Tolerancia
1,2,3-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	100 %
1,2,4-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	100 %
1,3,5-TRIMETILBENCENO	200	ppbvol	10 %	100 %

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P.

<http://www.agenciamedioambienteyagua.es>

Secretaría General

Subdirección de Contratación y Recursos Materiales

Contratación

C/ Johann G. Gutenberg 1

41092 - Sevilla (Spain)

Tel:+34 955 26 00 00