Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

EXPEDIENTE 000897/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3.a) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN – EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.01.05, CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CPCA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, SARA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/ALCANZA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	1	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;	**ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.**	Adaptador P/ Bomba C/ Spiros	100165628614	011-H2629	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Buena adaptabilidad a sistema de perfusión.
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA , S.L.	ADAPTADOR DE FRASCO A LÍNEA DE INFUSIÓN	1,00088E+11	EL601	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta conexión luer lock.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100135572811	312.2607	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene una referencia distinta.
	2	SU.PC.SANI.01.05.03.300010	F90972	ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE CITOSTÁTICO- SISTEMA ESTANCO-DIAMETRO VIAL:[13-13];CAPACIDAD CAMARA EXPANSORA:[0-0];Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	**PALEX MEDICAL, S.A.**	EQ ADAPTADOR VIAL 13MM	100165304248	605861	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Buena adaptabilidad a distintos diámetros de vial.
	3	SU.PC.SANI.01.05.03.300010	F90995	ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE CITOSTÁTICO- SISTEMA ESTANCO-DIAMETRO VIAL:[20-20];CAPACIDAD CAMARA EXPANSORA:[0-0];Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	**PALEX MEDICAL, S.A.**	EQ ADAPTADOR VIAL 20MM	100165325856	605863	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Buena adaptabilidad a distintos diámetros de vial.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	4	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro:[30-30];	**CAHNOS, S.L. DISTRIBUIDORA PRODUCTOS SANITARIOS**	AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 30GX5	100166802077	6000001	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Aguja indicada para su uso con bolígrafo de insulina para inyección hipodérmica.
					EMBECTA MEDICAL SPAIN, S.L.	Aguja BD AutoShield™ Duo 5mm con doble protector de seguridad para plumas	100084899568	329605	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Presenta señal visual y auditiva. Clic sonoro muy significativo. Inyección suave y confortable. Reduce la fuerza necesaria para realizar la inyección. Protección completa de aguja tras su uso.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Aguja de seguridade para boligrafo de insulina 30G 5mm	100159665864	SINPN30G5	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Aguja indicada para su uso con bolígrafo de insulina para inyección hipodérmica.
					LAMBRA, S.L.	Aguja para bolígrafo de insulina 30G x 5 mm con sistema de seguridad C-100/2400	100166002996	VASPN3005	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT La muestra aportada no tiene Referencia.
					SOL- MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.	Sol-Guard Easydrip Aguja para pluma de seguridad 30G(0.3mm) *3/16(5mm) -Doble seguridad	100165991671	SPN3005D	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT La muestra aportada no tiene Referencia.
					TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.L.	VERIFINE AGUJA TRIPLE SEGURIDAD PARA PLUMA DE INSULINA 30GX5mm	100165956829	3725.02	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta marca. Señal visual.
	5	SU.PC.SANI.01.05.03.300009	F91002	CONECTOR DOBLE MEMBRANA PARA ADMINISTRACIÓN CITOSTÁTICOS - SISTEMA ESTANCO-Conexión Sonda Vesical:NO;Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismosin mecanismo;	**PALEX MEDICAL, S.A.**	EQ CONECTOR LUER LOCK 2	100149709414	523911	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta marcas visuales para conectividad intuitiva.
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Desconector para infusión	9120137424386	GHABCV12	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	SAFEFLOW CONECTOR SIN AGUJA	100020952348	409100H	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo transparente.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA O IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	6	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	F21832	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	**ENDOOK EUROPA, S.L.**	ENDOOK	100130743742	PB-N	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo transparente.
					FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	K-Zero Needleless Connector	100161116245	M79400849Y	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Es neutro. Se exige que " Tipo de presión del mecanismo: negativa"
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Alargadera con valvula desplazamiento negativo	100160186241	NF-1	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta alargadera
					ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	Conector Clave	100000641185	011-C1000	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo opaco.
					INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	ASSET	100033091951	NA1010	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo de tamaño reducido y ligero. Fácil manejo. Válvula transparente. Cierre hermético muy seguro. Disminuye el riesgo de infección.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100166760548	806.4409	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Es neutro. Se exige Tipo de presión del mecanismo:negativa
					VYGON, S.A.U.	Vadsite con protector	100078845416	898038	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo transparente.
					AMEVISA	SPM	100165913491	2CDPV	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No giro libre. Se exige " El sistema luer-lock que sea de giro libre".
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	INTRAFIX SAFESET LL,180CM	100004317419	4063000	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No giro libre. Se exige " El sistema luer-lock que sea de giro libre".

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	7	SU.PC.SANI.01.05.01.000003	C23166	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;PVC:si;	**GARRIC MEDICA, S.L.**	SISTEMA DE SUERO CON LUER LOCK ROTATORIO Y FILTRO DE SEGURIDAD ANTIVACIADO	100148045700	14263	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Cámara de goteo flexible. Fácil de cebar. Filtro hidrofílico de membrana ultrafina.
					I.H.T. MEDICAL, S.A.	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-Tipo de conexión:luerlock; Látex:no;PVC:si; - Tipo de Goteo en la Cámara: Macro gota (20 gotas=1ml). Auto air stop -	100128823142	0102150 (14263)	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Cámara de goteo flexible. Fácil de cebar. Filtro hidrofílico de membrana ultrafina.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Set de Infusion IV 180cm Air stop LL rotatorio	100165861567	BQIV24142	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT La muestra valorada presenta rosca dura y pasa el aire.
					INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	WELFORD	100158296442	WEIF2062	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No giro libre. Se exige " El sistema luer-lock que sea de giro libre".
					IZASA HOSPITAL, S.L.	Set Infusión Seguridad s/Y c/F LL 180cm-Klinik Health	100165192409	KIN2SSAS	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No giro libre. Se exige " El sistema luer-lock que sea de giro libre".
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-TIPO DE CONEXIÓN:LUER-LOCK;LÁTEX:NO;PVC:SI;"ITALIANA MEDICAZIONE"	100098731687	BDIN0159	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Entra aire al purgar.
					PALEX MEDICAL, S.A.	SET C/TOMA FILTRO DEHP FREE AUTOSTOP	100149976108	510258	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Cámara rígida y rosca dura.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100071033317	108.1683	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Duro y entra el aire.
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	Equipo de goteo con toma de aire y sistema de seguridad Ruyue	100166694874	Ruyue RISY-ST2	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.	Equipo goteo con toma aire KlifMed	100148899725	SGSB14	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Cámara bicompartimentada.
					TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.	Equipo de goteo con toma de aire y sistema seguridad	100166760245	TSEGS	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT La muestra presentada no tiene referencia.
	8	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	**AMEVISA**	SPM	100165913390	2CCPV	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Rosca dura.
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	INTRAFIX PRIMELINE LL,150CM	100004702408	4062957E	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Equipo goteo con toma de aire-Tipo de conexión:luer-lock;Toma de inyección en Y:no;Látex:no;PVC:si	100089059882	NT-820-180EGP	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Filtro purga permeable. Gotea.
					CV MEDICA, S.L.	DISPOMEDIC INFUSION SET IV CON FILTRO DE AIRE	NO INCLUYEN CIP	8400030	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene distinta referencia.
					FARMABAN, S.A.	CPK I.V.cono luer-lock 185cm	100013613913	2602	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					GARRIC MEDICA, S.L.	SISTEMA DE SUERO CON LUER-LOCK ROTATORIO Y FILTRO DE PURGA	100152126732	SS10	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Tapón protector con filtro de purga.
					I.H.T. MEDICAL, S.A.	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; - Tipo de Goteo en la Cámara: Macro gota (20 gotas/ml). Piezas o partes del	100033081455	0102108 (M018A1)	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Set de Infusion IV 150cm LL rotatorio	100166770145	BQIV24008	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					IZASA HOSPITAL, S.L.	Set Infusion c/T.Aire s/Y c/F LLR 185cm-Klinik Health	100165192005	KIN18111	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Tapón protector con filtro de purga.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/CUMPLE LA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-TIPO DE CONEXIÓN:LUER-LOCK;TOMA DE INYECCION EN Y:NO;LÁTEX:NO;PVC:SI; "ITALIANA MEDICAZIONE"	100161291506	BDIN0135A	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Filtro purga permeable. Gotea.
					PALEX MEDICAL, S.A.	SET C/TOMA AIRE C/ FILTRO DEHP FREE 180	100093524095	428394	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100152036329	108.1507	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
					SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.	Equipo goteo con toma aire KliMed	100148930749	SG14-200	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Tapón protector con filtro de purga.
					TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.	Equipo de goteo con toma de aire	100165143616	TSEG	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el Sistema luer-lock que sea de giro libre.
	9	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B68090	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[35-45];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	**BECTON DICKINSON, S.A., S.A.**	Filtro eliminación partículas y aire 0.20µm. C/Línea-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[30-45];Capacidadde filtración:[0.2-0.2]	100165105430	20350E-0006	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta conexión en Y
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Alargadera con filtro 0.2 µM Adulto	100166770246	BQES24314	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Longitud: 45cm. Se exige "Longitud de la línea:[35-45]"
					INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	BIOMETRIX	100006901511	BCD0400	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo transparente.
					NACIL MEDICA GROUP, S.L.	Juego de filtros intravenosos para adultos	100166772266	EF02AC	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Aporta pinza.
					OIARSO S.COOP.	BEXEN MEDICAL	100021950622	157.02	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Longitud total 26 cm. Se exige "Longitud de la línea:[35-45]"

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA LA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100130673331	309.2246	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT 30 cm. Se exige "Longitud de la línea:[35-45)"
	10	SU.PC.SANI.01.05.20.000013	F50538	FILTRO MEMBRANA PES 1.20µm OPACO/ Pediatrico-GC	**IBERIAN CARE 2016, S.L.**	Filtro Opaco pediátrico 1.20 µM	100166770347	KFRM-1.2-AM-C01	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No libre de PVC. Se exige "Libre de Látex, PVC y Ftalatos, Baja afinidad a proteínas.
					INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	ASSET	100134102873	NF6012BPH	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Superficie totalmente fotoprotectora.
					NACIL MEDICA GROUP, S.L.	Juego de filtros intravenosos neonatales	100166772367	EF12AS	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Transparente. Se exige "OPACO"
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100158877814	309.2927	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No libre de PVC. Se exige "Libre de Látex, PVC y Ftalatos, Baja afinidad a proteínas.
	11	SU.PC.SANI.01.05.16.100004	F27068	INFUSOR ANALGESIA C/BOLOS-VEL. INFUSION MIN.:[5-10];CAPACIDAD RESERVORIO:[270-270];	**B. BRAUN MEDICAL, S.A.**	ON-Q 270ML X 5ML/H	100119053358	PS270X5	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Aporta jeringa de carga y riñonera, conformatable para el paciente.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SUREFUSER	100166772468	SMA-PCA-3030-EJ	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene una referencia distinta.
					AMEVISA, S.A.	TIHAME	100161260896	FL0305N	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene por referencia.
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	OMNIFLUSH 3ML IN 10ML	100031173684	EM-3513572	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Escala de medida graduada de alta precisión.
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Jeringa precargada de pie	100165938342	BAL464011	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Escala de medida graduada de alta precisión.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUAL LA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	12	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	**BECTON DICKINSON, S.A., S.A.**	Jeringa 2-3ml. Precargada con cloruro sódico al 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna	100029589370	306573	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Escala de medida graduada de alta precisión. Resistencia adecuada al purgado. Suave. Ergonómica. Facil usabilidad. Muy segura con anillo de retención para evitar la contaminación cruzada.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA PRECARGADA CLORURO SÓDICO "POLYFLUSH" 3 ml	100147961458	90311	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Escala de medida graduada de alta precisión. Resistencia adecuada al purgado.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa precargada de NaCl 0.9% 3ml	100158869934	FL0305N	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Escala de medida graduada de alta precisión.
					MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	Vascular Access	100165893085	CATHEFLUSH3ML	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Escala de medida graduada de alta precisión.
					NACIL MEDICA GROUP, S.L.	Jeringas salinas precargadas	100166771650	VAO103BPP	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Escala de medida graduada de alta precisión. Resistencia adecuada al purgado.
					PALEX MEDICAL, S.A.	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO	100166739737	617868	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Escala de medida graduada de alta precisión. Resistencia adecuada al purgado.
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	Jeringa de irrigación precargada Cloruro sódico al 0,9% 3 ml Embrace	100166695616	Embrace catheflush 3ml	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
	13	SU.PC.SANI.01.05.00.700002	E05665	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:si;	**RADIOMETER IBERICA, S.L.**	Jeringa autoanalizador SafePICO de autollenado	100012084262	956-616	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Sistmea de sellado que permite purgar y sellar la muestra con el tapón puesto en la jeringa. Facilidad de autollenado. Sistema de protección accionable con una sola mano.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	14	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	**ALTHEA MEDICA, S.C.**	NIPRO	25420040816949	NP-SY3-5SC-GEC	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)
					AMEVISA, S.A.	CHIRANA	100163243826	CH03005L	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Émbolo suave.
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	JERINGA OMNIFIX 5 ML LUER SIN LATEX	100000363773	4616057V	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Cono lateral.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa C/Embolo de precisión 5ml.-Tipo de Conexión:luer	100030599382	307731	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer concéntrico 5ml	NO INCLUYEN CIP	8500005	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767114	005ML-3CZ-BL	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Émbolo suave. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido por contraste de émbolo verde. Fácil usabilidad.Excelente brida de limitación. Preciso y seguro.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 3 CUERPOS CONO LUER CONCÉNTRICA 5 ml.	100163754685	2500005	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 3 cuerpos 5ml	100150000000	S3PL5	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Cono lateral.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	15	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ML-TIPO DE CONEXIÓN:LUER;"CARESS"	100081267380	CCAR00501000	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Émbolo suave.
					SISMED HISPANIA, S.L.	JERINGA C/EMBOLO DE PRECISION 5 ML TIPO DE CONEXIÓN LUER	100166579913	MDSS05SE	5		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					ALTHEA MEDICA, S.C.	NIPRO	25420040816475	NP-SY3-10ESC-GEC	NO SE VALORA		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)
					AMEVISA, S.A.	CHIRANA	100163244230	CH03010L	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suavidad de deslizamiento del émbolo. Facilidad de uso por cono lateral. Segura por calibración muy precisa.
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	JERINGA OMNIFIX 10 ML LUER SIN LATEX	100000352560	4616103V	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Cono lateral.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa C/Embolo de precisión10ml.-Tipo de Conexión:luer	100030599483	307736	5		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer excéntrico 10ml	NO INCLUYEN CIP	8500010	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suavidad de deslizamiento del émbolo. Facilidad de uso por cono lateral. Segura por calibración muy precisa.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767215	010ML-3CZ-BL	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Cono lateral.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.	JER. 10ML. 3C/LUER EXCENTR. ENFA	100070111102	JS4	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suavidad de deslizamiento del émbolo. Facilidad de uso por cono lateral. Segura por calibración muy precisa.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 3 CUERPOS CONO LUER EXCÉNTRICA 10 ml.	100165866810	2500010	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT La muestra aportada no tiene Referencia.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 3 cuerpos 10ml	100154000000	S3PL10	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER;"CARESS"	100152427176	CCAR01001000	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					SISMED HISPANIA, S.L.	JERINGA C/EMBOLO DE PRECISION 10 ML TIPO DE CONEXIÓN LUER	100166580126	MDSS10SE	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;	**AMEBIL, S.L.**	MEDICINA	100166770741	LPE60	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Presenta conexión Enfit y se exige Tipo de Conexión:Rosca especial;
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa Enfit 60ml	100159676481	ENFS60	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Presenta conexión Enfit y se exige Tipo de Conexión:Rosca especial;
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA , S.L.	JERINGA C/CONEXIÓN ESPECIFICA	1,00103E+11	NCE50SE	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Presenta conexión Enfit y se exige Tipo de Conexión:Rosca especial;
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	Jeringa de administración enteral ENfit 60 ml Caina	100166697105	Caina EN0160	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Presenta conexión Enfit y se exige Tipo de Conexión:Rosca especial;

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					VYGON, S.A.U.	JERINGA NUTRISAFE2 VY-P 60ML	100138544134	1015604	**15**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad y facilidad de uso. Excentrica y manejable.
					AMEVISA, S.A.	CHIRANA	100161259784	CH0350CLA	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene por una referencian distinta.
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Jeringa desechable 50 ml	9120137424393	GSUEIS50	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Saludo y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).. No presenta muestras.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa cono cateter 50ml.- Tipo de Conexión: cono catéter, Tipo de cono:cilíndrica	100000347812	300867	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 3 cuerpos Cono catéter (alimentación) 50ml	NO INCLUYEN CIP	8500051	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767316	050ML-3CZ-CEW-BL	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector y, adaptador que facilita su uso. Además este aporta seguridad al facilitar la administración.
					ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.	Jer. 60 ml. 3C./Cateter ENFA	100094620268	JS8	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 3 CUERPOS CONO CATÉTER CONCÉNTRICA 60 ml.	100163195639	2500060CT	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector.
		SU PC SANI 01 05		JERINGA CONO CATETER 50mL-Tipo de							

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	17	.00.500000	E94951	Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	**IBERIAN CARE 2016, S.L.**	Jeringa punta catéter 50ml	100161037045	S3PC50	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					KRAPE, S.A.	JERINGA CONO CATETER 50ML.-TIPO DE CONEXIÓN:CONO CATÉTER;TIPO DE CONO:CILÍNDRICA;	100120270058	40653	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector.
					LAMBRA, S.L.	Jeringa de 3 cuerpos cono catéter concéntrica 50ml C-16/240	100129303090	CH03050C	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA CONO CATETER 50ML.-TIPO DE CONEXIÓN:CONO CATÉTER;TIPO DE CONO:CILÍNDRICA; "CARESS"	100081273048	CCAR05000000	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	Jeringas 3 cuerpos con punta de sonda	100143896295	SY3-50CTC-EC	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Aporta capuchón protector y, adaptador que facilita su uso. Además este aporta seguridad al facilitar la administración.
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	Jeringa cono catéter 60 ml JJMD	100166694963	JJMD DSCC 60	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					SISMED HISPANIA, S.L.	JERINGA CONO CATETER 50 ML TIPO CONEXIÓN CONO CATETER TIPO CONO CILINDRICA	100166580328	SS+50C1	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					ALTHEA MEDICA, S.C.	NIPRO	25420040811739	NP-SY2-5SC-EC	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	18	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	**BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH**	Jeringas desechables, 2 pie	9180003774120	BAL4605020LSX2	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	JERINGA INJEKT 5 ML LUER	100000374289	4606051V	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa cono luer 5mL.-Tipo de Conexión:luer	100000406313	309050	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 2 cuerpos Cono Luer excéntrico 5ml	NO INCLUYEN CIP	8500205	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin Referencia.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767417	005ML-2CZ-B	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 2 CUERPOS CONO LUER EXCÉNTRICO 5 ml.	100107223060	307005	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 2 cuerpos 5ml Luer slip	100150336155	S2PL5	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					KRAPE, S.A.	JERINGA CONO LUER 5ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER;	100120333892	040661	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin Referencia.
					LAMBRA, S.L.	Jeringa de 2 cuerpos Luer - concéntrico 5ml C-100/1900	100133413015	CH005L	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Perfecta adaptación de la aguja. Suave deslizamiento. Ergonómica, hermética y, segura.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA CONO LUER 5ML.- TIPO DE CONEXIÓN:LUER; 2 CUERPOS "CARESS"	100085649948	CCAR200502000	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	Jeringa de 3 cuerpos 5 ml, luer slip	100166774680	SY3-SSC-GEC*	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					ALTHEA MEDICA, S.C.	NIPRO	25420040811753	NP-SY210ESC-EC	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Jeringas desechables, 2 pie	9180003774144	BAL4610050LSX2	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	INJEKT 10 ML NEXT GEN DESIGN	100163144725	4606108N	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Perfecta adaptación de la aguja.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa cono luer 10 mL - Tipo de conexión:luer	100000406818	309110	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Perfecta adaptación de la aguja. Suave deslizamiento. Ergonómica, hermética y, segura.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 2 cuerpos Cono Luer excéntrico 10ml	NO INCLUYEN CIP	8500210	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin referencia.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA O IGUAL LA ELIMINAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	19	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	**ENDOOK EUROPA, S.L.**	ENDOOK	100166767518	010ML-ZCZ-B	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 2 CUERPOS CONO LUER EXCÉNTRICO 10ml.	100107223262	308003	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 2 cuerpos 10ml Luer slip	100154000000	S2PL10	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					KRAPE, S.A.	JERINGA CONO LUER 10ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER;	100120334004	040662	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin referencia.
					LAMBRA, S.L.	Jeringa de 2 cuerpos conexión Luer 10ml c-100/1200	100152127045	CH010L	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA CONO LUER 10ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER; 2 CUERPOS "CARESS"	100085639644	CCAR201002000	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	Jeringa de 3 cuerpos 10 ml luer slip	100166775195	SY3-10ESC-GEC*	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					ALTHEA MEDICA, S.C.	NIPRO	25420040811760	NP-SY2-20ESC-EC	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	20	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;	**BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH**	Jeringas desechables, 2 pie	9180003774168	BAL4620100LSX2	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	JERINGA INJEKT 20 ML LUER	100000392968	4606205V	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa cono luer 20mL.- Tipo de Conexión:luer	100000411566	300296	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Perfecta adaptación de la aguja. Suave deslizamiento. Ergonómica, hermética y, segura.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 2 cuerpos Cono Luer excéntrico 20ml	NO INCLUYEN CIP	8500220	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin referencia.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767619	020ML-2CZ-B	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Perfecta adaptación de la aguja. Suave deslizamiento. Ergonómica, hermética y, segura.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 2 CUERPOS CONO LUER EXCÉNTRICO 20ml.	100135603339	309003	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 2 cuerpos 20ml Luer slip	100158868025	S2PL20	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					KRAPE, S.A.	JERINGA CONO LUER 20ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER;	100120334206	040663	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin referencia.
					LAMBRA, S.L.	Jeringa de 2 cuerpos Luer 20ml c-80/960	100152117640	CH020L	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA CONO LUER 20ML.-TIPO DE CONEXIÓN:LUER; 2 CUERPOS "CARESS"	100085649847	CCAR202002000	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	Jeringa de 3 cuerpos 20 ml luer slip	100166775296	SY3-20SC-GEC*	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
	21	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;	**ALTHEA MEDICA, S.C.**	NIPRO	25420040811722	NP-SY2-2SC-EC	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Jeringas desechables, 2 pie	9180003774182	BAL4602010LSC2	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	JERINGA INJEKT 2 ML LUER	100000385593	4606027V	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Jeringa cono luer 2-3 ml.- Tipo de Conexión:luer	100000409747	300928	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa 2 cuerpos Cono Luer concéntrico 2,5ml	NO INCLUYEN CIP	8500203	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestra sin referencia.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100166767710	002ML-2CZ-B	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					GARRIC MEDICA, S.L.	JERINGA 2 CUERPOS CONO LUER CONCÉNTRICO 2 ml.	100107222858	313001	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Jeringa 3 cuerpos 2ml Luer slip	100158868025	S3PL2C	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No aportan muestras
					KRAPE, S.A.	JERINGA CONO LUER 2-3ML.- TIPO DE CONEXIÓN:LUER;	100120333498	040660	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT Muestrra sin referencia.
					LAMBRA, S.L.	Jeringa de 2 cuerpos Luer - concéntrico 2ml C-100/2800	100152117549	CH002L	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	JERINGA CONO LUER 2-3ML.- TIPO DE CONEXIÓN:LUER; 2 CUERPOS "CARESS"	100085639543	CCAR200201000	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido. Suave deslizamiento.
					NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	Jeringas de 3 cuerpos de 2 ml, luer slip	100166775397	SY3-2SC-GEC*	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo con cuerpo transparente que permite un control visual total del contenido.
	22	SU.PC.SANI.01.05 .00.600003	B39232	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];	**BECTON DICKINSON, S.A., S.A.**	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD- Tipo de heparina:sólida; Tipo de Conexión:luer lock; DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22]; LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30]	100000397918	364390	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Sistema desmontable.
					CV MEDICA, S.L.	Jeringa Gasometria _3ml_aguja 22G	NO INCLUYEN CIP	8500300	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene una referencia distinta.
					SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.	Jeringa gasometría Provent	100090132235	4590PG	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Dispone de heparina seca. Aporta tapón con filtro de purgado que facilita del purgado y, le aporta seguridad.
		SU.PC.SANI.01.05		JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON	**B. BRAUN MEDICAL, S.A.**	OMNIFLUSH WITH SWABCAP 10 ML IN 10 ML	100098363963	EM-3513576SC	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Suave y ergonómica.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	23	.00.300007	E79388	DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;	**MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.**	Vascular Access	100152966514	EMZG711600	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Suave y ergonómica.
	24	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25);	**IBERIAN CARE 2016, S.L.**	Alargadera con valvula antirreflujo 10cm	100166770448	BQES24305	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Conexión luer lock fija.
					INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SKyMedical	100155837716	SKCMLS0004	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Conexión luer lock giratoria y, línea flexible.
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA , S.L.	LÍNEA DE EXTENSIÓN C/VÁLVULA	1,00096E+11	PN3302KR	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Conexión luer lock fija.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100129283583	301.3776	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Conexión luer lock fija.
	25	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E85300	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:(300-400];	**SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.**	SE HA **DESISTIDO** DE ESTE LOTE_ RESOLUCIÓN DE 03/12/2024					
					AMEVISA	HARSORIA	100161257461	1400044039	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Llaves de paso desechables	9120137424409	FS-3002	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud o y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	DISCOFIX C	100000641387	16494C	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo y, clic sensitivo. Ergonómica.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Llave de 3 pasos con línea extensión< 50cm. Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25)	100000389230	394600	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo y, clic sensitivo. Ergonómica.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	26	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	**CV MEDICA, S.L.**	Llave de 3 vías	100107466115	8400020	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo y, clic sensitivo. Ergonómica.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100130743540	KT-002	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					FARMABAN, S.A.	CPK I.V. Llave 3 vías	100006894338	2651	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					GARRIC MEDICA, S.L.	LLAVE 3 VÍAS LUER-LOCK LÍPIDO-RESISTENTE	100125784448	TS001	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Llave de tres vías	100161096233	1400044039	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					KRAPE, S.A.	LLAVE DE 3 PASOS - GC	100165878033	180005	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo y, clic sensitivo. Ergonómica.
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	LLAVE DE 3 PASOS - GC "ITALIANA MEDICAZIONE"	100070111506	DCRU0000	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					OIARSO S.COOP.	BEXEN MEDICAL	100120307536	104.19	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP)
					OXIGEM, S.L.	OXIGEM	100163274031	9711112	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo y, clic sensitivo. Ergonómica.
					PALEX MEDICAL, S.A.	LLAVE 3 VIAS LIPIDOS NEOTEC	100090109404	426723	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100120334105	310.2750	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUAL LA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	Llave de 3 pasos (vías) con adaptador de cierre macho Webest	100166694817	Webest WBS-STF-01	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
	27	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION <50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25);	**BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH**	Llave de tres vías con conex	6972620112590	BAL362332	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					B. BRAUN MEDICAL, S.A.	DISCOFIX C CON ALARGADERA 10 CM	100163143119	16502C	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo. Línea flexible. Ergómica y facilidad de manejo. Excelente acabado que protege la piel.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Llave de 3 pasos con línea extensión< 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25)	100000373178	394995	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo. Línea flexible.
					CV MEDICA, S.L.	Llave de 3 vías con alargadera 10cm	NO INCLUYEN CIP	8400021	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo. Línea flexible.
					ENDOOK EUROPA, S.L.	ENDOOK	100130743045	KTP-10	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo. Línea flexible.
					FARMABAN, S.A.	CPK I.V. Llave 3 vías extensión 10 cm	100006883327	2660	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Llave de tres vías con extensión 10cm	100165960860	SCWEL-10	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					KRAPE, S.A.	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50CM.-CONEXIÓN MÓVIL 360°:NO;LONGITUD DE LA LÍNEA:[0-25);	100165878336	180009	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene una referencia distinta.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/OTORGA EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
					NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION <50CM.-CONEXIÓN MÓVIL 360º:NO;LONGITUD DE LA LÍNEA:[0-25]; "ITALIANA MEDICAZIONE"	100070102717	DCPR0013	5		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo.
					OIARSO S.COOP.	BEXEN MEDICAL	100076000884	135.05	NO SE VALORA		No cumple características PPT Longuitud 50 cm. Se exige "Longuitud de línea rango[10-12]"
					OXIGEM, S.L.	OXIGEM	100166783570	9721103	NO SE VALORA		No cumple características PPT Longuitud 30 cm. "Longuitud de línea rango[10-12]"
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100131684242	307.2804	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Presenta flecha indicadoras del sentido de flujo. Línea flexible. Ergómica y facilidad de manejo. Seguro permite purgado a través de filtro de purga.
					VYGON, S.A.U.	Connect-A-set 3	100000372966	7014101	NO SE VALORA		No cumple características PPT Longuitud: 13,5 cm. "Longuitud de línea rango[10-12]"
					BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH	Juegos de extensión	100165939655	BQABQES24146	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Material de la alargadera flexible. Numeración refractante visible.
					BECTON DICKINSON, S.A., S.A.	Regulador de flujo para equipo goteo-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no	100073142714	04108074270	NO SE VALORA		No cumple características PPT No presenta muestras de la referencia ofertada en el Anexo V-A. La muestra presentada tiene una referencia distinta.
					CV MEDICA, S.L.	MOVIL CON PUNTO DE INYECCIÓN EN "Y"	NO INCLUYEN CIP	8400013	NO SE VALORA		No cumple características PPT El producto ofertado no está inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, NO cuenta con el Certificado de Identificación del Producto (CIP).
					FARMABAN, S.A.	CPK I.V. Flow Control	100020944266	2673	NO SE VALORA		No cumple características PPT No gira. Se exige que el "Sistema luer-lock que sea de giro libre".
					GARRIC MEDICA, S.L.	REGULADOR DE FLUJO CON PUNTO EN "Y"	100165601349	13164/13158	NO SE VALORA		No cumple características PPT No gira. Se exige que el "Sistema luer-lock que sea de giro libre".

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA O IGUAL EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	28	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	**I.H.T. MEDICAL, S.A.**	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEOLibre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luerlock; Látex:no; - Dispositivo médico estéril para el	100121654037	0102002(13115)	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el "Sistema luer-lock que sea de giro libre".
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Regulador de flujo 45cm	100163169575	BQES23030	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Material de la alargadera flexible. Numeración refractante visible.
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA , S.L.	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO	1,00093E+11	DF050M	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Material de la alargadera flexible.
					OIARSO S.COOP.	BEXEN MEDICAL	100126589671	139.03	**NO SE VALORA**		No cumple características PPT No gira. Se exige que el "Sistema luer-lock que sea de giro libre".
					PALEX MEDICAL, S.A.	REGULADOR DE FLUJO NURSIA DEHP FREE	100020965975	406867	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Material de la alargadera flexible. Tapón protector que permite purgado.
					PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	100090099594	308.2012	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Material de la alargadera flexible. Tapón protector que permite purgado.
1	**29**	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: liquidos:[0-1);	**ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.**	Punzón vial ventilado Universal con ChemoClave	100165897520	011-CH-51	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Adecuada penetración del punzón.
					ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	Punzón Universal Vial con Clave	100165959758	011-CH-70	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Adecuada penetración del punzón. Buena adaptabilidad a viales de distintos diámetros.
	30	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: liquidos:[0-1);	**ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.**	Punzón Bolsa con Filtro y Clave	100165485761	011-CH-14	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Adecuada penetración del punzón.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA O NO EL UMBRAL MÍNIMO (10 puntos)?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
2	31	SU.PC.SANI.01.05.20.200011		TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL	**PALEX MEDICAL, S.A.**	DISPOSITIVO JERINGA INTEGRADA. 10ML	100164989851	605856	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Excelente estanqueidad y sellado.
	32	SU.PC.SANI.01.05.20.200011		TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL	**PALEX MEDICAL, S.A.**	DISPOSITIVO JERINGA INTEGRADA. 20ML	100165400016	605857	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Excelente estanqueidad y sellado.
	33	SU.PC.SANI.01.05.20.200011		TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL	**PALEX MEDICAL, S.A.**	DISPOSITIVO CON JERINGA INTEGRADA. 30ML	100164994802	607431	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Excelente estanqueidad y sellado.
	34	SU.PC.SANI.01.05.20.200011		TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL	**PALEX MEDICAL, S.A.**	DISPOSITIVO JERINGA INTEGRADA. 35ML	100165400410	605858	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Excelente estanqueidad y sellado.
	35	SU.PC.SANI.01.05.20.200011		TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL	**PALEX MEDICAL, S.A.**	DISPOSITIVO JERINGA INTEGRADA. 60ML	100165325250	605859	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Excelente estanqueidad y sellado.
	36	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B39266	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[100-200);	**SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.**	Línea infusión bomba PCA	100100406314	21-7322-24	**10**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora respecto a la calidad. Dispositivo de "arrastre" con sistema de detención de flujo libre que protege de una infusión incontrolada por gravedad al activar automáticamente el cierre de la vía de fluidos.
					VYGON, S.A.U.	Protector de una línea 1	100142086011	83201	**5**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta mejora poco significativa. Dispositivo diseñado para evitar que el contenido de una jeringa se salga accidentalmente.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-20 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS