



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y
Economía Circular

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONSULTAS RECIBIDAS PARA EL EXPEDIENTE SUMINISTRO EQUIPOS PARA LA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE

EXPEDIENTE: CONTR 2024 0001205061

TÍTULO: “SUMINISTRO EQUIPOS PARA LA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE”

Consulta 1º: *"Lote 3: Confirmar que se requiere un único captador que pueda medir PM2,5 y PM10 de forma simultánea."*

Respuesta: El captador solicitado en el Lote 3, tal y como se especifica en el PPT, debe ser de doble cabezal y medir de forma simultánea PM 2,5 y PM10.

Consulta 2º: *"Lote 5: Para el soporte requerido, entendemos que este irá fijado en el exterior de la caseta, dado que la funcionalidad es la misma en un soporte telescópico y un soporte desmontable pero no así para la facilidad del mantenimiento y acceso. ¿es indiferente usar uno u otro?"*

Respuesta: Se publica corrección de errores del PPT por errata en el texto.

Consulta 3º: *"Lote 8: Para el conexionado de la caseta a la red eléctrica, ¿qué distancia hay que cubrir desde el cuadro eléctrico de la caseta al punto de suministro?"*

Respuesta: No se conoce aún la ubicación concreta del Lote 8. Estas estaciones se ubicarán en entorno urbano y se conectarán al punto de suministro más cercano que proporcione la distribuidora.

Consulta 4º: *"Lote 8: Confirmar qué es este elemento: 1 Swing 19" rack coupling kits"*





Respuesta: Este kit está constituido por un conjunto de chapas metálicas de acero, un burlete de goma o caucho y por los tornillos necesarios para unir los armarios que forman los racks entre ellos con el fin de darle robustez al conjunto.