

ANEXO I AL CUADRO RESUMEN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

SUMINISTRO DE TIRAS REACTIVAS Y CESIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE EN LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA.

Expediente 23/2025 (ASU002-2025)

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación a la calidad-precio se proponen los criterios de adjudicación siguientes, clasificados según su tipo de evaluación y ordenados en función de la ponderación:

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS (60 puntos):

1.1. PRECIO. (Ponderación hasta 40 puntos).

La oferta económica se cuantifica mediante la fórmula matemática:

Puntuación = [(Mejor Oferta / Oferta a Valorar) * 40], concediendo la puntuación máxima a la mejor oferta y al resto inversamente proporcional.

Habrà de expresarse el precio unitario (IVA incluido) con una precisión de 6 decimales.

Se estimarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas con una bajada de precio superior a lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1.2. VERSATILIDAD (Ponderación de 0 hasta 10 puntos).

El equipo medidor de glucemia puede ser utilizado con diferentes tipos de muestra:

- Sangre venosa-----0 puntos
- Sangre venosa y arterial-----5 puntos
- Sangre venosa, arterial y neonatal-----10 puntos

1.3. ESTABILIDAD. (Ponderación hasta 5 puntos).

Estabilidad de las tiras de glucosa tras apertura de bote contenedor de tiras.

Mantiene la fecha de caducidad tras la apertura:

- 70%----- 2,5 puntos
- 100%----- 5,0 puntos
- En el caso de blíster individuales----- 5,0 puntos

1.4. INTERVALO DE HEMATOCRITO (Ponderación hasta 5 puntos).

- Si el límite inferior de hematocrito ≤ 10 ----- 2,5 puntos
- Si el límite superior de hematocrito ≥ 65 -----2,5 puntos

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS (40 puntos):

Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de criterios evaluables mediante un juicio de valor para continuar en el proceso selectivo.

Teniendo en cuenta el grado de satisfacción de la propuesta, se valorará:

- FACILIDAD DE USO DEL MEDIDOR, TIEMPO DE RESPUESTA Y RANGO DE LECTURA (Ponderación de 0 hasta 15 puntos).
- PRESENTACION Y CONDICIONES DE ENVASADO (Ponderación de 0 hasta 15 puntos).
- CANTIDAD DE MUESTRA (SANGRE) NECESARIA (Ponderación de 0 hasta 5 puntos).
- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN (Ponderación de 0 hasta 5 puntos).