

		EXPEDIENTE PA391/2025	
EMPRESA	Fecha email	PREGUNTA	RESPUESTAS
Akralab	16-jun	1. En el PPT, página 4, se indica que en la agrupación 1 debe cederse un sistema para la gestión y ordenación de la demanda. Asimismo, se menciona que el software debe permitir la gestión del transporte de las muestras. ¿Podrían confirmarnos si esto hace referencia a un software de trazabilidad que permita controlar el tiempo de llegada, tránsito y temperatura de las muestras procedentes de cada centro de atención primaria?	SI, HACE REFERENCIA A ESAS CUESTIONES
Akralab	16-jun	2. En este mismo documento (PPT), se habla de la cesión de varios escáneres. ¿Podrían aclararnos si el número total requerido es 16 o 21? Además, ¿a qué software o aplicaciones deberán estar conectados dichos escáneres?	EL ESCANER DEBE ESTAR CONECTADO AL SIL DEL LABORATORIO PARA LA INTEGRACION DE LAS IMAGENES EN LAS PETICIONES DEL SIL. ADEMÁS EL PROCESOD E ESCANEADO DEBE LLEVAR ASOCIADO UN SISTEMA DE CONTROL DE ERRORES EN LAS PETICIONES (POR EJEMPLO, PETICIONES DUPLICADAS, PETICIONES MAL EXTRAIDAS, ETC..)
Akralab	16-jun	3. En el Anexo III, página 2, se indica que se valorará con 3 puntos que el sistema cedido permita la gestión preanalítica de muestras procedentes de Atención Primaria, y con otros 3 puntos que permita la gestión preanalítica de muestras en el área de Hospitalización. ¿Podrían especificarnos a qué se refieren exactamente con estos requisitos?	ESTOS PUNTOS COMO SE INDICA SE REFIERE A QUE LA EMPRESA APORTE UNA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN PREANALITICA DE LAS MUESTRAS EXTRAIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA, ASÍ COMO DE LAS MUESTRAS DE HOSPITALIZACIÓN. CADA EMPRESA PUEDE APORTAR SOLUCIONES DIFERENTES
Akralab	16-jun	4.¿Podemos confirmar que el sistema de gestión de colas y turnos debe instalarse no solo en el Hospital Universitario de Jaén y el Hospital Neurotraumatológico, sino también en el Hospital Universitario San Agustín de Linares, el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y en los HAR (Alcaudete, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura)? Entendemos que todos estos centros aparecen en la tabla de distribución de escáneres, y por tanto, también formarían parte de la implantación del sistema completo (software + hardware). ¿Es correcto este enfoque?	EN PRINCIPIO TODOS LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DEBERÍAN TENER ESTOS SISTEMAS, AUNQUE EL RESPONSABLE DE CADA CENTRO DEBERÁ VALORAR CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA LAS NECESIDADES Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

		EXPEDIENTE PA391/2025	
SARSTEDT S. A. U	17-jun	¿Se debe ofertar a toda la agrupación o se puede presentar a una agrupación y a un lote en concreto de esa agrupación?	Las agrupaciones son indivisibles. Las proposiciones debe incluir oferta para todos los lotes que integran la agrupación.
GAMMA HEALTH	13-jun	¿Nos pueden indicar si para la presentación de oferta en el expediente CONTR 2025 0000372695 para SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00 MATERIAL ESPECIFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, podríamos presentar solvencia técnica con el cpv 331 en la agrupación 1?	Se tienen en cuenta los tres primeros dígitos del código (artículo 89.1.a) LCSP.
DELTALAB SL	17-jun	LOTE 37: Según conversación telefónica, indicarnos que hemos encontrado un error en la descripción de este lote en el CR y en SIREC.	Corregido en Portal de Licitación Electrónica SIREC y Publicada Corrección de error material

		EXPEDIENTE PA391/2025	
			DESCRIPCIÓN CORRECTA DEL LOTE 37:RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC
BD	18-jun	Agrupación 1, Lote 3, falta el Genérico de Centro.	Este lote no tiene Genérico de Centro
BD	18-jun	Agrupación 1, Lote 13, faltan especificaciones técnicas del tubo, como, por ejemplo, el volumen, para poder ofertar una referencia u otra.	Volúmen 4 ml.
BD	18/16	Aclaración en cuanto a las unidades que solicitan de cada lote. En la mayoría de ellos cuando divides el presupuesto total del lote entre el precio unitario, salen decimales. ¿Tenemos que redondear al alza para definir bien la cantidad que solicitan?	Ver Corrección de errores Anexo I Memoria publicado en el Perfil del Contratante

		EXPEDIENTE PA391/2025	
GAMMA HEALTH	19-jun	El lote 3 debe llevar el conservante de orina liofilizado, como lo lleva el lote 2? Es que vemos que se indica que debe llevarlo en el anexo I de la documentación de la licitación, pero comprobándolo en el sistema Andaluz vemos que no aparece esa característica en la ficha del producto. Le adjunto captura:	El conservante del lote 3 debe contener Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante), según queda especificado en las características definidas.
Iberian Care	23-jun	¿El tipo de cuchilla requerido es desechable o reutilizable? ¿Qué tipo de tejido o material se desea cortar habitualmente (tejido blando, duro, biopsias, criocortes, etc.)? ¿Se requiere una cuchilla de perfil alto o perfil bajo?	El tipo de cuchilla es desechable. El tipo de tejido que se desea cortar es biopsia de partes blandas. En cuanto al perfil de la cuchilla, ni catálogo ni el personal sanitario especifican si es de alto o bajo perfil.