

ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ACUERDO MARCO POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES DE RODILLA, CADERA Y HOMBRO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA

Los elementos incluidos en el objeto del contrato deberán cumplir como requisito indispensable las especificaciones técnicas generales del Catálogo SAS y además las que se indican en la tabla inserta a continuación:

LOTE	AGRUPACIÓN	CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES AL CATÁLOGO SAS
1	1	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
2	1	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo.
3	1	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
4	1	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo.
5	1	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: no
6	1	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: sí.
7	1	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: sí; Tibia: fija; Posterior estabilizada: sí.
8	1	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	Composición: polietileno; Cementada: sí.
9	1	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Posición: ambidiestra; Inserto: fijo; Tipo de inserción: quilla; Tipo de Componente: Primario.
10	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
11	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo.
12	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP.	Posición: derecho.
13	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP.	Posición: izquierdo.
14	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP.	Posición: derecho.
15	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP.	Posición: izquierdo.
16	2	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO.	Posición: ambidiestro; Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: no.
17	2	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: sí; Tibia: fija; Posterior estabilizada: sí.
18	2	SU.PC.SANI.04.06.12.000001	INSERTO DE POLIETILENO CONSTREÑIDO	
19	2	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	Composición: polietileno; Cementada: si.
20	2	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Posición: izquierdo; Inserto: fijo; Tipo de inserción: quilla; Tipo de Componente: Bandeja Tibial.
21	2	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Posición: derecho; Inserto: fijo; Tipo de inserción: quilla; Tipo de Componente: Bandeja Tibial.

22	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
23	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo.
24	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
25	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo.
26	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: derecho.
27	3	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP	Posición: izquierdo;
28	3	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: no;
29	3	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Posición: ambidiestro; Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: sí;
30	3	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	composición: polietileno; Cementada: si;
31	3	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Posición: ambidiestra; Inserto: fijo; Tipo de inserción: quilla; Tipo de Componente: Bandeja Tibial;
32	3	SU.PC.SANI.04.06.15.500000	EXTENSIONES	Composición: aleación metálica; Región anatómica: tibial;
33	3	SU.PC.SANI.04.06.15.500000	EXTENSIONES	Composición: metálico; Región anatómica: femoro-tibial.
34	4	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACIÓN LCP	
35	4	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACIÓN LCP	
36	4	SU.PC.SANI.04.06.14.600000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATÓMICO ASIMÉTRICO	
37	4	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: no;
38	4	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Vástago central: no; Tibia: fija; Posterior estabilizada: sí;
39	4	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	
40	5	SU.PC.SANI.04.06.08.000003	PRÓTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / INSERTO	Posición: ambidiestro; Sistema de fijación: quilla;
41	5	SU.PC.SANI.04.06.08.100000	PRÓTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	Posición: derecho; Composición: cr-co-mo y pe; Recubrimiento: sin recubrimiento;
42	5	SU.PC.SANI.04.06.08.100000	PRÓTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	Posición: izquierdo; Composición: cr-co-mo y pe; Recubrimiento: sin recubrimiento;
43	5	SU.PC.SANI.04.06.15.900001	BLOQUE FEMORAL / metálico	Posición: distal; composición: titanio;
44	5	SU.PC.SANI.04.06.15.900002	BLOQUE TIBIAL / metalico	Composición: titanio; Morfología: hemicuña angulada;
45	5	SU.PC.SANI.04.06.15.500000	EXTENSIONES	Composición: aleación metálica; Región anatómica: femoro-tibial;
46	6	SU.PC.SANI.04.06.01.000003	CÚPULA BIPOLAR	Composición: Cromo Cobalto + polietileno;
47	6	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACIÓN METÁLICA	Composición: cromo cobalto;
48	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000003	VÁSTAGO CEMENTADO/ ALEACIÓN METÁLICA	Posición: derecho; Composición: Cromo Cobalto; Curvatura: anatómica; Apoyo en calcar: si;
49	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000003	VÁSTAGO CEMENTADO/ ALEACIÓN METÁLICA	Posición: izquierdo; Composición: Cromo Cobalto; Curvatura: anatómica; Apoyo en calcar: si;

50	6	SU.PC.SANI.04.06.01.100005	COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: no;
51	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METÁLICO	Composición: Titanio; Modo de fijación: otros; Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no;
52	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METÁLICO	Modo de fijación: tornillos; Composición: Titanio; Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no;
53	7	SU.PC.SANI.04.06.01.700001	TAPÓN DE CIERRE	Composición: aleación metálica;
54	7	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	TORNILLO COTILOIDEO	Recubrimiento: Sin recubrimiento; Composición: Titanio;
55	7	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: si; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];
56	7	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];
57	7	SU.PC.SANI.04.06.02.200003	INSERTO DE CERÁMICA	Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];
58	7	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACIÓN METÁLICA	Composición: cromo cobalto;
59	7	SU.PC.SANI.04.06.03.200002	CABEZA CERÁMICA	Composición: cerámica;
60	7	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VÁSTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	Composición: Titanio; Posición: ambidiestro; Curvatura: recta; Apoyo en calcar: no;
61	7	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VÁSTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	Posición: ambidiestro; Composición: Titanio; Curvatura: recta; Apoyo en calcar: si;
62	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METÁLICO	Para sistemas de doble movilidad
63	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METÁLICO	Cotilo con orificio
64	8	SU.PC.SANI.04.06.02.200005	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	Inserto fijo
65	8	SU.PC.SANI.04.06.02.200005	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	Para sistemas de doble movilidad
66	8	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACION METÁLICA	
67	8	SU.PC.SANI.04.06.03.200002	CABEZA CERÁMICA	
68	8	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VÁSTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	
69	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100009	COTILO CEMENTADO METÁLICO	
70	8	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	TORNILLO COTILOIDEO	
71	9	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VÁSTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO	Composición: Titanio; Apoyo en calcar: No
72	9	SU.PC.SANI.04.06.01.100007	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO CERÁMICO	Modo de fijación: otros; Composición: Titanio; Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no;
73	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];
74	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: si; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [5-5];
75	9	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	TORNILLO COTILOIDEO	Recubrimiento: sin recubrimiento; Composición: Titanio+Aluminio+Vanadio.
76	9	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACIÓN METÁLICA-Composición:cromo cobalto;	Composición: cromo cobalto;
77	10	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	Modo de fijación: tornillos; Composición: Titanio; Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no;
78	10	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	TORNILLO COTILOIDEO	Recubrimiento: Sin recubrimiento; Composición: Titanio;
79	10	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	Ceja antiluxante: si; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];
80	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACIÓN METÁLICA	Composición: cromo cobalto;

81	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACIÓN METÁLICA	Composición: Cr-Co-Mo;
82	10	SU.PC.SANI.04.06.03.200002	CABEZA CERAMICA	Composición: cerámica;
83	10	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VÁSTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO	Composición: Titanio; Posición: ambidiestro; Curvatura: recta; Apoyo en calcar: no;
84	10	SU.PC.SANI.04.06.01.000003	CÚPULA BIPOLAR	Composición: Cromo Cobalto + polietileno;
85	10	SU.PC.SANI.04.06.01.000005	INSERTO PARA CÚPULA BIPOLAR	Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: anilla bloqueo; Pendiente del inserto: [0-0];
86	11	SU.PC.SANI.04.06.31.100006	CABEZA HUMERAL / ALEACION METAL	Composición: cromo cobalto;
87	11	SU.PC.SANI.04.06.31.400002	VÁSTAGO CEMENTADO	Aleta antirrotatoria: si;
88	11	SU.PC.SANI.04.06.31.400006	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	Composición: Titanio; Recubrimiento: metálico;
89	11	SU.PC.SANI.04.06.31.500002	ADAPTADOR PARA CABEZA	
90	11	SU.PC.SANI.04.06.34.000000	ESFERA GLENOIDEA	Recubrimiento: metálico;
91	11	SU.PC.SANI.04.06.34.000002	COMPONENTE HUMERAL CEMENTADO	monoblock-Composición: Cromo Cobalto;
92	11	SU.PC.SANI.04.06.34.100000	BASE GLENOIDEA	Fijación: tornillos;
93	11	SU.PC.SANI.04.06.34.200002	VÁSTAGO NO CEMENTADO C/ RECUBRIMIENTO CERAMICO	Composición: Titanio;
94	11	SU.PC.SANI.04.06.34.200004	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	Recubrimiento: cerámico; Composición: Titanio;
95	11	SU.PC.SANI.04.06.34.300000	POLIETILENO HUMERAL	Cementado: no;
96	11	SU.PC.SANI.04.06.34.500000	TORNILLOS	
97	12	SU.PC.SANI.04.06.31.100006	CABEZA HUMERAL / ALEACIÓN METAL	Composición: cromo cobalto;
98	12	SU.PC.SANI.04.06.31.300001	COMPONENTE GLENOIDEO DE POLIETILENO	Fijación: tetones; Cementado: si;
99	12	SU.PC.SANI.04.06.31.300003	COMPONENTE GLENOIDEO METÁLICO	Fijación: tornillos; Cementado: no;
100	12	SU.PC.SANI.04.06.31.400002	VÁSTAGO CEMENTADO	Aleta antirrotatoria: no;
101	12	SU.PC.SANI.04.06.31.400004	VASTAGO NO CEMENTADO C/ RECUBRIMIENTO CERAMICO	Aleta antirrotatoria: no;
102	12	SU.PC.SANI.04.06.31.500002	ADAPTADOR PARA CABEZA -	
103	12	SU.PC.SANI.04.06.34.000000	ESFERA GLENOIDEA	Recubrimiento: sin recubrimiento;
104	12	SU.PC.SANI.04.06.34.100000	BASE GLENOIDEA	Fijación: tornillos;
105	12	SU.PC.SANI.04.06.34.200002	VÁSTAGO NO CEMENTADO C/ RECUBRIMIENTO CERAMICO	Composición: Titanio + hidroxiapatita;
106	12	SU.PC.SANI.04.06.34.300000	POLIETILENO HUMERAL	Cementado: no;
107	12	SU.PC.SANI.04.06.34.500000	TORNILLOS	
108	12	SU.PC.SANI.04.06.34.500001	CONECTOR HUMERAL INVERSO	Sistema de bloqueo: no;
109	13	SU.PC.SANI.04.06.36.100001	PRÓTESIS CABEZA RADIO METALICA MODULAR: VASTAGO	Cementado: no; Cuello adosado: si; Angulación del cuello con el eje de la prótesis:0;
110	13	SU.PC.SANI.04.06.36.100004	PRÓTESIS CABEZA RADIO METALICA MODULAR: CABEZA	Posición: izquierda; Composición: aleación metálica;
111	13	SU.PC.SANI.04.06.36.100004	PRÓTESIS CABEZA RADIO METALICA MODULAR: CABEZA	Posición: derecha; Composición: aleación metálica;
112	—	SU.PC.SANI.04.06.00.300001	PRÓTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	Composición: cromo cobalto; CONO cuello unipolar cm 12/14 +0
113	—	SU.PC.SANI.04.06.00.300001	PRÓTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	Composición: cromo cobalto; Cabeza Femoral unipolar de gran diámetro para cirugía parcial de cadera; Idóneo para abordajes posterior o anterior con el paciente en decúbito later