

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

INFORME TECNICO			SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PRÓTESIS REPARADORAS (MALLAS, SUBGRUPO 04.12 DEL CATALOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 11/25)											
Grupo	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio \$/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 9 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2636	10 %	12,3900	AMEVISA, S.A.	PPMM611	100162324045	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	AMEVISA, S.A.	PPMM3030	100162324247	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimensión de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	AMEVISA, S.A.	PPMM715	100167641042	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimensión de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	AMEVISA, S.A.	PPMM1515	100162323732	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimensión de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	AMEVISA, S.A.	PPMM5050	100162323934	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 9 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2636	10 %	12,3900	Assut Europe Ibérica, SLU	AM6012	100167675489	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	Assut Europe Ibérica, SLU	AM3032	100167675782	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimensión de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	Assut Europe Ibérica, SLU	AM6016	100167675580	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	SU.PC.SANI.04.12 /70.000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimensión de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	Assut Europe Ibérica, SLU	AM1516	100167675681	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
1	5	SU.PC.SANI.04.12 .70.000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimesion de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	Assut Europe Ibérica, SLU	AM5052	100159969349	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	1	SU.PC.SANI.04.12 .70.000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 9 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2656	10 %	12,3900	B.BRAUN SURGICAL, S.A	1065020UNI	100015480467	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de PROHOSA, el menor peso aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
1	2	SU.PC.SANI.04.12 .70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	B.BRAUN SURGICAL, S.A	1065090UNI	100015481871	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de PROHOSA, el menor peso aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
1	3	SU.PC.SANI.04.12 .70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimesion de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	B.BRAUN SURGICAL, S.A	1065030UNI	100015481275	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de PROHOSA, el menor peso aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
1	4	SU.PC.SANI.04.12 .70.000003		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimensión de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22.4318	10 %	24.6750	B.BRAUN SURGICAL S.A	1065080UNI	100015481679	Ojera apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de PROHOSA, el menor peso aporta mayor maniabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
1	5	SU.PC.SANI.04.12 .70.000004		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimensión de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	B.BRAUN SURGICAL S.A	1964980UNI	100123366222	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas medidas en ambos lados entre 49 y 51 cm y la mallla ofertada, según ficha técnica, tiene unas dimensiones de 30 x 50 cm.	---
1	1	SU.PC.SANI.04.12 .70.000000		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 9 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2636	10 %	12,3900	LORCA MARIN, S.A.	M81010	100167608614	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	2	SU.PC.SANI.04.12 .70.000001		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	LORCA MARIN, S.A.	M81050	100167610039	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	3	SU.PC.SANI.04.12 .70.000002		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimensión de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	LORCA MARIN, S.A.	M81025	100167609220	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	4	SU.PC.SANI.04.12 .70.000003		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimensión de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	LORCA MARIN, S.A.	M81040	100167609523	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	5	SU.PC.SANI.04.12 .70.000004		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimensión de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	LORCA MARIN, S.A.	M81070	100167609826	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
1	1	SU.PC.SANI.04.12 .70.000000		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 9 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2636	10 %	12,3900	MEDTRONIC IBERICA S.A	PM1106	100097832404	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	1	2 SU.PC.SANI.04.12 .70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM15030	100097876741	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	3 SU.PC.SANI.04.12 .70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimesion de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM1508	100098556710	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	3 SU.PC.SANI.04.12 .70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimesion de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM1510	100097832303	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	4 SU.PC.SANI.04.12 .70.000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimesion de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM1515	100097876640	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	4 SU.PC.SANI.04.12 .70.000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimesion de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM1520	100097832202	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.	---
	1	5 SU.PC.SANI.04.12 .70.000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimesion de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	PM1530	100098002624	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la mallla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación. Las dimensiones de la mallla ofertada no cumple las medidas solicitadas.	---
	1	1 SU.PC.SANI.04.12 .70.000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS	Dimensiones de un lado entre 5 y cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	11,2636	10 %	12,3900	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEVB0611	100093778454	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta verbtajas desatables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la mallla presenta forma en 3D, tiene un peso de mallla de 48gr/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, su forma anatómica ayudan a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la mallla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	1	2 SU.PC.SANI.04.12 .70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la mallla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	39,6136	10 %	43,5750	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEVB3030	1000937766837	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta verbtajas desatables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la mallla presenta forma en 3D, tiene un peso de mallla de 48gr/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, su forma anatómica ayudan a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la mallla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
1	3	SU.PC.SANI.04.12 .70.000002		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimensión de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	11,4450	10 %	12,5895	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEVB0815	100093766736	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, su forma anatómica ayudan a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
1	4	SU.PC.SANI.04.12 .70.000003		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimensión de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	22,4318	10 %	24,6750	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEVB1515	100093766938	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, su forma anatómica ayudan a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
1	5	SU.PC.SANI.04.12 .70.000004		MAILLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDE	Dimensión de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	367,7864	10 %	404,5650	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEVB5050	100102695022	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, su forma anatómica ayudan a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimensión de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	Assut Europe Ibérica, SLU	AM1410-R3D	100167698411	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. No presenta forma anatómica que facilite su colocación. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. La imagen aportada en la ficha técnica no se corresponde con el tipo de malla solicitado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimensión de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	Assut Europe Ibérica, SLU	AM1410-L3D	100167698916	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. No presenta forma anatómica que facilite su colocación. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. La imagen aportada en la ficha técnica no se corresponde con el tipo de malla solicitado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAULA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	BECTON DICKINSON S.A.U.	0115321	100007510866	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. No presenta forma anatómica que facilite su colocación. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. La imagen aportada en la ficha técnica no se corresponde con el tipo de malia solicitado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAULA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	BECTON DICKINSON S.A.U.	0115311	100007370741	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAULA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	BECTON DICKINSON S.A.U.	0115321	100007510866	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAULA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	BECTON DICKINSON S.A.U.	0115311	100007370741	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	2	6 SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	DXT1612AR	100136615351	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, la forma anatómica en 3D que presenta es la que mejor se adapta a la región anatómica deseada, aporta gran facilidad de colocación con respecto al resto de ofertas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
	2	7 SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	DXT1612AL	100136615250	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, la forma anatómica en 3D que presenta es la que mejor se adapta a la región anatómica deseada, aporta gran facilidad de colocación con respecto al resto de ofertas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
	2	6 SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	PRIM, S.A.	FBIOF130SR	100167632859	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
	2	7 SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	PRIM, S.A.	FBIOF130DL	100167632354	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
	2	6 SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHA0306	100165196247	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHA0307	100165196348	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHB0306	100165195530	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	6	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHB0307	100165195732	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHA0302	100165195833	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	21/07/2025
	EVA MARIA ROJAS CALVO	
VERIFICACIÓN	BndJABND2DDTNQNVTCUS5XTYSBFB4M	PÁG. 8/28

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHA0303	100165196146	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHB0302	100165195833	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04.12 .70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122,8500	10 %	135,1350	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	EHB0303	100165196146	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
3	8	SU.PC.SANI.04.12 .70.400000		MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Plana y oval. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	4	694,0500	10 %	763,4550	DEXTRO MEDICA, S.L.	PM3DL-R	100157016928	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm y la oferta presentada tiene unas dimensiones de 15,5 x 10,5 cm.	---
3	9	SU.PC.SANI.04.12 .70.400001		MALLA COMPUESTA/ESTANDAR	Dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	6	232,0500	10 %	255,2550	DEXTRO MEDICA, S.L.	PM3DL-L	100157026323	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm y la oferta presentada tiene unas dimensiones de 15,5 x 10,5 cm.	---
3	8	SU.PC.SANI.04.12 .70.400000		MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Plana y oval. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	4	694,0500	10 %	763,4550	MBA INCORPORADO, S.L.	IS180-1520-S	100004404892	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm y la oferta presentada tiene unas dimensiones de 15 x 20 cm.	---



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	21/07/2025
	EVA MARIA ROJAS CALVO	
VERIFICACIÓN	BndJABND2DDTNQNVTCUS5XTYSBFB4M	
		PÁG. 9/28

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
3	9	SU.PC.SANI.04.12 .70.400001		MALLA COMPUESTA/ESTANDAR	Dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	6	232,0500	10 %	255,2550	MBA INCORPORADO, S.L.	IS180-1015-S	100004396407	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La malla presenta marcaciones para su correcta colocación pero la oferta de PROHOSA presenta mas tipos de marcaciones que ayudan aún más a su correcta colocación y posibilidades de uso. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
3	8	SU.PC.SANI.04.12 .70.400000		MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Plana y oval. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	4	694,0500	10 %	763,4550	PRIM, S.A	FB10T12025	100004457120	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm y la oferta presentada tiene unas dimensiones de 20 x 25 cm.	---
3	9	SU.PC.SANI.04.12 .70.400001		MALLA COMPUESTA/ESTANDAR	Dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	6	232,0500	10 %	255,2550	PRIM, S.A	FB10T11015	100004456211	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La malla presenta marcaciones para su correcta colocación pero la oferta de PROHOSA presenta mas tipos de marcaciones que ayudan aún más a su correcta colocación y posibilidades de uso. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
3	8	SU.PC.SANI.04.12 .70.400000		MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Plana y oval. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	4	694,0500	10 %	763,4550	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	PCMCI-051824	10009529317	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla que se ofrece en esta oferta es la que mas cantidad de marcación presenta sobre su superficie, posibilitando mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso, al poderse adaptar a diferentes regiones anatómicas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
3	9	SU.PC.SANI.04.12 .70.400001		MALLA COMPUESTA/ESTANDAR	Dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbibles. Que tenga marcación en la malla para facilitar su corte.	6	232,0500	10 %	255,2550	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	PCMCI-031114	100094434188	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla que se ofrece en esta oferta es la que más cantidad de marcación presenta sobre su superficie, posibilitando mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso, al poderse adaptar a diferentes regiones anatómicas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
4	10	SU.PC.SANI.04.12 /70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado de entre 29 y 31 cm y otro de entre 34 y 36 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	4.760,0000	10 %	5,236,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1203035G	100131281777	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
4	11	SU.PC.SANI.04.12 /70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado de entre 9 y 11 cm y otro lado de entre 6 y 8 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	6	725,0000	10 %	797,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1200710G	100131312992	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
4	12	SU.PC.SANI.04.12 /70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado de entre 9 y 11 cm y otro lado de entre 14 y 16 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	1.104,6000	10 %	1.215,0600	BECTON DICKINSON S.A.U.	1201015G	100131281575	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
4	13	SU.PC.SANI.04.12 /70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 14 y 16 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	6	1.977,8220	10 %	2.175,6042	BECTON DICKINSON S.A.U.	1201520G	100131313205	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
4	14	SU.PC.SANI.04.12 /70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	3.220,0000	10 %	3.542,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1202025G	100131313306	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
4	15	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	3.920,0000	10 %	4.312,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1202530G	100131281676	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
5	16	SU.PC.SANI.04.12 .70.500000		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado de entre 29 y 31 cm y otro de entre 44 y 46 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	4.750,0000	10 %	5.225,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1193045G	100134316238	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4, hidroxibutilrato (PH4B) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5
5	17	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de ambos lados entre 49 y 51 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	8.500,0000	10 %	9.350,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1195050G	100166452234	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4, hidroxibutilrato (PH4B) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5
5	18	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado de entre 9 y 11 cm y otro lado de entre 14 y 16 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	1.017,4500	10 %	1.119,1950	BECTON DICKINSON S.A.U.	1190200G	100134305429	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4, hidroxibutilrato (PH4B) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5./IVA	IVA	Precio C./IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
5	19	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MAILLA REABSORBIBLE	Dimesiones de un lado entre 29 y 31 cm y otro lado entre 14 y16 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	1.854,3000	10 %	2.039,7300	BECTON DICKINSON S.A.U.	1191530G	100134315824	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el material del que está compuesta la maila, poli-4, hidroxibutirato (P4HB) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5
5	20	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MAILLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	2.415,0000	10 %	2.656,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1190400G	100134305520	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el material del que está compuesta la maila, poli-4, hidroxibutirato (P4HB) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5
5	21	SU.PC.SANI.04.12 .70.500013		MAILLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	3.226,6500	10 %	3.549,3150	BECTON DICKINSON S.A.U.	1190500G	100134316036	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el material del que está compuesta la maila, poli-4, hidroxibutirato (P4HB) permite una absorción más lenta del material lo que favorece una mejor implantación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5
6	22	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MAILLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 4 y 5 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria	404	235,0000	10 %	258,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950007G	100149236235	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La maila está recubierta, en la superficie de APG, por un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
6	23	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 6 y 7 cm. Circulares. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelar. Con anillo de memoria	310	265,0000	10 %	291,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59500086	100149236336	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está recubierta, en la superficie de APG, por un hidrogel químicamente modificado y bioresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
6	24	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelar. Con anillo de memoria	186	285,0000	10 %	313,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59500096	100149306848	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está recubierta, en la superficie de APG, por un hidrogel químicamente modificado y bioresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
6	22	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 4 y 5 cm. Circulares. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelar. Con anillo de memoria	404	235,0000	10 %	258,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	PVP5	100015482487	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es, adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
6	23	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 6 y 7 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria	310	265,0000	10 %	291,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	P/PM	100015482588	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es, adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
6	24	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria	186	285,0000	10 %	313,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	P/PM	100015482588	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de todas las caras de entre 7 y 8 cm, la oferta presentada mide 6,4 cm.	---
6	22	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 4 y 5 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria	404	235,0000	10 %	258,5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCOAVP	100082939570	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es, adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
6	23	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 6 y 7 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria	310	265,0000	10 %	291,5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCO6VP	100082939671	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es, adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
6	24	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria	186	285,0000	10 %	313,5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCO8VP	100082939772	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de todas las caras de entre 7 y 8 cm, la oferta presentada mide 8,6 cm.	---

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
7	25	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de uno de los lados entre 14 y 16 cm y el otro entre 10 y 12 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	58	350,0000	10 %	385,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5954460G	100151081070	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
7	26	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	20	546,0000	10 %	600,6000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5954680G	100151088242	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
7	25	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de uno de los lados entre 14 y 16 cm y el otro entre 10 y 12 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	58	350,0000	10 %	385,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SYM1510F	100093781586	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	--
7	25	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de uno de los lados entre 14 y 16 cm y el otro entre 10 y 12 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	58	350,0000	10 %	385,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	PPDS1510	100144016218	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	--
7	26	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	20	546,0000	10 %	600,6000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SYM2015F	100093781788	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	--
7	26	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vícelear.	20	546,0000	10 %	600,6000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	PPDS2015	100144016410	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	--

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
8	27	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Malla para reparación laparoscopia de pared abdominal de doble capa una macroporosa monofilamento, densidad menor 70g/m2, con marcas de orientación, no opaca. Otra capa gel bioabsorbible colágeno. Dimensiones de un alado entre 24 y 26 cm, y otro lado entre 14 y 16 cm.	5	813,7500	10 %	895,1250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SYM2515E	100093782697	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En los bordes de la malla presenta una sutura que facilitan su implantación y manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
8	28	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Malla para reparación laparoscopia de pared abdominal de doble capa una macroporosa monofilamento, densidad menor 70g/m2, con marcas de orientación, no opaca. Otra capa gel bioabsorbible colágeno. Dimensiones de un alado entre 24 y 26 cm, y otro lado entre 19 y 21 cm.	10	813,7500	10 %	895,1250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SYM2520F	100093781889	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En los bordes de la malla presenta una sutura que facilitan su implantación y manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
9	29	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 24 a 26 cm. Ovals. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto víctela. Con anillo de memoria. Periodo de absorción:30-60.	36	990,0000	10 %	1,089,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950060G	100151495758	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
9	30	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 26 y 28 cm. Ovalet. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria. Período de absorción:30-60.	36	990,0000	10 %	1.089,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950080G	100149646175	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La mala esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
9	31	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de una lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm. Ovalet. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria. Período de absorción:30-60.	2	1.000,0000	10 %	1.100,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950090G	100149246034	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La mala esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorresorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
9	29	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 24 a 26 cm. Ovalet. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria. Período de absorción:30-60.	36	990,0000	10 %	1.089,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	59M252005	100093789667	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 24 a 26 cm y la oferta presentada mide 25 x 20 cm.	---
9	30	SU.PC.SANI.04.12 .70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 21 y 23 cm y otro lado entre 26 y 28 cm. Ovalet. Con recubrimiento bioresorbible en una de sus caras para permitir contacto vicelar. Con anillo de memoria. Período de absorción:30-60.	36	990,0000	10 %	1.089,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	59M252005	100093789667	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 21 y 23 cm y otro lado entre 26 y 28 cm y la oferta presentada mide 25 x 20 cm.	---

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
9	31	SU.PC.SANI.04.12 /70.700000		MAILLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de una lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm. Ovale. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto víctea. Con anillo de memoria. Período de absorción:30-60;	2	1.000,0000	10 %	1.100,0000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	SYM302005	100093781384	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm y la oferta presentada mide 30 x 20 cm.	---
10	32	SU.PC.SANI.04.12 /70.700006		MAILLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE P/LAPAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm y otro lado entre 34 y 36 cm. Dos capas una de ellas reabsorbible. Período de absorción<30;	8	1.089,0000	10 %	1.197,9000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5955124G	100151085212	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La maila dispone de un sistema de posicionamiento muy adecuado para su correcta colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La maila esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorreabsorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen muy manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
10	33	SU.PC.SANI.04.12 /70.700006		MAILLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE P/LAPAROSCOPIA	Dimensiones de una lado entre 14 y 16 cm y otro lado de entre 19 y 21 cm. Dos capas una de ellas reabsorbible. Período de absorción<30;	6	700,0000	10 %	770,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5955680G	100151096021	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La maila dispone de un sistema de posicionamiento muy adecuado para su correcta colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La maila esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biorreabsorbible de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen muy manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5 IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
11	34	SU.PC.SANI.04.12 /70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de una lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 9 y 11cm. Oval. Tres capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210 días	14	614,2500	10 %	675,6750	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKPV1015E	100152236440	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trócal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
11	35	SU.PC.SANI.04.12 /70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 14 y 16 cm. Oval. Tres capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210 días	20	1.071,0000	10 %	1.178,1000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKPV1520E	100152236541	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trócal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
11	36	SU.PC.SANI.04.12 /70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 24 y 26 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210.	2	1.690,0000	10 %	1.848,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKPR2025E	100152236147	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trócal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
11	36	SU.PC.SANI.04.12 /70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 24 y 26 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210.	2	1.690,0000	10 %	1.848,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKWR2025E	100166613260	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trócal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	21/07/2025
	EVA MARIA ROJAS CALVO	
VERIFICACIÓN	BndJABND2DDTNQNVTCUS5XTYSBFB4M	PÁG. 20/28

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
11	37	SU.PC.SANI.04.12.70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210.	2	1.958,2500	10 %	2.154,0750	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKFR2030E	100152236349	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trocar de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
11	37	SU.PC.SANI.04.12.70.700007		MALLA PARCAUMENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción:180-210.	2	1.958,2500	10 %	2.154,0750	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GKWR2030E	100166613361	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trocar de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
12	38	SU.PC.SANI.04.12.70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPÍA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15 y 17 cm. DERECHA. Malla para tratamiento de hernia inguinal vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m2 o menos), preformada anatómica, poro ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento derecha, con tamaño mínimo 10x15cm	45	136,5000	10 %	150,1500	BECTON DICKINSON S.A.U.	01117321	100015483699	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor y la forma que presenta la malla, según ficha técnica, hacen que sea más fácil su manejo y su introducción por el trocar de laparoscopia y su en comparación con la oferta de MEDTRONIC IBERICA S.A. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
12	39	SU.PC.SANI.04.12.70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15 y 17 cm. IZQUIERDA. Malla para tratamiento de hernia inguinal vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m2 o menos), preformada anatómica, poro ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento izquierda, con tamaño mínimo 10x15cm	45	136,5000	10 %	150,1500	BECTON DICKINSON S.A.U.	0117311	100015483396	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor y la forma que presenta la malla, según ficha técnica, hacen que sea más fácil su manejo y su introducción por el trocal de laparoscopia en comparación con la oferta de MEDTRONIC IBERICA S.A. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
12	38	SU.PC.SANI.04.12.70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15 y 17 cm. DERECHA. Malla para tratamiento de hernia inguinal vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m2 o menos), preformada anatómica, poro ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento derecha, con tamaño mínimo 10x15cm	45	136,5000	10 %	150,1500	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DXT1510AR	100136643930	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización pero la forma de la malla, según ficha técnica, no es tan adecuada para introducir por el trocal de laparoscopia en comparación con la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
12	39	SU.PC.SANI.04.12.70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15 y 17 cm. IZQUIERDA. Malla para tratamiento de hernia inguinal vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m2 o menos), preformada anatómica, poro ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento izquierda, con tamaño mínimo 10x15cm	45	136,5000	10 %	150,1500	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DXT1510AL	100136643839	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización pero la forma de la malla, según ficha técnica, no es tan adecuada para introducir por el trocal de laparoscopia en comparación con la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	40	SU.PC.SANI.04.12.70.800002	E87046	MALA DE POLIUNILIDENO PREFORMADA-Forma 2:Anatómica;	No reabsorbible. Con marcas para colocación. Dimensión al menos de 10 x 15 cm	430	153,3000	10 %	168,6300	CARDIOLINK SL	PV131015F1	100094199407	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La mala presenta numerosas marcas de colocación de diferentes colores, su forma en 3D facilitan la implantación y adaptación a la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	41	SU.PC.SANI.04.12.90.300000		REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Composición:Ácido poliglicólico;FORMA:rectangular;	12	1.380,7500	10 %	1.518,8250	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	FS1030E	100132843158	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	42	SU.PC.SANI.04.12.90.300000		REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Composición:Ácido poliglicólico;FORMA:rectangular;	22	2.745,7500	10 %	3.020,3250	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	FS2030E	100132843350	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	43	SU.PC.SANI.04.12.90.400000		REGENERADOR REABSORBIBLE PREFORMADO	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 6 y 8 cm. Composición:Ácido poliglicólico;FORMA:rectangular;	42	451,5000	10 %	496,6500	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	HH0710E	100132842845	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	21/07/2025
	EVA MARIA ROJAS CALVO	
VERIFICACIÓN	BndJABND2DDTNQNVTUS5XTYSBFB4M	PÁG. 23/28

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio 5 IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
		44 SU.PCSANI.04.12 .70.100000	B67456	MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA-Forma Cono;	Malla en forma de tapón tridimensional sin base, confeccionada en monofilamento de polipropileno, no reabsorbible. Desechables y esterilizadas por óxido de etileno. Libres de látex, ftalatos y pirógenos. Altura del cono entre 35-45 mm incluidos. Espesor 0,50 y 0,55 mm incluidos	278	37,8955	10 %	41,6850	PROHOSA (prótesis Hospitalarias S.A.)	PUP02	100157045719	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajitas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, la malla, según ficha técnica tiene un peso mayor que la oferta de PROHOSA, lo que hace que al paciente se le implante más cantidad de material. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. No dispone de envase de doble bolsa.	0
		44 SU.PCSANI.04.12 .70.100000	B67456	MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA-Forma Cono;	Malla en forma de tapón tridimensional sin base, confeccionada en monofilamento de polipropileno, no reabsorbible. Desechables y esterilizadas por óxido de etileno. Libres de látex, ftalatos y pirógenos. Altura del cono entre 35-45 mm incluidos. Espesor 0,50 y 0,55 mm incluidos	278	37,8955	10 %	41,6850	PROHOSA (prótesis Hospitalarias S.A.)	TM3D	100015078800	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajitas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla tiene un peso de 48g/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos material implantado, en comparación con la oferta de DEXTRO MEDICA S.L., cuyo peso es de 70g/m². En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
		45 SU.PCSANI.04.12 .70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 4,5 x 10 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una visceral y otra parietal. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	42	15,7500	10 %	17,3250	B.BRAUN SURGICAL S.A	1065140UNI	10001548069	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajitas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla puede recortarse en cualquier dirección sin rasgarse y presenta elasticidad bidireccional homogénea. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
		45 SU.PCSANI.04.12 .70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 4,5 x 10 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados	42	15,7500	10 %	17,3250	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	PMK1106	100123224399	No cumple prescripciones técnicas, se solicita un tamaño de poro de 1,5 mm y unas dimensiones de 4,5 x 10 cm. La oferta presentada mide 11 x 6 y un tamaño de poro de 2 x 2,4 cm	-
		45 SU.PCSANI.04.12 .70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 4,5 x 10 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados	42	15,7500	10 %	17,3250	PROHOSA (prótesis Hospitalarias S.A.)	P3EM	100015461879	No cumple prescripciones técnicas, se solicita un grosor entre 0,5 y 0,55 mm y un peso de 60g/m2 mm. La oferta presentada indica un grosor de 0,56 ± 10% y un peso de 48 g/m2 ± 10%. En ficha técnica no indica que esté teñida para su posicionamiento correcto.	-

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	46	SU.PC.SANI.04.12 /70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 14 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una visceral y otra parietal. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	466	15,7500	10 %	17,3250	B.BRAUN SURGICAL S.A	1065150UNI	100012414306	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla puede recortarse en cualquier dirección sin rasgarse y presenta elasticidad bidireccional homogénea. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	46	SU.PC.SANI.04.12 /70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 14 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados	466	15,7500	10 %	17,3250	MEDTRONIC IBERICA S.A.	PMK1508	100123224298	No cumple prescripciones técnicas, se solicita un tamaño de poro de 1,5 mm y unas dimensiones de 6 x 14 cm. La oferta presentada mide 1,5 x 7,5 cm y un tamaño de poro de 2 x 2,4 cm. En ficha técnica no se indica que la malla esté teñida para su posicionamiento correcto.	-
	46	SU.PC.SANI.04.12 /70.100000		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Epesor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 14 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m². Transparente. Teñida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados	466	15,7500	10 %	17,3250	PROHOSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	P3EM614	100097274468	No cumple prescripciones técnicas, se solicita un grosor entre 0,5 y 0,55 mm y un peso de 60g/m2 mm. La oferta presentada indica un grosor de 0,56 ± 10% y un peso de 48 g/m2 ± 10%. En ficha técnica no indica que esté teñida para su posicionamiento correcto.	-
	47	SU.PC.SANI.04.12 /70.100003		MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO	Dimensiones todos los lados de entre 29 y 31 cm. No reabsorbible. Peso 35 gr/m2	28	603,7500	10 %	664,1250	MEDICAL CANADA S.L	6000073	100088619443	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla, según ficha técnica, es fabricada con titanio (aleación de polipropileno y titanio) haciéndola más resistente y manejable en comparación con la oferta de PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, que es recubierta de titanio. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	47	SU.PC.SANI.04.12 /70.100003		MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO	Dimensiones todos los lados de entre 29 y 31 cm. No reabsorbible. Peso 35 gr/m2	28	603,7500	10 %	664,1250	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	MFP241	100167699421	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. La malla está recubierta con titanio, siendo preferible por manejabilidad y resistencia que sea fabricada con titanio (como la oferta de MEDICAL CANADA SL) y no recubierta. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	48	SU.PCSANI.04.12 /70.400000		MALLA COMPUTESTA/EXTRAGRANDE	Dimesion de una lado entre 33 y 35 cm y otro lado entre 25 y 27 cm. Plana y oval. No reabsorbible. Biinmhar y con ambas capas separadas en la periferia.	8	963,1364	10 %	1.059,4500	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	FLPCWC2634	100094433875	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, tiene un bajo peso de malla de 48g/m² ± 10%, que facilitan su integración al llevar menos materia implantado, el mayor tamaño de poro facilita su manejabilidad. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	49	SU.PCSANI.04.12 /70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm y otro lado de entre 39 y 41 cm. Rumen ovino. De 6 capas	2	6.352,5000	10 %	6.987,7500	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5284-150	100167639122	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea de Ovino y la oferta presentada es porcino.	---
	49	SU.PCSANI.04.12 /70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm y otro lado de entre 39 y 41 cm. Rumen ovino. De 6 capas	2	6.352,5000	10 %	6.987,7500	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	F10246-2540P	100146157032	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una retícula de polipropileno que facilita su corte y fácil colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	50	SU.PCSANI.04.12 /70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 17 y 19 cm y otro lado entre 21 y 23 cm. Rumen ovino. De 6 capas	2	2.846,3591	10 %	3.130,9950	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	F10246-1822P	100146156729	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una retícula de polipropileno que facilita su corte y fácil colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
	51	SU.PCSANI.04.12 /70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 17 y 19 cm y otro lado entre 21 y 23 cm. Rumen ovino. De 8 capas.	2	2.845,5000	10 %	3.130,0500	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	F10246-1822P	100146076610	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una retícula de polipropileno que facilita su corte y fácil colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (45)
		53 SU.PCS.SANI.04.12 /70.7000001		MALLA PARCAIUMENTE REABSORBIBLE Superficie total: 210-150; Período de absorción: 120 rectangular; 180;	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 8 y 10 cm. Plana	50	120,7500	10 %	132,8250	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	PP1509G	100013597840	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajías destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta ganchos absorbibles monofilamento de ácido Poliláctico que facilitan la colocación, el posicionamiento y la fijación temporal de la solapa superpuesta y de la malla al tejido circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
		54 SU.PCS.SANI.04.12 /70.7000001		MALLA PARCAIUMENTE REABSORBIBLE PREFORMADA	Recubierta con gel adhesivo. Preformada con abertura. Período de absorción: <30	212	130,0000	10 %	143,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	119330	100081565592	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajías destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla permanece rígida hasta su colocación, que es cuando se activa el gel adhesivo, esta característica hace sea muy fácil implantar la malla. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
		54 SU.PCS.SANI.04.12 /70.7000001		MALLA PARCAIUMENTE REABSORBIBLE PREFORMADA	Preformada con abertura. Período de absorción: 120-180	822	119,7000	10 %	131,6700	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	PP1208DR	100013598052	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajías destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta ganchos absorbibles monofilamento de ácido Poliláctico que facilitan la colocación, el posicionamiento y la fijación temporal de la solapa superpuesta y de la malla al tejido circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5
		54 SU.PCS.SANI.04.12 /70.7000001		MALLA PARCAIUMENTE REABSORBIBLE PREFORMADA	Preformada con abertura. Período de absorción: 120-180	822	119,7000	10 %	131,6700	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	PP1208DL	100013597941	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajías destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta ganchos absorbibles monofilamento de ácido Poliláctico que facilitan la colocación, el posicionamiento y la fijación temporal de la solapa superpuesta y de la malla al tejido circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/06/2025

Grupo c.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DENOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidad s 2 años	Precio s/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACIÓN INF. TÉCNICO (45)
	54	SU.P.C.SANI.04.12.70.7000001		MAIUA PARCAIUMENTE REABSORRBLE PREFORMADA	Preformada con abertura. Período de absorción:120-180	822	119,7000	10 %	131,6700	PRIM, S.A	4DNE5HHM613	100082622175	Olería apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. La mailla, además de la marca de posicionamiento, no presente más elementos de fijación como si se presenta en la oferta de MEDTRONIC IBERICA S.A. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
Firma digital 20/06/2025														

Coordinador Unidad Cirugía de Pared Abdominal: HURS de Córdoba

Enfermero Supervisor encargado de los Recursos Materiales de IAGSSC

Director UGC Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas del ASNC