A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE 311/2025, (PAAM 13/25).

En Córdoba, a las diez horas y cuarenta minutos del **día 18 de julio de 2025,** se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como para la apertura del sobre electrónico núm. 3 que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas licitadoras en el Procedimiento Abierto núm. 311/25 convocado para la contratación mediante **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA DEL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGÍA SUBGRUPO 01.21 DEL CATALOGO DEL SAS (CONCENTRADOS ÁCIDOS, TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN Y CATÉTERES DE HEMODIALISIS DE 2 LUCES), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 13/25.**

PRESIDENTA

Dª. Mª Luisa García Alijo

Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

Dª. Elena Muñoz Sánchez
Subdirectora de compras y logística

SECRETARIA

Dª. Eva María Rojas Calvo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de junio de 2025, en la que se acordó solicitar informe técnico para la valoración de los criterios de adjudicación no automáticos.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Posteriormente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Quedan **admitidas**, al haber superado el umbral mínimo exigido en los criterios de adjudicación no automáticos establecidos en el Anexo al Cuadro Resumen n.º 1 del expediente, las ofertas presentadas a los lotes contemplados en el informe técnico por las siguientes empresas:

1. **BECTON DICKINSON, S.A.**
2. **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.**

Quedan **excluidas**, por no alcanzar el umbral mínimo exigido en los criterios de adjudicación no automáticos previstos en el referido Anexo del Cuadro Resumen n.º 1, las ofertas presentadas a los lotes contemplados en el citado informe técnico por las siguientes empresas:

1. **IZASA HOSPITAL, S.L. UNIPERSONAL**
2. **NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.**
3. **TELEFLEX MEDICAL, S.A.**

A continuación, se procede a la apertura del sobre núm. 3 de las ofertas que continúan en el procedimiento de licitación y que contiene la documentación evaluables conforme a criterios automáticos. Tras la calificación de la misma, la mesa de contratación acuerda por unanimidad que dicha documentación se ha presentado correctamente.

La mesa de contratación, acuerda remitir la documentación referida al criterio de adjudicación medioambiental al órgano encargado de su evaluación. La valoración de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación automáticos se realizará en la próxima sesión de la mesa de contratación.

Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las once horas del día arriba indicado.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

Vº Bº LA PRESIDENTA **LA SECRETARIA**

Diligencia:

La presente acta fue aprobada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 25 de julio de 2025.

VERIFICACIÓN
BndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
MARIA LUISA GARCIA ALUO
EVA MARIA ROJAS CALVO
29/07/2025

MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGÍA SUBGRUPO 01.21 DEL CATALOGO DEL SAS (CONCENTRADOS ÁCIDOS, TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN Y CATÉTERES DE HEMODIALISIS DE 2 LUCES), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA.

PAAM 13/25

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
1	1	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007959*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida.	45
1	2	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[3-3]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007962*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
1	3	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[1-1]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007958*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
1	4	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007960*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
2	5	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	
2	6	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[1.5-1.5]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	

EVA MARIA ROJAS CALVO
MARIA LUISA GARCIA ALUO
VERIFICACIÓN BndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
29/07/2025

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/07/2025

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
2	7	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	
	8	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		CONCENTRADO ACIDO Ca / K EN TANQUE O EN BIDÓN, CONCENTRACION DE CALCIO:1.5 MMOL/L;CONCENTRACION DE POTASIO:2 MMOL/L . TANQUES DE UN MÁXIMO DE 1.000 L DE CAPACIDAD. PARA EL CENTRO PERIFÉRICO DE DIÁLISIS PERPETUO SOCORRO Y LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS ENTREGAS EN DICHOS CENTROS	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00003068*	1,00134E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. El sistema de suministro del concentrado propuesto por FRESENIUS MEDICAL es más adecuado para el servicio ya que no requiere depósito intermedio de gravedad. El suministro del concentrado se realiza directamente a los anillos de distrubución. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45
	8	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		CONCENTRADO ACIDO Ca / K EN TANQUE O EN BIDÓN, CONCENTRACION DE CALCIO:1.5 MMOL/L;CONCENTRACION DE POTASIO:2 MMOL/L . TANQUES DE UN MÁXIMO DE 1.000 L DE CAPACIDAD. PARA EL CENTRO PERIFÉRICO DE DIÁLISIS PERPETUO SOCORRO Y LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS ENTREGAS EN DICHOS CENTROS	Unidad (pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CSOL45-323A600LT	1,00138E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización pero el sistema de distribución del concentrado por gravedad no se considera el más adecuado para el servicio al tener que disponer de un depósito intermedio y no poder suministrar directamente el concentrado al anillo de distribución. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia se considera adecuado para el uso al que está destinado.	0
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	BECTON DICKINSON, S.A.	6905190	100030725668	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, el catéter se presenta con curva preformada impidiendo que se acode o se doble. El diámetro del catéter es de 14, 5 F, de menor tamaño que el resto de ofertas y por tanto facilita su implantación y ocasiona menos daño en el paciente, sobre todo si las venas yugular o femoral se encuentra estenóticas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el catéter, en su primera sección se presenta en una sola pieza y por tanto tiene menos riesgo de que el sistema se separe en piezas cuando esté implantado en el paciente. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45

EVA MARIA ROJAS CALVO
MARIA LUISA GARCIA ALUO
VERIFICACIÓN BrndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
29/07/2025

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/07/2025

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	468THD155424SE	1,00166E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15,5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter.	0
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15192-VFE	100107043345	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter en su primera sección viene desmontado por lo tanto requiere mayor manipulación. Tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15 F, más grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el sistema se desmonte cuando esté colocado en el paciente. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter y su riesgo de desmontaje.	0
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	BECTON DICKINSON, S.A.	6905240	100030726971	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, el catéter se presenta con curva preformada impidiendo que se acode o se doble. El diámetro del catéter es de 14, 5 F, de menor tamaño que el resto de ofertas y por tanto facilita su implantación y ocasiona menos daño en el paciente, sobre todo si las venas yugular o femoral se encuentra estenóticas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el catéter, en su primera sección se presenta en una sola pieza y por tanto tiene menos riesgo de que el sistema se separe en piezas cuando esté implantado en el paciente. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	468THD155428SE	1,00166E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15,5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter.	0
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15232-VFE	100107043547	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter en su primera sección viene desmontado por lo tanto requiere mayor manipulación. Tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15 F, más grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el sistema se desmonte cuando esté colocado en el paciente. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter y su riesgo de desmontaje.	0
	11	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 25 Y MENOR A 30 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	BECTON DICKINSON, S.A.	6905280	100030731124	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, el catéter se presenta con curva preformada impidiendo que se acode o se doble. El diámetro del catéter es de 14, 5 F, de menor tamaño que el resto de ofertas y por tanto facilita su implantación y ocasiona menos daño en el paciente, sobre todo si las venas yugular o femoral se encuentra estenóticas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el catéter, en su primera sección se presenta en una sola pieza y por tanto tiene menos riesgo de que el sistema se separe en piezas cuando esté implantado en el paciente. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45

VERIFICACIÓN
BndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
MARIA LUISA GARCIA ALUO
EVA MARIA ROJAS CALVO
29/07/2025

EVA MARIA ROJAS CALVO
MARIA LUISA GARCIA ALUO
29/07/2025
VERIFICACIÓN
BndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
	11	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 25 Y MENOR A 30 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	468THD155432SE	100165924109	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15,5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter.	0
	11	SU.PC.SANI.01.21.10.500004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 25 Y MENOR A 30 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15272-VFE	100107043648	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter en su primera sección viene desmontado por lo tanto requiere mayor manipulación. Tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15 F, más grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el sistema se desmonte cuando esté colocado en el paciente. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter y su riesgo de desmontaje.	0
	12	SU.PC.SANI.01.21.18.500006		EQ. DEPURACIÓN EXTRARRENAL: COLESTEROLEMIA	EQUIPO PARA LA ELIMINACIÓN DE LDL COLESTEROL PARA TRATAMIENTOS EXTRACORPÓREOS. EL EQUIPO DEBE CONTENER UNA LÍNEA ARTERIAL CON LÍNEA DE ENTRADA PARA ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO, LÍNEA VENOSA CON CÁMARA ATRAPA-BURBUJAS, COLUMNA DE ADSORCIÓN: CONECTOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR EN "Y", BOLSA DE RECOGIDA, BOLSA DE ACD Y BOLSA DE	DEBERÁ OFERTAR LA DISPONIBILIDAD DE USO DE UN MONITOR PARA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO INDICADO, COMPATIBLE CON EL MATERIAL OFERTADO, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MISMO SIN COSTE PARA EL CENTRO. DEBERÁ IGUALMENTE APORTARSE COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHO MONITOR A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONTRATO, EN CASO DE COMERCIALIZARSE POR EL LICITADOR NUEVAS VERSIONES MÁS AVANZADAS DEL MISMO, RESPETANDO EL PRECIO ADJUDICADO DEL MATERIAL FUNGIBLE	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00010851	1,00028E+11	La oferta formada por el material sanitario ofertado y los equipos de disponibilidad de uso obligatoria necesarios para el uso de los productos, se considera muy buena desde todos los aspectos a evaluar tanto en facilidad de utilización como en seguridad de uso y resultados, así como en rendimiento y eficacia, siendo muy adecuada para el uso al que va destinada.	45
	13	SU.PC.SANI.01.21.99.100001		BOLSA CEBADO CON CONEXION LUER-LOCK		SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO AL 0,9% HEPARINIZADA, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL CEBADO EN HEMODIÁLISIS. ENVASES DE ENTRE 500 Y 1.000 ML	Unidad (Pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	
	14	SU.PC.SANI.01.21.18.500001	E89464	EQ. DEPURACION EXTRARRENAL HFR-Nº DE CUERPOS:4;SUPERFICIE DE MEMBRANA:[2.4-2.4];COMPOSICION DE LA MEMBRANA: polyphenylene; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACION K.U.F.:[13-13];		KIT PARA TERAPIA DE HEMODIAFILTRACIÓN CON REINFUSIÓN ENDÓGENA DEL ULTRAFILTRADO DEL PACIENTE.	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	10 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/07/2025

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UD CONSUMO	UDCONTRA	tipo iva	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO
	15	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE:FRESENIUS 5008-5008/S-4008. LÍQUIDO PARA DESINFECCIÓN DEL MONITOR TRAS CADA SESIÓN DE DIÁLISIS	Unidad (Pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	Fresenius Medical Care España S.A.U.	5085621	1,00005E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema indicado en las características técnicas. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45
	16	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		MONITOR COMPATIBLE: FLEXYA; SUPERFICIE DE MEMBRANA:[2.1-2.1];	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	
	17	SU.PC.SANI.01.21.99.200000		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS-		EQUIPO COMPATIBLE: Flexya, Formula 20000, Formula Theraphy. LÍQUIDO PARA DESINFECCIÓN SEMANAL POR CALOR DEL MONITOR	Unidad (Pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	
	18	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE: Flexya, Formula 20000, Formula Theraphy. LÍQUIDO PARA DESINFECCIÓN DEL MONITOR TRAS CADA SESIÓN DE DIÁLISIS	Unidad (Pieza)	Litro (1 dm3)	21 %	SIN OFERTAS			DESIERTO	

Enfermero Supervisor UGC Nefrología

Facultativo Especialista de Área Radiología Vascular Intervencionista

VERIFICACIÓN
BndJA9YZE46PKSF2SWZ7XTF4M9EZCZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
MARIA LUISA GARCIA ALUO
EVA MARIA ROJAS CALVO
29/07/2025