

RESOLUCIÓN DE CORRECCIÓN DE ERROR DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SALAS DE BUCODENTAL DE ATENCIÓN PRIMARIA (RELACIONADAS EN EL PPT Y DOCUMENTACIÓN ANEXA) PARA LOS CENTROS SANTIARIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Expediente administrativo P.A. 643/2025

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por resolución de esta Dirección Gerencia de 2 de julio de 2025, y a la vista de la memoria justificativa de la Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén, se inició expediente administrativo para la celebración de servicio descrito en el encabezamiento, por procedimiento abierto simplificado al amparo de la LCSP.

SEGUNDO. - En fecha 17 de julio de 2025, se obtiene informe preceptivo de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS al Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y su cuadro resumen. Así mismo se ha elaborado e incorporado al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas.

TERCERO.- Se ha abierto expediente en el sistema de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, GIRO, con número asignado Clase: CONTR Ejercicio: 2025 Número: CONTR 2025 0000505247

CUARTO.- Dicha licitación ha sido objeto de publicación en el perfil del contratante el 1 de agosto de 2025, siendo la fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 1 de septiembre de 2025.

QUINTO.- Con posterioridad, se ha detectado un error material en las páginas 3 y 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. - De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Página 1 de 3

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	25/08/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmSJCNXZ83324UR8LEWPGEA2QB4	PÁG. 1/3	

Dadas las facultades que se me delegan por Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, esta Dirección Gerencia,

ACUERDA

PRIMERO. – Rectificar el error material detectado en la página 3 del expediente PA 643/2025, para la contratación del **SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SALAS DE BUCODENTAL DE ATENCIÓN PRIMARA (RELACIONADAS EN EL PPT Y DOCUMENTACIÓN ANEXA) PARA LOS CENTROS SANTIARIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.**

Donde dice:

“**LOTE 1: ORTOPANTOMOGRFO 3D CON DICOM CON CEFALOMETRÍA.**

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:

Generador de rayos x.

- *Generador de rayos x a convertidor de alta frecuencia controlado por microprocesador.*
- *Potencia de al menos 1kW.*
- *Intervalo mínimo de tensión de 60-80kV.*
- *Exposición automática, semiautomática y manual.*
- *Programación anatómica.*
- *Sistema de indicación de dosis.*
- *Temporizador digital de los tiempos de exposición.*

Tubos de rayos x.

- *Tamaño de foco nominal no superior a 0,6mm.*
- *Filtración total del tubo no inferior a 2,5mm. Al. ni superior a 3,5mm. Al.*

Sistema soporte del Conjunto Radiológico.

- *Estativo porta-tubo con movimientos controlados por microprocesador con posibilidades de obtener geometrías distintas de proyecciones.*
- *Peso del conjunto 120 kg máximo”*

Debe decir:

“**LOTE 1: ORTOPANTOMOGRFO 3D CON DICOM CON CEFALOMETRÍA.**

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:

Generador de rayos x.

- *Generador de rayos x a convertidor de alta frecuencia controlado por microprocesador.*
- *Potencia de al menos 1kW.*
- *Intervalo mínimo de tensión de 60-80kV.*
- *Exposición automática, semiautomática y manual.*
- *Programación anatómica.*
- *Sistema de indicación de dosis.*

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	25/08/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmSJCNXZ83324UR8LEWPGEA2QB4	PÁG. 2/3	

- Temporizador digital de los tiempos de exposición.

Tubos de rayos x.

- Tamaño de foco nominal no superior a 0,6mm.

- Filtración total del tubo no inferior a 2,5mm. Al. ni superior a 3,5mm. Al.

Sistema soporte del Conjunto Radiológico.

- Estativo porta-tubo con movimientos controlados por microprocesador con posibilidades de obtener geometrías distintas de proyecciones.

- Peso del conjunto 130 kg máximo”

SEGUNDO. – Rectificar el error material detectado en la página 4 del expediente PA 643/2025, para la contratación del **SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SALAS DE BUCODENTAL DE ATENCIÓN PRIMARA (RELACIONADAS EN EL PPT Y DOCUMENTACIÓN ANEXA) PARA LOS CENTROS SANTIARIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.**

Donde dice:

“LOTE 4. ORTOPANTOMÓGRAFO 2D DICOM

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:

* Generador de Rayos x

- Voltaje del tubo 60 - 90 kV

- Corriente del tubo 2 - 15 mA

- Frecuencia 140 kHz

- Punto focal del tubo 0,5 mm (IEC 60336)

- Filtración total mínimo 2mm eq. Al

- Voltaje de entrada (CA) 100 - 240 V - 50/60 Hz”

Debe decir:

“LOTE 4. ORTOPANTOMÓGRAFO 2D DICOM

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:

* Generador de Rayos x

- Voltaje del tubo 60 - 90 kV

- Corriente del tubo 2 - 15 mA

- Frecuencia 140 kHz

- Punto focal del tubo 0,5 mm (IEC 60336)

- Filtración total mínimo 2,5 mm eq. Al

- Voltaje de entrada (CA) 100 - 240 V - 50/60 Hz”

LA DIRECTORA GERENTE

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	25/08/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmSJCNXZ83324UR8LEWPGEA2QB4	PÁG. 3/3	