

**ANEXO II - CÓDIGO CIP EXPEDIENTE: 00000786/2025**

LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CIP
1	SU.PC.SANI.01.13.00.600004	F72845	PUERTO ACCESO MULTIPLE TRANSVAGINAL-Nºpuertos:[4-4];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
2	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	D91884	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[100-150];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
3	SU.PC.SANI.01.13.00.100072	G07145	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roscada;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[100-150];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
4	SU.PC.SANI.01.13.00.100013	G07151	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roscada;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
5	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	G07460	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
6	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	G07459	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
7	SU.PC.SANI.01.13.05.000007	G07678	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE HELICOIDAL/NO HELICOIDAL 5mm.Ø REABSORBIBLE-Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago);[40-50];Número de clips:[30-30];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
8	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	D97162	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
9	SU.PC.SANI.01.13.05.200021	G06986	FUNDA ESTERIL P/ MANGO DE GRAPADO QUIRÚRGICO-GC.	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
10	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50);Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
11	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B63116	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50);Diámetro:5 mm;Tipo de punta:allis;	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
12	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	E78399	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[30-40];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[17-18];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
13	SU.PC.SANI.01.11.06.100012	G07190	TIJERA ULTRASÓNICA-Longitud total:[10-20];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[13-14];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP
14	SU.PC.SANI.01.13.04.509000	G07521	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1600-1700];	EL LICITADOR DEBE DETALLAR EL CIP