

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA NUEVA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR A LA AGRUPACIÓN 2 (LOTES 6 Y 7), TRAS COMUNICACIÓN RECIBIDA DE LA EMPRESA LICITADORA DEXTROMEDICA DEL EXPEDIENTE NÚM. 95/2025, (PAAM 11/25).

En Córdoba, a las diez horas del día 22 de julio de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro en el que se encuentra ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, al objeto de la aprobación de la nueva valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor a la Agrupación 2 (Lotes 6 y 7), tras la comunicación recibida de la empresa licitadora DEXTROMEDICA, en el procedimiento del Expediente núm. 95/2025 convocado para la contratación del **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PRÓTESIS REPARADORAS (MALLAS, SUBGRUPO 04.12 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA.** (PAAM 11/25).

PRESIDENTA

D^a. M^a Luisa García Alijo
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Francisco Javier Ortiz Valverde
Letrado del Servicio Andaluz de Salud

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial adjunto

D^o. Elena Muñoz Sánchez
Subdirectora de compras y logística

SECRETARIA

D^a Carmen Muñoz Díaz
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar por unanimidad el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 18 de julio de 2025.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que concurren en el presente procedimiento, la Secretaria de la Mesa solicita expresamente a los miembros de la misma que manifiesten si se encuentran incurso en alguna situación susceptible de generar conflicto de intereses. Habiéndose efectuado dicha consulta, se hace constar en acta que todos los miembros asistentes manifiestan expresamente la ausencia de conflicto de intereses, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 1/33	

En la sesión de Mesa de 18 de julio de 2025, la Mesa de contratación acordó trasladar a la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, la discrepancia puesta de manifiesto por la empresa DEXTROMEDICA, al verificar que efectivamente concurrió a la Agrupación 2 (lotes 6 y 7), a fin de que procediera a la corrección del informe técnico y a la valoración de las ofertas presentadas por dicha empresa en los lotes 6 y 7, que son los efectivamente licitados.

En el día de hoy, la Mesa de Contratación aprueba por unanimidad la nueva valoración de fecha 20 de julio de 2025 según **Anexo I adjunto** a la presente acta, realizada a la Agrupación 2 (lotes 6 y 7) de la oferta presentada por DEXTROMEDICA, utilizando los mismos parámetros de valoración empleados en el resto de ofertas de la misma agrupación de lote.

Esta nueva valoración no supone ningún cambio en el resultado de la clasificación de las ofertas una vez valorados todos los criterios de adjudicación, según **Anexo II adjunto** a la presente acta, por lo que se mantiene la misma propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de Contratación con fecha de 15 de julio de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levanta la sesión a las diez horas y quince minutos del mismo día indicado al inicio de la presente acta.

Y para que así conste, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
 LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 2/33	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Córdoba

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025

INFORME DE CORRECCIÓN DE LA VALORACIÓN TÉCNICA REALIZADA A LA AGRUPACIÓN DE LOTE N.º 2 (LOTES 6 Y 7) DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PRÓTESIS REPARADORAS (MALLAS, SUBGRUPO 04.12 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DECÓRDOBA. PAAM 11/25.

Habiendo sido detectado el error en la valoración de las ofertas presentadas, para la Agrupación de lote n.º 2, por la licitadora DEXTRO MÉDICA S.L.:

Referencia PM3DL-R (lote 6)

Referencia PM3DL-L (lote 7)

Que, por error, han sido valoradas dentro de la Agrupación de lote n.º 3, lote 8 y lote 9, respectivamente,

Se ha solicitado a la Comisión Técnica de valoración de las ofertas recibidas del mencionado expediente, la revisión de la valoración técnica efectuada por esta comisión con fecha 20 de junio de 2025.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRXLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 3/33



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Córdoba

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025

Una vez revisada las ofertas presentadas y a la vista de las fichas técnicas aportadas por la empresa DEXTRO MEDICA S.L. para la Agrupación de lote n.º 2 (lote 6 y lote 7), se emite INFORME TÉCNICO RECTIFICATIVO de los mismos, que se indica a continuación:

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	IGC	DENOMINACIONES	Características Técnicas	Unidades 2 años	Precio \$/IVA	IVA	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACIÓN INF. TÉCNICO (45)
2	6	SU.PC.SANI.04 12.70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPIA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	24	122.8500	10 %	135.1350	DEXTRO MEDICA, S.L.	PM3DL-R	100157016928	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0
2	7	SU.PC.SANI.04 12.70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LAPAROSCOPIA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 16 cm	30	122.8500	10 %	135.1350	DEXTRO MEDICA, S.L.	PM3DL-L	100157026323	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0

En Córdoba, a fecha de firma digital

Coordinador Unidad de Cirugía de Pared Abdominal. HURS de Córdoba	Director UGC Cirugía General y Especialidades Médicas. ASNC
---	---

2

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 4/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 22/07/2025

VALORACION TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACION																						
SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PROTESIS REPARADORAS (MALLAS, SUGERUNO 04.12 DEL CATALOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GENERAL PROVINCIAL DE COMARCAS DE CORDOBA (PAAAM 11/25)																						
Apu Pnc.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INF-TECNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (MAX. 50 PNTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
1	1	SU_PC_SANI.04.12 1.70.00000		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/SF/QUEJINAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 5 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	162	123900	AMEVISA, S.A.	PPMAM511	10016232406	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	SU_PC_SANI.04.12 2.70.00001		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	348	435730	AMEVISA, S.A.	PPMAM030	10016232429	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	SU_PC_SANI.04.12 3.70.00002		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	264	123895	AMEVISA, S.A.	PPMAM715	10016241404	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	SU_PC_SANI.04.12 4.70.00003		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/GRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	320	246730	AMEVISA, S.A.	PPMAM1515	10016232373	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	SU_PC_SANI.04.12 5.70.00004		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/EXTRAGRANDE	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	28	404560	AMEVISA, S.A.	PPMAM050	10016232394	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	SU_PC_SANI.04.12 1.70.00000		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/SF/QUEJINAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 5 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	162	123900	Asut Europe Ibérica, S.U	AMM012	10016267548	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	SU_PC_SANI.04.12 2.70.00001		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	348	435730	Asut Europe Ibérica, S.U	AMM032	10016267578	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	SU_PC_SANI.04.12 3.70.00002		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	264	123895	Asut Europe Ibérica, S.U	AMM016	10016267580	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	SU_PC_SANI.04.12 4.70.00003		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/GRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	320	246730	Asut Europe Ibérica, S.U	AMM1516	10016267568	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	SU_PC_SANI.04.12 5.70.00004		MALLAS DE POLIPROPILENO PIANAS/EXTRAGRANDE	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga macrotasa en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosos y de bulto peso hasta 80 gr/m2	28	404560	Asut Europe Ibérica, S.U	AMM502	100159809340	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de macrotasa para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha macrotasa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 5/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu psc.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICARIO PROPUESTO				
1	1	SU.PC.SANI.04.12 1.70.000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURGIDAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 7 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcada en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	102	12.3900	B BRAUN SURGICAL, S.A	1065020UNI	10003548467	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de RHONDA, el menor precio aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El procedimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0													
1	2	SU.PC.SANI.04.12 2.70.000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURGIDAS	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcada en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	348	43,5790	B BRAUN SURGICAL, S.A	1065090UNI	10003548472	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de RHONDA, el menor precio aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El procedimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0													
1	3	SU.PC.SANI.04.12 3.70.000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcada en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	264	12,5995	B BRAUN SURGICAL, S.A	1065030UNI	10003548475	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de RHONDA, el menor precio aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El procedimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0													

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 6/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agua pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación	Importe Oferta	% baja	PUNTO OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
1	4	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURFBRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	246.790	B BRAUN SURGICAL, S.A	1065080UNI	10035481679	Oferta ante cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventallas desechables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, cumple prescripción técnica de bajo peso, pero no aporta una referencia de menor peso como en el caso de la oferta de RECHOSA, el menor peso aporta mayor manejabilidad y menor cantidad de material implantado en el paciente. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para el personal sanitario. El proveedor se ha comprometido a proporcionar la finalidad perseguida. En cuanto a la oferta, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
1	5	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTIRGABANDE	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	404.5560	B BRAUN SURGICAL, S.A	1966990UNI	10012356622	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas medidas en ambos lados entre 49 y 51 cm y la malla ofrecida, según ficha técnica, tiene unas dimensiones de 30 x 50 cm.												
1	1	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PREDIENAS	Dimensiones de un lado entre 5 y 7 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	12.3900	LOGICA MARIIN, S.A.	M81010	100167608614	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	2	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURFBRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	43.5790	LOGICA MARIIN, S.A.	M81090	100167610039	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	3	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	12.5895	LOGICA MARIIN, S.A.	M81025	100167609220	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	4	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURFBRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	24.6790	LOGICA MARIIN, S.A.	M81040	100167609523	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	5	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTIRGABANDE	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	404.5560	LOGICA MARIIN, S.A.	M81070	100167609826	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	1	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURFBRANDES	Dimensiones de un lado entre 5 y 7 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	12.3900	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM1106	100097832404	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												
1	2	SU_PC_SAMI.04.12 7.0000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SURFBRANDES	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroprosa Y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	43.5790	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM1030	100097837974	No cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que la malla disponga de marcación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha marcación.												

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 7/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada Económica (Máx. 30 PTS)	Puntos oferta medioambiental	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO					
1	3	SU.PC.SAN.04.12 7.0000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6,8 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	12.5895	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM41508	10008556710	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de permeación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha permeación.	-														
1	3	SU.PC.SAN.04.12 7.0000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6,8 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	264	12.5895	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM41510	10009783202	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de permeación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha permeación.	-														
1	4	SU.PC.SAN.04.12 7.0000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	24.6730	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM41515	100097876640	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de permeación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha permeación.	-														
1	4	SU.PC.SAN.04.12 7.0000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	320	24.6730	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM42020	10009783202	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de permeación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha permeación.	-														
1	5	SU.PC.SAN.04.12 7.0000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTENSIBLES	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	28	404.5590	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM41530	100086002624	No cumple prescripciones técnicas; se ha solicitado que la malla disponga de permeación para su correcta colocación y, según su ficha técnica y la imagen aportada en la misma, no dispone de dicha permeación. Las dimensiones de la malla solicitada no cumple las medidas solicitadas.															
1	1	SU.PC.SAN.04.12 7.0000000		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de un lado entre 5 y 7 cm y otro de entre 10 y 12 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	162	12.3900	PROHESA (Protesis Hospitalarias S.A.)	BULE160611	100093778454	Otra buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m ² ± 10%, que facilita su integración al nivel menos anatómico, su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El cumplimiento de la normativa es adecuado al conseguir la finalidad pretendida presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la malla, se garantiza.	22,5	12.070000													
1	2	SU.PC.SAN.04.12 7.0000001		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/SUPERGRANDE	Dimensiones de ambos lados entre 29 y 31 cm. Que tenga permeación en la malla para su correcta colocación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 gr/m2	348	43.5730	PROHESA (Protesis Hospitalarias S.A.)	BULE163030	100093766837	Otra buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m ² ± 10%, que facilita su integración al nivel menos anatómico, su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El cumplimiento de la normativa es adecuado al conseguir la finalidad pretendida presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la malla, se garantiza.	22,5	40,700000													

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLUGHFE9RA9N	PÁG. 8/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (de)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
1	3	SU_PC_SANI_04.12 7000002		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS	Dimension de un lado entre 14 y 16 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta codación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	204	123895	PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)	BULEV080815	100093766736	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilita su integración al nivel menos natural implantado, su forma anatómica ayuda a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso a que está destinada.	225	12300000			5,98%	21	No aporta certificado SC ni PEPC	0	43,5	PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)		
1	4	SU_PC_SANI_04.12 7000003		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/GRANDES	Dimension de en ambos lados entre 14 y 16 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta codación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	320	246730	PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)	BULEV015115	100093766936	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilita su integración al nivel menos natural implantado, su forma anatómica ayuda a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso a que está destinada.	225	20380000										
1	5	SU_PC_SANI_04.12 7000004		MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/EXTRAGRANDES	Dimension de ambos lados entre 49 y 51 cm. Que tenga marcación en la malla para su correcta codación. No reabsorbible. Macroporosa y de bajo peso hasta 60 g/m2	28	4045500	PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)	BULEV05060	100102069022	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla presenta forma en 3D, tiene un peso de malla de 48gr/m² ± 10%, que facilita su integración al nivel menos natural implantado, su forma anatómica ayuda a su colocación en la región anatómica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso a que está destinada.	225	404550000										
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				AMEVISA, S.A.				-											
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				Asist Europe Ibérica, SLU				-											
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				B BRAUN SURGICAL S.A				-											
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				LOPICA MARIN, S.A.				-											
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				MEDTRONIC IBERICA, S.A.				-											
1				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 1				PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)				225		39716,728	37349,02	5,98%			21	No aporta certificado SC ni PEPC	0	43,5	PROHQS (Protesis Hospitalarias S.A.)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACION



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACION	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 9/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntuación	PRECIO	Importe	Importe	% baja	PUNTOS OFERTA	Criterio	Puntuación	Puntuación	ADJUDICATARIO			
pac.						2 años						(de)	C/VA	licitación	Oferta	(de)	(Máx. 50 PTS)	medios/bienal	medios/bienal	Total	PROPUESTO			
2	6	SU-PC-SANI.04.12 7.0100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA V/LABAROSCOMA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	24	135,1390	Asut Europe Iberica, S.U	AM1410-H3D	1001.67698411	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su aplicación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. No presenta forma anatómica que facilite su codificación. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. La imagen aportada en la ficha técnica no se corresponde con el tipo de malla solicitado.	0												
2	7	SU-PC-SANI.04.12 7.0100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA V/LABAROSCOMA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	24	135,1390	Asut Europe Iberica, S.U	AM1410-L3D	1001.67698916	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su aplicación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. No presenta forma anatómica que facilite su codificación. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado. La imagen aportada en la ficha técnica no se corresponde con el tipo de malla solicitado.	0												
2	7	SU-PC-SANI.04.12 7.0100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA V/LABAROSCOMA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135,1390	BECTON DICKINSON S.A.U.	0115321	10000732074	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su aplicación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que facilita su codificación no es adecuada al facilitar su codificación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0												

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		26/08/2025	
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ		
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 10/33	

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambertal	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
2		SU.PC.SANI.04.12 7.0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	26	135.1330	BECCON DICKINSON S.A.U.	0115321	100007510886	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la que se presenta por MEDTRONIC BECTON S.A. El Rendimiento se considera para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2		SU.PC.SANI.04.12 7.0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	BECCON DICKINSON S.A.U.	0115311	10000737074	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la que se presenta por MEDTRONIC BECTON S.A. El Rendimiento se considera para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2		SU.PC.SANI.04.12 7.0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	26	135.1330	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DXT1612AK	100136615291	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	45	128.700000										
2		SU.PC.SANI.04.12 7.0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DXT1612AL	100136615292	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	45	128.700000										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		26/08/2025	
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ		
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 11/33	

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
2	6	SU_PC_SANI_04.12 7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	26	135.1330	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	FBOPH30SR	100167632839	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2	7	SU_PC_SANI_04.12 7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	PRIM, S.A.	FBOPH30LL	100167632334	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2	6	SU_PC_SANI_04.12 7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	26	135.1330	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	EH40307	100165198248	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 12/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
2		SU_PC_SANI_04.12 6_7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPA	Posición derecha. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	26	135.1330	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	EH03036	100165159539	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2		SU_PC_SANI_04.12 7_7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	EH03037	100165159532	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
2		SU_PC_SANI_04.12 7_7/0.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	EH03038	100165159546	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA S.A. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 13/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO						
2	7	SU_RCSANI.04.12 7.70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Posición izquierda. Dimension de un lado entre 10 y 12 cm y otro entre 14 y 15 cm	30	135.1330	PROHOSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	EI480302	1001651598339	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA SA. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0															
2	6	SU_RCSANI.04.12 6.70.400000		MALLA COMUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensiones de un lado entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Fibra y oval. No reabsorbibles. Que tengan marcado en la malla para facilitar su corte.	4	763.4530	DEXTRIO MEDICA S.L.	PM33D1R	1001570182938	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA SA. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0															
2	7	SU_RCSANI.04.12 7.70.400001		MALLA COMUESTA/STANDARD	Dimensiones de un lado entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbibles. Que tengan marcado en la malla para facilitar su corte.	6	255.2530	DEXTRIO MEDICA S.L.	PM33D1L	1001570182933	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. La forma anatómica que se presenta en la imagen de la ficha técnica no es tan adecuada ni facilita su colocación como la oferta presentada por MEDTRONIC IBERICA SA. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0															
VALORACION TOTAL AGRUACION DE LOTE 2																											



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 14/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (de)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja (Máx. 30 T5)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 T5)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				REGION DICKINSON S.A.U.				0	Excluido por no superar umbral mínimo								
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				METRONIC IBERICA S.A.				45	7297,29	6949,8	4,76%	18	Aprta certificado FSC en vigor	5	68	METRONIC IBERICA, S.A.	
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				PRIM, S.A.				0	Excluido por no superar umbral mínimo								
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				PROHESA (Pedresc Hospitalares S.A.)				0	Excluido por no superar umbral mínimo								
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				DEXTRO MEDICA S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo								
3				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				MBA INCORPORADO S.L.				-									
3				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				MBA INCORPORADO S.L.				0									
3				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				MBA INCORPORADO S.L.				0									
3				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				PRIM, S.A.				-									
3				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2				PRIM, S.A.				0									

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLUGHFE9RA9N	PÁG. 15/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	denominación GC	Características Técnicas	Unidad	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntuación INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTO OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO				
3	8	SU.PC.SAN.04.12 70.40000		MALLA	Dimensiones de un bido entre 23 y 25 cm y otro lado entre 17 y 19 cm. Plana y oval. No reabsorbible. Que tengan arcañon en la malla para facilitar su corte.	4	793,4570	PROHQA (Protesis Hospitalarias S.A.)	PCMC-05-1824	10009529137	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla que se ofrece en esta oferta presenta sobre su superficie, posibilitando mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso, al poderse adaptar a diferentes tipos de anclajes. En cuanto a los riesgos asociados a para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	793,459000												
3	9	SU.PC.SAN.04.12 70.400001		MALLA COMPUESTA/ESTANDARD	Dimensiones de un bido entre 13 y 15 cm y otro lado entre 10 y 12 cm. No reabsorbible. Que tengan arcañon en la malla para facilitar su corte.	6	255,2590	PROHQA (Protesis Hospitalarias S.A.)	PCMC-03-1114	100094434188	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla que se ofrece en esta oferta presenta sobre su superficie, posibilitando mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso, al poderse adaptar a diferentes tipos de anclajes. En cuanto a los riesgos asociados a para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	255,259000												
3				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 3				MBA INCONFORADO S.L.																	
3				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 3				PROHQA (Protesis Hospitalarias S.A.)																	
3				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 3																					
4	10	SU.PC.SAN.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/REGENERADOR TISSULAR	Dimensiones de un bido de entre 29 y 31 cm y otro de entre 34,3/36 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	5.236,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	1208356	10013128177	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el material que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	5.183,640000												
4	11	SU.PC.SAN.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/REGENERADOR TISSULAR	Dimensiones de un bido de entre 9 y 11 cm y otro de entre 6 y 8 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	6	797,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	12007106	10013121292	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el material que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y posibilidades de uso. En seguridad de uso y para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	788,530000												

<p> puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLUHGF9RA9N	PÁG. 16/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (de)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTO OFFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
4	12	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado de entre 9 y 11 cm y otro lado de entre 24 y 26 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	1.315,060€	BECTON DICKINSON S.A.U.	1201056	1001313181576	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la medida perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.202,850000										
4	13	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 14 y 16 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	6	2.175,604€	BECTON DICKINSON S.A.U.	12015206	1001313132026	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la medida perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	2.159,840000										
4	14	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	3.542,000€	BECTON DICKINSON S.A.U.	12020256	1001313133806	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la medida perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	3.506,880000										
4	15	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm y por otro lado entre 24 y 26 cm. Con recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	4.312,200€	BECTON DICKINSON S.A.U.	12025365	1001313181676	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, el marcado que se puede observar sobre su superficie, según ficha técnica, ofrece mayor facilidad de implantación y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la medida perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	4.268,880000										
4				VALORACION TOTAL AGRUACION DE LOTE 4				BECTON DICKINSON S.A.U.			Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento más bien del material lo que ofrece una mejor experiencia. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado, dada su composición que es la adecuada para una amplia abstracción del material.	22,5	5.172,750000	55.962.8653 €	55.937.0340 €	1,01%	9	No aporta documentación	0	31,5	BECTON DICKINSON S.A.U.		
5		SU.PC.SANI.04.12 70.500000		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado de entre 29 y 31 cm y otro de entre 44 y 46 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	5.225,000€	BECTON DICKINSON S.A.U.	11390456	1001341318238		22,5	5.172,750000										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 17/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación	Importe Oferta	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICARIO PROPUESTO			
5	17	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de ambos lados entre 49 y 51 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	4	9.350,0000	BECCON DICKINSON S.A.U.	11590906	100166452324	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4- hidrobutileno (PHB) permite una buena absorción más lenta del material lo que favorece una mejor imputación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada. Se trata de una composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5	9.255,930000											
5	18	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado de entre 9 y 11 cm y otro lado de entre 24 y 26 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	1.119,1998	BECCON DICKINSON S.A.U.	11590206	100134305429	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4- hidrobutileno (PHB) permite una buena absorción más lenta del material lo que favorece una mejor imputación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada. Se trata de una composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5	1.107,909000											
5	19	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 29 y 31 cm y otro lado entre 14 y16 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	2.099,7300	BECCON DICKINSON S.A.U.	11595306	100134315824	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4- hidrobutileno (PHB) permite una buena absorción más lenta del material lo que favorece una mejor imputación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada. Se trata de una composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5	2.019,303000											
5	20	SU.PC.SANI.04.12 70.500013		MALLA REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 24 y 26 cm. Sin recubrimiento reabsorbible de hidrogel	2	2.656,5000	BECCON DICKINSON S.A.U.	11590406	100134306520	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El material del que está compuesta la malla, poli-4- hidrobutileno (PHB) permite una buena absorción más lenta del material lo que favorece una mejor imputación. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada. Se trata de una composición que es la adecuada para una lenta absorción del material.	22,5	2.629,939000											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 18/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agua pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Undades	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTO DE OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
5				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5				BECTON DICKINSON S.A.U.				22,5		66.579.480,7 €	65.513.208,0 €	1,00%		No aporta documentación	0	28,5	BECTON DICKINSON S.A.U.			
5																								
6																								
6																								
6																								
6																								
6																								
6	22	SU.PC.SANI.04.12 710.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 4 y 5 mm. Circulares, con recubrimiento hidrófilo, en su mayor parte, para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria.	40M	258.550M	BECTON DICKINSON S.A.U.	59590076	100149238235	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está recubierta en la superficie de APG por un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de hidróxido de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	246.55900											
6	29	SU.PC.SANI.04.12 710.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 6 y 7 cm. Circulares, con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria.	330	291.500M	BECTON DICKINSON S.A.U.	59590086	100149238335	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está recubierta en la superficie de APG por un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de hidróxido de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	277.00000											



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 19/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
6	24	SU_PC_SANI_04.12_70/700000		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria	186	313,5000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59300096	100149308848	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas desde el momento de su uso hasta el momento de su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está recubierta en la superficie de APG por un hidrogel químicamente modificado y bioabsorbible de haluronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	297,93000										
6	22	SU_PC_SANI_04.12_70/700000		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 4 y 5 cm. Circulares. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria	404	258,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	PVPS	100015482487	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
6	23	SU_PC_SANI_04.12_70/700000		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 6 y 7 cm. Circulares. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria	310	291,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	PVPM	100015482588	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, pero la composición de la malla no es tan adecuada como la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
6	24	SU_PC_SANI_04.12_70/700000		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de todas las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria	186	313,5000	JOHNSON JOHNSON, S.A.	PVPM	100015482588	No cumple prescripciones técnicas; se solicitan unas dimensiones de todas las caras de entre 7 y 8 cm. la oferta presentada mide 6,4 cm.												

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agua pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION	Características Técnicas	Unidades 2 años	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntuación (de)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO					
6	22	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de todos las caras entre 4 y 5 cm. Circulares. Con recubrimiento biodegradable en una de sus caras para permitir contacto vegetal. Con anillo de memoria	404	258.5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCOMP	10002939170	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacadas. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su uso, pero sí inconvenientes de la malla no ser absorbible para su uso. BECTON DICKINSON S.A.U. que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0														
6	23	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de todos las caras entre 6 y 7 cm. Circulares. Con recubrimiento biodegradable en una de sus caras para permitir contacto vegetal. Con anillo de memoria	330	291.5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCOMP	10002939172	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacadas. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su uso, pero sí inconvenientes de la malla no ser absorbible para su uso. BECTON DICKINSON S.A.U. que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0														
6	24	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de todos las caras entre 7 y 8 cm. Circulares. Con recubrimiento biodegradable en una de sus caras para permitir contacto vegetal. Con anillo de memoria	186	313.5000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PCOMP	10002939172	No cumple prescripciones técnicas; se solicitan unas dimensiones de todas las caras de entre 7 y 8 cm. la oferta presentada mide 8,5 cm.	-														
6				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 6				BECTON DICKINSON S.A.U.				22,5		253110	2.4058.422	4,98%	18	No aporta documentación	0	40,5	BECTON DICKINSON S.A.U.					
6				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 5				JOHNSON JOHNSON, S.A. MEDTRONIC IBERICA, S.A.				-		Excluido por no cumplir prescripciones técnicas en todos los lotes de la agrupación												
7		SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de una de las caras entre 14 y 16 cm y el otro entre 30 y 32 cm. Oval. Con recubrimiento biodegradable en una de sus caras para permitir contacto vegetal.	58	385.0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59544606	100151081070	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacadas. En cuanto a facilidad de uso, se debe tener en cuenta que la malla no es absorbible para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está compuesta de un hidrogel químicamente modificado y biodegradable de hialuronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El rendimiento es considerado adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5		377.289000												

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 21/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION	Características Técnicas	Unidad	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INFORMATICO (de)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (MAX. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO					
7	26	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular.	20	600,6000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59546806	100151088242	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas, destacables en cuanto al facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está compuesta por polipropileno, polidioxano y polilactico. El soporte es de polipropileno y bioabsorbible de calcio/hidroxiapatita (CMO) y polilactico (PLG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de las ofertas. El procedimiento se realiza de forma sencilla, rápida y con facilidad de manejo. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	58855000													
7	25	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular.	58	385,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SMW1510F	100093781388	No cumple prescripciones técnicas; se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	-														
7	25	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular.	58	385,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM053510	100144016228	No cumple prescripciones técnicas; se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	-														
7	26	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular.	20	600,6000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SMW2015F	100093781388	No cumple prescripciones técnicas; se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	-														
7	26	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro entre 19 y 21 cm. Oval. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular.	20	600,6000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PM053015	100144016410	No cumple prescripciones técnicas; se solicita que la malla sea Oval y la oferta presentada es rectangular.	-														
7				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 7				BECTON DICKINSON S.A.U.			Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas, destacables en cuanto al facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En los bordes de la malla presenta una sutura que facilita su implantación y manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El procedimiento se realiza de forma sencilla, rápida y con facilidad de manejo. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas	34842	38553,802	2,00%		No aporta documentación	0	31,5	BECTON DICKINSON S.A.U.					
7				VALORACION TOTAL AGRUPOACION DE LOTE 7				MEDTRONIC IBERICA, S.A.																		
8	27	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCAIVAMENTE REASORBIBLE	Malla para reparación herida/cirugía de pared abdominal de doble capa, una intraperitoneal y una extraperitoneal, con malla de refuerzo, densidad menor 0,9g/cm2, con marcas de orientación, no opaca. Otra cara gel bioabsorbible coligero. Dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm, y otro lado entre 14 y 18 cm.	5	895,1250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SMW2515E	100093782697		22,5	836,000000													

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 22/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntuación Infe-Técnico (de)	Precio Unitario C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	Puntos oferta económica (Máx. 30 pts)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO				
8		SU_PC_SANI_04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Malla para reparación laparoscopia de pared abdominal de doble capa para mapeopros y no irromentado, densidad no superior a 100 g/cm². Otra, esta del no absorbible. Colores: Dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm, y otro lado entre 19 y 21 cm.	10	895,1290	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SMZ230F	100093781888	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad, los resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	896,000000												
8				VALORACION TOTAL AGRUACION DE LOTE 8								22,5		13.426.875000	12.540.000000	6,61%	24	Aporta certificado ISO en vigor	5	51,5	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
9		SU_PC_SANI_04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 24 a 26 cm. Ovals. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	36	1.089,3000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950606G	100151459758	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad, los resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de haluro de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.094,960000												
9		SU_PC_SANI_04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 21 y 23 cm y otro lado entre 26 y 28 cm. Ovals. Con recubrimiento bioreabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	36	1.089,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950080G	100149646175	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla esta compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de haluro de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.046,730000												

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 23/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agua pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades 2 años	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
9	31	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de una lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm. Ovals. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	2	1.100,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	5950906	100149146034	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se debe destacar que no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioresorbible de haluronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen más manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar que el resto de la oferta de MEDTRONIC. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.078,11000			4,40%	18	0	40,5	BECTON DICKINSON S.A.U.			
9	29	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm y otro lado entre 26 y 28 cm. Ovals. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	36	1.090,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5114252005	100093788667	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 24 y 26 cm y otro lado entre 24 y 26 cm y la oferta presentada mide 25 x 20 cm.	-											
9	30	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de un lado entre 21 y 23 cm y otro lado entre 26 y 28 cm. Ovals. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	36	1.090,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5114252005	100093788667	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 21 y 23 cm y otro lado entre 26 y 28 cm y la oferta presentada mide 25 x 20 cm.	-											
9	31	SU.PC.SANI.04.12 70.700000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE	Dimensiones de una lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm. Ovals. Con recubrimiento bioabsorbible en una de sus caras para permitir contacto vascular. Con anillo de memoria. Período de absorción: 30-60.	2	1.100,0000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5114252005	100093788667	No cumple prescripciones técnicas, se solicitan unas dimensiones de un lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 33 y 35 cm y la oferta presentada mide 30 x 20 cm.	-											
9				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 9				BECTON DICKINSON S.A.U.				22,5		80608	77060,808	4,40%	18	No aporta documentación	0	40,5	BECTON DICKINSON S.A.U.		
9				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTES 9				MEDTRONIC IBERICA, S.A.				-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas										
10		SU.PC.SANI.04.12 32.70.700006		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE P/VAPOSCOMA	Dimensiones de un lado entre 26 y 28 cm y otro lado entre 34 y 36 cm. Dos caras una de las reabsorbible. Período de absorción: 30.	8	1.197,9000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59551246	1001510085212	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se debe destacar que no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. La malla está compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioresorbible de haluronato de sodio (HA), carboximetilcelulosa (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen muy manejable y se adapta mejor a la región anatómica a implantar. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.162,16000										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 24/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidad	precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
10	33	SU.PC.SAN.04.12 7070006		MALLA PARCAWENTE REABSORBIBLE P/ADHESOSOMA	Dimensiones de una lada entre 14 y 16 cm y otra de alas reabsorbible. Periodo de absorción: 350	6	770,0000	BECTON DICKINSON S.A.U.	59556806	100151098021	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla dispone de un sistema de posicionamiento muy adecuado para su correcta colocación. Este tipo de malla es muy utilizada por profesionales ni para pacientes ni para profesionales. La malla está compuesta de un hidrogel químicamente modificado y bioreabsorbible de haloruro de sodio (Hx), carbonhídricas (CMC) y polietilenglicol (PEG) que lo hacen muy manejable y se adapta mejor a la región anatómica a tratar. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	225	747,054000	14.203.2000 €	13.779.620 €	2,98%	12	No aporta documentación	0	34,5	BECTON DICKINSON S.A.U.	
11	34	SU.PC.SAN.04.12 7070007		MALLA PARCAWENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de una lada entre 14 y 16 cm y otro lada entre 9 y 11cm. Oval. Tres capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción: 180-210 días	24	675,6750	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GREVI015E	100152738440	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trocair de laparoscopia. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	225	643,500000									
11	35	SU.PC.SAN.04.12 7070007		MALLA PARCAWENTE REABSORBIBLE TRICAPA	Dimensiones de un lada entre 10 y 21 cm y otro lada entre 14 y 16cm. Oval. Tres capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Periodo de absorción: 180-210 días	20	1.178,1000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GREVI520E	100152738541	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el amplio tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el trocair de laparoscopia. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	225	1.122,000000									

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 25/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION	Características Técnicas	Unidades	precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CP	Informe Técnico	PUNTAJACION	PRECIO	Importe	Importe	% bajada	PUNTOS OFERTA	Criterio	Puntuación	Puntuación	ADJUDICATARIO		
						Z años						(de)	UNITARIO	licitación	Oferta	(Máx. 90 PTS)		medios/ha	medios/ha	Total	PROPUESTO		
11	36	SU_PC_SANI_04.12 70.700007		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE ETIRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 24 y 26 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Período de absorción:180-210.	2	1.848,0000	W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.	GRWR2025E	100152328147	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el ancho tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el focal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado al cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.760,000000			4,70%		18		5	45,5	W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.	
11	37	SU_PC_SANI_04.12 70.700007		MALLA PARCAIVAMENTE REABSORBIBLE ETIRICAPA	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 29,31 cm. Rectangular. res capas compuestas de una malla permanente macroporosa, entre una capa bioabsorbible sintética no porosa y una bioabsorbible sintética porosa. Período de absorción:180-210.	2	2.154,0790	W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.	GRWR2030E	100152328149	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor que presenta la malla y el ancho tamaño del poro hacen que sea más fácil su introducción por el focal de laparoscopia. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado al cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	2.051,500000			4,70%		18		5	45,5	W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.	
11				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 11				W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.				22,5		41025,600000	39.072,000000		4,70%				5	45,5	W.L.GOME Y ASOCIADOS, S.L.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ	26/08/2025
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 26/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación	Importe Oferta	% bajada	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
12	38	SU_PC_SANI_04.12_70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15,9 y 17 cm. DIBERCA. Malla para tratamiento de heridas irregular vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m ² o menos), perforada analítica, para ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento derecha, con tamaño mínimo 10x15cm	45	150,1500	BECTON DICKINSON S.A.U.	0117321	100015448396	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se da el manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor y la forma que presenta la malla, según ficha técnica, hacen que sea más fácil su manejo y su colocación. En comparación con la oferta de MEDTRONIC BECTRICA S.A. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	144,14400										
12	39	SU_PC_SANI_04.12_70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15,9 y 17 cm. DIBERCA. Malla para tratamiento de heridas irregular vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m ² o menos), perforada analítica, para ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento izquierda, con tamaño mínimo 10x15cm	45	150,1500	BECTON DICKINSON S.A.U.	0117311	100015448396	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se da el manejo y no presenta dificultades para su utilización. El grosor y la forma que presenta la malla, según ficha técnica, hacen que sea más fácil su manejo y su colocación. En comparación con la oferta de MEDTRONIC BECTRICA S.A. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	144,14400										
12	38	SU_PC_SANI_04.12_70.100005.		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABAROSCOPIA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15,9 y 17 cm. DIBERCA. Malla para tratamiento de heridas irregular vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (40g/m ² o menos), perforada analítica, para ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento derecha, con tamaño mínimo 10x15cm	45	150,1500	MEDTRONIC BECTRICA, S.A.	0XT1520AR	100136464396	Oferta mala, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización pero la forma de la malla, según ficha técnica, hacen que sea más difícil su manejo y su colocación. En comparación con la oferta de BECTON DICKINSON SAU que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		26/08/2025	
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ		
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 27/33	

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agpu ptc.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Undades/ 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntuación INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTO DE OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
12	39	SU_RCSANI.04.12 70.100005		MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA P/LABORSCOPA	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 15 y 17 cm. ¡ZQUIERDA. Malla para tratamiento de herida irregular! vía laparoscópica, de polipropileno, bajo peso (4g/m2 o menos), prefornada analítica, peso ancho, con bordes sellados, marca para orientación de colocación, y memoria para facilitar su colocación, con posicionamiento zquierda con tamaño mínimo 10x15cm	45	3501500	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DX1530AL	10013664839	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. En cuanto a seguridad, no está adecuada para introducir por el frenal de laparoscopia en comparación con la oferta de BECTON DICKINSON SAU, que la hacen más manejable y facilita su implantación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0											
12				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 12				DICKINSON S.A.U.				22,5		13513,5	12972,96	4,00%		No aporta documentación	0	37,5	DICKINSON S.A.U.		
12				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 12				MEDTRONIC IBERICA, S.A.				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
40	SU_RCSANI.04.12 70.800002			MALLA DE POLIIMILIDENO PREFORMADA-Forma 2:Autoadhesiva	No reusable. Con marcas para colocación; Dimension de 10 x 15 cm	430	168,63000	CARDIOLINK SL	PV131051F	100094199407	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se da el manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla presenta numerosas marcas de colocación de diferentes colores, así como en 3D facilitar la implantación y adaptación a la regla analítica. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	168,63000			0,00%		No aporta documentación ISC ni PEC	0	22,5	CARDIOLINK SL		
41	SU_RCSANI.04.12 90.300000			REGENERADOR REASONABLE/GRANDE	Dimensiones de un lado entre 9 y 11 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Composición: Adido poliglicólico/FORMA rectangular;	12	1.518,8250	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	F5100RE	10013284815H	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se da el manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	1.489,400000			1,94%		Aporta certificado FSC en vigor	5	36,5	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.		
42	SU_RCSANI.04.12 90.300000			REGENERADOR REASONABLE/GRANDE	Dimensiones de un lado entre 19 y 21 cm y otro lado entre 29 y 31 cm. Composición: Adido poliglicólico/FORMA rectangular;	22	3.020,3250	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	F5200RE	100132848350	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, se da el manejo y no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la malla en caso de apertura por error. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	2.962,300000			1,93%		Aporta certificado FSC en vigor	5	36,5	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



26/08/2025

MARIA LUISA GARCIA ALIJO
CARMEN MUÑOZ DIAZ

PÁG. 28/33

BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades/ 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTUACION INF. TÉCNICO (de)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% bajada (Máx. 30 PTS)	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	43	SU_PC_SANI_04.12_30.400000		REGENERADOR EMBOSCRIBIBLE PREFORMADO	Dimensiones de un lado entre 9,11 cm y otro lado entre 6 y 8 cm. Material: polipropileno. F03M/K/vec/eng/lig/	42	496,65000	V.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	HH0710E	10013284286	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. Entorno al material de uso, se debe tener en cuenta el medio y la forma de su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida, presentando un embalaje de doble bolsa que permite la recuperación de la mailla en caso de necesidad. El medio de uso es eficaz, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	497,300000			1,88%		Aporta certificado FSC en vigor	5	36,5	V.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	
	44	SU_PC_SANI_04.12_70.100000		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA-FORMA:Cono:	Mailla en forma de tapón tridimensional sin base, confeccionada en monofilamento de polipropileno, no reabsorbible. Describible y esterilizadas por oxidación de etileno. Libres de latex, ftalatos y ftalatos. Altura del cono entre 35-45 mm incluidos. Espesor 0,50 y 0,55 mm incluidos	278	418,890	DEITRO MEDICA S.L.	PI02	100157049719	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. El medio de uso es eficaz, se considera adecuada para el uso al que está destinado. No dispone de envase de doble bolsa.	0	Excluido por no superar umbral mínimo						No aporta certificado FSC ni PEFC	0	34,5	PROHCSA (Pretecs Hospitalinas S.A.)
	45	SU_PC_SANI_04.12_70.100000		MAILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espesor entre 0,5 mm -0,55 mm. Tamaño de agujero de 1,5 mm. Mailla prefornada de 4,5 x 10 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparente, flexible para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vascular y otra parietal. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	42	17,3230	B BRAUN SURGICAL S.A	1065490UMI	10001548069	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su utilización. La mailla puede recortarse en cualquier momento sin rasgarse y presenta elasticidad bidireccional homogénea. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	12,065000			30,48%		Aporta certificado FSC en vigor	5	77,5	B BRAUN SURGICAL S.A	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLUGHFE9RA9N	PÁG. 29/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agua pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Undades/ 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Ajustación de lote	Importe Oferta Ajustación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
	45	PC SANI 04.12 720.100000		MAJILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espejor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 1,4 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparencia. Venida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vertical y otra parcial. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	42	17.3230	MEDTRONIC (IBERICA, S.A.)	PMK106	100123242399	No cumple prescripciones técnicas; se solicita un tamaño de poro de 1,5 mm y unas dimensiones de 4,5 x 10 cm. La oferta presentada mide 11 x 6 y un tamaño de poro de 2 x 2,4 cm	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas										
	45	PC SANI 04.12 720.100000		MAJILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espejor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 1,4 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparencia. Venida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vertical y otra parcial. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	42	17.3230	PROHCSA (Protesis Hospitalaria S.A.)	PEEM	10005464879	No cumple prescripciones técnicas; se solicita un grosor entre 0,5 y 0,55 mm y un peso de 60g/m ² mm. La oferta presentada indica un grosor de 0,56 ± 10% y un peso de 68 g/m ² ± 30%. En ficha técnica no indica que está vendida para su posicionamiento correcto.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas										
	46	PC SANI 04.12 720.100000		MAJILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espejor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 1,4 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparencia. Venida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vertical y otra parcial. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	466	17.3230	B BRAUN SURGICAL S.A.	1065 150UNI	10002444398	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y para vertidos osteocásticos. En caso de uso en pacientes con el sistema de manejo y no presenta dificultades para su utilización. La malla puede escribirse en cualquier dirección sin rasgarse y presenta elasticidad bidireccional homogénea. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	13.321000			23,11%	50 PSC en vigor				5	77,5 B BRAUN SURGICAL S.A	
	46	PC SANI 04.12 720.100000		MAJILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espejor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 1,4 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparencia. Venida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vertical y otra parcial. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	466	17.3230	MEDTRONIC (IBERICA, S.A.)	PMK1508	100123242398	No cumple prescripciones técnicas; se solicita un tamaño de poro de 1,5 mm y unas dimensiones de 6 x 3,4 cm. La oferta presentada mide 1,5 x 7,5 cm y un tamaño de poro de 2,4 x 2,4 cm. En ficha técnica no se indica que está vendida para su posicionamiento correcto.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas										
	46	PC SANI 04.12 720.100000		MAJILLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA	Espejor entre 0,5 mm y 0,55 mm. Tamaño de poro de 1,5 mm. Malla preformada de 6 x 1,4 cm de dimensiones. Peso de 60 g/m ² . Transparencia. Venida para facilitar su localización en el campo operatorio, sin efecto memoria, con los bordes cortados con rayo láser y con dos caras de diferente textura, una vertical y otra parcial. Indicado tanto para cirugía convencional como laparoscópica.	466	17.3230	PROHCSA (Protesis Hospitalaria S.A.)	P3BM654	100097272468	No cumple prescripciones técnicas; se solicita un grosor entre 0,5 y 0,55 mm y un peso de 60g/m ² mm. La oferta presentada indica un grosor de 0,56 ± 10% y un peso de 68 g/m ² ± 30%. En ficha técnica no indica que está vendida para su posicionamiento correcto.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 30/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pte.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DEINOMINACIONGC	Características Técnicas	Unidades	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (de)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación	Importe Oferta	% baja	PUNTO OFERTA ECONOMICA (Máx. 30 PTS)	Criterio medio/ambieral	Puntación medio/ambiente	Puntación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	47	SU_PC_SANI_04.12 70.500013		MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO	Dimensiones: todos los lados de entre 29 y 31 cm. No reabsorbible. Peso: 35 g/m ²	28	664.1250	MEDICAL CANADA S	6000073	1001088619443	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y no presenta dificultades para su uso. La malla es recubierta con hidrogel, lo que le confiere una gran elasticidad, es fabricada con titanio (aleación de polipropileno y titanio) haciéndola más resistente y manejable en comparación con la oferta de PRODUCTOS ESPECIALES DE MEDICINA INTERNATIONAL, que es recubierta de titanio. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22.5	632.50000			4,79%	18	No aporta certificado FSC ni PEFC	0	40,5	MEDICAL CANADA	
	47	SU_PC_SANI_04.12 70.500003		MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO	Dimensiones: todos los lados de entre 29 y 31 cm. No reabsorbible. Peso: 35 g/m ²	28	664.1250	PRODUCTOS ESPECIALES DE MEDICINA INTERNATIONAL	MP241	100167699421	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su uso. La malla es recubierta con hidrogel, lo que le confiere una gran elasticidad y resistencia que sea manejabilidad y resistencia que sea fabricada con titanio (como la oferta de MEDICAL CANADA, S.U) y no recubierta. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo									
	48	SU_PC_SANI_04.12 70.400000		MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE	Dimensión de una lado entre 33 y 35 cm y otro lado entre 25 y 27 cm. Plana y oval. No reabsorbible. Biliamur y con ambas caras separadas en la periferia.	8	1.059.4500	PROHQA Hospitallias S.A.)	FPKMC2634	100109443872	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, tiene un bajo peso de malla de 8g/m ² ± 0,0%, que facilita su manipulación, el mayor tamaño de poro facilita su manejabilidad. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuada al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22.5	1.059.45000			0,00%	0	No aporta certificado FSC ni PEFC	0	22,5	PROHQA (Pretecs Hospitallias S.A.)	
	48	SU_PC_SANI_04.12 70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones: de un lado entre 26 y 26 cm y otro lado de entre 39 y 41 cm. Rímen ovinos. De 6 capas.	2	6.387.7500	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5284-150	100167639122	No cumple prescripciones técnicas, se solicita que la malla sea de ovino y la oferta presentada es porcino.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas									
	49	SU_PC_SANI_04.12 70.500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones: de un lado entre 26 y 26 cm y otro lado de entre 39 y 41 cm. Rímen ovinos. De 6 capas.	2	6.387.7500	PROHQA (Pretecs Hospitallias S.A.)	F10246-2540P	100146157032	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una retícula de polipropileno que facilita su corte y fácil plegado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22.5	6.387.75000			0,00%	0	No aporta certificado FSC ni PEFC	0	22,5	PROHQA (Pretecs Hospitallias S.A.)	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 31/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agu pac.	LOTE	CLASIFICACION	GC	DENOMINACION GC	Características Técnicas	Unidades 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INE-TÉCNICO (45)	PRECIO UNITARIO C/IVA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (Máx. 50 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	50	PC SANI 04.12 70500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 17 y 19 cm y otro lado entre 21 y 23 cm. Rumen ovino. De 8 capas.	2	3.130,99000	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	F10246-1822P	100146156729	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una redícula de propolis que facilita su corte y fácil colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	3.130,99000			0,00%		No aporta certificado FSC ni PEFC	0	22,5	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)
	51	PC SANI 04.12 70500012		MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE	Dimensiones de un lado entre 17 y 19 cm y otro lado entre 21 y 23 cm. Rumen ovino. De 8 capas.	2	3.130,99000	PROHCSA (Protesis Hospitalarias S.A.)	F10248-1822P	100146079650	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo y presenta una redícula de propolis que facilita su corte y fácil colocación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	3.130,99000			-0,00%	Excluido por superar importe de licitación				DIESTRO
	52	PC SANI 04.12 70500000		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE Superficie total 2:100 (150) Período de absorción: 120-180.	Dimensiones de un lado entre 14 y 16 cm y otro lado entre 8 y 10 cm. Plana rectangular.	50	132,82230	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PT15096G	100033979840	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta grandes absorbibles y un periodo de absorción adecuado. Polidístico que facilita la colocación y el posicionamiento, y la fijación temporal de la soga suprapneumática y de la malla al tejido circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	130,028000			2,11%	12	Aporta certificado FSC en vigor	5	30,5	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
	53	PC SANI 04.12 70500001		MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE PERFORADA	Recubierta con gel adhesivo. Perforada con liberatura. Período de absorción: 30	212	143,00000	BECTON DICKINSON S.A.U.	119330	100081565920	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, la malla permanece rígida hasta su colocación, que es cuando se activa el gel adhesivo, está caracterizada por ser muy fácil implantar la malla. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	141,570000			1,00%	6	No aporta documentación	0	28,5	BECTON DICKINSON S.A.U.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/08/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLXLLUGHFE9RA9N	PÁG. 32/33

ANEXO II AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 22/07/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACION	GC	DENOMINACION	Características Técnicas	Ustedes	Precio C/VA	PROVEEDOR	Referencias	CIP	Informe Técnico	PUNTAJACION INFORMATICA (45)	PRECIO UNITARIO C/VA	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	% baja	PUNTOS OFERTA ECONOMICA (MAX. 30 PTS)	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiente	Puntuación Total	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	54	PC SANI.04.12 70/700001		MALLA PNEUMÁTICA REFORZADA	Perforada con abertura. Período de absorción: 120-180	822	131,6700	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PI210801R	100013598052	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta gancho absorbible monofilamento de ácido poliláctico que facilita la colocación, el posicionamiento y la fijación temporal de la sonda suprapúbica y de la malla de la sonda suprapúbica. En cuanto al ligero circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	129,800000			1,43%	9	Aporta certificado PSC en vigor	5	36,5	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
	54	PC SANI.04.12 70/700001		MALLA PNEUMÁTICA REFORZADA	Perforada con abertura. Período de absorción: 120-180	822	131,6700	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PI210801R	100013599794	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, es de fácil manejo, presenta gancho absorbible monofilamento de ácido poliláctico que facilita la colocación, el posicionamiento y la fijación temporal de la sonda suprapúbica y de la malla de la sonda suprapúbica. En cuanto al ligero circundante. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado al conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	22,5	129,800000			1,43%	9	Aporta certificado PSC en vigor	5	36,5	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
	54	PC SANI.04.12 70/700001		MALLA PNEUMÁTICA REFORZADA	Perforada con abertura. Período de absorción: 120-180	822	131,6700	PRIM, S.A.	40M659M613	1000262217	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. La malla, además de ser adecuada para el uso, presenta ventajas como el hecho de ser unidireccional y permitirle presentar en la oferta de licitación como si se presentara en la oferta de licitación de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo								

Ninguna oferta incurre en baja desproporcionada. En el caso concreto del ítem 45 de B. Brain Surgical, al ser la puntuación técnica del 55% sobre el total de criterios técnicos, una bajada del 30,48% no es baja desproporcionada

<p> Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			26/08/2025
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO CARMEN MUÑOZ DIAZ		PÁG. 33/33
VERIFICACIÓN	BndJAX96DBBKU2LRLLXLLUGHFE9RA9N		