A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 311/2025, PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE ACUERDO MARCO NÚM PAAM 13/25.

En Córdoba, a las nueve horas del día 29 de julio de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a elevar al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación del Procedimiento Abierto núm. 311/25 convocado para la contratación mediante **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA DEL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGÍA SUBGRUPO 01.21 DEL CATALOGO DEL SAS (CONCENTRADOS ÁCIDOS, TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN Y CATÉTERES DE HEMODIALISIS DE 2 LUCES), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 13/25.**

PRESIDENTA
Dª. Mª Luisa García Alijo
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

Dª Mª Begoña Casado Raigón
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

Dª Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

Dº. Elena Muñoz Sánchez
Subdirectora de compras y logística

SECRETARIA
Dª Carmen Muñoz Díaz
Técnico de Función Administrativa

A la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	09/09/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAHFTWCYXAC7VMDVHXKJNSVW66C	PÁG. 1/6

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que ha obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las nueve horas y quince minutos del día arriba indicado.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

Vº Bº LA PRESIDENTA **LA SECRETARIA**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	09/09/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAHFTWCYXAC7VMDVHXKJNSVW66C	PÁG. 2/6

Es copia auténtica de documento electrónico

VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGÍA SUBGRUPO 01.21 DEL CATALOGO DEL SAS (CONCENTRADOS ÁCIDOS, TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN Y CATÉTERES DE HEMODIALISIS DE 2 LUCES), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA.

PAAM 13/25

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS	UDCONTRA	tipo iva	Unidades 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO	Precio oferta iva incluido	Importe licitacion agrupacion de	Importe Oferta agrupacion de lote	% DE BAJADA	Puntuacion Oferta economica	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	1	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.25-1.25);CONCENTRACION DE POTASIO [2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Litro (1 dm3)	21 %	14.498	1,133075	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007959*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45	1,13								
1	2	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.25-1.25);CONCENTRACION DE POTASIO [3-3]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Litro (1 dm3)	21 %	10.038	1,133075	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007962*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45	1,13								
1	3	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.5-1.5);CONCENTRACION DE POTASIO [1-1]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Litro (1 dm3)	21 %	479	1,133075	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007958*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45	1,13								
1	4	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.5-1.5);CONCENTRACION DE POTASIO [2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	Litro (1 dm3)	21 %	39.245	1,133075	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00007960*	1,00124E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, es la solución más adecuada y compatible con el sistema de monitores actual. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. Las garrafas son de muy fácil manejo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuada para el uso al que está destinada.	45	1,13								
1				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1							Fresenius Medical Care España S.A.U.				45		72.810,95	72.755,62	0,08%	0,00	Presenta certificado FSC cadena de custodia	5	50,00	Fresenius Medical Care España S.A.U.
2	5	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.25-1.25);CONCENTRACION DE POTASIO [2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Litro (1 dm3)	21 %	24.112	0,784765	SIN OFERTAS												
2	6	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.5-1.5);CONCENTRACION DE POTASIO [1.5-1.5]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Litro (1 dm3)	21 %	3.322	0,784765	SIN OFERTAS												
2	7	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO(1.5-1.5);CONCENTRACION DE POTASIO [2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	Litro (1 dm3)	21 %	1.688	4,316207	SIN OFERTAS												
2				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2																			DESIERTO
	8	SU.PC.SANI.01.21.16.20000 8		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		CONCENTRADO ACIDO Ca / K EN TANQUE O EN BIDÓN, CONCENTRACION DE CALCIO:1.5 MMOL/L;CONCENTRACION DE POTASIO:2 MMOL/L , TANQUES DE UN MÁXIMO DE 1.000 L DE CAPACIDAD. PARA EL CENTRO PERIFÉRICO DE DIÁLSIS PERPETUO SOCORRO Y LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS ENTREGAS EN DICHOS CENTROS	Litro (1 dm3)	21 %	86.400	1,149946	Fresenius Medical Care España S.A.U.	F00003 098*	1,00134E+11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización. El sistema de suministro del concentrado propuesto por FRESENIUS MEDICAL es más adecuado para el servicio ya que no requiere depósito intermedio de gravedad. El suministro del concentrado se realiza directamente a los anillos de distribución. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45	1,15			0,04%	0,00	Presenta certificado FSC cadena de custodia	5	50,00	Fresenius Medical Care España S.A.U.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, CARMEN MUÑOZ DIAZ

09/09/2025

VERIFICACIÓN: BndJAHFTWCYXAC7VMDVHXKJNSVW66C

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 29/07/2025

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	UDCONTRA	tipo iva	Unidades 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TÉCNICO	PUNTOS INF. TÉCNICO	Precio oferta iva incluido	Importe licitacion agrupacion de	Importe Oferta agrupacion de lote	% DE BAJADA	Puntuacion Oferta economica	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	8	SU.PC.SANI.01.21.16.2000018		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		CONCENTRADO ACIDO Ca / K EN TANQUE O EN BIDÓN. CONCENTRACION DE CALCIO:1.5 MMOL/L;CONCENTRACION DE POTASIO:2 MMOL/L . TANQUES DE UN MÁXIMO DE 1.000 L DE CAPACIDAD. PARA EL CENTRO PERIFÉRICO DE DIÁLISIS PERPETUO SOCORRO Y LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS ENTREGAS EN DICHOS CENTROS	Litro (1 dm3)	21 %	86.400	1,149946	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CSOL45-323A600LT	1,00138E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización pero el sistema de distribución del concentrado por gravedad no se considera el más adecuado para el servicio al tener que disponer de un depósito intermedio y no poder suministrar directamente el concentrado al anillo de distribución. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia se considera adecuado para el uso al que está destinado.	0	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas								
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.5000041		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	10 %	40	218,295000	BECTON DICKINSON, S.A.	6905190	100030725668	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, el catéter se presenta con curva preformada impidiendo que se acode o se doble. El diámetro del catéter es de 14,5 F, de menor tamaño que el resto de ofertas y por tanto facilita su implantación y ocasiona menos daño en el paciente, sobre todo si las venas yugular o femoral se encuentra estenóticas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el catéter, en su primera sección se presenta en una sola pieza y por tanto tiene menos riesgo de que el sistema se separe en piezas cuando esté implantado en el paciente. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45	209,00			4,26%	16,00	No aporta documentación	0	61,00	BECTON DICKINSON, S.A.
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.5000041		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	10 %	40	218,295000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	468THD155424SE	1,00166E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15,5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter	0	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas								
	9	SU.PC.SANI.01.21.10.5000041		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 18 Y MENOR A 20 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	10 %	40	218,295000	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15192-VFE	100107043345	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter en su primera sección viene desmontado por lo tanto requiere mayor manipulación. Tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15 F, más grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el sistema se desmonte cuando esté colocado en el paciente. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter y su riesgo de desmontaje.	0	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas								
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.5000041		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	10 %	160	218,295000	BECTON DICKINSON, S.A.	6905240	100030726971	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, el catéter se presenta con curva preformada impidiendo que se acode o se doble. El diámetro del catéter es de 14,5 F, de menor tamaño que el resto de ofertas y por tanto facilita su implantación y ocasiona menos daño en el paciente, sobre todo si las venas yugular o femoral se encuentra estenóticas. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales, el catéter, en su primera sección se presenta en una sola pieza y por tanto tiene menos riesgo de que el sistema se separe en piezas cuando esté implantado en el paciente. El Rendimiento se considera adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia, se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45	209,00			4,26%	16,00	No aporta documentación	0	61,00	BECTON DICKINSON, S.A.
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.5000041		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION		LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm, DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER ENTRE 14,5 Y 15,5 F AMBOS INCLUSIVE	Unidad (Pieza)	10 %	160	218,295000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	468THD155428SE	1,00166E+11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización ya que el catéter tiende a acodarse y doblarse lo que supone mayor tiempo para su correcta implantación. Presenta un diámetro de 15,5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultados presenta riesgos asociados para pacientes, pero no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter. El Rendimiento es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la eficacia no se considera totalmente adecuado para el uso al que está destinado, por la circunstancia del acodamiento del catéter	0	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA LUISA GARCIA ALIJO | CARMEN MUÑOZ DIAZ | 09/09/2025

VERIFICACIÓN | BndJAHFTWCYXAC7VMDVHXKJNSVW66C

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	CARACTERÍSTICAS TECNICAS	UDCONTRA	tipo iva	Unidades x 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TECNICO	PUNTOS INF. TECNICO	Precio oferta iva incluido	Importe oferta iva incluido anualidad 1	Importe Oferta sin iva por año	% DE BAJA	Puntuación Criterio económico	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	10	SU.PC.SANI.01.21.10.50004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION	LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm. DIAMETRO EXTERIO DEL CATETER ENTRE 14.5 Y 15.5 F AMBOS INCLUSIVE		Unidad (Pieza)	10 %	160	218.295000	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.		10010704547	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas	0							
	11	SU.PC.SANI.01.21.10.50004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION	LONGITUD MAYOR O IGUAL A 20 Y MENOR A 25 cm. DIAMETRO EXTERIO DEL CATETER ENTRE 14.5 Y 15.5 F AMBOS INCLUSIVE		Unidad (Pieza)	10 %	120	218.295000	BECTON DICKINSON, S.A.	6905280	10030073124	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y ofrece mejoras. En cuanto a facilidad de uso, no presenta dificultades para su utilización, dicatéter se suministra estéril y apirógeno, de un solo uso, se acode o se odor. Elelemento delcatéter debe 14.5 F, delmenor tamaño que el resto de ofertas y por tanto fácilita su implantación y colocac ión. Presenta un dilatmero de 15F, más grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultado no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el paciente. Elfabricante es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la difícultad no se considera adecuado para el uso al que está destinado.	45	209,00			4,26%	16,00 No aporta documentación			61,00	BECTON DICKINSON, S.A.
	11	SU.PC.SANI.01.21.10.50004		EQ. CATETER HEMODIALISIS 2 LUCES - 2 VIAS / LARGA DURACION	LONGITUD MAYOR O IGUAL A 25 Y MENOR A 30 cm. DIAMETRO EXTERIO DEL CATETER ENTRE 14.5 Y 16.5 F AMBOS INCLUSIVE		Unidad (Pieza)	10 %	120	218.295000	IZASA HOSPITAL S.L.U.	48/1H10154306	10016690109	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, presenta dificultades para su utilización y/oque el catéter tenga accesorios y correcta implantación. Presenta un dilatmero de 15.5 F, mas grueso que la oferta de BECTON DICKINSON S.A. que ocasiona un mayor daño en el paciente. En seguridad de uso y resultado no para profesionales, ya que existe el riesgo de que se doble o acode el catéter, así como el riesgo de que el paciente. Elfabricante es adecuado para conseguir la finalidad perseguida. En cuanto a la difícultad no se considera adecuado para el uso al que está destinado.	0	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas							
	12	SU.PC.SANI.01.21.18.50006		EQ. DEPURACIÓN EXTRARENAL: COLESTEROLEMIA	EQUIPO PARA LA ELIMINACIÓN DE LDL COLESTEROL PARA PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA EXTRACORPÓREOS. EL EQUIPO DEBE CONTENER LÍNEAS DE ENTRADA PARA CITRATO, LÍNEA VENOSA CON CÁMARA ATRAPA-BURBUJAS, FILTRO DE ADSORCIÓN, CONECTOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR RECOXIDA BOLSA DE ACD 3.000CC)	SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO AL 0,9% DISEÑADA PARA EL CEBADO EN HEMODIÁLISIS. ENVASES DE ENTRE 500 Y 1.000 ML	Litro (1 litro)	21 %	7280	3.469375	SIN OFERTAS											
	13	SU.PC.SANI.01.21.99.10001		BOLSA CEBADO CON CONEXION LUER-LOCK	KIT PARA TERAPIA DE HEMODIÁLISIS CON REPETICIÓN ENCICLEMA DEL ULTRAFILTRADO DEL PACIENTE																		
	14	SU.PC.SANI.01.21.18.50001	E88464	EQ. DEPURACION EXTRARENAL: HPN: Nº DE CUERPOS A SUPERFICIE DE LA MEMBRANA (m²)/Permeabilidad hidráulica (Kuf) (10-3)]																			

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	09/09/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAHFTWCYXAC7VMDVHXKJNSVW66C	PÁG. 5/6

AGRUP LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC		CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS	UDCONTRA	tipo iva	Unidades 2 años	Precio C/IVA	PROVEEDOR	REFERENCIA	CIP	INF. TECNICO	PUNTOS INF. TECNICO	Precio oferta iva incluido	Importe oferta aumentos de	Importe Oferta sin iva por ud. lote	% DE BAJA/A	Puntuación Oferta económica	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	Puntuación TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	15	SU.PC.SAN.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE PRESENTA SOLUCIONES DESINFECCION DEL MONITOR TRAS CADA SESION DE DIALISIS	Litro (1 litro)	21 %	466	6,975341 Caen Espeña S.A.U.	Fresenius Medical	5069821	1.000056-11	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta detalles muy adecuados, es la mejor oferta técnica. Muy adecuado para la desinfección del monitor tras cada sesión. Es cuanto a facilidad de uso, no presenta ningún problema. Por otro lado, por el uso y resultados no presenta riesgos asociado ni para pacientes ni para profesionales. El Rendimiento se considera adecuado para la desinfección del monitor tras cada sesión que está destinada.	45	6,96							
	16	SU.PC.SAN.01.21.11.200005		FILTRO FLUJO/DO DE DIALISIS		MONITOR COMPATIBLE FLEXYA SUPERFICIE DE MEMBRANA (2.1-2.1)	Unidad (Pieza)	21 %	298	176,573500	SIN OFERTAS												DESIERTO
	17	SU.PC.SAN.01.21.99.200000		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE: Presp. Formula DESINFECCION SEMANAL POR CALOR	Litro (1 litro)	21 %	232	5,940000	SIN OFERTAS												DESIERTO
	18	SU.PC.SAN.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE: Presp. Formula DESINFECCION DEL MONITOR TRAS CADA SESION DE DIALISIS	Litro (1 litro)	21 %	1178	6,883800	SIN OFERTAS												DESIERTO

Es copia auténtica de documento electrónico