Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

EXPEDIENTE 0000828/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3.a) DE LA LCSP, DE MATERIAL PARA HEMODIÁLISIS PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.01.21 MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGIA, CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, Y MANTENIMIENTO PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA. PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 1											
1	1	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	B BRAUN MEDICAL S.A.	7204657	XEVONTA DIALYZER HI 18, GAMMA	1000016854647	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad con la esterilidad por rayos gamma y la compatilidad con el sistema informático.
	2	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		7204665	XEVONTA DIALYZER HI 20, GAMMA	100016854748	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						7204670	XEVONTA DIALYZER HI 23, GAMMA	100016854849	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad con la esterilidad por rayos gamma y la compatilidad con el sistema informático.
	3	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		7107366	FILTRO DIACAP ULTRA	100010449953	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad de la su membrana de alta absorción y la compatibilidad.
	4	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		7211127	DIASTREAM IQ PREMIUM HD SNCO	100121342884	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca su tubuladura flexible y resistente con respecto a la calidad y la compatibilidad.
	5	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		899	ACIDO CITRICO AL 50% 6L	100016762113	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ácido cítrico que redunda en una mejora destacable de la calidad y compatibilidad.
	6	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		804	SOL-CART B 650g	100016854748	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						836	SOL-CART B 760g	100016854849	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	7	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		804	SOL-CART B 1100g	100023835460	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	8	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		7211125	DIASTREAM IQ PREMIUM HD	100121323791	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						7211183	DIASTREAM IQ PREMIUM HDF	100121323690	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ofrece una mejora destacable con respecto a la calidad y a la compatibilidad que permite diálisis online, ofreciendo alternativas por pacientes mas compatibles con unas tecnicas que con otras.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
1	1	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	NIPRO MEDICAL SPAIN S.L.U.	ELI-15H	ELISIO	100167612857	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-17H		100165926422	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-19H		100139494423	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la superficie que ofrece el dializador una destacable compatibilidad con los sistemas.
	2	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		ELI-21H	ELISIO	10013949726	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-25H		100165926725	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la superficie que ofrece el dializador una destacable compatibilidad con los sistemas.
	3	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		CF-609N-GJ	CF-609N-GJ	100139683937	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la calidad de la membrana de alta absorción que presenta y ofrece una mejor compatibilidad.
	4	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		A366R-V852R-GT	A366R-V852R-GT	100144516167	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por su tubuladura flexible de una destacable calidad y compatibilidad y ademas de la resistencia que ofrece.
	5	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		DIADEZ-C50-5L	DIADEZ	100139524436	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la composición del Ácido cítrico que ofrece una destacable calidad por lo que redunda y lo hace compatiblidad con el sistema.
	6	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		CART-B650GEU-	NIPROCART	100144536169	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	7	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		CART-B760GEU-	NIPROCART	100153427379	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras para diálisis largas.
	8	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		A364R-V850R-GT	A364R-V850R-GT	100144515955	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ofrece una mejora destacable con respecto a la calidad y a la compatibilidad que permite diálisis online, ofreciendo alternativas por pacientes mas compatibles con unas tecnicas que con otras.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
1	1	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	PALEX MEDICAL S.A.	434476	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	100099722596	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: presenta PVP reticulado que disminuye alergias. Disminuye pérdida de albúmina. Esterilidad por rayos gamma. Compatibilidad excelente con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: diferenciación de filtro por colores, formación para profesionales y, excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	2	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		434477	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²	100099722697	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: presenta PVP reticulado que disminuye alergias. Disminuye pérdida de albúmina. Esterilidad por rayos gamma. Compatibilidad excelente con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: diferenciación de filtro por colores, formación para profesionales y, excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	3	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		382542	FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS	100012138611	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas , excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes, formación para profesionales, que aumentan la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	4	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		436206	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos	100104182447	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: tubuladura flexible y resistente. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
1	5	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS	PALEX MEDICAL S.A.	444833	LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS	100114536230	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: acido cítrico, excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	6	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		612920	BICARBONATO / CARTUCHO	100165959859	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario .
	7	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		444734	BICARBONATO / CARTUCHO	100127063064	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario .
	8	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		472128	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCIÓN/ADULTOS	100122714246	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: permite diálisis online. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 2											
2	9	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	B BRAUN MEDICAL S.A.	7204657	XEVONTA DIALYZER HI 18, GAMMA	100016854647	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad con la esterilidad por rayos gamma y la compatilidad con el sistema informático.
	10	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		7204665	XEVONTA DIALYZER HI 20, GAMMA	100016854748	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						7204670	XEVONTA DIALYZER HI 23, GAMMA	100016854849	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad con la esterilidad por rayos gamma y la compatilidad con el sistema informático.
	11	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		7107366	FILTRO DIACAP ULTRA	100010449953	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca la calidad de la su membrana de alta absorción y la compatibilidad.
	12	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		7211127	DIASTREAM IQ PREMIUM HD SNCO	100121342884	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca su tubuladura flexible y resistente con respecto a la calidad y la compatibilidad.
	13	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		899	ACIDO CITRICO AL 50% 6L	100016762113	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ácido cítrico que redunda en una mejora destacable de la calidad y compatibilidad.
	14	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		804	SOL-CART B 650g	100016854748	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						836	SOL-CART B 760g	100016854849	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	15	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		804	SOL-CART B 1100g	100023835460	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	16	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		7211125	DIASTREAM IQ PREMIUM HD	100121323791	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						7211183	DIASTREAM IQ PREMIUM HDF	100121323690	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ofrece una mejora destacable con respecto a la calidad y a la compatibilidad que permite diálisis online, ofreciendo alternativas por pacientes mas compatibles con unas tecnicas que con otras.
DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	9	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	NIPRO MEDICAL SPAIN S.L.U.	ELI-15H	ELISIO	100167612857	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-17H	ELISIO	100165926422	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-19H	ELISIO	100139494423	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la superficie que ofrece el dializador una destacable compatibilidad con los sistemas.
	10	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		ELI-21H	ELISIO	100139494726	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-25H	ELISIO	100165926725	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la superficie que ofrece el dializador una destacable compatibilidad con los sistemas.
	11	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		CF-609N-GJ	CF-609N-GJ	100139683937	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Mejora destacable por la superficie que ofrece el dializador una destacable compatibilidad con los sistemas.
	12	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		A366R-V852R-GT	A366R-V852R-GT	100144516167	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca su tubuladura flexible y resistente con respecto a la calidad y la compatibilidad.
	13	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		DIADEZ-C50-5L	DIADEZ	100139524436	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ácido cítrico que redunda en una mejora destacable de la calidad y compatibilidad.
	14	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		CART-B650GEU-	NIPROCART	100144536169	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Destaca por la mayor durabilidad que ofrece y su compatibilidad.
	15	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		CART-B760GEU-	NIPROCART	100153427379	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras para diálisis largas.
	16	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		A364R-V850R-GT	A364R-V850R-GT	100144515955	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ofrece una mejora destacable con respecto a la calidad y a la compatibilidad que permite diálisis online, ofreciendo alternativas por pacientes mas compatibles con unas tecnicas que con otras.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS					VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	9	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	PALEX MEDICAL S.A.	407695	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	100024816277	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: esterilidad por radiación beta. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes, diferenciación de filtro por colores y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	10	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		407694	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²	100024816176	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: esterilidad por radiación beta. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes, diferenciación de filtro por colores y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	11	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		382542	FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS	100012138611	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas , excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que aumentan la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	12	SU.PC.SANI.01.21.12.200001		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos		436206	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA UNIPUNCION/ adultos	100104182447	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: tubuladura flexible y resistente. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
2	13	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS	PALEX MEDICAL S.A.	444833	LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS	100114536230	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: acido cítrico, excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	14	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		612920	BICARBONATO / CARTUCHO	100165959859	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	15	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		444734	BICARBONATO / CARTUCHO	100127063064	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	16	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis: líneas		472128	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos	100122714246	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: permite diálisis online. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 3											
3	17	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	NIPRO MEDICAL SPAIN S.L.U.	ELI-17HX-GJ	ELISIO HX	100156706390	0		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.
						ELI-19HX-GJ	ELISIO HX	100150458086	40	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: esterilización gamma seca. Compatibilidad y facilidad de uso: adecuado para la diálisis expandida. Seguridad: identificadores de colores, cabezales de dializadores transparentes, que permite controlar visualmente las burbujas de aire y, todo ello, mejora la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	18	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		ELI-21HX-GJ	ELISIO HX	100150476068	40	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: esterilización gamma seca. Compatibilidad y facilidad de uso: adecuado para la diálisis expandida. Seguridad: identificadores de colores, cabezales de dializadores transparentes, que permite controlar visualmente las burbujas de aire y, todo ello, mejora la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	19	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		DIADEZ-C50-5L	DIADEZ	100139524436	40	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Ácido cítrico que redunda en una mejora de la calidad y compatibilidad. Facilidad de uso y seguridad: adecuado para la diálisis expandida.
	20	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		CART-B650GEU-	NIPROCART	100144536169	40	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: cartucho con filtro superior (opcional) e inferior. Cada envase unitario se presenta con dos tapones, uno en cada extremo. Facilidad de uso y seguridad: adecuado para la diálisis expandida.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	21	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO	NIPRO MEDICAL SPAIN S.L.U.	CART-B760GEU-	NIPROCART	100153427379	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: Cartucho con filtro superior (opcional) e inferior. Cada envase unitario se presenta con dos tapones, uno en cada extremo. Facilidad de uso y seguridad: adecuado para la diálisis expandida.
	22	SU.PC.SANI.01.21.12.200003		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos		A364R-V850R-GT	A364R-V850R-GT	100144515955	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: conexión luer-lock protegida. Cada embalaje contiene un indicador químico que asegura la esterilidad, se volverá rojo cuando esté esterilizado. Facilidad de uso y seguridad: adecuado para la diálisis expandida.
	23	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		CF-609N-GJ	CF-609N-GJ	100139683937	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y commpatibilidad: Eliminación de endotoxinas, bacterias y partículas. Presenta tres tapones de puerto con fácil extracción por giro. Desinfección con ácido cítrico. Gran durabilidad del filtro.Sin Látex ni PVC. Facilidad de uso y seguridad: adecuado para la diálisis expandida.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
3	17	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	PALEX MEDICAL S.A.	380923	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	100006054455	**10**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Esterilidad por rayos gamma.
	18	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		380924	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²	100006054354	**10**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Esterilidad por rayos gamma.
	19	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		444833	LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS	100114536230	**40**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Ácido cítrico que redunda en una mejora de la calidad y compatibilidad. Excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y formación para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	20	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		612920	BICARBONATO / CARTUCHO	100165959859	**40**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	21	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO	PALEX MEDICAL S.A.	444734	BICARBONATO / CARTUCHO	100127063064	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formación para profesionales, que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	22	SU.PC.SANI.01.21.12.200003		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos		490460	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos	100136918412	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: tubuladura flexible y resistente. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes y, formació n para profesionales que mejoran la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.
	23	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		382542	FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS	100012138611	**40**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas. Compatibilidad: excelente compatibilidad con el sistema informático. Facilidad de uso: máquina de diálisis intuitiva. Seguridad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas , excelente lectura de tarjetas individuales de pacientes, formación para profesionales, que aumentan la seguridad del paciente por la importancia que tiene dicha formación en el ambito sanitario.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS					VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	17	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m²	VANTIVE HEALTH S.L.	115578	THERANOVA 400	100119142852	10		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Esterilidad por vapor.
	18	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD >=2m²		115579	THERANOVA 500	100119142953	10		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Esterilidad por vapor.
	19	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		DIALOX5KG	DIALOX	100094964636	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ácido peracético que redunda en una mejora de la calidad y compatibilidad.
	20	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		955833	BICART 720GR	100137994572	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Permite una duración de la dialisis corta lo que mejora la calidad de la dialisis ofrecida al paciente y una mejor compatibilidad en cada caso.
	21	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		955839	BICART 1150GR	100138037618	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Permite una duración de la dialisis larga lo que mejora la calidad de la dialisis ofrecida al paciente y una mejor compatibilidad en cada caso.
	22	SU.PC.SANI.01.21.12.200003		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos		955549	ARTISET HD DNL HC	100124353797	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Presenta distintos cassete para hemodiálisis, terapia HDX y HDFOL lo que ofrece una mejor calidad a la hemodiálisis del paciente y una mejor compatibilidad en cada caso
	23	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		955825	U9000 PLUS	100142686071	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Ofrece una Triple filtración interna por lo que descata su calidad y compatibilidad en cada caso.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 4											
4	24	SU.PC.SANI.01.21.11.100003		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD <= 1.4m² PEDIATRICO	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA S.A.	F00001588	FX CORDIAX 40	100071100293	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad , su diseño eficiente y una compatibilidad con respecto a los materiales y tecnologías avanzadas usadas en el hospital.
	25	SU.PC.SANI.01.21.12.205000		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA/ niños		F00001068	AV-SET ONLINEPLUS BVM PAED 5008	100026142464	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece un equipo esterilizado por radiación E-BEAM lo que permite una mayor compatibilidad con los sistemas y tipos de pacientes
	26	SU.PC.SANI.01.21.99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		5085621	PURISTERIL 340	100004654413	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece activo contra el biofilm, facilitando su destrucción y destaca su compatiblidad con los sistemas.
	27	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		5060801	BIBAG 900G	100014473394	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una cantidad suficiente para realizar una sesión HDF o hemodiálisis de alto flujo de 4 horas y compatibilidad con los sistemas.
	28	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		5008201	DIASAFE PLUS	100002858279	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad tiene la capacidad de retención de endotoxinas de las fibras y compatibilidad con los sistemas.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 5											
5	29	SU.PC.SANI.01.21.18		Técnicas alternativas de depuración	PALEX MEDICAL S.A.	448281	DIALIZADOR P/MIELOMA MÚLTIPLE	100136919129	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Calidad: eficaz para cadenas ligeras. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	30	SU.PC.SANI.01.21.99		MATERIAL PARA LIMPIEZA MAQUINA DIALISIS		444833	MATERIAL PARA LIMPIEZA MAQUINA DIALISIS	100114536230	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Acido cítrico que redunda en una mejora de la calidad y Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	31	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		612920	BICARBONATO / CARTUCHO	100165959859	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	32	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		444734	BICARBONATO / CARTUCHO	100127063064	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Calidad: cartuchos preperforados. Gran durabilidad. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	33	SU.PC.SANI.01.21.12.200003		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos		490460	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos	100136918412	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Calidad: tubuladura flexible y resistente. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	34	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		382542	FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS	100012138611	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Calidad: membrana absortiva Pepa específica para retención de endotoxinas. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS					VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
5	29	SU.PC.SANI.01.21.18		Técnicas alternativas de depuración	VANTIVE HEALTH S.L.	113092	THERALITE	100095117187	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Eficaz para toxinas grandes. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	30	SU.PC.SANI.01.21.99		MATERIAL PARA LIMPIEZA MAQUINA DIALISIS		955850	CLEANCART A	100138048427	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Elimina depósitos orgánicos. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
						955851	CLEANCART C	100138048528	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Elimina sales de calcio. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	31	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		955833	BICART 720GR	100137994572	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Adecuada duración para diálisis corta. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	32	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO		955839	BICART 1150GR	100138037618	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Adecuada duración para diálisis larga. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	33	SU.PC.SANI.01.21.12.200003		EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCION/ adultos		955549	ARTISET HD DNL HC	100124353797	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Presenta casete para hemodiálisis, terapia HDX y HDFOL. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	34	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		955825	U9000 PLUS	100142686071	**20**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Triple filtración interna. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 6											
6	35	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA S.A.	F00007957 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 111. 25 CONCENTRADO ÁCIDO ACF 4 . 2L	100124293084	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	36	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		F00007960 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 211. 50 CONCENTRADO ÁCIDO ACF 4 . 2L	100124282972	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	37	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		F00007958 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 111. 50 CONCENTRADO ÁCIDO ACF 4 . 2L	100124292973	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	38	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		F00007961 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 211. 75 CONCENTRADO ÁCIDO ACF 4 . 2L	100124282871	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	39	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		F00003068 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 211. 50 (600L) CONTIENE 2 UNIDADES INDIVISIBLES DE 300L	100134353808	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.

	40	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		F00001168 Fórmula y presentación a elegir por el hospital	SMARTBAG 211. 25 (600L) CONTIENE 2 UNIDADES INDIVISIBLES DE 300L	100134353707	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					**DATOS OFERTAS RECIBIDAS**				**VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS**		
AGRUPACIÓN	*LOTE*	*CLASIFICACIÓN UNIVERSAL*	*CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)*	*DESCRIPCIÓN*	**LICITADORES**	**REFERENCIA**	**NOMBRE COMERCIAL**	**CIP**	**PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos**	**¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?**	**JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**
6	35	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	NIPRO MEDICAL SPAIN S.L.U.	SOL45-314A4L	NIPROSOL	100137675156	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	36	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		SOL45-323A4L	NIPROSOL	100137675055	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	37	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		SOL45-313A4L	NIPROSOL	100137674843	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	38	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		SOL45-306A4L	NIPROSOL	100137673530	**20**	**SÍ**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	39	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		CSOL45-323A600LT	NIPROTANK	100137563822	**10**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Poca evidencia científica. Dificultad en la instalación por problemas de espacio y, difícil mantenimiento del sistema distribución que lo hacen inseguro.
	40	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		CSOL45-324A600LT	NIPROTANK	100137513524	**10**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Poca evidencia científica. Dificultad en la instalación por problemas de espacio y, difícil mantenimiento del sistema distribución que lo hacen inseguro.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
6	35	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	PALEX MEDICAL S.A.	515115	CONCENTRADO ACIDO Ca / K	100161247268	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	36	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		515117	CONCENTRADO ACIDO Ca / K	100161247460	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	37	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		515114	CONCENTRADO ACIDO Ca / K	100161247369	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	38	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K		601457	CONCENTRADO ACIDO Ca / K	100163272819	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	39	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		602323	HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS	100161247561	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.
	40	SU.PC.SANI.01.21.16		HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS		601455	HEMODIÁLISIS: PRODUCTOS QUÍMICOS	100163273526	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora destacable respecto a la calidad y compatibilidad. Con respecto a la calidad ofrece una adecuada concentración de iones. Compatibilidad: destaca la compatibilidad con el sistema informático.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 40 PUNTOS		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	DESCRIPCIÓN	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40puntos) Umbral mínimo 20 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	42	SU.PC.SANI.01.21.18.000003		EQ. PLASMAFERESIS	B BRAUN MEDICAL S.A.	7211302	OMNISET TPE 0.7	100167187450	**10**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco destacable respecto a la calidad. Grande. Aporta sensor de peso.
					IZASA HOSPITAL S.L.U.	525PE-1-08-K (artículo es un kit compuesto por las referencias: 525PE-FSL-1 Y 525 PLASMAFLO-08)	EQ. PLASMAFERESIS	100167450619	**40**	**sí**	Cumple las prescripciones técnicas del Pliego y aporta alguna mejora muy destacable respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad y compatibilidad: posibilidad de hacer más técnicas con la misma máquina. Facilidad de uso: fácil montaje y de uso para los profesionales. Seguridad: excelente seguridad para el paciente.
					VANTIVE HEALTH S.L.	107144	PRISMAFLEX TPE 2000 SET	100100735731	**0**		Cumple las prescripciones técnicas del Pliego. No aporta mejoras.