

EXPEDIENTE NÚMERO 0001225/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS REPARADORAS: MAMAS y MALLAS, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO SU.PC.SANI.04.12, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, AL AMPARO DE DEL ART. 16.3.a) DE LA LCSP

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
1	SU.PC.SANI.04.12.10.100003	F21397	PROTESIS MAMARIA REDONDA LISA-GC	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				JOHNSON & JOHNSON, S.A.		VER Anexo V A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				SILICONMED ESPAÑA S.L.U.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. LA CALIDAD DE LA PRÓTESIS TIENE CONSISTENCIA MUY ADECUADA LO QUE PERMITE LA MEJOR COMPATIBILIDAD. PRÓTESIS QUE A PESAR DE SER LISA PRESENTA UNA TEXTURA QUE PERMITE UNA BUENA FIJACIÓN A LOS TEJIDOS, LO QUE FACILITA SU USO Y LE CONFIERE UNA MAYOR SEGURIDAD.
2	SU.PC.SANI.04.12.10.300001	F33862	PRÓTESIS MAMARIA REVESTIDA DE POLIURETANO-FORMA:anatomica;	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA MUY BUENA CALIDAD AL APORTAR CUATRO TIPOS DE FORMA DE BASE DISTINTOS Y A SU VEZ MEJORA LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO DE USO. FACILITA SU USO AL TENER CORRESPONDENCIA CON EXPANSORES. OFRECE UN SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR LO QUE REDUNDA EN UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA PRÓTESIS.
				SILICONMED ESPAÑA S.L.U.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
3	SU.PC.SANI.04.12.10.300001	E88817	PRÓTESIS MAMARIA REVESTIDA DE POLIURETANO-FORMA:redonda;	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA MUY BUENA CALIDAD AL APORTAR CUATRO TIPOS DE FORMA DE BASE DISTINTOS Y A SU VEZ MEJORA LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO DE USO. FACILITA SU USO AL TENER CORRESPONDENCIA CON EXPANSORES. OFRECE UN SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR LO QUE REDUNDA EN UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA PRÓTESIS.
				SILICONMED ESPAÑA S.L.U.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
4	SU.PC.SANI.04.12.10.400001	F21370	PROTESIS MAMARIA REDONDA TEXTURADA COHESIVA-GC	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA MUY BUENA CALIDAD AL APORTAR CUATRO TIPOS DE FORMA DE BASE DISTINTOS Y A SU VEZ MEJORA LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO DE USO. FACILITA SU USO AL TENER CORRESPONDENCIA CON EXPANSORES. OFRECE UN SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR LO QUE REDUNDA EN UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA PRÓTESIS.
				SILICONMED ESPAÑA S.L.U.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
5	SU.PC.SANI.04.12.10.500000	F21371	PROTESIS MAMARIA ANATOMICA TEXTURADA COHESIVA-GC	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. OFRECE UNA MUY BUENA CALIDAD AL APORTAR CUATRO TIPOS DE FORMA DE BASE DISTINTOS Y A SU VEZ MEJORA LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO DE USO
				JOHNSON & JOHNSON, S.A.		VER Anexo V A Oferta Técnica	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA CALIDAD MUY BUENA AL TENER UNA BUENA TEXTURIZACIÓN.OFRECE UNA BUENA COMPATIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO AL TENER CORRESPONDENCIA CON LOS EXPANSORES. DISPONE DE UN SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR LO QUE REDUNDA EN UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA PRÓTESIS.
				SILICONMED ESPAÑA S.L.U.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
6	SU.PC.SANI.04.12.20.000000	F21423	EXPANSOR TEJIDO MAMARIO-GC	BIOCABLAN S.L.	VER Anexo V-A Oferta Técnica	VER Anexo V-A Oferta Técnica	20	sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. CON RESPECTO A LA CALIDAD, LOS EXPANSORES MAMARIOS CON FORMA ANATÓMICA MEJORAN EL RESULTADO ESTÉTICO DE LA MAMA RECONSTRUIDA Y A SU VEZ MEJORAN LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO. FACILITA SU USO POR LA CORRESPONDENCIA CON PRÓTESIS DE POLIURETANO Y EL EXPANSOR MAMARIO OFRECE UNA MAYOR SEGURIDAD CON SU REFUERZO DE LA PARTE FRONTAL SUPERIOR Y, LA PARTE POSTERIOR PARTICULARMENTE APOYA LA EXPANSIÓN DE LA PARTE INFERIOR DE LA MAMA Y, EVITA LA SOBREEXPANSIÓN EN EL MEDIO SUPERIOR.
				JOHNSON & JOHNSON, S.A.		VER Anexo V A Oferta Técnica	10	sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. CALIDAD Y COMPATIBILIDAD: REFORZADO CON DRACON EN LA BASE Y EN LA PARTE ANTERIOR EN LA ZONA DEL POLO SUPERIOR PARA CONSEGUIR UNA BUENA EXPANSIÓN UNIDIRECCIONAL PROBADA EN EL POLO INFERIOR ANATÓMICO (LO MÁS SIMILAR POSIBLE A LA MAMA NATURAL) Y, EVITAR DISTORSIÓN TANTO POSTERIOR COMO MEDIAL Y LATERAL, LO QUE MEJORA LA CALIDAD Y LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
7	SU.PC.SANI.04.12.70.000000	E84086	MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/PEQUEÑAS-SUPERFICIE TOTAL 2:{0-93};	AMEVISA, S.A.	PPMM611	100162324045	10	Sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. OFRECE UNA ADECUADA CALIDAD AL DISPONER DE PORO ANCHO Y DENSIDAD ÓPTIMA Y A SU VEZ MEJORA LA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO.
				B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1065020UNI	100015480467	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				JOHNSON & JOHNSON, S.A.		100004441462	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				LORCA MARÍN, S.A.	M81005	100167608816	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				LORCA MARÍN, S.A.	M81010	100167608614	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MBA INCORPORADO S.L.	SMX061110S	100081589433	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	PPM1106	100097832404	10	Sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. OFRECE UNA RIGIDEZ ÓPTIMA LO QUE MEJORA LA CALIDAD Y LA COMPATIBILIDAD AL DISPONER DE TRAMA PEQUEÑA.
				PRIM, S.A.	FBIOP10611	100010326113	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEV0611 BULEVB0611	100015082740 100093778454	20	Sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA RIGIDEZ OPTIMA LO QUE MEJORA LA CALIDAD Y LA COMPATIBILIDAD AL DISPONER DE TRAMA TRENZADA ELÁSTICA. AL DISPONER DE COLORACIÓN DIFERENCIADA FACILITA SU USO Y OFRECE MAYOR SEGURIDAD, POR DISPONER DE UN SISTEMA DE MAS FÁCIL DE INTEGRACIÓN QUE DISMINUYE LA INFECCIÓN.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
8	SU.PC.SANI.04.12.70.000002	E84087	MALLAS DE POLIPROPILENO PLANAS/MEDIANAS-SUPERFICIE TOTAL 2:(93-150);	AMEVISA, S.A.	PPMM1015	100162323732	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. OFRECE UNA CALIDAD ADECUADA AL DISPONER DE PORO ANCHO Y OPTIMIZA LA COMPATIBILIDAD POR DISPONER DE DENSIDAD ÓPTIMA.
				B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1065030UNI	100015481275	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				BECTON DICKINSON, S.A.	0112680G	100149903474	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				JOHNSON & JOHNSON, S.A.		100167554962	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				LORCA MARÍN, S.A.	M81015 M81025 M81030	100167609028 100167609220 100167609321	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MBA INCORPORADO S.L.	SMX101510S	100081599434	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	PPM1508	100098556710	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. OFRECE UNA RIGIDEZ MÍNIMA ADECUADA Y PRESENTA UNA TRAMA PEQUEÑA LO QUE REDUNDA EN UNA BUENA COMPATIBILIDAD EN CADA CASO.
				PRIM, S.A.	FBIOP10715	100010326214	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
9	SU.PC.SANI.04.12.70.100000	E83949	MALLA DE POLIPROPILENO PREFORMADA-Forma:Cono mas preformada sin abertura;	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	BULEV0815 BULEVB0815 BULEV1015B	100015082841 100093766736 100093778656	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. OFRECE UNA MUY BUENA CALIDAD AL DISPONER DE TRAMA TRENZADA ELÁSTICA Y Poca RIGIDEZ LO QUE REDUNDA EN UNA MUY BUENA COMPATIBILIDAD DEL TEJIDO EN CADA CASO. DISPONE DE COLORACIÓN DIFERENCIADA LO QUE FÁCILITA SU USO Y OFRECE UNA MAYOR SEGURIDAD. FACILITA LA INTEGRACIÓN LO QUE DISMINUYE LA INFECCIÓN Y AUMENTA LA SEGURIDAD.
				PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	KP3EFLTEVSD KP3EFLTS3D KP3EFLTM3D KP3EFLTL3D	100094436007 100094436108 100094436209 100094436300	15	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO. MEJORA LA CALIDAD AL DISPONER DE UN CONO PREFORMADO, LO QUE REDUNDA EN LA COMPATIBILIDAD CON EL TEJIDO. OFRECE MAYOR FACILIDAD DE USO AL DISPONER DE UN CONO FACIL DE IMPLANTAR Y ADEMÁS, FÁCILITA UNA FIJACIÓN ÓPTIMA CON PEGAMENTOS BIOLÓGICOS.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
10	SU.PC.SANI.04.12.70.400000	E84786	MALLA COMPUESTA/EXTRAGRANDE-SUPERFICIE TOTAL 2:(500-800];FORMA 2:Plana;	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	2P2030EV FLPCMC2030	100094432663 100094433774	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS. DIFICULTAD EN LA IMPLANTACIÓN.
11	SU.PC.SANI.04.12.70.400001	E84783	MALLA COMPUESTA/ESTANDAR-SUPERFICIE TOTAL 2:(150-300];FORMA 2:Preformada paraestomal;	PROHOSA (Prótesis Hospitalarias S.A.)	2P1520EV PCMCIO51419	100094432168 100094434087	10	sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. DISPONE DE UNA CALIDAD ADECUADA PARA HERNIAS EN ESTOMAS LO QUE REDUNDA EN UNA MEJOR COMPATIBILIDAD CON LOS TEJIDOS.
12	SU.PC.SANI.04.12.70.500001	E90497	MALLA BIOLÓGICA /ESTANDAR-Animal de origen-2:Porcino;Origen tisular-2:Dermis;Superficie total-2:(150-300];	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	5115-100	100016779689	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
13	SU.PC.SANI.04.12.70.500012	F32668	MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE-Animal de origen-2:Porcino;Origen tisular-2:Dermis;Superficie total-2:(300-500];	DGM VascuAr, S.L.	C1825E	100161649228	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				PRIM, S.A.	AEDP 160-200(R)	100167705199	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
14	SU.PC.SANI.04.12.70.500012	E94528	MALLA BIOLÓGICA/ GRANDE-Animal de origen-2:Porcino;Origen tisular-2:Dermis;Superficie total-2:(500-800];	DGM VascuAr, S.L.	C2030E	100161649420	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	5120-100	100031526750	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				PRIM, S.A.	AEDP 200-250(R)15	100167705593	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
15	SU.PC.SANI.04.12.70.500013	F44748	MALLA REABSORBIBLE/ REGENERADOR TISULAR-Superficie Total:(600-900];	BECTON DICKINSON, S.A.	1202530G	100131281676	15	sí	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO. PRESENTA UNA BUENA CALIDAD AL DISPONER DE UNA REABSORCIÓN LENTA LO QUE REDUNDA EN UNA MEJOR COMPATIBILIDAD CON LOS TEJIDOS A SU VEZ FACILITA SU USO AL DISPONER DE UNA FIJACIÓN ÓPTIMA.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
16	SU.PC.SANI.04.12.70.700000	E84766	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE-Superficie total-2:(0-150];Período de absorción:30-60;	BECTON DICKINSON, S.A.	5950007G	100149236235	15	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO. TIENE UNA BUENA ELASTICIDAD LO QUE MEJORA SU CALIDAD Y REDUNDA EN LA COMPATIBILIDAD CON LOS TEJIDOS. FACILITA SU USO AL DISPONER DE UNA FIJACIÓN ÓPTIMA.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	PCO4VP	100082939570	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. DISPONE DE BUENA CALIDAD AL OFRECER UNA BUENA INTEGRACIÓN Y MEJORA LA COMPATIBILIDAD CON EL PACIENTE. A SU VEZ FACILITA SU USO PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN ÓPTIMA. Y OFRECE UNA MUY BUENA SEGURIDAD POR SU USO PROFILÁCTICO DE HERNIA INCISIONAL Y DE INFECCIÓN QUE AUMENTAN LA SEGURIDAD.
17	SU.PC.SANI.04.12.70.700000	E84612	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE-Superficie total-2:(150-300];Período de absorción:120-180;	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		100004710287	0		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO. NO APORTA MEJORAS.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	TMP3008G	100148589390	20	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. DISPONE DE UNA MEJOR CALIDAD AL DISPONER DE UNA BUENA INTEGRACIÓN LO QUE REDUNDA EN UNA MEJOR COMPATIBILIDAD CON EL PACIENTE. A SU VEZ FACILITA SU USO AL DISPONER UNA MEJOR COLOCACIÓN Y FIJACIÓN ÓPTIMA. MEJORA LA SEGURIDAD POR SU USO PROFILÁCTICO DE HERNIA INCISIONAL Y DE INFECCIÓN QUE AUMENTAN LA SEGURIDAD.
				PRIM, S.A.	4DVENT1515	100104387013	NO SE VALORA		NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS PPT. NO PRESENTA MUESTRAS.
18	SU.PC.SANI.04.12.70.700000	E84609	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE-Superficie total-2:(150-300];Período de absorción:<30;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	SYM2015F	100093781788	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. ADECUADA PARA REFORZAR TEJIDO BLANDO DE LA PARED ABDOMINAL SIEMPRE QUE EXISTA UN DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO. INTRACAVITARIA
19	SU.PC.SANI.04.12.70.700000	E84768	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE-Superficie total-2:(800-1050];Período de absorción:<30;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	SYM3728	100093790072	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. ADECUADA PARA REFORZAR TEJIDO BLANDO DE LA PARED ABDOMINAL SIEMPRE QUE EXISTA UN DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO. INTRACAVITARIA.
20	SU.PC.SANI.04.12.70.700000	E84605	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE-Superficie total-2:(500-800];Período de absorción:<30;	BECTON DICKINSON, S.A.	5954810G	100151082787	15	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO. OFRECE UNA CALIDAD ADECUADA PARA REFORZAR TEJIDO BLANDO DE LA PARED ABDOMINAL SIEMPRE QUE EXISTA UN DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO LO QUE FAVORECE LA COMPATIBILIDAD CON EL TEJIDO. INTRACAVITARIA. ADECUADA TEXTURA. EXCELENTE ELASTICIDAD. FACILIDAD DE USO: FIJACIÓN ÓPTIMA CON PEGAMENTOS BIOLÓGICOS.
				MEDTRONIC IBÉRICA S.A	SYM3020F	100093769362	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. ADECUADA PARA REFORZAR TEJIDO BLANDO DE LA PARED ABDOMINAL SIEMPRE QUE EXISTA UN DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO. INTRACAVITARIA.

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO
21	SU.PC.SANI.04.12. 70.700000	E84610	MALLA PARCIALMENTE REABSORBIBLE- Superficie total-2:(0-150];Período de absorción:<30;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	SYM1510	100093768958	10	SÍ	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD Y COMPATIBILIDAD. ADECUADA PARA REFORZAR TEJIDO BLANDO DE LA PARED ABDOMINAL SIEMPRE QUE EXISTA UN DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO. INTRACAVITARIA.
22	SU.PC.SANI.04.12. 70.800002	E87046	MALLA DE POLIVINILIDENO PREFORMADA-Forma 2:Anatómica;	SIN OFERTAS					
23	SU.PC.SANI.04.12. 90.300000	E64482	REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE- Composición:Acido poliglicolico;FORMA:rectangular;	SIN OFERTAS					
24	SU.PC.SANI.04.12. 90.300000	E36073	REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE- Composición:Acido poliglicolico;FORMA:cuadrada;	SIN OFERTAS					