



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

RESPUESTA A CONSULTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS

SUMINISTRO DE MONITOR DE NEUROFISIOLOGÍA INTRAOPERATORIO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS (EXPEDIENTE Nº 0000781/2025)

En el punto 2. Especificaciones Técnicas, se describe:

- en el primer punto, un sistema de IOM de última generación, con 4 canales de adquisición, compatible con estudios de EMG, Conducción Nerviosa (NCV) y Potenciales Evocados (PE)
- en el cuarto punto, un amplificador de al menos 40 canales

Lo descrito en el primer punto se corresponde con un sistema de EMG básico y lo del cuarto punto con un sistema de IOM.

Por favor aclararnos, de cuantos canales debe contar el sistema.

El equipo debe disponer de al menos 40 canales.

**LA SUBDIRECCIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
(CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS)**

Central Provincial de Compras de Málaga
Subdirección de Contratación Administrativa
Hospital Univ. Regional de Málaga - Hospital Civil
Plaza del Hospital Civil, s/n
29009 Málaga

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	CRISTOBAL MARTI JORDAN	22/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm5QN9L8JLV6GWBULL95DP6XRJE	PÁG. 1/1	

Es copia auténtica de documento electrónico