ANEXO I

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA	Empresa licitadora	
	MONTADOR AUTOMÁTICO DE PREPARACIONES HISTOLÓGICAS	**Descripción oferta**	**Referencia documental**
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Sistema de montaje de preparaciones controlado por microprocesador y en compartimento cerrado		
	Método de montaje que asegure la unión instantánea entre el cubreobjetos y el portaobjetos que evite la aparición de restos de material adherente alrededor de la preparación montada		
	Método de montaje por rollo de film de Celulosa Tri-acetato		
	Señalización acústica y óptica para indicación de finalización de proceso		
	El equipo permite la carga de al menos 50 preparaciones simultáneas		
	Capacidad de montaje: mínimo 1.000 portas/hora		
	Sistema de detención automática en caso de apertura del compartimento		
	Sistema de seguridad en caso de rotura del vidrio		
	Conexión a sistema de extracción de gases por aspiración mediante sistema de filtrado (carbón activo o equivalente)		
	Prestaciones técnicas adicionales que supongan avances tecnológicos que mejoren la asistencia al paciente/usuario		