

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA INSTILACIÓN (SUBGRUPOS 01.11 Y 01.30 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS HOSPITALARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ

<i>Índice</i>	<i>Página</i>
❖ 1. ANTECEDENTES	1
❖ 2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	3
❖ 3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	3
❖ 4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS	3
❖ 5. RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN AGRUPACIÓN Y LOTES	8

1.- ANTECEDENTES. -

Procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA INSTILACIÓN (SUBGRUPOS 01.11 Y 01.30 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS HOSPITALARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 0001319/2024

Presupuesto de licitación: 1.001.874,91 € (IVA excluido) Total: 1.138.882,04 € (IVA incluido)
Plazo de ejecución: 24 meses.

Al objeto de valorar los criterios no automáticos, la Mesa de Contratación nombra a los siguientes integrantes:

Orden	Nombre y apellidos	Centro	Categoría
1	Israel Vázquez Martínez	Hospital Puerta del Mar de Cádiz	Jefe de Bloque de RRMM.
2	Belén Muñoz Bañón	Hospital Punta Europa de Algeciras	Jefa de bloque de RRMM
3	Manuela Soriano Blanco	Hospital La Línea	Responsable RRMM
4	María Isabel Calvo Galiana	Hospital Universitario de Puerto Real	Supervisora de RRMM
5	Carmen Santos Millán	Central de compras de Cádiz	Enfermera Coordinadora RRMM

La falta de asistencia a las sesiones a las sesiones por parte de D^a. Carmen Santos Millán, implica la aceptación tácita del resultado de valoración que realice el resto de integrantes de la Comisión Técnica.

Al mismo tiempo, por unanimidad de los miembros de la Comisión, y ante la falta de asistencia de D^a. Carmen Santos Millán, por unanimidad se acuerda delegar en D. Israel Vázquez Martínez, a los efectos de que pueda realizar las aclaraciones o subsanaciones solicitadas al presente informe por la Mesa de Contratación.

Requerida la Comisión Técnica para la valoración de los criterios no automáticos (Sobre 2) de las ofertas presentadas para el contrato referenciado, de acuerdo con los aspectos técnicos detallados en las mismas, se procede a la emisión del presente **INFORME**, en función del análisis inicial de la documentación presentada por las empresas licitadoras en función de los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo A al Cuadro Resumen 1, con el siguiente tenor literal:

LOTES 1, 2, 3 y 4

NIVEL VALORACIÓN FUNCIONAL. Ponderación: de 0 a 40 puntos

Eficacia: De 0 a 20 puntos

Eficacia de uso, en función de la biodisponibilidad, de la absorción, eliminación. Estudios científicos independientes que avalen su eficacia.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 10 puntos y hasta 20 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 10 puntos.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 001319/2024

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

Seguridad: De 0 a 10 puntos

La ausencia de riesgo en todas sus dimensiones tanto para los profesionales como para los pacientes o usuarios, así como la eficacia de los sistemas de seguridad, elementos cuya presencia o ausencia puedan generar un riesgo. Facilidad para preservar la esterilidad hasta el momento de uso. Estudios científicos independientes que avalen su seguridad.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 5 puntos y hasta 10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 5 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

Duración: De 0 a 10 puntos

Duración del efecto, demostrado a través de estudios científicos independientes.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 5 puntos y hasta 10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 5 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

LOTES 5 a 7, ambos inclusive

2.- NIVEL DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL. De 0 a 30 puntos.

Calidad: De 0 a 15 puntos

Calidad de los materiales con los que está fabricado, textura, resistencia a la rotura, estanquidad y calidad de las conexiones entre las partes del artículo o con otros artículos. Eficacia de uso, en función de la biodisponibilidad, de la absorción, eliminación, concentración, volumen y peso molecular. Duración del efecto, demostrado a través de estudios independientes.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 10 puntos y hasta 15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 10 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

Seguridad: De 0 a 10 puntos

La ausencia de riesgo en todas sus dimensiones tanto para los profesionales como para los pacientes o usuarios, así como la eficacia de los sistemas de seguridad, elementos cuya presencia o ausencia puedan generar un riesgo. Facilidad para preservar la esterilidad hasta el momento de uso. Estudios científicos independientes que avalen su seguridad.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 5 puntos y hasta 10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 5 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

Ergonomía y rentabilidad: De 0 a 5 puntos

Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, aletas, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de implantación o colocación.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 3 puntos y hasta 5 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración. Igual o superior a 1 punto e inferior a 3 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración. 0 Puntos.

2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS.

Orden	Empresas Licitadoras
1	AMEVISA SA
2	BIOGINE FARMA SL
3	GREGOPAIN BIO SL
4	INTERSURGICAL ESPAÑA SL
5	JANTROMED DISTRIBUCIONES QUIRURGICAS SL
6	LABORATORIO REIG JOFRE SA
7	LABORATORIOS ERN, S.A
8	LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL
9	MEDICAL 10 SL
10	NAKAFARMA. S.L
11	ORTO-MEDIMATEC, S.A
12	PROSAC PRODUCTOS SL

3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

En el PPT se establece que las características técnicas de los bienes objeto de licitación aparecen detalladas en el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Adicionalmente a las características técnicas establecidas en el catálogo de bienes y Servicios del SAS para cada artículo objeto de licitación, será necesario que los productos ofertados reúnan las prescripciones técnicas adicionales que se especifican en el Anexo II de este Pliego. No se considerarán las ofertas de productos con CIP emitido con arreglo a especificaciones técnicas, atributos y/o medidas correspondientes a otros GC del Banco de Bienes y Servicios.

Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las disposiciones vigentes exigen al diseño, fabricación, acondicionamiento, etiquetado y comercialización del mismo. Se requerirá al adjudicatario o adjudicatarios el cumplimiento de estos requisitos durante la vigencia del contrato.

En el momento de la valoración de las ofertas se han tenido en cuenta las rectificaciones que ha sufrido el PPT por medio de Resolución de Corrección de errores de fechas 10/06/2025, 16/06/2025 y 20/06/2025, así como nota informativa a preguntas de las empresas de fecha 13/06/2025.

3.1.- Análisis de fichas técnicas ofertadas en relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT.

Tal y como se ha comentado anteriormente, en el PPT se establece que los productos ofertados deberán encontrarse inscritos y asociados en el Catálogo del Servicio Andaluz de Salud, y se identificarán mediante la presentación del Certificado Código de Identificación del Producto, de conformidad con lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

Se ha constatado para algunas de las ofertas analizadas que su oferta y/o CIP no cumplen los requisitos técnicos exigidos, por lo que se deja constancia expresa NO CUMPLE (se describen en las motivaciones los parámetros en los que no se cumplen los requisitos técnicos mínimos fijados). Las valoraciones y anotaciones en relación al cumplimiento de los atributos exigidos, en función de la exposición realizada en los párrafos anteriores, son las siguientes:

LICITADOR	Referencia presentada	Lote	Exigencias PPT	Motivación
AMEVISA SA	TrHCROSS2,0	1	NO CUMPLE	No cumple porque presenta un informe propio de resultados de un estudio prospectivo y no presenta estudios científicos que acrediten una duración superior a 12 meses
INTERSURGICAL ESPAÑA SL	SMAG008	1	NO CUMPLE	No cumple porque tiene un volumen inferior a 4 ml, y lo presenta de 3 ml
LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL	157592.0	1	NO CUMPLE	NO cumple porque no tiene más de 60 mg, y se exige mayor de 60 mg
MEDICAL 10 SL	1321	1	NO CUMPLE	No cumple porque no presenta estudios científicos de su producto, sino de productos genéricos que acrediten una duración superior a 12 meses
INTERSURGICAL ESPAÑA SL	SMAG009	2	NO CUMPLE	No cumple porque los estudios científicos que se presentan no se corresponden con la oferta presentada en este lote



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 001319/2024

LICITADOR	Referencia presentada	Lote	Exigencias PPT	Motivación
JANTROMED DISTRIBUCIONES QUIRURGICAS SL	BIOD03X3	2	NO CUMPLE	No cumple porque los estudios científicos que se presentan se corresponden con la oferta presentada de otro producto
ORTO-MEDIMATEC, S.A.	BIOS03X2	2	NO CUMPLE	No cumple porque los estudios científicos que se presentan no se corresponden con la oferta presentada en este lote
INTERSURGICAL ESPAÑA SL	SMAG003	3	NO CUMPLE	No cumple porque es un producto intraarticular y no tendinoso
MEDICAL 10 SL	1303	3	NO CUMPLE	No cumple porque es un producto intraarticular y no tendinoso
PROSAC PRODUCTOS SL	Singjoint 20mg 2ml	3	NO CUMPLE	No cumple porque es un producto intraarticular y no tendinoso
AMEVISA SA	TrHLINE2%	4	NO CUMPLE	No cumple, al examinar la muestra no garantiza la esterilidad suponiendo un riesgo del paciente. No cumple porque no indica que sea no reticulado
JANTROMED DISTRIBUCIONES QUIRURGICAS SL	BIODCO3X3	4	NO CUMPLE	No cumple porque no indica que sea no reticulado
ORTO-MEDIMATEC, S.A.	ART-ONE 75	4	NO CUMPLE	No cumple porque no indica que sea no reticulado
BIOGINE FARMA SL	HYC1250S	6	NO CUMPLE	No cumple presente muestra de 120 y es de 100 mg

4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

Lote 1.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
1	SU.PC.SANI.01.11.10.500000	E72261	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO LARGA DURACION-VOLUMEN:[0-25];Concentración de ac.:{0-50};	- Duración: 12 meses demostrado con artículos publicados - Volumen/infiltración: Mayor o igual a 4ml Mg/Infiltración: Mayor 60 mg % concentración: Mayor/igual 1,5% - Origen: Biotecnología - Jeringa precargada

Ofertas recibidas:

- GREGOPAIN BIO SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
GREGOPAIN BIO SL	BVOHA25120	Eficacia	20 Muy adecuado	Cumple el PPT, tiene 120 mg y garantiza la eficacia en los resultados a los pacientes
		Seguridad	10 Muy adecuado	Cumple el PPT, se proporciona una pegatina con el número de lote que permite la trazabilidad y seguimiento del paciente si ha existido algún problema. Incluye aguja en un envase estéril. Indicaciones de almacenamiento.
		Duración	10 Muy adecuado	Cumple el PPT, presenta estudios científicos que acreditan una duración superior a 12 meses
		TOTAL	40	



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 001319/2024

Lote 2.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
2	SU.PC.SANI.01.11.10.500005	B77851	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO MEDIA DURACION-VOLUMEN:[0-25];Concentración de ac.: [0-50];	- Duración: 6 meses demostrado con artículos publicados - Volumen/infiltración: Mayor o igual 3ml Mg/Infiltración: Mayor o igual 60 mg % concentración: Mayor/igual 1,5% - Origen: Biotecnología - Jeringa precargada

Ofertas recibidas:

- Sin Ofertas

Lote 3.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
3	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	B40101	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO- VOLUMEN:[0-50];Concentración de ac.: [0-150];	• Indicado para infiltración en patología tendinosa. • Miligramos por unidad de administración: mínimo 20 mg. • Origen biotecnológico. • Jeringa precargada con aguja. • Estéril. • Entrega urgente en 24 horas. • Almacenamiento a temperatura ambiente (superior o igual a 27°). • Volumen máximo 3mm.

Ofertas recibidas:

- GREGOPAIN BIO SL
- LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
GREGOPAIN BIO SL	BIOHA-TEND	Eficacia	0 Básico	Cumple el PPT
		Seguridad	10 Muy adecuado	Se garantiza la esterilidad, incluye aguja para su aplicación y con dos infiltraciones en el tratamiento. Este menor nº de infiltraciones minimiza el riesgo potencial de complicaciones locales y de errores de manipulación o administración. Se proporciona pegatina con el número de lote que permite la trazabilidad y seguimiento del paciente si existieran problemas.
		Duración	0 Básico	Cumple el PPT
		TOTAL	10	
LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL	201235.6	Eficacia	15 Muy adecuado	Presenta estudios científicos que avalan la eficacia en dos patologías tendinosas, con dos tipos de estudios diferentes. No hay revisión sistemática
		Seguridad	4 Adecuado	Se garantiza la esterilidad del producto, con tres infiltraciones en cada tratamiento. Se indica el número de lote que permite la trazabilidad y seguimiento del paciente si existieran problemas.
		Duración	10	Presenta estudios científicos que avalan la duración en



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 001319/2024

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
			Muy adecuado	patologías tendinosas
		TOTAL	29	

Lote 4.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
4	SU.PC.SANI.01.11.10.500003	G02221	DERIVADO INYECTABLE DE AC HIALURONICO NO RETICULADO-VOLUMEN:[0-50];	- Indicado para inyección intraarticular - Origen biotecnológico. - Jeringa precargada

Ofertas recibidas:

- LABORATORIO REIG JOFRE SA
- LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL
- PROSAC PRODUCTOS SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
LABORATORIO REIG JOFRE SA	180735.9	Eficacia	0 Básico	Cumple el PPT
		Seguridad	0 Básico	Cumple el PPT
		Duración	0 Básico	Cumple el PPT
		TOTAL	0	
LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL	178116.1	Eficacia	20 Muy adecuado	Presenta estudios científicos que avalan la eficacia en dos patologías meniscal, con dos tipos de estudios diferentes.
		Seguridad	10 Muy adecuado	Se garantiza la esterilidad del producto, con dos infiltraciones en cada tratamiento. Se indica en la caja el número de lotes que permite la trazabilidad y seguimiento del paciente si ha existido algún problema Se incluye etiqueta en la caja que identifica el lote la región a infiltrar y caducidad
		Duración	10 Muy adecuado	Presenta estudios científicos que avalan la duración en patologías meniscal
		TOTAL	40	
PROSAC PRODUCTOS SL	Singjoint 60mg 3ml	Eficacia	0 Básico	Cumple el PPT
		Seguridad	0 Básico	Cumple el PPT



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE 001319/2024

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
		Duración	0 Básico	Cumple el PPT
		TOTAL	0	

Lote 5.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
5	SU.PC.SANI.01.30.21.000000	F71422	ACIDO HIALURONICO PARA INSTILACION- Concentración:[40-40];	- Solución estéril de hialuronato sódico sin condroitín sulfato sódico. - Vial o jeringa precargada de 50 ml

Ofertas recibidas:

- BIOGINE FARMA SL

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
BIOGINE FARMA SL	HYC4050S	Calidad	0 Básico	Cumple el PPT
		Seguridad	0 Básico	Cumple el PPT
		Ergonomía y rentabilidad	0 Básico	Cumple el PPT
		TOTAL	0	

Lote 6.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
6	SU.PC.SANI.01.30.21.000000	F75217	ACIDO HIALURONICO PARA INSTILACION-Concentración:[100-100];	- Solución estéril de hialuronato sódico sin condroitín sulfato sódico. - Vial o jeringa precargada de 50 ml

Ofertas recibidas:

- NAKAFARMA. S.L

LICITADOR	REFERENCIAS	SUBCRITERIOS	PUNTUACIÓN	MOTIVACIÓN
NAKAFARMA. S.L	159770.0	Calidad	15 Muy adecuado	Combina hialuronato sódico de bajo peso molecular e hialuronato sódico hidrolizado de muy bajo peso molecular. Esta doble fracción molecular le otorga propiedades biofísicas y bioquímicas complementarias, favoreciendo la hidratación profunda la angiogénesis, proliferación celular así como la elasticidad de la barrera tisular
		Seguridad	0 Básico	Cumple el PPT
		Ergonomía y rentabilidad	4 Adecuado	Presentación en viales
		TOTAL	19	

Lote 7.

Lote	Catálogo SAS	GC	Descripción	Características Técnicas adicionales
7	SU.PC.SANI.01.30.21.100000	F70690	ACIDO HIALURONICO Y CONDROITÍN SULFATO P/ INSTILACIÓN- Concentracion:800/1000 mg/50ml;	- Solución estéril de hialuronato sódico con condroitín sulfato sódico. - Vial o jeringa precargada de 50 ml

Ofertas recibidas:

-Sin ofertas

5.- RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN AGRUPACIÓN Y LOTES.-

LOTE	Clasificación Catálogo SAS	LICITADORES	PUNTUACIÓN
1	SU.PC.SANI.01.11.10.500000	GREGOPAIN BIO SL	40
2	SU.PC.SANI.01.11.10.500005		Sin ofertas
3	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	GREGOPAIN BIO SL	10
		LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL	29
4	SU.PC.SANI.01.11.10.500003	LABORATORIO REIG JOFRE SA	0
		LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA SL	40
		PROSAC PRODUCTOS SL	0
5	SU.PC.SANI.01.30.21.000000	BIOGINE FARMA SL	0
6	SU.PC.SANI.01.30.21.000000	NAKAFARMA SL	19
7			Sin ofertas

Y no habiendo más documentación a valorar ni asuntos que informar, se extiende el presente Informe que firman los componentes de la Comisión Técnica.

En Cádiz, a

Firmado por VAZQUEZ MARTINEZ ISRAEL - ***2580** el día 29/09/2025
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

MUÑOZ BAÑÓN
BELEN MARIA -
32031886Q
Firmado digitalmente por
MUÑOZ BAÑÓN BELEN
MARIA - 32031886Q
Fecha: 2025.09.29 11:22:32
+02'00'

SORIANO BLANCO
MANUELA -
28683526L
Firmado digitalmente por
SORIANO BLANCO
MANUELA - 28683526L
Fecha: 2025.09.29 11:54:41
+02'00'

CALVO
GALIANA MARIA
ISABEL -
31838400Y
Firmado digitalmente
por CALVO GALIANA
MARIA ISABEL -
31838400Y
Fecha: 2025.09.29
13:24:59 +02'00'