Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD

INFORME TÉCNICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)

OBJETO DEL CONTRATO: PA 136/2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ORTOPANTOMÓGRAFOS 2D Y 3D PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

COMISIÓN TECNICA DE VALORACIÓN:

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la LCSP, declaran expresamente, firmando la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), a la vista de las empresas que han concurrido a la presente licitación.

Adecuación de la oferta a lo exigido en los pliegos:

La empresa licitadora KYT IMPLANTES DENTALES SL, presentan oferta y comprobada su documentación, se concluye que **cumple con las prescripciones técnicas del PPT**, Las empresa licitadora A P R SALUD SL no aporta toda la documentación pero el equipo que presenta es la misma marca y modelo que KYT IMPLANTES DENTALES SL. **que cumple con las prescripciones técnicas del PPT.**

Identificación fiscal	Razón social	Lotes presentados
B06650790 -	KYT IMPLANTES DENTALES SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D
B82082280	A P R SALUD SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D

Las empresas licitadoras que se detallan a continuación **no serán valoradas** debido a que han presentado la documentación correspondiente al Sobre 3 dentro del Sobre 2.

Identificación fiscal	Razón social	Lotes presentados
B14938898 -	SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D

B23740061 -	SUMINISTROS MUNDO-DENTAL SOCIEDAD LIMITADA	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D

Las empresas licitadoras que se enumeran a continuación presentaron sus respectivas ofertas; sin embargo, una vez verificada la documentación presentada, se concluye que **no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT),** específicamente en el ítem 30, el cual establece la inclusión obligatoria de un sistema de control de imagen radiográfica (fantoma) para radiografía panorámica.

Identificación fiscal	Razón social	Lotes presentados
B14603138 -	SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES ABC SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D

Sevilla, a 25 de septiembre de 2025

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

DON ALFONSO GARCÍA PALMA, Coordinador del Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía.

INFORMA:

De las siguientes ofertas de las empresas licitadoras al el LOTE 1 de Ortopantos 2D:

Identificación fiscal	Razón social	Lotes presentados
B14603138 -	SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES ABC SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D 2 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 2D
B06650790 -	KYT IMPLANTES DENTALES SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D 2 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 2D
B14938898 -	SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D 2 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 2D
B82082280 -	A P R SALUD SL	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D
B23740061 -	SUMINISTROS MUNDO-DENTAL SOCIEDAD LIMITADA	1 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 3D 2 - ORTOPANTOMÓGRAFO-ORTOPANTO 2D

Tras valorar la información aportada, podemos decir que cumplen el PPT:

1. Suministros médicos y dentales: SI

2. KYT implantes dentales SL: SI

3. Safedent suministros médicos SL: SI, aunque no aportan toda la documentación técnica, el modelo ofertado es válido (es el mismo que KYT implantes dentales). Aunque en el lote, presenta documentación que no tiene relación con la valoración técnica, que debería de constar en el sobre 3.

4. A P R Salud SL: NO aportan documentación del 2D, solo ofrecen 3D

5. Suministros mundo-dental SL: SI. Aunque en el lote, presenta documentación que no tiene relación con la valoración técnica, que debería de constar en el sobre 3.

Sevilla a 25 de septiembre de 2025