INFORME EVALUACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATO DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, CON OPCIÓN A COMPRA, DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LA RED DE LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. Nº EXPEDIENTE:CONTR 2025/136456

Con fecha 24 de septiembre de 2025, la Secretaría de la mesa de contratación procede a la apertura del sobre 3 ,valoración de la documentación relativa a los Criterios cualitativos para evaluar las características intrínsecas de los equipos que aporten una mayor calidad / innovación o protección del medio ambiente (Máximo 14 puntos)", en relación al expediente de contratación, **"SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, CON OPCIÓN A COMPRA, DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LA RED DE LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. Nº EXPEDIENTE: CONTR 2025/136456"**, solicitando al Servicio de Coordinación de Laboratorios la valoración de la documentación incluida en el citado sobre, en relación a las siguientes empresas:

- CIENYTECH SOLUCIONES S.L.
- GTL LAB SOLUTIONS S.L.
- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA S.L.
- MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A.

Con fecha 25 de septiembre de 2025, el Servicio de Coordinación de Laboratorios, realiza el análisis de la documentación presentada por las citadas empresas y como resultado, este Servicio emite Informe de valoración (Anexo 1). En el referenciado informe, se describen y valoran detalladamente cada apartado del Plan de Trabajo exigido en el PCAP como criterios cualitativos para evaluar las características intrínsecas de los equipos que aporten una mayor calidad / innovación o protección del medio ambiente. A continuación se indican la valoraciones totales resultantes:

- **Evaluación de las características intrínsecas de los equipos que aporten una mayor calidad / innovación o protección del medio ambiente (puntos por mejoras, Máximo 14 puntos)**:

EMPRESAS	**PUNTUACIÓN TOTAL 2 puntos por mejoras,Máximo 14 puntos**
CIENYTECH SOLUCIONES S.L.	14 puntos
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA S.L.	14 puntos
GTL LAB SOLUTIONS S.L.	14 puntos
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A.	REQUERIMIENTO DE ACLARACIÓN

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MATILDE MARIA TRUJILLO GUERRA	30/09/2025
	PEDRO NIETO RODRIGUEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmMXXQWSHNBR8US4B27HDVTN63Z	PÁG. 1/7

ANEXO 1: SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, CON OPCIÓN A COMPRA, DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LA RED DE LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. Nº EXPEDIENTE:CONTR 2025/136456.

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DE LOS EQUIPOS QUE APORTEN UNA MAYOR CALIDAD / INNOVACIÓN O PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (MÁXIMO 14 PUNTOS):

EQUIPOS	MODELOS	EMPRESA
Purificador de agua tipo 1 y 2	PROSEERS PERFORMA EU 20	CIENYTECH SOLUCIONES S.L.
Purificador de agua tipo 1 y 2	PROSEERS PERFORMA EU 20	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA S.L.
Purificador de agua tipo 1 y 2	PROSEERS PERFORMA EU 20	GTL LAB SOLUTIONS S.L.
Purificador de agua tipo 1	EQ7000 (agua tipo 1)	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A.
Purificador de agua tipo 2	Milli-Q IX 7020 (agua tipo 2)	

- **EMPRESA:** CIENYTECH SOLUCIONES S.L.

EQUIPOS	CRITERIO	MEJORA	PUNTUACIÓN
PROSEERS PERFORMA EU 20	Incremento de la capacidad del depósito de polietileno igual o superior a 60 litros.	Se instalará con el sistema ofertado un tanque de almacenamiento de agua pura de 60 litros, con fondo cónico	2 puntos
	Incorporación de sistemas ASM ultravioleta en todos los depósitos.	Los tanques de almacenamiento estarán equipados con equipo de luz ultravioleta (ASM) para la desinfección. Este será totalmente programable	2 puntos
	Incorporación de sistemas de ósmosis de doble capa	El sistema de purificación de agua s incorpora un sistema de ósmosis de doble capa para total protección del equipo de electrodesionización (EDI)	2 puntos
		El sistema ofertado permite regular	2 puntos

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MATILDE MARIA TRUJILLO GUERRA	30/09/2025
	PEDRO NIETO RODRIGUEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmMXXQWSHNBR8US4B27HDVTN63Z	PÁG. 2/7

	Dispensación volumétrica desde 10 ml hasta 20 litros o superior	el caudal de dispensación desde 10 mililitros hasta 100 litros.	
	Doble sistema de seguridad anti-fugas (interno y externo) con corte automático del suministro de agua de red en caso de fuga	El sistema ofertado incorpora doble sistema anti-fugas, uno interno y otro externo, con corte automático del suministro de agua de red para evitar inundaciones	2 puntos
	Control del flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	El equipo está equipado con control de flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	2 puntos
	Sistema de conexión remota para control de parámetros y aviso de alarmas a distancia	Se incluye software de control abierto, que posibilita el manejo a distancia del equipo a cualquier servicio técnico cualificado. El software será capaz de mostrar valores a distancia de los parámetros críticos del equipo en tiempo real, así como la notificación de alarmas y registro de valores.	2 puntos
		PUNTUACIÓN :	**14 puntos**
		PUNTUACIÓN MÁXIMA	**14 puntos**

- **EMPRESA:** DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA S.L.

EQUIPOS	CRITERIO	MEJORA	PUNTUACIÓN
PROSEERS PERFORMA EU 20	Incremento de la capacidad del depósito de polietileno igual o superior a 60 litros.	Se instalará con el sistema ofertado un tanque de almacenamiento de agua pura de 60 litros, con fondo cónico	2 puntos
	Incorporación de sistemas ASM ultravioleta en todos los depósitos.	Los tanques de almacenamiento estarán equipados con equipo de luz ultravioleta (ASM) para la desinfección. Este será totalmente programable	2 puntos
		El sistema de purificación de agua s	2 puntos

Es copia auténtica de documento electrónico

	Incorporación de sistemas de ósmosis de doble capa	incorpora un sistema de ósmosis de doble capa para total protección del equipo de electrodesionización (EDI)	
	Dispensación volumétrica desde 10 ml hasta 20 litros o superior	El sistema ofertado permite regular el caudal de dispensación desde 10 mililitros hasta 100 litros.	2 puntos
	Doble sistema de seguridad anti-fugas (interno y externo) con corte automático del suministro de agua de red en caso de fuga	El sistema ofertado incorpora doble sistema anti-fugas, uno interno y otro externo, con corte automático del suministro de agua de red para evitar inundaciones	2 puntos
	Control del flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	El equipo está equipado con control de flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	2 puntos
	Sistema de conexión remota para control de parámetros y aviso de alarmas a distancia	Se incluye software de control abierto, que posibilita el manejo a distancia del equipo a cualquier servicio técnico cualificado. El software será capaz de mostrar valores a distancia de los parámetros críticos del equipo en tiempo real, así como la notificación de alarmas y registro de valores.	2 puntos
		PUNTUACIÓN :	**14 puntos**
		PUNTUACIÓN MÁXIMA	**14 puntos**

- **EMPRESA:** GTL LAB SOLUTIONS S.L.

EQUIPOS	CRITERIO	MEJORA	PUNTUACIÓN
	Incremento de la capacidad del depósito de polietileno igual o superior a 60 litros.	Se instalará con el sistema ofertado un tanque de almacenamiento de agua pura de 60 litros,	2 puntos

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MATILDE MARIA TRUJILLO GUERRA	30/09/2025
	PEDRO NIETO RODRIGUEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmMXXQWSHNBR8US4B27HDVTN63Z	PÁG. 4/7

PROSEERS PERFORMA EU 20		con fondo cónico	
	Incorporación de sistemas ASM ultravioleta en todos los depósitos.	Los tanques de almacenamiento estarán equipados con equipo de luz ultravioleta (ASM) para la desinfección. Este será totalmente programable	2 puntos
	Incorporación de sistemas de ósmosis de doble capa	El sistema de purificación de agua s incorpora un sistema de ósmosis de doble capa para total protección del equipo de electrodesionización (EDI)	2 puntos
	Dispensación volumétrica desde 10 ml hasta 20 litros o superior	El sistema ofertado permite regular el caudal de dispensación desde 10 mililitros hasta 100 litros.	2 puntos
	Doble sistema de seguridad anti-fugas (interno y externo) con corte automático del suministro de agua de red en caso de fuga	El sistema ofertado incorpora doble sistema anti-fugas, uno interno y otro externo, con corte automático del suministro de agua de red para evitar inundaciones	2 puntos
	Control del flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	El equipo está equipado con control de flujo de dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	2 puntos
	Sistema de conexión remota para control de parámetros y aviso de alarmas a distancia	Se incluye software de control abierto, que posibilita el manejo a distancia del equipo a cualquier servicio técnico cualificado. El software será capaz de mostrar valores a distancia de los parámetros críticos del equipo en tiempo real, así como la notificación de alarmas y registro de valores.	2 puntos
		PUNTUACIÓN :	**14 puntos**
		PUNTUACIÓN MÁXIMA	**14 puntos**

- **EMPRESA:** MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A.

Es copia auténtica de documento electrónico

EQUIPOS	CRITERIO	MEJORA	PUNTUACIÓN
EQ7000 (agua tipo 1) Milli-Q IX 7020 (agua tipo 2)	Incremento de la capacidad del depósito de polietileno igual o superior a 60 litros.	Se instalará un tanque de almacenamiento de agua pura de 100 litros (*) para el equipo de agua tipo 2	
	Incorporación de sistemas ASM ultravioleta en todos los depósitos.	Los tanques de almacenamiento estarán equipados con equipo de luz ultravioleta (ASM) para la desinfección. Este será totalmente programableTodos los depósitos de 100l incorporan Módulo de Sanitización Automática (ASM) para La acción germicida de la lámpara UV con el fin de evitar el crecimiento bacteriano y la formación de biofilm. Panel de control para la programación diaria de los ciclos UV de una hora con posibilidad de configuración manual de otros ciclos.	
	Incorporación de sistemas de ósmosis de doble capa	Todas las osmosis inversas de Merck son fabricadas con tecnología de doble capa y así se incorporan en nuestros sistemas de producción de agua tipo II	
	Dispensación volumétrica desde 10 ml hasta 20 litros o superior	La dispensación del agua tanto intermedia Tipo II como Ultrapura Tipo I se realiza a través de dispensadores específicos con capacidad de dispensar de manera volumétrica o Manual desde 10ml. Hasta 100l.	
	Doble sistema de seguridad anti-fugas (interno y externo) con corte automático del suministro de agua de red en caso de fuga	Todos los sistemas incorporan un sensor de fugas que controla el propio sistema cortando el suministro de agua de red a través de la electroválvula de entrada Se suministra sensor de fugas externo que al contacto con el agua cierra una electroválvula conectada directamente en la entrada de red	
	Control del flujo de	Los sistemas incorporan	

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MATILDE MARIA TRUJILLO GUERRA	30/09/2025
	PEDRO NIETO RODRIGUEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmMXXQWSHNBR8US4B27HDVTN63Z	PÁG. 6/7

	dispensación regulable desde gota a gota hasta 2 litros por minuto	dispensadores tanto de agua TIPOII (Epod)como Agua TipoI(Qpod) con la capacidad de dispensar desde gota a gota hasta 2l/min. La rueda de dispensación permite dispensar el agua desde un gota a gota preciso hasta un caudal rápido de 2 l/min.	
	Sistema de conexión remota para control de parámetros y aviso de alarmas a distancia	Los sistemas tienen capacidad de conectarse a red via Web-serber para gestión de los mismos de forma remota a través del software MY MilliQ (**)	
		PUNTUACIÓN :	
		PUNTUACIÓN MÁXIMA	**14 puntos**

Mejora (*) La descripción no está suficientemente detallada: Para poder valorar la mejora propuesta, debe aclararse si el depósito ofertado, que incrementa el volumen respecto al exigido en el PPT, cumple íntegramente el resto de características exigidas en el PPT para los depósitos.(adjuntar ficha técnica del equipo Milli-Q IX 7020 y deposito 100 litros)

Mejora (**) La descripción no está suficientemente detallada: A fin de poder evaluar la mejora, debe aclararse si el software incorporado en el equipo ofertado de conexión remota para control de parámetros y aviso de alarmas a distancia cumple con el requisito del PPT:

"El software de los equipos debe permitir la reparación y mantenimiento de los equipos por parte de empresas especializadas distintas a la adjudicataria".

Para ello, deberán completar la información relativa al licenciamiento y derechos de uso del software,especificando y acreditando documentalmente, al menos, lo siguiente:

- Licencia de uso para mantenimiento que autorice a terceros cualificados.
- Ausencia de bloqueos contractuales (geográficos o de titularidad) y claridad sobre claves/licencias de servicio necesarias.
- Acceso a actualizaciones de seguridad y parches críticos, sin exclusividad de la adjudicataria.

Técnico del SCL
Pedro Nieto Rodríguez.
La Jefa del SCL
Matilde Mª Trujillo Guerra

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MATILDE MARIA TRUJILLO GUERRA	30/09/2025
	PEDRO NIETO RODRIGUEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmMXXQWSHNBR8US4B27HDVTN63Z	PÁG. 7/7