

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EN ALMERÍA

En Almería, siendo las 13:45 horas del viernes 17 de octubre de 2025, reunidos en la Sala de Juntas del Edificio de la Central Provincial de Compras de Almería, primera planta, previa convocatoria al efecto, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por mí, la Secretaria de la Mesa de Contratación.

PRESIDENTE: D. Domingo Jiménez Navarrete. - Director de Gestión de la CPCA

VOCALES: D. Pedro D. Soler Ridao. – Subdirector de Contratación de la CPCA.

D.ª Rosario Ruiz Díaz. – Interventora Provincial.

D.ª Carmen López Mendoza. - Letrada de Administración Sanitaria.

SECRETARIA: D.ª Eva M.ª Rivas Salvador.- Jefa Servicio de Contratación de la CPCA

Debidamente citados todos los integrantes de la mesa, los no asistentes justifican la imposibilidad de asistencia por motivos asistenciales y/o de agenda. Al existir el quorum necesario se constituye la mesa de contratación para tratar el asunto recogido en la convocatoria.

Se hace constar que las representantes de la Intervención Provincial y de la Asesoría jurídica asisten a la reunión a través de medios electrónicos, mediante el aplicativo Zoom.

Preguntados los asistentes a la Mesa sobre la existencia de conflicto de intereses manifiestan que no existe.

La Mesa se reúne para examen del informe de valoración de criterios no automáticos y, en su caso, apertura del sobre n.º 3, aplicación de criterios, clasificación y propuesta de adjudicación del EXPEDIENTE 0000351/2025 ACUERDO MARCO CON UNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO DE PROTESIS CARDIOLOGICAS Y MATERIAL ESPECIFICO PARA HEMODINAMICA, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA. CCA: +6.C4UTK7W.

Examinado el informe aportado por los Asesores Técnicos, se verifica que la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor contenida en el informe técnico se ajusta a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, por lo que se asume su contenido.

A continuación se acuerda posponer para la siguiente sesión de la Mesa la apertura del sobre n.º 3 y la aplicación de criterios, clasificación y propuesta de adjudicación de este expediente.

Y no habiendo alegaciones a esta acta por parte de los presentes, queda aprobada conforme al artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, con lo que el Sr. Presidente da por terminada y levanta la sesión, de lo que yo como Secretaria doy fe.

Vº Bº EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	DOMINGO JIMENEZ NAVARRETE	23/10/2025	
	EVA MARIA RIVAS SALVADOR		
VERIFICACIÓN	Pk2jm3DPSD4RQGYC6J8ADSTFSA96MH	PÁG. 1/1	

EXPEDIENTE 0000351/2025 ACUERDO MARCO CON UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO DE PRÓTESIS CARDIOLÓGICAS Y MATERIAL ESPECÍFICO PARA HEMODINÁMICA, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.													
INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)													
DATOS DE LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACIÓN							DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMbral MINIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Lote Indep.	1	SU.PC.SANI.04.00.40.100000	E39386	HOLTER INSERTABLE SUBCUTANEO-Tipo de detección:Bipolar;Longevidad:> 2 años;Compatibilidad con Resonancia:Si;Monitorización Domiciliaria:Si; Inyectable Subcutáneo	Tipo de detección:Bipolar. Longevidad:> 2 años. Compatibilidad con Resonancia:Si. Monitorización Domiciliaria:Si. Inyectable Subcutáneo		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	BIOMONITOR IIIIm	450218	100144666677	10		Cumple pliego y aporta escasas ventajas de calidad por su ergonomía.
Lote Indep.	1	SU.PC.SANI.04.00.40.100000	E39386	HOLTER INSERTABLE SUBCUTANEO-Tipo de detección:Bipolar;Longevidad:> 2 años;Compatibilidad con Resonancia:Si;Monitorización Domiciliaria:Si; Inyectable Subcutáneo	Tipo de detección:Bipolar. Longevidad:> 2 años. Compatibilidad con Resonancia:Si. Monitorización Domiciliaria:Si. Inyectable Subcutáneo		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Reveal LINQ	LNQ11	100087499521	40	SÍ	Cumple el pliego. Presenta mejora en la calidad por su menor tamaño. Facilidad de uso por la compatibilidad con los dispositivos de lectura actuales de la unidad , mejorando la seguridad al permitir un sistema de seguimiento más seguro.
1	2	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E30963	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Pequeño (< 10cc);Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:No;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Pequeño (< 10cc) Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:No Protección contra interferencia en Resonancia:No		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Endurity	PM1162	100096971104	20	SÍ	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatible con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
1	3	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Tendril STS	2088TC/46 2088TC/52 2088TC/58 2088TC/65 2088TC/100	100023788182 100023788283 100023788384 100070468905 100070469016	20	SÍ	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatible con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
2	4	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E31249	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No;		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Assurity MRI SR	PM1272	100097852800	40	SÍ	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad, mejora de calidad por longevidad, grosor de marcapasos y mejora de seguridad por seguimiento remoto. Facilidad de uso por la compatibilidad con los dispositivos de lectura actuales de la unidad

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	5	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ISOFLEX	1944/46 1944/52 1948/52 1948/58	100014766959 100014767060 100014767262 100014767363	40	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad, mejora de calidad por longevidad, grosor de marcapasos y mejora de seguridad por seguimiento remoto. Facilidad de uso por la compatibilidad con los dispositivos de lectura actuales de la unidad
2	4	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E31249	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No;		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	ENTICOS 4 SR	407167	100111782515	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
2	5	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA T 53 SOLIA T 60	377180 377181	100026217128 100026217320	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
3	6	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E31249	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Comprobación de la integridad del electrodo cada 30 segundos	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Assurity MRI SR	PM1272	100097852800	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
3	7	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ISOFLEX	1944/46 1944/52 1948/52 1948/58	100014766959 100014767060 100014767262 100014767363	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
3	6	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E31249	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Comprobación de la integridad del electrodo cada 30 segundos	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	ENTICOS 4 SR	407167	100111782515	40	Sí	Cumple prescripciones, mejora calidad por tamaño pequeño. Mejora de facilidad por experiencia en uso. Mejora de seguridad por su sistema de programación y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARIGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	7	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA S 45 SOLIA S 53 SOLIA S 60	377176 377177 377179	100026217229 100026217421 100026217027	40	Sí	Cumple prescripciones, mejora calidad por tamaño pequeño. Mejora de facilidad por experiencia en uso. Mejora de seguridad por su sistema de programación y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
4	8	SU.PC.SANI.04.00.09.000000	E33921	MARCAPASOS BICAMERAL DDD- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:No;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:No Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:No Protección contra interferencia en Resonancia:No;		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Endurity Core DC	PM2140	100101767159	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
4	9	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Tendril STS	2088TC/46 2088TC/52 2088TC/58 2088TC/65 2088TC/100	100023788182 100023788283 100023788384 100070468905 100070469016	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
5	10	SU.PC.SANI.04.00.09.000000	E33922	MARCAPASOS BICAMERAL DDD- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	TAMAÑO: Estandar LONGEVIDAD: Mayor 11 años CONTROL AUTOMÁTICO DE LA AMPLITUD DEL IMPULSO: Si PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIA EN RESONANCIA: No		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	ENTICOS 4 DR	407155	100111782818	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
5	11	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA S 45 SOLIA S 53 SOLIA S 60	377176 377177 377179	100026217229 100026217421 100026217027	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
6	12	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E31105	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar; Longevidad:8 a 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:Si;		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Azure S DR MRI SureScan Astra XT DR MRI SureScan	W3DR01 X2DR01	100117672702 100122997294	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
6	13	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARIGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
7	14	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar; Longevidad:mayor de 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:Si;		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	AMVIA EDGE SR-T	460164	100163178162	40	Sí	Cumple las prescripciones. Aporta mejora en calidad por su peso y forma. Compatibilidad de programadores. Mejora facilidad de uso y seguridad por su sistema de monitorización remota.
7	15	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA S 45 SOLIA S 53 SOLIA S 60	377176 377177 377179	100026217229 100026217421 100026217027	40	Sí	Cumple las prescripciones. Aporta mejora en calidad por su peso y forma. Compatibilidad de programadores. Mejora facilidad de uso y seguridad por su sistema de monitorización remota.
7	14	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar; Longevidad:mayor de 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:Si;		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	AZURE S SR MRI SURESCAN	W3SR01	100.117.662.80 2,00	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
7	15	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
8	16	SU.PC.SANI.04.00.03.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar; Longevidad:mayor de 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Monitorización domiciliaria por tecnologia bluetooth	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLVIA RISE SR-T	460228	100163177950	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
8	17	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SIELLO S 53	362701	100015459151	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0- 40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
8	16	SU.PC.SANI.04.00. 03.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSIR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar; Longevidad:mayor de 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Monitorización domiciliaria por tecnología bluetooth	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	AZURE S SR MRI SURESCAN	W3SR01	100.117.662.80 2,00	40	Sí	Cumple prescripciones. Mejora la calidad por su tamaño pequeño y peso. Mejora la compatibilidad por usar programadores de la unidad. Mejora la facilidad de uso al necesitar menor bolsillo. Y mejora la seguridad por su sistema de seguimiento inalámbrico.
8	17	SU.PC.SANI.04.00. 15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	40	Sí	Cumple prescripciones. Mejora la calidad por su tamaño pequeño y peso. Mejora la compatibilidad por usar programadores de la unidad. Mejora la facilidad de uso al necesitar menor bolsillo. Y mejora la seguridad por su sistema de seguimiento inalámbrico.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
9	18	SU.PC.SANI.04.00.09.300001	E33713	MARCAPASOS BICAMERAL VDD- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar; Longevidad:8 a 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:No;		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	ADAPTA	ADVDD01	100.006.735.93 8,00	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
9	19	SU.PC.SANI.04.00.15.300000	E30952	ELECTRODO PARA ESTIMULACION VDD-DISTANCIA ANILLO:0-5];LONGITUD SONDA:(50-100];CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:(6-9];FORMA:recta;	LONGITUD SONDA:(50-100] CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:(6-9] FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CapSure VDD-2 Medtronic Capsure VDD Medtronic Medtronic Medtronic Medtronic	5038S-52 5038S-58 5038L-65 5038-58 5038-65	100002073645 100002072938 100002073049 100002073544 100002073746	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
10	20	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Assurity MRI DR	PM2272	100096958677	10		Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño.
10	21	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ISOFLEX	1944/46 1944/52 1948/52 1948/58	100014766959 100014767060 100014767262 100014767363	10		Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la calidad por su tamaño.
10	20	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	AMVIA SKY DR-T	460160	100163178465	40	Sí	Cumple prescripciones. Aporta mejora de calidad por durabilidad y peso. Compatibilidad por disponer de sus programadores. Facilidad de uso por su sistema de programación y seguimiento remoto. Seguridad por los programas de autocaptura.
10	21	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA S 45 SOLIA S 53 SOLIA S 60	377176 377177 377179	100026217229 100026217421 100026217027	40	Sí	Cumple prescripciones. Aporta mejora de calidad por durabilidad y peso. Compatibilidad por disponer de sus programadores. Facilidad de uso por su sistema de programación y seguimiento remoto. Seguridad por los programas de autocaptura.
10	20	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Proponent DR EL MRI	L231	100095991408	10		Cumple características y aporta escasa mejoras de calidad por su ergonomía.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
10	21	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Ingevity+	7841 7842	100150169168 100150169269	10		Cumple características y aporta escasa mejoras de calidad por su ergonomía.
10	20	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SPHERA DR MRI SURESCAN	SPDR01	100119912839	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
10	21	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
11	22	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si	Monitorización domiciliaria por tecnología bluetooth	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Assurity MRI DR	PM2272	100096958677	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
11	23	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ISOFLEX	1944/46 1944/52 1948/52 1948/58	100014766959 100014767060 100014767262 100014767363	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
11	22	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si	Monitorización domiciliaria por tecnología bluetooth	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLVIA RISE DR-T	460227	100163178061	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
11	23	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SIELLO S 60	362702	100015459252	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
11	22	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si	Monitorización domiciliaria por tecnología bluetooth	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Accolade DR EL MRI	L331	100095991307	10		Cumple las prescripciones técnicas y aporta escasas mejoras técnicas por su ergonomía.
11	23	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Ingevity+	7841 7842	100150169168 100150169269	10		Cumple las prescripciones técnicas y aporta escasas mejoras técnicas por su ergonomía.
11	22	SU.PC.SANI.04.00.09.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:mayor de 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si	Monitorización domiciliaria por tecnología bluetooth	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Attesta S DR MRI SureScan	ATDRL1	100122963059	40	Sí	Cumple prescripciones. Mejora la calidad por su tamaño pequeño y peso. Mejora la compatibilidad por usar programadores de la unidad. Mejora la facilidad de uso al necesitar menor bolsillo. Mejora la seguridad por su sistema de seguimiento inalámbrico.
11	23	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	40	Sí	Cumple prescripciones. Mejora la calidad por su tamaño pequeño y peso. Mejora la compatibilidad por usar programadores de la unidad. Mejora la facilidad de uso al necesitar menor bolsillo. Mejora la seguridad por su sistema de seguimiento inalámbrico.
12	24	SU.PC.SANI.04.00.09.300000	E33710	MARCAPASOS BICAMERAL VDDR- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:No;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	TAMAÑO: Estandar CONTROL AUTOMÁTICO DE LA AMPLITUD DEL IMPULSO: Si PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIA EN RESONANCIA: No		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	ADAPTA	ADVDD01	100143220278	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
12	25	SU.PC.SANI.04.00.15.300000	E30952	ELECTRODO PARA ESTIMULACION VDD-DISTANCIA ANILLO:[0-5];LONGITUD SONDA:[50-100];CÁMARA:auricular/ventricular	LONGITUD SONDA:[50-100] CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:[6-9];FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CapSure VDD-2 Medtronic Capsure VDD Medtronic Medtronic Medtronic	5038S-52 5038S-58 5038L-65 5038-58 5038-65	100002073645 100002072938 100002073049 100002073544 100002073746	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
13	26	SU.PC.SANI.04.00.33.300000	E75939	CARDIODEFIBRILADORES SUBCUTANEOS-Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;	Desfibrilación fiable sin electrodos transvenosos, ya que al ser subcutáneo y no contactar con el corazón ni vasos sanguíneos, permite eliminar los riesgos relacionados con electrodos transvenosos		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	S-ICD Can	A219	100105074659	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
13	27	SU.PC.SANI.04.00.39.700000	E75938	ELECTRODO SUBCUTANEO-FIJACIÓN:subcutáneo;	Electrodo para Desfibrilador Automático Implantable, totalmente subcutáneo que ofrece protección frente a paros cardíacos súbitos sin tocar corazón ni sistema vascular		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	S-ICD Lead	3501	100119032942	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
14	28	SU.PC.SANI.04.00.27.000001	E31591	MARCAPASOS RESINCRONIZACION-Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria: Si Autosensado: Si Protección contra interferencia en Resonancia:No		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	QUADRA ALLURE MP	PM3562	100114962536	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
14	29	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD:[75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:[75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Quartet	1458Q/86 1458Q/75 1456Q/86 1457Q/86 1458QL/86	100016862527 100016873639 100102191133 100102201043 100102201144	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
14	30	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ISOFLEX	1944/46 1944/52 1948/52 1948/58	100014766959 100014767060 100014767262 100014767363	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
15	31	SU.PC.SANI.04.00.27.000001	E37188	MARCAPASOS RESINCRONIZACION-Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria: Si Autosensado: Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	AMVIA SKY HF-T AMVIA SKY HF-T QP	460159 460158	100163178566 100163183113	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMbral MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
15	32	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO- LONGITUD:[75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:[75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 Sentus ProMRI OTW QP L-75 Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 Sentus ProMRI OTW QP L-85 Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 Sentus ProMRI OTW QP L-95 Sentus ProMRI OTW QP S-75/49 Sentus ProMRI OTW QP S-75 Sentus ProMRI OTW QP S-85/49 Sentus ProMRI OTW QP S-85 Sentus ProMRI OTW QP S-95/49 Sentus ProMRI OTW QP S-95	408718 401182 408719 401183 408720 401184 406081 401179 406082 401180 406083 401181	100115903046 100096109006 100115903147 100096109107 100115913047 100096109208 100115882923 100096108793 100115883034 100096108894 100115883135 100096108995	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
15	33	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA T 53 SOLIA T 60	377180 377181	100026217128 100026217320	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
15	31	SU.PC.SANI.04.00.27.000001	E37188	MARCAPASOS RESINCRONIZACION- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria: Si Autosensado: Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Solara CRT-P MRI SureScan Solara QUAD CRT-P MRI SureScan	W1TR06 W4TR06	100114222865 100114222562	40	Sí	Cumple prestaciones. Aporta mejora de calidad en cuanto tamaño y longevidad. Mejora la compatibilidad por usar sus programadores. Mejora la facilidad por navegabilidad de electrodos de seno coronario y posibilidad de implante de his a través de su vaina. Aporta seguridad por sus sistema de autocaptura diaria que permite una salida adecuada del impulso.
15	32	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO- LONGITUD:[75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:[75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	ATTAIN PERFORMA ATTAIN PERFORMA ATTAIN PERFORMA S ATTAIN PERFORMA S ATTAIN PERFORMA STRAIGHT ATTAIN PERFORMA STRAIGHT	4298-88 4298-78 4598-78 4598-88 4398-88 4398-78	100076839453 100076839554 100076839655 100076849454 100076839756 100076839857	40	Sí	Cumple prestaciones. Aporta mejora de calidad en cuanto tamaño y longevidad. Mejora la compatibilidad por usar sus programadores. Mejora la facilidad por navegabilidad de electrodos de seno coronario y posibilidad de implante de his a través de su vaina. Aporta seguridad por sus sistema de autocaptura diaria que permite una salida adecuada del impulso.
15	33	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE SELECTSECURE SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	40	Sí	Cumple prestaciones. Aporta mejora de calidad en cuanto tamaño y longevidad. Mejora la compatibilidad por usar sus programadores. Mejora la facilidad por navegabilidad de electrodos de seno coronario y posibilidad de implante de has a través de su vaina. Aporta seguridad por sus sistema de autocaptura diaria que permite una salida adecuada del impulso.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0- 40 Puntos)	¿SUPERARIGUAL EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
16	34	SU.PC.SANI.04.00. 39.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:1;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:1 TIPO DE CONECTOR:DF-4		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	Pamira S 65 Pamira S 75 Pamira S DX 65/15 Pamira S DX 65/17	428769 428770 428775 428776	100162514963 100162515074 100162515175 100162515276	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
16	35	SU.PC.SANI.04.00. 33.000000	E60655	CARDIODESFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño:Estandar;Longevidad:mayor de 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad: Mayor 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	RIVACOR 5 VR-T RIVACOR 5 VR-T DX INTICA NEO 5 VR- T INTICA NEO 5 VR- T DX	429565 429564 429570 429569	100129434518 100129443307 100129435023 100129434710	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
17	36	SU.PC.SANI.04.00.33.100000	E60658	CARDIODESFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	amaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	RIVACOR 5 DR-T INTICA NEO 5 DR-T	429565 429568	100129434518 100132052765	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
17	37	SU.PC.SANI.04.00.39.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:1;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:1 TIPO DE CONECTOR:DF-4		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	Pamira S 65 Pamira S 75 Pamira S DX 65/15 Pamira S DX 65/17	428769 428770 428775 428776	100162514963 100162515074 100162515175 100162515276	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
17	38	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SOLIA S 45 SOLIA S 53 SOLIA S 60	377176 377177 377179	100026217229 100026217421 100026217027	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
18	39	SU.PC.SANI.04.00.33.200000	E32250	CARDIODESFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Promote Quadra	CD3239-40Q	100027469669	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado y, posibilidad de estimulación de rama derecha a través de la vaina de alta eficiencia.
18	40	SU.PC.SANI.04.00.39.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	FIJACIÓN: Activa		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Durata	7122/75	100117566630	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado y, posibilidad de estimulación de rama derecha a través de la vaina de alta eficiencia.
18	41	SU.PC.SANI.04.00.39.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR:DF-4		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Optisure Optisure	LDA220Q/58 LDA220Q/65	100091569643 100091579846	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado y, posibilidad de estimulación de rama derecha a través de la vaina de alta eficiencia.
18	42	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Tendril STS Tendril STS	2088TC/46 2088TC/52	100023788182 100023788283	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado y, posibilidad de estimulación de rama derecha a través de la vaina de alta eficiencia.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
18	43	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO- LONGITUD:[75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:[75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Quartet Quartet Quartet Quartet	1458Q/86 1458Q/75 1456Q/86 1457Q/86 1458QL/86	100016862527 100016873639 100102191133 100102201043 100102201144	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado y, posibilidad de estimulación de rama derecha a través de la vaina de alta eficiencia.
18	39	SU.PC.SANI.04.00.33.200000	E32250	CARDIODESFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:No		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Resonate CRT-D X4	G447	100115052849	10		Cumple características del pliego y aporta escasa mejora de calidad por el tamaño de dispositivo.
18	40	SU.PC.SANI.04.00.39.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR- FIJACIÓN:activa;	FIJACIÓN: Activa		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	TY Lead 4 Front	0672 0673	100130852844 100130843055	10		Cumple características del pliego y aporta escasa mejora de calidad por el tamaño de dispositivo.
18	41	SU.PC.SANI.04.00.39.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR:DF-4		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	TY Lead Endotak 4 Site	O276	100139867692	10		Cumple características del pliego y aporta escasa mejora de calidad por el tamaño de dispositivo.
18	42	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Ingevity+	7841 7842	100150169168 100150169269	10		Cumple características del pliego y aporta escasa mejora de calidad por el tamaño de dispositivo.
18	43	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO- LONGITUD:[75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:[75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Acuity X4	4671 4674	100092577322 100092547026	10		Cumple características del pliego y aporta escasa mejora de calidad por el tamaño de dispositivo.
19	44	SU.PC.SANI.04.00.33.200000	E60604	CARDIODESFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:Si;	Tamaño:Estandar Longevidad:8 a 11 años Monitorización domiciliaria:Si Control automático de la amplitud del impulso:Si Autosensado:Si Protección contra interferencia en Resonancia:Si		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN DF-1 AMPLIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN AMPLIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN DF-1 CLARIA MRI CRT-D SURESCAN CLARIA MRI CRT-D SURESCAN DF-1 CLARIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN CLARIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN DF-1	DTMB2D4 DTMB2D1 DTMB2QQ DTMB2Q1 DTMA2D4 DTMA2D1 DTMA2QQ DTMA2Q1	100103571071 100107504301 100103571172 100107562488 100103571273 100107495704 100103561171 100107495603	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
19	45	SU.PC.SANI.04.00.39.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	FIJACIÓN: Activa		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935-52 SPRINT QUATTRO SECURE S 6935-58 SPRINT QUATTRO SECURE S 6935-65 SPRINT QUATTRO SECURE S 6935-75 SPRINT QUATTRO SECURE S 6935-100	6935M62 6935M49 6935M55 6935M97 6935M72 6935-52 6935-58 6935-65 6935-75 6935-100	100075469415 100075469516 100075469617 100075479416 100075479517 100014227410 100014227511 100014227612 100014227713 100014227814	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
19	46	SU.PC.SANI.04.00.39.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-1;	FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR:DF-1		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SPRINT QUATTRO SECURE	6947-75 6947-100 6947-65 6947-58	100002192445 100002192546 100002192849 100011394696	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
19	47	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricular MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS CAPSUREFIX NOVUS SELECTSECURE SELECTSECURE SELECTSECURE	5076-45 5076-52 5076-58 5076-65 5076-85 3830-59 3830-69 3830-74	100002174564 100002174463 100002175776 100002174362 100002174261 100002174867 100002173958 100014072243	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
19	48	SU.PC.SANI.04.00.29.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD:¿75-90];POLARIDAD:Tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	LONGITUD:¿75-90] POLARIDAD:Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	ATTAIN PERFORMA ATTAIN PERFORMA ATTAIN PERFORMA S ATTAIN PERFORMA S STRAIGHT ATTAIN PERFORMA STRAIGHT	4298-88 4298-78 4598-78 4598-88 4398-88 4398-78	100076839453 100076839554 100076839655 100076849454 100076839756 100076839857	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora en la calidad por su tamaño. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARIGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
20	49	SU.PC.SANI.04.00.33.000000	E33828	CARDIODESFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:No;Control automático de la amplitud del impulso:No;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar; Longevidad:8 a 11 años; Monitorización domiciliaria:No; Control automático de la amplitud del impulso:No; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:No; Frecuencia reposo independiente de la hora, Capacidad de almacenamiento de IEGM de 45 min., Inducción de FV mediante corriente continua, Cambio automático del vector de choque en caso de daño en el circuito		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Entrant VR	CDVRA300Q CDVRA300T	100141226438 100166482732	20	Sí	Cumple las prescripciones, mejora la calidad por su tamaño y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
20	50	SU.PC.SANI.04.00.39.200000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR	Numero de bobinas: 1 , Compatible con introductor de 7 F		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	DURATA	7120/65 7122/60 7122/65 7120Q/65 7120Q/58 7122Q/52 7122Q/65 7122Q/58	100013596931 100013597345 100013597446 100016861214 100016863830 100023561796 100024898295 100024898396	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.
21	51	SU.PC.SANI.04.00.33.100000	E33719	CARDIODESFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Tamaño:Estandar; Longevidad:8 a 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:No; Frecuencia reposo independiente de la hora, Capacidad de almacenamiento de IEGM de 45 min., Inducción de FV mediante corriente continua Cambio automático del vector de choque en caso de daño en el circuito.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Neutrino NTX DR	CDDRA600Q CDDRA600T	100162527095 100166482530	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado .

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARIGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
21	52	SU.PC.SANI.04.00.39.200000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR	Numero de bobinas: 1 , Compatible con introductor de 7 F		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	DURATA	7120/60 7120/65 7122/60 7122/65 7120Q/65 7121Q/58 7120Q/58 7122Q/52 7122Q/65 7122Q/58	100013596830 100013596931 100013597345 100013597446 100016861214 100016861416 100016863830 100023561796 100024898295 100024898396	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado .
21	53	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Tendril STS	2088TC/46 2088TC/52 2088TC/58 2088TC/65 2088TC/100	100023788182 100023788283 100023788384 100070468905 100070469016	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad al ser el de menor tamaño. Mejora la compatibilidad al usar programadores de fácil uso y disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por necesitar un bolsillo pequeño. Mejora la seguridad al tener la tasa de decúbito menor del mercado .
21	51	SU.PC.SANI.04.00.33.100000	E33719	CARDIODESFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño:Estandar;Longevidad:8 a 11 años;Monitorización domiciliaria:Si;Control automático de la amplitud del impulso:Si;Autosensado:Si;Protección contra interferencia en Resonancia:No; Frecuencia reposo independiente de la hora, Capacidad de almacenamiento de IEGM de 45 min. Inducción de FV mediante corriente continua Cambio automático del vector de choque en caso de daño en el circuito.	Tamaño:Estandar; Longevidad:8 a 11 años; Monitorización domiciliaria:Si; Control automático de la amplitud del impulso:Si; Autosensado:Si; Protección contra interferencia en Resonancia:No; Frecuencia reposo independiente de la hora, Capacidad de almacenamiento de IEGM de 45 min. Inducción de FV mediante corriente continua Cambio automático del vector de choque en caso de daño en el circuito.		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	RIVACOR 3 DR-T	429573	100132063170	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.
21	52	SU.PC.SANI.04.00.39.200000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR	Numero de bobinas: 1 , Compatible con introductor de 7 F		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PLEXA ProMRI S 60 PLEXA ProMRI S 65 PLEXA ProMRI S 75	402265 402266 402267	100156786196 100104713319 100104724027	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.
21	53	SU.PC.SANI.04.00.15.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR	DISTANCIA ANILLO:0-5 aprox LONGITUD SONDA:50-100 aprox CÁMARA:auricular/ventricul ar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:3-6 aprox FORMA:recta		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	SIELLO S 60	362702	100015459252	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL LÍMITE MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	54	SU.PC.SANI.04.00.50.000000		VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA	Material válvula:porcino;Vía de implantación:aórtica;Válvula aórtica transcáteter auto-expandible y recapturable y reposicionable. Tamaños 23,26,29 y 34 mm		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Válvula Evolut FX+ 23 mm Válvula evolut FX+ 26 mm Válvula Evolut FX+ 29 mm Válvula Evolut FX+ 34 mm Sistema de liberación EVOLUT FX 14 FR Sistema de compresión EVOLUT FX L Sistema de liberación EVOLUT FX 18 FR Sistema de compresión EVOLUT FX L	EVFXPLUS-23 EVFXPLUS-26 EVFXPLUS-29 EVFXPLUS-34 D-EVOLUTFX-2329 EVOLUTFX-2329 D-EVOLUTFX-34 EVOLUTFX-34	100166734484 100166734585 100166734686 100166734787 100163543250 100163543351 100163543452 100163543553	30	Sí	Cumple prescripciones del pliego. Aporta mejoras de calidad, con nuevos struts que facilitan el acceso coronario. Mejora la compatibilidad y la facilidad en su uso por formación de los profesionales.
lote Indep.	55	SU.PC.SANI.04.00.50.000000		VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA	Material válvula:porcino;Vía de implantación:transfemorla;Válvula autoexpandible de nitinol y pericardio porcino Rango de tratamiento anillos de 20,5 a 29mm de diámetro Todas las medidas compatibles con introductor de 14F Prótesis aórtica autoexpandible supranular*		SIN OFERTAS						
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			BIOSENSORS IBERIA, S.L.	DIOR®	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas y aporta escasas mejora de la calidad por su capacidad de avance.
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	AGENT	H74939222201210 H74939222201510	100094099992 100094100711	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas y aporta mejora de la calidad con respecto a su navegabilidad. Mejora de la compatibilidad por su interoperabilidad con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			CARDIVA 2, S.L.	ESSENTIAL PRO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Mejora la calidad ya que permite un mayor empuje para traspasar lesiones. Compatible con los dispositivos de la unidad. Aporta marcas visibles que facilitan su uso. Aporta recubrimiento ultrafino que facilita la navegabilidad y evita el trauma coronario, mejorando de esta forma la seguridad del procedimiento.
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			IZASA HOSPITAL, S.L.U.	RESTORE DEB RESTORE PLUS DCB	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnica y aporta escasa mejoras de calidad por su tamaño.
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Prevail™	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas y aporta mejora de la calidad con respecto a su navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	56	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			SAHAJANAND MEDIAL TECHNOLOGIES IBERIA	DEBIFY	PCBXXXXX	100.167.767.61 0,00	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas y aporta mejora de la calidad con respecto a su navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	57	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91257	MICROCATERER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[130-130];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;			TELEFLEX MEDICAL, S.A.	MICROCATERER CARDIACO COAXIA	5340	100120000000	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas y aporta mejora de la calidad con respecto a su navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	57	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91257	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[130-130];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Microcatéter FINECROSS™	NC-F863A	100013661392	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora la calidad por su navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad. Aporta ventajas con respecto a la facilidad de su uso por la experiencia de los operadores de la unidad. Mejora la seguridad por su recubrimiento hidrofílico que evita lesiones traumáticas en las coronarias.
lote Indep.	58	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92195	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	INQUIRY	81102 81104 81105	100012253976 100012254087 100012254188	40	Sí	Cumple características del pliego. Mejora calidad por su navegabilidad. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Facilidad de uso por manejabilidad y, experiencia en su uso. Mejora la seguridad al evitar las complicaciones por su navegabilidad a través del seno coronario.
lote Indep.	58	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92195	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VIACATH NG 10/L/2-6-2MM VIACATH NG 10/L/2-8-2 MM VIACATH NG 10/XL/2-10-2MM	358797 370309 370144	100015846463 100031276624 100031289857	10		Cumple características técnicas del pliego. Aporta escasas mejora de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	58	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92195	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	Dyn XT 6F / PE-DX/6F	M0042011010 M0042011020	100102172444 100102183556	10		Cumple características técnicas del pliego. Aporta escasas mejora de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	58	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92195	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.	EASYFINDER DIAG STEER BLUE DECA SEQ=2-8	EPJ6DH282	100.133.442.90 7,00	10		Cumple características técnicas del pliego. Aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			CARDIVA 2, S.L.	BANDA OCLUSORA	AA-TB-LS-TP	100115112653	30	Sí	Cumple características técnicas del pliego. Mejora la calidad por su sistema neumático. Compatible con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por el sistema de cierre.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Zephyr	190010020	100165115239	20	Sí	Cumple características técnicas. Aporta calidad por su sistema neumático. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			EVOMED, S.L.	AD-BAND	ALSPL0ADB29	100165358081	20	Sí	Cumple características técnicas. Aporta calidad por su sistema neumático. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Banda Radial 31 cm x 3 cm Banda Radial 31 cm x 3 cm Curva Banda Radial 31 cm	KDLPB03 KDLPB03A KDLPB04B	100165252213 100165311118 100165312229	20	Sí	Cumple características técnicas. Aporta calidad por su sistema neumático. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			PRIM, S.A.	OCLUSOR RADIAL 29 CM.	SM-TB-LS-TP	100101039106	20	Sí	Cumple características técnicas. Aporta calidad por su sistema neumático. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	59	SU.PC.SANI.01.20.25.500003	F68393	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-Longitud de la banda neumática:(28-31);			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Banda de compresión radial, TR-Band®	XX*RF06L	100024358140	30	Sí	Cumple características técnicas del pliego. Aporta calidad con su sistema neumático. Compatible con dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por el sistema de cierre.
lote Indep.	60	SU.PC.SANI.01.20.20.100022	E99560	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Torqr® 6 Fr	041002JM 041005JM	100003726540 100003726641	20	Sí	Cumple las prescripciones y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARIGUAL EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	61	SU.PC.SANI.01.20.06.700001	E92323	EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO-2 - FIADOR:si;2 - DIÁMETRO CATÉTER:[4-5];			CARDIVA 2, S.L.	CATETER EXTRACTOR CORONARIO / CAPTURER	DET R14 145 601	100088132223	40	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por su navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por su sistema de aspiración e intercambio rápido. Y mejora de seguridad al ser poco traumático dentro de las arterias coronarias.
lote Indep.	61	SU.PC.SANI.01.20.06.700001	E92323	EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO-2 - FIADOR:si;2 - DIÁMETRO CATÉTER:[4-5];			MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	Catheter.Aspiration Catheter.GCID 6F ≥ 0.066" (1.68 mm).60" (145 cm).ASAPLP™	ASAPLP	100107242850	20	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora de calidad por su buena navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	62	SU.PC.SANI.01.20.21.100000	E96178	SET DE ELECTRODOS P/ESTUDIO ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA POR IMPEDANCIA-Eq. compatible:EnSite Velocity;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Parches de Navegacion Ensite Precision	EN0020-P	100105382468	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	63	SU.PC.SANI.01.20.05.500001	B42759	EQUIPO VALVULOPLASTIA MITRAL C/BALON - GC			PALEX MEDICAL, SA	EQUIPO VALVULOPLASTIA MITRAL C/BALON	339329 339330 339331	100003725035 100003724823 100003724924	20	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta calidad por su perfil para pasar a través del septo interauricular. Compatible con los polígrafos de la unidad.
lote Indep.	64	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92732	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	INQUIRY	81734 81172 81174	100007596824 100012233075 100012233176	40	SÍ	Cumple características técnicas del pliego. Mejora la calidad por su capacidad de navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad. Facilidad de uso por manejabilidad y experiencia en su uso. Mejora la seguridad al evitar las complicaciones por su navegabilidad a través del seno coronario.
lote Indep.	64	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92732	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;			MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.	Xtrem Dynamic XDD5C25C	XA341	100167981571	10		Cumple las características técnicas del pliego con escasas mejoras de calidad por su tamaño.
lote Indep.	65	SU.PC.SANI.01.20.01.000003	E90709	CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO-2 - VAINA:No;2 - ORIFICIOS LATERALES:No;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexible;			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Adroit Vista Brite Tip	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y, aporta escasas mejoras de calidad por su luz interna.
lote Indep.	65	SU.PC.SANI.01.20.01.000003	E90709	CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO-2 - VAINA:No;2 - ORIFICIOS LATERALES:No;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexible;			IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CAT. GUIA MARCH	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y, aporta escasas mejoras de calidad por su luz interna.
lote Indep.	65	SU.PC.SANI.01.20.01.000003	E90709	CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO-2 - VAINA:No;2 - ORIFICIOS LATERALES:No;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexible;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CATETER GUÍA LAUNCHER	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	SÍ	Cumple características técnicas del pliego. Aporta mejoras de calidad por su capacidad de navegabilidad. Compatible con dispositivos de la unidad. Catéter difícilmente deformable con adecuado apoyo durante la intervención, que mejora la facilidad de uso y la seguridad, con una baja tasa de disecciones traumáticas por el catéter.
lote Indep.	65	SU.PC.SANI.01.20.01.000003	E90709	CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO-2 - VAINA:No;2 - ORIFICIOS LATERALES:No;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexible;			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Catéter Guía CLIMBER™ Catéter Guía Heartrail II™	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	SÍ	Cumple características técnicas del pliego. Aporta mejora de la calidad, con un adecuado soporte durante la intervención. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	66	SU.PC.SANI.01.20.19.000002	E94562	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-Iridio;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:grande;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	BLAZER II	M004EPT503 1TH0 M004EPT503 1THK20	100003683102 100003683001	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegabilidad. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	67	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92730	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Marinr® CS	043328M 043325M 043302M	100003993537 100003993638 100003994042	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegabilidad. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad
lote Indep.	68	SU.PC.SANI.01.20.02.600000	E92509	CATETER ACTP BALÓN CON CORTE-2 - Cuchilla:No;			B. BRAUN SURGICAL, S.A.U	GAMA NSE ALPHA	NSA20013 NSA22513 NSA25013 NSA27513 NSA30013 NSA35013 NSA40013	100103488739 100103488830 100103488931 100103489042 100103489143 100103489244 10010349489	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	68	SU.PC.SANI.01.20.02.600000	E92509	CATETER ACTP BALÓN CON CORTE-2 - Cuchilla:No;			CARDIVA 2, S.L.	CATETER BALON DE CORTE PTCA / NAVISCORE	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora de calidad por su navegabilidad. Compatible con dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por su capacidad de traspasar lesiones críticas. Mejora la seguridad al permitir realizar intervenciones con baja tasa de trauma coronario. .
lote Indep.	69	SU.PC.SANI.01.20.09.000004	E99389	GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0,014"-2 - MATERIAL DEL ALMA:Híbrido;2 - TIPO DE PUNTA:"spring coil";2 - SOPORTE:Flexible;			SIN OFERTAS						
lote Indep.	70	SU.PC.SANI.01.20.04.100006	E92161	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[2.6-2.6];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[135-135];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado tungsteno;			WORLD MEDICA, S.L.	CORSAIR PRO / ASAHÍ INTECC	CSR135-26P	100113213873	20	Sí	Cumple prescripciones técnica del pliego y aporta mejoras en calidad por su navegabilidad y compatibilidad con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	71	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6];			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Infiniti SuperTorque Plus	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	71	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6];			MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	Performa®	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	71	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6];			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Catéter OPTITORQUE™ para diagnóstico coronario	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	30	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejoras de calidad por su recubrimiento. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por sus distintas curvas para distintos pacientes.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			BIOSENSORS IBERIA, S.L.	RISE™ NC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PANTERA LEO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	NC QUANTUM APEX	H7493912406200 H7493912406220	100024626056 100024626157	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación coronaria. Compatible con dispositivos de la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			CARDIVA 2, S.L.	CATETER BALON DILATACION PTCA NC / XPERIENCE NC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación coronaria. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Raiden 3	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			PRIM, S.A.	CATETER PTCA NC EASYT	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			SAHAJANAND MEDIAL TECHNOLOGIES IBERIA	PIBIT NC MAYOR DE 3 MM	FGNTXXXXX	100145958526	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación coronaria. Compatible con dispositivos de la unidad.
lote Indep.	72	SU.PC.SANI.01.20.02.400000	E90716	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 3;			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Catéter de balón para ACTP ACCUFORCE®	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación. Compatible con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por su capacidad de empuje en lesiones complejas. Y mejora de la seguridad del procedimiento por su perfil atraumático dentro de la coronaria.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			B. BRAUN SURGICAL, S.A.U	GAMA SEQUENT NEO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			BIOSENSORS IBERIA, S.L.	RISE™ SC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PANTERA PRO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EMERGE	H7493919308120 H7493919308150	100070573764 100070582957	30	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso ya que permite uso de dos balones en catéteres de 6F.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			CARDIVA 2, S.L.	CATETER BALON DILATACION PTCA / XPERIENCE PRO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Ikazuchi Zero	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SC EUPHORATM SPRINTER LEGEND RXTM	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	30	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso ya que permite uso de dos balones en catéteres de 6F.
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			SAHAJANAND MEDIAL TECHNOLOGIES IBERIA	PIBIT SC	FGSTXXXXX	100.167.042.991,00	10		Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	73	SU.PC.SANI.01.20.02.400002	E90885	CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3;			TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	Catéteres de balón para ACTP RYUREI™	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso ya que permite uso de dos balones en catéteres de 6F. Y mejora de la seguridad del procedimiento por su perfil atraumático dentro de la coronaria.
lote Indep.	74	SU.PC.SANI.01.20.09.100007	E92196	GUÍA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFÍLICA 0.014"-2 - LONGITUD:[150-200];2 - COMPOSICIÓN:Nitinol;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexible;	Núcleo de Nitinol y Recubrimiento Hidrofílico		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	FAMILIA PT	H74912154012 H7491215401J2	100003684415 100003684617	20	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Mejora de calidad por su recubrimiento hidrofílico que le aporta capacidad de atravesar lesiones tortuosas. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	75	SU.PC.SANI.01.20.09.000004	E91620	GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"-2 - MATERIAL DEL ALMA:Aceró inoxidable;2 - TIPO DE PUNTA:"spring coil";2 - SOPORTE:Flexible;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	HT WIGGLE EXTRA S'PORT	22299M-W2 22299M-W30 22359M-W2 22399M-W30 22225MS 22225MJS 22235MS 22235MJS	100007430858 100007430656 100007430555 100007431666 100004215085 100004263969 100004216095 100004264070	20	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora de calidad por su recubrimiento que mejora la navegabilidad. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	75	SU.PC.SANI.01.20.09.000004	E91620	GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"-2 - MATERIAL DEL ALMA:Aceró inoxidable;2 - TIPO DE PUNTA:"spring coil";2 - SOPORTE:Flexible;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	SAMURAI	H749393021902 H74939302190J2	100111798970 100111814740	20	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora de calidad por su recubrimiento que mejora la navegabilidad. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	75	SU.PC.SANI.01.20.09.000004	E91620	GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"-2 - MATERIAL DEL ALMA:Aceró inoxidable;2 - TIPO DE PUNTA:"spring coil";2 - SOPORTE:Flexible;			WORLD MEDICA, S.L.	SION, SION BLUE / ASAHI INTECC	AHW14R304S AHW14R304J AHW14R104S AHW14R104J AHW14R301S AHW14R301J AHW14R101J AHW14R101S	100070174532 100070174734 100151080060 100151086020 100028614938 100070174330 100151080161 100151081676	40	SÍ	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en calidad por su capacidad de navegabilidad. Compatibilidad con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso ya que aporta ventaja en la compatibilidad con los sistemas de angioplastia que actualmente tenemos. Mejora la seguridad del procedimiento al tener una tasa de disecciones coronarias en casos complejos muy baja.
lote Indep.	76	SU.PC.SANI.01.20.19.100009	E92275	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:pequeña;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	TactiCath Sensor Enabled	A-TCSE-D	100118265297	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	77	SU.PC.SANI.01.20.19.000003	E92635	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm MULTICURVA-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	RF Marinr MC	75302	100003501275	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	78	SU.PC.SANI.01.20.19.000003	E92784	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm MULTICURVA-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:grande;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	RF Marinr MC	075402 075312	100003501073 100003501174	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ LA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	79	SU.PC.SANI.01.20.19.100004	E92705	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - CURVA:estándar;			SIN OFERTAS						
lote Indep.	80	SU.PC.SANI.01.20.19.100004	E92644	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - CURVA:grande;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;			SIN OFERTAS						
lote Indep.	81	SU.PC.SANI.01.20.19.100004	E94145	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - CURVA:pequeña;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;			SIN OFERTAS						
lote Indep.	82	SU.PC.SANI.01.20.19.100009	E92273	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:estándar;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	TactiCath Sensor Enabled	A-TCSE-F	100118282562	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	83	SU.PC.SANI.01.20.14.000006		INTRODUCTOR CATETER DIRIGIBLE BALÓN CRIOABLACIÓN		Diámetro externo:> 13;	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Flexcath Advance	4FC12	100078079479	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	84	SU.PC.SANI.01.20.19.200001	E92640	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:[23-23];			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Arctic Front Advance 23mm Arctic Front Advance PRO 23mm	2AF233 AFAPRO23	100078079479 100023811226	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	85	SU.PC.SANI.01.20.19.200000	E92637	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN 4 POLOS-2 - TIPO DE CURVA:estándar;2 - LONGITUD DE LA PUNTA:[6-6];			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Freezor Xtra3	217F3	100023811226	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	86	SU.PC.SANI.01.20.19.200000	E92638	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN 4 POLOS-2 - TIPO DE CURVA:grande;2 - LONGITUD DE LA PUNTA:[6-6];			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Freezor Xtra5	217F5	100023811327	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	87	SU.PC.SANI.01.20.19.200000	E92327	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN 4 POLOS-2 - TIPO DE CURVA:pequeña;2 - LONGITUD DE LA PUNTA:[4-4];			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Freezor 1	207F1	100023810812	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	88	SU.PC.SANI.01.20.19.200001	E92639	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:[28-28];			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Arctic Front Advance 23mm Arctic Front Advance PRO 23mm	2AF283 AFAPRO28	100078079479 100023811226	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	89	SU.PC.SANI.01.20.20.500000	F38714	E.C.D.VENAS PULMONARES 8 ó MÁS POLOS < 4 FR-2 - Nº DE POLOS:10;2 - DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA:[25-25];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Achieve Advance	2ACH25	100115142858	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	90	SU.PC.SANI.01.20.20.500000	E92642	E.C.D.VENAS PULMONARES 8 ó MÁS POLOS < 4 FR-2 - Nº DE POLOS:8;2 - DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA:[20-20];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Achieve Advance Achieve	2ACH20 990063-020	100115142757 100029459064	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÁ EL UMbral MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	91	SU.PC.SANI.01.20.20.500000	E92641	E.C.D.VENAS PULMONARES 8 ó MÁS POLOS < 4 FR-2 - N° DE POLOS:8;2 - DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA:[15-15];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO.Fija;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Achieve Advance Achieve	2ACH15 990063-015	100115142555 100029458953	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	92	SU.PC.SANI.01.20.21.000002	B50463	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DIAGNOSTICO - GC			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Cables Conexion Inquiry	85954 85930	100024557251 100072786414	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de navegabilidad.
lote Indep.	92	SU.PC.SANI.01.20.21.000002	B50463	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DIAGNOSTICO - GC			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DIAGNOSTICO	M004200774 P0 M0045454S0	100102174060 100082819669	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de navegabilidad.
lote Indep.	92	SU.PC.SANI.01.20.21.000002	B50463	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DIAGNOSTICO - GC			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Conector Achieve Advance Conector rotativo	2ACHC 5944RL	100115142959 100144005803	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad por su sistema de contacto. Compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad.
lote Indep.	92	SU.PC.SANI.01.20.21.000002	B50463	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DIAGNOSTICO - GC			MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.	CABLE FOR DIAG / DECA FORLNK CABLE FOR DIAG / QUADRI Cable reutilizable Cuadrapolar Cable reutilizable Decapolar Cable un solo uso Cuadrapolar Cable un solo uso Decapolar	C0G010 C0G004 XA296 XA298 XA350 XA352	100133443119 100135745767 100150706394 100150706495 100150755884 100150755985	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de navegabilidad
lote Indep.	93	SU.PC.SANI.01.20.21.000001	B38103	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DE ABLACIÓN - GC			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DE ABLACIÓN	M0046130 M0046510	100015059717 100015059616	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de navegabilidad
lote Indep.	93	SU.PC.SANI.01.20.21.000001	B38103	CABLE CONECTOR ELECTROCATETER DE ABLACIÓN - GC			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CABLE DEL CATÉTER DIAMOND TEMP AL GENERADOR DE RF CABLE GENCONNECT DIAMOND TEMP CABLE UMBILICAL COAXIAL CABLE UMBILICAL ELÉCTRICO DIAMOND TEMP TUBING SET CABLE DE CONEXIÓN RF	CEDTC100 CEDTGC100 203CX 2035U CEDTTS100 05116	100144005803 100144015703 100025931937 100025931836 100144005904 100030869410	30	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora en la calidad por la navegabilidad. Mejora la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la facilidad de uso por la experiencia de los usuarios.
lote Indep.	94	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION	Catéter ACTP con doble capa con presión de rotura mas de 33 atm aproximadamente. Varios diámetros. Punta esférica		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	NC EMERGE	H7493927606 200 H7493927606 220	100098365983 100098371742	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad con respecto a la presión de rotura.
lote Indep.	94	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION	Catéter ACTP con doble capa con presión de rotura mas de 33 atm aproximadamente. Varios diámetros. Punta esférica		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Balón CONQUEROR NC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad con respecto a la presión de rotura.
lote Indep.	94	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION	Catéter ACTP con doble capa con presión de rotura mas de 33 atm aproximadamente. Varios diámetros. Punta esférica		PRIM, S.A.	CATETER PTCA OPN NC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Mejora la calidad al superar las 33 atm sin rotura. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	95	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PANTERA LEO	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasas mejoras de calidad por su navegabilidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 Puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	95	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	NC EMERGE	H7493927606200 H7493927606220	100098365983 100098371742	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora en la calidad por su capacidad de navegación. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	95	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION			CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	Raiden 3	RD3-8-150	100.116.984.85 3,00	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	95	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION			IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Balón CONQUEROR NC	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego. Aporta mejora de calidad por su buen perfil de navegabilidad entrasen. Compatible con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por su punta esférica. Y mejora la seguridad del procedimiento al ser menos traumática la punta esférica con respecto a los balones estándar.
lote Indep.	95	SU.PC.SANI.01.20.02.400000		CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION			PRIM, S.A.	CATETER PTCA HIDRO CATETER PTCA NC EASYT	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su navegabilidad.
lote Indep.	96	SU.PC.SANI.01.20.02.600000	E92508	CATETER ACTP BALÓN CON CORTE-2 - Cuchilla:Si;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	WOLVERINE	H74939403062000 H74939403062250	100122545037 100122545734	30	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras en calidad y facilidad de uso por sus distintas medidas. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	97	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			BIOSENSORS IBERIA, S.L.	DIOR®	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad por su sistema de liberación de droga. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	97	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	AGENT	H74939222201210 H74939222201510	100094099992 100094100711	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad por su sistema de liberación de droga. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	97	SU.PC.SANI.01.20.02.200005	E90837	CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Paclitaxel;			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CATÉTER BALÓN DE LIBERACIÓN DE FÁRMACO PREVAIL TM	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad por su sistema de liberación de droga. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	98	SU.PC.SANI.01.14.08.500000	B38201	EQ. INTRODUTOR ELECTRODO SENO CORONARIO - GC			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CPS Direct Universal Extra Grande (Extra Grande) (54cm)	DS2C029	100086140707	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad con aceptable navegabilidad. Permite estimulación de rama. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	98	SU.PC.SANI.01.14.08.500000	B38201	EQ. INTRODUTOR ELECTRODO SENO CORONARIO - GC			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	Selectra 3D	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la calidad con aceptable navegabilidad. Permite estimulación de rama. Compatible con los dispositivos de la unidad.
lote Indep.	98	SU.PC.SANI.01.14.08.500000	B38201	EQ. INTRODUTOR ELECTRODO SENO CORONARIO - GC			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	ATTAIN COMMAND + SUREVALVE Catéter Introduc	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	40	Sí	Cumple características técnicas del pliego. Aporta mejora de calidad por su buena navegabilidad. Compatible con los dispositivos de la unidad. Mejora la facilidad de uso por su vaina de menor diámetro , única preformada para estimulación de his , lo que mejora además la seguridad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0- 40 Puntos)	¿SUPERARIGUAL EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	98	SU.PC.SANI.01.14. 08.500000	B38201	EQ. INTRODUTOR ELECTRODO SENO CORONARIO - GC			MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCI AS (SOBRE2)	VER ANEXO REFERENCIAS (SOBRE2)	10		Cumple características técnicas del pliego y aporta escasa mejoras de calidad por su ergonomía.

Firmado por BARREDO
ACEDO FRANCISCO
ISIDRO - ***0384** el
día 08/10/2025 con un
certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS (Anexo I PPT)	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA FABRICANTE	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0- 40 Puntos)	¿SUPERARIGUAL EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
lote Indep.	99	SU.PC.SANI.04.00. 40.100000	G06982	HOLTER INSERTABLE SUBCUTANEO-Tipo de detección:ECG Subcutaneo;Longevidad:> 2 años;Compatibilidad con Resonancia:SI;Monitorización Domiciliaria:SI;			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	MCI Assert-IQ 3+	DM5300	100165604975	20	Sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejora respecto a la compatibilidad con los programadores de marcapasos disponibles en la unidad. Mejora la calidad por tamaño.