

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE 0000470/2025 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Objeto del presente Informe es la valoración de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del Expediente **0000470/2025 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, el cual se tramita mediante el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco con una única empresa, por lotes por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo, mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica Específica designada para la elaboración del presente informe, la documentación técnica y muestras aportadas por los licitadores al expediente, tras la apertura en Mesa de Contratación:

Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica que asisten son:

NOMBRE	CENTRO	PUESTO	FIRMA
Javier de la Morena Domínguez	CPC de Málaga	Coordinador Recursos Materiales	DE LA MORENA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER - 74830858J Firmado digitalmente por DE LA MORENA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER - 74830858J Fecha: 2025.09.29 09:48:18 +02'00'
Rocío Moreno García	HRUM	Enfermero Recursos materiales	MORENO GARCIA MARIA ROCIO - 25693965K Firmado digitalmente por MORENO GARCIA MARIA ROCIO - 25693965K Fecha: 2025.09.28 22:27:00 +02'00'
Ana Rosa Durán Moreno	HUVV	Responsable Recursos Materiales	DURAN MORENO ANA ROSA - 25668785A Firmado digitalmente por DURAN MORENO ANA ROSA - 25668785A Fecha: 2025.09.28 18:02:59 +02'00'
Juan Antonio Rodríguez Silva	HCS	Enfermero Recursos Materiales	RODRIGUEZ SILVA JUAN ANTONIO - 25098340G Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SILVA JUAN ANTONIO - 25098340G Fecha: 2025.09.26 21:15:02 +02'00'
Ana María Bocanegra Pérez	CES 061	Coordinador Recursos Materiales	BOCANEGRA PEREZ ANA MARIA - 25669379E Firmado digitalmente por BOCANEGRA PEREZ ANA MARIA - 25669379E Fecha: 2025.09.28 12:08:29 +02'00'

Lucía Fernández Ramos	Distrito Costa del Sol	EPA Heridas crónicas Distrito Costa del Sol	FERNANDEZ RAMOS LUCIA - 28728440Z Firmado digitalmente por FERNANDEZ RAMOS LUCIA - 28728440Z Fecha: 2025.09.27 18:15:51 +02'00'
Manuel Isaías Medina Pérez	H. Antequera	Supervisor Urgencias	Firmado por MEDINA PEREZ MANUEL ISAIAS -
Miriam Rashid Jiménez	H. Axarquía	Supervisora Pediatría- Neonatología	RASHID JIMENEZ MIRIAM - 44298941K Firmado digitalmente por RASHID JIMENEZ MIRIAM - 44298941K Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-44298941K, givenName=MIRIAM, sn=RASHID JIMENEZ, cn=RASHID JIMENEZ MIRIAM - 44298941K Fecha: 2025.09.26 21:47:11 +02'00'

Las empresas admitidas a la Licitación son las que se relacionan a continuación:

AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
 DEXTROMEDICA
 IBERIAN CARE 2016
 INTERSURGICAL ESPAÑA SL
 IZASA HOSPITAL SL UNIPERSONAL
 KEYLAB MEDICAL SL
 LABORATORIO ALDO UNION
 MARTIN VECINO SL
 MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
 OXIGEM SL
 PALEX MEDICAL
 PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS SL
 RENDON-EUROPE LABORATORIES SL

En **Anexo I** del presente Informe se han incluido todas las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación y se describen de forma detallada la valoración individualizada a cada uno de las ofertas presentadas.

Conforme a lo establecido en el Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realiza como se detalla a continuación:

- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Asimismo, las ofertas deben alcanzar en la valoración una **puntuación mínima de 15 puntos** que tendrán carácter de umbral funcional mínimo.

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS** del expediente **0000470/2025 DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, en la fecha de la firma:

Málaga, a 26 de septiembre de 2025

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)
Calidad: De 0 a 10 puntos
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.
Ergonomía: De 0 a 15 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)

LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	SU.PC.SANI.01.10.00.200009	F96480	NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA Y ADAPTADOR-TAMAÑO ADAPTADOR:Adulto;DIÁMETRO NEBULIZADOR:[22-23];	• Para nebulizar soluciones de prescripción médica aspirables en pacientes sometidos a ventilación mecánica u otro tipo de asistencia respiratoria de presión positiva. • Para uso en adultos y en niños mayores de 20kg. • Malla vibratoria, con tapón, conectado a mascarilla mediante codo. •Capacidad mínima de 3 ml y máxima de 10 ml.	DEXTROMEDICA, S.L.	Nebulizador malla vibratoria	AG-AS3350	100102241744	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos El dispositivo aplica energía para causar 128.000 vibraciones por segundo, produciendo un tamaño de partícula óptimo de 1 a 5 micras para alcanzar las vías respiratorias periféricas pequeñas en los pulmones del paciente, maximizando la absorción y el efecto de la medicación administrada. Además, el aerosol generado es de baja velocidad y flujo laminar, minimizando la precipitación en el circuito. No hay flujo añadido y ni calienta ni degrada la medicación, por lo que puede nebulizarse todo tipo de fármacos (ya sean soluciones, suspensiones, proteínas o péptidos). Presentan estudios científicos que avalan su seguridad y eficacia. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Presenta una forma regular sin rebordes y sin salientes lo que facilita su limpieza y desinfección y dificulta su contaminación. El tapón sella de forma segura evitando desconexiones accidentales. 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos El artículo y el adaptador para nebulización mecánica o no invasiva se presentan en un mismo envase lo que disminuye la posibilidad de error, pérdida y facilita el tratamiento logístico. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 30 puntos.
					MATCLINIC, S.L.	FEELLIFE	ICU TP1	100167930960	SI	0	10	0	10	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos No presenta en la documentación aportada los elementos mínimos que permitan valorar. 0 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Presenta una forma irregular con rebordes y salientes, especialmente con unos tornillos expuestos lo cual puede dificultar su limpieza y desinfección. El tapón no sella de forma segura y puede producir desconexiones accidentales con la pérdida de medicación y fracaso del tratamiento. 10 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Presenta el nebulizador y el adaptador para VM o VMNI de forma separada, lo que resulta negativo ya que esta práctica puede generar confusión y errores en el uso clínico. La eficacia y seguridad del producto dependen de la integración del conjunto completo (nebulizador, adaptador, mascarilla, filtro y tubo, según proceda), además de la inconveniencia logística del tratamiento de dos artículos en lugar de uno. 0 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 10 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
2	SU.PC.SANI.01.10.00.300000	F99142	NEBULIZADOR PARA PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL- Boquilla:no;Mascarilla:si;	- Para administrar aerosoles con medicamentos de alto riesgo o cuando exista riesgo biológico. - Pieza terminada en boquilla respiratoria con mascarilla, filtro antibacteriano en rama espiratoria y conexión en rama inspiratoria con dos válvulas unidireccionales o con filtro biológico, con frasco nebulizador y alargadera de oxígeno. - Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen.	AMEBIL, S.L.	Nebulizador para prevención contaminación ambiental- boquilla no, mascarilla si	032-10-049	100168105433	SI	2	4	5	11	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta una mascarilla de material flexible pero no presenta reborde facial adaptable, lo que no garantiza una buena estanqueidad y lo cual es esencial para prevenir fugas de aerosoles y medicamentos, garantizando la eficacia terapéutica y la protección del usuario ante riesgos biológicos. Conexiones poco estables entre partes del sistema (boquilla, alargadera, filtro) puede causar desconexiones, fugas y pérdida de estanqueidad, no se garantiza un flujo adecuado ni la integridad del sistema de administración. 2 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos La mascarilla rígida dificulta la adaptación anatómica al paciente, lo que puede generar filtraciones, incomodidad y mala tolerancia, repercutiendo directamente en la eficacia del tratamiento y la seguridad. 4 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 11 puntos.
				- Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. - Cierre hermético para evitar fugas. - Tamaño medio de partícula de igual o menor a 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial - Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. - Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP) (en todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	INTERSUGICAL ESPAÑA, S.L.	INTERSURGICAL - Kit nebulización con mascarilla cerrada y filtro de protección respiratoria	1453044	100143450897	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos El cuerpo de la mascarilla es rígido lo que ayuda a evitar la sensación agobio que producen este tipo de mascarillas y presenta un doble reborde facial siliconado que se adapta muy bien a cualquier anatomía del paciente y asegura una buena estanqueidad que evita la pérdida de medicación y la contaminación medioambiental en pacientes con patología infecciosa transmisible. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Es muy cómoda para el paciente para mantenerla durante largos periodos sin producir lesiones por presión. El doble reborde y el reborde de la mandíbula muy amplio permiten adaptarse adecuadamente a distintos tamaños de cara. 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esa mercantil la puntuación de 30 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
3	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos – GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	AMEBIL, S.L.	Nebulizador con mascarilla adultos	032-10-016NC	100168093604	NO						NO CUMPLE PPT. Se solicita volumen de la cámara de 10 ml. con marcas de volumen y sistema antigoteo y presenta marcas de volumen hasta 8 ml. En ficha técnica indica volumen de 10ml., este volumen se alcanza al ras de la cazoleta de medicación lo que hace que al inclinarse levemente la mascarilla se derrame sobre el paciente, lo que hace en realidad impracticable los 10 ml. de volumen.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Mascarilla de nebulización tanque 10ml	AK10AS	100168077440	SI	2	0	5	7	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: de 0 a 10 puntos La mascarilla es muy pequeña, no se ajusta a la anatomía de la cara, no produciendo sellado en absoluto. La conexión con la cazoleta de medicación la deja en 45 grados, lo que causa que en pacientes recostados o semiinclinados la medicación se derrame sobre la boca y la nariz del paciente. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. Nebuliza bastante bien, por el ángulo entre la mascarilla y la cazoleta, no se puede poner en paciente en posición horizontal. 2 puntos Ergonomía: de 0 a 15 puntos Mascarilla muy pequeña sin cierre para el mentón, queda sobre el labio inferior resultando muy incómodo. 0 puntos Envasado y etiquetado : De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 7 puntos.



Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga

2

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)															
Calidad: De 0 a 10 puntos															
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.															
Ergonomía: De 0 a 15 puntos															
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.															
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos															
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.															
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
3	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos – GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	INTERSUGICAL ESPAÑA, S.L.	INTERSURGICAL - Kit de mascarilla EcoLite de adulto con nebulizador Cirrus 2 y línea de oxígeno	1453015	100130461996	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos El cuerpo de la mascarilla es rígido lo que ayuda a evitar la sensación de agobio que producen este tipo de mascarillas y presenta un doble reborde facial siliconado que se adapta muy bien a cualquier anatomía del paciente y asegura una buena estanqueidad. La cámara presenta un sistema de bloqueo audible que al encajar emite un sonido para confirmar al profesional y al paciente que la mascarilla o la pieza del nebulizador ha quedado bien sellada y fijada, evitando fugas de oxígeno o del aerosol. Nebuliza bastante bien y en horizontal no se derrama el líquido y continúa nebulizando. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Se ajusta muy bien a la anatomía del paciente, los puntos de presión están muy repartidos y siliconados, lo cual la hace muy confortable y muy bien tolerada a largo plazo sin riesgo de lesiones por presión. Las cintas se adaptan muy bien. 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 30 puntos.
					IZASA HOSPITAL, S.L.U.	KLINIK HEALTH	623NMA	100122553210	SI	0	0	5	5	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta un olor intenso a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. Todas las muestras presentadas presentan una deformación evidente y muy notable lo que evidencia una baja calidad del producto que no recupera su forma e impide un buen ajuste sobre la cara del paciente. La cámara de medicación presenta muescas de tamaño mínimo que no asegura la conexión. Tiene muy poca rosca que se sale de forma accidental pero que si se aprieta para evitar su salida queda bloqueado inutilizando el sistema. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. 0 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos No se ajusta a la anatomía del paciente, los puntos de presión debido a la deformidad no se producen en los lugares deseados lo que resulta incómodo pudiendo producir lesiones e intolerancia por parte del paciente. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 5 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)																
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES	
3	SU.PC.SANI.01.10.00.210000		NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos – GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	MARTÍN VECINO, S.L.	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO TALLA XL	MV017/4	100163184729	SI	5	4	5	14	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta un olor intenso a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. La muestra presenta una ligera deformación no recuperando su forma lo que evidencia una pobre calidad del material. Presenta una pieza intermedia entre la cámara y la máscara de ventilación innecesaria que aumenta el riesgo de contaminación. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. Nebuliza bastante bien, en horizontal no se derrama el líquido y continúa nebulizando. 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Presenta una rosca con muchas vueltas lo que hace su uso incómodo y dificulta la colocación. Poco confortable. No presenta un buen sellado. 4 puntos. Envasado y etiquetado : De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos. Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 14 puntos.	
					MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U	RESPIRATORY	HCS893	100168093402	NO							NO CUMPLE PPT. Se solicita volumen de la cámara de 10 ml. Con marcas de volumen y presenta marcas de volumen hasta 6 ml.
						OXIGEM, S.L.	BOREAS MEDICAL	42170XL	100008262751	SI	5	5	5	15	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta un olor intenso a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. La muestra presenta una ligera deformación no recuperando su forma lo que evidencia una pobre calidad del material. Presenta una pieza intermedia entre la cámara y la máscara de ventilación innecesaria que aumenta el riesgo de contaminación. La cinta desliza moderadamente bien facilitando el ajuste. 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Poco confortable, ya que no se ajusta bien a la anatomía dificultando la tolerancia por parte del paciente. No presenta un buen sellado. 5 puntos Envasado y etiquetado : De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 15 puntos.



Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
4	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico – GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	AMEBIL, S.L.	Nebulizador con mascarilla pediátrica	032-10-017	100140576169	NO						NO CUMPLE PPT. Se solicita volumen de la cámara de 10 ml. con marcas de volumen y con sistema antigoteo. En ficha técnica indica volumen 10 ml., este volumen se alcanza al ras de la cazoleta de medicación lo que hace que al inclinarse levemente la mascarilla se derrame sobre el paciente, lo que hace en realidad impracticable los 10 ml. de volumen.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Mascarilla de nebulización tanque 10ml pediátrico	AK10PS	100168077541	SI	2	0	5	7	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla es muy pequeña, no se ajusta a la anatomía de la cara no produciendo sellado en absoluto. La conexión con la cazoleta de medicación la deja en 45 grados, lo que causa que en pacientes recostados o semi inclinados la medicación se derrame sobre la boca y la nariz del paciente. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. Nebuliza bastante bien, por el ángulo entre la mascarilla y la cazoleta, no se puede poner en paciente en posición horizontal. 2 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Mascarilla muy pequeña sin cierre para el mentón, queda sobre el labio inferior resultando muy incómoda y no tolerada por el paciente pudiendo llegar a causar lesiones por presión. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 7 puntos.
					INTERSUGICAL ESPAÑA, S.L.	INTERSURGI-CAL	1454015	100031177220	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos El cuerpo de la mascarilla es rígido lo que ayuda a evitar la sensación de agobio que produce este tipo de mascarillas y presenta un reborde facial siliconado con pequeñas muescas en el reborde para una mejor adaptación. Se adapta muy bien a cualquier anatomía del paciente y asegura una buena estanqueidad. La cámara presenta un sistema de bloqueo audible que al encajar emite un sonido para confirmar al profesional y al paciente que la mascarilla o la pieza del nebulizador ha quedado bien sellada y fijada, evitando fugas de oxígeno o del aerosol. Nebuliza bastante bien y en horizontal no se derrama el líquido y continúa nebulizando. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Se ajusta muy bien a la anatomía del paciente, los puntos de presión están muy repartidos y siliconados, lo cual la hace muy confortable y muy bien tolerada a largo plazo sin riesgo de lesiones por presión. Las cintas se adaptan muy bien 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 30 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)
Calidad: De 0 a 10 puntos
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.
Ergonomía: De 0 a 15 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)

LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
4	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	KLINIK HEALTH	623NMP	100122553311	SI	0	0	5	5	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta un olor intenso a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. Todas las muestras presentadas tienen una deformación evidente y muy notable lo que evidencia una baja calidad del producto que no recupera su forma e impide un buen ajuste sobre la cara del paciente. La cámara de medicación presenta muescas de tamaño mínimo que no aseguran la conexión. Tiene muy poca rosca que se sale de forma accidental pero que si se aprieta para evitar su salida queda bloqueado inutilizando el sistema. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. 0 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos No se ajusta a la anatomía del paciente, los puntos de presión debido a la deformidad no se producen en los lugares deseados lo que resulta incómoda pudiendo producir lesiones e intolerancia por parte del paciente. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 5 puntos.
					MARTÍN VECINO, S.L.	MASCARILLA CON NEBULIZADOR PEDIÁTRICO	MV015/4	100168042699	SI	5	6	5	16	SI	De la documentación aprotada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta un olor intenso a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. La muestra presenta una evidente deformación no recuperando su forma lo que evidencia una pobre calidad del material. Presenta una pieza intermedia entre la cámara y la máscara de ventilación innecesaria que aumenta el riesgo de contaminación. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. Nebuliza bien y en horizontal no se derrama el líquido y continúa nebulizando. 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Presenta una rosca con muchas vueltas lo que hace su uso incómodo y dificulta la colocación. Poco confortable. Presenta un sellado aceptable. 6 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 16 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)
Calidad: De 0 a 10 puntos
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.
Ergonomía: De 0 a 15 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)

LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
4	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico – GC	• Volumen de la cámara 10ml, con marcas de volumen. Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Cierre hermético para evitar fugas. • Con sistema antigoteo y mínimo volumen residual. • Tamaño medio de partícula de 2,7 micras, óptimo para depósito traqueobronquial. • Con conexiones para tubo de oxígeno y 22mm hembra para mascarilla o boquilla. • Alargadera de oxígeno mínimo de 1,8m con luz interna estrellada anti-oclusiones. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U	RESPIRATORY	HCS894	100168093503	NO						NO CUMPLE PPT. Se solicita volumen de la cámara de 10 ml. con marcas de volumen y presenta marcas de volumen hasta 6 ml.
					OXIGEM, S.L.	BOREAS MEDICAL	42170M	100008262953	SI	5	5	5	15	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla presenta un fuerte olor a plástico, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. La muestra presenta una ligera deformación no recuperando su forma lo que evidencia una pobre calidad del material. Presenta una pieza intermedia entre la cámara y la máscara de ventilación innecesaria que aumenta el riesgo de contaminación. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. Nebuliza bastante bien, en horizontal no se derrama el líquido y continúa nebulizando. 5 puntos. Ergonomía : De 0 a 15 puntos Poco confortable, ya que no se ajusta bien a la anatomía dificultando la tolerancia por parte del paciente. La cinta desliza moderadamente bien facilitando el ajuste. No presenta un buen sellado. 5 puntos. Envasado y etiquetado : : De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos. Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 15 puntos.



Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga

2

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
5	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico – GC	• Para administrar medicación inhalada. • Dispositivo con un sistema de acoplamiento para frascos dosificadores de aerosoles y mascarilla para adaptación a la boca. • Válvula o membrana que permite ralentizar el aerosol, propiciando la evaporación del propelente y optimizando la cantidad de partículas respirables. • Válvula espiratoria e inspiratoria unidireccional. • Adaptador universal. • Cámara de material plástico. • Mascarilla de silicona preformada. • De plástico anti-estático y resistente a los golpes.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	Cámara de inhalación antiestática con mascarilla silicona talla M	SPACER-02-SM-M	100168089067	SI	3	0	5	8	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla es demasiado blanda, no tiene un cuerpo rígido, lo que es positivo cuando el paciente es colaborador, pero dificulta mucho su administración cuando el paciente no colabora lo que en pacientes pediátricos, como es el caso, ocurre la mayoría de las veces, ya que al intentar mantener la máscara en la cara del paciente, en movimiento, intentado retirarse, no mantiene un buen sellado al deformarse e incluso permite que la cámara golpee la cara del paciente. Presenta una señal acústica que avisa del correcto flujo de la inhalación. No tiene un tapón para la boquilla por lo que puede contaminarse. No es desmontable en todos sus elementos, lo que no permite su completa limpieza, limitando mucho su vida útil y pudiendo ser un foco de transmisión de infecciones. 3 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Al no ser desmontable, dificulta mucho la limpieza de la cámara. La máscara no sella bien si hay poco movimiento, lo que es incómodo para el paciente y para el profesional. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 8 puntos.
					INTERSUGICAL ESPAÑA, S.L.	BESMED - Cámara espaciadora con mascarilla pediátrico	MD-38350	100157258760	SI	5	5	5	15	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla es demasiado blanda. No tiene un cuerpo rígido, lo que es positivo cuando el paciente es colaborador pero dificulta mucho su administración cuando el paciente no colabora lo que en pacientes pediátricos como es el caso ocurre la mayoría de las veces, ya que al intentar mantener la máscara en la cara del paciente, en movimiento, intentado retirase, no mantiene un buen sellado al deformarse e incluso permite que la cámara golpee la cara del paciente. Presenta señal acústica que permite comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. Incorpora una pequeña bolsa para transportar que evita la contaminación. Trae un tapón que no está unido a la cámara que puede caerse o perderse. Al tener una fácil limpieza permite una mayor durabilidad y disminución de una infección. La válvula presenta una falta de consistencia física que puede llevar a un mal sellado, movilizaciones durante el montaje, pérdida de sellado y errores en la dosificación. 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Fácil de desmontar en todas sus piezas, pero de difícil montaje, ya que la válvula tiene muy poca consistencia, no tiene una posición concreta de montaje, solamente se deja sobre la parte superior de la cámara, con lo que al montarlo se mueve la mayoría de las veces. 5 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 15 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
5	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CÁMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOL CON MASCARILLA / pediátrico – GC	• Para administrar medicación inhalada. • Dispositivo con un sistema de acoplamiento para frascos dosificadores de aerosoles y mascarilla para adaptación a la boca. • Válvula o membrana que permite ralentizar el aerosol, propiciando la evaporación del propelente y optimizando la cantidad de partículas respirables. • Válvula espiratoria e inspiratoria unidireccional. • Adaptador universal. • Cámara de material plástico. • Mascarilla de silicona preformada. • De plástico anti-estático y resistente a los golpes.	KEYLAB MEDICAL, S.L.	CÁMARA DE INHALACIÓN KEYCHAMBER CON MASCARILLA INFANTIL	LB212203	100168076632	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. Presenta una señal acústica que avisa del correcto flujo de la inhalación. El tapón va unido a la cámara. Al tener una fácil limpieza permite una mayor durabilidad y disminución de una infección. La máscara presenta un reborde facial que asegura un buen sellado. El cuerpo es flexible, pero no se deforma, manteniendo un buen sellado. La válvula es consistente, mantiene la forma, presenta una montaje sencillo e inequívoco. Presenta señal acústica que permite comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Fácil de desmontar, limpiar y montar. Mascarilla confortable y con buen sellado. 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 30 puntos.
					LABORATORIO ALDO-UNION, S.L.	KIT UNIVERSAL CHAMBER PEDIÁTRICO (NIÑOS)	211597	100165203329	SI	7	0	5	12	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Trae dos mascarillas, una flexible y otra más rígida, lo cual permite elegir la mejor opción según el paciente. Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. Presenta un adaptador específico para su propia mascarilla, en lugar de un adaptador universal, no permitiendo el uso de otras, lo que puede resultar un problema en caso de rotura de stock. Al tener una fácil limpieza permite una mayor durabilidad y disminución de una infección. Presenta señal acústica que permite comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. 7 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos La conexión de la mascarilla con el cuerpo de la cámara es muy dificultosa y necesita mucha manipulación lo que conlleva un mayor riesgo de infección. No es completamente desmontable por lo que es de difícil limpieza. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 12 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
5	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CÁMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico – GC	- Para administrar medicación inhalada. - Dispositivo con un sistema de acoplamiento para frascos dosificadores de aerosoles y mascarilla para adaptación a la boca. - Válvula o membrana que permite ralentizar el aerosol, propiciando la evaporación del propelente y optimizando la cantidad de partículas respirables. - Válvula espiratoria e inspiratoria unidireccional. - Adaptador universal. - Cámara de material plástico. - Mascarilla de silicona preformada. - De plástico anti-estático y resistente a los golpes.	OXIGEM, S.L.	FISIOCHAMBER TRIGON	KM-1037	100168130880	SI	8	10	5	23	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. Presenta una señal acústica que avisa del correcto flujo de la inhalación. Trae un tapón que no está unido a la cámara que puede caerse o perderse. Al tener una fácil limpieza permite una mayor durabilidad y disminución de una infección. La máscara presenta un reborde facial que asegura un buen sellado. El cuerpo es flexible, pero no se deforma, manteniendo un buen sellado. La válvula es consistente, mantiene la forma, presenta una montaje sencillo e inequívoco. Presenta señal acústica que permite comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. 8 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Fácil de desmontar, limpiar y montar. Mascarilla confortable y con buen sellado y sevicio. La mascarilla presenta un serigrafiado que indica adult 3, aunque en la FT especifica esa referencia como pediátrica. Dicho serigrafiado puede llevar a error en los profesionales, que pueda llevar a desechar el producto o al retraso en la técnica. 10 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 23 puntos.
					PALEX MEDICAL, S.A.	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico	613997	100165930665	SI	0	4	5	9	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 5 puntos No tiene señal acústica. Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. Presenta un adaptador específico para su propia mascarilla, no permitiendo el uso de otras, lo que puede resultar un problema en caso de rotura de stock. La mascarilla es demasiado blanda. No tiene un cuerpo rígido, lo que es positivo cuando el paciente es colaborador pero dificulta mucho su administración cuando el paciente no colabora lo que en pacientes pediátricos como es el caso ocurre la mayoría de las veces, ya que al intentar mantener la máscara en la cara del paciente, en movimiento, intentado retirarse, no mantiene un buen sellado al deformarse e incluso permite que la cámara golpee la cara del paciente. 0 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos No es desmontable, solo se desmonta la parte de atrás, dificultando su limpieza. 4 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 9 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
5	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CÁMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOL CON MASCARILLA / pediátrico -- GC	• Para administrar medicación inhalada. • Dispositivo con un sistema de acoplamiento para frascos dosificadores de aerosoles y mascarilla para adaptación a la boca. • Válvula o membrana que permite ralentizar el aerosol, propiciando la evaporación del propelente y optimizando la cantidad de partículas respirables. • Válvula espiratoria e inspiratoria unidireccional. • Adaptador universal. • Cámara de material plástico. • Mascarilla de silicona preformada. • De plástico anti-estático y resistente a los golpes.	PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS, S.L.	AIRLIFE	BR302-I	100168051286	SI	3	5	5	13	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. No tiene señal acústica que permita comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. El tapón no va unido a la cámara, pudiendo caerse o perderse, con lo que no evitaría la contaminación. Solo se desmonta la parte de atrás, no pudiendo acceder a la válvula, lo que disminuye la durabilidad y aumenta la posibilidad de infecciones. La máscara presenta un reborde facial siliconado, con cuerpo rígido, que asegura un buen sellado. 3 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos La mascarilla es rígida con reborde facial siliconado lo que permite un ajuste óptimo a la anatomía del paciente. Desmontable únicamente por la parte de detrás. 5 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 13 puntos.
					RENDON EUROPE LABORATORIES, S.L.	RELAIR JUNIOR	184393.7	100115624028	SI	5	7	5	17	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Presenta una válvula espiratoria como testigo de las inhalaciones realizadas por el paciente. El tapón va unido a la cámara. Al tener una fácil limpieza permite una mayor durabilidad y disminución de una infección. La máscara presenta un reborde facial que asegura un buen sellado. El cuerpo es flexible, pero no se deforma, manteniendo un buen sellado. La válvula es consistente, mantiene la forma, presenta una montaje sencillo e inequívoco. Presenta señal acústica que permite comprobar una adecuada velocidad de inhalación para una óptima distribución de la medicación inhalada. Presenta un adaptador específico para su propia mascarilla, no permitiendo el uso de otras, lo que puede resultar un problema en caso de rotura de stock. La mascarilla es demasiado blanda. No tiene un cuerpo rígido, lo que es positivo cuando el paciente es colaborador pero dificulta mucho su administración cuando el paciente no colabora lo que en pacientes pediátricos como es el caso ocurre la mayoría de las veces, ya que al intentar mantener la máscara en la cara del paciente, en movimiento, intentado retirase, no mantiene un buen sellado al deformarse e incluso permite que la cámara golpee la cara del paciente 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Fácil desmontaje, limpieza y montaje. La mascarilla dificulta un buen sellado. 7 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 17 puntos.



ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)															
Calidad: De 0 a 10 puntos															
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.															
Ergonomía: De 0 a 15 puntos															
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.															
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos															
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.															
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONOMÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
6	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos – GC	• Para la administración de oxígeno a altas concentraciones. • Flexible y adaptable a la cara a la que se sujeta con una cinta elástica. • Agujeros laterales para la salida del aire expirado, con válvulas unidireccionales. • Con o sin clip metálico que ajustado sobre la nariz. • Con alargadera de al menos 180cm con luz interna estrellada anti-oclusión. • Bolsa para reservorio de oxígeno de 1 litro con entramado interno anti-colapso. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP). (En todos sus componentes, incluidas cintas elásticas).	AMEBIL, S.L.	Mascarilla oxígeno con reservorio adultos	032-10-072	100165112007	SI	3	4	5	12	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Buenas conexiones. No se separan las piezas de la máscara y el reservorio. Las válvulas son de un material muy fino y maleable, no asegura un sellado completo. Intenso olor a plástico, ligera deformidad. No se adapta bien a la anatomía del paciente, la parte superior queda muy cerca de los ojos llegando incluso a molestar. No asegura un buen sellado. Toma de oxígeno giratoria, pero muy dura, permite adaptarlo a diferentes posiciones, aunque no permite la movilidad del paciente. Tarda mucho en llenarse el reservorio, lo que significa que tarda en alcanzar la concentración de oxígeno deseado. 3 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Las cintas deslizan con demasiada suavidad no ajustándose y llegándose a salir de forma indeseada. No se ajusta a la anatomía del paciente, los puntos de presión no se producen en los lugares deseados lo que resulta incomoda pudiendo producir lesiones e intolerancia por parte del paciente. 4 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 12 puntos.
					IBERIAN CARE 2016, S.L.	Mascarilla oxígeno con reservorio de alta concentración con reservorio Adulto	22602	100168077743	SI	0	0	5	5	NO	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla es muy pequeña, no se ajusta a la anatomía de la cara no produciendo sellado en absoluto. Las cintas deslizan con demasiada suavidad no realizando un ajuste apropiado. La válvula antirretorno se desprende con muchísima facilidad sin apenas resistencia. Toma de oxígeno giratoria, pero muy dura, permite adaptarlo a diferentes posiciones, aunque no permite la movilidad del paciente. Tarda mucho en llenarse el reservorio, lo que significa que tarda en alcanzar la concentración de oxígeno deseado. 0 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Mascarilla muy pequeña sin cierre para el mentón, queda sobre el labio inferior resultando muy incómoda y no tolerada por el paciente pudiendo llegar a causar lesiones por presión. 0 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 5 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos)
Calidad: De 0 a 10 puntos
Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura.
Ergonomía: De 0 a 15 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre.
Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos
Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo.
UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)

LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASA DO Y ETIQUETA DO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
6	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos – GC	• Para la administración de oxígeno a altas concentraciones. • Flexible y adaptable a la cara a la que se sujeta con una cinta elástica. • Agujeros laterales para la salida del aire espirado, con válvulas unidireccionales. • Con o sin clip metálico que ajustado sobre la nariz. • Con alargadera de al menos 210cm con luz interna estrellada antioclusión. • Bolsa para reservorio de oxígeno de 1 litro con entramado interno anti-colapso. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP), en todos sus componentes, incluidas cintas elásticas.	INTERSUGICAL ESPAÑA, S.L.	INTERSURGIC AL	1181015	100083489829	SI	10	15	5	30	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos El cuerpo de la mascarilla es rígido lo que ayuda a evitar la sensación de agobio que produce este tipo de mascarillas y presenta un reborde facial siliconado con pequeñas muescas en el reborde para una mejor adaptación. Se adapta muy bien a cualquier anatomía del paciente y asegura una buena estanqueidad. La cámara presenta un sistema de bloqueo audible que al encajar emite un sonido para confirmar al profesional y al paciente que la mascarilla o la pieza del nebulizador ha quedado bien sellada y fijada, evitando fugas de oxígeno o del aerosol. La válvula antirreflujo realiza un sellado perfecto. La toma de oxígeno giratoria gira con muchísima suavidad lo que permite al paciente moverse. La bolsa reservorio se llena muy rápido alcanzando la concentración de oxígeno deseada en poco tiempo. 10 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Se ajusta muy bien a la anatomía del paciente, los puntos de presión están muy repartidos y siliconados, lo cual la hace muy confortable y muy bien tolerada a largo plazo sin riesgo de lesiones por presión. Las cintas se adaptan muy bien. 15 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 30 puntos.
					MARTÍN VECINO, S.L.	MASCARILLA OXÍGENO ADULTO CON RESERVORIO TALLA XL	MV025/4	100165021886	SI	8	7	5	20	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos Buenas conexiones. No se separan las piezas de la máscara y el reservorio. Las válvulas aseguran un buen sellado. Presenta olor a plástico y ligera deformidad. Aunque realiza un buen sellado porque se adapta bien a la anatomía. Toma de oxígeno giratoria que permite pero moderadamente dura, permite adaptarlo a diferentes posiciones no permite la movilidad del paciente. La bolsa reservorio se llena muy rápido alcanzando la concentración de oxígeno deseada en poco tiempo. 8 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Las cintas deslizan con moderada suavidad pudiendo no realizar un ajuste apropiado. Se adapta bien a la anatomía resultando confortable y bien tolerada por el paciente. 7 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 20 puntos.

ANEXO I EXPTE. 0000470/2025 SUM. DE TRACTO SUC. Y POR PRECIO UNIT. MEDIANTE A.M. DE MAT. SANIT. FUNG. DE NEBULIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA, CON DESTINO A LOS CENTROS SANIT. DE LA PROV. DE MÁLAGA PERTEN. AL SAS

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (0-30 puntos) Calidad: De 0 a 10 puntos Calidad, estanqueidad y seguridad de las conexiones entre las diferentes partes del artículo, flexibilidad, resistencia a la rotura. Ergonomía: De 0 a 15 puntos Facilidad y comodidad de uso. Adaptabilidad a la cara del paciente con comodidad y sin riesgo de lesiones, sellado. Aspectos tales como, forma, aletas, aristas, salientes, u otros que faciliten o dificulten su manejo, colocación, sujeción y agarre. Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Facilidad de apertura. Facilidad de identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. UMBRAL MÍNIMO (15 puntos)															
LOTE	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	CALIDAD	ERGONO-MÍA	ENVASADO Y ETIQUETADO	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
6	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos – GC	• Para la administración de oxígeno a altas concentraciones. • Flexible y adaptable a la cara a la que se sujeta con una cinta elástica. • Agujeros laterales para la salida del aire espirado, con válvulas unidireccionales. • Con o sin clip metálico que ajustado sobre la nariz. • Con alargadera de al menos 210cm con luz interna estrellada antioclusión. • Bolsa para reservorio de oxígeno de 1 litro con entramado interno anti-colapso. • Producto libre de látex y Ftalatos (DEHP), en todos sus componentes, incluidas cintas elásticas.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U	RESPIRATORY	41060S	100165103814	SI	8	6	5	19	SI	De la documentación aportada se observa que. Calidad: De 0 a 10 puntos Buenas conexiones. No se separan las piezas de la máscara y el reservorio. Las válvulas aseguran un buen sellado. Presenta olor a plástico y ligera deformidad. Aunque realiza un buen sellado porque se adapta bien a la anatomía. Toma de oxígeno giratoria que permite pero moderadamente dura, permite adaptarlo a diferentes posiciones no permite la movilidad del paciente. La bolsa reservorio se llena muy rápido alcanzando la concentración de oxígeno deseada en poco tiempo. 8 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Las cintas deslizan con moderada suavidad pudiendo no realizar un ajuste apropiado. Se adapta moderadamente bien a la anatomía resultando confortable y bien tolerada por el paciente. 6 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 19 puntos.
					OXIGEM, S.L.	BOREAS MEDICAL	41310XL	100008261549	SI	5	5	5	15	SI	De la documentación aportada se observa que: Calidad: De 0 a 10 puntos La mascarilla presenta un olor desagradable, lo que dificulta la aceptación por parte del paciente. La muestra presenta una ligera deformación no recuperando su forma lo que evidencia una pobre calidad del material. Tarda mucho en llenarse el reservorio, lo que significa que tarda en alcanzar la concentración de oxígeno deseado. 5 puntos Ergonomía: De 0 a 15 puntos Poco confortable, ya que no se ajusta bien a la anatomía dificultando la tolerancia por parte del paciente. La cinta desliza moderadamente bien facilitando el ajuste. No presenta un buen sellado. 5 puntos Envasado y etiquetado: De 0 a 5 puntos Fácil identificación y lectura de las características del artículo, número de lote y caducidad del artículo. 5 puntos Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil la puntuación de 15 puntos.

