

EXPEDIENTE NÚMERO 0001226/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS REPARADORAS: MAMAS Y MALLAS, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO SU.PC.SANI.04.12, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERIA, AL AMPARO DE DEL ART. 16.3.a) DE LA LCSP

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2) LOTES 23 Y 24									
DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION				DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 20 PUNTOS		
LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	Código genérico (nc)	NOMBRE	licitadores	REFERENCIA	CIP OFERTADO	Puntuación características técnicas y funcionales del producto (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA EL UMBRAL MÍNIMO?	JUSTIFICACIÓN Puntuación características técnicas y funcionales del producto
23	SU.PC.SANI.04.12. 90.300000	E64482	REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE- Composición:Ácido poliglícolico;FORMA:rectangular;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	FS2030E	100132843350	20		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. APORTA CALIDAD POR SU GRAN REGENERACIÓN DE NEOPERITONEO. COMPATIBILIDAD CON TEJIDOS CON OPTIMA REABSORCIÓN A 6 MESES. FACILIDAD DE USO EN TRATAMIENTOS DE ABDOMEN ABIERTO. EVITA ADHERENCIAS INTESTINALES LO QUE REDUNDA EN SU SEGURIDAD.
24	SU.PC.SANI.04.12. 90.300000	E36073	REGENERADOR REABSORBIBLE/GRANDE- Composición:Ácido poliglícolico;FORMA:cuadrada;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	FS2020E	100132843259	20		CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLEGO Y APORTA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD. APORTA CALIDAD POR SU GRAN REGENERACIÓN DE NEOPERITONEO. COMPATIBILIDAD CON TEJIDOS CON OPTIMA REABSORCIÓN A 6 MESES. FACILIDAD DE USO EN TRATAMIENTOS DE ABDOMEN ABIERTO. EVITA ADHERENCIAS INTESTINALES LO QUE REDUNDA EN SU SEGURIDAD.