

RESPUESTA A CONSULTA PRESENTADA POR UNA PERSONA LICITADORA

En relación al expediente **CONTR 2025/588077** que tiene por objeto el contrato de **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS (DESA) EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MÁLAGA ASÍ COMO LA FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL QUE SE DETERMINE, PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS”**, se traslada la siguiente información al requerimiento de información adicional:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN LICITADOR:

“Buenos días,

Con respecto a la licitación con nº de expediente CONTR 2025/588077 Mantenimiento desfibriladores Consejería de Justicia Administración local y función Pública de Málaga, solicito nos faciliten las caducidades de los electrodos y baterías de los equipos a mantener, para tener la información aproximada de cuantas unidades cambiaríamos durante la duración del contrato.

También, por favor, indiquen si los equipos tienen electrodos pediátricos o solo de adulto.”

RESPUESTA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Los datos solicitados son los siguientes:

Planta 3º

- Materia 10 pilas, caduca en Marzo 2029
- 1 Parche infantil, caduca el 21/12/2026
- 1 Parche adulto, caduca el 22/02/2027

Hall principal

- Batería 10 pilas, caduca en Marzo 2030
- 1 Parche infantil, caduca el 25/01/2027
- 1 Parche adulto, caduca el 23/03/2026

Junto a la Sala de Vistas 10

- Batería 10 pilas, caduca en Marzo 2029
- 1 Parche infantil, caduca el 21/12/2026
- 1 Parche adulto, caduca el 22/02/2027





Junto a la Sala de Vistas 37

- Batería 10 pilas, caduca en Marzo 2029
- 1 Parche infantil, caduca el 25/01/2027
- 1 Parche adulto, caduca el 22/02/2027

Instituto de Medicina Legal

- Batería 10 pilas, caduca en Marzo de 2029
- 1 Parche infantil, caduca el 25/01/2027
- 1 Parche adulto, caduca el 22/02/2027