

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2, QUE CONTIENE LA OFERTA ECONÓMICA Y LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS DEL EXPEDIENTE N.º 904/2025, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PAS 63/25.

En Córdoba, siendo las diez horas y quince minutos del día 31 de octubre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, y para la apertura del sobre electrónico nº 2, que contiene la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, del expediente de contratación núm. 904/2025, convocado para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIO CON CABINA PLETISMOGRAFIA CON DESTINO AL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE MONTILLA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIO CON DESTINO AL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE PUENTE GENIL, PERTENECIENTES AL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA, ADSCRITA A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAS 63/25).

PRESIDENTA

D^a. M.^a. Luisa García Alijo
Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C.

VOCALES

D^a. M.^a Begoña Casado Raigón
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.


D^a. Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

Gregorio Jurado Cáliz
Subdirector de Contratación Administrativa

SECRETARIA

D^a Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 21 de octubre de 2025.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	10/11/2025	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO		
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 1/7	

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente la Mesa procede al examen del informe técnico suscrito con fecha 27 de octubre de 2025 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor.

Quedan **admitidas** las ofertas presentadas por HOSPITAL-HISPANIA S.L. y TECNOMÉDICA ANDALUZA SDAD COOP ANDALUZA, al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, según anexo a este acta y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos.

Acto seguido, se procede a la apertura del sobre n.º 2, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentado por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, **admitir** al procedimiento a las empresas licitadoras detalladas anteriormente al haber aportado la documentación establecida en la cláusula 6.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tras la calificación de la misma, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, solicitar informe técnico de valoración de los criterios automáticos y remitir la documentación correspondiente.


Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
 LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO INMACULADA GOMEZ CRESPO	10/11/2025	
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 2/7	

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

Expediente PAS 63/25 (N.º SIGLO 904/2025)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA CON CABINA PLETISMOGRAFIA CON DESTINO AL SERVICIO NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE MONTILLA (LOTE 1) Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA CON DESTINO AL SERVICIO NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE PUENTE GENIL (LOTE 2), PERTENECIENTE AL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA Y ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA.

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto la valoración de la documentación técnica (Sobre N.º 1) presentada por las empresas licitadoras **Empresa 1 (Hospital Hispania S.L.)** y **Empresa 2 (Tecnómica Andaluza S.C.A)** en el procedimiento de adjudicación del contrato de referencia, dividido en dos lotes. Se valoran específicamente los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor (criterios no automáticos), de conformidad con lo establecido en el apartado 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen esta licitación.

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN POR LOTES

Se procede al análisis detallado de las ofertas técnicas presentadas para cada lote, de acuerdo con los criterios y la ponderación establecidos en el apartado 7.4 del PCAP. Escala de valoración a utilizar:


- **MUY BUENA:** Presenta ventajas muy destacables. Se asigna el 100% de la puntuación.
- **BUENA:** Presenta ventajas destacables. Se asigna el 50% de la puntuación.
- **APTA:** Cumple los mínimos, pero no aporta ventajas destacables. Se asignan 0 puntos.
- **NO CUMPLE:** No cumple las características técnicas solicitadas. No puntúa.

Se establece un **umbral mínimo de 12,50 puntos** en la suma de los criterios no automáticos para que cada oferta sea considerada válida, debiendo obtener una puntuación distinta de 0 en cada subcriterio⁷⁷.

LOTE 1: EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA CON CABINA PLETISMOGRÁFICA (HOSPITAL DE MONTILLA)

- **Empresas Licitadoras y Equipos Ofertados:**
 - **Empresa 1 (Hospital Hispania S.L.):** Vyntus Body
 - **Empresa 2 (Tecnómica Andaluza S.C.A):** BodyBox PFS
- **Criterios No Automáticos Lote 1 (Total 25 Puntos):**
 - **B.1 Calidad técnica:** mejoras que facilitan el uso del equipo de cara al personal sanitario.
 - Características funcionales superiores (Máx. 15 puntos).
 - Materiales y diseño (Máx. 10 puntos).

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN


FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	10/11/2025	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO		
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 3/7	

Valoración Oferta Hospital Hispania S.L. (Vyntus Body):

- **B. .1.1 Características funcionales superiores (Máx. 15 puntos):**
 - Cumple con todos los requisitos mínimos, incluyendo análisis de calidad A-F, curvas V/R para EPOC, Z-Score/GLI, DLCO SB sin bolsas y dosímetro integrado (módulo APS).
 - Presenta **ventajas muy destacables** sobre los mínimos:
 - Tecnología de **medición por ultrasonidos**, superando la exactitud mínima requerida (1% vs $\pm 3\%$) y sin necesidad de calibración de volumen.
 - **Obturador magnético** de respuesta ultrarrápida (40 ms), mejorando la precisión frente a obturadores estándar.
 - Sistema avanzado de **calibración dinámica de cabina** con generador sinusoidal para corrección en tiempo real.
 - Funcionalidades software adicionales como el **seguimiento específico Covid**.
 - **Valoración:** Las mejoras tecnológicas en sensor, obturador, calibración y software exceden notablemente los requisitos mínimos. **MUY BUENA. Puntuación: 15 puntos.**
- **B.1.2 Materiales y diseño (Máx. 10 puntos):**
 - Cumple los requisitos de accesibilidad (cabina amplia, perfil bajo, asiento reforzado regulable). Cumple el requisito de brazo articulado externo.
 - Presenta **ventajas muy destacables** sobre los mínimos:
 - **Accesibilidad mejorada:** barra de apoyo vertical, perfil de acceso extremadamente bajo.
 - **Brazo externo con mayor alcance** (63 cm), facilitando pruebas en pacientes con movilidad muy reducida.
 - **Asiento certificado** específicamente para pacientes obesos.
 - **Higiene superior:** sensor sin partes móviles internas, obturador sumergible.
 - **Diseño centrado en el confort:** cabina acristalada en 5 caras, cierre electromagnético.
 - **Valoración:** El diseño optimiza significativamente la accesibilidad, flexibilidad, robustez e higiene por encima de los mínimos exigidos. **MUY BUENA. Puntuación: 10 puntos.**

Valoración Oferta Tecnomédica Andaluza S.C.A (BodyBox PFS):

- **B.1.1 Características funcionales superiores (Máx. 15 puntos):**
 - Cumple con todos los requisitos mínimos: neumotacógrafo PreVent dentro de especificaciones, análisis A-F, curvas V/R EPOC, Z-Score/GLI, DLCO SB sin bolsas (válvula demanda), dosímetro integrado. Cumple con el medidor/obturador sellado para inmersión.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - Plataforma de software **ExpAir II** robusta con base de datos SQL y opciones avanzadas de conectividad HL7.
 - Capacidad de **importación integral de bases de datos** existentes (mencionada como criterio automático, pero relevante funcionalmente).
 - **Valoración:** Cumple sólidamente los mínimos y ofrece ventajas en la gestión de datos e interoperabilidad. **BUENA. Puntuación: 7.5 puntos**
- **B.1.2 Materiales y diseño (Máx. 10 puntos):**
 - Cumple los requisitos de accesibilidad (visión 360°, suelo bajo 7.5cm, asiento tipo banco reforzado y regulable). Cumple el requisito de brazo articulado externo.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - **Brazo externo con mayor alcance** (más de 50 cm), facilitando pruebas en pacientes con movilidad muy reducida.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	10/11/2025	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO		
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 4/7	

- **Diseño de asiento tipo banco** especialmente pensado para facilitar la transferencia desde silla de ruedas.
- **Higiene:** Caja de válvulas extraíble y esterilizable sin herramientas.
- **Mantenimiento y seguridad:** Electrónica montada externamente.
- **Valoración:** Ofrece un diseño práctico y robusto con buenas soluciones de higiene y mantenimiento que superan los mínimos. **BUENA. Puntuación: 5 puntos.**

Cuadro Resumen Lote 1:


CRITERIO NO AUTOMÁTICO (Lote 1)	PUNT. MÁX.	HOSPITAL HISPANIA S.L. (Vyntus Body)	TECNOMÉDICA ANDALUZA S.C.A (BodyBox PFS)
B.1.1 Características funcionales superiores	15	15.0 (MUY BUENA)	7.5 (BUENA)
B.1.2 Materiales y diseño	10	10.0 (MUY BUENA)	5.0 (BUENA)
PUNTUACIÓN TOTAL (B.1 Calidad Técnica)	25	25.0	12.5
¿Supera umbral mínimo (12.5 pts)?		Sí	Sí

LOTE 2: EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA (HOSPITAL DE PUENTE GENIL)

- **Empresas Licitadoras y Equipos Ofertados:**
 - **Empresa 1 (Hospital Hispania S.L.):** Vyntus One PFT
 - **Empresa 2 (TecnoméDica Andaluza S.C.A):** BodyBox PFS
- **Criterios No Automáticos Lote 2 (Total 25 Puntos):**
 - **B.1 Calidad técnica:** mejoras que facilitan el uso del equipo de cara al personal sanitario.
 - Características funcionales superiores (Máx. 20 puntos).
 - Materiales y diseño (Máx. 5 puntos).

Valoración Oferta Hospital Hispania S.L. (Vyntus One PFT):

- **B.1.1 Características funcionales superiores (Máx. 20 puntos):**
 - Cumple todos los requisitos mínimos del Lote 2: Spiro Lenta/Forzada, DLCO SB, MIP/MEP/SNIP, medidor sin calib. rutinaria, brazo articulado, BTPS auto, valores GLI/Z-score, sistema informes, exportación PDF/Excel.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - Tecnología de **medición por ultrasonidos**, superior al requisito genérico de "medidor sin calibración rutinaria".
 - **Obturador magnético** rápido.
 - **Válvula de demanda DLCO proporcional avanzada**, superando los requisitos implícitos de la técnica estándar.
 - Realiza **DLCO IntraBreath** y **N₂ Wash-out / LCI**, técnicas no exigidas en los mínimos.
 - Funcionalidades software adicionales como el **seguimiento específico Covid**.
 - **Valoración:** Cumple sólidamente los requisitos mínimos y ofrece tecnológicas y técnicas adicionales. **BUENA. Puntuación: 10 puntos.**
- **B.1.2 Materiales y diseño (Máx. 5 puntos):**
 - Cumple los requisitos de diseño: brazo articulado, carro ergonómico.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - **Higiene:** sensor ultrasónico sin partes móviles internas, obturador sumergible.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	10/11/2025	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO		
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 5/7	


- **Valoración:** El diseño cumple los requisitos y las características de higiene son una ventaja apreciable. **BUENA. Puntuación: 2.5 puntos.**

Valoración Tecnomédica Andaluza S.C.A (BodyBox PFS - aplicado a Lote 2):

- **B.1.1 Características funcionales superiores (Máx. 20 puntos):**
 - Cumple todos los requisitos mínimos del Lote 2 al ofrecer un sistema de pletismografía completo. Incluye Spiro Lenta/Forzada, DLCO SB, MIP/MEP/SNIP, neumotacógrafo PreVent (cumple "sin calib. rutinaria"), brazo articulado, BTPS auto, valores GLI/Z-score, sistema informes, exportación PDF/Excel.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - Ofrece **pruebas adicionales** no requeridas (Pletismografía TGV/RAW, análisis fenotipo EPOC) al incluir la cabina.
 - Plataforma de software **ExpAir II** robusta con base de datos SQL y opciones avanzadas de conectividad HL7.
 - Importación de datos para la WorkList. Los datos de paciente se reciben en mensajes HL7 ORM Standard para su incorporación a la WorkList de la aplicación.
 - **Valoración:** El equipo ofertado excede lo solicitado, las funcionalidades software y la capacidad de realizar más pruebas que las mínimas requeridas son ventajas muy destacables. **MUY BUENA. Puntuación: 20 puntos.**
- **B.1.2 Materiales y diseño (Máx. 5 puntos):**
 - Cumple los requisitos de diseño: brazo articulado, carro ergonómico.
 - Presenta **ventajas destacables** sobre los mínimos:
 - **Brazo externo con mayor alcance** (más de 50 cm), facilitando pruebas en pacientes con movilidad muy reducida.
 - **Diseño de asiento tipo banco** especialmente pensado para facilitar la transferencia desde silla de ruedas
 - **Higiene:** Neumotacógrafo PreVent intercambiable, caja de válvulas extraíble/esterilizable.
 - **Robustez:** La calidad de construcción de un sistema de cabina completo es inherentemente superior a un equipo básico de sobremesa.
 - **Valoración:** Ofrece un diseño práctico y robusto con buenas soluciones de higiene y mantenimiento que superan los mínimos. Los componentes de interfaz cumplen los requisitos y ofrecen buena higiene. La robustez general del sistema ofertado es una ventaja. **BUENA. Puntuación: 2.5 puntos.**

Cuadro Resumen Lote 2:

CRITERIO NO AUTOMÁTICO (Lote 2)	PUNT. MÁX.	HOSPITAL HISPANIA S.L. (Vyntus One PFT)	TECNOMÉDICA ANDALUZA S.C.A (BodyBox PFS)
B.1.1 Características funcionales superiores	20	10.0 (BUENA)	20.0 (MUY BUENA)
B.1.2 Materiales y diseño	5	2.5 (BUENA)	2.5 (BUENA)
PUNTUACIÓN TOTAL (B.1 Calidad Técnica)	25	12.5	22.5
<i>¿Supera umbral mínimo (12.5 ptos)?</i>		Sí	Sí

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO INMACULADA GOMEZ CRESPO	10/11/2025	
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 6/7	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 31/10/2025

En Córdoba, a fecha de firma electrónica

Director Económico Administrativo y de Servicios
Generales
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

Jefe de Servicio de Gestión y Servicios
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO INMACULADA GOMEZ CRESPO	10/11/2025
VERIFICACIÓN	BndJAUZTFR7HYPMGAGLFPJ9Q2SKVTQ	PÁG. 7/7

