

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EN ALMERÍA

En Almería, siendo las 12:30 horas del viernes 7 de noviembre de 2025, reunidos en la Sala de Juntas del Edificio de la Central Provincial de Compras de Almería, primera planta, previa convocatoria al efecto, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por mí, la Secretaria de la Mesa de Contratación.

PRESIDENTE: D. Pedro D. Soler Ridao. – Subdirector de Contratación de la CPCA.

VOCALES: D.ª Eva M.ª Rivas Salvador. – Jefa del Servicio de Contratación de la CPCA.

D. Pedro M. Martínez García. – Interventor Adjunto Provincial.

D.ª Carmen López Mendoza. - Letrada de Administración Sanitaria.

SECRETARIA: D.ª Mercedes Delgado Alberdi. – Técnico de función administrativa.

Debidamente citados todos los integrantes de la mesa, los no asistentes justifican la imposibilidad de asistencia por motivos asistenciales y/o de agenda. Al existir el quorum necesario se constituye la mesa de contratación para tratar el asunto recogido en la convocatoria.

Se hace constar que el representante de la Intervención Provincial y la representante de Asesoría Jurídica asisten a la reunión a través de medios electrónicos, mediante el aplicativo Zoom.

Preguntados los asistentes a la Mesa sobre la existencia de conflicto de intereses manifiestan que no existe.

La Mesa se reúne para examen del informe de valoración de criterios no automáticos y, en su caso, apertura del sobre n.º 3, aplicación de criterios, clasificación y propuesta de adjudicación del EXPEDIENTE 268/2025 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3.a) DE LA LCSP, DE MATERIAL GENÉRICO PARA HIGIENE Y PROTECCIÓN PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS SAS (SU.PC.SANI.01.02), CON CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. CCA: +6.+4KXGUA CONTR 2025 0000407181.

Examinado el informe aportado por los Asesores Técnicos, se verifica que la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor contenida en el informe técnico se ajusta a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, por lo que se asume su contenido.

Las puntuaciones obtenidas, constan en el Informe Técnico, que será publicado junto a esta Acta. No continuarán en el procedimiento las empresas que no superan el umbral mínimo establecido para criterios no automáticos.

Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres n.º 3 “Documentación económica y documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automáticos”, de las empresas que continúan en el procedimiento. La Mesa decide aplazar la aplicación de los criterios, la clasificación y la propuesta de adjudicación para la próxima sesión, debido al volumen de documentación a examinar.

Y no habiendo alegaciones a esta acta por parte de los presentes, queda aprobada conforme al artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, con lo que el Sr. Presidente da por terminada y levanta la sesión, de lo que yo como Secretaria doy fe.

Vº Bº EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	PEDRO DAVID SOLER RIDAO	27/11/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmJY832MBYK23VPRMZ72V2623L	PÁG. 1/1	

EXPTE: 0000268/2025 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3. a) DE LA LCSP, DE MATERIAL GENÉRICO PARA HIGIENE Y PROTECCIÓN PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS (SU.PC.SANI.01.02), CON CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-20 PUNTOS)		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMbral MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	1	SU.PC.SANI.01.02.02.500000	B39122	BABERO DESECHABLE/ adulto – GC	BARNA IMPORT MEDICA SA	BABERO DESECHABLE ADULTO 37X70 C/BOLSILLO 100UI	122890	100087081500	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Aporta apertura superior.
					BENITEZ PAUBLETE SL	BABERO DESECHABLE CON BOLSILLO 36x54+10cm	22142	100167436879	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Resistencia adecuada.
					CALVO IZQUIERDO SL	Babero 37x63 cm	21101	100147536465	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Bolsillo pequeño
					CELULOSAS VASCAS S.L	Babero desechable celulosa plastificada 3 capas, 38 cm x 70 cm, marca ABENA	330212	100168093109	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Empaquetado adecuado.
					CELULOSAS VASCAS S.L	Babero desechable celulosa plastificada 2 capas, 36 cm x 50 cm, marca AACHEN	RBB.006.BI	100098501068	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y GERIATRICO ROANSA SL	Baberos desechables bicapa plastificados 40x60 cm Organite.	247-000	100167284935.	NO SE VALORA		No cumple características PPT No presenta muestras.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					CV MEDICA SL	BABERO DESECHABLE/ adulto – GC	8100000G	100122174181	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Bolsillo pequeño
					DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL	BABERO CONFORT ADULTO BLANCO TALLA ÚNICA RECICLABLE FABRICADO EN ESPAÑA	3881	100167440719	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Reciclable
					DISTRAUMA MEDICAL SL	BABERO DESECHABLE CON BOLSILLO	4284MT3767AZ600	100168133810	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Bolsillo adecuado.
					ESSITY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	TENA Bibs 37x46cm Medium 6x150p INT	720511	100099128394	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: Tejido de la parte inferior suave y confortable. Excelente resistencia. Compatibilidad con los sistemas de dispensación habituales del servicio. Excelente adaptabilidad y compatibilidad con gran variedad de anatomías. Facilidad de manejo apertura de las tiras de sujeción adecuadas. Aporta servilleta y tiras de sujeción adecuadas. Bolsillo adecuado y estable; todo ello lo hace más confortable y más seguro.
					Iberian Care 2016 S.L.	Babero desechable	330210	100167403947	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					JUVAZQUEZ, S.L.	Babero Desechable Adulto 37x65cm+10cm	VD2010312	100165806511	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Bolsillo adecuado. Resistencia adecuada. Aporta apertura ajustable.
					MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL	Primary Care	713010	100167336364	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Bolsillo adecuado y estable.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA	BABEROS DESECHABLES	BIB2	100167452033	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Resistencia adecuada. Tiras de sujeción muy anchas.
					ONYSAFE SA	BABERO DESECHABLE/ adulto - GC	7001	100153158150	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Resistencia adecuada. Bolsillo adecuado.
					SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL	BABERO AZUL IMPERMEABLE CON BOLSILLO 40 X 50 CM	22398	100133103589	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Resistencia adecuada. Bolsillo pequeño.
	2	SU.PC.SANI.01.02.04.301000	B39140	BATA CON MANGAS DESECHABLE NO ESTERIL- Tallaje:Unica(U);	BARNA IMPORT MEDICA SA	BATA N/E HOSP P/ELAST PP 20 G VERDE	114116	100087075044	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					BENITEZ PAUBLETE SL	BATA CON MANGAS CIERRE TRASERO CON CINTAS Y PUÑO TRICOT	22042	100168220091	20	sí	mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: Tejido muy resistente, cómodo y, confortable al tacto. Compatibilidad: Cierre y diseño compatibles con sistemas de eliminación de residuos. Excelente adaptabilidad y compatibilidad con gran variedad de anatomías. Puño tricotado muy ajustable lo que facilita su uso y aumenta la protección para usuarios y profesionales, especialmente en aislamientos y técnicas estériles, lo que la hace más segura.
					CALVO IZQUIERDO SL	Bata TNT	22103-02	100166639525	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: suave y confortable al tacto. Resistencia adecuada. Puño elástico.
					CARDIVAIS, S.A.	Bata protectora p.p. 19 grs	12201500		5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					CELULOSAS VASCAS S.L	Bata hospitalaria cierre trasero con cintas en cintura y cuello, 20 grs/m2, marca AACHEN	RBT.001.VI	100161277564	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y GERIATRICO ROANSA SL	Bata TST 14gr. manga larga puño elastico. Color verde.	943-002	100168103413.	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					CV MEDICA SL	BATA CON MANGAS DESECHABLENO ESTERIL- Tallaje:Unica(U);	8201410	100006430554	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Resistencia adecuada. Puño elástico.
					DISTRAUMA MEDICAL SL	BATA VISITANTE 25 gr.	13125GWN120140	100146500603	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL	GAMMA HEALTH	GH00481	100166611745	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					GARRIC MEDICA SL	BATA VERDE PROTECCIÓN 30 gr. 115 cm. x 137 cm	09152	100112542491	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Resistencia adecuada. Puño elástico.
					IBERHOSPITEX SA	Crown Name. Bata desechable con manga larga no estéril. Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura. Puños elásticos. Compuesta de tejido no tejido tipo Spunbonded de color verde a base de Polipropileno 100% de 20 g/m2. Talla única estándar. No estéri.	0014010(CN307)	100000049600	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Resistencia adecuada. Puño elástico. Suave y confortable al tacto.
					Iberian Care 2016 S.L.	Bata de protección	IG30PN1015	100159166733	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: resistencia adecuada. Puño tricotado.
					MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL	Personal Care	CRIE4000G	100085759656	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALAR EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA	Spaimed Bata desechale TNT R.	NMGOWNR		5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					PALEX MEDICAL, SA	BATA CON MANGAS DESECHABLE NO ESTERIL	338872	100006430554	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: Puño elástico. Resistencia adecuada.
					SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL	BATA T.S.T 20 GR. VERDE CLARO CON PUÑO ELÁSTICO	22022	100126983055	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	1729.00	1729.00	100164418399	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Puño elástico.
					TEXTILSUR MEDICA SL UNIPERSONAL	BATA AISLAMIENTO DESECHABLE 30 GR	TEXMEDBAT30	100162574262	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: resistencia adecuada. Puño elástico. Cómoda. Seriografiada. Bata cómoda y confortable que además aporta bolsillo lo que facilita su uso.
					4 GASA SL	BATA HOSPITALARIA TEJIDO SIN TEJER PLUS VERDE	CU-VDSPP-VE-BH30	100166519715	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: resistencia adecuada y puño elástico.
					DISTRAUMA MEDICAL SL	BOLSA PARA VÓMITO	4297V60020	100168132901	NO SE VALORA		No cumple características PPT Capacidad 600 ml
	3	SU.PC.SANI.01.02.99.400000	F42819	BOLSA ABSORBENTE PARA VOMITO-Capacidad:[1500-1500];							

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					INTERSURGICAL ESPAÑA SL	CURAS	CU03051	100096744616	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: aporta boquilla ergonómica y sistema de medición. Además aporta serigrafía de normas de uso que facilitan su utilización.
					KLUTER MEDICAL SL	Bolsa para vómito con absorbente 1500 ml.	601134K	100168066136	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: aporta boquilla ergonómica y sistema de medición.
	4	SU.PC.SANI.01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor:[60-100];Dimensión menor:[60-65];	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU (AMD)	AMD PAD 60x75 cm SUPER	14044000	100122088112	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Confortable.
					BARNA IMPORT MEDICA SA	ABS EMPAPADOR 60X90CM 20UI	186441	100157986117	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Confortable.
					CALVO IZQUIERDO SL	Empapador 60x90cm	21204	100167355053	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Rugoso.
					CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y GERIATRICO ROANSA SL	Empapadores desechables Extra organite 60x90	246-000	10167277267	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.
					CV MEDICA SL	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE /MEDIANA-Dimensión mayor:[60-100];Dimensión menor:[60-65	8880442	100158085916	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción. Distribución gramaje celulosa irregular.
					ESSITY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	TENA Bed Normal 60x90cm 4x35 INT	770046	100095992317	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción. Distribución gramaje celulosa irregular. Confortable.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					Iberian Care 2016 S.L.	Empapador desechable	254122	100167608917	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	Sabanindas Classic 60x90	1834014	100000013445	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: absorción adecuada y confortable.
					MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL	Personal Protection	MSC281242C	100085759959	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.
					NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA	EMPAPADOR DESECHABLE	SPE060		NO SE VALORA		No cumple características PPT No presenta muestras.
					NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA	EMPAPADOR DESECHABLE	SPEMPAPADOR60* 90		5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.
					SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANADimensión	MC159a	100167428494	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.
					TESIS GALICIA SL	EMPAPADOR ROCPAD	09 E6090	100168158569	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.
					TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	1799.11	1799.11	100168096634	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Escasa absorción.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					TEXTILSUR MEDICA SL UNIPERSONAL	PROTECTOR SUPERABSORBENTE TEXTSUR PLUS 60*90	TEXMEDEM90	100162685687	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: excelente superficie de absorción, serigrafiada y, confortable. Compatible con camas hospitalarias, camillas y sillas de exploración estándar. Facilidad de uso: Flexible, fácil de extender y desechar, no se arruga ni desplaza con facilidad. Rápido nivel de absorción que minimiza el contacto de la piel del paciente con los fluidos, lo que facilita su uso y le aporta seguridad.
5	SU.PC.SANI.01.02.00.010000		F40299	ESPONJA JABONOSA-Dimensión mayor:[20-30];Dimensión menor:[10-15];Grosor:(0-1];	CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y GERIATRICO ROANSA SL	Esponjas jabonosas Clinibaño Aloe Vera.	176-011	100138821930.	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Esponja fina.
					CV MEDICA SL	ESPONJA JABONOSA-Dimensión mayor:[20-30];Dimensión menor:[10-15];Grosor:(0-1];	2020100R	100000021729	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: grosor de la esponja y líneas de jabón adecuadas.
					IZASA HOSPITAL SL UNIPERSONAL	Esponja Baño c/Jabon 20x12x1	106007062	100167371914	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Esponja fina.
					JALSOSA SL	BEGOBAÑO	BB/1	100000006272	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Esponja rugosa.
					TESIS GALICIA SL	ESPONJA DISPO-GEL	09 N1220101	100168158761	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Esponja fina.
					TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	3544.00	3544.00	100166613068	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Esponja fina.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALAR EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	6	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	D48280	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL- Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Aceite;	ALFASIGMA ESPAÑA SL	MEPENTOL AGHO 100 ML	MAGHO100 161468.1	100030059530	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: excelente hidratante. Facilidad de uso: permite uso en prevención y tratamiento de UPP grado I y II y, prevención en pediatría.
					BARNA IMPORT MEDICA SA	NOVAMED SKINCARE OIL A.G.H.O 100 ML	172139	100089470036	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Hidratante.
					HERBOLIVA 10 SL	FARMOLIVA OLEICOPIEL HIPEROXIGENADO 100 ML	2023056	100168106443	NO SE VALORA		No cumple características PPT Es aerosol
					LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	Addermis Biactive Aceite Protector e Hidratante	2021618	100130414628	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Hidratante.
					TESIS GALICIA SL	AC-450 - ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	AC05000-P100	100168158468	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
1	7	SU.PC.SANI.01.02.03.401000		MANTA TERMICA HINCHABLE POR AIRE CUERPO ENTERO / adultos	IZASA HOSPITAL SL UNIPERSONAL	Manta Plus Adulto	726MA2220	100115242868	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Sistema de fijación a la tubuladura adecuado.
					K C I CLINIC SPAIN SL	3M™ Bair Hugger™	62200-14	100162297769	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: superficie de calentamiento apropiada para envolver al paciente. Facilidad de uso: intuitiva y de fácil manejo. Sistema de sujeción a la tubuladura muy ajustable y, adaptable.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL	CARE ESSENTIALS	CLM0101	100115247111	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	8	SU.PC.SANI.01.02.03.406000		MANTA TERMICA HINCHABLE POR AIRE MITAD INFERIOR / adultos	IZASA HOSPITAL SL UNIPERSONAL	Manta Plus Extremidades	726MA2250	100115243272	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Sistema de fijación a la tubuladura adecuado.
					K C I CLINIC SPAIN SL	3M™ Bair Hugger™	30000-12	100162306568	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: superficie de calentamiento apropiada para envolver la parte inferior del paciente. Facilidad de uso: intuitiva y de fácil manejo. Sistema de sujeción a la tubuladura muy ajustable y, adaptable.
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL	CARE ESSENTIALS	CLM0102	100137403513	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	9	SU.PC.SANI.01.02.03.405000		MANTA TERMICA HINCHABLE POR AIRE MITAD SUPERIOR / adultos	IZASA HOSPITAL SL UNIPERSONAL	Manta Plus Extremidades S	726MA2260	100115242969	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Sistema de fijación a la tubuladura adecuado.
					K C I CLINIC SPAIN SL	3M™ Bair Hugger™	52500-14	100162430511	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: superficie de calentamiento apropiada para envolver la parte superior del paciente. Facilidad de uso: intuitiva y de fácil manejo. Sistema de sujeción a la tubuladura muy ajustable y, adaptable.
					LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL	CARE ESSENTIALS	CLM0104	100114913541	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	10	SU.PC.SANI.01.02.01.201000	B39112	PAÑAL NIÑOS / 3 a 8 kg. - GC	SIN OFERTAS						
	11	SU.PC.SANI.01.02.02.100009	G06849	SABANA DESECHABLE TST GR. BAJO-Largo:[30-800];ANCHO:[160-160];	BENITEZ PAUBLETE SL	SABANA DESECHABLE TST PP 150X200	150200	100168221708	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL	SÁBANA SMS ULTRALITE SB101AA BL1310B4	3846	100164723471	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: confortable y de adecuado gramaje.
					Iberian Care 2016 S.L.	Sabanilla desechable	1999915573	100167351912	NO SE VALORA		No cumple características PPT No es TST.
					JUVAZQUEZ, S.L.	Paño APTOR BLANCO (20 gsm) 160x80 cm	TA0503102	100168105736	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					4 GASA SL	SABANILLA DESECHABLE CUATROGA	CU-VDSPP-BA-SB30	100168119676	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable y de excelente gramaje. Compatible son sillones y, sillas de exploración estandar. Presenta mayor agarre, lo que facilita el manejo por parte de los profesionales y mejora la seguridad en el paciente.
	12	SU.PC.SANI.01.02.02.100007	C49210	PAÑO DESECHABLE NO ESTERIL / GRANDE-Rango Dimensión menor:50-100;Rango Dimensión mayor:100-150;	BENITEZ PAUBLETE SL	PAÑO DESECHABLE PROTECTOR SUPERFICIES 75X150 44g	75100	100168221001	NO SE VALORA		No cumple características PPT No presenta muestras. Muestra sin referencia.
					CARDIVAIS, S.A.	Paño quirúrgico (TP) 75x100cm	16000705	100136263093	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Gramaje adecuado.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALAR EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL	PAÑO BICAPA IMPERMEABLE CONTROLDRY PA104AB VH1010B1	PA104AB VH1010B1	100168155438	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Gramaje adecuado.
					IBERHOSPITEX SA	Excelente.- Talla absorbente compuesta de papel tisú plastificado. La capa plastificada le confiere impermeabilidad (efecto barrera) mientras que el tisú confiere alta	0020300EM	100012422983	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: excelente gramaje. Gran agarre.
					JUVAZQUEZ, S.L.	Paño Aptor Resistance Plus Azul 100x140 cm	TA1803704	100168046932	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Gramaje adecuado.
					SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL	TALLA IMPERMEABLE DE T.S.T. 25GR. VERDE 100X150CM	22028	100006411663	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Fino.
	13	SU.PC.SANI.01.02.00.000002	F72102	TOALLA PARA SECADO DE PACIENTES 40-55GR/M2- Dimensión mayor:(0-50);Dimensión menor:(0-50);	BENITEZ PAUBLETE SL	TOALLA ABSORBENTE SPUNLACE 40X27cm 40g	40272	100158636981	NO SE VALORA		No cumple características PPT No presenta muestras. Muestra sin referencia.
					CELULOSAS VASCAS S.L	Toalla formato Airlaid, 20 x 27 cm, 50 grs/m2 (Presentación cajita dispensadora) CV	AID2027	100095588730	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
					DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL	TOALLA SPUNLACE 20x40cm PA101AA BL1010B1	PA101AA BL1010B1	100168150084	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: excelente capacidad de absorción.
					Iberian Care 2016 S.L.	Toalla secado	PSBB-004	100168046730	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Confortable.
					TESIS GALICIA SL	SPUNLACE	09 B0013021	100168158660	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	1053.03	1053.03	100166565871	5		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora poco significativa. Suave y confortable.
	14	SU.PC.SANI.01.02.99.000001		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/3	100117863034	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera adulto polipropileno 254x25mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-A11SAS	100127263488	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito.
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL-01	100163354241	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	15	SU.PC.SANI.01.02.99.000001		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/7	100150109960	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera adulto polipropileno 254x25mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-A11SAS	100127263488	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL-01	100163354241	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	16	SU.PC.SANI.01.02.99.000001		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/8	100121673322	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera adulto polipropileno 254x25mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-A11SAS	100127263488	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro.
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL-01	100163354241	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	17	SU.PC.SANI.01.02.99.000002		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA- pediatria	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/4	100117863337	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera polipropileno pediatria 196x20mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-P11SAS-2	100167352427	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro.
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL02	100168122607	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	18	SU.PC.SANI.01.02.99.000002		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA- pediatria	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/11	100164437381	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera polipropileno pediatria 196x20mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-P11SAS-2	100167352427	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro.
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL02	100168122607	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.
	19	SU.PC.SANI.01.02.99.000002		PULSERA IDENTIFICACION P/IMPRESORA- pediatria	ETIDUERO SL	ETIDUERO	722/38	100165120189	20	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad: confortable. Acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro. Facilidad de uso: intuitiva. Presenta señalización en el reverso que facilitla su manejo para profesionales y pacientes y, además le confiere seguridad.
					HIYETSA SL	Pulsera polipropileno pediatria 196x20mm. Equipo compatible con impresoras Zebra	PLP-P11SAS-2	100167352427	10	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: acolchado suave que evita el decúbito. Compatible con sistema informático y de trabajo del Centro.
					PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	PMH	PUL02	100168122607	0		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego No aporta mejoras.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	20	SU.PC.SANI.01.02.03.900000	C32619	SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:grande;	CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS SLEEVE T/L LG INT- TALLA GRANDE	73013	100008733011	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					MEDICAL SOREVAN SL	Funda de compresión TVP Pierna completa-Talla: grande (AMBIDIESTRA), marca DSMAREF	DS213	100028118928	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil suave y confortable para el paciente. Tubuladura flexible. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
	21	SU.PC.SANI.01.02.03.900000	B52901	SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:mediana;	CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS SLEEVE T/L MED INT- TALLA MEDIANA	73012	100008732900	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					MEDICAL SOREVAN SL	Funda de compresión TVP Pierna completa-Talla: mediana (AMBIDIESTRA), marca DSMAREF	DS212	100028119039	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil suave y confortable para el paciente. Tubuladura flexible. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMbral MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	22	SU.PC.SANI.01.02.03.900000	B48168	SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:pequeña;	CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS SLEEVE T/L SM INT- TALLA PEQUEÑA	73011	100008732809	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					MEDICAL SOREVAN SL	Funda de compresión TVP Pierna completa-Talla: pequeña (AMBIDIESTRA), marca DSMAREF	DS211	100028119130	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil suave y confortable para el paciente. Tubuladura flexible. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERAR/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	23	SU.PC.SANI.01.02.03.900001		ZAPATILLA DE COMPRESION NEUMATICA	CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS FOOT CUFF REG INT - TALLA MEDIANA	73032	100008733415	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS FOOT CUFF LG INT - TALLA GRANDE	73033	100008733516	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					MEDICAL SOREVAN SL	Funda de compresión TVP pié talla única (AMBIDIESTRA), marca DSMAREF	DS031	100028119332	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil suave y confortable para el paciente. Tubuladura flexible. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
	24	SU.PC.SANI.01.02.03.900001		ZAPATILLA DE COMPRESION NEUMATICA	CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS FOOT CUFF REG INT - TALLA MEDIANA	73032	100008733415	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.
					CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL	SCD EXPRESS FOOT CUFF LG INT - TALLA GRANDE	73033	100008733516	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil confortable para el paciente. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos) Umbral mínimo 10 puntos	¿SUPERARÁ/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					MEDICAL SOREVAN SL	Funda de compresión TVP pié talla única (AMBIDIESTRA), marca DSMAREF	DS031	100028119332	15	sí	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: textil suave y confortable para el paciente. Tubuladura flexible. Facilidad de uso: uso intuitivo. Fácil colocación y limpieza. Permite compresión secuencial, circunferencial, gradual decreciente, disto proximal y progresiva.