Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

EXPEDIENTE 0000537/2025 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, Y MANTENIMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y COLUMNAS DE DIGESTIVO, NEUMOLOGÍA Y PEDIATRÍA, PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS			VALORACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 PUNTOS)		
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 1										
1	1	SU.AR.AEEM.03.205	F46374	Torre de Endoscopia-GC	**FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL**	ITD-03, EP-8000, LMD-X3200MD JW-3, GW-100 y EX1 (x4)	TORRE DE ENDOSCOPIA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad del procesador con endoscopios de la agrupación 1 y con enteroscopio de doble balón. Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Mejora la seguridad por presentar un sistema de cromoendoscopia terapéutica que permite la diferenciación de capas para la disección y por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.
	2	SE.MA.MEEM.01.05.18	F46352	TORRE ENDOSCOPIA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad del procesador con endoscopios de la agrupación 1 y con enteroscopio de doble balón. Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Mejora la seguridad por presentar un sistema de cromoendoscopia terapéutica que permite la diferenciación de capas para la disección y por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.
	3	SU.AR.AEEM.03.204	F46373	Videocolonoscopio gama alta-GC		EC-760R-V/L	VIDEOCOLONOSCOPIO GAMA ALTA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	4	SE.MA.MEEM.01.05.17	F46351	VIDEOCOLONOSCOPIO GAMA ALTA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	5	SU.AR.AEEM.03.203	F46372	Videocolonoscopio c/macro-GC		EC-760Z-V/L	VIDEOCOLONOSCOPIO C/MACRO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema óptico del equipo permite una magnificación 175x significativamente frente a 90x), aporta una capacidad de visualización microscópica in vivo, útil para caracterización de lesiones sin necesidad inmediata de biopsia. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	6	SE.MA.MEEM.01.05.16	F46350	VIDEOCOLONOSCOPIO C/ MACRO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema óptico del equipo permite una magnificación 175x significativamente frente a 90x), aporta una capacidad de visualización microscópica in vivo, útil para caracterización de lesiones sin necesidad inmediata de biopsia. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	7	SU.AR.AEEM.03.207	F46449	Videocolonoscopio corto-GC		EC-760R-V/M	VIDEOCOLONOSCOPIO CORTO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	8	SE.MA.MEEM.01.05.09	F46342	VIDEOCOLONOSCOPIO CORTO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	9	SU.AR.AEEM.03.201	F46368	Videogastroscopio pediátrico-GC		EG-840N	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite la utilización de pinzas de biopsia más eficientes, catéteres terapéuticos finos y dispositivos de hemostasia adaptados a la edad pediátrica sin comprometer la irrigación ni la visión.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	10	SE.MA.MEEM.01.05.15	F46349	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite la utilización de pinzas de biopsia más eficientes, catéteres terapéuticos finos y dispositivos de hemostasia adaptados a la edad pediátrica sin comprometer la irrigación ni la visión.
	11	SU.AR.AEEM.03.200	F46367	Videogastroscopio terapéutico-GC		EG-760CT	VIDEOGASTROSCOPIO TERAPEUTICO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	12	SE.MA.MEEM.01.05.13	F46347	VIDEOGASTROSCOPIO TERAPÉUTICO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	13	SU.AR.AEEM.03.199	F46366	Videogastroscopio doble canal-GC		EI-740DS	VIDEOGASTROSCOPIO DOBLE CANAL	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4K y tecnología LED Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico Incremento del calibre en el segundo canal de trabajo, lo que permite el uso de instrumental terapéutico más robusto y eficiente, mejora la posibilidad de trabajar con doble instrumentación sin comprometer el flujo de aire, agua o succión
	14	SE.MA.MEEM.01.05.12	F46346	VIDEOGASTROSCOPIO DOBLE CANAL-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4K y tecnología LED Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico Incremento del calibre en el segundo canal de trabajo, lo que permite el uso de instrumental terapéutico más robusto y eficiente, mejora la posibilidad de trabajar con doble instrumentación sin comprometer el flujo de aire, agua o succión
	15	SU.AR.AEEM.03.202	F46370	Videogastroscopio gama alta-GC		EG-840T	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y capacidad de angulación: 210º/160º vs 210º/90º que facilita el acceso y la visualización de zonas difíciles. Reduce el número de maniobras compensatorias y mejora el control del operador, acortando tiempos y aumentando la seguridad del procedimiento. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	16	SE.MA.MEEM.01.05.14	F46348	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Mayor longitud de trabajo y capacidad de angulación: 210º/160º vs 210º/90º que facilita el acceso y la visualización de zonas difíciles. Reduce el número de maniobras compensatorias y mejora el control del operador, acortando tiempos y aumentando la seguridad del procedimiento. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico
	17	SU.AR.AEEM.03.255	G07684	VIDEOGASTROSCOPIO C/MACRO-GC		EG-760Z	VIDEOGASTROSCOPIO C/MACRO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema óptico del equipo permite una magnificación 175x frente a 100x con un aumento significativo de la capacidad de aumento real mediante lentes ópticas (no digital), sin pérdida de calidad de imagen Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil.
	18	SE.MA.MEEM.01.05.36	G07692	VIDEOGASTROSCOPIO C/MACRO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema óptico del equipo permite una magnificación 175x frente a 100x con un aumento significativo de la capacidad de aumento real mediante lentes ópticas (no digital), sin pérdida de calidad de imagen Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor longitud de trabajo y longitud total que mejora el alcance en pacientes con anatomía difícil.
	19	SU.AR.AEEM.03.195	F46362	Videoduodenoscopio-GC		ED-840T	VIDEODUODENOSCOPIO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite utilizar instrumental terapéutico de mayor calibre sin comprometer el paso simultáneo de accesorios múltiples, mayor eficacia en la aspiración así como flujo de irrigación más eficiente. Imporante: validado por el fabricante como compatible con el sistema de esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno STERRAD, un estándar cada vez más exigido por las autoridades sanitarias para duodenoscopios.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	20	SE.MA.MEEM.01.05.11	F46344	VIDEODUODENOSCOPIO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite utilizar instrumental terapéutico de mayor calibre sin comprometer el paso simultáneo de accesorios múltiples, mayor eficacia en la aspiración así como flujo de irrigación más eficiente. Imporante: validado por el fabricante como compatible con el sistema de esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno STERRAD, un estándar cada vez más exigido por las autoridades sanitarias para duodenoscopios.
	21	SU.AR.AEEM.03.194	F46361	Videoenteroscopio-GC		EN-840T+PB-30	VIDEOENTEROSCOPIO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS genera menos calor y ofrece mayor durabilidad que los CCD convencionales, mejorando la tolerancia al uso prolongado. El canal auxiliar de agua favorece la higiene del campo sin comprometer el canal de trabajo, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada o errores por obstrucción. Compatibilidad con sistemas de reprocesamiento avanzados (como STERRAD), asegurando máxima esterilidad y durabilidad. Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Sistema de doble balón reduce el riesgo de retroceso repentino, torsiones o movimientos no controlados, minimizando el riesgo de perforación o daño mucoso. Disminuye el riesgo de fallos de exploración completa y reduce la necesidad de recurrir a técnicas quirúrgicas diagnósticas.
	22	SE.MA.MEEM.01.05.10	F46343	VIDEOENTEROSCOPIO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS genera menos calor y ofrece mayor durabilidad que los CCD convencionales, mejorando la tolerancia al uso prolongado. El canal auxiliar de agua favorece la higiene del campo sin comprometer el canal de trabajo, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada o errores por obstrucción. Compatibilidad con sistemas de reprocesamiento avanzados (como STERRAD), asegurando máxima esterilidad y durabilidad. Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Sistema de doble balón reduce el riesgo de retroceso repentino, torsiones o movimientos no controlados, minimizando el riesgo de perforación o daño mucoso. Disminuye el riesgo de fallos de exploración completa y reduce la necesidad de recurrir a técnicas quirúrgicas diagnósticas.
1	1	SU.AR.AEEM.03.205	F46374	Torre de Endoscopia-GC	**OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**	N6011250 N6018160 K10035365 N3493240 N1000300 K10001143 E0497466 E11EBSERVICE U9000612 N6019900 N3647300 N3647800 N2485700 N3643260	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) OEV321UH MONITOR WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT Tube, MAJ-1081, high pres. DIN OFP-2 Flushing Pump Prof. Inst. Support KE VSS Parametrización-instalación CV Interface Connection MAJ-2477 CONNECT. SET 180/260 MAJ-1941 LIGHT SOURCE CABLE SDI Cable, MAJ-1951, 2.4 m MAJ-1430 Video cable CV-190 VIDEO CENTER	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad del procesador con endoscocpios de la agrupación 1.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	2	SE.MA.MEEM.01.05.18	F46352	TORRE ENDOSCOPIA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad del procesador con endoscocpios de la agrupación 1.
	3	SU.AR.AEEM.03.204	F46373	Videocolonoscopio gama alta-GC		N6019550	CF-HQ1100DL W/BS (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	4	SE.MA.MEEM.01.05.17	F46351	VIDEOCOLONOSCOPIO GAMA ALTA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	5	SU.AR.AEEM.03.203	F46372	Videocolonoscopio c/macro-GC		N6022530	CF-EZ1500DL (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	6	SE.MA.MEEM.01.05.16	F46350	VIDEOCOLONOSCOPIO C/ MACRO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	7	SU.AR.AEEM.03.207	F46449	Videocolonoscopio corto-GC		N6019650	CF-HQ1100DI W/BS (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	8	SE.MA.MEEM.01.05.09	F46342	VIDEOCOLONOSCOPIO CORTO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	9	SU.AR.AEEM.03.201	F46368	Videogastroscopio pediátrico-GC		N5780950	GIF-H190N W/BS (EU)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	10	SE.MA.MEEM.01.05.15	F46349	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	11	SU.AR.AEEM.03.200	F46367	Videogastroscopio terapéutico-GC		N4505850	GIF-1TH190 W/BS (EU)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	12	SE.MA.MEEM.01.05.13	F46347	VIDEOGASTROSCOPIO TERAPÉUTICO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	13	SU.AR.AEEM.03.199	F46366	Videogastroscopio doble canal-GC		N4495350	GIF-2TH180 VIDEOGASTROSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	14	SE.MA.MEEM.01.05.12	F46346	VIDEOGASTROSCOPIO DOBLE CANAL-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	15	SU.AR.AEEM.03.202	F46370	Videogastroscopio gama alta-GC		N6019450	GIF-1100 W/BS (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	16	SE.MA.MEEM.01.05.14	F46348	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	17	SU.AR.AEEM.03.255	G07684	VIDEOGASTROSCOPIO C/MACRO-GC		N6129030	GIF-EZ1500 (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	18	SE.MA.MEEM.01.05.36	G07692	VIDEOGASTROSCOPIO C/MACRO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	19	SU.AR.AEEM.03.195	F46362	Videoduodenoscopio-GC		N5425051	TJF-Q190V W/BS (EU)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	20	SE.MA.MEEM.01.05.11	F46344	VIDEODUODENOSCOPIO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	21	SU.AR.AEEM.03.194	F46361	Videoenteroscopio-GC		N6130350 N2655230 N2652040	SIF-H190 Enteroscope OBCU REMOTE CONTROL OBCU Balloon Controller	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	22	SE.MA.MEEM.01.05.10	F46343	VIDEOENTEROSCOPIO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 2										
2	23	SU.AR.AEEM.03.258	G07709	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC	**FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL**	ITD-03, EP-8000, LMD-X3200MD	TORRE DE BRONCOSCOPIA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Permite una mejor imagen del flujo de trabajo. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2. Presenta el modo ACI que resalta planos musculares y submucosos, evitando sangrados involuntarios y disecciones no deseadas.
	24	SE.MA.MEEM.01.05.39	G07711	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Permite una mejor imagen del flujo de trabajo. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2. Presenta el modo ACI que resalta planos musculares y submucosos, evitando sangrados involuntarios y disecciones no deseadas.
	25	SU.AR.AEEM.03.257	G07708	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC		ITD-03 EUS, SU-1H, EP-8000, LMD-X3200MD	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Permite una mejor imagen del flujo de trabajo. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2. Presenta el modo ACI que resalta planos musculares y submucosos, evitando sangrados involuntarios y disecciones no deseadas.
	26	SE.MA.MEEM.01.05.38	G07710	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Permite una mejor imagen del flujo de trabajo. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2. Presenta el modo ACI que resalta planos musculares y submucosos, evitando sangrados involuntarios y disecciones no deseadas.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	27	SU.AR.AEEM.03.83	F46186	Videobroncoscopio-Terapéutico		EB-710XT	Videobroncoscopio-Terapéutico	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad diagnóstica y visualización avanzada. Compatibilidad con sistema de esterilización sterrad. Facilidad de uso y seguridad de manejo debido al mayor ángulo de visión minimizando la manipulación y el trauma de las vías aéreas. Aumenta la seguridad al poseer un canal de mayor calibre que permite mayor capacidad de aspiración. Presenta estándares elevados de esterilización y bioseguridad.
	28	SE.MA.MEEM.01.05.21	F46356	VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Calidad diagnóstica y visualización avanzada. Compatibilidad con sistema de esterilización sterrad. Facilidad de uso y seguridad de manejo debido al mayor ángulo de visión minimizando la manipulación y el trauma de las vías aéreas. Aumenta la seguridad al poseer un canal de mayor calibre que permite mayor capacidad de aspiración. Presenta estándares elevados de esterilización y bioseguridad.
	29	SU.AR.AEEM.03.83	F46188	Videobroncoscopio-Diagnóstico		EB-580S	Videobroncoscopio-Diagnóstico	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2. Facilidad de uso por buen rango de angulación. Buen canal de trabajo que permite una succión adecuada que le aporta seguridad.
	30	SE.MA.MEEM.01.05.20	F46354	VIDEOBRONCOSCOPIO DIAGNÓSTICO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2. Facilidad de uso por buen rango de angulación. Buen canal de trabajo que permite una succión adecuada que le aporta seguridad.
	31	SU.AR.AEEM.03.83	F46399	Videobroncoscopio-Pediátrico		EB-710P	Videobroncoscopio-Pediátrico	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	32	SE.MA.MEEM.01.05.25	F46464	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.
	33	SU.AR.AEEM.03.13	D36363	Ecógrafo-GC		SU-1H	ECOGRAFO COMPATIBLE	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2. Facilidad de uso por simplicidad de uso, menor complejidad operativa. Equipo compacto con teclado plano intuitivo y de menor peso. Minimiza el número de incidentes lo que aumenta su seguridad.
	34	SE.MA.MEEM.01.01.11	E60020	ECÓGRAFO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2. Facilidad de uso por simplicidad de uso, menor complejidad operativa. Equipo compacto con teclado plano intuitivo y de menor peso. Minimiza el número de incidentes lo que aumenta su seguridad.
	35	SU.AR.AEEM.03.152	G07693	Ecobroncoscopio-MINI SONDA RADIAL		SP-900+RS-900+PB2020-M2	Ecobroncoscopio-MINI SONDA RADIAL	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Posibilidad de uso independientemente de la torre de broncoscopia presentada en la Agrupación 2. Buenas frecuencias de operación y de resolución. Mayor poder de penetración. Buen diámetro para acceder a vías aéreas distales lo que aporta seguridad.
	36	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07697	Ecobroncoscopio-Mini sonda radial				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Posibilidad de uso independientemente de la torre de broncoscopia presentada en la Agrupación 2. Buenas frecuencias de operación y de resolución. Mayor poder de penetración. Buen diámetro para acceder a vías aéreas distales lo que aporta seguridad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	37	SU.AR.AEEM.03.152	G07696	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial		EB-710US	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Maniobrabilidad superior por mayor angulación. Seguridad en el manejo y reprocesado. Buen alcance diagnóstico y terapéutico por menor diámetro distal y de inserción, que disminuye complicaciones.
	38	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07698	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Maniobrabilidad superior por mayor angulación. Seguridad en el manejo y reprocesado. Buen alcance diagnóstico y terapéutico por menor diámetro distal y de inserción, que disminuye complicaciones.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	23	SU.AR.AEEM.03.258	G07709	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC	**OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**	N6011250 N6018160 K10035365 E0497466 E11EBSERVICE U9000612	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) OEV321UH MONITOR WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI Prof. Inst. Support KE VSS Parametrización-instalación CV Interface Connection	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2.
	24	SE.MA.MEEM.01.05.39	G07711	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2.
	25	SU.AR.AEEM.03.257	G07708	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC		N6011250 N6018160 K10035365 E0497466 E11EBSERVICE U9000612	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) OEV321UH MONITOR WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI Prof. Inst. Support KE VSS Parametrización-instalación CV Interface Connection	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2.
	26	SE.MA.MEEM.01.05.38	G07710	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con videobroncoscopios de la Agrupación 2.
	27	SU.AR.AEEM.03.83	F46186	Videobroncoscopio-Terapéutico		N6130650	BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad diagnóstica y visualización avanzada. Compatibilidad con torre de broncoscopia ofertada de la Agrupación 2.
	28	SE.MA.MEEM.01.05.21	F46356	VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad diagnóstica y visualización avanzada. Compatibilidad con torre de broncoscopia ofertada de la Agrupación 2.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	29	SU.AR.AEEM.03.83	F46188	Videobroncoscopio-Diagnóstico		N6130950	BF-H1100 BRONCHOVIDEOSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	30	SE.MA.MEEM.01.05.20	F46354	VIDEOBRONCOSCOPIO DIAGNÓSTICO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	31	SU.AR.AEEM.03.83	F46399	Videobroncoscopio-Pediátrico		N4504050	BF-XP190 BRONCHOVIDEOSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	32	SE.MA.MEEM.01.05.25	F46464	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	33	SU.AR.AEEM.03.13	D36363	Ecógrafo-GC		N6022050 N5361050 N6157360 N6157460	EU-ME3 PAL W/O POWER CORD (EU) MAJ-2056 ULTRASOUND CABLE MAJ-2381 CHE SOFTWAREOPTION_EN MAJ-2382 ELST SOFTWAREOPT._EN	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Compatibilidad con ecobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	34	SE.MA.MEEM.01.01.11	E60020	ECÓGRAFO-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Compatibilidad con ecobroncoscopio ofertado de la Agrupación 2.
	35	SU.AR.AEEM.03.152	G07693	Ecobroncoscopio-MINI SONDA RADIAL		28635 N5361130 N5386450	MAJ-683 SUPPORTING ARM EU-M30S MAJ-1720 Probe Drive Unit UM-S20-17S EBUS Mini Probe	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Compatibilidad con torre de ecobroncoscopia ofertada de la Agrupación 2. Buenas frecuencias de operación y de resolución.
	36	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07697	Ecobroncoscopio-Mini sonda radial				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Compatibilidad con torre de ecobroncoscopia ofertada de la Agrupación 2. Buenas frecuencias de operación y de resolución.
	37	SU.AR.AEEM.03.152	G07696	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial		N5433650	BF-UC190F EBUS Bronchoscope	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de ecobroncoscopia ofertada de la Agrupación 2.
	38	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07698	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de ecobroncoscopia ofertada de la Agrupación 2.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	23	SU.AR.AEEM.03.258	G07709	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC	**PENTAX MEDICAL IBERIA, S.A**		TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	24	SE.MA.MEEM.01.05.39	G07711	TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC			TORRE DE BRONCOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	25	SU.AR.AEEM.03.257	G07708	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC			TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	26	SE.MA.MEEM.01.05.38	G07710	TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC			TORRE DE ECOBRONCOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	27	SU.AR.AEEM.03.83	F46186	Videobroncoscopio-Terapéutico			VIDEOBRONCOSCOPIO-TERAPÉUTICO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	28	SE.MA.MEEM.01.05.21	F46356	VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO-GC			VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	29	SU.AR.AEEM.03.83	F46188	Videobroncoscopio-Diagnóstico			VIDEOBRONCOSCOPIO-DIAGNÓSTICO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	30	SE.MA.MEEM.01.05.20	F46354	VIDEOBRONCOSCOPIO DIAGNÓSTICO-GC			VIDEOBRONCOSCOPIO DIAGNÓSTICO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	31	SU.AR.AEEM.03.83	F46399	Videobroncoscopio-Pediátrico			VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	32	SE.MA.MEEM.01.05.25	F46464	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-GC			VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	33	SU.AR.AEEM.03.13	D36363	Ecógrafo-GC			ECÓGRAFO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	34	SE.MA.MEEM.01.01.11	E60020	ECÓGRAFO-GC			ECÓGRAFO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	35	SU.AR.AEEM.03.152	G07693	Ecobroncoscopio-MINI SONDA RADIAL			ECOBRONCOSCOPIO-MINI SONDA RADIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buenas frecuencias de operación y de resolución.
	36	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07697	Ecobroncoscopio-Mini sonda radial			ECOBRONCOSCOPIO-MINI SONDA RADIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buenas frecuencias de operación y de resolución.
	37	SU.AR.AEEM.03.152	G07696	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial			ECOBRONCOSCOPIO-LINEAL O SECTORIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	38	SE.MA.MEEM.01.05.33	G07698	Ecobroncoscopio-Lineal o sectorial			ECOBRONCOSCOPIO-LINEAL O SECTORIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
AGRUPACIÓN 3										

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	39	SU.AR.AEEM.03.213	F46483	Torre de Pediatría-GC	**FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL**	ITD-03, EP-8000, LMD-X3200MD, JW-3, GW-100	Torre de Pediatría	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k, tecnología LED y tecnología de mejora de imagen TNR y procesamiento dinámico E-DRIP. Compatibilidad del procesador con videoendoscopios y videobroncoscopios de la agrupación 3 Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Mejora la seguridad por presentar un sistema de cromoendoscopia terapéutica que permite la diferenciación de capas para la disección y por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.
	40	SE.MA.MEEM.01.05.26	F46495	TORRE DE PEDIATRÍA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k, tecnología LED y tecnología de mejora de imagen TNR y procesamiento dinámico E-DRIP. Compatibilidad del procesador con videoendoscopios y videobroncoscopios de la agrupación 3 Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Mejora la seguridad por presentar un sistema de cromoendoscopia terapéutica que permite la diferenciación de capas para la disección y por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.
	41	SU.AR.AEEM.03.202	F74676	Videogastroscopio gama alta-H.U.T.		EG-840TP	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Imagen 4K nativa Compatibilidad con tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico (3,2 mm).

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	42	SE.MA.MEEM.01.05.14	F74667	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-H.U.T.				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Imagen 4K nativa Compatibilidad con tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además, tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico (3,2 mm).
	43	SU.AR.AEEM.03.201	F74675	Videogastroscopio pediátrico-H.U.T.		EG-840N	Videogastroscopio pediátrico	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite la utilización de pinzas de biopsia más eficientes, catéteres terapéuticos finos y dispositivos de hemostasia adaptados a la edad pediátrica sin comprometer la irrigación ni la visión.
	44	SE.MA.MEEM.01.05.15	F74668	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mayor diámetro canal de trabajo que permite la utilización de pinzas de biopsia más eficientes, catéteres terapéuticos finos y dispositivos de hemostasia adaptados a la edad pediátrica sin comprometer la irrigación ni la visión.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	45	SU.AR.AEEM.03.208	F46453	Videocolonoscopio pediátrico-GC		EC-760P-V/L	Videocolonoscopio pediátrico	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico.
	46	SE.MA.MEEM.06	E46088	Mantenimiento integral de equipamiento electromédico-Mantenimiento videocolonoscopio pediátrico				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Sensor CMOS que proporciona mayor sensibilidad lumínica y menor ruido, importante para obtener imágenes nítidas en condiciones adversas y mayor eficiencia energética. Compatibilidad con las tecnologías de imagen TNR y EDR, así como con los modos WLI, BLI, LCI y ACI Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Ligero y flexible, mejorando la maniobrabilidad y disminuyendo el estrés del endoscopista. Menor diámetro distal del endoscopio facilitando el paso por segmentos difíciles y disminuyendo el riesgo de perforaciones y traumas mecánicos proporcionado mejor control y seguridad. Además tiene mayor canal de trabajo que incrementa la capacidad del canal terapéutico.
	47	SU.AR.AEEM.03.83	G07917	Videobroncoscopio-Pediátrico-H.U.T.		EB-710P	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.
	48	SE.MA.MEEM.01.05.25	G07920	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	49	SU.AR.AEEM.03.83	F46401	Videobroncoscopio-Neonatal		EB-530P	VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.
	50	SE.MA.MEEM.01.05.24	F46463	VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Mayor campo de visión. Mayor resolución de sensibilidad lumínica y menor ruido electrónico, proporcionado imágenes más nítidas. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3. Compatibilidad con sistema de esterilización STERRAD. Facilidad de uso por aportar un canal de trabajo suficiente para la mayoría de accesorios pediátricos. Mayor capacidad de angulación que minimiza la tensión sobre las vías respiratorias y riesgos de lesiones, lo que mejora su seguridad.
										Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego
3	39	SU.AR.AEEM.03.213	F46483	Torre de Pediatría-GC	**OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**	N6011250 N1000300 N6018160 K10035365 N3493240 K10001143 E0497466 E11EBSERVICE U9000612	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) OEV321UH MONITOR WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT Tube, MAJ-1081, high pres. DIN OFP-2 Flushing Pump Prof. Inst. Support KE VSS Parametrización-instalación CV Interface Connection	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k, tecnología LED, Y tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatibilidad del procesador con videoendoscopios y videobroncoscopios de la agrupación 3
	40	SE.MA.MEEM.01.05.26	F46495	TORRE DE PEDIATRÍA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad de imagen 4k, tecnología LED, Y tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatibilidad del procesador con videoendoscopios y videobroncoscopios de la agrupación 4
	41	SU.AR.AEEM.03.202	F74676	Videogastroscopio gama alta-H.U.T.		N6019450	GIF-1100 W/BS (EN)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	42	SE.MA.MEEM.01.05.14	F74667	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-H.U.T.				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	43	SU.AR.AEEM.03.201	F74675	Videogastroscopio pediátrico-H.U.T.		N5780950	GIF-H190N W/BS (EU)	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	44	SE.MA.MEEM.01.05.15	F74668	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	45	SU.AR.AEEM.03.208	F46453	Videocolonoscopio pediátrico-GC		N5374450	PCF-H190DL EVIS EXERA III	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	46	SE.MA.MEEM.06	E46088	Mantenimiento integral de equipamiento electromédico-Mantenimiento videocolonoscopio pediátrico				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Sensor de imagen CCD. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con las tecnologías de imagen NBI, TXI, RDI
	47	SU.AR.AEEM.03.83	G07917	Videobroncoscopio-Pediátrico-H.U.T.		N4504050	BF-XP190 BRONCHOVIDEOSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3.
	48	SE.MA.MEEM.01.05.25	G07920	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3.
	49	SU.AR.AEEM.03.83	F46401	Videobroncoscopio-Neonatal		N5768650	BF-MP190F BRONCHOSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3.
	50	SE.MA.MEEM.01.05.24	F46463	VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Buena calidad visual y nitidez ecográfica. Compatibilidad con torre de videobroncoscopio ofertado de la agrupación 3.
3	39	SU.AR.AEEM.03.213	F46483	Torre de Pediatría-GC	**PENTAX MEDICAL IBERIA, S.A**		TORRE DE PEDIATRIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	40	SE.MA.MEEM.01.05.26	F46495	TORRE DE PEDIATRÍA-GC			TORRE DE PEDIATRIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Presenta imagen HD.
	41	SU.AR.AEEM.03.202	F74676	Videogastroscopio gama alta-H.U.T.			VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-H.U.T	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS, compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones).

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	42	SE.MA.MEEM.01.05.14	F74667	VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-H.U.T.			VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA-H.U.T	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS, compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones).
	43	SU.AR.AEEM.03.201	F74675	Videogastroscopio pediátrico-H.U.T.			VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS, compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones)
	44	SE.MA.MEEM.01.05.15	F74668	VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.			VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS, compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones)
	45	SU.AR.AEEM.03.208	F46453	Videocolonoscopio pediátrico-GC			VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones)
	46	SE.MA.MEEM.06	E46088	Mantenimiento integral de equipamiento electromédico-Mantenimiento videocolonoscopio pediátrico			MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO-MANTENIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Imagen CMOS compatible con i-Scan (detección y demarcación de lesiones)
	47	SU.AR.AEEM.03.83	G07917	Videobroncoscopio-Pediátrico-H.U.T.			VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	48	SE.MA.MEEM.01.05.25	G07920	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.			VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO-H.U.T.	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	49	SU.AR.AEEM.03.83	F46401	Videobroncoscopio-Neonatal			VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
	50	SE.MA.MEEM.01.05.24	F46463	VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL-GC			VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Proporcionan imagen en alta definición.
AGRUPACIÓN 4										
4	51	SU.AR.AEEM.03.210	F46462	Torre de Ecoendoscopia-GC	**FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL**	ITD-03, EP-8000, LMD-X3200MD, JW-3, GW-100	Torre Endoscopia Ecoendoscopia	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Compatible con endoscopios de la Agrupación 1, 4 y 5. Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Mejora la seguridad por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	52	SE.MA.MEEM.01.05.23	F46461	TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen TNR y EDR. Compatible con endoscopios de la Agrupación 1, 4 y 5. Facilidad de uso, intuitiva y con facilidad de conexión. Presenta dos entradas digitales SDI más la entregas 3G y/o 12G que permiten visualizar 3 imágenes en el monitor. Mejora la seguridad por tener una bomba de C02 que permite regulación de su flujo.
	53	SU.AR.AEEM.03.13	F90771	Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio		ARIETTA 850 FF ENDO	Ecógrafo compatible	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecoendoscopio FUJIFILM
	54	SE.MA.MEEM.01.01.11		ECÓGRAFO				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecoendoscopio FUJIFILM
	55	SU.AR.AEEM.03.256	G07706	ECOENDOSCOPIO-RADIAL		EG-580UR	ECOENDOSCOPIO RADIAL	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Visión endoscópica frontal. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica ARIETTA Facilidad de uso por mayor angulación distal y diseño más ergonómico, lo que facilita el acceso de zonas difíciles. Seguridad punta distal muy fina que reduce el riesgo en anatomías complejas y mejora la tolerancia del paciente.
	56	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07701	ECOENDOSCOPIO-RADIAL				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Visión endoscópica frontal. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica ARIETTA Facilidad de uso por mayor angulación distal y diseño más ergonómico, lo que facilita el acceso de zonas difíciles. Seguridad punta distal muy fina que reduce el riesgo en anatomías complejas y mejora la tolerancia del paciente.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	57	SU.AR.AEEM.03.256	G07707	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL		EG-740UT+UC-01	ECOENDOSCOPIO SECTORIAL	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Visión endoscópica frontal. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica ARIETTA. Facilidad de uso por mayor angulación distal y diseño más ergonómico, lo que facilita el acceso de zonas difíciles. Además, el ángulo de salida de la aguja favorece un trayecto más recto hacia la lesión. Seguridad punta distal muy fina que reduce el riesgo en anatomías complejas y mejora la tolerancia del paciente.
	58	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07703	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Visión endoscópica frontal. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica ARIETTA. Facilidad de uso por mayor angulación distal y diseño más ergonómico, lo que facilita el acceso de zonas difíciles. Además, el ángulo de salida de la aguja favorece un trayecto más recto hacia la lesión. Seguridad punta distal muy fina que reduce el riesgo en anatomías complejas y mejora la tolerancia del paciente.
4	51	SU.AR.AEEM.03.210	F46462	Torre de Ecoendoscopia-GC	**OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**	N6011250 N6019900 N3647300 N3647800 N2485700 N6018160 K10035365 N3493240 N1000300 K10001143 E0497466 E11EBSERVICE U9000612 N3643260	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) MAJ-2477 CONNECT. SET 180/260 MAJ-1941 LIGHT SOURCE CABLE OEV321UH MONITOR SDI Cable, MAJ-1951, 2.4 m MAJ-1430 Video cable WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT Tube, MAJ-1081, high pres. DIN OFP-2 Flushing Pump Prof. Inst. Support KE VSS Parametrización-instalación CV Interface Connection CV-190 VIDEO CENTER	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con endoscopios de la Agrupación 1 y 4.
	52	SE.MA.MEEM.01.05.23	F46461	TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Incorpora imagen 4k, tecnología de mejora de imagen EDOF y IEE. Compatible con endoscopios de la Agrupación 1 y 4.
	53	SU.AR.AEEM.03.13	F90771	Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio		E0421151 E0421151	TUS-AI800/E2 PVT-375BT/FS	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecoendoscopio OLYMPUS
	54	SE.MA.MEEM.01.01.11		ECÓGRAFO				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta resolución con corrección de velocidad de sonido y ganancia. Compatibilidad con ecoendoscopio OLYMPUS

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	55	SU.AR.AEEM.03.256	G07706	ECOENDOSCOPIO-RADIAL		N6003150	GF-UE190 EUS GASTROSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica CANON APLIO.
	56	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07701	ECOENDOSCOPIO-RADIAL				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica CANON APLIO.
	57	SU.AR.AEEM.03.256	G07707	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL		N5367150	GF-UCT180 EUS GASTROSCOPE	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica CANON APLIO.
	58	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07703	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL				20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. Alta calidad de imagen ecográfica. Compatibilidad con consola ecográfica CANON APLIO.
4	51	SU.AR.AEEM.03.210	F46462	Torre de Ecoendoscopia-GC	**SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA**	DSH-320WA HD-650 VLS-65 EGA-501E EGP-100E HDT-500	Monitor Videprocesador Fuente de luz Insuflador CO2 Bomba de Agua Carro alojador	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Incorpora imagen 4K.
	52	SE.MA.MEEM.01.05.23	F46461	TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC				10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Incorpora imagen 4K.
	53	SU.AR.AEEM.03.13	F90771	Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio		EG-UR5	Ecoendoscopio radial	NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecoendoscopio radial. Se exige Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio
	54	SE.MA.MEEM.01.01.11		ECÓGRAFO				NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecoendoscopio radial. Se exige Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio
	55	SU.AR.AEEM.03.256	G07706	ECOENDOSCOPIO-RADIAL		EG-UC5T	Ecoendoscopio lineal	NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecoendoscopio lineal. Se exige ECOENDOSCOPIO-RADIAL
	56	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07701	ECOENDOSCOPIO-RADIAL				NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecoendoscopio lineal. Se exige ECOENDOSCOPIO-RADIAL
	57	SU.AR.AEEM.03.256	G07707	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL		S80	Ecógrafo	NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecógrafo. Se exige ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL
	58	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07703	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL				NO SE VALORA		No cumple características PPT Ecógrafo. Se exige ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL
4	51	SU.AR.AEEM.03.210	F46462	Torre de Ecoendoscopia-GC	**PENTAX MEDICAL IBERIA, S.A**		TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Incorpora imagen 4K.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	52	SE.MA.MEEM.01.05.23	F46461	TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC			TORRE DE ECOENDOSCOPIA-GC	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Incorpora imagen 4K.
	53	SU.AR.AEEM.03.13	F90771	Ecógrafo-Ecógrafo compatible con Ecoendoscopio/Ecobroncoscopio			ECÓGRAFO COMPATIBLE CON ENDOSCOPIA/ECOBRONCOSCOPIO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	54	SE.MA.MEEM.01.01.11		ECÓGRAFO			ECÓGRAFO	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	55	SU.AR.AEEM.03.256	G07706	ECOENDOSCOPIO-RADIAL			ECOENDOSCOPIO-RADIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	56	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07701	ECOENDOSCOPIO-RADIAL			ECOENDOSCOPIO-RADIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	57	SU.AR.AEEM.03.256	G07707	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL			ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
	58	SE.MA.MEEM.01.05.37	G07703	ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL			ECOENDOSCOPIO-SECTORIAL	10		Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena imagen ecográfica.
AGRUPACIÓN 5										
5	59	SU.AR.AEEM.03.261	G07760	VIDEOCOLONOSCOPIO CON SISTEMA DE BALÓN-GC	**FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL**	EN-840T+PB-30	VIDECOLONOSCOPIOS CON SISTEMAS DE BALÓN	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con el procesador de endoscopio FUJIFILM Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mejora la seguridad al aportar doble balón y mayor angulación que permite una mayor facilidad en su inserción y, por tanto, mayor alcance, además de disponer de canal accesorio de agua que facilita los procedimientos terapéuticos.
	60	SE.MA.MEEM.01.05.42	G07758	VIDEOCOLONOSCOPIO CON SISTEMA DE BALÓN-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con el procesador de endoscopio FUJIFILM Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mejora la seguridad al aportar doble balón y mayor angulación que permite una mayor facilidad en su inserción y, por tanto, mayor alcance, además de disponer de canal accesorio de agua que facilita los procedimientos terapéuticos.
	61	SU.AR.AEEM.03.260	G07759	VIDEOCOLONOSCOPIO CON BALÓN DISTAL INCORPORADO-GC		EI-580BT	VIDECOLONOSCOPIO CON BALÓN DISTAL INCORPORADO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con el procesador de endoscopio FUJIFILM Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mejora la seguridad al aportar doble balón y mayor angulación que permite una mayor facilidad en su inserción para alcanzar la vía biliar en anatomías alteradas quirúrgicamente.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	62	SE.MA.MEEM.01.05.41	G07757	VIDEOCOLONOSCOPIO CON BALÓN DISTAL INCORPORADO-GC				40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. Buena calidad de imagen 4k y tecnología LED. Compatibilidad con el procesador de endoscopio FUJIFILM Mayor facilidad de uso por empuñadura ergonómica y cómoda. Mejora la seguridad al aportar doble balón y mayor angulación que permite una mayor facilidad en su inserción para alcanzar la vía biliar en anatomías alteradas quirúrgicamente.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 6										
6	63	SU.AR.AEEM.03.259	G07751	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	**DRAGER HISPANIA, SAU**	AMBIA	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema Ambia Column presenta una estructura de alta calidad, fabricada en aluminio anodizado, con superficies lisas, selladas y de fácil limpieza. Ofrece un brazo de resorte para soportar pantallas de hasta 42”. Aporta una gran compatibilidad mediante módulos reconfigurables, gestión integrada del cableado y amplia capacidad de tomas eléctricas, gases y datos. En cuanto a facilidad de uso, incorpora frenos electromecánicos inteligentes con desbloqueo asistido, control redundante y excelente ergonomía en el manejo, que reducen la fatiga y facilitan la operación diaria. Dispone de un brazo con una longitud total del brazo doble de 1.500 mm ideal para abarcar todo el campo quirúrgico. Adicionalmente dispone de una 5 bandeja extraíble y ajustable con capacidad de carga de 80 kg, lo que te permite tener todos los accesorios en la misma columna al disponer de más espacio. En materia de seguridad, dispone de sistemas de freno electrónico, bloqueo automático ante fallo energético y topes programables que evitan colisiones. Ademas tiene una capacidad de carga de 450 kg., la carga del cabezal es de 340kg. Lo que le da mucha robustez al cabezal y a la columna en general. Además, se valora positivamente su soporte técnico, disponibilidad de repuestos y facilidad de mantenimiento preventivo.
	64	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07749	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO			SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema Ambia Column presenta una estructura de alta calidad, fabricada en aluminio anodizado, con superficies lisas, selladas y de fácil limpieza. Ofrece un brazo de resorte para soportar pantallas de hasta 42”. Aporta una gran compatibilidad mediante módulos reconfigurables, gestión integrada del cableado y amplia capacidad de tomas eléctricas, gases y datos. En cuanto a facilidad de uso, incorpora frenos electromecánicos inteligentes con desbloqueo asistido, control redundante y excelente ergonomía en el manejo, que reducen la fatiga y facilitan la operación diaria. Dispone de un brazo con una longitud total del brazo doble de 1.500 mm ideal para abarcar todo el campo quirúrgico. Adicionalmente dispone de una 5 bandeja extraíble y ajustable con capacidad de carga de 80 kg, lo que te permite tener todos los accesorios en la misma columna al disponer de más espacio. En materia de seguridad, dispone de sistemas de freno electrónico, bloqueo automático ante fallo energético y topes programables que evitan colisiones. Ademas tiene una capacidad de carga de 450 kg., la carga del cabezal es de 340kg. Lo que le da mucha robustez al cabezal y a la columna en general. Además, se valora positivamente su soporte técnico, disponibilidad de repuestos y facilidad de mantenimiento preventivo.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	65	SU.AR.AEEM.03.259	G07750	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS		AMBIA	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema Ambia Column presenta una estructura de alta calidad, fabricada en aluminio anodizado, con superficies lisas, selladas y de fácil limpieza. Ofrece brazos de resorte para soportar pantallas de hasta 42”. Aporta una gran compatibilidad mediante módulos reconfigurables, gestión integrada del cableado y amplia capacidad de tomas eléctricas, gases y datos. En cuanto a facilidad de uso, incorpora frenos electromecánicos inteligentes con desbloqueo asistido, control redundante y excelente ergonomía en el manejo, que reducen la fatiga y facilitan la operación diaria. Dispone de brazo cons una longitud total del brazo doble de 1.500 mm ideal para abarcar todo el campo quirúrgico. Adicionalmente dispone de una 5 bandeja extraíble y ajustable con capacidad de carga de 80 kg, lo que te permite tener todos los accesorios en la misma columna al disponer de más espacio. En materia de seguridad, dispone de sistemas de freno electrónico, bloqueo automático ante fallo energético y topes programables que evitan colisiones. Ademas tiene una capacidad de carga de 450 kg., la carga del cabezal es de 340kg. Lo que le da mucha robustez al cabezal y a la columna en general. Además, se valora positivamente su soporte técnico, disponibilidad de repuestos y facilidad de mantenimiento preventivo.
	66	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07748	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS			SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS	40	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y mejora respecto a la calidad y compatibilidad y facilidad de uso y seguridad. El sistema Ambia Column presenta una estructura de alta calidad, fabricada en aluminio anodizado, con superficies lisas, selladas y de fácil limpieza. Ofrece brazos de resorte para soportar pantallas de hasta 42”. Aporta una gran compatibilidad mediante módulos reconfigurables, gestión integrada del cableado y amplia capacidad de tomas eléctricas, gases y datos. En cuanto a facilidad de uso, incorpora frenos electromecánicos inteligentes con desbloqueo asistido, control redundante y excelente ergonomía en el manejo, que reducen la fatiga y facilitan la operación diaria. Dispone de brazo cons una longitud total del brazo doble de 1.500 mm ideal para abarcar todo el campo quirúrgico. Adicionalmente dispone de una 5 bandeja extraíble y ajustable con capacidad de carga de 80 kg, lo que te permite tener todos los accesorios en la misma columna al disponer de más espacio. En materia de seguridad, dispone de sistemas de freno electrónico, bloqueo automático ante fallo energético y topes programables que evitan colisiones. Ademas tiene una capacidad de carga de 450 kg., la carga del cabezal es de 340kg. Lo que le da mucha robustez al cabezal y a la columna en general. Además, se valora positivamente su soporte técnico, disponibilidad de repuestos y facilidad de mantenimiento preventivo.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	63	SU.AR.AEEM.03.259	G07751	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	**GETINGE GROUP SPAIN SLU**	SU000200021 MODUEVO HEAVY 9-6	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. La oferta cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras en calidad y compatibilidad. El sistema Moduevo Heavy 9.6 ofrece una estructura de calidad robusta y ergonómica, con brazos articulados de gran capacidad y frenos electromagnéticos combinados con fricción silenciosa, que mejoran la estabilidad durante el uso. Su diseño modular EPoS permite una compatibilidad perfecta por la colocación rápida de accesorios sin herramientas, aportando flexibilidad y compatibilidad con diferentes configuraciones de trabajo. Los acabados superficiales son de alta calidad y de fácil limpieza, adecuados para entornos sanitarios.
	64	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07749	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO		SU000200021 MODUEVO HEAVY 9-6	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. La oferta cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras en calidad y compatibilidad. El sistema Moduevo Heavy 9.6 ofrece una estructura de calidad robusta y ergonómica, con brazos articulados de gran capacidad y frenos electromagnéticos combinados con fricción silenciosa, que mejoran la estabilidad durante el uso. Su diseño modular EPoS permite una compatibilidad perfecta por la colocación rápida de accesorios sin herramientas, aportando flexibilidad y compatibilidad con diferentes configuraciones de trabajo. Los acabados superficiales son de alta calidad y de fácil limpieza, adecuados para entornos sanitarios.
	65	SU.AR.AEEM.03.259	G07750	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS		SU000200021 MODUEVO HEAVY 9-6	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. La oferta cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras en calidad y compatibilidad. El sistema Moduevo Heavy 9.6 ofrece una estructura de calidad robusta y ergonómica, con brazos articulados de gran capacidad y frenos electromagnéticos combinados con fricción silenciosa, que mejoran la estabilidad durante el uso. Su diseño modular EPoS permite una compatibilidad perfecta por la colocación rápida de accesorios sin herramientas, aportando flexibilidad y compatibilidad con diferentes configuraciones de trabajo. Los acabados superficiales son de alta calidad y de fácil limpieza, adecuados para entornos sanitarios.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	66	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07748	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS		SU000200021 MODUEVO HEAVY 9-6	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. La oferta cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta mejoras en calidad y compatibilidad. El sistema Moduevo Heavy 9.6 ofrece una estructura de calidad robusta y ergonómica, con brazos articulados de gran capacidad y frenos electromagnéticos combinados con fricción silenciosa, que mejoran la estabilidad durante el uso. Su diseño modular EPoS permite una compatibilidad perfecta por la colocación rápida de accesorios sin herramientas, aportando flexibilidad y compatibilidad con diferentes configuraciones de trabajo. Los acabados superficiales son de alta calidad y de fácil limpieza, adecuados para entornos sanitarios.
	63	SU.AR.AEEM.03.259	G07751	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	**INSANEX, SL**	HYPORT P30	Mindray- HyPort P30	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. El sistema HyPort P30 presenta una estructura de calidad con diseño de aluminio anodizado con recubrimiento antimicrobiano, que mejora la durabilidad y facilita la limpieza. Ofrece compatibilidad plena con los requisitos del servicio de endoscopia, integrando tomas eléctricas, gases y datos en configuración modular, así como frenos neumáticos en todas las articulaciones y control básico de iluminación LED. Estas características garantizan una operatividad correcta y un mantenimiento sencillo.
	64	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07749	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO		HYPORT P30	Mindray- HyPort P30	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. El sistema HyPort P30 presenta una estructura de calidad con diseño de aluminio anodizado con recubrimiento antimicrobiano, que mejora la durabilidad y facilita la limpieza. Ofrece compatibilidad plena con los requisitos del servicio de endoscopia, integrando tomas eléctricas, gases y datos en configuración modular, así como frenos neumáticos en todas las articulaciones y control básico de iluminación LED. Estas características garantizan una operatividad correcta y un mantenimiento sencillo.
	65	SU.AR.AEEM.03.259	G07750	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS		HYPORT P30	Mindray- HyPort P30	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. El sistema HyPort P30 presenta una estructura de calidad con diseño de aluminio anodizado con recubrimiento antimicrobiano, que mejora la durabilidad y facilita la limpieza. Ofrece compatibilidad plena con los requisitos del servicio de endoscopia, integrando tomas eléctricas, gases y datos en configuración modular, así como frenos neumáticos en todas las articulaciones y control básico de iluminación LED. Estas características garantizan una operatividad correcta y un mantenimiento sencillo.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	66	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07748	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS		HYPORT P30	Mindray- HyPort P30	20	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad. El sistema HyPort P30 presenta una estructura de calidad con diseño de aluminio anodizado con recubrimiento antimicrobiano, que mejora la durabilidad y facilita la limpieza. Ofrece compatibilidad plena con los requisitos del servicio de endoscopia, integrando tomas eléctricas, gases y datos en configuración modular, así como frenos neumáticos en todas las articulaciones y control básico de iluminación LED. Estas características garantizan una operatividad correcta y un mantenimiento sencillo.
	63	SU.AR.AEEM.03.259	G07751	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-1 BRAZO	**TECNOMEDICA ANDALUZA, SCA**	1638913-1	Columna de endoscopia TruPort 7000/1465ENVidia Port 26	30	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. El sistema TruPORT 7000 destaca por la robustez mecánica y calidad estructural, con brazo de alta capacidad de carga y diseño ergonómico que facilita la manipulación segura de equipos médicos. La compatibilidad es elevada, gracias a su configuración modular y la integración de tomas eléctricas, de gases, datos y vídeo, junto con la posibilidad de ampliación sin herramientas. En cuanto a la facilidad de uso, incorpora frenos neumáticos pasivos que aseguran movimientos precisos y suaves, así como un brazo portamonitor VidiaPort con amplio rango de rotación, mejorando la accesibilidad y la operatividad clínica. Aunque no dispone de freno electrónico inteligente, la solución ofrece un equilibrio notable entre rendimiento, fiabilidad y ergonomía.
	64	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07749	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-UN BRAZO		1638913-1	Columna de endoscopia TruPort 7000/1465ENVidia Port 26	30	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. El sistema TruPORT 7000 destaca por la robustez mecánica y calidad estructural, con brazo de alta capacidad de carga y diseño ergonómico que facilita la manipulación segura de equipos médicos. La compatibilidad es elevada, gracias a su configuración modular y la integración de tomas eléctricas, de gases, datos y vídeo, junto con la posibilidad de ampliación sin herramientas. En cuanto a la facilidad de uso, incorpora frenos neumáticos pasivos que aseguran movimientos precisos y suaves, así como un brazo portamonitor VidiaPort con amplio rango de rotación, mejorando la accesibilidad y la operatividad clínica. Aunque no dispone de freno electrónico inteligente, la solución ofrece un equilibrio notable entre rendimiento, fiabilidad y ergonomía.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-40 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	65	SU.AR.AEEM.03.259	G07750	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-2 BRAZOS		1638913-2	Columna de endoscopia TruPort 7000/1465ENDoble VidiaPort 26	30	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. El sistema TruPORT 7000 destaca por la robustez mecánica y calidad estructural, con brazos de alta capacidad de carga y diseño ergonómico que facilita la manipulación segura de equipos médicos. La compatibilidad es elevada, gracias a su configuración modular y la integración de tomas eléctricas, de gases, datos y vídeo, junto con la posibilidad de ampliación sin herramientas. En cuanto a la facilidad de uso, incorpora frenos neumáticos pasivos que aseguran movimientos precisos y suaves, así como un brazo portamonitor VidiaPort con amplio rango de rotación, mejorando la accesibilidad y la operatividad clínica. Aunque no dispone de freno electrónico inteligente, la solución ofrece un equilibrio notable entre rendimiento, fiabilidad y ergonomía.
	66	SE.MA.MEEM.01.05.40	G07748	SISTEMA DE COLUMNAS SUSPENDIDAS PARA ENDOSCOPIA-DOS BRAZOS		1638913-2	Columna de endoscopia TruPort 7000/1465ENDoble VidiaPort 26	30	SÍ	Cumple las Prescripciones Técnicas del Pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad y compatibilidad y/o facilidad de uso. El sistema TruPORT 7000 destaca por la robustez mecánica y calidad estructural, con brazos de alta capacidad de carga y diseño ergonómico que facilita la manipulación segura de equipos médicos. La compatibilidad es elevada, gracias a su configuración modular y la integración de tomas eléctricas, de gases, datos y vídeo, junto con la posibilidad de ampliación sin herramientas. En cuanto a la facilidad de uso, incorpora frenos neumáticos pasivos que aseguran movimientos precisos y suaves, así como un brazo portamonitor VidiaPort con amplio rango de rotación, mejorando la accesibilidad y la operatividad clínica. Aunque no dispone de freno electrónico inteligente, la solución ofrece un equilibrio notable entre rendimiento, fiabilidad y ergonomía.