A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2, QUE CONTIENE LA OFERTA ECONÓMICA Y LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS DEL EXPEDIENTE N.º 882/2025, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PAS 52/25.

En Córdoba, siendo las diez horas y diez minutos del día 11 de noviembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, y para la apertura del sobre electrónico nº 2, que contiene la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, del expediente de contratación núm. 882/2025, convocado para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES DE TALLADO Y DE DOS ARMARIOS VENTILADOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (PAS 52/25).

PRESIDENTA

Dª. M.ª. Luisa García Alijo
Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C.

VOCALES

D. Javier Ignacio Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

Gregorio Jurado Cáliz
Subdirector de Contratación Administrativa

SECRETARIA

Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 7 de noviembre de 2025.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO		
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 1/13	

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente la Mesa procede al examen del informe técnico suscrito con fecha 7 de noviembre de 2025 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor.

Quedan **admitidas** las ofertas presentadas por AKRALAB S.L. y MICRODUR SL, al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, según anexo a este acta y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos.

Si bien, la Mesa determina que debe ser excluida la oferta presentada por CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A. y LABOLAN MATERIAL E INSTRUMENTACION DE LABORATORIO S.L., según anexo a este acta, por no cumplir las prescripciones técnicas

Acto seguido, se procede a la apertura del sobre n.º 2, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentado por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, **admitir** al procedimiento a las empresas licitadoras detalladas anteriormente al haber aportado la documentación establecida en la cláusula 6.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tras la calificación de la misma, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, solicitar informe técnico de valoración de los criterios automáticos y remitir la documentación correspondiente.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las diez horas y veinticinco minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Es copia auténtica de documento electrónico

Informe técnico de valoración de ofertas del expediente de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES DE TALLADO Y DOS ARMARIOS VENTILADOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (PAS 52/25)

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza a petición del órgano de contratación, para la valoración de los criterios no automáticos asociados al expediente de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES DE TALLADO Y DOS ARMARIOS VENTILADOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA (PAS 52/25).

El presente informe se estructura de la siguiente forma:

- Resumen de las características valorables más destacables de los equipos ofertados con valoración de estas al final de cada resumen.
- Valoración comparativa final de ofertas

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

EQUIPAMIENTO OFERTADO:

Se han recibido las ofertas de las siguientes empresas:

- Empresa: AKRALAB, S.L.U.
  - Equipo ofertado:
    - Lote 1: Mesa de tallado de dos puestos
      - Marca: GAMBARU PROYECTS
      - Referencia: GS-50-001
- Empresa: CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.
  - Equipo ofertado:
    - Lote 1: Mesa de tallado de dos puestos
      - Marca: Casa Alvarez
      - Referencia VOMC18001
    - Lote 2: Armarios ventilados
      - Marca: Casa Alvarez
      - Referencia VOMCAF1506021
- Empresa: LABOLAN MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN
  - Equipo ofertado:
    - Lote 1: Mesa de tallado de dos puestos
      - Marca: BIO OPTICA
      - Referencia: TRIMMING TECH 180
- Empresa: MICRODUR S.L.
  - Equipo ofertado:
    - Lote 1: Mesa de tallado de dos puestos
      - Marca: Anathomic Solutions
      - Referencia: ET -107-2-2400
    - Lote 2: Armarios ventilados

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 3/13

- Marca: Anathomic Solutions
- Referencia: AV-004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

Se ha realizado un análisis del cumplimiento de las características mínimas de cada una de las empresas obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 1: MESA DE TALLADO DE DOS PUESTOS

- Empresa: AKRALAB, S.L.U.
    - Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
    - Altura de trabajo de 1 m. **Cumple.**
    - Dimensiones superficie de trabajo aproximadas.
        - Ancho 180 cm. **Cumple.**
        - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**
    - Diseñada para dos puestos de trabajo. **Cumple.**
    - Con portaherramientas magnético en cada puesto de trabajo. **Cumple.**
    - Deberá disponer de chapas desmontables perforadas y lavables. **Cumple.**
    - Sumideros con rejilla. **Cumple.**
    - Equipada con fregadero de lavado. **Cumple.**
    - Grifo de fregadero tipo ducha con tubo extensible. **Cumple.**
    - Recogida de residuos en depósito dentro de la mesa.
    - Depósito con sistema de alarma de nivel. **Cumple.**
    - Mampara frontal. **Cumple.**
    - Sistema de control de aspiración.
    - Dotada de filtros específicos para formaldehído en la salida de aire. **Cumple.**
    - Pantalla de control de funcionamiento del sistema de aspiración, depósito de residuos y alarmas de sustitución de filtro. **Cumple.**
    - Sistema de iluminación LED. **Cumple.**
    - Al menos 1 tomas de corriente por puesto IP55. **Cumple.**
    - Instalación básica de conexión incluida. **Cumple.**
    - Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **Cumple**
    - Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado, emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple**
    - Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple**
    - Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple**
    - Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple**
    - Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **Cumple**
- Empresa: CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 4/13

- Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
- Altura de trabajo de 1 m. **Cumple.**
- Dimensiones superficie de trabajo aproximadas.
  - Ancho 180 cm. **Cumple.**
  - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**
- Diseñada para dos puestos de trabajo. **Cumple.**
- Con portaherramientas magnético en cada puesto de trabajo. **Cumple.**
- Deberá disponer de chapas desmontables perforadas y lavables. **Cumple.**
- Sumideros con rejilla. **Cumple.**
- Equipada con fregadero de lavado. **Cumple.**
- Grifo de fregadero tipo ducha con tubo extensible. **Cumple.**
- Recogida de residuos en depósito dentro de la mesa. **Cumple.**
- Depósito con sistema de alarma de nivel.
- Mampara frontal. **Cumple.**
- Sistema de control de aspiración. **Cumple.**
- Dotada de filtros específicos para formaldehído en la salida de aire. **Cumple.**
- Pantalla de control de funcionamiento del sistema de aspiración, depósito de residuos y alarmas de sustitución de filtro. **Cumple.**
- Sistema de iluminación LED. **Cumple.**
- Al menos 1 tomas de corriente por puesto IP55 **Cumple.**
- Instalación básica de conexión incluida
- Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple.**
- Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **No cumple.**

- Empresa: LABOLAN MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN.
  - Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
  - Altura de trabajo de 1 m. **Cumple.**
  - Dimensiones superficie de trabajo aproximadas.
    - Ancho 180 cm. **Cumple.**
    - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 5/13

- Diseñada para dos puestos de trabajo. **No Cumple, las dimensiones indicadas (algo menos de 180 cm) y el espacio mostrado en la fotografía del equipo en el que se ocupa parte del espacio de los pies con el vertedero no permiten un uso "razonablemente ergonómico" de dos puestos de trabajo. Obligaría a ubicar a los trabajadores totalmente pegados y sin prácticamente posibilidades de movimiento**.
- Con portaherramientas magnético en cada puesto de trabajo. **Cumple.**
- Deberá disponer de chapas desmontables perforadas y lavables. **Cumple.**
- Sumideros con rejilla. **Cumple.**
- Equipada con fregadero de lavado. **Cumple.**
- Grifo de fregadero tipo ducha con tubo extensible. **Cumple.**
- Recogida de residuos en depósito dentro de la mesa. **Cumple.**
- Depósito con sistema de alarma de nivel. **Cumple.**
- Mampara frontal. **Cumple.**
- Sistema de control de aspiración. **Cumple.**
- Dotada de filtros específicos para formaldehído en la salida de aire. **Cumple.**
- Pantalla de control de funcionamiento del sistema de aspiración, depósito de residuos y alarmas de sustitución de filtro. **Cumple.**
- Sistema de iluminación LED. **Cumple.**
- Al menos 1 tomas de corriente por puesto IP55. **Cumple.**
- Instalación básica de conexión incluida. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple.**
- Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **Cumple.**

- Empresa: MICRODUR S.L.
  - Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
  - Altura de trabajo de 1 m. **Cumple.**
  - Dimensiones superficie de trabajo aproximadas.
    - Ancho 180 cm. **Cumple.**
    - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 6/13

- Diseñada para dos puestos de trabajo. **Cumple.**
- Con portaherramientas magnético en cada puesto de trabajo. **Cumple.**
- Deberá disponer de chapas desmontables perforadas y lavables. **Cumple.**
- Sumideros con rejilla. **Cumple.**
- Equipada con fregadero de lavado. **Cumple.**
- Grifo de fregadero tipo ducha con tubo extensible. **Cumple.**
- Recogida de residuos en depósito dentro de la mesa. **Cumple.**
- Depósito con sistema de alarma de nivel. **Cumple.**
- Mampara frontal. **Cumple.**
- Sistema de control de aspiración. **Cumple.**
- Dotada de filtros específicos para formaldehído en la salida de aire. **Cumple.**
- Pantalla de control de funcionamiento del sistema de aspiración, depósito de residuos y alarmas de sustitución de filtro. **Cumple.**
- Sistema de iluminación LED. **Cumple.**
- Al menos 1 tomas de corriente por puesto IP55. **Cumple.**
- Instalación básica de conexión incluida. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple.**
- Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **Cumple.**
-

LOTE 2: ARMARIOS VENTILADOS

- Empresa: CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.
  - Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
  - Al menos 5 estantes perforados ajustables en altura con capacidad de carga de 50 Kg. **Cumple.**
  - Bandejas inferiores para recogida de líquidos. **Cumple.**
  - Doble puerta batiente. **Cumple.**
  - Cierres estancos. **Cumple.**
  - Cerrojo con llave. **Cumple.Aparece en fotografía**
  - Alarma de puerta abierta. **Cumple.**
  - Iluminación interior tipo LED. **Cumple.**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 7/13

- Dimensiones mínimas exigidas:
  - Ancho 150 cm. **Cumple.**
  - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**
  - Altura 190 cm. **Cumple.**
- Sistema de control de aspiración con pantalla que permita obtener la siguiente información:
  - Contador horario de filtros. **Cumple.**
  - Alertas. **Cumple.**
- Avisador acústico de alarma.
- Sistema de filtros de zeolita o similar con impregnación de permanganato potásico. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **No cumple.**
- Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple.**
- Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **No cumple.**
-

- Empresa: MICRODUR S.L.
  - Superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable con acabado pulido brillante para evitar porosidades y acumulación de suciedad. **Cumple.**
  - Al menos 5 estantes perforados ajustables en altura con capacidad de carga de 50 Kg. **Cumple.**
  - Bandejas inferiores para recogida de líquidos. **Cumple.**
  - Doble puerta batiente. **Cumple.**
  - Cierres estancos. **Cumple.**
  - Cerrojo con llave. **Cumple.**
  - Alarma de puerta abierta. **Cumple.**
  - Iluminación interior tipo LED. **Cumple.**
  - Dimensiones mínimas exigidas:
  - Ancho 150 cm. **Cumple.**
  - Profundidad: 60 cm. **Cumple.**
  - Altura 190 cm. **Cumple.**
  - Sistema de control de aspiración con pantalla que permita obtener la siguiente

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 8/13

información:

- Contador horario de filtros. **Cumple.**
- Alertas. **Cumple.**

- Avisador acústico de alarma. **Cumple.**
- Sistema de filtros de zeolita o similar con impregnación de permanganato potásico. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de que los equipos ofertados son de fabricación nueva. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada del año de primera fabricación del modelo ofertado emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la primera puesta en el mercado de los equipos emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Certificado o declaración jurada de la existencia de recambios para el modelo ofertado durante al menos 10 años desde la fecha de la oferta emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado del mismo. **Cumple.**
- Marcado CE de los equipos ofertados. **Cumple.**
- Certificado del fabricante en el que se indique que el periodo mínimo de vida útil del equipamiento incluido en el presente expediente, y de todos sus componentes y accesorios es de 10 años. **Cumple.**

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MÍNIMOS

Lote 1

Empresa	Cumple / No cumple
AKRALAB, S.L.U.	Cumple
CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.	No Cumple
LABOLAN MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN	No cumple
MICRODUR S.L.	Cumple

Lote 2

Empresa	Cumple / No cumple
CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.	No Cumple
MICRODUR S.L.	Cumple

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, VALORABLES Y NO OBLIGATORIAS

A continuación, se valoran las características no obligatorias sujetas a juicio de valor. No se valoran aquellas empresas que no superan los criterios mínimos o las que superándolos han contaminado su oferta por incluir datos que se valoran en la siguiente fase de valoración de criterios automáticos.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 9/13

Las empresas que cumplen mínimos y no han contaminado su oferta con la inclusión de datos sobre criterios automáticos son las siguientes:

En el Lote 1:

- AKRALAB S.L.U.
- MICRODUR S.L.

En el lote 2:

- MICRODUR S.L.

LOTE 1: VALORACIÓN DE LA ERGONOMÍA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CABINA. (5 PUNTOS)

AKRALAB S.L.U.

- Dispone de subida y bajada automática de mampara
- Dispone de 180 x 60 cm de superficie útil de trabajo
- Dispone de luz LED regulable en temperatura.
- Lámpara luz LED flexible.
- Suministra adicionalmente 4 sillas de trabajo premium.
- Estantería de 80 cm.
- Cubo residuos de 5 l

MICRODUR, S.L.

- Dispone de sistema de limpieza y desinfección por ozono.
- Nivel de ruido muy reducido entre 54 y 56 dB
- Dispone de iluminación LED superior y 2 luces LED con brazos flexibles
- Dispone de subida y bajada automática de mampara
- Dispone de una dimensión de superficie útil de trabajo por encima de los 200 cm de ancho x 60 de fondo
- Estantería corrida en toda la extensión de la campana
- Cubo residuos 10 l
- Posee una ventana lateral de vidrio laminado de seguridad 3+3.

RESUMEN DE VALORACIÓN DE LA ERGONOMÍA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CABINA. (5 PUNTOS)

Destaca positivamente la oferta de MICRODUR S.L. por un mayor tamaño de la cabina, lo que permite una mejor distribución de los puestos de trabajo, luces LED para cada puesto, niveles de ruido reducidos indicados en su oferta y el sistema de desinfección por ozono, que facilita las operaciones de desinfección. También la ventana lateral mejora la ergonomía del puesto al permitir la visión y luz ambiental. Por ello se califica la oferta como **MUY BUENA**.

La oferta de AKRALAB introduce algunas características interesantes desde el punto de vista ergonómico como el cambio de la temperatura de la iluminación o el aporte de sillas premium, sin embargo, la cabina está muy condicionada por sus dimensiones. Por esto se considera la oferta tan solo como **BUENA.**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 10/13

LOTE 1: VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LA MESA TANTO EN SU CAPACIDAD COMO EL DISEÑO DE LOS FLUJOS DE AIRE (10 PUNTOS)

AKRALAB S.L.U.

Indica que dispone de aspiración por 3 zonas. Frontal, superior y en los cajones de los bidones de formol limpio y residual.

MICRODUR, S.L.

Indica que dispone de aspiración frontal, superior e inferior.

RESUMEN DE VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LA MESA TANTO EN SU CAPACIDAD COMO EL DISEÑO DE LOS FLUJOS DE AIRE (10 PUNTOS).

Las dos ofertas son muy similares, por lo que se valoran como **MUY BUENAS** las dos al disponer de triple sistema de aspiración.

LOTE 1: VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ORIENTADOS A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (10 PUNTOS)

AKRALAB S.L.U.

Indica que dispones de mampara con sistema de detección de altura y sistema de aspiración en 3 zonas.

El resto de las características indicadas en la oferta técnica en este apartado no son valorables, bien por ser obligatorias (control de aspiración, filtros formaldehído) o bien por no estar orientadas a la seguridad de los trabajadores, sino orientadas a mejoras ambientales (filtros biodegradables).

MICRODUR, S.L.

Indica que dispone de control digital para ajustar la intensidad de aspiración según la operación a realizar y ajuste de velocidad en intervalos de 5%

Dispone de un sistema de desinfección de agua con ozono.

Dispone de aislamiento específico para reducción de ruido.

Dispone de pulsador de emergencia para derrames de formaldehído

RESUMEN DE VALORACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ORIENTADOS A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (10 PUNTOS).

La oferta de MICRODUR dispone de al menos tres elementos diferenciadores con respecto a la oferta de AKRALAB, que inciden en la seguridad de la cabina de manera importante, por lo que la oferta de MICRODUR se considera como MUY BUENA, mientras que la oferta de AKRALAB tan sólo posee una característica diferenciadora no muy destacable que es la detección de altura, que afecta más a la posibilidad de tropiezo con obstáculos debajo de la guillotina que a la seguridad de los trabajadores. Por esto se considera esta oferta tan solo como APTA.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 11/13

LOTE 2: CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN (3 PUNTOS)

MICRODUR S.L.

En su oferta indica que está fabricado completamente en acero AISI 304 con chapa de 1,5 a 2 mm. Se valora como **MUY BUENA**.

LOTE 2: DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LA MESA TANTO EN SU CAPACIDAD DE CONTROL COMO EN EL SISTEMA DE ALARMAS QUE POSEA (10 PUNTOS)

MICRODUR S.L.

En la oferta se indica que permite regular velocidad e intensidad de aspiración, incorpora sensores de presión y velocidad, dispone de panel intuitivo, dispone de alarmas de flujo y otras. Dispone de historial de alarmas.

Se califica la oferta como **MUY BUENA** por disponer de sistemas de control, registro y alarmas muy completos.

LOTE 2: ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ORIENTADOS A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (10 PUNTOS)

MICRODUR S.L.

En su oferta indica que los cristales son de vidrio de seguridad, disponen de mecanismos de bloqueo y sistemas de alarma con desconexión en caso de anomalía.

Se califica la oferta como **MUY BUENA** al introducir los elementos de seguridad destacados anteriormente.

LOTE 2: DIFICULTAD DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN SU UBICACIÓN PREVISTA EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES DE CONEXIÓN. (2 PUNTOS)

MICRODUR S.L.

En su oferta indica que el armario dispone de pies reguladores y una única conexión eléctrica para instalar, por lo que la instalación debería ser muy fácil.

Se califica la oferta como **MUY BUENA** al disponer de una dificultad mínima de instalación según las indicaciones de la oferta.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 12/13

VALORACIÓN FINAL

Del examen de la oferta se obtienen los siguientes resultados:

LOTE 1

Criterio	Calificación	
	AKRALAB S.L.U.	**MICRODUR S.L.**
Ergonomía de los espacios de trabajo y facilidad de uso de los sistemas y elementos que conforman la cabina (5 puntos)	BUENA 2,5 puntos	MUY BUENA 5 puntos
Diseño del sistema de aspiración de la mesa tanto en su capacidad como el diseño de los flujos de aire. (10 puntos)	MUY BUENA 10 puntos	MUY BUENA 10 puntos
Elementos de seguridad del sistema orientados a la seguridad de los trabajadores (10 puntos)	APTA 0 puntos	MUY BUENA 10 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	**12,5 puntos**	**25 puntos**

LOTE 2

Criterio	Calificación
	MICRODUR S.L.
Calidad de los materiales utilizados en la fabricación. (3 puntos)	MUY BUENA 3 puntos
Diseño del sistema de aspiración de la mesa tanto en su capacidad de control como en el sistema de alarmas que posea. (10 puntos)	MUY BUENA 10 puntos
Elementos de seguridad del sistema orientados a la seguridad de los trabajadores: (10 puntos)	MUY BUENA 10 puntos
Dificultad de instalación del equipo en su ubicación prevista en función de sus necesidades de conexión. (2 puntos)	MUY BUENA 2 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	**25 puntos**

En Córdoba, a fecha de la firma digital

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	03/12/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJASJN23WA7DE9XFP463YXSVQ9J2	PÁG. 13/13