ANEXO I AL PPT

				ANEXO I		
Agrupación	***Lotes***	***Código Clasif. Universal Catalogo SAS***	***Descripción Clasif. Universal***	***Denominación***	***Caractrísticas***	***CIP***
			SISTEMA FIJACIÓN TÓRACO LUMBAR			
1	1	SU.PC.SANI.15.15.06.100002	TORNILLO PEDICULAR ABIERTO Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:POLIAXIAL;	Tornillo derrotación 25D Diám: de 4.5 a 6.5 mm. Distintas longitudes.	Tornillos pediculares con rosca en toda su longitud Cabeza abierta para el paso de la barra Material, Diferentes materiales	NO
1	2	SU.PC.SANI.15.15.06.100002	TORNILLO PEDICULAR ABIERTO Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:POLIAXIAL;	Tornillo Pedicular Poliaxial: Diám: de 4.5 a 10.5 mm. Distintas longitudes.	Tornillos pediculares con rosca en toda su longitud Cabeza abierta para el paso de la barra Material, Diferentes materiales	NO
1	3	SU.PC.SANI.15.15.06.100002	TORNILLO PEDICULAR ABIERTO Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:POLIAXIAL;	Tornillo Reducción: Diám: de 4.5 a 10.5 mm. Distintas longitudes.	Tornillos pediculares con rosca en toda su longitud Cabeza abierta para el paso de la barra Material, Diferentes materiales	NO

1	4	SU.PC.SANI.15.15.06.100006	TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:Poliaxal;	Tornillo Canulado Fenestrado Poliaxial: Diám: de 4.5 a 10.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo sagital canulado: Diám: de 4.5 a 8.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo sagital fenestrado canulado: Diám:de 4. 5 mm. Distintas longitudes.	Tornillo con vástago totalmente canulado y fenestrado para su cementación. Material, Aleación de Titanio.	NO
1	5	SU.PC.SANI.15.15.06.100006	TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:Poliaxal;	Tornillo óseo poliaxial canulado modular y Tornillo óseo poliaxial fenestrado canulado modular: Diám: de 4.5 a 8.5 mm. Distintas longitudes.	Tornillo con vástago totalmente canulado y fenestrado para su cementación. Material, aleación de Titanio.	NO
1	6	SU.PC.SANI.15.15.06.100006	TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:Poliaxal;	Tornillo canulado y Tornillo fenestrado canulado: Diám: de 4.5 a 8.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo canulado y para cementación y Tornillo canulado y para cementación sagital: Diám: de 5.5 a 7.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo sagital canulado y Tornillo sagital fenestrado canulado :	Tornillo con vástago totalmente canulado y fenestrado para su cementación. Material, aleación de Titanio.	NO

				Diám: de 4.5 a 8.5 mm. Distintas longitudes.		
1	7	SU.PC.SANI.15.15.06.100012	TUERCA	Tuerca de bloqueo.	Tuerca que consta de 2 piezas: -La externa, que tiene en la parte superior 3 ranuras, bloquea el tornillo. -La interna bloquea la barra. Diferentes materiales: Acero, metal, titanio…	NO
1	8	SU.PC.SANI.15.15.06.000007	BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO	Tuerca de Bloqueo.	Tuerca de bloqueo simple para tornillo pedicular y conectores. Material, diferentes materiales metálicos.	NO
1	9	SU.PC.SANI.15.15.06.000001	BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150MM	Barra recta, Barrra recta Hexa, Barra Pre-curvada: Diám: de 5 a 6 mm. Distintas longitudes.	Barra longitudinal rígida que se une al tornillo pediculara mediante diferentes conectores Material, Titanio, ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO

1	10	SU.PC.SANI.15.15.06.000001	BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150MM	Barra precurvada percutánea y Barra recta percutánea: Diám: de 5.5 a 6 mm. Distintas longitudes.	Barra longitudinal rígida que se une al tornillo pedicular mediante diferentes conectores Material, Titanio, ,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO
1	11	SU.PC.SANI.15.15.06.000002	BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 155/290MM	Barra recta Hexa, Barra recta percutánea: Diám: 5.5, 6 mm. Distintas longitudes.	Barra longitudinal rígida que se une al tornillo pedicular mediante diferentes conectores Material, Titanio, ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO
1	12	SU.PC.SANI.15.15.06.000003	BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600MM	Barra recta Hexa: Diám: de 5.5 a 6 mm. Distintas longitudes.	Barra longitudinal rígida que se une al tornillo pedicular mediante diferentes conectores Material, Titanio,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO
1	13	SU.PC.SANI.15.15.06.000026	BARRA PERCUTÁNEA Long 35/120MM	Barra precurvada percutánea y Barra recta percutánea: Diám: de 5.5 a 6.5 mm. Distintas longitudes.	Barra para cirugía percutánea con punta en forma de bala que facilita la disección roma de la musculatura. Dispone de una parte donde el portaimplante se ancla de forma segura y rápida. Puede ser recta o predoblada. Material, Titanio.	NO

1	14	SU.PC.SANI.15.15.06.000014	CONECTOR TRANSVERSO ESTABILIZACIÓN.	Conector transverso multiaxial predoblado. Distintas longitudes.	Conector transverso de barra a barra para una correcta estabilización. Material, Deferentes materiales metálicos: titanio....	NO
1	15	SU.PC.SANI.15.15.06.000014	CONECTOR TRANSVERSO ESTABILIZACIÓN.	Conector transverso multiaxial. Distintas longitudes	Conector transverso de barra a barra para una correcta estabilización. Material, Deferentes materiales metálicos: titanio....	NO
1	16	SU.PC.SANI.15.15.06.000014	CONECTOR TRANSVERSO ESTABILIZACIÓN.	Conector transverso monobloque. Distintas longitudes.	Conector transverso de barra a barra para una correcta estabilización. Material, Deferentes materiales metálicos: titanio....	NO
1	17	SU.PC.SANI.15.15.06.000012	CONECTOR PROLONGACION BARRA	Conector de barra Paralelo cerrado/cerrado. Distintas longitudes Conector de barra Paralelo abierto/cerrado. Distintas longitudes. Conector de barra Paralelo abierto/cerrado Offset. Conector de barra Paralelo abierto/abierto Offset. Conector de barra Paralelo en T abierto/abierto. Distintas longitudes. Conector de barra Paralelo abierto/abierto.	Conector cilíndrico de un solo orificio y con sistema de fijación a la barra. Material, diferentes tipos de material metálico.	NO

				Conector de barra Paralelo en W abierto/abierto. Distintas longitudes.		
1	18	SU.PC.SANI.15.15.10.200000	CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA LUMBAR VIA POSTERIOR-Material:Metálico;Malla:No;	Implante titanio trabecular. Caja Lumbar. Implante titanio trabecular hiperlodótico.	Dispositivos huecos y diseñados aproximandose a la anatomía del disco, para la conservación del espacio intervertebral y la restauración normal de la curvatura espinal. El espacio interior se puede rellenar con material osteogénico para facilitar la fusión. Material, titanio.	NO
1	19	SU.PC.SANI.15.15.11.100000	SUSTITUTO DE CUERPO VERTEBRAL TORACO-LUMBAR	Kit Cifoplastia bilselado.	Son dispositivos protésicos (jaulas) que sustituyen a una vertebra parcial o totalmente. Material, Nitinol, aleación de níquel y titanio. Material: Titanio médico.	NO

1	20	SU.PC.SANI.15.15.11.100000	SUSTITUTO DE CUERPO VERTEBRAL TORACO-LUMBAR-	Kit de Cementación	Kit de cementación para fijación lumbar compuesto de : cemento, cánulas, mezclador y pistolas de inyección.Cemento radiopaco y acero inoxidable.	NO
1	21	SU.PC.SANI.15.15.11.100000	SUSTITUTO DE CUERPO VERTEBRAL TORACO-LUMBAR-	Kit de vertebroplastia unipedicular.	Kit de cementación para fijación lumbar compuesto de : cemento, cánulas, mezclador y pistolas de inyección.Cemento radiopaco y acero inoxidable.	NO
1	22	SU.PC.SANI.15.10.01.000024	AGUJA GUÍA PUNTA ROMA 1.4-1.8mm.Ø longitud 450-560mm-Longitud:(450-560];Diámetro:[1.6-1.6];	Aguja Kirschner Acero	Aguja guía a través de la cual se introduce broca, tornillo canulado... Punta roma (redondeada). Material, Acero quirúrgico grado médico.	NO
			SISTEMA FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR			NO
1	23	SU.PC.SANI.15.15.00.000013	TORNILLO RESCATE Ø VARIABLE	Tornillo cervical de revisión. Diámetro 4.5 mm. Distintas longitudes.	Tornillo de metal roscado en su totalidad. Con distintos tipos de atornilladores para diferentes cabezas. Sustituye a un tornillo anterior. Material, Titanio, Tantalio,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO

1	24	SU.PC.SANI.15.15.00.000011	TORNILLO DE BLOQUEO Ø VARIABLE	Tornillo cercical Diám: 4 mm. Distintas longitudes.	Rosca en toda su totalidad. Autorroscante, autoperforante. Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa. Material, Titanio, Tantalio,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	25	SU.PC.SANI.15.15.12.000003	DISCO ARTIFICIAL CON NUCLEO POLIETILENO	Prótesis de disco cervical: Diám aprox: de 13 a 16mm, W aprox: de 16 a 18mm, H aprox: de 5 a 7mm.	El dispositivo consta de dos placas metálicas con dientes para anclar el implante a los cuerpos vertebrales. En medio de las dos placas hay un núcleo de polietileno que permite el movimiento. Material: Las dos placas que se anclan al hueso son de acero inoxidable, cromo-cobalto.... El disco móvil es de polietileno.	NO
1	26	SU.PC.SANI.15.15.10.000000	CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL-Material:No metálico;Malla:No;	Caja cervical anatómica en Peek Diám aprox: de 12 a 14mm, H aprox: de 5 a 8mm.	Dispositivos de localización cervical, huecos diseñados aproximandose a la anatomía del disco, para la conservación del espacio intervertebral y la restauración normal de la curvatura espinal. Material, : acero, titanio, fibra de carbono reforzada con polímero o polieteretercetona.	NO

1	27	SU.PC.SANI.15.15.10.000000	CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL-Material:No metálico;Malla:No;	Caja cervical Lordótica: Diám aprox: de 12 a 14mm, H aprox: de 5 a 12mm.	Dispositivos de localización cervical, huecos diseñados aproximandose a la anatomía del disco, para la conservación del espacio intervertebral y la restauración normal de la curvatura espinal. Material, : acero, titanio, fibra de carbono reforzada con polímero o polieteretercetona.	NO
1	28	SU.PC.SANI.15.15.10.000000	CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL-Material:Metálico;Malla:No;	Caja-placa cervical en PEEK Diám: de 12 a 14 mm, H aprox: de 5 a 7mm.	Dispositivos de localización cervical, huecos diseñados aproximandose a la anatomía del disco, para la conservación del espacio intervertebral y la restauración normal de la curvatura espinal. Material: acero, titanio, fibra de carbono reforzada con polímero o polieteretercetona.	NO
1	29	SU.PC.SANI.15.15.10.000000	CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL-Material:Metálico;Malla:No;	Caja Anterior Anatómica Grande y Caja Anterior Lordótica Grande: Diám: 14mm, W aprox: 17mm, H aprox: de 4.5 a 10. Caja Anterior Anatómica Pequeña y Caja Anterior Lordótica: Pequeña: Diám 12mm,W aprox: 15mm, H aprox: de 4.5 a 10mm.	Dispositivos de localización cervical, huecos diseñados aproximandose a la anatomía del disco, para la conservación del espacio intervertebral y la restauración normal de la curvatura espinal. Material: acero, titanio, fibra de carbono reforzada con polímero o polieteretercetona.	NO

			SISTEMA FIJACIÓN OCCIPITO CERVICAL Y POSTERO CÉRVICO TORÁCICO			NO
1	30	SU.PC.SANI.15.15.08.000006	TORNILLO AUTORROSCANTE/ AUTOTERRAJANTE Ø VARIABLE	Tornillo de Ángulo Preferido Cráneo-Caudal y Tornillo de Ángulo Preferido Medio-Lateral : Diám: de 3.5 a 4mm. Distintas longitudes. Tornillo de Ángulo Variable Cráneo-Caudal canulado y Tornillo de Ángulo Variable Medio-Lateral canulado: Diám: de 4 a 4,5mm. Distintas longitudes. Tornillo de Vástago Liso canulado: Diám:de 4 a 4.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo Parcialmente roscado: Diám:de 3.5 a 4 mm. Distintas longitudes.	Tornillo de metal roscado en su totalidad. Con distintos tipos de atornilladores para diferentes cabezas. Material, Titanio, Tantalio,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO
1	31	SU.PC.SANI.15.15.08.000006	TORNILLO AUTORROSCANTE/ AUTOTERRAJANTE Ø VARIABLE	Tornillo Poliaxial canulado: Diám: de 4 a 4.5 mm. Distintas longitudes. Tornillo Poliaxial: Diám 3.5 a 4.5mm. Distintas longitudes.	Tornillo de metal roscado en su totalidad. Con distintos tipos de atornilladores para diferentes cabezas. Material, Titanio, Tantalio,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO

1	32	SU.PC.SANI.15.15.08.000022	TORNILLO CIERRE PARA CONECTOR Y BARRA	Tuerca para tornillo.Tuerca de Fijación Extendido y Fijación Hexagonal.	Tuerca de cierre.	NO
1	33	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra Recta de Cromo Cobalto: Diám: 3.5mm. Distintas longitudes.	Barra recta de Diámetro: 3,5 y diversas longitudes. Material, Cromo cobalto ,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos	NO
1	34	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra Precurvada: Diám: 3.5mm. Distintas longitudes.	Barra Precurvada de Diámetro 3,5 y diversas longitudes. Material, Titanio ,.... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	35	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra Recta: Diám: 3.5 mm. Distintas longitudes.	Barra longitudinal rígida de Diámetro 3,5 y diversas longitudes.. Material, Titanio, ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	36	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra de Transición: Diám: 3.5mm. Long aprox: 300 mm.	Barra de transición. Material, Cromo Cobalto , ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	37	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra de Transición : Long aprox: 600 mm.	Barra longitudinal rígida. Material, Cromo Cobalto , ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO

1	38	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra de Transición : Long aprox: 300 mm.	Barra de transición. Material, Titanio , ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	39	SU.PC.SANI.15.15.08.000004	BARRA CERVICAL Ø VARIABLE	Barra de Transición : Long aprox: 600 mm.	Barra de transición. Material, Titanio , ... según norma internacional ISO para implantes quirúrgicos.	NO
1	40	SU.PC.SANI.15.15.08.000018	BARRA OCCIPITO-CERVICAL Ø VARIABLE	Barra Occipital tamaño M y S aprox 110º, 130º, 90º. Ajustable Barra Occipital tamaño M y S-Izqda, Drecha.	Barra cilíndrica que consta de diversas formas y tamaños. Pueden fijarse a ganchos y tornillos pediculados. Material, titanio... grado médico	NO
1	41	SU.PC.SANI.15.15.08.000014	CONECTOR ESTABILIZACIÓN TRANSVERSAL Ø VARIABLE	Conector Transversal Cabeza-Cabeza. Conectpr Transversal Barra-Barra.	Componente de conexión transversal de la fijación cervical. Material, Distintos materiales de diferentes aleaciones de grado médico.	NO