



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.
Servicio Andaluz de Salud

EXPEDIENTE NUMERO 0000744/2025 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE LOTES, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO, DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS Y MATERIAL FUNGIBLE (PACKS) PARA LA CIRUGIA DE CATARATAS Y VITRECTOMIA, ASÍ COMO SOLUCIONES OFTALMOLÓGICAS, PERTENECIENTE A LOS SUBGRUPOS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI 04.18, SU.PC.SANI 01.16 Y SU.PC.SANI 01.01.50 CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO, A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERAR/IGUAL A EL UMbral MINIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002		L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	ALCON HEALTHCARE S.A.	AU00TOV	ACRYSOF IQ EN ULTRASERT	100125303894	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: compatibilidad muy contrastada con todo tipo de pacientes.
					BAUSCH & LOMB S.A.	EYEC1NP	EYEC EE ONE PRELOADED	100165558506	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	PHY-29036XXX	LENTE MICROPURE 123	100147984086	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
					CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	LUCIA 621P	L.I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRÍLICA	100140957319	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: compatibilidad muy contrastada con todo tipo de pacientes.
					GLOBAL SURGICAL SERVICE S.L.	XC1-SP	XC1-SP	100168578804	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARIGUAL A EL UMBRAL A EL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	DIB00	TECNIS EYHANCE SIMPLICITY	100147936809	40	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad y además ventajas destacables en al menos dos de los aspectos anteriores distintos del considerado muy destacable. Ventajas muy destacables Calidad: calidad muy destacable, excelente calidad óptica, mayor profundidad de foco con mejora en la visión intermedia. Ventajas destacables Compatibilidad: compatibilidad muy contrastada con todo tipo de pacientes. Facilidad de uso: implantación cómoda y muy controlable. Seguridad: bajo índice de opacificación. Implante muy seguro y estable en cámara posterior.
					OPTIMUM VISION CARE S.A.	A1UL22	PRIMUS HD	100168529516	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
	2	SU.PC.SANI.04.18.20.000002		L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	BAUSCH & LOMB S.A.	TP613+XXXX	LOOP KEEPER	100166326261	NO SE VALORA		No cumple características del PPT Es hidrofílica.
					CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	LUCIA 202	L.I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	100131112972	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: compatibilidad contrastada con todo tipo de pacientes.
					JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	AR40	LENTE SENSAR- PLEGABLE ACRILICA HIDROFOBA ESFERICA DE 3 PIEZAS	100001475301	30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Compatibilidad: compatibilidad muy contrastada con todo tipo de pacientes. Seguridad: implante seguro y estable en cámara posterior.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÁ/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	3	SU.PC.SANI.04.18.00.001000		L. I.O CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA	AJL OPHTHALMIC S.A.	A601250	LIO CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA	100001469744	30	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad y facilidad de uso: envasado adecuado con fácil apertura que minimiza la manipulación de la lente. Compatibilidad: compatibilidad contrastada con todo tipo de pacientes.
					BAUSCH & LOMB S.A.	B601305+XX XX	LOOP GUARDIAN	100166321211	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: compatibilidad contrastada con todo tipo de pacientes.
	4	SU.PC.SANI.04.18.25.000001		L. I.O MONOFOCAL TÓRICA	ALCON HEALTHCARE S.A.	CNWOT2-9	CLAREON TORIC	VER ANEXO	30	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: muy buena calidad óptica. Compatibilidad: compatibilidad contrastada con todo tipo de pacientes. Seguridad: implante muy seguro y estable en cámara posterior.
					BAUSCH & LOMB S.A.	MXET	ENVISTA TORICA	100159959742	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	PHY-32095XXXXX	LENTE PODEYE TORICA	100154586972	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÁ/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	AT TORBI 719M	LIO MONOFOCAL TORICA	100162684172	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
					GLOBAL SURGICAL SERVICE S.L.	XYA-SP	XYA-SP	100146988025	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buena calidad óptica.
					JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	ZCU100 VER ANEXO V A	TECNIS TORIC II	100154603459	30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: muy buena calidad óptica. Compatibilidad: compatibilidad contrastada con todo tipo de pacientes. Seguridad: implante muy seguro y estable en cámara posterior.
AGRUPACIÓN 1											
1	5	SU.PC.SANI.01.16.05.500000		SONDA ENDOLASER	ALCON HEALTHCARE S.A.	8065751113	SONDA LASER FLEXIBLE 23G	100014775344	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: diseño que permite buen acceso a la retina periférica.
	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		CPKESCI006 204	CPAK VITREO 23G/10K		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: pack precintado
	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		CPKESCI007 746	CPAK VITREO 25G/20K		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad Pack de vitrectomía para cirugía de retina de 25 G

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERAR/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		CPKESCI007744	CPAK VITREO COMBINADA 23G/10K		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: pack precintado
	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		CPKESCI007745	CPAK VITREO COMBINADA 25G/20K		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad Pack de vitrectomía para cirugía de retina de 25 G
1	5	SU.PC.SANI.01.16.05.500000		SONDA ENDOLASER	BAUSCH & LOMB S.A.	BL5293C	SONDA ENDOLASER	100091859470	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: diseño que permite buen acceso a la retina periférica.
	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		787505/GPV23(VERSION 23G)	GREEN PACK DE VITRECTOMIA 23G		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad material integrado en un único pack
	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		78505/GPC25 (VERSION 25G)	GREEN PACK DE VITRECTOMIA 25G		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad Pack de vitrectomía para cirugía de retina de 25 G
	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		787505/GPV23(VERSION 23G)	GREEN PACK DE COMBINADA 23G		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad material integrado en un único pack

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMbral MINIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		78505/GPC25 (VERSION 25G)	GREEN PACK DE COMBINADA 25G		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad Pack de vitrectomía para cirugía de retina de 25 G
1	5	SU.PC.SANI.01.16.05.500000		SONDA ENDOLASER	DORC ESPAÑA S.L.	7511 DORC	SONDA LASER CURVA DE 23 GAUGE/065 MM CON CONECTOR DORC	100160048651	30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: diseño que permite buen acceso a la retina periférica. Seguridad: buen mantenimiento de presiones intraoculares.
	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		9310.23G01-AGRUPACIÓN ALMERIA	PACK VITRECTOMIA POSTERIOR TDC 23G EVA NEXUS™		30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: pack precintado. Seguridad: presenta jeringas luer lock.
	7	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		9310.23G02-AGRUPACIÓN ALMERIA	PACK COMBINADA TDC 23G EVA NEXUS™		30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: pack precintado. Seguridad: presenta jeringas luer lock.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÁ/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 2											
2	8	SU.PC.SANI.01.16.10.700000		SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR	ALCON HEALTHCARE S.A.	8065752134	VITREOTOMO ANTERIOR CENTURION 23G	100090859974	40	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad y además ventajas destacables en al menos dos de los aspectos anteriores distintos del considerado muy destacable. Ventajas muy destacables Calidad: Eficiencia en la tracción y corte del vítreo excelente. Ventajas destacables Facilidad de uso: muy ergonómica y cómoda para el profesional Seguridad: orientación de vitrectomía reconocible de forma táctil. Compatibilidad: compatibilidad muy contrastada con todo tipo de situaciones.
	9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		CPKESCI006191	CPAK CATARATAS 2.2MM		40	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad y además ventajas destacables en al menos dos de los aspectos anteriores distintos del considerado muy destacable. Ventajas muy destacables Seguridad: cuchilletos de corte predecible. Bata con puño tricotado ajustado y suave que ayuda a mantener la esterilidad en el proceso. Ventajas destacables Calidad: excelente calidad del material de la bata. Aporta jeringa luer lock. Compatibilidad: tamaño adecuado para asegurar la total cobertura de la mesa quirúrgica.
2	8	SU.PC.SANI.01.16.10.700000		SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR	BAUSCH & LOMB	BL5612	PACK PARA VITRECTOMIA ANTERIOR	100022557754	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad: adecuada velocidad de corte.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÁ A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	S.A.	787505/GP01	GREEN PACK CATARATAS		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Calidad: adecuada calidad del material de la bata.
2	8	SU.PC.SANI.01.16.10.700000		SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	303060-0421-000	SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR	100159997827	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventajas destacables Facilidad de uso: muy ergonómica y cómoda para el profesional
	9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		OPTIKIT 2025-131-00+ CONBIVISC MULTIPACK	OFT: CIRUGIA MAYOR		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventajas destacables Calidad: excelente calidad del material de la bata. Aporta jeringa luer lock.
2	8	SU.PC.SANI.01.16.10.700000		SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	NGP0023	CORTADOR DE VITRECTOMIA	100126783934	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventajas destacables Facilidad de uso: muy ergonómica y cómoda para el profesional
	9	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR		Q4018315/2 VER ANEXO V A	CUSTOMPACK		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventajas destacables Compatibilidad: tamaño adecuado para asegurar la total cobertura de la mesa quirúrgica.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERAR/IGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 3											
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	AJL OPHTHALMIC S.A.	SIH-AJ-FB-473	OFT CIRUGIA MAYOR		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: excelente calidad de la bata.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		AJLVISC2%	VISCOELASTICO/ COHESIVO	100014079112	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	BAUSCH & LOMB S.A.	787505/GP02	GREEN PACK DE FACO		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: adecuada calidad de la bata.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		EYEFILL S.C.	EYEFILL S.C.	100095321047	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMbral A EL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	Q114676-1	CUSTOMEYES PACK CIRUGIA BASICA ALMERIA		30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad y Seguridad: aporta reposabrazos de adecuadas dimensiones que permite la total cobertura y, minimiza el riesgo de contaminación. Compatibilidad: tamaño adecuado para asegurar la total cobertura de la mesa quirúrgica.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		PE-HALURONF3.0	HIALURONATO ALBOMED	100116442687	30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: densidad y cohesividad adecuadas. Facilidad de uso: mantenimiento a temperatura ambiente.
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	OPTIKIT 2025-122-00	OFT CIRUGIA MAYOR		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: excelente calidad de la bata.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		MINIVISC PLUS	VISCOELASTICO/ COHESIVO	100167449406	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÁ A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ULBOFT-CAT0040	ULB		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: adecuada calidad de la bata.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		ALSAVISC 1,8 (ALSAVIC18)	ALSANZA	100086459526	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
3	10	SU.PC.SANI.01.01.50.500001		OFT: CIRUGIA MAYOR	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	Q4018316/1	CUSTOMPACK		20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: excelente calidad de la bata.
	11	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO		10310014	HEALON GV PRO	100154228461	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
	12	SU.PC.SANI.01.16.20.100000		VISCOELASTICO / COHESIVO	AJL OPHTHALMIC S.A.	AJLVISC 1,4%	VISCOELASTICO/ COHESIVO	100014079314	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
					ALCON HEALTHCARE S.A.	5690103	PROVISC 0,85ML	100012221953	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMbral A EL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					BAUSCH & LOMB S.A.	EYEFILL C	EYEFILL C	100094797447	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-37758	NUVISC PRO	100161628519	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
					CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	Z-HYALIN MULTIPACK	VISCOELASTICO/ COHESIVO	100162533450	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
					EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ALSAVISC 14	ALSANZA	100086469729	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
					GLOBAL SURGICAL SERVICE S.L.	PROTECTAL ON 1,2 MG/ML	PROTECTALON 1,2 MG/ML	100168590826	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
					JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	10310012	HEALON PRO	100154228360	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
					MEIJI PHARMA SPAIN S.A.	SUPRALON 1%(400800)	SUPRALON 1%	100165910663	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
						SUPRALON 1,4%(400802)	SUPRALON 1,4%	100165927937	30	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta ventajas destacables en al menos dos de los siguientes aspectos: calidad, compatibilidad, facilidad de uso o seguridad. Ventajas destacables Calidad: densidad y cohesividad adecuadas. Facilidad de uso: suave deslizamiento a la inyección intraocular.
					OPTIMUM VISION CARE S.A.	OPHLINE 1.4	OPHLINE	100162013903	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
					PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)	BIOHYALUR	BIOTECH	100158315747	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: densidad y cohesividad adecuadas.
					WM BLOSS S.A.	ABPEHALUR ONF14	VISCOELASTICO/ COHESIVO	100100412577	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: buen mantenimiento de la cámara anterior.
	13	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	E25345	SOLUCION COLORANTE AZUL TRIPANO- Concentración:0.06;	AJL OPHTHALMIC S.A.	ALJL BLUE	SOLUCIÓN COLORANTE TRIPANO AZUL	100095523380	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.
					BAUSCH & LOMB S.A.	DYE100	TRYPAN BLUE	100163937330	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-655	MONOBLUE SAFR	100168404059	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.
					DORC ESPAÑA S.L.	VL-10-5	VISION BLUE	100150106637	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.
					PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)	MONOBLUE SAFR	ARCAD	100070560531	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.
					WM BLOSS S.A.	SI84001	SOLUCIÓN AZUL TRYPAN	100110912436	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tinción adecuada de la cápsula anterior.
	14	SU.PC.SANI.01.16.99.100004	F66618	SOLUCION COLORANTE AZUL TRIPANO- Concentración:0.15;	NO HAY OFERTAS						
	15	SU.PC.SANI.01.16.99.700001	B75474	SOLUCION IRRIGACION SALINA < ó =25cc.-Capacidad:(0-25];	ALCON HEALTHCARE S.A.	3510145	BSS ENVASE DE PLASTICO CON GOTERO, 15ML	100126105390	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: envase con letra impronta que imposibilita el deterioro en la manipulación.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARIGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-585831	SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA 25ML	100078604088	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: envase de adecuado volumen.
	16	SU.PC.SANI.01.16.05.210000	B38228	PERFLUOROCARBON O LIQUIDO- Cantidad:[5-7];	ALCON HEALTHCARE S.A.	90010018	PERFLUORON 5ML	100161316760	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.
					BAUSCH & LOMB S.A.	VRL200	DK-LINE 5ML	100000909191	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-124	ARCOTANE 7ML	100168402130	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.
					DORC ESPAÑA S.L.	EFT-OCT5-S	EFTIAR, PERFLUOROCTA NO JERINGA DE 5ML	100146936000	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.
					EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	S5.8250	FCI	100001028598	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARÍA EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)	ARCOTANE (5ML) C8F18	ARCAD	100000909292	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado aplanamiento de la retina.
	17	SU.PC.SANI.01.16.07.200005	B90190	MICROPINZA DESECHABLEDiámetro: 23G;Dientes:no;Tipo de Micropinza:Recta;	ALCON HEALTHCARE S.A.	706.44	PINZA ILM 23G	100014772314	10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: mango voluminoso. Buen diseño del terminal de la pinza.
					BAUSCH & LOMB S.A.	650235-12	PINZAS END GRIPPING 23G	100095689659	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: diseño compatible con un adecuado manejo intraocular.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-FC23.D05	PINZA VITREQ	100124042958	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: diseño compatible con un adecuado manejo intraocular.
					DORC ESPAÑA S.L.	1286.WD06	MICROPINZAS DESECHABLES: ECKARDT AGARRE FRONTAL, 23G / 0.6MM	100087805229	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Compatibilidad: diseño compatible con un adecuado manejo intraocular.
	18	SU.PC.SANI.01.16.99.700009	E70255	KIT SOLUCION DE RIBOFLAVINA-GC.	AJL OPHTHALMIC S.A.	AV-520-03343-U	KIT SOLUCIÓN DE RIBOFLAVINA	100145476053	20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: adecuado desarrollo para la técnica de Cross Linking.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)	¿SUPERARIGUAL A EL UMBRAL MÍNIMO 20 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	19	SU.PC.SANI.01.01.50.500003	D53575	OFT: CIRUGIA MENOR-GC	AJL OPHTHALMIC S.A.	SIH-AJ-FB-472	OFT CIRUGIA MENOR		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.
					BAUSCH & LOMB S.A.	787505/GPIV 01	GREEN PACK INTRAVITREAS		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.
					BVI MEDICAL SPAIN S.L.U	BVI-590476	CUSTOMEYES PACK IVT BASICO		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso. Aporta cubeta.
					CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.	OPTIKIT 2025-130-00	OFT: CIRUGIA MENOR-GC		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.
					EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	ULBOFT-IVT0030	ULB		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.
					JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U	Q4018317/2	CUSTOMPACK		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	CIP	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 puntos)		JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
					MEDLINE INTERNATIONALAK LIBERIA S.L.U.	KER71792A	SPT		20	sí	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja destacable en al menos uno de los siguientes aspectos: calidad o compatibilidad. Ventaja destacable Calidad: tamaño del paño adecuado. Medidor preciso.
					MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	97150918	PACK OFTALMOLOGÍA MENOR		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: punta del medidor muy gruesa.
					OPTIMUM VISION CARE S.A.	2490390125 032	OPTIMAL		10		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna ventaja poco destacable respecto a la calidad. Ventaja poco destacable Calidad: medidor básico.