A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE RELATIVO A LA OFERTAS ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE NÚM 513/2025 (PAAM 6/25).

En Córdoba, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día 15 de diciembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como para realizar la apertura del sobre electrónico núm. 3 que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos en el expediente de contratación 513/2025, convocado para la contratación mediante acuerdo marco del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGÍA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 6/25).

PRESIDENTA

Dª. María Luisa García Alijo
Directora Económico Administrativa y de la C.PC.C.

VOCALES

D. Daniel Pinilla Baeza
Letrado de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto.

D. Gregorio Jurado Cáliz
Subdirector de Contratación Administrativa HURS

SECRETARIA

Dª Carmen Muñoz Díaz
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 01 de agosto de 2025.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025	
	CARMEN MUÑOZ DIAZ		
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 1/11	

Posteriormente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico de fecha 11 de diciembre de 2025 emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Quedan admitidas las empresas que figuran en los lotes relacionados en el anexo citado, conforme a lo establecido en el informe técnico emitido, en el que se detallan las valoraciones realizadas y el resultado obtenido por cada una de las ofertas presentadas.

En consecuencia, las empresas relacionadas a continuación, para los lotes a que se refiere el informe técnico, pasan a la segunda fase de valoración, relativa a los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. MEDARTIS IBERIA S.L.
4. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
5. STRYKER IBERIA S.L.

A continuación, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentada por las empresas admitidas.

La Mesa de contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las empresas relacionas a continuación al haber presentado la documentación correctamente:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
4. STRYKER IBERIA S.L.

Asimismo, la Mesa acuerda, por unanimidad, requerir subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación:

- MEDARTIS IBERIA S.L.:

- Aportación de la Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **anexo VIII** del pliego.

- Aportación de la Declaración Responsable conforme al **anexo IX**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 25 del cuadro resumen.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las once horas y cuarenta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 15/12/2025

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE 513/2025 SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGIA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 6/25

AGRUPACIÓN 6: MIEMBRO SUPERIOR METAL

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No dispone de bloque guía en el húmero proximal para su uso en cirugía mínimamente invasiva.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes.
- Eficacia: La placa de húmero proximal tiene 7 orificios proximales frente a los 8 que tiene Stryker, lo que puede hacer que sea un montaje menos estable en caso de osteoporosis del paciente. No dispone de placas con tanta longitud como la oferta de Stryker, lo que las hace menos eficaces en trazos de fractura con extensión larga diafisaria. Aunque tiene una amplia oferta de placas de clavícula sólo tienen una curvatura frente a las dos de la oferta de Stryker, lo que puede hacer que no se adapte anatómicamente en algunos pacientes. La placa de húmero distal no tiene una opción posteromedial, que si tiene Stryker. Lo que reduce su eficacia en algunos trazos de fractura.

VALORACIÓN: BUENA 22.5 PUNTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. La placa de húmero proximal dispone de bloque guía que simplifica su implantación en cirugías mínimamente invasiva.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes.
- Eficacia: La placa de húmero proximal tiene 8 orificios proximales frente a los 7 que tiene Newclip, lo que puede hacer que sea un montaje más estable en caso de osteoporosis del paciente. Dispone de 11 tamaños en húmero próximas con longitudes mayores a las presentadas por Newclip. En fracturas con extensión diafisaria larga se pueden utilizar. Las placas de clavícula disponen de dos curvaturas diferentes, que ayuda a adaptarse más anatómicamente al paciente al que se le implanta. En las placas de húmero distal dispone de placas posteromediales además de todas las opciones que ofrece Newclip, lo que la hace más eficaz cuando el trazo de fractura se extiende a esa región

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 15/12/2025

AGRUPACION 7: RADIO DISTAL

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. En la oferta presentada el instrumental dispone de menor variedad de pinzas específicas y reductoras que la oferta de Newclip. No dispone de un sistema específico para utilizar la vía artroscópica en el tratamiento de la fractura de radio. Los tornillos tienen diferentes diámetros, lo que complica la cirugía si lo comparamos con la oferta de Newclip al tener que cambiar de tamaño de broca y de destornillados, incrementando el tiempo quirúrgico.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. No dispone de sistema K-lock (exclusivo de Newclip), lo que lo hace menos seguro en fragmentos muy pequeños o de difícil acceso donde no se puede adaptar un tornillo convencional.
- Eficacia: En las placas volares el sistema no dispone de una placa para poder trabajar fracturas muy distales de la estiloides radial, siendo menos eficaz para conseguir sintetizarla que la ofertada por Newclip. La placa “volar rim” no se puede implantar tan distal como la de newclip, lo que la hace menos eficaz y aumenta las posibles complicaciones derivadas de su uso. Dispone de menor longitud de placas que la oferta de Newclip, lo que la hace menos eficaz en trazos de fractura con extensión proximal o bifocales. No dispone de una placa específica para osteotomías de radio.

VALORACIÓN: APTO 0 PUNTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. El instrumental base dispone de mayor oferta de pinzas específicas y material específico para revisiones o cirugías correctoras. Dispone de un sistema específico para utilizar la vía artroscópica en el tratamiento de la fractura de radio. Todos los tornillos disponen de un mismo diámetro, lo que simplifica la cirugía al no tener que cambiar de tamaño de broca ni destornillados, reduciendo el tiempo quirúrgico.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. La disponibilidad del sistema K-lock (no disponible en ninguna otra empresa), permite mediante una arandela roscar una aguja a la placa, lo que lo hace más seguro en fragmentos muy pequeños o de difícil acceso donde no sería segura la implantación de un tornillo convencional. Dispone de una placa XS para abordajes mínimamente invasivos que dispone de guías percutáneas, lo que consigue mejores resultados que si no se dispone de las mismas
- Eficacia: En las placas volares el sistema dispone de una placa híbrida para poder trabajar fracturas muy distales de la estiloides radial, siendo muy eficaz para conseguir sintetizarla. La placa “volar rim” permite su uso más distal e incluso intraarticularmente, lo que la hace más eficaz y reduce las complicaciones derivadas de eso frente a la otra opción de Medartis que debe quedarse más proximal. Dispone de placas con montaje independiente para trabajar por separado la columna radial y cubital, lo que aumenta su eficacia en fracturas multifragmentarias. Dispone de mayor longitud de placas que la oferta de Medartis, lo que la hace más eficaz en trazos de fractura con extensión proximal o bifocales. Además, estas están disponibles en varios anchos de placa para una mejor adaptación a la anatomía del paciente. Dispone de una placa específica para osteotomías de radio, lo que la hace más eficaz en fracturas consolidadas en mala posición angular o longitudinalmente.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 4/11

AGRUPACION 8: MIEMBRO INFERIOR GRANDES FRAGMENTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Tiene disponible el uso de guías para usar un abordaje mínimamente invasivo para el tratamiento de las fracturas
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Las placas de fémur distal tienen buena variedad de longitudes, que permite adaptarse adecuadamente a la extensión del trazo de fractura. Permite adaptar a la misma placa un adaptador para utilizar cables, lo que aumenta su eficacia en caso de presentar el paciente un tercer fragmento o un desplazamiento angular por tracción de la musculatura. Buena oferta de placas para tibia proximal tanto de columna lateral como medial.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 9: MIEMBRO INFERIOR PEQUEÑOS FRAGMENTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Dispone de guías específicas para cada placa que permiten su uso en cirugía mínimamente invasiva. Siendo destacable la que ofrece para la placa de calcáneo, donde dispone de una placa MIS del seno del tarso con guía externa que en nuestra experiencia simplifica su implantación utilizando un menos abordaje.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En tibia distal dispone de diferentes tipos de placas maléolo posterior. También dispone de dos tipos placas (con y sin gancho) para el maléolo medial. La oferta de Stryker no dispone de placas para maléolo posterior ni medial, lo que hace que la oferta de Newclip sea más eficaz para conseguir una fijación en este tipo de fracturas. Para el pilón tibial tiene disponible una extensión que se adapta a la placa para colocar tornillos por vía anterior, que Stryker no tiene. En peroné la placa anatómica de Newclip tiene hasta 6 orificios frente a Stryker que solo tiene disponible 4. Esto hace que mecánicamente el montaje sea más estable cuantos más tornillos dispones, incrementando su eficacia en hueso esponjoso muy porótico. Newclip dispone de placa específica para Osteotomía de calcáneo. Para las placas específicas de cirugía de pie dispone de placas plantares, dorso-mediales y superiores. Esto lo hace más eficaz consiguiendo los resultados deseados que con las de la oferta de Stryker donde sólo encontramos superiores.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No dispone de guías específicas de cada placa.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 5/11

- Eficacia: En tibia distal no dispone de placas para maléolo posterior, lo que hace que la oferta de Stryker sea menos eficaz para conseguir una fijación en este tipo de fracturas. En peroné la placa anatómica de Stryker sólo tiene 4 orificios frente a los 6 que tiene Newclip. Esto hace que mecánicamente el montaje sea menos estable. No dispone de placa específica para Osteotomía de calcáneo. Para las placas específicas de cirugía de pie no dispone de placas plantares, dorso-mediales lo que hace esta opción menos eficaz en la consecución de los resultados esperados para la fijación de la fractura

VALORACIÓN: BUENA 22,5 PUNTOS

AGRUPACION 10: DIAFISARIAS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Las pruebas no clínicas han demostrado que el sistema Stryker AxSOS 3 Titanium es compatible con RM. Un paciente con estos dispositivos puede someterse a escáneres en un sistema de RM con seguridad si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Campo magnético estático de 1,5 T y 3,0 T
    - Gradiente de campo espacial máximo de 3000 gauss/cm (30 T/m)
    - Tasa máxima informada en un sistema de RM de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) promediada para el cuerpo entero de 2 W/kg (modo de funcionamiento normal)

  Con las condiciones de escaneado definidas anteriormente, se espera que el sistema Stryker AxSOS 3 Titanium produzca un aumento máximo de temperatura inferior a 7,1 °C tras 15 minutos de escaneado continuo.

- Eficacia: La variedad disponible de tamaños disponibles de placas y las diferentes opciones de tornillos lo convierten en una opción eficaz para la consecución de los objetivos de fijación de la fractura que se pretenden con la cirugía.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 11: MINIPLACAS

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Gran variedad de selección de implantes, ya que consta de 112 placas en total, de las que 40 permiten la poliaxialidad TriLock. Contiene placas de fijación, placas de compresión y tornillos con su correspondiente instrumental. Implantes con ángulo estable para los sistemas 1.5 y 2.0. Diseños anatómicos de muy bajo perfil con diferentes formas, con espesores de 0.6, 0.8, 1.0 y 1.3 mm para evitar la irritación de los tejidos blandos. Bordes perfectamente redondeados para protección de los tejidos blandos. Los orificios de las placas están dispuestos en off set para la prevención de roturas durante el brocado y la inserción del tornillo, además de que previene la colisión de estos. El sistema está compuesto por

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 6/11

placas de diferentes formas: rectas, placas en T, en L, en Y, en rejilla, trapezoidales, etc. Además de placas especiales, como las de gancho, condilares, para el escafoides y para corrección del eje.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 12: TORNILLOS CANULADOS

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No supone de instrumental 3 en 1 lo que hace más complejo su uso.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: A pesar de que tiene una variada oferta de tamaños de tornillo con y sin cabeza, no dispone de tornillos de 8 mm de diámetro, siendo 7 su mayor tamaño. Lo que puede reducir su eficacia consiguiendo estabilidad en huesos grandes. No dispone de cabeza cónico-cilíndrica que más atraumática con las partes blandas y el hueso y está pensada para cirugía mínimamente invasiva. Tiene menor oferta de tornillos para retropié que la ofertada por newclip

VALORACIÓN: BUENA 22,5 PUNTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Según nuestra experiencia clínica la pieza 3 en 1 de la oferta de Newclip permite un uso sencillo, marcando el calibre diferencial para pasadores, avellanadores y destornilladores. Es compatible con sistemas de acoplamiento rápido estándar. Nos permite visualizar la orientación definitiva de la cabeza del tornillo desde el inicio de la técnica, lo que facilita mucho su uso y permite conseguir mejores resultados. Todo el sistema tiene la misma filosofía de uso, los mismos principios de compresión y guías.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Variada oferta de tornillos con y sin cabeza, disponiendo para su uso de mayor diámetro de los mismos (8mm) que los ofertados por Medartis. Tiene disponibles tornillos con cabeza cónico cilíndrica atraumática y optimizada para cirugía mínimamente invasiva.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 13: OSTEOTOMÍAS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 7/11

- Eficacia: La variada oferta de placas permite conseguir los objetivos de corrección del eje mecánico para optimizar la clínica del paciente. *Tenemos las siguientes opciones:*

  Placas de adición: Implantes asimétricos anatómicos. Posicionamiento antero-medial para estar lo más cerca posible de la tensión lateral. El diseño de los implantes de tamaño 2 está adaptado a grandes cortes biplanares o grandes osteotomías. Implantes TA6V de aleación de titanio para una resistencia mecánica optimizada.

  Placas medial de adición HTO con reemplazo ACL /Placa de adición HTO con reemplazo ACL y Endobutton. Implantes asimétricos anatómicos. Para evitar cualquier riesgo de dañar el túnel, la parte superior de la placa está optimizada para la reconstrucción del LCA.

  Placa lateral de sustracción HTO/ Placa medial de sustracción HTO. Implantes precontorneados: el diseño de estas placas es el resultado de una tecnología de mapeo de última generación patentada para establecer la máxima congruencia entre la placa y el hueso. Orificio de rampa oblongo de compresión para optimizar la compresión de la osteotomía. Compatible con abordaje miniinvasivo. Implantes TA6V de aleación de titanio para una resistencia mecánica optimizada. Placa medial: posicionamiento antero-medial para facilitar el posicionamiento de la placa evitando el paso medial debido a la osteotomía.

  *Placas lateral de adición DFO/ Placas medial de sustracción DFO:*Implantes asimétricos anatómicos. 2 orificios para tornillos descentrados que mejoran las características mecánicas del conjunto y evitan la pérdida de corrección angular (a):

o A ambos lados del lugar de la osteotomía para el cierre;
o Por encima del lugar de la osteotomía para la apertura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 14: ORTOPEDIA INFANTIL

ACUÑA-FOMBONA:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Adecuada oferta de placas tanto para la edad infantil como en la adolescencia que permite abordar cualquier tipo de cirugía, ya sea por fractura o para corrección axial de una manera eficaz. También dispone del sistema pediplates para hemiepifisiodesis.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 15: PELVIS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 8/11

- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia las placas de reconstrucción para pelvis de Stryker son una muy buena opción para conseguir estabilizar las fracturas de pelvis. Tamaños y longitudes disponibles adecuados para el manejo de las diferentes fracturas

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 16: ANATOMICAS M. SUP. METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 17: PLACAS BÁSICAS PF METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 18: ANAT. GRANDES FRAG. M. INF. ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 9/11

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 15/12/2025

AGRUPACION 19: ANAT. PEQUE. FRAG. M. INF. METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 20: CANULADOS METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 21: MANO MUÑECA METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 22: PLACA TROCANTÉRICA ACERO ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 10/11

- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

  VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

En, Córdoba a 11 de diciembre de 2025

Jefe de Servicio de Traumatología HURS

Jefe Unidad aparato locomotor AGSNC

Jefe de ServicioTraumatología AGSSC

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	23/12/2025
	CARMEN MUÑOZ DIAZ	
VERIFICACIÓN	BndJAR84L4SJS5EPB87BYPV8UKQCJ2	PÁG. 11/11