

Agr.	Lote	Nivel SAS	Descripción	Prescripciones Técnicas Adicionales	Unidad contratación
NO	1	SU.PC.SANI.01.21.11	HEMODIÁLISIS: DIALIZADORES / FILTROS	Superficie membrana 1.9-2.1 m <sup>2</sup> Dializador capilar sintético punto corte medic Coeficiente de ultrafiltración K.U.F entre 72-86 ml/mmHg/m. Esterilización no ETO. Membrana sintética.	Unidad (pieza)
NO	2	SU.PC.SANI.01.21.11.	HEMODIÁLISIS: DIALIZADORES / FILTROS	Superficie membrana 1.9-2.1 m <sup>2</sup> . Dializador capilar biocompatible alta permeabilidad Coeficiente de ultrafiltración K.U.F. entre 71-77 ml/mmHg/m Esterilización no ETO Membrana Triacetato celulosa asimétrico.	Unidad (pieza)
NO	3	SU.PC.SANI.01.21.11.	HEMODIÁLISIS: DIALIZADORES / FILTROS	Superficie de membrana ≥2m <sup>2</sup> Dializador capilar sintético de membrana adsorbtiva / media permeabilidad Coeficiente de ultrafiltración K.U.F entre 20-30 ml/mmHg/m. Membrana Polimetilmetacrilato (PMMA) o similar Membrana adsorbtiva libre de bisfenol y PVP	Unidad (pieza)
NO	4	SU.PC.SANI.01.25.01	FILTRO AFERESIS TERAPEUTICA	Columnas de inmuoadsorción Set tubos de aféresis terapéutica <b>* Unidad mínima de consumo: 5 que posibilitan 5 sesiones de inmuoadsorción en el paciente</b>	Unidad (pieza)
1	5	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD ≥2 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana ≥2m <sup>2</sup> Coeficiente de ultrafiltración KUF≥60ml/mmHg/m. Membrana sintética	Unidad (pieza)
	6	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO/ ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana 1.5-1.9 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultrafiltración KUF≥50ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	7	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO/ BAJA PERMEABILIDAD 1.5-1.9 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana 1.5-1.9 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultrafiltración KUF≥13ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	8	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / BAJA PERMEABILIDAD ≥2 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana ≥2 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultrafiltración KUF≥18ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	9	SU.PC.SANI.01.21.12.	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCIÓN	EQ. Lineas Arterio-Venosa Bipunción Para Tecnicas De Hemodiálisis	Unidad
	10	SU.PC.SANI.01.21.12.	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCIÓN C/LINEA REINFUSION	EQ. Lineas Arterio-Venosa Bipunción con línea reinfusión	Unidad
	11	SU.PC.SANI.01.21.16.	BICARBONATO/CARTUCHO	Componente bicarbonato en polvo para sesiones de hemodiálisis o hemodiafiltración en línea. Concentrado de bicarbonato en polvo ≤ a 750 gr.	Gramo
	12	SU.PC.SANI.01.21.99	LIQUIDO LIMPIEZA PARA MÁQUINA		Litro(1 dm <sup>3</sup> )
	13	SU.PC.SANI.01.21.11.	FILTRO P/LIQUIDO DE DIÁLISIS	Ultrafiltros de superficie ≥ 1m <sup>2</sup>	Unidad
2	14	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD ≥2 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana ≥2m <sup>2</sup> Coeficiente de ultrafiltración KUF≥60ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	15	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO/ ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana 1.5-1.9 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultra-filtración KUF≥55ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	16	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO/ ALTA PERMEABILIDAD ≥2 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana ≥2 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultra-filtración KUF≥70ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	17	SU.PC.SANI.01.21.11.	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD ≥2 m <sup>2</sup>	Superficie de membrana ≥2 m <sup>2</sup> Coeficiente de ultra-filtración KUF≥80ml/mmHg/m. Membrana sintética Esterilización no ETO	Unidad (pieza)
	18	SU.PC.SANI.01.21.12.	EQ. LINEAS ARTERIO-VENOSA BIPUNCIÓN	Eq. Lineas arterio-venosa bipunción para técnica HDF on line	Unidad
	19	SU.PC.SANI.01.21.16.	BICARBONATO/CARTUCHO	Componente bicarbonato en polvo para sesiones de hemodiálisis o hemodiafiltración en línea. Concentrado de bicarbonato en polvo > 750 gr.	Gramo
	20	SU.PC.SANI.01.21.99.	LIQUIDO LIMPIEZA PARA MÁQUINA		Litro(1 dm <sup>3</sup> )
	21	SU.PC.SANI.01.21.11.	FILTRO P/LIQUIDO DE DIÁLISIS	Ultrafiltros de superficie ≥ 2m <sup>2</sup>	Unidad
3	22	SU.PC.SANI.01.21.18.00 0003	EQ. PLASMAFÉRESIS	Compuesto por: - 1 Plasmafiltro. - 1 línea de acceso con punto o segmento de inyección de suero. - Bolsa de recolección. - Línea de retorno. - Línea de reinyección. - Línea afluente.	Unidad (pieza)
	23	SU.PC.SANI.01.21.18.10 0016	PLASMAFILTRO CAPILAR POLISULFONA	Filtro -plasma capilar polisulfona-biocompatible con área de superficie ≥0,3 - 0.70 m <sup>2</sup>	Unidad
4	24	SU.PC.SANI.01.21.16.20 0008	CONCENTRADO ÁCIDO Ca/K	VOLUMEN: [4.2-4.2]; CONCENTRACION DE CALCIO: [1.25-1.25]; CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2];	Litro(1 dm <sup>3</sup> )
	25	SU.PC.SANI.01.21.16.20 0008	CONCENTRADO ÁCIDO Ca/K	VOLUMEN [4.2-4.2]; CONCENTRACION DE CALCIO: [1.5-1.5]; CONCENTRACION DE POTASIO: [2-2];	Litro(1 dm <sup>3</sup> )
	26	SU.PC.SANI.01.21.16.20 0008	CONCENTRADO ÁCIDO Ca/K	VOLUMEN: [600-600]; CONCENTRACION DE CALCIO: [1.5-1.5]; CONCENTRACION DE POTASIO: [2-2];	Litro(1 dm <sup>3</sup> )