



EXPEDIENTE NÚMERO 0000385/2025 AM. CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA QUIRÓFANO (SU.PC.SANI.01.11. ARTÍCULOS PARA HEMOSTASIA INTRAOPERATORIA, RECONSTRUCCIÓN Y REGENERACIÓN TISULAR, CEMENTOS, MONITORIZACIÓN, SEPARADORES Y ARTÍCULOS PARA ASPIRACIÓN) CON CESIÓN Y MANTENIMIENTO DE USO DE EQUIPOS, PARA LA CPCA, POR PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3.a) DE LA LEY 9/2017, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. SARA

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES (0-20 PUNTOS)		
AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	1	SU.PC.SANI.01.11.09.000013	F70368	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE COLÁGENO C/ SELLANTE/ grande-Dimensión mayor:[90-100];Dimensión Menor:(27-45);	BAXTER S.L	1506253	100119032841	HEMOPATCH	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: hemostasia óptima en el campo quirúrgico evitando hematomas.
	1	SU.PC.SANI.01.11.09.000013	F70368	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE COLÁGENO C/ SELLANTE/ grande-Dimensión mayor:[90-100];Dimensión Menor:(27-45);	MBA INCORPORADO S.L	HEM10X7	100132253492	HEMOTSESE	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Hemostasia adecuada en el campo quirúrgico.
	2	SU.PC.SANI.01.11.09.250000	F71338	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE GELATINA Y TROMBINA-trombina en jeringa reconstituída u/[ml]:[300-500];Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	BAXTER S.L	1503353	100094439633	FIOSEAL	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: hemostasia óptima en el campo quirúrgico evitando hematomas.
	2	SU.PC.SANI.01.11.09.250000	F71338	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE GELATINA Y TROMBINA-trombina en jeringa reconstituída u/[ml]:[300-500];Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO S.A	ANKAFERD BLOOD STOPPER® 5ml		Hemostático jeringa 5 ml ANKAFERD + Tampón absorbible	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Hemostasia adecuada en el campo quirúrgico.
	3	SU.PC.SANI.01.11.09.100005	E87885	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADADA C/ SELLANTE/ grande-Dimensión mayor:[100-150];Dimensión menor:[50-100];	MEDTRONIC IBERICA S.A	HP0510E	100093902352	VERISET HEMO PATCH	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: hemostasia óptima y estable en el campo quirúrgico.

AGROPACCIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (gc)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERAR/IGUALAR EL MÍNIMO 10 PUNTOS?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	4	SU.PC.SANI.01.11.09.205000	D77623	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE GELATINA-Grosor:[0-1];Dimensión mayor:[200-250];Dimensión menor:[50-100];	BIO IMPLANTS MEDICAL s.L	05770203	100005684619		15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: flexible y adaptable. Compatibilidad: compatible con distintos tipos de cirugía. Facilidad de Uso: fácil de implantar en el campo quirúrgico.
	4	SU.PC.SANI.01.11.09.205000	D77623	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE GELATINA-Grosor:[0-1];Dimensión mayor:[200-250];Dimensión menor:[50-100];	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L	LSSP200705	100149565753	AEGIS	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: adaptable.
	4	SU.PC.SANI.01.11.09.205000	D77623	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE GELATINA-Grosor:[0-1];Dimensión mayor:[200-250];Dimensión menor:[50-100];	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA S.L	SCFS1021	100120885160	HEMOSTATICO SCROFALON FILM 200X70X0,5MM	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Adaptabilidad reducida.
	5	SU.PC.SANI.01.11.10.300002		RELLENO OSEO DE SULFATO CALCICO	MBA INCORPORADO S.L	620-010	100126732727	STIMULAN	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: periodo de absorción corto. Compatibilidad: compatible con distintos tipos de antibióticos. Facilidad de Uso: la mezcla se hace de forma homogénea y con plantilla incorporada. Fácil de implantar en el campo quirúrgico.
	6	SU.PC.SANI.01.11.10.300020	D44425	RELLENO OSEO DE HIDROXIAPATITA EN BLOQUE-Longitud:[5-10];Volumen:[1-500];ALTO:[35-40];ANCHORO:[5-10];	MBA INCORPORADO S.L	510-10-40	100013780899	REPROS	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: periodo de absorción alargado manteniendo la fijación de fractura. Buen sostén óseo.

AGrupación	LOTE	Clasificación Universal	Código genérico de Centro (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	Puntuación características técnicas valoración funcional del producto (0-20 puntos)	¿Supera/Iguala el umbral mínimo 10 puntos?	Justificación puntuación características técnicas y funcionales
						00-1109-005-10	100075040382		0		Cumple las prescripciones técnicas del pliego.
						00-1109-006-12	100075050383		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-000-36	100075050080		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-000-48	100075050181		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-005-25	100075050282	ZIMMER BIOMET	NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-113-01	100021371371		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-113-02	100021371472		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-114-01	100021371573		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
						00-1109-114-02	100021371674		NO SE VALORA		No cumple características PPT. No presenta muestras.
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	D53571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	ACUÑA Y FOMBONA S.A	SPP_B2MED001.1801	100164722168	MEDICURTAIN	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	D53571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	INTERSUGICAL ESPAÑA S.A	SMAB215	100167556487	SEMICAL	10	SI	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: densidad óptima. Tiempo de absorción óptimo y alargado.
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	D53571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	MBA INCORPORADO S.L	9-101-122	100140504940	SINGCLEAN	15	SI	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: densidad óptima. Tiempo de absorción óptimo y alargado. Compatibilidad: se puede usar en diferentes técnicas quirúrgicas. Facilidad de Uso: volumen adecuado para cirugías tendinosas.
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	D53571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	ORTO.MEDIAMT EC.S.A	ADH-SC-10-3,0	100168483744	SINGCLEAN	10	SI	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: densidad óptima. Tiempo de absorción óptimo y alargado.

AGrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	Puntuación CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERARÁ/IGUALA EL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN Puntuación CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	DS3571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	PRIM S.A	AABG-3SP	100116592793	BARRERA ANTIAD SP 3ML	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	7	SU.PC.SANI.01.11.10.401000	DS3571	GEL ABSORBIBLE ANTIADHERENCIAS-VOLUMEN:[3-5];PESO:[1-30];	SPINEART ESPAÑA S.L	AAG-12012	100166732060	Gel barrera antiadherente CollabARRIER 3 ml	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	8	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G09021	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[12-18];	GREGOPAIN BIO S.L	BVOHA25120	100126343899		5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	8	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G09021	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[12-18];	IBERIAN CARE 2016 S.L	AG108	100165193217	JERINGA PRECARGADA DE HIALURONATO SODICO 90mg/3ml reticulado	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	8	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G09021	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[12-18];	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L	SMAG108	100168468590	SEMICAL	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: densidad muy adecuada.
	8	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G09021	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[12-18];	MEIJI PHARMA SPAIN S.L	200695	100145585751	Adant Plus	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: densidad muy adecuada. Compatibilidad: se puede usar con diferentes productos y en distintas articulaciones. Facilidad de Uso: envase de fácil apertura. Seguridad: ensayos clínicos contrastados. Producto bioestable a más de 25 grados.

AGrupación	LOTE	Clasificación Universal	Código Genérico de Centro (GC)	Nombre	Licitadores	Referencia	CIP ofertado	Nombre Comercial	Puntuación Características Técnicas Valoración Funcional del Producto (0-20 puntos)	¿Supera/Iguala el umbral mínimo 10 puntos?	Justificación puntuación características técnicas y funcionales
	9	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G08823	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[6-12];	IBERIAN CARE 2016 S.L	AG009	100165193116	JENINGA PRECARGADA DE HIALURONATO SODICO no reticulado 50mg/3ml	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	9	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G08823	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[6-12];	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L	SMAG008	100167691643		5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	9	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G08823	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[6-12];	LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA S.L	157592.0	100099255872	Hyalione - Hialuronato de sodio solución para inyección intraarticular Jeninga precurada 60 mg/4 ml	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: densidad muy adecuada.
	9	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G08823	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[6-12];	MEJIL PHARMA SPAIN S.A	168867	100077999460	Adant One	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: densidad muy adecuada. Compatibilidad: se puede usar con diferentes productos y en distintas articulaciones. Facilidad de Uso: envase de fácil apertura. Seguridad: ensayos clínicos contrastados. Producto bioestable a más de 25 grados.
	9	SU.PC.SANI.01.11.10.520000	G08823	IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-Volumen:[3-6];Duración:[6-12];	PROSAC PRODUCTOS S.L	Singjoint 60mg 3ml	100166694874	Singjoint 60mg 3ml	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Densidad adecuada.
	10	SU.PC.SANI.01.11.11.100001	F35784	PASADOR GUIA CON DIAL Y PUNTA BROCA-Longitud:[0-100];Diámetro:[2.4-2.4];	SIN OFERTAS						Cumple las prescripciones técnicas del pliego.

AGREGACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERAR IGUAL O MEJOR EL UMbral Mínimo 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	11	SU.PC.SANI.01.11.12.000005	E83395	ACCESORIO PARA CEMENTAR: SISTEMA MEZCLADOR DE ALTA CAPACIDAD- CAPACIDAD:[100-120];	HERAEUS S/A	5050166	100123457544		15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: mezcla óptima de cemento. Compatibilidad: apto para distintos tipos de cirugías. Facilidad de Uso: aporta accesorios necesarios para la mezcla que facilitan su uso.
	12	SU.PC.SANI.01.11.12.025000	B54594	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO VISCOSIDAD ESTANDAR-Composición antibiótico:gentamicina;Peso:40;	ACUÑA Y FOMBONA S.A	TEK.1702	100008864539	PALAFOM GENTA	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Viscosidad estándar adecuada.
	12	SU.PC.SANI.01.11.12.025000	B54594	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO VISCOSIDAD ESTANDAR-Composición antibiótico:gentamicina;Peso:40;	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.L	12A3100	100100632993	CEMEX SYSTEM	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Viscosidad estándar adecuada.
	12	SU.PC.SANI.01.11.12.025000	B54594	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO VISCOSIDAD ESTANDAR-Composición antibiótico:gentamicina;Peso:40;	HERAEUS S.A	66031993	100139246226		10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: viscosidad estándar adecuada. Tiempo de fraguado adecuado.
	12	SU.PC.SANI.01.11.12.025000	B54594	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO VISCOSIDAD ESTANDAR-Composición antibiótico:gentamicina;Peso:40;	MBA INCORPORADO S.L	880225	100128714040	BIOFIX	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: Viscosidad estándar muy adecuada. Tiempo de fraguado muy adecuado, permitiendo el manejo de las piezas protésicas con tiempo suficiente antes del fraguado. Compatibilidad: apto para distintas técnicas quirúrgicas. Facilidad de Uso: su densidad facilita su extensión en las piezas protésicas y su integración en el hueso.

AGrupación	LOTE	Clasificación Universal	Código Genérico de Centro (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	Puntuación Características técnicas valoración funcional del producto (0-20 puntos)	¿Supera/Iguala el umbral mínimo 10 puntos?	Justificación puntuación características técnicas y funcionales
	12	SU.PC.SANI.01.11.12.025000	B54594	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO VISCOSIDAD ESTANDAR-Composición antibiótico:gentamicina,Peso:40;	ORBIMED S.A	F9001011	100137879510	CEMENTO ORCEM CON GENTAMICINA TIPO 1 40 GR.	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Viscosidad estándar adecuada.
	13	SU.PC.SANI.01.11.12.095000	B38410	ACCESORIO PARA CEMENTAR: SISTEMA MEZCLADOR-CAPACIDAD:[130-130];	AZC SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.L	CL006-01BE	100099990795	BOW MEZCLADOR	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mezcla del cemento adecuada.
	13	SU.PC.SANI.01.11.12.095000	B38410	ACCESORIO PARA CEMENTAR: SISTEMA MEZCLADOR-CAPACIDAD:[130-130];	HERAEUS S.A	66057893	100115074265		15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: mezcla del cemento muy adecuada. Compatibilidad: apto para distintas técnicas quirúrgicas. Facilidad de Uso: su sistema de aplicación permite la introducción adecuada en canales medulares.
	13	SU.PC.SANI.01.11.12.095000	B38410	ACCESORIO PARA CEMENTAR: SISTEMA MEZCLADOR-CAPACIDAD:[130-130];	ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	93.00.56	100021389453	ZIMMER BIOMET	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mezcla del cemento adecuada.
	13	SU.PC.SANI.01.11.12.095000	B38410	ACCESORIO PARA CEMENTAR: SISTEMA MEZCLADOR-CAPACIDAD:[130-130];	ORBIMED S.L	B713	100015444403	MEZCLADOR CEMENTO HIVAC	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mezcla del cemento adecuada.
	14	SU.PC.SANI.01.11.12.200001	B38630	EMPUNADURA PARA CEPILLO/BOQUILLA ASPIRACION-IRRIGACION - GC	AZC SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.L	w-203-B	100090181826	PISTOLA DE LAVADO			Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Presión de agua adecuada.

AGREGACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERARÁ/IGUALA EL MÍNIMO 10 PUNTOS?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	14	SU.PC.SANI.01.11.12.200001	B38630	EMPUÑADURA PARA CEPILLO/BOQUILLA ASPIRACION-IRRIGACION - GC	STRYKER IBERIA S.L	0210100000	100013768079	INTERPULSE	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: presión de agua muy adecuada.
	15	SU.PC.SANI.01.11.12.356000	E01804	TAPON INTRAMEDULAR NO ABSORBIBLE-Diámetro:[24-24];	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.L	TPA-24	100089729859	TAPON MAS APLICADOR	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tapón adaptable al canal medular.
	15	SU.PC.SANI.01.11.12.356000	E01804	TAPON INTRAMEDULAR NO ABSORBIBLE-Diámetro:[24-24];	MBA INCORPORADO S.L	02994000	100080390322	MUTARS	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: tapón muy adaptable al canal medular y recortable. Compatible: con sistema de prótesis que se usa en nuestras unidades. Facilidad de uso: sistema de introducción con varilla que aporta nivel de marcado que facilita la introducción hasta el nivel deseado. Seguridad: sistema que permite la retirada el tapón.
	15	SU.PC.SANI.01.11.12.356000	E01804	TAPON INTRAMEDULAR NO ABSORBIBLE-Diámetro:[24-24];	STRYKER IBERIA S.L	B000-1240	100143146422	RESTRICTOR UNIVERSAL	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tapón adaptable al canal medular.
	15	SU.PC.SANI.01.11.12.356000	E01804	TAPON INTRAMEDULAR NO ABSORBIBLE-Diámetro:[24-24];	ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	3207	100079880067	ZIMMER BIOMET	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tapón adaptable al canal medular.
	16	SU.PC.SANI.01.11.16.000000	E82515	SENSOR DE TEMPERATURA INTRAOPERATORIA-Diámetro del sensor:[4-5];	KCI KLINIC SPAIN S.L	36000	100096381044		10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena adherencia cutánea.

AGrupación	LOTE	Clasificación Universal	Código genérico de Centro (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	Puntuación características técnicas valoración funcional del producto (0-20 puntos)	¿Supera/Iguala el umbral mínimo 10 puntos?	Justificación puntuación características técnicas y funcionales
	17	SU.PC.SANI.01.11. 19.005000	F56025	RETRACTOR DE TEJIDOS / MEDIANO- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[200-200];	AMEVISA S.A	AIPXL-HR	100162777313	WOOP	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.
	17	SU.PC.SANI.01.11. 19.005000	F56025	RETRACTOR DE TEJIDOS / MEDIANO- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[200-200];	APPLIED MEDICAL APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	C8403	100030625153	Alexis® O Protector- Retractor Quirúrgico, L, Rango Incisión 9-14cm	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: rigidez para separación del campo. Compatibilidad: apto para diferentes cirugías. Facilidad de Uso: colocación simple. Seguridad: aísla y disminuye el riesgo de infección.
	17	SU.PC.SANI.01.11. 19.005000	F56025	RETRACTOR DE TEJIDOS / MEDIANO- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[200-200];	MBA INCORPORADO S.L	ST0914	100124413804	SURGITRACTOR	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.
	18	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	B42249	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[220-220];	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	C8404	100030625052	Alexis® O Protector- Retractor Quirúrgico, XL, Rango Incisión 11-17cm	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: rigidez para separación del campo. Compatibilidad: apto para diferentes cirugías. Facilidad de Uso: colocación simple. Seguridad: aísla y disminuye el riesgo de infección.
	18	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	B42249	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[220-220];	MBA INCORPORADO S.L	ST1117	100124414016	SURGITRACTOR	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.
	18	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	B42249	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[220-220];	MEDTRONIC IBERICA S.A	WPXLGR1117	100104413884	SURGISLEEVE RETRACT RING	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.

AGREGACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERARÁ/GUARDA EL MÍNIMO 10 PUNTOS?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
	19	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	E27362	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[250-250];	AMEVISA S.A	AIPXXL-HR	100138468499	WOOP	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.
	19	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	E27362	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[250-250];	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	G6314	100113512590	Alexis® O Protector- Retractor Quirúrgico para Cesárea Quirúrgico, XL, Rango Incidión 11-17cm	20	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y mejora respecto a la calidad, compatibilidad, facilidad de uso y seguridad. Calidad: rigidez para separación del campo. Compatibilidad: apto para diferentes cirugías. Facilidad de Uso: colocación simple. Seguridad: aísla y disminuye el riesgo de infección.
	19	SU.PC.SANI.01.11. 19.006000	E27362	RETRACTOR DE TEJIDOS/ GRANDE- Longitud:[0-50];DIAMETRO:[250-250];	MBA INCORPORADO S.L	ST1725	100124414117	SURGITRACTOR	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Mediana rigidez.
	20	SU.PC.SANI.01.11. 20.250000	F24558	EQ. COMPLETO ASPIRACION- IRRIGACION PARA MICROCIURUGIA-Tipo de motor:Motor p/ nariz;	JJP HOSPITALRIA S.L	EGTS101DC	100092014144	SISTEMA COMPLETO ASPIRACION- IRRIGACION OLYMPIUS	10	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Calidad: flexibilidad adecuada.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GÉNÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
AGRUPACIÓN 1											
1	21	SU.PC.SANI.01.11.10.100001		EQ. PARA CENTRIFUGADORA SISTEMA CONCENTRADOR DE ELEMENTOS OSTEOINDUCTORES	MBA INCORPORADO S.L	VS400	100009278511	VIVOSTAT	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: sistema de centrifugación cerrado. Compatibilidad: se puede usar en diferentes especialidades quirúrgicas. Facilidad de Uso: fácil implantación intraarticular peritendinosa e intraósea.
	22	SU.PC.SANI.01.13.08.000002		EQ. PARA CENTRIFUGADORA SISTEMA CONCENTRADOR DE PLAQUETAS Y/O FIBRINA P/ ENDOSCOPIA		VS323	100014927682	VIVOSTAT	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: sistema de centrifugación cerrado. Compatibilidad: se puede usar en diferentes especialidades quirúrgicas. Facilidad de Uso: fácil implantación en fistulas perianales y a nivel de anastomosis intestinal y en lechos sangrantes.
AGRUPACIÓN 2											
2	23	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B39728	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA Tipo de cánula:fina;Control de succión;no;Rango Longitud tubuladura:200-300;	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L	X1118300083	100168465267	EXTRUDAM	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.
	24	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B89719	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA Tipo de cánula:gruesa;Control de succión;no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		X1110210010	100168461924	EXTRUDAM	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.
	25	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B55635	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA Tipo de cánula:mediana;Control de succión;no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		X1102210083	100168462833	EXTRUDAM	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.

AGREGACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	REFERENCIA	CIP OFERTADO	NOMBRE COMERCIAL	PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-20 puntos)	¿SUPERAR/IGUALAR EL UMbral MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
2	23	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B39728	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA- Tipo de cánula:fina;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;	MEDLINE INTERNATIONAL IBERICA S.L	ORNEX66AY1200	100168541336	Operating room	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.
	24	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B89719	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA- Tipo de cánula:gruesa;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		ORNEX610Y2200	100168541639	Operating room	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.
	25	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B55635	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA- Tipo de cánula:mediana;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		ORNEX610Y1800	100168541730	Operating room	5		Cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa. Tubo flexible.
2	23	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B39728	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA- Tipo de cánula:fina;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;	OXIGEM S.L	643554	100168590624	OXIGEM	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: tubo flexible sin efecto memoria. Compatibilidad: compatibilidad con distintos tipos de cirugías. Facilidad de Uso: durante el acto quirúrgico no se suelta el yankauer, pero permite desarmarlo con facilidad para desatascar tapones óseos.
	24	SU.PC.SANI.01.11.20.201000	B89719	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA- Tipo de cánula:gruesa;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		643558	100167672459	OXIGEM	15	SÍ	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Calidad: tubo flexible sin efecto memoria. Compatibilidad: compatibilidad con distintos tipos de cirugías. Facilidad de Uso: durante el acto quirúrgico no se suelta el yankauer, pero permite desarmarlo con facilidad para desatascar tapones óseos.

AGrupación	LOTE	Clasificación Universal	Código genérico de Centro (GC)	Nombre	Licitadores	Referencia	CIP ofertado	Nombre Comercial	Puntuación Características técnicas valoración funcional del producto (0-20 puntos)	¿Supera/Iguala el umbral mínimo 10 puntos?	Justificación puntuación características técnicas y funcionales
	25	SU.PC.SANI.01.11. 20.201000	B55635	EQ. COMPLETO ASPIRACION C/ CANULA Tipo de cánula:mediana;Control de succión:no;Rango Longitud tubuladura:200-300;		643556	100132692921	OXIGEM	15	SI	Cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso Calidad: tubo flexible sin efecto memoria. Compatibilidad: compatibilidad con distintos tipos de cirugías. Facilidad de Uso: durante el acto quirúrgico no se suelta el yankauer, pero permite desarmarlo con facilidad para desatascar tapones óseos.

