

MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 09:00 horas del día 23 de enero de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCAL: D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ANTONIO GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
No se producen.
2. EXPEDIENTE AM 1138/2025 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN Y A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

- 2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

- 2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

A continuación, la Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

- 2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a las empresas que a continuación se detallan en el Anexo II al acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.


- 2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.


Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:30 horas del 23 de enero de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.

LA PRESIDENTA




LA SECRETARIA



INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, DEL ACUERDO MARCO, CON VARIAS EMPRESAS, PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN Y PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente: A.M. 1138/2025

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

D. Alberto José Moreno Carazo, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología del H.U. de Jaén.

D^a. Araceli Gracia Mesa, supervisora de Enfermería de la UGC de Farmacia-Endocrino del H.U. de Jaén.

D^a. Gabriela Martínez Moya, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología Pediátrica del H.U. de Jaén.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

MEDTRONIC IBÉRICA S.A.
YPSOMED DIABETES, S.L.U.
ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.
EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ
HARMONIUM HEALTHCARE
LIESNO BUNO SL

A continuación, se indica, las empresas, lotes y agrupaciones a las que licitan

EMPRESAS	LOTES	AGRUPACIONES
MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	1	----
YPSOMED DIABETES, S.L.U.	3,4	1

ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	5,6	2
EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ	7	---
LIESNO BUNO SL	7	--
HARMONIUM HEALTHCARE	7	--

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan, se consideran NO ADECUADAS.


EMPRESAS	LOTES	CAUSAS
EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ	7	NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.
HARMONIUM HEALTHCARE	7	NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.

3. Criterios de Evaluación no automáticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA LOTE Nº1, LOTE Nº2 Y AGRUPACION 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA 30 PUNTOS

1-VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS:30 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

En este criterio se valorará con un total de 30 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 10 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

2.- Seguridad de resultados: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 10 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

3.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 10 puntos.

Escala de valoración:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.



ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 15 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.


En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
- Aquellos artículos no asociados al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (15 PUNTOS)
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA AGRUPACION Nº2 Y LOTE Nº7

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 20 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
20 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
10 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Punto.

2.- Seguridad de resultados: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.


MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
5 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Punto.

3.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 15 puntos.

Escala de valoración:



MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

-Aquellos artículos no asociados al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

-La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

-Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

-En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

El umbral mínimo en esta fase es de 25 puntos.



El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I Y II

En Jaén, a 21 de ENERO de 2026



D. Alberto José Moreno Carazo, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología del H.U. de Jaén.



Dª. Araceli Gracia Mesa, supervisora de Enfermería de la UGC de Farmacia-Endocrino del H.U. de Jaén.



Dª. Gabriela Martínez Moya, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología Pediátrica del H.U. de Jaén.

Agrupación	Ítem	Clasificación Universal	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS				REFERENCIA	Facilidad de utilización-0-10 PUNTOS	Seguridad de resultados-0-10 PUNTOS	Eficacia en el resultado-0-10 PUNTOS	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO DE	PASA UMbral MINIMO
1	1	SU.PC.SANI.01.05.05.50 0005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA	Tratamiento mensual de la diabetes tipo 1 con sistema de monitorización continua de glucosa asociado a bomba de infusión continua de insulina.Equipo formado por: Infusor Sistema de infusión con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor, sensor subcutáneo compatible Guardan 4 y simplera Material Aguja de acero inoxidable de grado médico. Cánula metálica o cánula de teflón y tubo de material plástico, adhesivos. Kit integrado para un mes.				SSMONTHEET 80G	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI
				Equipo formado por: Infusor con tecnología Control-IQ. Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones. Reservorio de insulina, tipo jeringa o cartucho, con conexión. Batería recargable. No necesita pila. Equipo de monitorización. Sensor subcutáneo, compatible dexcom G7 Material. Aguja de acero inoxidable de grado médico. Cánula y tubo de material plástico Reservorio de material plástico transparente. Material necesario para 1 mes de tratamiento: 10 cartuchos-reservorios 10 sistemas de infusión 3 sensores								NO OFERTAS		
1	3	SU.PC.SANI.01.05.05.50 0005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA	Equipo formado por: Infusor Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo. Cartucho precargado o recargable de 160ml aprox. Batería alcalina estándar Equipo de monitorización. Monitor. transmisor. Sensor subcutáneo, compatible dexcom G6 Material Aguja de acero inoxidable de grado médico Cánula y tubo de material plástico Reservorio de cristal transparente. Kit integrado para un mes				YPSOMED DIABETES, S.L.U. 700023- YPSOPUMP	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI
				Equipo formado por: Infusor Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo. Cartucho precargado o recargable de 160ml aprox. Batería alcalina estándar Equipo de monitorización. Monitor. transmisor. Sensor subcutáneo, compatible Free Style libre 3 plus Material Aguja de acero inoxidable de grado médico Cánula y tubo de material plástico Reservorio de cristal transparente. Kit integrado para un mes				YPSOMED DIABETES, S.L.U. 700025- YPSOPUMP	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Apoy ción	lote	Clasificación Universal	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	EMPRESA	REFERENCIA	CIP	Facilidad de utilización- 0-20 puntos	Seguridad de resultados-0- 15 puntos	Eficacia en utilización-0- el resultado- 0-15 puntos	observaciones	total puntos	pasa umbral mínimo
2	5	SU-PC-SANI.01.05.05.6 00002	SENSOR IMPLANTABLE MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA	Sensor recubierto de material biocompatible, implantable en tejido subcutáneo que incorpora un anillo impregnado. Incorpora un polímero que permite la medición por técnicas de fluorescencia. Para la lectura es necesario un transmisor que se coloca sobre el mismo con un adhesivo, que transmite los datos a una aplicación instalada en un móvil. Material plástico con recubrimiento biocompatible. Polímero fluorescente recubierto de material biocompatible. Anillo de silicona, funcionamiento del sensor por 180 días a partir de la implantación. -Equipo asociado: Versense; 8	ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	90008166	100156698501	20	15	15	OFERTA ÚNICA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros: objeto de valoración, en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados. Con mejoras significativas en Material con Polímero fluorescente recubierto de material biocompatible. Anillo de silicona, funcionamiento del sensor por 180 días a partir de la implantación, y equipo asociado compatible.	50	SI
2	6	SU-PC-SANI.14.01.01.1 00000	TRANSMISOR PARA SENSOR MEDICIÓN GLUCOSA	El Kit Transmisor inteligente incluye: - 1 (un) transmisor inteligente extraíble y recargable con vida útil de uso hasta 12 meses, - 1 (una) base de carga, - 1 (un) cable de conexión, - 1 (un) cargador de pared, - 1 (una) a guía del usuario, con instrucciones de uso y almacenamiento, - 1 (una) licencia por paciente de App. Material Policarbonato. Integrado con Bomba: NO transmisor que se coloca sobre el sensor con un adhesivo, que transmite los datos a una aplicación instalada en un móvil. 8	ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	90008145	100156698804	20	15	15	OFERTA ÚNICA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros: objeto de valoración, en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en el transmisor inteligente extraíble y recargable con vida útil de uso hasta 12 meses.	50	SI
7		SU-PC-SANI.01.05.05.6 00003	SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA/ NO BOMBA	Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESIÓN DE RECEPTORES 8	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y TURÍO	CARESENS AIR					NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. NO PRESENTA, CESIÓN DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.		
7		SU-PC-SANI.01.05.05.6 00003	SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA/ NO BOMBA	Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESIÓN DE RECEPTORES 8	HARMONIUM HEALTHCARE	HARTCTEGCS- SENSOR	10016900744				NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. NO PRESENTA, CESIÓN DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.		
7		SU-PC-SANI.01.05.05.6 00003	SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA/ NO BOMBA	Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESIÓN DE RECEPTORES 8	LIESNO BUNO SL	STP-DT-001	100165107955	20	15	15	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros: objeto de valoración, en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados. Con un acoplamiento muy efectivo a un mecanismo de lectura por radiotransmisión. Está indicado para personas mayores de 2 años, incluidas las mujeres embarazadas. Con cesión de receptores que elimina los problemas de conectividad, lo que mejora la facilidad de uso, la seguridad y eficacia en resultados. Por lo que se considera muy adecuado.	50	SI

August

[Signature]

[Signature]

				CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS							CRITERIOS AUTOMÁTICOS													
Agrupación	lote	Clasificación Universal	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	Facilidad de utilización-0-10	Seguridad de resultados-0-10 PUNTOS	Eficacia en el resultado-0-10 PUNTOS	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTOS	PASAJE UMBRAL MINIMO	Precio unitario S/iva	Precio unitario C " /iva	Importe S/iva	Importe C lva	PRECIO 0-40 Puntos	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORABLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA BOMBA PUNTOS 0-30					TOTAL PUNTOS	TOTAL PUNTOS CRITERIOS AUTOMATICOS (0-70)	OAB	EMPRESA PROPUESTA ADJUDICATARIA
																Algoritmo en bomba 0-5 ptos.	Posibilidad modificación objetivos 0-10 ptos.	Permitir ajustar además de ratio CH.Duración de insulina 0-5 ptos.	Uso en rango de edad y pesos más amplios 0-10 ptos.					
	1	SU.PC.SANI.01.05.05.500005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA	MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados ,con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión , con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones , transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI	575,000	632,500	4370000	4807000	40	5	10	5	10	30	70		MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	
																Algoritmo en bomba 0-5 ptos.	Modos especiales 0-5 ptos.	Regreso a modo automático (en caso de desconexión) 0-5 ptos.	Permitir ajustar además de ratio ch.La programación basal 0-5 ptos.	Uso en rango de edad y pesos más amplios 0-10 ptos.				
	2	SU.PC.SANI.01.05.05.500005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA					NO OFERTAS															DESIERTO	
																Posibilidad modificación objetivos 0-10 ptos.	Modos especiales 0-5 ptos.	Permitir uso en situaciones especiales (embarazo).0-5 ptos.	Uso en rango de edad y pesos más amplios 0-10 ptos.					
1	3	SU.PC.SANI.01.05.05.500005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados ,con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión , con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones , transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI	515,000	566,500	2224800	2447280	40	10	5	5	10	30	70		YPSOMED DIABETES, S.L.U.	
1	4	SU.PC.SANI.01.05.05.500005	EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA	YPSOMED DIABETES, S.L.U.	10	10	10	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados ,con mejoras significativas en infusor, sistema de infusión , con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones , transmisor y sensor subcutáneo.	30	SI	475,000	522,500	2052000	2257200	40	10	5	5	10	30	70		YPSOMED DIABETES, S.L.U.	

						CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS							CRITERIOS AUTOMÁTICOS						OAB			EMPRESA PROPUESTA ADJUDICATARIA
Agrupación	lote	Clasificación Universal	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	NIF	CIP	Facilidad de utilización--0-20 puntos	Seguridad de resultados--0-15 puntos	Eficacia en el resultado--0-15 puntos	observaciones	total puntos	pasa umbral mínimo	Precio unitario S/iva	Precio unitario C´/iva	Importe S/iva	Imprte C Iva	PRECIO 0-50 Puntos.	PBL Inf +25%	70% o mas restso criterios	es OAB?		
2	5	SU.PC.SANI.01.05.05.600002	SENSOR IMPLANTABLE MEDICION NIVEL GLUCOSA	ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	B87346433	100156698501	20	15	15	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.Con mejoras significativas en,Material con Polímero fluorescente recubierto de material biocompatible Anillo de silicona, funcionamiento del sensor por 180 días a partir de la implantación, y equipo asociado compatible.	50	SI	1325,00000	1457,50000	318000	349800	50	NO	SI	NO	ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	
2	6	SU.PC.SANI.14.01.01.100000	TRANSMISOR PARA SENSOR MEDICIÓN GLUCOSA	ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.	B87346434	100156698804	20	15	15	OFERTA UNICA.La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados,con mejoras significativas en el transmisor inteligente extraible y recargable con vida útil de uso hasta 12 meses	50	SI	550,00000	605,00000	132000	145200	50	NO	SI	NO		
	7	SU.PC.SANI.01.05.05.600003	SENSOR MEDICION NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ	A46097770					NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT,NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES,obligatorio en este lote , la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.											LIESNO BUNO SL	
	7	SU.PC.SANI.01.05.05.600003	SENSOR MEDICION NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA	HARMONIUM HEALTHCARE	B74454935	10016900744				NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT,NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES,obligatorio en este lote , la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado.												
	7	SU.PC.SANI.01.05.05.600003	SENSOR MEDICION NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA	LIESNO BUNO SL	B06982052	100165107955	20	15	15	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parametros objeto de valoración,en cuanto a la rapidez de programación,ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados. Con un acoplamiento muy efectivo a un mecanismo de lectura por radiotransmisión.Está indicado para personas mayores de 2 años, incluidas las mujeres embarazadas. Con cesion de receptores que elimina los problemas de conectividad,lo que mejora la la facilidad de uso , la seguridad y eficacia en resultados.Por lo que se considera muy adecuado.	50	SI	27,30000	30,03000	546000	600600	50	NO	SI	NO		