



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000000

GC: F56340

Nombre: ESPATULA ROBOTICA-GC

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: Incisiones tisulares precisas y limpias, hemostasia localizada, disecciones de tejidos.....

Descripción

* Instrumento con forma de espátula en la punta * El instrumento está dotado de un manguito de cerámica aislante para reducir la superficie electrificada

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, caucho de silicona, tungsteno, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* Diámetro de 8 mm

Envasado

* Unitario donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000001

GC: F56570

Nombre: ASPIRADOR / IRRIGADOR PARA ROBOTICA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: aspiración del campo operatorio

Descripción

* Tubuladura con terminal específico para aspiración del campo quirúrgico con sistema robótico

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, elastómero, PVC, polímero....

Medida

* Diferentes medidas

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método
de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 2/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000002

GC: F56567

Nombre: OBTURADOR OPTICO ROBOTICO-Longitud:Corto;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Longitud:Corto;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía mínimamente invasiva robótica. Introducción de un puerto de acceso (es decir, una cánula) en el sitio quirúrgico.

Descripción

* Para posicionar el puerto óptico, el obturador sin hoja se utiliza a modo de endoscopio para visualizar la inserción del ensamblaje cánula/obturador.

Material

* Policarbonato

Medida

* 8 mm Ø

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 3/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000002

GC: F56568

Nombre: OBTURADOR OPTICO ROBOTICO-Longitud:Largo;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Longitud:Largo;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía mínimamente invasiva robótica. Introducción de un puerto de acceso (es decir, una cánula) en el sitio quirúrgico.

Descripción

* Para posicionar el puerto óptico, el obturador sin hoja se utiliza a modo de endoscopio para visualizar la inserción del ensamblaje cánula/obturador.

Material

* Policarbonato

Medida

* 8 mm Ø

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000003

GC: F56689

Nombre: PINZA SELLADORA DE VASOS ROBOTICA - CORTE MECÁNICO-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: sellado de vasos y disección de tejidos con energía bipolar y corte mecánico.

Descripción

* Instrumento electroquirúrgico bipolar.* Coagulación y sellado de vasos de hasta 7 mm.* Incorpora una cuchilla para el corte

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, silicona, tungsteno....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 5/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000004

GC: F56800

Nombre: REDUCTOR DE CÁNULA 12 MM / 8MM ROBOTICO-Medidas del reductor:12/8mm;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Medidas del reductor:12/8mm;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: Reducir el canal para la inserción de instrumentos de menor diámetro

Descripción

* Dispositivo que permite la inserción de los instrumentos de 8 mm en el trócar de 12

Material

* Silicona, caucho de poliisopreno,.....

Medida

* 12/8 mm

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 6/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000005

GC: F61675

Nombre: TIJERA DE POTTS ROBOTICA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: Incisiones tisulares precisas y limpias

Descripción

* Tijeras con punta que reproduce la forma de unas tijeras tipo Potts tradicionales en miniatura.* El instrumento posee un diámetro de 8 mm y se integra a partir de la cánula.

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada con resina....* Sin látex

Medida

* Diámetro 8mm

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

.

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 7/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000006

GC: F61704

Nombre: FUNDA EXTENSIÓN BRAZO ROBOTICO-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Protección y aislamiento del brazo de extensión de instrumental en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Funda estéril aplicable al brazo de extensión del sistema quirúrgico robótico que evita contaminaciones

Material

* Poliuretano termoplástico

Medida

* Diferentes medidas

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 8/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000007

GC: F71881

Nombre: PINZA SELLADORA DE VASOS ROBOTICA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: sellado de vasos y disección de tejidos con energía bipolar

Descripción

* Instrumento electroquirúrgico bipolar* Coagulación y sellado de vasos de hasta 5 mm* Corte con energía bipolar.

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, silicona

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000024

GC: F56393

Nombre: APLICADOR DE CLIP ROBÓTICO-Tamaño del aplicador:Compatible con clip de tamaño grande;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del aplicador:Compatible con clip de tamaño grande;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura en Cirugía robótica mínimamente invasiva.* Ligaduras de vasos

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal a modo de pinza aplicador de clip

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona.....

Medida

* El instrumento posee un diámetro de 8 mm.* Diferentes tamaños de clips

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 10/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000024

GC: F56394

Nombre: APLICADOR DE CLIP ROBÓTICO-Tamaño del aplicador:Compatible con clip de tamaño mediano;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del aplicador:Compatible con clip de tamaño mediano;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura en Cirugía robótica mínimamente invasiva.* Ligaduras de vasos

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal a modo de pinza aplicador de clip

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona.....

Medida

* El instrumento posee un diámetro de 8 mm.* Diferentes tamaños de clips

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 11/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000025

GC: F56399

Nombre: PORTA-AGUJAS ROBÓTICO-Tamaño del porta-agujas:Mega;Cortasutura:si;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del porta-agujas:Mega;Cortasutura:si;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable al brazo del robot quirúrgico con mandíbulas en su extremo distal que permiten alojar la aguja.* con o sin sistema de corte

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona,

Medida

* Varias medidas

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 12/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000025

GC: F56401

Nombre: PORTA-AGUJAS ROBÓTICO-Tamaño del porta-agujas:Grande;Cortasutura:si;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del porta-agujas:Grande;Cortasutura:si;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable al brazo del robot quirúrgico con mandíbulas en su extremo distal que permiten alojar la aguja.* con o sin sistema de corte

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona,

Medida

* Varias medidas

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 13/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000025

GC: F56403

Nombre: PORTA-AGUJAS ROBÓTICO-Tamaño del porta-agujas:Grande;Cortasutura:no;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del porta-agujas:Grande;Cortasutura:no;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable al brazo del robot quirúrgico con mandíbulas en su extremo distal que permiten alojar la aguja.* con o sin sistema de corte

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona,

Medida

* Varias medidas

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 14/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000025

GC: F56402

Nombre: PORTA-AGUJAS ROBÓTICO-Tamaño del porta-agujas:Mega;Cortasutura:no;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño del porta-agujas:Mega;Cortasutura:no;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable al brazo del robot quirúrgico con mandíbulas en su extremo distal que permiten alojar la aguja.* con o sin sistema de corte

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona,

Medida

* Varias medidas

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 15/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000026

GC: F56337

Nombre: TIJERA MONOPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:curva;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:curva;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Incisiones tisulares precisas y limpias* Hemostasia localizada y precisa, disección tisular delicada Corte... en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico . * Tijera monopolar cauterizadora con hoja puntiaguda y curvada* Con conexión monopolar.

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, ETFE, silicona....

Medida

* Diámetro de 8 mm

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 16/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000027

GC: E57968

Nombre: PINZA ARMONICA ROBÓTICA-Tipo de punta:redonda;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:redonda;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* intervenciones quirúrgicas mediante robótica: incisión de tejidos blandos cuando se desea minimizar el sangrado y las lesiones térmicas

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con sistema de corte que puede ser de varias formas.* Con conexión para sistema ultrasónico (ultrasónico o armónico).* Coagulación e incisión de vasos de hasta 5 mm.* Compatible con cánula de 8 mm

Material

* Diferentes materiales: Titánio, silicona, poliamida.....

Medida

* Diámetro 8 mm.* Longitud estándar y larga

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 17/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F56405

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Fenestrada roma;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Fenestrada roma;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 18/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F56462

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Media;Tipo de punta:Doble fenestrada roma;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Media;Tipo de punta:Doble fenestrada roma;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 19/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F56464

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Doble gancho;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Doble gancho;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 20/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F56465

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Baja;Tipo de punta:Fenestrada roma;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Baja;Tipo de punta:Fenestrada roma;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 21/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F61719

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Microforceps;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Microforceps;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 22/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F62341

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Baja;Tipo de punta:roma;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Baja;Tipo de punta:roma;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 23/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000028

GC: F65273

Nombre: PINZA AGARRE ROBÓTICA-Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Bordes Dentados;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Fuerza de agarre:Alta;Tipo de punta:Bordes Dentados;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Agarre y/o manipulación de tejidos en Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre de tejidos.

Material

* diferentes materiales: Acero inoxidable, tungsteno, caucho de silicona, fibra de vidrio reforzada.....

Medida

* 8 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 24/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000030

GC: F56373

Nombre: PINZA BIPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:Disector;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Disector;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cauterización de tejidos en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre y cauterización de tejidos.* Con conexión bipolar.

Material

* Mandíbulas de acero inoxidable grado médico y mango de material plástico.

Medida

* Varias medidas de Ø y longitud.

Envasado

* Envase no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 25/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000030

GC: F56374

Nombre: PINZA BIPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:Grasper;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Grasper;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cauterización de tejidos en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre y cauterización de tejidos.* Con conexión bipolar.

Material

* Mandíbulas de acero inoxidable grado médico y mango de material plástico.

Medida

* Varias medidas de Ø y longitud.

Envasado

* Envase no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 26/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000030

GC: F56375

Nombre: PINZA BIPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:Maryland;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Maryland;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cauterización de tejidos en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre y cauterización de tejidos.* Con conexión bipolar.

Material

* Mandíbulas de acero inoxidable grado médico y mango de material plástico.

Medida

* Varias medidas de Ø y longitud.

Envasado

* Envase no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 27/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000030

GC: F56381

Nombre: PINZA BIPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:Forceps fenestrado;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Forceps fenestrado;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cauterización de tejidos en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre y cauterización de tejidos.* Con conexión bipolar.

Material

* Mandíbulas de acero inoxidable grado médico y mango de material plástico.

Medida

* Varias medidas de Ø y longitud.

Envasado

* Envase no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 28/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000030

GC: F56391

Nombre: PINZA BIPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:Forceps;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Forceps;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cauterización de tejidos en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Instrumento adaptable a brazo de robot quirúrgico con extremo distal con dos mandíbulas de diversas formas para agarre y cauterización de tejidos.* Con conexión bipolar.

Material

* Mandíbulas de acero inoxidable grado médico y mango de material plástico.

Medida

* Varias medidas de Ø y longitud.

Envasado

* Envase no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 29/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000033
GC: F56559
Nombre: FUNDA P/ BRAZO I. ROBÓTICO-GC
Nemotécnico:
Medida: Unidad (Pieza)
Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

- * Protección y aislamiento del brazo de instrumental en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

- * Funda estéril aplicable al brazo del sistema quirúrgico robótico que evita contaminaciones

Material

- * Poliuretano termoplástico

Medida

- * Varias medidas.

Envasado

- | * Envase unitario estéril donde aparezca:
de esterilización | -Referencia de fabricante
-Fecha de caducidad | -Denominación comercial | -Método |
|--|--|-------------------------|---------|
|--|--|-------------------------|---------|

Observaciones

- Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 30/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4M09BZKPL3DOW2359ZKVV0R	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000034

GC: F56859

Nombre: SELLADOR DE CANULA ROBÓTICA-Medidas del sellador:12/8mm;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Medidas del sellador:12/8mm;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: Impedir la salida del neumoperitoneo

Descripción

* Instrumento para obturación de las cánulas de inserción de instrumental impidiendo la salida del neumoperitoneo.* El dispositivo consta de una válvula interna y de una guarnición que previene las pérdidas de gas durante la inserción o extracción de los instrumentos y de la óptica

Material

* Policarbonato, caucho, polietileno, Radel R5500.....

Medida

* Diferentes medidas: 8/5 mm, 12/8mm

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método
de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 31/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000036

GC: B83975

Nombre: CAPUCHON P/ TIJERA MONOPOLAR ROBÓTICA-Tipo de punta:redonda;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:redonda;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Aislamiento de la tijera monopolar en intervenciones quirúrgicas mediante robótica.

Descripción

* Accesorio cubrepunta de material aislante para introducir en la punta de la tijera robótico

Material

* Resina polieterimida, silicona

Medida

* Varias medidas.

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 32/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000034

GC: F56860

Nombre: SELLADOR DE CANULA ROBÓTICA-Medidas del sellador:8/5mm;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Medidas del sellador:8/5mm;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: Impedir la salida del neumoperitoneo

Descripción

* Instrumento para obturación de las cánulas de inserción de instrumental impidiendo la salida del neumoperitoneo.* El dispositivo consta de una válvula interna y de una guarnición que previene las pérdidas de gas durante la inserción o extracción de los instrumentos y de la óptica

Material

* Policarbonato, caucho, polietileno, Radel R5500.....

Medida

* Diferentes medidas: 8/5 mm, 12/8mm

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 33/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000038

GC: F56560

Nombre: FUNDA COLUMNA ROBÓTICA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva.* Evita posible contaminación

Descripción

* Funda completa de la columna del sistema robótico, evitando posibles contaminaciones de la funda del brazo.

Material

* Plástico.

Medida

* Varias medidas.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*
Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de
caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 34/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.000040

GC: F56327

Nombre: GANCHO ROBOTICO-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: -Incisiones tisulares precisas y limpias -Hemostasia localizada -Disecciones de tejidos

Descripción

* Instrumento adaptable al brazo del robot quirúrgico con punta operativa en forma de gancho monopolar * Dotado de un manguito de cerámica aislante para reducir la superficie electrificada.

Material

* Diferentes materiales: Acero inoxidable, ETFE (etileno-tetrafluoroetileno), tungsteno, fibra de vidrio, cobre, silicona..

Medida

* Diámetro 8 mm

Envasado

* Envase unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.100005

GC: F56855

Nombre: FUNDA P/ ARTICULACION DE GRAPADORA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: protección de los tejidos adyacentes a la articulación de la grapadora

Descripción

* Accesorio de material aislante que se introduce por la punta y aísla la articulación de la grapadora de los tejidos

Material

* Diferentes materiales: Polyflon, PTFE....

Medida

* Stándar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 36/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.100006

GC: F71613

Nombre: GRAPADORA TISULAR ROBOTICA 45mm Ø 12 mm /sin carga - 1 Uso-Tipo de punta:Curva;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Curva;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva : sutura de tejidos de forma mecánica

Descripción

* Grapadora mecánica lineal. Desechable, de 1 único uso. * Ø de 12 mm * Punta curva o recta.* Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.* Para cargas de 45mm de longitud.

Material

* Acero inoxidable grado médico, Poliamida, Tungsteno, PTFE,...

Medida

* Ø 12mm* Longitud de la carga 45mm

Envasado

* Envase unitario estéril* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial.. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote del producto. - Referencia del fabricante.

Observaciones

*

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 37/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.100006

GC: F71614

Nombre: GRAPADORA TISULAR ROBOTICA 45mm Ø 12 mm /sin carga - 1 Uso-Tipo de punta:Recta;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Recta;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva : sutura de tejidos de forma mecánica

Descripción

* Grapadora mecánica lineal. Desechable, de 1 único uso. * Ø de 12 mm * Punta curva o recta.* Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.* Para cargas de 45mm de longitud.

Material

* Acero inoxidable grado médico, Poliamida, Tungsteno, PTFE,...

Medida

* Ø 12mm* Longitud de la carga 45mm

Envasado

* Envase unitario estéril* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial.. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote del producto. - Referencia del fabricante.

Observaciones

*

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 38/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.100009

GC: G13669

Nombre: GRAPADORA TISULAR ROBOTICA 30mm Ø 8 mm /sin carga - 1 Uso-Tipo de punta:Curva;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Curva;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

Cirugía robótica mínimamente invasiva : sutura de tejidos de forma mecánica.

Descripción

Grapadora mecánica lineal. Desechable, de 1 único uso. Ø de 8 mm Punta curva o recta, incluye cuchilla.Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.Para cargas de 30mm de longitud.

Material

Acero inoxidable grado médico, Poliamida, Tungsteno, PTFE,...

Medida

Ø 8mm.Longitud de la carga 30mm.

Envasado

Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial.. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote del producto. - Referencia del fabricante.

Observaciones

*

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 39/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.100010

GC: G13808

Nombre: GRAPADORA TISULAR ROBOTICA 60mm Ø 12 mm /sin carga - 1 Uso-Tipo de punta:Recta;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tipo de punta:Recta;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

*Cirugía robótica mínimamente invasiva : sutura de tejidos de forma mecánica.

Descripción

* Grapadora mecánica lineal. Desechable, de 1 único uso. * Ø de 12 mm * Punta curva o recta.* Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.* Para cargas de 60mm de longitud

Material

* Acero inoxidable grado médico, Poliamida, Tungsteno, PTFE,...

Medida

* Ø 12mm* Longitud de la carga 60mm

Envasado

* Envase unitario estéril* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure: - Denominación comercial.. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote del producto. - Referencia del fabricante.

Observaciones

*

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ			29/09/2025	PÁGINA 40/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200000

GC: F71757

Nombre: CARGA DE 45MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 45mm.* Seis líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 45 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 41/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200000

GC: F71758

Nombre: CARGA DE 45MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 45mm.* Seis líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 45 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 42/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200000

GC: F71759

Nombre: CARGA DE 45MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[4.3-4.3];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[4.3-4.3];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 45mm.* Seis líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 45 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 43/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200000

GC: F71760

Nombre: CARGA DE 45MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[4.6-4.6];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[4.6-4.6];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 45mm.* Seis líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 45 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 44/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200000

GC: F71756

Nombre: CARGA DE 45MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[2-2];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[2-2];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 45mm.* Seis líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 45 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 45/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200001

GC: G13812

Nombre: CARGA DE 30MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[2-2];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[2-2];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido.

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 30mm.* Cuatro líneas de grapas y sin cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 30 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 46/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200001

GC: G13813

Nombre: CARGA DE 30MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido.

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 30mm.* Cuatro líneas de grapas y sin cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 30 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 47/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200001

GC: G13814

Nombre: CARGA DE 30MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido.

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 30mm.* Cuatro líneas de grapas y sin cuchilla.

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 30 mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 48/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200002

GC: G13816

Nombre: CARGA DE 60MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[2.5-2.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 60mm* Seis líneas de grapas y cuchilla

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 60mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 49/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200002

GC: G13817

Nombre: CARGA DE 60MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[3.5-3.5];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 60mm* Seis líneas de grapas y cuchilla

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 60mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 50/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200002

GC: G13818

Nombre: CARGA DE 60MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[4.3-4.3];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[4.3-4.3];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 60mm* Seis líneas de grapas y cuchilla

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 60mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 51/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.200002

GC: G13819

Nombre: CARGA DE 60MM P/GRAPADORA ROBOTICA-Altura de la grapa:[4.6-4.6];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de la grapa:[4.6-4.6];Modelo Grapadora:Grapadora de 1 sólo uso (modelo SUREFORM);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva: corte y sutura de tejido

Descripción

* Carga para usar con la grapadora robótica lineal de 60mm* Seis líneas de grapas y cuchilla

Material

* Diferentes materiales: acero inoxidable, PTFE.* Grapas de titanio

Medida

* 60mm de longitud * Diferentes alturas de grapa según el tejido a grapar

Envasado

* Unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 52/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.300000

GC: F56910

Nombre: COLCHONETA P/ POSIONAMIENTO DE PACIENTE P/ ROBOTICA-Tamaño:Grande;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño:Grande;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Procedimientos de cirugía laparoscópica, laparotómica y robótica: mantenimiento del paciente en sobre la mesa operatoria...

Descripción

* Colchoneta que permite mantener la posición del paciente sobre la camilla operatoria; creando un coeficiente de fricción adecuado* El dispositivo de protección impide que el paciente resbale sobre la camilla operatoria al colocarlo en la posición de Trendelemburg y anti-Trendelemburg.

Material

* Espuma flexible viscoelástica

Medida

* Diferentes medidas

Envasado

* Unitario no esterilizar donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 53/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.300000

GC: F56911

Nombre: COLCHONETA P/ POSIONAMIENTO DE PACIENTE P/ ROBOTICA-Tamaño:Standard;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Tamaño:Standard;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Procedimientos de cirugía laparoscópica, laparotómica y robótica: mantenimiento del paciente en sobre la mesa operatoria...

Descripción

* Colchoneta que permite mantener la posición del paciente sobre la camilla operatoria; creando un coeficiente de fricción adecuado* El dispositivo de protección impide que el paciente resbale sobre la camilla operatoria al colocarlo en la posición de Trendelemburg y anti-Trendelemburg.

Material

* Espuma flexible viscoelástica

Medida

* Diferentes medidas

Envasado

* Unitario no esterilizar donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.400000

GC: F97981

Nombre: CABLE MONOPOLAR P/ROBOTICA-Longitud:[4-5];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Longitud:[4-5];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Conectar instrumentos electroquirúrgicos monopolares a un generador electroquirúrgico, compatible con Cirugía robótica.

Descripción

* Cable con doble terminación, de conexión específica, una para el generador electroquirúrgico y otra para el instrumento robótico.

Material

* Diferentes materiales.

Medida

* Longitud: 4 metros (m).

Envasado

* Envasado con etiquetado donde aparezca: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.

Observaciones

* Al tener una reutilización máxima de 20 ciclos, se cataloga como material fungible.

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 55/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.01.11.25.400001

GC: F97982

Nombre: CABLE BIPOLAR P/ROBOTICA-Longitud:[5-6];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Longitud:[5-6];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Conectar instrumentos electroquirúrgicos bipolares a un generador electroquirúrgico, compatible con Cirugía robótica.

Descripción

* Cable con doble terminación, de conexión específica, una para el generador electroquirúrgico y otra para el instrumento robótico.

Material

* Diferentes materiales.

Medida

* Longitud: 5 metros (m).

Envasado

* Envasado con etiquetado donde aparezca: - Denominación comercial. - Referencia del fabricante. - Número de lote.

Observaciones

* Al tener una reutilización máxima de 20 ciclos, se cataloga como material fungible.

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 56/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000000

GC: F56505

Nombre: CANULA P/ INSTRUMENTOS BRAZO ROBÓTICO Ø 8MM-* Longitud: 100mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: * Longitud: 100mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva * Puerto de entrada, acceso quirúrgico por donde se introduce el instrumental

Descripción

* La cánula adaptable al brazo de robot quirúrgico.* Permite la introducción de la óptica y de los instrumentos robóticos en el campo quirúrgico

Material

* Acero inoxidable

Medida

* Ø 8MM* Longitudes: de 100mm y 150mm

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 57/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000000

GC: F56524

Nombre: CANULA P/ INSTRUMENTOS BRAZO ROBÓTICO Ø 8MM-* Longitud: 150mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: * Longitud: 150mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva * Puerto de entrada, acceso quirúrgico por donde se introduce el instrumental

Descripción

* La cánula adaptable al brazo de robot quirúrgico.* Permite la introducción de la óptica y de los instrumentos robóticos en el campo quirúrgico

Material

* Acero inoxidable

Medida

* Ø 8MM* Longitudes: de 100mm y 150mm

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 58/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000001

GC: F56547

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 8MM-* Para cánula de 100mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: * Para cánula de 100mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma.* Para cánulas de 8mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 59/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000001

GC: F61368

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 8MM-* Para cánula de 190mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: * Para cánula de 190mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma.* Para cánulas de 8mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 60/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000001

GC: F56548

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 8MM-* Para cánula de 150mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: * Para cánula de 150mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma.* Para cánulas de 8mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 61/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000002

GC: F56553

Nombre: TRÓCAR DE HASSON P/ INSTRUMENTOS BRAZO ROBÓTICO Ø 8MM-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva * Puerto de entrada, acceso quirúrgico por donde se introduce el instrumental

Descripción

* Dispositivo de forma cónica, por el que se introduce la cámara y otros componentes en la cavidad abdominal . * Con mecanismo de cierre central que permite fijarlo al eje de la cánula* Con collarín para permitir que la cánula rote independientemente del trócar de Hasson para aplicación robótica.* Con sistema de anclaje mediante suturas

Material

* Acero inoxidable y resina

Medida

* Diámetro 8mm

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 62/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000003

GC: F56781

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 12MM-Punta:roma, para cánula de 100mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Punta:roma, para cánula de 100mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma o punzante* Para cánulas de 12mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 63/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000003

GC: F56786

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 12MM-Punta:roma, para cánula de 150mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Punta:roma, para cánula de 150mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma o punzante* Para cánulas de 12mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 64/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000003

GC: F60569

Nombre: OBTURADOR P/ CÁNULA Ø 12MM-Punta:triangular, para cánula de 100mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Punta:triangular, para cánula de 100mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Instrumento que va por dentro de la cánula específica del brazo robótico,* Permite la introducción dentro de la cavidad corporal * Con punta roma o punzante* Para cánulas de 12mmØ

Material

* Resina

Medida

* Diferentes medidas según longitud de la cánula

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 65/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000004

GC: F56785

Nombre: CANULA P/ INSTRUMENTOS BRAZO ROBÓTICO Ø 12MM-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva * Puerto de entrada, acceso quirúrgico por donde se introduce el instrumental

Descripción

* Cánula adaptable al brazo de robot quirúrgico. * Permite la introducción de la óptica y de los instrumentos robóticos en el campo quirúrgico

Material

* Acero inoxidable

Medida

* Ø 12MM

Envasado

* Unitario no estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 66/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.13.25.06.000005

GC: F60583

Nombre: CANULA CÓNICA P/ INSTRUMENTOS BRAZO ROBÓTICO Ø 8MM-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Cirugía robótica mínimamente invasiva

Descripción

* Cánula acampanada con toma de conexión neutra a cable * Permite la introducción de la óptica y de los instrumentos robóticos en el campo quirúrgico

Material

* Acero inoxidable

Medida

* Ø 8MM * Longitud 100mm

Envasado

* Envasado unitario no esteril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 67/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Código: SU.PC.SANI.14.29.02.000078

GC: F56151

Nombre: CONTENEDOR P/INSTRUMENTAL 562x330x60mm C/TAPA PERFORADA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Esterilización de instrumental, compatible con accesorios del sistema DaVinci

Descripción

* Caja de aluminio para accesorios de instrumental con sujeciones de silicona colocadas tanto en la base como en la tapa, ajustadas a cada tipo de material, para evitar que los instrumentos se muevan durante el proceso de esterilización.

Material

* Aluminio y silicona

Medida

* Medidas: 56,2 x 33,0 x 6 cm

Envasado

* Unitario donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar



Código: SU.PC.SANI.14.29.02.000079

GC: F56165

Nombre: CONTENEDOR P/INSTRUMENTAL 680x254x92mm C/TAPA PERFORADA-GC

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Esterilización. Compatible con instrumento del sistema DaVinci

Descripción

* Caja de aluminio para 6 instrumentos con sujeciones de silicona colocadas tanto en la base como en la tapa, ajustadas a cada tipo de material, para evitar que los instrumentos se muevan durante el proceso de esterilización.

Material

* Aluminio y silicona

Medida

* Largo 679 mm Ancho 254 mm Alto 92 mm

Envasado

* Unitario donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		29/09/2025	PÁGINA 69/69
VERIFICACIÓN	BndJAN4MQ9BZKPL3DQW2359ZKVWVQR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	