

CONSULTA 1

Nos ha surgido una duda al revisar las especificaciones técnicas.

Observamos que se indica un rango de temperatura de 0 a 50 °C, pero en el apartado de estabilidad de humedad aparece el valor de 90 °C, lo cual no nos coincide y agradeceríamos poder confirmar si es un error tipográfico.

RESPUESTA 1

Respecto a la consulta hay que aclarar que la estabilidad la humedad relativa debe ser al menos

o $\pm 0,3$ % entre 5 % Rh y 50 % Rh /20 °C

o $\pm 0,3$ % a 50 °C / 90 % Rh

CONSULTA 2

En relación al expediente del asunto queríamos comentarles que vemos una contradicción en las características técnicas solicitadas en los pliegos:

Ya que en un principio se solicita una temperatura de hasta +50°C y luego se indica +/-0,3% HR a 90°C y 90 HR

Pueden aclararlo por favor?

RESPUESTA 2

Respecto a la consulta hay que aclarar que la estabilidad la humedad relativa debe ser al menos

o $\pm 0,3$ % entre 5 % Rh y 50 % Rh /20 °C

o $\pm 0,3$ % a 50 °C / 90 % Rh

CONSULTA 3

Agradecemos nos puedan responder a esta duda;

En el punto 4.2 del PPT se indica "Rango de temperatura: de 5°C a +50°C". Sin embargo, más adelante en el mismo punto, se indica: "Estabilidad de la temperatura: +/-0,2°C a -10°C"

Necesitaríamos aclarar este dato, pues se solicita una determinada estabilidad de la temperatura en un punto que está fuera del rango requerido.

RESPUESTA 3

Quedaría,

Estabilidad de la temperatura: +/-0,2°C en el rango de temperatura