

AG	Lotes	Catálogo SAS	Genérico de Centro (GC)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nombre	Características	Precio Unitario S /IVA	COSTES DIRECTOS:83% Materia prima, diseño, transportes y mano de obra	COSTES INDIRECTOS: 8% Gastos generales, costes de administración	BENEFICIO INDUSTRIAL: 9%
	1	SU.PC.SANI.01.19.01.00004	B76500	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];	<p>Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos.</p> <p>Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90°. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm.</p> <p>Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla.</p> <p>Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.</p>	3,780000	3,137	0,302	0,340
	2	SU.PC.SANI.01.19.01.00004	D85326	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25];	<p>Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos.</p> <p>Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90°. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm.</p> <p>Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla.</p> <p>Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.</p>	3,780000	3,137	0,302	0,340

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.0 00004	D92272	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	<p>AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];</p> <p>Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.</p>	3,780000	3,137	0,302	0,340
	4	SU.PC.SANI.01.19.01.0 00004	D92274	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	<p>AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25];</p> <p>Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.</p>	3,780000	3,137	0,302	0,340

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

5	SU.PC.SANI.01.19.01.0 00006	D92707	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20- 20];Longitud aguja:(16- 20);Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	4,040000	3,353	0,323	0,364
6	SU.PC.SANI.01.19.00.0 00003	E88483	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUJA PUNCION SECA- Long. de la aguja:[50- 50];Diámetro de la aguja:[0.30-0.30];	Aguja de punta redonda con mango labrado. Con tubo guia para su introducción Material , Acero quirúrgico. Tubo guia de plástico. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote . La referencia comercial.	0,098500	0,082	0,008	0,009
7	SU.PC.SANI.01.19.02.0 00003	E30110	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11- 20];Diámetro ext. cateter:[6.6-6.6];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura aprox de cámara de 12mm . catéter de una vía de long aprox de 76 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	145,000000	120,350	11,600	13,050

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

8	SU.PC.SANI.01.19.02.00010	F35364	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO- Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[5.7-5.7];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de:. reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara de aprox 15 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo capaz de soportar presiones de hasta 300 psi., de longitud aprox de 76 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad. el número de lote. la referencia comercial.	145,000000	120,350	11,600	13,050
9	SU.PC.SANI.01.19.02.00009	B38006	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO- Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	250,000000	207,500	20,000	22,500

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

10	SU.PC.SANI.01.19.02.2 00006	E03693	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO- Longitud catéter:[50- 100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[8- 8];Diámetro int. cateter:[7- 7.5];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara aprox 12 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo y longitud aprox de 50 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	200,000000	166,000	16,000	18,000
11	SU.PC.SANI.01.19.02.2 01000	B44001	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT.PLASTICO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11- 20];Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de cámara aprox de 11 mm . catéter de una vía con longitud aprox de 75 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material,Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	215,000000	178,450	17,200	19,350

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

12	SU.PC.SANI.01.19.02.3 00003	B43930	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[7- 7];Diámetro int. cateter:[3.3-3.3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de doble cámara con altura aprox de 10 mm . catéter de dos vías con longitud aprox de 75 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico y titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Bajo perfil (hasta 10.9mm. de altura del dispositivo). Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	415,000000	344,450	33,200	37,350
13	SU.PC.SANI.01.19.03.1 03000	C29529	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[0- 5];Ancho:[0-30];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: DIGISTIM Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	1,329960	1,104	0,106	0,120
14	SU.PC.SANI.01.19.03.1 03000	B51447	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30- 60];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS. Envase unitario Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	0,324992	0,270	0,026	0,029

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

15	SU.PC.SANI.01.19.03.1 03000	B54770	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[60- 90];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS, NMES Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	0,380000	0,315	0,030	0,034
16	SU.PC.SANI.01.19.03.1 03000	C28741	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90- 120];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Eq. compatible: terminal hembra 2 mm Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	1,111111	0,922	0,089	0,100
17	SU.PC.SANI.01.19.03.1 00002	B50955	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR S/ CABLE-Longitud:[90- 120];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Eq. compatible:terminal hembra 2 mm Material plástico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial.	1,215000	1,008	0,097	0,109
18	SU.PC.SANI.01.19.03.2 00000	E92096	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	CATETER BLOQUEO GANGLIO ESFENOPALATINO (GEP)- Diámetro de la cánula externa:[5-5];Longitud de la cánula externa:[85-85];	Equipo que consta de: - Catéter o cánula con marcas radiopacas y marcas de profundidad - Catéter con punta angulada y preformada que se introduce por el otro catéter o cánula. Material plástico Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. . la referencia comercial.	110,000000	91,300	8,800	9,900

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

19	SU.PC.SANI.01.19.05.00006	C28754	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO / pediátrico-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY pediátrica, de aprox 50 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud,de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	39,900000	33,117	3,192	3,591
20	SU.PC.SANI.01.19.05.00004	B47386	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO- Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	11,000000	9,130	0,880	0,990

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

21	SU.PC.SANI.01.19.05.0 00004	D88210	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO- Diámetro catéter:[3.8- 3.8];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 91 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	5,500000	4,565	0,440	0,495
22	SU.PC.SANI.01.19.05.0 90000	C24987	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA LOCO- REGIONAL COMBINADO- Diámetro catéter:[3- 3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtro:si;	El equipo consta de: - 2 agujas: 1 tipo touhy y 1 punta lapiz o bisel romo de aprox 125 mm. - 1 catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - 1 filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - 1 adaptador. - 1 jeringa de baja resistencia. Material, Aguja de acero inoxidable grado médico. Catéter de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	33,000000	27,390	2,640	2,970

2	23	SU.PC.SANI.01.19.03.0 02000		2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[2-2]	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5,880000	4,880	0,470	0,529
	24	SU.PC.SANI.01.19.03.0 02000		2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[2.5- 2.5];	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5,800000	4,814	0,464	0,522
	25	SU.PC.SANI.01.19.03.0 02000		2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[4- 4];	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5,879999	4,880	0,470	0,529

ANEXO II AL CR

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

	26	SU.PC.SANI.01.19.05.4 00000	B43706	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Dispositivo con adhesivo para fijación en la piel. Sistema de fijación del catéter mediante presión o adhesivo. Diversos materiales. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.	2,375950	1,972	0,190	0,214
	27	SU.PC.SANI.01.19.05.7 00000	F18055	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	PRODUCTOS PARA CRIOANESTESIA LOCAL-GC	Producto en solución para pulverización sobre piel intacta con el que se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona. Material Cloretilo Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	4,257000	3,533	0,341	0,383