

ACTA

Siendo las 9:30 horas del día 16 de marzo de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas, segunda planta del edificio de los SSCC del SAS, los miembros de la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, con la composición que se cita a continuación:

- PRESIDENTE:** María Ramírez Gutiérrez. Subdirectora de Compras y Logística como suplente del Subdirector Económico y de Servicios Generales del H.U. Virgen del Rocío de Sevilla.
- VOCALES:** Victoria López Gutiérrez. Interventora Central Adjunta del SAS.
Elena Sanmartín Trejo. Letrada jefa de asuntos consultivos de la asesoría jurídica del SAS asiste de forma telemática mediante aplicación zoom.
Florinda Rodríguez Vázquez. Jefa de Servicio de Gestión de Inversiones y Contrataciones del SAS, como suplente de la vocalía constituida en el Subdirector Económico y de Servicios Generales del H.U. Virgen de la Victoria de Málaga.
- SECRETARIO:** Francisco Manuel Vicente Mateos. Jefe de Servicio de Contratación Central Regional de Compras.

Asimismo asiste durante el primer punto del orden del día Don Jaime González Fernández a los efectos de responder y asesorar a la mesa respecto a cualquier cuestión suscitada con ocasión del estudio del informe. Para el punto tercero asiste a la mesa Doña Natividad Valencia Liñán a los efectos de responder y asesorar a la mesa respecto a cualquier cuestión suscitada con ocasión del estudio del informe y Don Rafael Sáenz Pastor y Doña María Dolores Muñoz Hierro asisten al cuarto punto del orden del día a los efectos de asesorar a la mesa respecto de la acreditación de la capacidad técnica del licitador.

Se firma la declaración de ausencia de conflictos de intereses a la que hace referencia la Instrucción 1/2022, de 19 de mayo, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública relativa a la participación de las personas miembros de los órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación con ocasión de la tramitación de los contratos con origen de financiación en fondos europeos, por parte de los miembros de la mesa que no habían participado previamente en algunos de los expedientes a tratar, y se manifiesta por parte de los que ya han participado en sesiones anteriores del mismo expediente, y que cuentan con una declaración previamente firmada, que las circunstancias recogidas en dichas declaraciones se mantienen en la actualidad.

Al existir el quorum necesario se constituye la Mesa de Contratación, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día y que se citan a continuación.

1.- Expediente CC 0009/2025-nº siglo 1011/2025, Obras de reforma y ampliación del hospital materno infantil de Málaga para la construcción del centro de protonterapia. Financiado con Fondos FEDER.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	20/03/2026	
VERIFICACIÓN	Francisco Manuel Vicente Mateos Pk2jmnF4DM72ZX5B79JPTTDBU2DVKM	PÁG. 1/4	



Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 12.529.143,19 €

Valor estimado, IVA excluido: 12.529.143,19 €

Fin plazo presentación ofertas: 16 de enero de 2026.

Fase del procedimiento: Lectura y visto del informe de criterios automáticos.

2.- Expediente 4000/2025- nº siglo 402/2025) Acuerdo Marco con una única empresa por agrupación de lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de implantes cocleares, implantes de conducción ósea (implantes vibratorios o implantes osteointegrados), implantes activos de oído medio y elementos de reposición para implantes cocleares, de conducción ósea e implantes activos de oído medio.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 18.071.185,68 €

Valor estimado, IVA excluido: 41.563.727,06 €

Fin plazo presentación ofertas: 14 de agosto de 2025.

Fase del procedimiento: Calificación de la documentación presentada en aclaración por la licitadora Medel.

3.- Expediente 4001/2024- nº siglo 804/2024, Acuerdo Marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones para el suministro de material específico para videocirugía con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 49.331.347,51 €

Valor estimado, IVA excluido: 97.977.195,33 €

Fin plazo presentación ofertas: 10 de marzo de 2025.

Fase del procedimiento: Lectura y estudio del informe de criterios no automáticos y en su caso apertura de los sobres electrónicos nº 3.

4.- Expediente: 2116/2025- nº de siglo 968/2025, servicios de mantenimiento de los sistemas de información para la gestión de la prestación farmacéutica.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 1.943.865,00 €

Valor estimado, IVA excluido: 4.498.200,00 €

Fecha fin presentación de ofertas: 15 de enero de 2026.

Fase del procedimiento: Calificación de la documentación presentada por el propuesto adjudicatario. (1 Licitador: Inetum)

5.-Ruegos y preguntas.

6.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	20/03/2026	
VERIFICACIÓN	Francisco Manuel Vicente Mateos Pk2jmnF4DM72ZX5B79JPTTDBU2DVKM	PÁG. 2/4	



1.- Expediente CC 0009/2025-nº siglo 1011/2025, Obras de reforma y ampliación del hospital materno infantil de Málaga para la construcción del centro de protonterapia. Financiado con Fondos FEDER.

Se incorpora a la sesión Don Jaime González Fernández a los efectos de responder y asesorar a la mesa respecto a cualquier cuestión suscitada con ocasión de la lectura del informe de criterios automáticos. La mesa procede a la lectura del citado informe, detectando la existencia de un error material en la redacción de uno de los apartados. A los efectos de subsanar tal error, se solicita que se remita nuevo informe con la errata corregida. Una vez subsanado el error, la mesa procede a finalizar el estudio del informe procediendo a darle el visto bueno.

A continuación la mesa acuerda, a la vista de las puntuaciones totales obtenidas por los licitadores, proponer a BILBA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. como propuesta adjudicataria a los efectos de requerirle la documentación acreditativa de la capacidad en los términos recogidos en el PCAP.

2.- Expediente 4000/2025- nº siglo 402/2025) Acuerdo Marco con una única empresa por agrupación de lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de implantes cocleares, implantes de conducción ósea (implantes vibratorios o implantes osteointegrados), implantes activos de oído medio y elementos de reposición para implantes cocleares, de conducción ósea e implantes activos de oído medio.

El secretario de la mesa procede a la apertura y descarga de la documentación remitida por el licitador Med-el elektromedizinische gerate gesellschaft gmbh sucursal España en aclaración de la subsanación requerida; dado que aporta la traducción jurada del documento requerido en la sesión de 03/03/2026 y constatado que se acredita el volumen de negocio de requerido como acreditación de la solvencia económica, se acuerda que la documentación es correcta.

Finalmente la mesa acuerda continuar el procedimiento para todos los licitadores propuestos adjudicatarios del Acuerdo Marco conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

3.- Expediente 4001/2024- nº siglo 804/2024, Acuerdo Marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones para el suministro de material específico para videocirugía con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Se incorpora a la sesión Doña Natividad Valencia Liñán a los efectos de asesorar a la mesa respecto de cualquier cuestión que suscitara el informe de criterios no automáticos, dados sus conocimientos en el material objeto de licitación, así como por las funciones que ha desempeñado en la tramitación del expediente como Jefa de la Unidad de Catalogo y Banco. La mesa tras la lectura del citado informe procede a darle el visto bueno.

Así mismo, la mesa acuerda la exclusión de los licitadores relacionados en el anexo II del informe, al no cumplir los requisitos del PPT, así como de los relacionados en el anexo IV, al no superar estos el umbral mínimo de calidad establecido en el pliego que rige la licitación.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	20/03/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNF4DM72ZX5B79JPTTDBU2DVKM	PÁG. 3/4	



Se pospone para una sesión posterior la apertura de los sobres nº 3.

4.- Expediente: 2116/2025- nº de siglo 968/2025, servicios de mantenimiento de los sistemas de información para la gestión de la prestación farmacéutica.

Se incorporan a la sesión Don Rafael Sáenz Pastor y Doña María Dolores Muñoz Hierro a los efectos de asesorar a la mesa respecto de la acreditación de la capacidad técnica del licitador Inetum. El Secretario procede a la apertura y descarga de la documentación remitida.

Respecto de la acreditación de la solvencia técnica, Don Rafael Pastor y Doña Maria Dolores muños Hierro proceden al estudio de los certificados remitidos considerando que los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona (dos certificados) y el Ayuntamiento de Valencia acreditan suficientemente la solvencia técnica requerida. Respecto del cumplimiento del resto de requisitos la mesa constata la falta de acreditación de la efectiva constitución de la garantía ante la Caja General de Depósitos, al aportar únicamente el justificante de presentación, a la vista de esto se acuerda requerirle en subsanación la documentación acreditativa de la constitución de la garantía ante la Caja General de Depósitos; el resto de la documentación aportada se considera correcta.

5.-Ruegos y preguntas.

No se plantean.

6.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se aprueba el acta de esta sesión por unanimidad de los miembros de la Mesa, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del 16 de marzo de 2026.

VºBº PRESIDENTA

SECRETARIO

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA RAMIREZ GUTIERREZ	20/03/2026	
VERIFICACIÓN	Francisco Manuel Vicente Mateos Pk2jmnF4DM72ZX5B79JPTTDBU2DVKM	PÁG. 4/4	

INFORME TÉCNICO SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÁLAGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTONTERAPIA. CC 0009/2025- nº SIGLO 1011/2025. FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS.

ANTECEDENTES, RELACIÓN DE LICITADORES Y AUTORES DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Se emite el presente informe técnico a petición de la Mesa de Contratación.

Han sido admitidas a esta fase de tramitación las siguientes ofertas:

LICITADOR 1 VIALTERRA INTRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA

LICITADOR 2 BILBA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

La Comisión Técnica que ha evaluado las ofertas ha estado compuesta por los siguientes técnicos:

- María del Carmen Carrasco Martínez, Arquitecta del Servicio de Proyectos y Obras.
- Elías Cózar Cózar, Arquitecto técnico del Servicio de Proyectos y Obras.
- Jaime González Fernández, Arquitecto, Asesor Técnico del Servicio de Proyectos y Obras.
- Pedro J. Madueño Madueño, Arquitecto, Jefe del Servicio de Proyectos y Obras.

Se han analizado los diferentes apartados reseñados a continuación, siguiendo los criterios de valoración incluidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), para los criterios evaluables de forma automática:

2.1. Documentación Técnica:

2.1.1. Mejoras técnicas.

2.1.2- Propuesta de reducción del plazo de ejecución.

2.1.3. Seguimiento y Control de la ejecución de la obra utilizando Metodología BIM.

2.1.4. Propuesta de ampliación del plazo de garantía de las obras.

2.2. Documentación Económica.

2.2.1. Oferta económica para la ejecución de las obras.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN

La documentación analizada se incluye en el Sobre Electrónico nº 3 “Documentación económica y documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automática”, según lo establecido en el Apartado 6.4. del PCAP.

Los criterios de adjudicación y valoración para la adjudicación del contrato se establecen en el Apartado 7.4. del PCAP.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA SEGÚN APARTADO 7.4.4. DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (0 A 52 PUNTOS):

2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (0 A 32 PUNTOS).

2.1.1. MEJORAS TÉCNICAS (0 A 14 PUNTOS).

Para que el compromiso de mejoras técnicas de materiales y elementos constructivos ofertadas por el licitador, sin repercusión económica para el Servicio Andaluz de Salud, pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el **Anexo VIII, oferta de mejoras técnicas**, del PCAP.

LICITADOR 1

El licitador presenta declaración según Anexo VIII por la que se compromete a asumir, sin que suponga incremento de coste para el Servicio Andaluz de Salud, las mejoras que se relacionan en la siguiente tabla, en la que figura también la puntuación que otorga su aceptación.

MEJORAS COMPROMETIDAS	Puntuación
MEJORA TÉCNICA 1. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE FUERZA, DATOS Y SUMINISTRO AUXILIAR PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN.	0,12
MEJORA TÉCNICA 2. AJARDINAMIENTO DE TERRAZA Y PATIO INTERIOR.	1,26
MEJORA TÉCNICA 3. JARDINES VERTICALES	7,71
MEJORA TÉCNICA 4. WAYFINDING	0,31
MEJORA TÉCNICA 5. LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA BUNKER PROTONTERAPIA	0,18
MEJORA TÉCNICA 6. MEJORA DE LOS VIDRIOS TERMOACÚSTICO DEL PROYECTO.	0,88
MEJORA TÉCNICA 7. ALUMBRADO REGULABLE.	1,90
MEJORA TÉCNICA 8. MOTORIZACIÓN CELDAS MT.	1,64
Suma puntuación	14

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **14,00 puntos**.

LICITADOR 2

El licitador presenta declaración según Anexo VIII por la que se compromete a asumir, sin que suponga incremento de coste para el Servicio Andaluz de Salud, las mejoras que se relacionan en la siguiente tabla, en la que figura también la puntuación que otorga su aceptación.

MEJORAS COMPROMETIDAS	Puntuación
MEJORA TÉCNICA 1. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE FUERZA, DATOS Y SUMINISTRO AUXILIAR PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN.	0,12
MEJORA TÉCNICA 2. AJARDINAMIENTO DE TERRAZA Y PATIO INTERIOR.	1,26
MEJORA TÉCNICA 3. JARDINES VERTICALES	7,71
MEJORA TÉCNICA 4. WAYFINDING	0,31

MEJORA TÉCNICA 5. LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA BUNKER PROTONTERAPIA	0,18
MEJORA TÉCNICA 6. MEJORA DE LOS VIDRIOS TERMOACÚSTICO DEL PROYECTO.	0,88
MEJORA TÉCNICA 7. ALUMBRADO REGULABLE.	1,90
MEJORA TÉCNICA 8. MOTORIZACIÓN CELDAS MT.	1,64
Suma puntuación	14

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **14,00 puntos**.

2.1.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (0 A 6 PUNTOS)

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el **Anexo X, oferta de mejoras en el plazo de ejecución**.

LICITADOR 1

El licitador presenta declaración según modelo del Anexo X, según la cual se compromete a ejecutar las obras con una reducción del plazo de ejecución, sobre el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación, de OCHO (8) semanas.

Adjunta calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de ejecución ofertado.

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

LICITADOR 2

El licitador presenta declaración según modelo del Anexo X, según la cual se compromete a ejecutar las obras con una reducción del plazo de ejecución, sobre el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación, de OCHO (8) semanas.

Adjunta calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de ejecución ofertado.

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

2.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UTILIZANDO METODOLOGÍA BIM (0 a 6 PUNTOS)

Se valorará el compromiso por parte del adjudicatario de realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM. Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el **anexo XI, seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM**.

LICITADOR 1

El licitador presenta declaración según Anexo XI por la que se a realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM, de conformidad con los requerimientos que se señalan en el anexo "Requerimientos BIM aplicables para modelado del edificio durante la ejecución de las obras"

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

LICITADOR 2

El licitador presenta declaración según Anexo XI por la que se a realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM, de conformidad con los requerimientos que se señalan en el anexo “Requerimientos BIM aplicables para modelado del edificio durante la ejecución de las obras”.

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

2.1.4. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS (0 A 6 PUNTOS)

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el **Anexo XIII, oferta de ampliación del plazo de garantía de las obras**.

LICITADOR 1

El licitador presenta declaración según modelo del Anexo XIII, según la cual se compromete a ampliar el plazo de garantía de doce meses, fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rige la contratación, hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) meses más.

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

LICITADOR 2

El licitador presenta declaración según modelo del Anexo XIII, según la cual se compromete a ampliar el plazo de garantía de doce meses, fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rige la contratación, hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) meses más.

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el PCAP se propone puntuar este apartado con **6,00 puntos**.

2.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA (0 A 20 PUNTOS).

2.2.1. OFERTA ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (0 A 20 PUNTOS).

La oferta económica para la ejecución de la obra se valorará en función de la oferta más favorable para la administración, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$P = P_{max} * \sqrt{1 - \frac{(Bl - B_{max})^2}{B_{max}^2}}$$

Donde:

P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa.

P_{max} = Puntuación máxima del criterio, en este caso 20 puntos.

BI = Porcentaje de baja de la empresa licitadora que se puntúa

B_{max} = Porcentaje de baja máxima entre las empresas licitadoras no excluidas.

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos decimales.

No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto de licitación.

De acuerdo con estos criterios, la valoración de este apartado se refleja en la siguiente tabla:

LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA	PORCENTAJE DE BAJA	PUNTUACIÓN
LICITADOR 1	10.250.081,69 €	1,01%	9,93
LICITADOR 2	9.562.778,85 €	7,65%	20,00
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) IMPORTE DE OFERTA MAS VENTAJOSA PORCENTAJE BAJA OFERTA MAS VENTAJOSA 10.354.663,79 € 9.562.778,85 € 7,65%			

El resumen de las puntuaciones de los criterios automáticos queda reflejada en el siguiente cuadro:

2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (0 a 32 puntos).

2.1.1. Mejoras técnicas (0 a 14 puntos).

2.1.2. Propuesta de reducción del plazo de ejecución (0 a 6 puntos).

2.1.3. Seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM (0 a 6 puntos).

2.1.5. Propuesta de ampliación del plazo de garantía de las obras (0 a 6 puntos).

2.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA (0 a 20 puntos).

2.2.1. Oferta económica para la ejecución de la obra (0 a 20 puntos).

LICITADOR	PUNTUACIÓN APARTADOS					TOTAL
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	
LICITADOR 1	14,00	6,00	6,00	6,00	9,93	41,93
LICITADOR 2	14,00	6,00	6,00	6,00	20,00	52,00

ANÁLISIS DE BAJAS

En cumplimiento del artículo 149.2.b), los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto son los siguientes:

- Se considerará que están incursas en presunción de anormalidad aquellas ofertas que se desvíen en un 35 por ciento al alza sobre el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas las ofertas admitidas en los criterios de valoración a tener en consideración para adjudicar este expediente.
- En caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se considerará desproporcionada o temeraria si es inferior al presupuesto base de licitación en más de 15 unidades porcentuales.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la normativa de subcontratación o no cumplieren con las obligaciones aplicables en materia medioambiental. Social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP.

En la siguiente tabla se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada uno de los licitadores y en base a los criterios establecidos en el PCAP se analiza la presunción de anormalidad de las ofertas.

ANÁLISIS DE BAJAS

1. VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.
2. VALORACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS.

LICITADOR	1	2	PUNTUACIÓN TOTAL	PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD
LICITADOR 1	33,00	41,93	74,93	NO
LICITADOR 2	25,75	52,00	77,75	NO
MEDIA ARITMÉTICA DE LA PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS:			76,34	
VALOR LÍMITE (35% AL ALZA):			103,06	

En conclusión, a la vista de la documentación presentada y valoradas las ofertas, no existe ninguna de ellas incurso en presunción de anormalidad.

PUNTUACIÓN GLOBAL DE LAS OFERTAS

Como conclusión se relaciona en la siguiente tabla el resumen global de la puntuación de las ofertas presentadas, ordenadas en orden decreciente.

LICITADOR		PUNTUACIÓN TOTAL
LICITADOR 2	BILBA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	77,75
LICITADOR 1	VIALTERRA INTRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA	74,93

Por lo tanto, se propone la adjudicación a la empresa BILBA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U, con una puntuación total de 77,75 puntos.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

Fdo.: María del Carmen Carrasco Martínez
Arquitecta del Servicio de Proyectos y Obras.

Fdo.: Elías Cózar Cózar
Arquitecto Técnico del Servicio de Proyectos y Obras.

Fdo.: Jaime González Fernández
Arquitecto. Asesor Técnico de Proyectos y Obras.

Fdo.: Pedro Madueño Madueño
Arquitecto. Servicio de Proyectos y Obras

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS DEL ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO DE VIDEOCIRUGÍA (SU.PC.SANI.01.13.00; 01.13.01; 01.13.04; 01.13.05; 01.13.06; 01.13.99) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

EXPEDIENTE: 4001/2024. Nº SIGLO 804/2024. CONTR 2024 0001259439

Constituida la Comisión Técnica Regional de Evaluación para valorar las proposiciones presentadas conforme a los criterios NO AUTOMÁTICOS (CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD Y ERGONOMÍA DEL PRODUCTO y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS) así como el cumplimiento tanto de los requisitos básicos como de los requerimientos específicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el expediente.

Tras las sesiones de evaluación se emite el presente informe.

Las empresas admitidas a la licitación han sido un total de 25, para los 104 lotes ofertados.

Han quedado desiertos 5 lotes al no existir ningún licitador para los mismos. Anexo I.

ANEXO I. LOTES DESIERTOS (sin licitador).

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
35	SU.PC.SANI.01.13.04.105000	B38724	RETRACTOR DE ORGANOS 5mm.Ø-Longitud:[30-75];Diámetro:5 mm;
37	SU.PC.SANI.01.13.04.200000	E50515	EQ ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGÍA P/ BOMBA-Longitud de la cánula:(0-33);Diámetro:5 mm;
43	SU.PC.SANI.01.13.04.300000	F36542	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR DE TEJIDOS-Diámetro:[0.48-0.48];
44	SU.PC.SANI.01.13.04.300000	D70050	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR DE TEJIDOS-Diámetro:[1.5-1.5];
50	SU.PC.SANI.01.13.05.000001	B60427	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE HELICOIDAL 5mm.Ø / 20 CLIPS-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:mediano;



Esta Comisión considera que NO CUMPLEN los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas las siguientes empresas por los motivos que se detallan. Anexo II.

ANEXO II. NO CUMPLEN PPT.

LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
5	F38097	TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:estriada;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[100-150];	DISMEVAL S.L.	BLT305	NO CUMPLE: se solicita TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION, el producto ofertado no tiene balón.
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK534SU	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [12-12], el producto ofertado presenta diámetro 11mm.
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	DEXTRO MEDICA S.L.	BLTC10	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [12-12], el producto ofertado presenta diámetro 10mm.
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZDT-A-10	No cumple: se solicita diámetro del trocar [12-12], el producto ofertado presenta diámetro 10mm.
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR510S	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [12-12], el producto ofertado presenta diámetro 10,5mm.
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK537SU	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [11-11], el producto ofertado presenta diámetro 12mm.
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	DEXTRO MEDICA S.L.	BLTC12	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [11-11], el producto ofertado presenta diámetro 12mm.
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	DISMEVAL S.L.	BLT312	No cumple: se solicita diámetro del trocar [11-11], el producto ofertado presenta diámetro 12mm.
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR512S	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [11-11], el producto ofertado presenta diámetro 12,5mm.
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-1410	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [11-11], el



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					producto ofertado presenta diámetro 10mm.
8		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZDT-A-5	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [5-5], el producto ofertado presenta diámetro interno de cánula de 5,8mm.
8		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR5S	No cumple: se solicita diámetro del trocar [5-5], el producto ofertado presenta diámetro 5,5mm.
9	B39953	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[0-50];	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB05	NO CUMPLE: se solicita longitud del trocar:[0-50]; el producto ofertado mide 55mm de longitud
9	B39953	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[0-50];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NONB5SHF	NO CUMPLE: se solicita longitud del trocar:[0-50]; el producto ofertado mide 70mm de longitud
10		TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK511SU	NO CUMPLE: se solicita *Camisa o canula con conexión tipo luer o luer-lock en su lateral para la conexión de CO2, y en el centro una o dos válvulas para evitar pérdidas de CO2 durante la intervención y un protector de seguridad en la punta para evitar punciones accidentales durante la introducción. *Obturador o punzón con o sin cuchilla. *Con/sin cánula reductora. El producto ofertado incorpora vaina con balón y anillo de retención (sistema de fijación)
10		TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZDT-A-5	NO CUMPLE: se solicita diámetro del trocar [5-5], el producto ofertado presenta diámetro interno de cánula de 5,8mm.
10		TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR5R	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar: [5-5]; el producto ofertado presenta 5,5,, de diámetro
11	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[50-100];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK505SU	NO CUMPLE: se solicita *Camisa o canula con conexión tipo luer o luer-lock en su lateral para la conexión de CO2, y en el centro una o dos válvulas para evitar pérdidas de CO2 durante la



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					intervención y un protector de seguridad en la punta para evitar punciones accidentales durante la introducción. *Obturador o punzón con o sin cuchilla. *Con/sin cánula reductora. El producto ofertado incorpora vaina con balón y anillo de retención (sistema de fijación)
11	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[50-100];	PRIM S.A.	121-51825	NO CUMPLE: se solicita Longitud del trocar:[50-100]; el producto ofertado presenta una longitud de 100mm que está excluido de este rango según se especifica en el PPT
11	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[50-100];	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB03	NO CUMPLE: se solicita Longitud del trocar:[50-100]; el producto ofertado presenta 100mm de longitud, el paréntesis excluye el valor según lo descrito en el PPT
12	E12698	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[0-50];	PRIM S.A.	121-01825	NO CUMPLE: se solicita Longitud del trocar:[0-50]; el producto ofertado presenta 110 mm de longitud
13	B54031	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK512SU	NO CUMPLE: se solicita *Camisa o canula con conexión tipo luer o luer-lock en su lateral para la conexión de CO2, y en el centro una o dos válvulas para evitar pérdidas de CO2 durante la intervención y un protector de seguridad en la punta para evitar punciones accidentales durante la introducción. *Obturador o punzón con o sin cuchilla. *Con/sin cánula reductora. El producto ofertado incorpora vaina con balón y anillo de retención (sistema de fijación)
13	B54031	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR510B	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150]; el producto ofertado presenta un diámetro de 10,5 y una longitud de 150mm
13	B54031	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150];	PRIM S.A.	121-01815	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[11-11]; el producto ofertado presenta 10 mm de diámetro



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
14	B40612	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[0-50];	PRIM S.A.	121-81815	NO CUMPLE: se solicita Longitud del trocar:[0-50]; el producto ofertado presenta 110 mm de longitud
15	D39101	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR512B	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150]; el producto ofertado presenta un diámetro de 12,5 y una longitud de 150mm
16	B48524	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø C/ S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK517SU	NO CUMPLE: se solicita *Camisa o cánula con conexión tipo luer o luer-lock en su lateral para la conexión de CO2, y en el centro una o dos válvulas para evitar pérdidas de CO2. *Obturador o punzón con diferentes formas. Sistema de fijación estriado El producto ofertado incorpora balón.
16	B48524	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø C/ S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR512R	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[12-12]; el producto ofertado presenta un diámetro de 12,5mm
16	B48524	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø C/ S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	PROHOSA	UNTB-RD1210	NO CUMPLE: se solicita *Camisa o canula con conexión tipo luer o luer-lock en su lateral para la conexión de CO2, y en el centro una o dos válvulas para evitar pérdidas de CO2. *Obturador o punzón con diferentes formas. Sistema de fijación estriado El producto ofertado presenta balón y anillo de fijación rígido
17	D86082	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR5SK	NO CUMPLE: se solicita Medidas: 5mm.Ø y diferentes longitudes.; el producto ofertado presenta 5,5 mm de diámetro
17	D86082	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	KIT00056V	NO CUMPLE: se solicita EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm en un único producto, el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
18	D86084	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR512SK	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					150); el producto ofertado presenta un diámetro de 12,5
18	D86084	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	KIT00070V	NO CUMPLE: se solicita EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm en un único producto, el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
18	D86084	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	PRIM S.A.	121-81705	NO CUMPLE: solicita EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm compuesto de un obturador, pestaña de fijación, punta del trocar con distintas formas y protección de seguridad, con o sin cuchilla, dos cánulas con llave tipo luer o luer-lock para insuflación del CO2. Con o sin reductor. El producto ofertado contiene sólo una cánula.
18	D86084	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	PROHOSA	UNTR-BII5	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra
19	D86085	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 11mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MBA INCORPORADO S.L.	ET-TR510BK	NO CUMPLE: se solicita EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 11mm.Ø; el producto ofertado incluye una cánula adicional de 10,5mm de diámetro
19	D86085	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 11mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	KIT00055V	NO CUMPLE: se solicita EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm en un único producto, el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
20	G05284	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Redondo;Trocar accesorio:SI;Forma balón fijación:Piramidal;	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CK274	NO CUMPLE: se solicita EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN; el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
21	G05285	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Redondo;Trocar accesorio:SI;Forma balón fijación:Redondo;	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CK273	NO CUMPLE: se solicita EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN; el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
22	G05286	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Cilíndrico;Trocar accesorio:NO;Forma balón fijación:Redondo;	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7252	NO CUMPLE: se solicita Forma balón disector:Cilíndrico, el producto ofertado presenta balón ovalado



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
22	G05286	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Cilindrico;Trocac accesorio:NO;Forma balón fijación:Redondo;	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CK594	NO CUMPLE: se solicita EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN; el producto ofertado se configura como un kit compuesto de diferentes productos
23	G05282	TROCAR DISECTOR BALON 10-11mm.Ø-Forma balón disector:Ovalado;Reductor:si;Diámetro del trocar:[10-11];Longitud del trocar:[0-50];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7180	NO CUMPLE: se solicita Forma balón disector:Ovalado, el producto ofertado presenta balón redondo
24	G05283	TROCAR DISECTOR BALON 10-11mm.Ø-Forma balón disector:Redondo;Reductor:si;Diámetro del trocar:[10-11];Longitud del trocar:[0-50];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7181	NO CUMPLE: se solicita Forma balón disector:Redondo, el producto ofertado presenta balón oval
26	B41369	TROCAR TORACICO 10-12mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[0-50];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	179303	NO CUMPLE: se solicita Diámetro del trocar:[12-12]; el producto ofertado presenta un diámetro de 11,5mm
31	E47586	DISPOSITIVO ACCESO MANUAL-PARED ABDOMINAL:Entre 4 y 7 cm incluidos;	JOHNSON & JOHNSON S.A.	FLR02	NO CUMPLE: se solicita dispositivo en forma de anillo-botón doble con válvula interna que garantice el neumoperitoneo durante el procedimiento, el producto ofertado no incluye la tapadera doble con válvula para evitar la fuga de CO2 y por tanto el neumoperitoneo.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PO842SU	NO CUMPLE: se solicita PINZA AGARRE 5mm. Tipo de agarre: Suave, el producto ofertado no es de agarre suave sino ultra-agarre
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DEXTRO MEDICA S.L.	CIT-MH-08	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para preparar, seccionar y coagular tejido.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DISMEVAL S.L.	HD4-B32-Q0103	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					agarrar, disecar y cortar tejidos u órganos.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DURGALAB S.L.U.	C23-11-333	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	EP-EG04	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para el agarre, separación y coagulación de los tejidos dentro de la cavidad de la cirugía laparoscópica
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-2216	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	RENUNCIA	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	PRIM S.A.	122-3F233	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	PROHOSA	PS4556P	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para cortar, coger y coagular vasos y tejidos
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	JOHNSON & JOHNSON S.A.	5BB	NO CUMPLE: se solicita PINZA AGARRE 5mm.Ø Tipo de agarre: Suave, el producto ofertado no presenta agarre suave, es una pinza tipo babcock de agarre traumático
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DEXTRO MEDICA S.L.	CIT-MH-04	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para preparar, seccionar y coagular tejido.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DISMEVAL S.L.	HD4-B32-Q0304	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para agarrar, disecar y cortar tejidos u órganos.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DURGALAB S.L.U.	C23-11-332	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MBA INCORPORADO S.L.	EP-EG03	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para el agarre, separación y coagulación de los tejidos dentro de la cavidad de la cirugía laparoscópica



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-2212	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	RENUNCIA	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	PRIM S.A.	122-3F243	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar.
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	PROHOSA	PS4554	NO CUMPLE: se solicita pinza de agarre para sujeción y pinzamiento de tejidos y pequeñas estructuras, en intervenciones quirúrgicas mediante videocirugía, el producto ofertado incorpora conexión monopolar para cortar, coger y coagular vasos y tejidos
40	F44454	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA CON CÁNULA DE MATERIAL NO CONDUCTOR-Longitud de la cánula:(33-36);Diámetro:5 mm;	PRIM S.A.	SA-360CT	NO CUMPLE: no tiene recubrimiento de material no conductor
40	F44454	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA CON CÁNULA DE MATERIAL NO CONDUCTOR-Longitud de la cánula:(33-36);Diámetro:5 mm;	STRYKER IBERIA S.L.	250070520	NO CUMPLE: incluye bomba de un sólo uso que no se solicita
42	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;	COLOPLAST S.A.	EASP180 y ASP185	NO CUMPLE: se ofertan dos referencias, ofertar varias referencias es considerado como ofertar oferta base y variantes, según se describe en los pliegos, no se admiten variantes.



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[700-800];	DGM VASCULAR S.L.	0208-RBM800	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa precargada en una vaina introductora con una cánula para empujarla.
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[700-800];	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	100800	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, Capacidad de la bolsa:[700-800]; la oferta presenta bolsa de extracción de 800ml precargada en un manguito de inserción con empujador
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[700-800];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	250-40	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa en cánula introductora con anillo de refuerzo para la manipulación. No es posible movilizar y desplegar de forma manual, debe manipularse con pinzas.
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[700-800];	KARL STORZ	040142-5	NO CUMPLE: se solicita dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, con capacidad de la bolsa:[700-800];presenta bolsa de 800ml con un dispositivo introductor y un empujador.
46	G06087	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[300-400];	DGM VASCULAR S.L.	0208-RBM400	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa precargada en una vaina introductora con una cánula para empujarla.



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
46	G06087	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[300-400];	MBA INCORPORADO S.L.	EP-EB03	NOCUMPLE: se solicita capacidad de la bolsa:[300-400]; el producto ofertado presenta capacidad de 400ml, valor excluido por ir seguido de paréntesis tal y como se explica en el PPT.
46	G06087	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[300-400];	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	100400	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, Capacidad de la bolsa:[300-400]; la oferta presenta bolsa de extracción de 400ml precargada en un manguito de inserción con empujador
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[200-300];	DEXTRO MEDICA S.L.	FEP13608	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa en cánula introductora con diseño en "V" para facilitar su extracción. No es posible movilizar y desplegar de forma manual, debe manipularse con pinzas.
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[200-300];	DGM VASCULAR S.L.	0208-RBM200	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa precargada en una vaina introductora con una cánula para empujarla.
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[200-300];	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	100200	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, la oferta presenta bolsa de extracción precargada en un manguito de inserción con empujador
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[200-300];	KARL STORZ	040143-05	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ025SU	NO CUMPLE: se solicita Dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual con capacidad de la bolsa:[1500-1600]; el producto ofertado incluye una bolsa sin aplicador con tubo dispensador, con volumen/capacidad: 200ml
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	DGM VASCULAR S.L.	0208-RBM1500	NO CUMPLE: se solicita: dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa precargada en una vaina introductora con una cánula para empujarla.
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	KARL STORZ	040141-05	NO CUMPLE: se solicita:dispositivo hueco que alberga en su interior una bolsa de recogida pre-anudada en anilla y que se moviliza y despliega de forma manual, presenta bolsa con un dispositivo introductor y un empujador.
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	PROHOSA	PS3444ULT	NO CUMPLE: se solicita una capacidad de la bolsa:[1500-1600];, y según la ficha técnica del producto, la bolsa es para 1.150ml.
54	B38243	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:pequeño;	MEDTRONIC IBERICA S.A.	176657	NO CUMPLE: se solicita Longitud aplicador:[30-60]; el producto ofertado presenta longitud de 29cm
55	E67753	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:intermedio;	DEXTRO MEDICA S.L.	CIT-ML1020	NO CUMPLE: se solicita Longitud aplicador:[30-60]; el producto ofertado presenta longitud de 290±10 mm
55	E67753	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:intermedio;	JOHNSON & JOHNSON S.A.	ER320	NO CUMPLE: se solicita Longitud aplicador:[30-60]; el producto ofertado presenta longitud de 28,9cm
56	G06267	ENDOGRAPADORA FIJACION MALLAS / reabsorbible-Diámetro:[5-5];Tipo de tejido:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[40-50];	JOHNSON & JOHNSON S.A.	STRAP25R	NO CUMPLE: se solicita Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[40-50] Tipo de tejido:normal: alto grapa abierta [3-4] mm; el producto ofertado presenta



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					longitud de 36cm y Longitud del anclaje 6,7mm
57	D91402	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 45mm. / SIN CARGA-Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];Longitud de grapado:[30-60];	CARDIVA 2 S.L.	U12M45	NO CUMPLE: Se solicita Diámetro:[12-12], y el producto ofertado mide 12,3mm.
58	D87165	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 60mm./SIN CARGA-Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];Longitud de grapado:[30-60];	CARDIVA 2 S.L.	U12M60	NO CUMPLE: Se solicita Diámetro:[12-12], y el producto ofertado mide 12,3mm.
58	D87165	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 60mm./SIN CARGA-Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];Longitud de grapado:[30-60];	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZULS-A-S	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA SIN CARGA, el producto ofertado es un MANGO DE ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL
60	E60423	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	TSN-M	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA SIN CARGA con batería, el producto ofertado es un MANGO DE ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería
61	E60502	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[40-50];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	TSN-L	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA SIN CARGA con batería, el producto ofertado es un MANGO DE ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería
61	E60502	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[40-50];	REACH MEDICAL S.L.	IDL	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería, el producto ofertado es un MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería.
62	E60422	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];	DEXTRO MEDICA S.L.	FSAM45_U	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra
62	E60422	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD	REACH MEDICAL S.L.	IDM	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería, el



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
		DE GRAPADO:[45-45];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];			producto ofertado es un MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería.
63	E60420	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];	CARDIVA 2 S.L.	P2UL45	NO CUMPLE: se solicita LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30]; y el producto ofertado mide 340mm de longitud de eje, y 12,3mm de diámetro.
63	E60420	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];	REACH MEDICAL S.L.	IDS	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería, el producto ofertado es un MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería.
64	E60421	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	TSN-S	NO CUMPLE: se solicita ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA SIN CARGA con batería, el producto ofertado es un MANGO DE ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL con batería
64	E60421	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];	CARDIVA 2 S.L.	P2US60	NO CUMPLE: Se solicita Diámetro:[12-12], y el producto ofertado mide 12,3mm.
69	F97744	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	MBA INCORPORADO S.L.	IECR45Y	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-45G	NO CUMPLE: se solicita alto de grapa [4.0-4.0], el producto ofertado tiene diferentes altos de grapas, 3.5-3.8-4.2, ninguno de ellos 4.0
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	CARDIVA 2 S.L.	PN45G	No cumple: se solicita TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0]; el producto ofertado presenta un alto de grapa [4.1-4.1]



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45I	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIA45AMT	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	PROHOSA	PS9ECAR45D	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
70	E29174	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID45PUL	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
71	E36961	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45J	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
71	E36961	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST45T	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5]; el producto ofertado presenta un alto de grapa de 4.2mm.
71	E36961	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG45AXT	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
71	E36961	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	REACH MEDICAL S.L.	ID45BLK	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
72	D78771	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	REACH MEDICAL S.L.	ID4535BLU	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
73	D97163	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-45W	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2.5-2.5], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En el Catálogo se indica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa ofertado, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.5.
73	D97163	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	MBA INCORPORADO S.L.	IECR45W	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
73	D97163	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	REACH MEDICAL S.L.	SRC4525R	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra
76	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-45WR	No cumple: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2-2], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En Catálogo se indica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.0.



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
76	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIA45AVM	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2]; el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En el Catálogo se indica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.0.
76	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	REACH MEDICAL S.L.	ID45TAN	NO CUMPLE: se solicita alto de grapa 2mm, especificando que si hay diferente altura de grapa, se debe indicar el valor mayor, en este caso, el valor mayor es 3mm
77	E27378	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 30-35mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-30W	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2.5-2.5], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En el Catálogo se indica para el caso en el que haya varios altos de grapa, que se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.5.
77	E27378	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 30-35mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	MBA INCORPORADO S.L.	IECR30W	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple línea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
77	E27378	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 30-35mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	REACH MEDICAL S.L.	ID3025	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
79	E75304	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST60T	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];, el producto ofertado tiene un alto de grapa de 4.2
80	G06044	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-60D	NO CUMPLE: No cumple: se solicita TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm, alto de grapa [3.6-3.6], el producto ofertado tiene diferentes altos de grapas, 3.0-3.5-3.8, ninguno de ellos 3.6.
80	G06044	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];	CARDIVA 2 S.L.	PN60B	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm, alto de grapa abierta [3.6-3.6], el producto ofertado tiene alto de grapa, 3.5
80	G06044	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7740	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6]; el producto ofertado tiene altura de grapa 3.5
80	G06044	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];	REACH MEDICAL S.L.	REC60BLU	NO CUMPLE: se solicita CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6]; el producto ofertado presenta un alto de grapa de 3.5
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-60G	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm, alto de grapa [3.8-3.8], el producto ofertado tiene diferentes altos de grapas, 3.5-3.8-4.2. Según se especifica en el pliego, el valor 4.2 está excluido de los posibles valores. En el Catálogo se indica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso como medida la 4.2, y se solicita 3.8.
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	MBA INCORPORADO S.L.	IECR60Y	NO CUMPLE: se solicita Carga con triple linea de grapas con o sin cuchilla, pero el producto ofertado incluye la carga



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					insertada en un vástago, esto se solicita en otro lote.
82	G06050	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-60B	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm, alto de grapa [2.6-2.6], el producto ofertado presenta diferentes altos de grapas, 2.5-3.0-3.5. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 y el valor 3.5 están excluidos de los posibles valores ya que el rango va seguido de un paréntesis que excluye los valores. En el Catálogo se indica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor la 3.5, y se solicita 2.6.
82	G06050	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];	CARDIVA 2 S.L.	PN60W	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6]; el producto ofertado tiene alto de grapa, 2.5
82	G06050	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7743	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6]; el producto ofertado presenta altura de grapa 2.5
82	G06050	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];	REACH MEDICAL S.L.	REC60WHT	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6]; el producto ofertado presenta un alto de grapa de 2.5
83	E56789	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4) mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-30BR	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: normal, alto grapa abierta [3-4) mm, alto de grapa [3.0-3.0], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.5-3.0-3.5. Según se indica en Catálogo, para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.5, y se solicita 3.0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
83	E56789	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-30H	NO CUMPLE: se solicita muestra para su valoración, no presenta muestra
84	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-60GR	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:grueso, alto grapa abierta [4-5] mm, alto de grapa [4.0-4.0], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 3,5-3,8-4,2. Según se indica en Catálogo, para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 4.2, se solicita 4.0
84	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	CARDIVA 2 S.L.	PN60MT	NO CUMPLE: se solicita Vástago que incluye carga con triple línea de grapas y cuchilla, pero el producto ofertado sólo incluye la carga sin el vástago
84	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	PROHOSA	PS9ECAR60D	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0]; el producto ofertado presenta una altura de grapa de 4.2
86	D91930	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-60WR	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2-2], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En Catálogo se indica que, para el caso en el que haya varios altos de grapa, que se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.0.
86	D91930	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-60H	NO CUMPLE: No cumple: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa abierta [2-2], el producto ofertado tiene diferentes altos de grapas, 2.0-2.5-3.0, se



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					considera el alto de grapa abierta en mm, siendo el valor mayor en el caso de incluir varias alturas, es decir, en este caso se consideraría como medida la 3.0, y se solicita 2 por el tipo de tejido para el que se destina su uso, en esta caso, vascular.
86	D91930	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	REACH MEDICAL S.L.	ID60TAN	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta 2-3) mm, alto de grapa abierta [2-2], el producto ofertado tiene diferentes altos de grapas, 2.0-2.5-3.0, se considera el alto de grapa abierta en mm, siendo el valor mayor en el caso de incluir varias alturas, es decir, en este caso se consideraría como medida la 3.0, y se solicita 2 por el tipo de tejido para el que se destina su uso, en esta caso, vascular.
88	F74078	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-30WRH	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2-2], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. Se especifica además para el caso en el que haya varios altos de grapa, que se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.0.
88	F74078	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	FIXAPLUS S.L.	TCZNXX-30B	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2]; el producto ofertado presenta alto de grapa de 2.5
88	F74078	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	REACH MEDICAL S.L.	ID3025B	NO CUMPLE: se solicita CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA, TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2]; el producto



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
					ofertado presenta alto de grapa de 2.5
89	E84280	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 60 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-60WRH	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO: grueso: alto grapa abierta [4-5] mm, alto de grapa [4.0-4.0]; el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0, se solicita alto de grapa 4.0
92	E84363	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-45WRH	NO CUMPLE: No cumple: se solicita TIPO DE TEJIDO: vascular: alto grapa abierta [2-3] mm, alto de grapa [2-2], el producto ofertado presenta diferentes tamaños de grapas, con alto de grapa, 2.0-2.5-3.0. Según se especifica en el pliego, el valor 3.0 está excluido de los posibles valores ya que va seguido de un paréntesis que excluye el valor. En Catálogo se especifica que para el caso en el que haya varios altos de grapa, se tomará como valor de referencia el mayor alto de grapa, en este caso, el mayor valor es 3.0, y se solicita 2.
92	E84363	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	FIXAPLUS S.L.	TCZNXX-45B	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2]; el producto ofertado presenta alto de grapa de 2.5
92	E84363	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	REACH MEDICAL S.L.	ID4525B	NO CUMPLE: se solicita TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2]; el producto ofertado presenta alto de grapa 2.5
102		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PG012	NO CUMPLE: se solicita LOTE 102: SU.PC.SANI.01.13.99.500000. TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR Longitud:[150-200], el producto ofertado presenta 3 metros de longitud.



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO PPT
102		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	PROHOSA	PS3603	NO CUMPLE: se solicita LOTE 102: SU.PC.SANI.01.13.99.500000. TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR Longitud:[150-200], el producto ofertado presenta 2,5 metros de longitud.
102		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	SUMEDEX S.A.	GC1952-VARIAS REFERENCIAS**	NO CUMPLE: se ofertan varias referencias, ofertar varias referencias es considerado como ofertar oferta base y variantes, según se describe en los pliegos, no se admiten variantes.
103		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	PROHOSA	PS3605	NO CUMPLE: se solicita LOTE 103: SU.PC.SANI.01.13.99.500000. TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR Longitud:[300-350], el producto ofertado presenta 2,4m+300mm de largo
104		TUBULADURA INSUFLADORA CON CALENTAMIENTO DE CO2 INTEGRADO	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	ORISLL	NO CUMPLE: se solicita Tubo de silicona con calentamiento de CO2 integrado desde la conexión del insuflador hasta la conexión luer-lock del trocar, pero el producto ofertado no incorpora el sistema de calentamiento.

Seguidamente, atendiendo a lo establecido en el Anexo II del Cuadro Resumen del expediente:

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

Se trata de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y cuya valoración con carácter general se efectuará sobre la base de la documentación técnica que deberá aportarse en el sobre 2 y las muestras de los licitadores.

En cuanto a los criterios técnicos funcionales descritos se valorarán en cada artículo ofertado que mejore las características ergonómicas, técnicas y de seguridad respecto a los requisitos solicitados en el PPT, y que mejoren aspectos que integran la calidad de los productos ofertados y que en función del lote incidirá en una o varias de las características que a continuación se detallan y que se relacionan con las características ergonómicas, técnicas y de seguridad, entendiendo las ergonómicas como la facilidad de utilización, incorporando medidas que permitan la apertura y uso del material, que no presente dificultades especiales para su utilización; y en cuanto a las técnicas y de seguridad, que no presenten riesgos asociados a su utilización en lo referido a la seguridad de los profesionales y de los pacientes

2. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD Y ERGONOMÍA DEL PRODUCTO Criterio no automático, máximo 25 puntos.

Los aspectos fundamentales a valorar serán los siguientes:

- Facilidad de uso: Entendida como la facilidad con la que se maneja el instrumento vista la complejidad que aporta el hecho de que la cirugía se realice con la mínima apertura y la visualización a través de una óptica.



- Mejoras técnicas ergonómicas: El producto dispone de mejoras que facilitan su apertura, colocación fijación o aplicación
- Material: compuesto de un material que da al instrumento un aspecto robusto de forma que no se rompe fácilmente, pero permite el uso delicado para el que está previsto, ya sea corte, grapado, recogida de material o precisión en los agarres sin provocar daño en el tejido.

Para su valoración se utilizará la siguiente escala:

PUNTOS

EXCELENTE	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración.	25
ÓPTIMO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas	12,5
BÁSICO	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS. Criterio no automático, máximo 24 puntos.

Los aspectos fundamentales a valorar serán los siguientes:

- Diseño orientado a aportar seguridad al cirujano en relación con el peso, el tamaño y la comodidad de uso
- Rendimiento y eficiencia del material: permite el uso para el que está previsto de la mejor forma posible en situaciones reales con el menor número de unidades posibles
- Seguridad de los resultados: la no presencia de riesgos asociados a su utilización en lo referido a la seguridad de los profesionales y de los pacientes

PUNTOS

EXCELENTE	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración.	24
ÓPTIMO	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados	12
BÁSICO	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

Al resto de proposiciones que **SÍ CUMPLEN** los requisitos establecidos en el PPT, tras las sesiones de valoración efectuadas sobre la base de la documentación técnica que aportaron las empresas licitadoras en el sobre 2 y las muestras presentadas por las mismas, esta Comisión considera otorgarles la siguiente puntuación. ANEXO III.



ANEXO III.

SÍ CUMPLEN PPT.

VALORACIÓN DE OFERTAS. CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(7-12];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
1	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ995	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
1	DEXTRO MEDICA S.L.	FVN11200	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
1	DGM VASCULAR S.L.	0208-VN12	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
1	DISMEVAL S.L.	105Y.202	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
1	MBA INCORPORADO S.L.	ET-VN01	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño robusto y preciso, con indicador de seguridad y alarma visual y sonora.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
1	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	ORVN120	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de funda estable y mango ergonómico.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
1	MEDTRONIC IBERICA S.A.	172015	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño versátil, con extremo proximal ergonómico, con estrías antideslizantes.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
1	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	800105	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico y con características técnicas que facilitan su uso	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso	24,5



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^A	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
1	PANAVALE S.L.	VN-120	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales.	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
1	PRIM S.A.	121-20127	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño con clic audible e indicador de seguridad	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
1	PROHOSA	PS3700	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con giro de llave, indicadores audibles y visuales.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
1	SUMEDEX S.A.	GC0801A01	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con clic audible e indicador visual.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15);

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación				2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación				TOTAL
2	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ996	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		0	
2	DEXTRO MEDICA S.L.	FVN11500	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		0	
2	DGM VASCULAR S.L.	0208-VN15	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		0	
2	DISMEVAL S.L.	105Y.205	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		0	
2	MBA INCORPORADO S.L.	ET-VN02	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño robusto y preciso, con indicador de seguridad y alarma visual y sonora.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.		36,5	



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
2	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	ORVN150	Óptimo	12,5	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	172016	Excelente	25	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño versátil, con extremo proximal ergonómico, con estrías antideslizantes.	49
2	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	800106	Óptimo	12,5	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso	24,5
2	PANAVAL S.L.	VN-150	Básico	0	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	0
2	PRIM S.A.	121-20157	Óptimo	12,5	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño con clic audible e indicador de seguridad	36,5
2	PROHOSA	PS3750	Óptimo	12,5	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
2	SUMEDEX S.A.	GC0801A02	Óptimo	12,5	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
3	SU.PC.SANI.01.13.00.100013	B38433	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[10-11];Longitud del trócar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
3	DEXTRO MEDICA S.L.	CIT-HT-10	Óptimo	12.5	Excelente	24	36,5
				El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de punta roma, simple y funcional , con reductor incluido para instrumentación variable (10–12 mm), ofreciendo buena versatilidad		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma que aporta seguridad durante el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	
3	DISMEVAL S.L.	101Y.D05	Básico	0	Básico	0	0
				El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales		El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
3	MBA INCORPORADO S.L.	300-Vb11	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
3	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7842	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera que contribuye a un funcionamiento seguro y consistente durante su utilización, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
3	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OMS-T10BTNL	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de punta roma, con cierre que aporta seguridad y fiabilidad durante el uso	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de punta roma, con cierre que aporta seguridad y fiabilidad durante el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
3	PRIM S.A.	GN-TOHF1010	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
4	SU.PC.SANI.01.13.00.100013	B51869	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
4	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	COR47	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Sistema de inserción atraumático con punta roma, lo que reduce riesgo de lesión y mantiene un excelente sellado neumático. Poco espacio entre balón y tope. Incluye jeringa.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma con características de sellado que aportan seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
4	DEXTRO MEDICA S.L.	CIT-HT-12	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de punta roma, simple y funcional , con reductor incluido para instrumentación variable (10–12 mm), ofreciendo buena versatilidad	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma que aporta seguridad durante el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
4	DISMEVAL S.L.	101Y.D07	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
4	MBA INCORPORADO S.L.	300-Vb12	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
4	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7843	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera que contribuye a un funcionamiento seguro y consistente durante su utilización, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
4	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899329	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de punta roma, con buen balón, amplio.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de punta roma, que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
4	PRIMS.A.	GN-TOHF1210	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
4	PROHOSA	UNTB-RC1210	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
5	SU.PC.SANI.01.13.00.100072	F38097	TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:estriada;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
5	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	COQ20	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: buen sellado. Punta roma buena y mecanismo de expansión suave.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma con características de sellado que aportan seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
5	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7841	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta roma, con robustez que aporta fiabilidad mecánica, válvula de sellado duradera que contribuye a un funcionamiento seguro y consistente durante su utilización, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
5	PRIMS.A.	GN-TWF0510	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
5	PROHOSA	UNTB-RC0510	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
6	SU.PC.SANI.01.13.00.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
6	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTR73	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con punta roma que facilita inserción controlada. La válvula presenta buen diseño y funcionamiento	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con punta roma que facilita inserción controlada y segura, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
6	DISMEVAL S.L.	BLT312	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
6	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-1412	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
6	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ONB12STF	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran calidad de punta de trocar y da mayor seguridad	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran calidad de punta de trocar y da mayor seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
6	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899319	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
6	PRIMS.A.	TRO-12V1	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: Diseño muy ergonómico con muy buen sistema de válvula estanca	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: Diseño muy ergonómico con muy buen sistema de válvula estanca que aporta seguridad, durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
6	PROHOSA	UNTR-C1210	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño con sistema de retención firme y reductor incluido	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
6	JOHNSON & JOHNSON S.A.	B12LT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que aumenta su precisión	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran precisión que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
7	SU.PC.SANI.01.13.00.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
7	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTR33	Excelente	25	Excelente	24	49
7	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZDT-A-12	Básico	0	Básico	0	0
7	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ONB11STF	Excelente	25	Excelente	24	49
7	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899318	Básico	0	Básico	0	0
7	PRIMS.A.	121-01745	Excelente	25	Excelente	24	49
7	PROHOSA	UNTR-C1110	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5
7	JOHNSON & JOHNSON S.A.	B11LT	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
8	SU.PC.SANI.01.13.00.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
8	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTR03	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con punta roma que facilita inserción controlada	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ergonómico con punta roma que facilita inserción controlada y segura	24,5
8	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK531SU	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran precisión que aporta seguridad durante su uso	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que garantiza un mantenimiento adecuado de estanqueidad y por tanto seguridad de uso durante el procedimiento.	24,5
8	DEXTRO MEDICA S.L.	BLTC5	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Ligero y de fácil manipulación, incorpora reductor integrado que facilita su adaptación y uso en diferentes procedimientos quirúrgicos.	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ligero y de fácil manipulación que aporta seguridad de uso durante el procedimiento.	24,5
8	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-1405	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Modelo ergonómico y fiable, con válvula de silicona que asegura un uso cómodo durante el procedimiento.	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: Modelo ergonómico y fiable, con válvula de silicona que asegura un uso cómodo y seguro durante el procedimiento.	24,5
8	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ONB5STF	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran calidad de punta de trócar y da mayor seguridad	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de gran calidad de punta de trócar y da mayor seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
8	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899317	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: válvula bastante precisa que permite un control fiable y seguro.	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: válvula precisa que permite un control fiable y seguro.	24,5
8	PRIM S.A.	121-51745	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño que transfiere una fácil inserción lo que facilita su manejo y reduce el riesgo de traumatismos durante el procedimiento	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que reduce el riesgo de traumatismos durante el procedimiento aportando seguridad en el uso	24,5
8	PROHOSA	UNTR-C0510	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
8	JOHNSON & JOHNSON S.A.	B5LT	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
10	SU.PC.SANI.01.13.00.100051		TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
10	MEDTRONIC IBERICA S.A.	B5STF	Excelente	25	Excelente	24	49
10	PRIMS.A.	121-51815	Excelente	25	Excelente	24	49
10	PROHOSA	UNTR-B0510	Básico	0	Básico	0	0
10	JOHNSON & JOHNSON S.A.	D5LT	Excelente	25	Excelente	24	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
11	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
11	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-1316	Excelente	25	Excelente	24	49
11	MEDTRONIC IBERICA S.A.	B5SHF	Excelente	25	Excelente	24	49
11	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899300	Básico	0	Básico	0	0
11	JOHNSON & JOHNSON S.A.	D5ST	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
13	SU.PC.SANI.01.13.00.100052	B54031	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[11-11];Longitud del trócar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
13	MEDTRONIC IBERICA S.A.	B11STF	Excelente	25	Excelente	24	49
13	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899302	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
13	PROHOSA	UNTR-B1110	Básico	0	Básico	0	0
13	JOHNSON & JOHNSON S.A.	D11LT	Excelente	25	Excelente	24	49
13	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB33	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
14	SU.PC.SANI.01.13.00.100052	B40612	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
14	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NONB12SH F	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
15	SU.PC.SANI.01.13.00.100052	D39101	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
15	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK577SU	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
15	MEDTRONIC IBERICA S.A.	B12STF	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con obturador de bajo perfil y sistema de fijación avanzada, buen estriado	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
15	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L	899304	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico que mejora la calidad estándar	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ergonómico que aporta mayor seguridad de resultados	24,5
15	PRIM S.A.	121-81825	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño con punta dilatadora sleeve de estabilidad y escudo de seguridad rápido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño con punta dilatadora sleeve de estabilidad y escudo de seguridad rápido, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
15	PROHOSA	UNTR-B1210	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
15	JOHNSON & JOHNSON S.A.	2D12LT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de calidad estándar mejorada, ergonómico y fácil de usar	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
15	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB73	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de calidad estándar mejorada, ergonómico y fácil de usar	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
16	SU.PC.SANI.01.13.00.100061	B48524	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø C/ S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
16	MEDTRONIC IBERICA S.A.	BPT12STS	Excelente	25	Excelente	24	49
16	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899307	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
16	PRIM S.A.	TRO-12B1-AH	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
16	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	COR85	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
17	SU.PC.SANI.01.13.00.100066	D86082	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
17	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK581SU	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5
17	PRIM S.A.	TR-06VL2	Excelente	25	Excelente	24	49
17	PROHOSA	UNTR-BII1	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
17	JOHNSON & JOHNSON S.A.	K5LT	Excelente	25	Excelente	24	49
17	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB12	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
18	SU.PC.SANI.01.13.00.100067	D86084	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:{100-150};

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
18	JOHNSON & JOHNSON S.A.	K12LT	Excelente	25	Excelente	24	49
18	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB75	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
19	SU.PC.SANI.01.13.00.100068	D86085	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 11mm.Ø-Reductor:si;Tipo de punta:en v;Longitud del trocar:[100-150];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
19	PRIMS.A.	121-01865	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de punta biselada afilada con indicador de seguridad en rojo que permite buena valoración	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño con indicador de seguridad en rojo que aporta mayor seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
19	PROHOSA	UNTR-BI13	Óptimo	12,5 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Diseño ergonómico con punta dilatadora que facilitan su manipulación	Óptimo	12 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: Diseño ergonómico que permite una inserción controlada aportando seguridad durante su uso	24,5
19	JOHNSON & JOHNSON S.A.	K11LT	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de calidad estándar mejorada, ergonómico y fácil de usar	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
19	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CTB35	Óptimo	12,5 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de calidad estándar mejorada, ergonómico y fácil de usar	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
20	SU.PC.SANI.01.13.00.100075	G05284	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Redondo;Trocar accesorio:SI;Forma balón fijación:Piramidal;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
20	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SMSBTRND X	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de balón anatómico que facilita su uso con trócares ópticos integrados	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
20	PROHOSA	UNTB-GB1210	Óptimo	12,5 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con sistema de sellado de cánula que incorpora válvula y tapa de sellado.	Óptimo	12 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso	24,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
21	SU.PC.SANI.01.13.00.100075	G05285	EQ. TROCAR DISECTOR BALÓN-Forma balón disector:Redondo;Trocar accesorio:SI;Forma balón fijación:Redondo;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
21	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SMBTTRND X	Excelente	25	Excelente	24	49
21	PROHOSA	UNTB-GC1210	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
23	SU.PC.SANI.01.13.00.100014	G05282	TROCAR DISECTOR BALON 10-11mm.Ø-Forma balón disector:Ovalado;Reductor:si;Diámetro del trócar:[10-11];Longitud del trócar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
23	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OMS-PDBS2	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5
23	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	C0H11	Óptimo	12,5	Excelente	24	36,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
24	SU.PC.SANI.01.13.00.100014	G05283	TROCAR DISECTOR BALON 10-11mm.Ø-Forma balón disector:Redondo;Reductor:si;Diámetro del trocar:[10-11];Longitud del trocar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
24	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OMS-PDB1000	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico que permite una separación precisa de los planos tisulares	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño de material rígido aporta seguridad durante el uso del dispositivo: diseño ergonómico que permite una separación precisa y segura de los planos tisulares, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
24	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	COH12	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseñado con un material rígido que facilita una segura y fuerte disección	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño de material rígido aporta seguridad durante el uso del dispositivo, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
25	SU.PC.SANI.01.13.00.400001	B64247	TROCAR TORACICO 10-12mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[10-11];Longitud del trocar:[0-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
25	MEDTRONIC IBERICA S.A.	179301	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de obturador de punta roma y cánula de punta atraumática y roscada con manguitos no conductores para una correcta fijación	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño de punta roma y atraumático aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
27	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34572	SIST. DE ALTA INSUFLACION CON EVACUACIÓN HUMO QUIRÚRGICO Y TRÓCAR-DIÁMETRO DEL PUERTO:[5-5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
27	PRIMS.A.	AIRSEAL-5	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de sistema 3 en 1, es decir, triple lumen para insuflación constante, aspiración de humos y medición en tiempo real de la presión.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño 3 en 1 que aporta seguridad durante la cirugía, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
28	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34573	SIST. DE ALTA INSUFLACION CON EVACUACIÓN HUMO QUIRÚRGICO Y TRÓCAR- DIÁMETRO DEL PUERTO:[8-8];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
28	PRIMS.A.	AIRSEAL-8	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de sistema 3 en 1, es decir, triple lumen para insuflación constante, aspiración de humos y medición en tiempo real de la presión.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño 3 en 1 que aporta seguridad durante la cirugía, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
29	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34571	SIST. DE ALTA INSUFLACION CON EVACUACIÓN HUMO QUIRÚRGICO Y TRÓCAR- DIÁMETRO DEL PUERTO:[12-12];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
29	PRIMS.A.	AIRSEAL-12	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de sistema 3 en 1, es decir, triple lumen para insuflación constante, aspiración de humos y medición en tiempo real de la presión.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño 3 en 1 que aporta seguridad durante la cirugía, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
30	SU.PC.SANI.01.13.00.600002	E59686	PUERTO ACCESO MULTIPLE TRANSANAL-Nºpuertos:[3-3];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
30	DURGALAB S.L.U.	1,3551E+11	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico, fácil de usar.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad en su uso.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
31	SU.PC.SANI.01.13.00.500000	E47586	DISPOSITIVO ACCESO MANUAL -PARED ABDOMINAL:Entre 4 y 7 cm incluidos;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
31	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CBXX2CE	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico y de fácil uso que incorpora un pestillo para la colocación de la tapa de gel para una resección y retirada de pieza fácil.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad en el uso del dispositivo, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.		



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
32	SU.PC.SANI.01.13.01.100033		PINZA AGARRE 5mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
32	DGM VASCULAR S.L.	00208-DGLAP501	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales.	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
32	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173030	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de mandibula con buena apertura, que se activa mediante mecanismo de fácil manejo para no dañar el tejido.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que aporta seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
32	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	C4130	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de mango ergonómico que permite extraer las almohadillas para una mejor adaptación a los dedos del cirujano, mandíbulas de bajo perfil, almohadillas de silicona y vástago centimetrado.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: el diseño de mango, mandíbula, y vástago aportan seguridad en el uso.	24,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
33	SU.PC.SANI.01.13.01.100033		PINZA AGARRE 5mm.Ø

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
33	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PO843SU	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
33	DGM VASCULAR S.L.	00208-DGLAP503	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
33	JOHNSON & JOHNSON S.A.	5DSG	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño para fácil manejo en la activación de mandíbulas	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad y protección del usuario en su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	36,5
33	MEDTRONIC IBERICA S.A.	174317	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de mandíbula con buena apertura, que se activa mediante mecanismo de fácil manejo para no dañar el tejido.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que aporta seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento..	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
34	SU.PC.SANI.01.13.04.101000	F21353	RETRACTOR DE ORGANOS 10-12mm.Ø-Longitud:[30-75];Tipo de punta:Abanico;Diámetro:10 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
34	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7474	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de fácil uso, con materiales de alta resistencia	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico de que aumenta la protección y fiabilidad en su uso asistencial, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
34	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173046	Óptimo	12,5 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: el producto mejora la calidad estándar, desde el punto de vista ergonómico, presenta mejoras en relación a la facilidad de uso.	Óptimo	12 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: el diseño aporta buena seguridad de resultados.	24,5

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
36	SU.PC.SANI.01.13.04.120000	B43345	RETRACTOR DE ORGANOS 10-12mm.Ø / ARTICULADO-Longitud:[30-75];Diámetro:10 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
36	MEDTRONIC IBERICA S.A.	176647	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño ergonómico en abanico junto con los materiales de alta resistencia aporta mayor facilidad de uso.	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño y la calidad de los materiales aumentan la protección y la fiabilidad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
38	SU.PC.SANI.01.13.04.200002	G06562	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA C/BOMBA-GC

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
38	STRYKER IBERIA S.L.	250070500	Óptimo	12,5 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: mejora la calidad estándar, presenta buena ergonomía en su uso.	Óptimo	12 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: mejora la calidad estándar, presenta buena ergonomía en su uso. Aporta mayor seguridad de resultados	24,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
39	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:(0-33];Diámetro:5 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
39	DEXTRO MEDICA S.L.	FSI13305C	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: características técnicas superiores a la media, con alta ergonomía de uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: características técnicas superiores a la media lo que permite una mayor seguridad durante su uso.	24,5
39	FIXAPLUS S.L.	SIS532	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: mejora la calidad estándar, presenta buena ergonomía en cuanto a su uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: mejora la calidad estándar, permitiendo una mayor seguridad de resultados.	24,5
39	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	RCONG299 401CST12	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
39	MBA INCORPORADO S.L.	EP-AICT01	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
39	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	OR1200S	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
39	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	800107	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: mejora la calidad estándar, presenta buena ergonomía en cuanto a su uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: mejora la calidad estándar, permitiendo una mayor seguridad de resultados.	24,5
39	PANAVALS S.L.	ASI-A20000	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
39	PRIMS.A.	SA-320CT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: calidad de las cánulas que gotean mucho menos. Tubo de silicona que no colapsa. Con posibilidad de instilación.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la calidad de los materiales, y el hecho de que no colapse aporta mayor seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
39	PROHOSA	MSI205330	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: mejora la calidad estándar, presenta buena ergonomía en cuanto a su uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: mejora la calidad estándar, permitiendo una mayor seguridad de resultados.	24,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
40	SU.PC.SANI.01.13.04.200007	F44454	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA CON CÁNULA DE MATERIAL NO CONDUCTOR-Longitud de la cánula:(33-36);Diámetro:5 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
40	COLOPLAST S.A.	ASP165	Excelente	25	Excelente	24	49
40	SUMEDEX S.A.	GC080702	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
41	SU.PC.SANI.01.13.04.200005	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
41	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PG036SU	Básico	0	Básico	0	0
41	COLOPLAST S.A.	ASP145	Excelente	25	Excelente	24	49
41	DISMEVAL S.L.	102Y.202B	Básico	0	Básico	0	0
41	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	OR1201D	Básico	0	Básico	0	0
41	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899107	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
41	STRYKER IBERIA S.L.	250070505	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
41	SUMEDEX S.A.	GC080743	Excelente	25	Excelente	24	49
41	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	C6001	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
42	SU.PC.SANI.01.13.04.200005	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
42	DEXTRO MEDICA S.L.	FSI14505C	Básico	0	Básico	0	0
42	DISMEVAL S.L.	102Y.203B	Básico	0	Básico	0	0
42	MBA INCORPORADO S.L.	EP-AICT01L	Básico	0	Básico	0	0
42	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	OR1245S	Básico	0	Básico	0	0
42	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899108	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
42	SUMEDEX S.A.	GC080741	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
45	SU.PC.SANI.01.13.04.509000	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[700-800];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
45	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ024SU	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
45	DEXTRO MEDICA S.L.	FEP957100	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: gran calidad de la bolsa con muy buena consistencia	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño consistente de la bolsa aporta una mayor seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
45	MBA INCORPORADO S.L.	EP-EB08	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
45	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899103	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: gran calidad de la bolsa, más consistente, dura y muy maleable.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la bolsa y materiales que aporta seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
45	PANAVALS S.L.	HSD-130/C	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
46	SU.PC.SANI.01.13.04.509000	G06087	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[300-400];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
46	DEXTRO MEDICA S.L.	FEP936100	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: gran calidad de la bolsa con muy buena consistencia	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño consistente de la bolsa aporta una mayor seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
46	DISMEVAL S.L.	SPB10M	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
46	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZSRB-B-100	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico de abertura que facilita su uso.	Óptimo 12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: la abertura de la bolsa aporta seguridad en la recogida de la pieza	24,5



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
47	SU.PC.SANI.01.13.04.509000	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[200-300];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL		
47	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ023SU	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
47	DISMEVAL S.L.	SPB10S	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
47	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZSRB-B-80	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico de abertura que facilita su uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: la abertura de la bolsa aporta seguridad en la recogida de la pieza	24,5
47	JOHNSON & JOHNSON S.A.	POUCH	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la calidad del material hace de la bolsa un producto consistente de difícil rotura durante su uso.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la calidad de los material aporta una mayor seguridad durante su uso, además de gran rendimiento ya que no hay que utilizar más de una bolsa.	49
47	MBA INCORPORADO S.L.	EP-EB04	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
47	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-3128	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
47	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899102	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: gran calidad de la bolsa, más consistente, dura y muy maleable.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la bolsa y materiales que aporta seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
47	PANAVAL S.L.	HSD-80/C	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
47	PROHOSA	PS3442ULT	Óptimo	12.5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: características técnicas superiores a la media. Muy ergonómica en su uso.	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante el uso	24,5
47	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CD001	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: calidad de materiales que hacen a la bolsa dura, consistente, difícil de romper durante el uso	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño consistente que aporta seguridad en la recogida de la pieza, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
48	SU.PC.SANI.01.13.04.509000	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES-Capacidad de la bolsa:[1500-1600];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
48	DEXTRO MEDICA S.L.	MEBD700	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
48	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-3122	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
48	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173049	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la calidad del material hace de la bolsa un producto consistente de difícil rotura durante su uso.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la calidad de los materiales aporta una mayor seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización, además de gran rendimiento ya que no hay que utilizar más de una bolsa.	49
48	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899112	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: gran calidad de la bolsa, más consistente, dura y muy maleable.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la bolsa y materiales que aporta seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
48	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	CD004	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: calidad de materiales que hacen a la bolsa dura, consistente, difícil de romper durante el uso	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño consistente que aporta seguridad en la recogida de la pieza, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
49	SU.PC.SANI.01.13.05.000000	B39666	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE HELICOIDAL 5mm.Ø / 30 CLIPS-Nº de clip:[30-50];Longitud aplicador:[30-60];Talla:mediano;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
49	MEDTRONIC IBERICA S.A.	174006	Excelente	25	Excelente	24	49
				El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que facilita su aplicación.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	
49	PROHOSA	TI30L	Básico	0	Básico	0	0
				El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales		El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
51	SU.PC.SANI.01.13.05.005000	B60250	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 5mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:grande;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL		
51	DISMEVAL S.L.	TQ5	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales.	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
51	JOHNSON & JOHNSON S.A.	EL5ML	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño rotatorio que permite una colocación precisa, mango ergonómico, sistema de avance automático de clips.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño resistente que hace más difícil que el dispositivo se obstruya, aumentando la seguridad durante su uso.	49
51	MEDTRONIC IBERICA S.A.	176630	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: Fácil desprendimiento del clip. El diseño ergonómico del mango facilita su agarre.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño que aporta seguridad durante su uso	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
52	SU.PC.SANI.01.13.05.010000	B58523	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:grande;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
52	JOHNSON & JOHNSON S.A.	ER420	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño rotatorio que permite una colocación precisa, mango ergonómico, sistema de avance automático de clips.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño resistente que hace más difícil que el dispositivo se obstruya, aumentando la seguridad durante su uso.	49
52	PRIM S.A.	TDC-10-L	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: fácil de usar, tanto en el avance como en la liberación de clips	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: dispositivo que por su diseño transmite seguridad durante su uso	49
52	PROHOSA	CA166	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales.	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
53	SU.PC.SANI.01.13.05.010000	B39772	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:mediano;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
53	MEDTRONIC IBERICA S.A.	176625	Excelente	25	Excelente	24	49
53	PRIMS.A.	TDC-10-ML	Excelente	25	Excelente	24	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
55	SU.PC.SANI.01.13.05.010000	E67753	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:intermedio;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
55	MBA INCORPORADO S.L.	ES-CAD01	Básico	0	Básico	0	0
55	PROHOSA	CA168	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
57	SU.PC.SANI.01.13.05.200015	D91402	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 45mm. / SIN CARGA- Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago): [30-40];Longitud de grapado:[30-60];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
57	JOHNSON & JOHNSON S.A.	ATS45	Excelente	25	Excelente	24	49
57	REACH MEDICAL S.L.	REC45A	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
58	SU.PC.SANI.01.13.05.200016	D87165	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 60mm./SIN CARGA- Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];Longitud de grapado:[30-60];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
58	JOHNSON & JOHNSON S.A.	EC60A	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: dispositivo de diseño ergonómico, que posibilita un mejor acabado.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: dispositivo con diseño transmite mayor seguridad durante su uso.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
59	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	G05990	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[9-9];LONGITUD DE GRAPADO:[35-35];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
59	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PVE35A	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
60	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	E60423	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
60	DEXTRO MEDICA S.L.	FSAM60_U	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: dispositivo ergonómico con características técnicas superiores a la media		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: diseño del dispositivo que transmite seguridad durante su uso		
60	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PSEE60A	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.		
60	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7819	Básico	0	Básico	0	0
			El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales		El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		
60	REACH MEDICAL S.L.	IM60AM	Básico	0	Básico	0	0
			El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales		El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
61	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	E60502	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería- Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[40-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
61	DEXTRO MEDICA S.L.	FSAL60_U	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	24,5
61	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PLEE60A	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
62	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	E60422	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería- Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[30-40];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
62	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PSEE45A	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
63	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	E60420	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería- LONGITUD DE GRAPADO:[45-45];Diámetro:[12-12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
63	DEXTRO MEDICA S.L.	FSAS45_U	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: dispositivo ergonómico con características técnicas superiores a la media	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: diseño del dispositivo que transmite seguridad durante su uso	24,5
63	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PCFE45A	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
64	SU.PC.SANI.01.13.05.200017	E60421	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería- Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago)::[0-30];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
64	DEXTRO MEDICA S.L.	FSAS60_U	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: dispositivo ergonómico con características técnicas superiores a la media	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de técnicas y de seguridad de los resultados: diseño del dispositivo que transmite seguridad durante su uso	24,5
64	JOHNSON & JOHNSON S.A.	PCEE60A	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico que permite un mejor agarre, lo que facilita su uso.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el agarre que aporta la pinza aporta una mayor seguridad del dispositivo durante su uso.	49
64	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7823	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
64	REACH MEDICAL S.L.	IM60AS	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
65	SU.PC.SANI.01.13.05.700003	B40093	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL-Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[0-30];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
65	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SELC-GS	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con carga de cartuchos intercambiables	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ergonómico con sistema de seguridad integrado	24,5
65	FIXAPLUS S.L.	TCNP-S	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
65	MBA INCORPORADO S.L.	U12S	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
65	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIAUSHO RT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con mayor calidad de materiales que permiten un mejor agarre y cierre.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño con mejor capacidad de agarre y cierre aporta una seguridad en los resultados que aumenta su rendimiento y eficiencia.	49



LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
65	PRIM S.A.	CEAC-45	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Presenta buena ergonomía en cuanto a uso. Incorpora un sistema de agarre que permite sujetar el tejido mediante empuje o tracción del mango, con buen sistema de articulado	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta buena seguridad de resultados.	24,5
65	PROHOSA	PS9ECHU06	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
65	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCSZ	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
66	SU.PC.SANI.01.13.05.700003	E62855	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL-Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[30-40];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
66	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SELC-GM	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con carga de cartuchos intercambiables	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ergonómico con sistema de seguridad integrado	24,5
66	FIXAPLUS S.L.	TCNP-M	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
66	MBA INCORPORADO S.L.	U12M	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
66	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIAUSTND	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con mayor calidad de materiales que permiten un mejor agarre y cierre.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño con mejor capacidad de agarre y cierre aporta una seguridad en los resultados que aumenta su rendimiento y eficiencia.	49
66	PRIM S.A.	CEAC-30	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Presenta buena ergonomía en cuanto a uso. Incorpora un sistema de agarre que permite sujetar el tejido mediante empuje o tracción del mango, con buen sistema de articulado	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta buena seguridad de resultados.	24,5
66	PROHOSA	PS9ECHU16	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
66	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCZ	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
67	SU.PC.SANI.01.13.05.700003	E63174	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL-Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[40-50];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
67	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SELC-GL	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico con carga de cartuchos intercambiables	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño ergonómico con sistema de seguridad integrado	24,5
67	FIXAPLUS S.L.	TCNP-L	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
67	MBA INCORPORADO S.L.	U12L	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
67	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIAUXL	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño ergonómico con mayor calidad de materiales que permiten un mejor agarre y cierre.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: el diseño con mejor capacidad de agarre y cierre aporta una seguridad en los resultados que aumenta su rendimiento y eficiencia.	49
67	PRIM S.A.	CEAC-60	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: Presenta buena ergonomía en cuanto a uso. Incorpora un sistema de agarre que permite sujetar el tejido mediante empuje o tracción del mango, con buen sistema de articulado	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta buena seguridad de resultados.	24,5
67	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCLZ	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
68	SU.PC.SANI.01.13.05.200021	G06986	FUNDA ESTERIL P/ MANGO DE GRAPADO QUIRÚRGICO-GC.

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
68	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIGPSHELL	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: funda ergonómica y de fácil manejo.	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: cuenta con un mecanismo de ensamblaje seguro que evita la pérdida de esterilidad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
69	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	F97744	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
69	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-45D	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: con tres filas de grapas de distinta altura desde la interior más apretada a la exterior más suelta	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso.	24,5
69	CARDIVA 2 S.L.	PN45C	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
69	DEXTRO MEDICA S.L.	FACY45	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
69	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST45D	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la carga con superficie rugosa que permite un mejor agarre del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la superficie de la carga permite mayor seguridad en la fijación del tejido durante el proceso de grapado y corte, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
69	REACH MEDICAL S.L.	REC45GLD	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
72	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	D78771	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL		
72	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SRG-45B	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: con tres filas de grapas de distinta altura desde la interior más apretada a la exterior más suelta	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso.	24,5
72	CARDIVA 2 S.L.	PN45B	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
72	DEXTRO MEDICA S.L.	FACB45	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
72	JOHNSON & JOHNSON S.A.	6R45B	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la carga con superficie rugosa que permite un mejor agarre del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la superficie de la carga permite mayor seguridad en la fijación del tejido durante el proceso de grapado y corte, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
73	SU.PC.SANI.01.13.05.600002	D97163	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
73	CARDIVA 2 S.L.	PN45W	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales.	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
73	JOHNSON & JOHNSON S.A.	TR45W	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la carga con superficie rugosa que permite un mejor agarre del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la superficie de la carga permite mayor seguridad en la fijación del tejido durante el proceso de grapado y corte, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
74	SU.PC.SANI.01.13.05.600006	D46693	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
74	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMG-45BR	Excelente	25	Excelente	24	49
74	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45C	Básico	0	Básico	0	0
74	MBA INCORPORADO S.L.	R45B	Básico	0	Básico	0	0
74	PRIM S.A.	CADF-45N	Óptimo	12.5	Óptimo	12	24,5
74	PROHOSA	PS9ECAR45 B	Básico	0	Básico	0	0
74	REACH MEDICAL S.L.	SRC4535R	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
75	SU.PC.SANI.01.13.05.600006	E30737	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
75	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45B	Básico	0	Básico	0	0
75	MBA INCORPORADO S.L.	R45W	Básico	0	Básico	0	0
75	PRIM S.A.	CADF-45T	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
75	REACH MEDICAL S.L.	ID4525	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
76	SU.PC.SANI.01.13.05.600006	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
76	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45H	Básico	0	Básico	0	0
76	MBA INCORPORADO S.L.	R45M	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
77	SU.PC.SANI.01.13.05.600010	E27378	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 30-35mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^a	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
77	DEXTRO MEDICA S.L.	FMCW30	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
77	JOHNSON & JOHNSON S.A.	VASECR35	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la carga con superficie rugosa que permite un mejor agarre del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la superficie de la carga permite mayor seguridad en la fijación del tejido durante el proceso de grapado y corte, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
78	SU.PC.SANI.01.13.05.609000	D85463	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª			1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación	TOTAL
78	CARDIVA 2 S.L.	PN60G	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
78	DEXTRO MEDICA S.L.	FACG60	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
78	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST60G	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: diseño de la carga con superficie rugosa que permite un mejor agarre del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la superficie de la carga permite mayor seguridad en la fijación del tejido durante el proceso de grapado y corte, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
78	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7741	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
78	REACH MEDICAL S.L.	REC60GRN	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
79	SU.PC.SANI.01.13.05.609000	E75304	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
79	DEXTRO MEDICA S.L.	FACX60	Básico	0	Básico	0	0
79	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7745	Básico	0	Básico	0	0
79	REACH MEDICAL S.L.	REC60BLK	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
80	SU.PC.SANI.01.13.05.609000	G06044	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.6-3.6];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
80	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST60B	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
81	SU.PC.SANI.01.13.05.609000	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^A	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
81	CARDIVA 2 S.L.	PN60C	Básico	0	Básico	0	0
81	DEXTRO MEDICA S.L.	FACY60	Básico	0	Básico	0	0
81	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST60D	Excelente	25	Excelente	24	49
81	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7744	Básico	0	Básico	0	0
81	REACH MEDICAL S.L.	REC60GLD	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
82	SU.PC.SANI.01.13.05.609000	G06050	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.6-2.6];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^A	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
82	JOHNSON & JOHNSON S.A.	GST60W	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
83	SU.PC.SANI.01.13.05.620000	E56789	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
83	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG30AVM	Excelente	25	Excelente	24	49
83	REACH MEDICAL S.L.	ID30TAN	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
84	SU.PC.SANI.01.13.05.625000	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
84	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-60I	Básico	0	Básico	0	0
84	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EGIA60AMT	Excelente	25	Excelente	24	49
84	REACH MEDICAL S.L.	ID60PUL	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
85	SU.PC.SANI.01.13.05.625000	E33624	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
85	B. BRAUN SURGICAL S.A.	SMT-60TR	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de fácil montaje, fácil de usar	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad durante su uso	24,5
85	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-60J	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
85	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG60AXT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido se traduce en mejor resultado y mayor seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49
85	PRIM S.A.	CADF-60R	Óptimo	12,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de fácil montaje, por tanto, fácil de usar	Óptimo	12	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad en los resultados	24,5
85	PROHOSA	PS9ECAR60N	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
85	REACH MEDICAL S.L.	ID60BLK	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
86	SU.PC.SANI.01.13.05.625000	D91930	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL		
86	MBA INCORPORADO S.L.	R60M	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
86	MEDTRONIC IBERICA S. A.	EGIA60AVM	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido se traduce en mejor resultado y mayor seguridad, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
87	SU.PC.SANI.01.13.05.600013	E76285	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
87	FIXAPLUS S.L.	TCZNKK-30H	Básico	0	Básico	0	0
87	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG30CTAVM	Excelente	25	Excelente	24	49
87	REACH MEDICAL S.L.	ID30TANB	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
88	SU.PC.SANI.01.13.05.600013	F74078	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
88	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG30CTAV	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
89	SU.PC.SANI.01.13.05.600014	E84280	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 60 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
89	FIXAPLUS S.L.	TCZNKK-60I	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
89	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG60CTAM T	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49
89	REACH MEDICAL S.L.	ID60PULB	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
90	SU.PC.SANI.01.13.05.600015	E99082	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
90	FIXAPLUS S.L.	TCZNKK-45I	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
90	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG45CTAM T	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido por el diseño del dispositivo se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49
90	REACH MEDICAL S.L.	ID45PULB	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico 0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
91	SU.PC.SANI.01.13.05.600015	E84278	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
91	FIXAPLUS S.L.	TCZNKK-45H	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0
91	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG45CTAVM	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido por el diseño del dispositivo se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49
91	REACH MEDICAL S.L.	ID45TANB	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales	Básico	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
92	SU.PC.SANI.01.13.05.600015	E84363	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL	
92	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIG45CTAV	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido	Excelente 24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido por el diseño del dispositivo se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
93	SU.PC.SANI.01.13.05.600017	E84027	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60MM/ con refuerzo de sutura-Tipo de tejido:Extra grueso;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF*	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación			2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación			TOTAL
93	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIGTRSB60 4XT	Excelente	25	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido, refuerzo suave y adaptable al tejido	Excelente	24	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
94	SU.PC.SANI.01.13.05.600017	E84028	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60MM/ con refuerzo de sutura-Tipo de tejido:Medio-grueso;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
94	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SIGTRSB60 AMT	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: facilidad de uso y montaje, diseño ergonómico que mejora la compresión del tejido, refuerzo suave y adaptable al tejido	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al conjunto de los parámetros objeto de valoración: la mejor compresión del tejido se traduce en mejor resultado y mayor seguridad	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
95	SU.PC.SANI.01.13.05.901000	D97047	REFUERZO LINEA DE SUTURA PARA ENDOGRAPADORAS- Composición:bioabsorbible;Longitud grapado:60mm;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
95	W.L. GORE Y ASOCIADOS S.L.	12BSGEC60 AE	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño de tiras preformadas en manguitos adaptables al cartucho y al yunque que facilita su uso.	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: material sintético biocompatible que aporta seguridad en el uso.	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
96	SU.PC.SANI.01.13.06.000001	B43359	DISPOSITIVO P/ ENDOSUTURA-Longitud:[30-60];Diámetro:[10-10];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
96	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173016	Excelente	25 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico que permite un amplio giro facilitando la sutura del tejido	Excelente	24 El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño que aporta seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización con un buen rendimiento.	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
97	SU.PC.SANI.01.13.06.200006	C76978	ENDOSUTURA SINT. IRREABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. EN T-Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-80];LONGITUD DE LA AGUJA:[9-9];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
97	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173021	Excelente	25	Excelente	24	49
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: material no absorbible, fibra de poliéster trenzado inerte que provoca poca reacción en el tejido.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de ergonómicas: material que aporta seguridad manteniendo la fuerza de tensión en la sutura.		

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
98	SU.PC.SANI.01.13.05.700000	B42076	DISPOSITIVO CIERRE PARED TROCAR - GC

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
98	DEXTRO MEDICA S.L.	RSG-14-13	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
98	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7351	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
98	MEDTRONIC IBERICA S.A.	173022	Excelente	25	Excelente	24	49
98	SUMEDEX S.A.	RSG-14F	Básico	0	Básico	0	0
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño ergonómico que facilita su uso		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad en el uso		
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño flexible con guía en forma de cono		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras técnicas y de seguridad de los resultados: diseño que aporta seguridad en el uso		
			El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: diseño que mantiene condiciones higiénicas óptimas reduciendo el riesgo de infección.		El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros relacionados con las mejoras de calidad y ergonómicas: material que aporta seguridad manteniendo la fuerza de tensión en la sutura: la reducción del riesgo de infección aporta seguridad en el uso, eliminando riesgos asociados a su utilización.		
			El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a su facilidad de uso, mejoras técnicas ergonómicas que aporten facilidad en la colocación, fijación y aplicación o en la composición de sus materiales		El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a la seguridad del dispositivo, la seguridad de los resultados y el rendimiento y eficiencia del material		



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
99	SU.PC.SANI.01.13.99.100000	E80803	FUNDA PROTECTORA LIMPIADORA DE OPTICA-DIAMETRO:[10-10];Grados:0°;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^A	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
99	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PV641SU	Excelente	25	Excelente	24	49
99	PRIMS.A.	LW10000-UHD	Excelente	25	Excelente	24	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
100	SU.PC.SANI.01.13.99.100000	E80805	FUNDA PROTECTORA LIMPIADORA DE OPTICA-DIAMETRO:[10-10];Grados:30;

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REF ^A	1° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
100	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PV642SU	Excelente	25	Excelente	24	49
100	PRIMS.A.	LW10030-UHD	Excelente	25	Excelente	24	49



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
101	SU.PC.SANI.01.13.99.100003	E38785	EVACUADOR DE HUMO-LONGITUD :[40-60];DIAMETRO :[8-9];

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
101	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PG107SU	Óptimo	12,5	Óptimo	12	24,5
101	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	X1742050083	Básico	0	Básico	0	0
101	KARL STORZ	031110-10	Excelente	25	Excelente	24	49
101	PROHOSA	PS3604	Básico	0	Básico	0	0

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
102	SU.PC.SANI.01.13.99.500000		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
102	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	X1721150083	Básico	0	Básico	0	0



LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
103	SU.PC.SANI.01.13.99.500000		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
103	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	X1715300083	Básico	0	Básico	0	0
103	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	ORISISO	Básico	0	Básico	0	0
103	KARL STORZ	031222-10	Excelente	25	Excelente	24	49

LOTE	CÓDIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN
104	SU.PC.SANI.01.13.99.500002		TUBULADURA INSUFLADORA CON CALENTAMIENTO DE CO2 INTEGRADO

LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFª	1º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (calidad y ergonomía). Puntuación y justificación		2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad). Puntuación y justificación		TOTAL
104	STRYKER IBERIA S.L.	Z146139	Excelente	25	Excelente	24	49

ANEXO IV.

SÍ CUMPLEN PPT.

NO SUPERAN UMBRAL MÍNIMO (24,5 puntos).

LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1º CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
1	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(7-12];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ995	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
1	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(7-12];	DEXTRO MEDICA S.L.	FVN11200	Básico	Básico	0
1	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(7-12];	DGM VASCULAR S.L.	0208-VN12	Básico	Básico	0
1	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(7-12];	DISMEVAL S.L.	105Y.202	Básico	Básico	0
1	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(7-12];	PANAVAL S.L.	VN-120	Básico	Básico	0
2	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(12-15];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ996	Básico	Básico	0
2	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(12-15];	DEXTRO MEDICA S.L.	FVN11500	Básico	Básico	0
2	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(12-15];	DGM VASCULAR S.L.	0208-VN15	Básico	Básico	0
2	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(12-15];	DISMEVAL S.L.	105Y.205	Básico	Básico	0
2	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL -LONGITUD:(12-15];	PANAVAL S.L.	VN-150	Básico	Básico	0
3	B38433	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[10-11];Longitud del trocar:[0-50];	DISMEVAL S.L.	101Y.D05	Básico	Básico	0
3	B38433	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[10-	MBA INCORPORADO S.L.	300-Vb11	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		11);Longitud del trócar:[0-50];					
3	B38433	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[10-11];Longitud del trócar:[0-50];	PRIM S.A.	GN-TOHF1010	Básico	Básico	0
4	B51869	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];	DISMEVAL S.L.	101Y.D07	Básico	Básico	0
4	B51869	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];	MBA INCORPORADO S.L.	300-Vb12	Básico	Básico	0
4	B51869	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];	PRIM S.A.	GN-TOHF1210	Básico	Básico	0
4	B51869	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION-Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[12-12];Longitud del trócar:[0-50];	PROHOSA	UNTB-RC1210	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
5	F38097	TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION- Reductor:si;Tipo de punta:estriada;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[100-150];	PRIM S.A.	GN-TWF0510	Básico	Básico	0
5	F38097	TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION- Reductor:si;Tipo de punta:estriada;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[100-150];	PROHOSA	UNTB-RC0510	Básico	Básico	0
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	DISMEVAL S.L.	BLT312	Básico	Básico	0
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-1412	Básico	Básico	0
6		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899319	Básico	Básico	0
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	IMPORT AND EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS S.L.	WZDT-A-12	Básico	Básico	0
7		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899318	Básico	Básico	0
8		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	PROHOSA	UNTR-C0510	Básico	Básico	0
8		TROCAR VÍDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	JOHNSON & JOHNSON S.A.	B5LT	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
10		TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø	PROHOSA	UNTR-B0510	Básico	Básico	0
11	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø- Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[5-5];Longitud del trocar:[50-100];	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	899300	Básico	Básico	0
13	B54031	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø- Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[11-11];Longitud del trocar:[100-150];	PROHOSA	UNTR-B1110	Básico	Básico	0
15	D39101	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø- Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EK577SU	Básico	Básico	0
15	D39101	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø- Reductor:si;Tipo de punta:en v;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	PROHOSA	UNTR-B1210	Básico	Básico	0
16	B48524	TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12mm.Ø C/ S. FIJACION- Reductor:si;Tipo de punta:roma;Diámetro del trocar:[12-12];Longitud del trocar:[100-150];	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	C0R85	Básico	Básico	0
17	D86082	EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø- Reductor:si;Tipo de	PROHOSA	UNTR-BII1	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		punta:en v;Longitud del trócar:[100-150];					
32		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DGM VASCULAR S.L.	00208-DGLAP501	Básico	Básico	0
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PO843SU	Básico	Básico	0
33		PINZA AGARRE 5mm.Ø	DGM VASCULAR S.L.	00208-DGLAP503	Básico	Básico	0
39	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:(0-33];Diámetro:5 mm;	INTERSURGIC AL ESPAÑA S.L.	RCONG299401CS T12	Básico	Básico	0
39	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:(0-33];Diámetro:5 mm;	MBA INCORPORAD O S.L.	EP-AICT01	Básico	Básico	0
39	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:(0-33];Diámetro:5 mm;	MEDLINE INTERNATIO NAL IBERIA S.L.U.	OR1200S	Básico	Básico	0
39	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:(0-33];Diámetro:5 mm;	PANAVALÉ S.L.	ASI-A20000	Básico	Básico	0
40	F44454	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA CON CÁNULA DE MATERIAL NO CONDUCTOR-Longitud de la cánula:(33-36];Diámetro:5 mm;	SUMEDEX S.A.	GC080702	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
41	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;	B. BRAUN SURGICAL S.A.	PG036SU	Básico	Básico	0
41	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;	DISMEVAL S.L.	102Y.202B	Básico	Básico	0
41	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;	MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA S.L.U.	OR1201D	Básico	Básico	0
41	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;	STRYKER IBERIA S.L.	250070505	Básico	Básico	0
41	E74468	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[32-45];Diámetro:5 mm;	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	C6001	Básico	Básico	0
42	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;	DEXTRO MEDICA S.L.	FSI14505C	Básico	Básico	0
42	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;	DISMEVAL S.L.	102Y.203B	Básico	Básico	0
42	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;	MBA INCORPORADO S.L.	EP-AICT01L	Básico	Básico	0
42	E74469	ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOSIRUGIA-Long. de la cánula:[45-60];Diámetro:5 mm;	MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA S.L.U.	OR1245S	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[700-800];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ024SU	Básico	Básico	0
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[700-800];	MBA INCORPORAD O S.L.	EP-EB08	Básico	Básico	0
45	G06088	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[700-800];	PANAVAL S.L.	HSD-130/C	Básico	Básico	0
46	G06087	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[300-400];	DISMEVAL S.L.	SPB10M	Básico	Básico	0
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[200-300];	B. BRAUN SURGICAL S.A.	EJ023SU	Básico	Básico	0
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[200-300];	DISMEVAL S.L.	SPB10S	Básico	Básico	0
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[200-300];	MBA INCORPORAD O S.L.	EP-EB04	Básico	Básico	0
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[200-300];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-3128	Básico	Básico	0
47	G06086	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[200-300];	PANAVAL S.L.	HSD-80/C	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	DEXTRO MEDICA S.L.	MEBD700	Básico	Básico	0
48	G06089	BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES -Capacidad de la bolsa:[1500-1600];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-3122	Básico	Básico	0
49	B39666	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE HELICOIDAL 5mm.Ø / 30 CLIPS-Nº de clip:[30-50];Longitud aplicador:[30-60];Talla:mediano;	PROHOSA	T130L	Básico	Básico	0
51	B60250	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 5mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:grande;	DISMEVAL S.L.	TQ5	Básico	Básico	0
52	B58523	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:grande;	PROHOSA	CA166	Básico	Básico	0
55	E67753	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:intermedio ;	MBA INCORPORADO S.L.	ES-CAD01	Básico	Básico	0
55	E67753	ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30];Longitud aplicador:[30-60];Talla:intermedio ;	PROHOSA	CA168	Básico	Básico	0
57	D91402	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA 45mm. / SIN CARGA-Diámetro:[12-	REACH MEDICAL S.L.	REC45A	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		12];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago);[30-40];Longitud de grapado:(30-60];					
60	E60423	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago);[30-40];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7819	Básico	Básico	0
60	E60423	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago);[30-40];	REACH MEDICAL S.L.	IM60AM	Básico	Básico	0
64	E60421	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil de trabajo, vástago);[0-30];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7823	Básico	Básico	0
64	E60421	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con batería-Diámetro:[12-12];LONGITUD DE GRAPADO:[60-60];Longitud grapadora (zona útil	REACH MEDICAL S.L.	IM60AS	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		de trabajo, vástago);:[0-30];					
65	B40093	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[0-30];	FIXAPLUS S.L.	TCNP-S	Básico	Básico	0
65	B40093	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[0-30];	MBA INCORPORAD O S.L.	U12S	Básico	Básico	0
65	B40093	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[0-30];	PROHOSA	PS9ECHU06	Básico	Básico	0
65	B40093	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[0-30];	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCSZ	Básico	Básico	0
66	E62855	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[30-40];	FIXAPLUS S.L.	TCNP-M	Básico	Básico	0
66	E62855	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[30-40];	MBA INCORPORAD O S.L.	U12M	Básico	Básico	0
66	E62855	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL-	PROHOSA	PS9ECHU16	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[30-40];					
66	E62855	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[30-40];	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCZ	Básico	Básico	0
67	E63174	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[40-50];	FIXAPLUS S.L.	TCNP-L	Básico	Básico	0
67	E63174	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[40-50];	MBA INCORPORADO S.L.	U12L	Básico	Básico	0
67	E63174	MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL- Diámetro:[12-12];Longitud de pistola:[40-50];	REACH MEDICAL S.L.	ENDO RLCLZ	Básico	Básico	0
69	F97744	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	CARDIVA 2 S.L.	PN45C	Básico	Básico	0
69	F97744	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	DEXTRO MEDICA S.L.	FACY45	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
69	F97744	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	REACH MEDICAL S.L.	REC45GLD	Básico	Básico	0
72	D78771	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	CARDIVA 2 S.L.	PN45B	Básico	Básico	0
72	D78771	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	DEXTRO MEDICA S.L.	FACB45	Básico	Básico	0
73	D97163	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	CARDIVA 2 S.L.	PN45W	Básico	Básico	0
74	D46693	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45C	Básico	Básico	0
74	D46693	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	MBA INCORPORADO S.L.	R45B	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
74	D46693	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	PROHOSA	PS9ECAR45B	Básico	Básico	0
74	D46693	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	REACH MEDICAL S.L.	SRC4535R	Básico	Básico	0
75	E30737	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45B	Básico	Básico	0
75	E30737	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	MBA INCORPORADO S.L.	R45W	Básico	Básico	0
75	E30737	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3] mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	REACH MEDICAL S.L.	ID4525	Básico	Básico	0
76	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-45H	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];					
76	E72289	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	MBA INCORPORADO S.L.	R45M	Básico	Básico	0
77	E27378	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 30-35mm-TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2.5-2.5];	DEXTRO MEDICA S.L.	FMCW30	Básico	Básico	0
78	D85463	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];	CARDIVA 2 S.L.	PN60G	Básico	Básico	0
78	D85463	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];	DEXTRO MEDICA S.L.	FACG60	Básico	Básico	0
78	D85463	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7741	Básico	Básico	0
78	D85463	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto	REACH MEDICAL S.L.	REC60GRN	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.1-4.1];					
79	E75304	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];	DEXTRO MEDICA S.L.	FACX60	Básico	Básico	0
79	E75304	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7745	Básico	Básico	0
79	E75304	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.4-4.4];	REACH MEDICAL S.L.	REC60BLK	Básico	Básico	0
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	CARDIVA 2 S.L.	PN60C	Básico	Básico	0
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	DEXTRO MEDICA S.L.	FACY60	Básico	Básico	0
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4]	MEDICAL CAÑADA S.L.	026-7744	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];					
81	D64484	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	REACH MEDICAL S.L.	REC60GLD	Básico	Básico	0
83	E56789	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm.- TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID30TAN	Básico	Básico	0
84	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-60I	Básico	Básico	0
84	E33369	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID60PUL	Básico	Básico	0
85	E33624	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	FIXAPLUS S.L.	TCZNX-60J	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
85	E33624	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	PROHOSA	PS9ECAR60N	Básico	Básico	0
85	E33624	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[5-5];	REACH MEDICAL S.L.	ID60BLK	Básico	Básico	0
86	D91930	CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm.- TIPO DE TEJIDO:vascular: alto grapa abierta [2-3) mm;ALTO DE GRAPA:[2-2];	MBA INCORPORADO S.L.	R60M	Básico	Básico	0
87	E76285	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4) mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZN XK-30H	Básico	Básico	0
87	E76285	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 30mm.-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4) mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID30TANB	Básico	Básico	0
89	E84280	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 60 mm-TIPO DE	FIXAPLUS S.L.	TCZN XK-60I	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 2. 1° CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2. 2° CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];					
89	E84280	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA RECTA PUNTA ANGULADA 60 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID60PULB	Básico	Básico	0
90	E99082	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZNXX-45I	Básico	Básico	0
90	E99082	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:grueso: alto grapa abierta [4-5] mm;ALTO DE GRAPA:[4.0-4.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID45PULB	Básico	Básico	0
91	E84278	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	FIXAPLUS S.L.	TCZNXX-45H	Básico	Básico	0
91	E84278	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA PUNTA CURVA 45 mm-TIPO DE TEJIDO:normal: alto grapa abierta [3-4] mm;ALTO DE GRAPA:[3.0-3.0];	REACH MEDICAL S.L.	ID45TANB	Básico	Básico	0
98	B42076	DISPOSITIVO CIERRE PARED TROCAR - GC	SUMEDEX S.A.	RSG-14F	Básico	Básico	0



LOTE	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	SOBRE 1º CRITERIO NO AUTO (calidad y ergonomía)	SOBRE 2º CRITERIO NO AUTOMÁTICO (caract. técnicas y seguridad)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
101	E38785	EVACUADOR DE HUMO-LONGITUD :[40-60];DIAMETRO :[8-9];	INTERSURGIC AL ESPAÑA S.L.	X1742050083	Básico	Básico	0
101	E38785	EVACUADOR DE HUMO-LONGITUD :[40-60];DIAMETRO :[8-9];	PROHOSA	PS3604	Básico	Básico	0
102		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	INTERSURGIC AL ESPAÑA S.L.	X1721150083	Básico	Básico	0
103		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	INTERSURGIC AL ESPAÑA S.L.	X1715300083	Básico	Básico	0
103		TUBULADURA INSUFLADORA CON FILTRO ESTANDAR	MEDLINE INTERNATIO NAL IBERIA S.L.U.	ORISISO	Básico	Básico	0

Los resultados de esta valoración se elevan a la Mesa de Contratación.

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN

MARÍA ISABEL CARRICONDO MARTÍNEZ	Almería	H.U. Torrecárdenas	Supervisora en Coordinación de Cuidados y Gestión del Bloque Quirúrgico
OLGA CARMONA MURO	Almería	H.U. Torrecárdenas	Subdirectora de Enfermería
CARLOS MEDINA ACHIRICA	Cádiz	H.U. Jerez de la Frontera	FEA Cirugía General y Digestiva
JESÚS MARÍA VILLAR DEL MORAL	Granada	H.U. Virgen de las Nieves	FEA Cirugía General y Digestiva
JOSÉ CÓRDOBA LOIZEAU	Granada	CPC Granada	Enfermero de Recursos Materiales CPC Granada
BENITO MIRÓN POZO	Granada	H.U.C.San Cecilio	FEA Cirugía General y Digestiva