



Junta de Andalucía

ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 43 BALANZAS AGITADORAS DE BOLSAS DE SANGRE CON DESTINO EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS DE CÓRDOBA ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Lotes	GC	Nombre	Destinos	Unidades	Prescripciones Técnicas (mínimas)
1	E80052	BALANZA AGITADORA (Bolsas de Sangre) GC	CTTC de Córdoba	8	<ul style="list-style-type: none">REQUISITOS TÉCNICOS:<ul style="list-style-type: none">Sistema de mezcla 3D para garantizar mezcla homogénea.Puerto USB para exportar datos.Rango de pesaje 1-999 ml/g con conversión integradaBATERÍA:<ul style="list-style-type: none">Batería 14.4V Lion.Autonomía mayor o igual a 8 horas.PANTALLA:<ul style="list-style-type: none">Pantalla táctil a color.Dimensiones mínimas de la pantalla: 95x54 mm.Visualización en tiempo real del estado de la donación.ALARMA:<ul style="list-style-type: none">Sistema de alarma en pantalla, acústico y luminosoTRANSPORTE:<ul style="list-style-type: none">Transporte en caja.
2	G16321	BALANZA AGITADORA (Bolsas de Sangre) – Balanza agitadora portátil	CTTC de Córdoba	35	<ul style="list-style-type: none">REQUISITOS TÉCNICOS:<ul style="list-style-type: none">Precisión de pesaje +/- 1 mlRango de volumen programable: 200 – 500 mlPeso máximo 4kg (batería incluida).Facilidad de traslado. Balanza totalmente montada (sin montaje adicional al ser retirada de su caja).Dimensiones máximas de la balanza: 29x32x22 cm.BATERÍA:<ul style="list-style-type: none">Batería 14.4V Lion. Extraíble con posibilidad de cargador externo.Autonomía mayor o igual a 12 horas



Junta de Andalucía

					<ul style="list-style-type: none">• PANTALLA:<ul style="list-style-type: none">○ Pantalla táctil A color.○ Dimensiones mínimas de la pantalla: 95x54 mm.○ Visualización en tiempo real del estado de la donación.• ALARMA:<ul style="list-style-type: none">○ Sistema de alarma en pantalla y acústico.• TRANSPORTE:<ul style="list-style-type: none">○ Transporte en caja.○ Caja hermética, lavable y desinfectable, que se pueda utilizar como soporte de la balanza.○ Dimensiones máximas de la caja: 50x30x36.5 cm
--	--	--	--	--	--

La Jefa de Servicio de Gestión y Servicios

Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba