

ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA, ADSCRITA A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

EXPEDIENTE PA 93/2026

El órgano de contratación, tras la revisión del PPT, ha detectado la necesidad de precisar ciertos términos para garantizar la igualdad de trato y la correcta elaboración de las ofertas, por lo que considera procedente realizar la siguiente aclaración:

Según se especifica en el apartado Composición correspondiente al LOTE 3: TORRE DE ENDOSCOPIA PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA (2 Unidades) del ANEXO I PPT – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SINGULARES DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO la composición del citado lote es:

- “• 1 Monitores 4K y 1 monitor 4k, 3D (ambos de, al menos, 31 ´)*
- Fuente de luz LED compatible con cirugía guiada por fluorescencia.*
 - Video procesador 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia.*
 - Cabezal de cámara 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia.*
 - Ópticas de 0º y 30º compatible con ICG*
 - 2 Cables de luz.*
 - 2 Carros abiertos de transporte y un soporte para monitor.”*

Se procede a aclarar que 1 Monitor 4K corresponde a una torre y 1 monitor 4k, 3D corresponde a otra torre (ambos monitores de, al menos, 31 ´).

Por último, se aclara que el lote incluye 2 Carros abiertos de transporte correspondiendo cada uno de ellos a una torre.